

Processo nº 042/2026

Ref: Registro de preços para futura e eventual aquisição de ambulâncias novas (0 km) para atender aos municípios consorciados da ACISPES.

TERMO DE REFERÊNCIA

AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE PÉ DA SERRA

(Processo Administrativo nº042/2026)

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de Registro de preços para futura e eventual aquisição de ambulâncias novas (0 km) para atender aos municípios consorciados da ACISPES, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento:

Nº Item	Descrição	UND	QTD	Val. Unitário	Val. Total
001	AMBULANCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO. TRANSFORMAÇÃO/ADAPTAÇÃO PARA AMBULANCIA TIPO – A VEICULO BASE CHASSI - Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. O veículo deverá atender integralmente às normas ambientais vigentes (PROCONVE ou equivalente), independentemente da tecnologia adotada TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO A 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO - Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta de vinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem. 3. JANELAS - Janela lateral instalada na porta corredeira, com vidro opaco e parte deslizante, padrão ambulância. - Vidros traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias. - Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO	Unidade	17	400.000,00	6.800.000,00

Assinado por 2 pessoas: WAGNER GUARDIANO ABREU e JUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://acispes.idoc.com.br/verificacao/7A89-D31B-953B-4DE0> e informe o código 7A89-D31B-953B-4DE0

	▪ Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, instalado na lateral e/ou estendido acima da cabine do motorista. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) ▪ Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. ▪ Assento e encosto estofados, cor cinza. ▪ Cintos de segurança abdominais. 6. MACA ▪ 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. ▪ Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. ▪ Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 7. BANCO DO MÉDICO ▪ Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO ▪ Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilador/exaustor e farol de embarque. ▪ Iluminação interna composta por 04 (quatro) lâmpadas. ▪ Sinalizador acústico e visual tipo barra, com sirene eletrônica de 4 (quatro) tons. ▪ Luz de embarque traseira. ▪ 01 (um) exaustor instalado na lateral do armário. ▪ Sirene de ré. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS ▪ 01 (um) balaústre em tubo encapsulado instalado no teto. ▪ 01 (um) suporte móvel para soro/plasma, instalado no balaústre, tipo deslizante, com ajuste no sentido longitudinal. ▪ Acabamento em inox para proteção da entrada da maca (choque traseiro). 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO ▪ Sistema fixo contendo: ▪ 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio de 7 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação de 35 mm; ▪ 01 (um) cilindro de oxigênio de 7 L, com válvula e manômetro; ▪ Régua tripla completa; ▪ Fluxômetro com máscara; ▪ Chicote para oxigenação; ▪ Humidificador; ▪ Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO ▪ Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira em forma invertida. ▪ Palavra "AMBULÂNCIA" na parte traseira. ▪ 02 (duas) cruzes vermelhas nas laterais.			
--	--	--	--	--

	GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.				
002	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO - VEÍCULO BASE (CHASSI) - Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo de 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, transmissão com mínimo de 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de combustível com capacidade aproximada de 70 litros, admitindo variação técnica compatível com os modelos disponíveis no mercado, desde que não comprometa a autonomia operacional do veículo, ar-condicionado para a cabine e salão. ISOLAMENTO TERMICO - Isolamento termo em manta acústica entre o revestimento e a lataria do veículo REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno do teto e laterais em ABS; - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; - Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corredeira; JANELAS - Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corredeira, com vidros deslizantes; - Vidros padrão ambulância nas portas traseiras ARMARIO - Armário superior na lateral esquerda confeccionado em compensado naval na cor branca, com portas corredeiras em acrílico; Armário superior complementar para ar-condicionado. BANCO BAU - Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, assento e encostos estofados a cor cinza e cintos de segurança MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvin e cintos de segurança, - Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; - Trilho guia para maca BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal ELÉTRICA	Unidade	17	310.000,00	5.270.000,00

	01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque - Iluminação interna com 03 (três) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento - Sinalizador acústico e visual em forma de barra linear com sirene eletrônica 01 (um) ventilador oscilante; - Sirene de ré 9. EQUIPAMENTOS 01 Balaústre em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 (um) suporte para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. - Lixeira plástica; 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 07 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 07 litros com válvula e manômetro - Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO - Palavra AMBULÂNCIA, - Espelhada (invertida) no capô; - Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras - Cruzes nos vidros das portas traseiras; - Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.				
003	AMBULANCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO B - VEÍCULO BASE (CHASSI) - Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar- condicionado para a cabine e salão. O veículo deverá atender integralmente às normas ambientais vigentes (PROCONVE ou equivalente), independentemente da tecnologia adotada. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO B 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento termo e acústico nas laterais e no teto, em manta com resina fenólica devidamente instalada conforme padrões técnicos.	Unidade	18	425.000,00	7.650.000,00

	2. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em mantadevinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem. 3. JANELAS - Janela lateral instalada na porta corrediça, com vidro opaco e porta deslizante, padrão ambulância. - Vidros traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias - Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO 01 (um) armário superior instalado na lateral esquerda, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica branca, com portas corrediças em acrílico. 01 (um) armário inferior tipo bancada. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) - Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. - Assento e encostos estofados na cor cinza. - Cintos de segurança abdominais. 6. MACA 01 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. - Colchonete em espuma revestido em courvin, com cintos de segurança. - Acabamentos em aço inox na entrada, pontos de descanso das rodas da maca, quinas dos armários e banco baú. - Trilho guia para a maca. 7. BANCO DO MÉDICO - Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO - Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação/exaustor e farol de embarque. - Tomadas 110V + equipamentos elétricos. - Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto. - Sinalizador acústico e visual tipo barra linear,			
--	--	--	--	--

	com sirene eletrônica de mínimo 03 tons. ▪ Barra traseira com duas lanternas vermelhas e luz de embarque central. ▪ 01 (um) ventilador oscilante. ▪ Sirene de ré. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS ▪ 02 (dois) balaústres em tubo encapsulado instalados no teto. ▪ 02 (dois) suportes móveis para soro/plasma, instalados nos balaústres, tipo deslizante, com ajuste longitudinal. ▪ Lixeira plástica. 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo contendo: ▪ 01 (um) suporte duplo para cilindro de oxigênio de 16 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação. ▪ 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 L com válvula e manômetro. ▪ Régua tripla completa. ▪ Fluxômetro com máscara. ▪ Chicote para oxigenação. ▪ Humidificador. ▪ Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO ▪ Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira, em forma invertida. ▪ Palavra "AMBULÂNCIA" na parte traseira. ▪ 02 (duas) cruzes vermelhas nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do				
004	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE - VEÍCULO BASE (CHASSI) - Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo de 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, transmissão com mínimo de 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de combustível com capacidade aproximada de 70 litros, admitindo variação técnica compatível com os modelos disponíveis no mercado, desde que não comprometa a autonomia operacional do veículo, ar-condicionado para a cabine e salão.	Unidade	18	385.000,00	6.930.000,00

	1. ISOLAMENTO TERMICO ▪ Isolamento termoacústico em manta acústica 2. REVESTIMENTO INTERNO ▪ Revestimento interno do teto e laterais em ABS; ▪ Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; ▪ Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corredeira; 3. JANELAS ▪ Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corredeira, com vidros deslizantes; ▪ Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO ▪ Armário superior na lateral esquerda em MDF 15 mm revestidos em fórmica na cor branca, com portas corredeiras em acrílico e local para exaustor; ▪ Armário inferior tipo balcão com local para prancha de coluna e equipamentos médicos e tomadas elétricas. 5. BANCO BAU ▪ Banco tipo baú para 03 acompanhantes, confeccionado em MDF branco 15 mm revestido em fórmica na cor (Azul mineral) com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta traseira ▪ Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em couvin na cor azul minieral, Cintos de segurança abdominal. 6. MACA ▪ 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em couvin e cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO ▪ Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA ▪ 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque ▪ Inversor de voltagem 12 para 110 volts de 1000 watts ▪ 02 tomadas 110 volts ▪ Bateria de 100 AH Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento ▪ Sinalizador acústico e visual em formato de barra, em LED na cor vermelha, com sirene eletrônica. ▪ Barra traseira com duas lanternas vermelhas nas laterais e luz de embarque no centro ▪ Sirene de ré ▪ Sinalização externa com lanternas retangulares pulsantes em leds nas laterais, sendo duas na cor vermelha e uma na cor cristal ao centro; ▪ Exaustor tipo cooler instalados na lateral esquerda do veículo, embutidos no armário; 9. EQUIPAMENTOS ▪ 02 Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; ▪ 02 suportes para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. ▪ Lixeira plástica; 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO ▪ Sistema fixo de oxigênio contendo: ▪ 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação ▪ 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e			
--	---	--	--	--

	manômetro - Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi - Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; - Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras - Cruzes nos vidros das portas traseiras; - Cruzes nas laterais do veículo. 11. GRAFISMO - Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; - Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras - Cruzes nos vidros das portas traseiras; - Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.				
005	AMBULÂNCIA TIPO C – SUPORTE AVANÇADO. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO C - VEÍCULO BASE (CHASSI) - Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar- condicionado para a cabine e salão. O veículo deverá atender integralmente às normas ambientais vigentes (PROCONVE ou equivalente), independentemente da tecnologia adotada. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO C 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO - Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. - Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO - Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e	Unidade	17	557.500,00	9.477.500,00

	circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO - Alimentação com bateria auxiliar de 100 Ah. - Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. - Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. - Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12 V - Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque - Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. - Carregador de bateria incorporado ao sistema. 5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central. - Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS - Janela lateral com vidro translúcido jateado e correção, com travamento interno. - Vidros traseiros padrão ambulância, fixos e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO - Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesseis) litros; - Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): - Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. - Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. - Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes.				
--	---	--	--	--	--

	Banco do Médico: - Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACA E IMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. - Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso - das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS - Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. - Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. - Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar condicionado. 11. ARMÁRIOS - Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO - Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira, em forma invertida. - Palavra "AMBULÂNCIA" e "UTI MÓVEL" na parte traseira. - Palavra "AMBULÂNCIA" e "UTI MÓVEL" nas laterais. 02 (duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.				
006	AMBULÂNCIA TIPO C - VEÍCULO BASE (CHASSI) - Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo de 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, transmissão com mínimo de	Unidade	17	423.100,00	7.192.700,00

	5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de combustível com capacidade aproximada de 70 litros, admitindo variação técnica compatível com os modelos disponíveis no mercado, desde que não comprometa a autonomia operacional do veículo, ar-condicionado para a cabine e salão. ISOLAMENTO TERMICO - Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno do teto e laterais em ABS; - Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com espuma e courvim automotivo - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura - Aplicação de manta vinílica inteiriça sobre o compensado com calefação em todas as bordas - Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral corredeira (PLC). JANELAS - Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; - Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral corredeira, com película branca e três listras horizontais centralizadas - Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação ARMARIO - Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior BANCO BAU - Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior MACA - Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança - Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca - Trilho para guia da maca BANCO DO MÉDICO - Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. ELÉTRICA - Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas; 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros				
--	---	--	--	--	--

	01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt - Central Elétrica composta de disjuntores - Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds - Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. - Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. - Exaustor - Sinalizador acústico de marcha ré; 9. EQUIPAMENTOS - Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, - Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú - Suporte para bomba de infusão 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO - Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro - Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO - Palavra ambulância na parte traseira; - Palavra ambulância invertida no capo; 02 (duas) cruzes vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.				
007	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTI MÓVEL - Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo de 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, transmissão com mínimo de 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de combustível com capacidade aproximada de 70 litros, admitindo variação técnica compatível com os modelos disponíveis no mercado, desde que não comprometa a autonomia operacional do veículo, ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com	Unidade	17	450.684,00	7.661.628,00

	resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno do teto e laterais em ABS; - Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com espuma e courvim automotivo - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura - Aplicação de manta vinílica inteiriça sobre o compensado com calefação em todas as bordas - Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral corrediça (PLC). 3. JANELAS - Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; - Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral corrediça, com película branca e três listras horizontais centralizadas - Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação 4. ARMARIO - Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior 5. BANCO BAU - Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior 6. MACA - Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança. - Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca - Trilho para guia da maca. 7. BANCO DO MÉDICO - Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. 8. ELÉTRICA - Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas; 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt - Central Elétrica composta de disjuntores - Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade;				
--	--	--	--	--	--

	02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds - Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. - Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. - Exaustor - Sinalizador acústico de marcha ré. 9. EQUIPAMENTOS - Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, - Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú - Suporte para bomba de infusão - Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli. (equip. universal) wifi português, ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA - Ventilador pulmonar eletrônico microtal total ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. - Cardioversor bifásico vivo gold((ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+IMP) ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. - Prancha de polietileno adulto com cinto - Prancha curta – (chave) c/ cinto 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO - Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro - Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO - Palavra ambulância na parte traseira; - Palavra ambulância invertida no capo; 02 (duas) cruzes vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.				
008	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTI MÓVEL. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO D - VEÍCULO BASE (CHASSI) - Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de combustível	Unidade	17	607.500,00	10.327.500,00

	mínimo de 65 litros e ar- condicionado para a cabine e salão. O veículo deverá atender integralmente às normas ambientais vigentes (PROCONVE ou equivalente), independentemente da tecnologia adotada TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO D 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO - Isolamento térmico e acústico nas laterais e teto, executado em manta <i>Acusterm</i> devidamente instalada conforme padrões técnicos vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. - Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO - Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO - Alimentação com bateria auxiliar de 100 Ah. - Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. - Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. - Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12 V - Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque - Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. - Carregador de bateria incorporado ao sistema. 5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central. - Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a			
--	---	--	--	--

	maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS - Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. - Vidros traseiros padrão ambulância, fixos e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO - Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesseis) litros; - Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): - Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. - Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. - Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: - Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACA E IMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. - Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. - Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS - Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. - Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. - Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. - Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli (equip. universal) wifi português - Ventilador pulmonar eletrônico micrototal total - Cardioversor bifásico vivo gold (ECG, DESF MANUAL,			
--	--	--	--	--

	MODO DEA + MC PASO+IMP) - Prancha de polietileno adulto com cinto - Prancha curta – (chave) c/ cinto 11. ARMÁRIOS - Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO - Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. - Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTIMÓVEL” na parte traseira. - Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTIMÓVEL” nas laterais. 02 (duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem				
--	---	--	--	--	--

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Resolução nº 15/2025.

1.4. *O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do objeto contratual, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.*

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. *O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual [2026], conforme consta das informações básicas desse termo de referência.*

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. *A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.*

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os requisitos que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

4.2. A contratação deverá contemplar o fornecimento de ambulância(s) nova(s), zero quilômetro, com ano/modelo mínimo 2025/2026, devidamente transformada(s) e adaptada(s) conforme a tipologia prevista (Tipo A, B, C ou D), com todas as características técnicas mínimas, equipamentos embarcados, sinalização visual e acústica, climatização do salão e cabine, sistema elétrico, rede de oxigênio (quando aplicável), mobiliário interno e itens de segurança, conforme especificações do Termo de Referência e demais anexos. A solução deverá ser entregue completa, pronta para uso, acompanhada de manuais, certificações, documentação e garantia mínima, além de assistência técnica autorizada e disponibilidade de peças durante o período de garantia.

Subcontratação

4.3. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.4. *Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.*

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados do recebimento pela fornecedora, da Autorização/Ordem de Fornecimento (ou Ordem de Compra) emitida no âmbito da IRP/Ata de Registro de Preços, acompanhada da respectiva Nota de Empenho (ou instrumento equivalente), devidamente formalizada e protocolada, em remessa única.

5.2. A entrega deverá ocorrer com a ambulância devidamente transformada/adaptada conforme a tipologia contratada e pronta para uso, incluindo todos os equipamentos, acessórios e itens obrigatórios previstos no Termo de Referência.

5.3. A entrega será realizada no local indicado pela Administração, em dias e horários previamente definidos, sendo de responsabilidade da contratada todas as providências necessárias ao fornecimento, incluindo transporte, seguro, acondicionamento, descarregamento e integridade do bem até o efetivo recebimento pela contratante.

5.4. No ato da entrega, a contratada deverá apresentar toda a documentação exigida, especialmente nota fiscal, manuais, termos de garantia, certificados e demais documentos necessários ao recebimento, tombamento/patrimônio e entrada em operação. A entrega

somente será considerada concluída após a realização do recebimento provisório e posterior recebimento definitivo, mediante verificação da conformidade técnica do veículo, da transformação/adaptação e dos equipamentos embarcados.

5.5. Caso sejam identificadas falhas, vícios, avarias ou desconformidades, o objeto poderá ser recusado no todo ou em parte, devendo a contratada proceder à substituição, correção ou adequação, sem ônus adicional, dentro do prazo fixado pela Administração.

5.6. A execução do objeto ocorrerá por fornecimento parcelado, mediante a aquisição de ambulância(s), compreendendo o veículo base (chassi/furgão) e a respectiva transformação/adaptação completa para a tipologia definida no Termo de Referência, com todos os equipamentos, acessórios e itens obrigatórios, de modo a entregar unidade pronta para uso.

5.7. A execução terá início com a emissão da ordem de fornecimento (ou instrumento equivalente) decorrente da Ata de Registro de Preços, oportunidade em que a contratada deverá providenciar o fornecimento do veículo base, realizar a transformação/adaptação conforme o descritivo técnico, executar os testes necessários e programar a entrega do objeto no local indicado pela Administração, dentro do prazo estabelecido.

5.8. A entrega deverá ocorrer com a ambulância em perfeitas condições de funcionamento, acompanhada de documentação completa, incluindo nota fiscal, manuais, termo de garantia, certificados/relatórios técnicos quando aplicáveis e demais documentos exigidos no Termo de Referência, necessários ao recebimento e à entrada em operação.

5.9. O recebimento será realizado em duas etapas:

5.9.1. **Recebimento provisório**, no ato da entrega, para conferência do quantitativo, integridade aparente e documentação básica;

5.9.2. **Recebimento definitivo**, após inspeção técnica detalhada para verificação da conformidade do veículo, da transformação/adaptação, dos equipamentos e dos demais requisitos do Termo de Referência. Constatada desconformidade, o objeto poderá ser rejeitado no todo ou em parte, devendo a contratada promover a correção/substituição sem ônus, dentro do prazo fixado pela Administração.

5.10. O pagamento somente será autorizado após o recebimento definitivo e a confirmação de que a ambulância foi entregue completa, conforme a tipologia contratada e as especificações técnicas, permanecendo a contratada responsável pelos vícios, defeitos e falhas identificadas durante o período de garantia legal e contratual, bem como pela prestação de assistência técnica conforme previsto.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.11. A contratada deverá assegurar garantia mínima de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo, abrangendo o veículo base (chassi/furgão), a transformação/adaptação e os componentes instalados, sem prejuízo das garantias

específicas oferecidas pelos fabricantes de eventuais equipamentos embarcados, quando aplicável. Constatado vício, defeito, falha de funcionamento ou desconformidade, a contratada deverá promover, sem ônus para a Administração, a correção, reparo ou substituição do item afetado, no prazo fixado pela Administração, garantindo ainda assistência técnica e disponibilidade de peças e componentes necessários durante o período de garantia.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput](#)).

6.7. O fiscal técnico e administrativo do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.7.1. O fiscal técnico e administrativo do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º](#), e [Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II](#));

6.7.2. Identificada qualquer inexistência ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.7.3. O fiscal técnico e administrativo do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico e administrativo do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal técnico e administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

6.8. O fiscal técnico e administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal técnico e administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.10. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.11. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.12. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, que no caso de aplicação das penalidades constantes dos incisos III e IV do artigo 156 da Lei 14.133 deverá ser conduzida pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.13. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 15 (quinze) dias úteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que for pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 7.10.1. o prazo de validade;
- 7.10.2. a data da emissão;
- 7.10.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
- 7.10.4. o período respectivo de execução do contrato;
- 7.10.5. o valor a pagar; e
- 7.10.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no [art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

- 7.13.1. No caso do fornecedor não possuir registro no SICAF, deverá juntamente com o encaminhamento da nota fiscal, encaminhar a seguinte documentação: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, ou mediante a documentação fornecida, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF ou diretamente ao órgão competente, caso não possua registro no SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice *IPCA* de correção monetária.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade **PREGÃO**, sob a forma **ELETRÔNICA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO POR ITEM**.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto será **PARCELADO**.

Habilitação jurídica

8.3. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.4. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.7. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução [Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020](#).

8.8. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.10. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o [art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971](#).

8.11. **Agricultor familiar:** Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do [art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021](#).

8.12. **Produtor Rural:** matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da [Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009](#) (arts. 17 a 19 e 165).

8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes *Estadual* relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda *Federal, Estadual e Municipal* do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *Federal, Estadual e Municipal* relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação ou de sociedade simples;

8.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - [Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II](#));

8.24. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;

8.24.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.24.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8.24.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

8.24.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.24.5. Os documentos exigidos no *caput* serão dispensados para Microempresa ou Microempreendedor individual, considerando a disposição do artigo 1.179 do Código Civil de 2002, bem como a definição do artigo 18-A, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, sendo, neste caso, exigido no mínimo a apresentação de receita bruta por demonstração do registro de vendas ou de prestação de serviços na forma estabelecida pelo Comitê Gestor do Simples Nacional.

8.25. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo 10% (dez por cento), do valor total estimado da contratação.

8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

Qualificação Técnica

8.27. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.27.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.27.2. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.27.3. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

8.27.4. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos [arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971](#);

8.27.5. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.27.6. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual;

8.27.7. O registro previsto na [Lei n. 5.764, de 1971, art. 107](#);

8.27.8. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

8.27.9. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

8.27.10. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o [art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971](#), ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 61.309.328,00 (sessenta e um milhões e trezentos e nove mil e trezentos e vinte oito reais), conforme valor total descrito na tabela no item 1.1 deste documento.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes das aquisições, objeto desta ata, correrão a conta de dotação especificada no orçamento de cada órgão participante e do órgão gerenciador, referente ao exercício de 2026 e seguintes.

10.2. Diante da inexistência de quantitativo específico definido para a ACISPES, não se aplica, no presente momento, a vinculação orçamentária direta às dotações do Consórcio.

10.3. Assim, foi realizada vinculação de natureza meramente sistêmica no SIPLAN, com a finalidade exclusiva de viabilizar a continuidade e regular tramitação do processo licitatório, sem que isso represente comprometimento orçamentário efetivo ou geração de obrigação financeira imediata para a Administração.

Jucelio Fernandes de Oliveira
Presidente da Acispes

Wagner Guardiano Abreu
Agente de Contratação
Fase interna de licitação

ANEXO – I

TABELA INDICATIVA DOS MUNICIPIOS

ANEXO ÚNICO

Eu, Sylvio Silveira Martins Junior, Prefeito Municipal de Santa Barbara do Monte Verde, na qualidade de representante legal do Município Santa Barbara do Monte Verde, declaro, para os devidos fins, que este município possui interesse em participar de licitação conjunta com vistas à formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Ambulâncias novas (0 km), nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO A 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta de vinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem. 3. JANELAS Janela lateral instalada na porta corrediça, com vidro opaco e parte deslizante, padrão ambulância. Vidro traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias. Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, instalada na lateral e/ou estendida acima da cabine do motorista. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. Assento e encosto estofados, cor cinza. Cintos de segurança abdominais.	Unid	01

	6. MACA 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em couro vin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 7. BANCO DO MÉDICO Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilador/exaustor e farol de embarque. Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias instaladas no teto. Sinalizador acústico e visual tipo barra, com sirene eletrônica de 4 (quatro) tons. Luz de embarque traseira. 01 (um) exaustor instalado na lateral do armário. Sirene de ré. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS 01 (um) balaústre em tubo encapsulado instalado no teto. 01 (um) suporte móvel para soro/plasma, instalado no balaústre, tipo deslizante, com ajuste no sentido longitudinal. Acabamento em inox para proteção da entrada da maca (choque traseiro). 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio de 7 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação de 35 mm; 01 (um) cilindro de oxigênio de 7 L, com válvula e manômetro; Régua tripla completa; Fluxômetro com máscara; Chicote para oxigenação; Humidificador; Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira em forma invertida. Palavra "AMBULÂNCIA" na parte traseira. 02 (duas) cruzes vermelhas nas laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
02	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO B 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento termo e acústico nas laterais e no teto, em manta com resina	Unid	01

	fenólica devidamente instalada conforme padrões técnicos.		
	2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em mantadevinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem. 3. JANELAS Janela lateral instalada na porta corrediça, com vidro opaco e porta deslizante, padrão ambulância. Vidro traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO 01 (um) armário superior instalado na lateral esquerda, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica branca, com portas corrediças em acrílico. 01 (um) armário inferior tipo bancada. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. Assento e encostos estofados na cor cinza. Cintos de segurança abdominais. 6. MACA 01 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em courvin, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada, pontos de descanso das rodas da maca, quinas dos armários e banco baú. Trilho para a maca. 7. BANCO DO MÉDICO Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação/exaustor e farol de embarque. Tomadas 110V + equipamentos elétricos. Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto. Sinalizador acústico e visual tipo barra linear, com sirene eletrônica de mínimo 03 tons. Barra traseira com duas lanternas vermelhas e luz de embarque central. 01 (um) ventilador oscilante. Sirene de ré. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS 02 (dois) balaústres em tubo encapsulado instalados no teto. 02 (dois) suportes móveis para soro/plasma, instalados nos balaústres, tipo deslizante, com ajuste longitudinal. Lixeira plástica. 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo contendo:		

	01 (um) suporte duplo para cilindro de oxigênio de 16 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação. 01(um)cilindro de oxigênio de 16 L com válvula e manômetro. Régua tripla completa. Fluxômetro com máscara. Chicote para oxigenação. Humidificador. Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. Palavra “AMBULÂNCIA” na parte traseira. 02 (duas) cruzes vermelhas nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
03	AMBULÂNCIA TIPO C – SUPORTE AVANÇADO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 aré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO C 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO Alimentação com bateria auxiliar de 100 Ah. Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12V Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. Carregador de bateria incorporado ao sistema.	Unid	01

	5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central. Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. Vidro traseiros padrão ambulância, fixo e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesseis) litros; Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACA E IMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. 11. ARMÁRIOS Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO - Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira, em forma invertida. - Palavra "AMBULÂNCIA" e "UTIMÓVEL" na parte traseira. - Palavra "AMBULÂNCIA" e "UTIMÓVEL" nas laterais. 02 (duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais.		
--	--	--	--

	GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
04	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTÍMÓVEL VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026 , cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros , tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³ , potência mínima de 160 cv , entre-eixos mínimo de 3.520 mm , torque mínimo de 380 Nm , transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 aré , suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg , sistema de freios com ABS e EBD/EBL , tanque de ARLA mínimo de 17 litros , tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO D 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico nas laterais e teto, executado em manta <i>Acusterm</i> devidamente instalada conforme padrões técnicos vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO Alimentação com bateria auxiliar de 100Ah. Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12V Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. Carregador de bateria incorporado ao sistema. 5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central. Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. Vidro traseiros padrão ambulância, fixo e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO	Unid	01

	Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesseis) litros; Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACAEIMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli (equip. universal) wifi português Ventilador pulmonar eletrônico micrototal total Cardioversor bifásico vivo gold (ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+IMP) Prancha de polietileno adulto com cinto Prancha curta – (chave) c/ cinto 11. ARMÁRIOS Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTI MÓVEL” na parte traseira. Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTI MÓVEL” nas laterais. 02 (duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem		
--	--	--	--

05	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termo em manta acústica entre o revestimento e a lataria do veículo 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corrediça; 3. JANELAS Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corrediça, com vidros deslizantes; Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO Armário superior na lateral esquerda confeccionado em compensado naval na cor branca, com portas corrediças em acrílico; Armário superior complementar para ar- condicionado. 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, assento e encostos estofados a cor cinza e cintos de segurança 6. MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvin e cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque Iluminação interna com 03 (três) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento Sinalizador acústico e visual em forma de barra linear com sirene eletrônica 01 (um) ventilador oscilante; Sirene de ré 9. EQUIPAMENTOS 01 Balaústre em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 (um) suporte para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. Lixeira plástica;	Unid	01

	10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 07 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 07 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra AMBULÂNCIA, Espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
06	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta acústica 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corrediça; 3. JANELAS Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corrediça, com vidros deslizantes; Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO Armário superior na lateral esquerda em MDF 15 mm revestidos em fórmica na cor branca, com portas corrediças em acrílico e local para exaustor; Armário inferior tipo balcão com local para prancha de coluna e equipamentos médicos e tomadas elétricas.	Unid	01

	5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 acompanhantes, confeccionado em MDF branco 15 mm revestido em fórmica na cor (Azul mineral) com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta traseira Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin na cor azul minieral, Cintos de segurança abdominal. 6. MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvine cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque Inversor de voltagem 12 para 110 volts de 1000 watts 02 tomadas 110 volts Bateria de 100 AH Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento Sinalizador acústico e visual em formato de barra, em LED na cor vermelha, com sirene eletrônica. Barra traseira com duas lanternas vermelhas nas laterais e luz de embarque no centro Sirene de ré Sinalização externa com lanternas retangulares pulsantes em leds nas laterais, sendo duas na cor vermelha e uma na cor cristal ao centro; Exaustor tipo cooler instalados na lateral esquerda do veículo, embutidos no armário; 9. EQUIPAMENTOS 02 Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 02 suportes para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. Lixeira plástica; 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. 11. GRAFISMO Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem		
--	--	--	--

	limite de quilometragem.		
07	AMBULÂNCIA TIPO C VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com espuma e courvim automotivo Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura Aplicação de manta vinílica inteiriça sobre o compensado com calefação em todas as bordas Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral correção (PLC). 3. JANELAS Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral correção, com película branca e três listras horizontais centralizadas Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação 4. ARMARIO Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior 6. MACA Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca Trilho para guia da maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. 8. ELÉTRICA Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de	Unid	01

	interruptores com teclas do tipo iluminadas; 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt Central Elétrica composta de disjuntores Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. Exaustor Sinalizador acústico de marcha ré; 9. EQUIPAMENTOS Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú Suporte para bomba de infusão 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra ambulância na parte traseira; Palavra ambulância invertida no capo; 02 (duas) cruzes vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
08	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTÍMÓVEL Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com	Unid	01

	espuma e courvim automotivo Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura Aplicação de manta vinílica inteiraça sobre o compensado com calefação em todas as bordas Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral corrediça (PLC). 3. JANELAS Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral corrediça, com película branca e três listras horizontais centralizadas Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação 4. ARMARIO Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior 6. MACA Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca Trilho para guia da maca. 7. BANCO DO MÉDICO Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. 8. ELÉTRICA Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas; 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt Central Elétrica composta de disjuntores Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. Exaustor Sinalizador acústico de marcha ré. 9. EQUIPAMENTOS		
--	--	--	--

	Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú Suporte para bomba de infusão Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli. (equip. universal) wifi português, ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA Ventilador pulmonar eletrônico microtal total ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. Cardioversor bifásico vivo gold((ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+IMP) ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. Prancha de polietileno adulto com cinto Prancha curta – (chave) c/ cinto 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra ambulância na parte traseira; Palavra ambulância invertida no capo; 02 (duas) cruzeiras vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
--	--	--	--

Santa Barbara do Monte Verde ____de____de 2026

Assinatura

sylvio silveira
martins
junior:26193744
649

Assinado de forma digital por sylvio silveira martins
junior:26193744649
Dados: 2026.03.02 14:31:53 -03'00'

Eu, Francisco Reginaldo Nogueira, Prefeito Municipal de Andrelândia, na qualidade de representante legal do Município de ANDRELÂNDIA, declaro, para os devidos fins, que este município manifesta interesse em participar da licitação conjunta para a aquisição de ambulâncias com os descritivos abaixo, nos quantitativos indicados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO A 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO - Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta de vinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem. 3. JANELAS - Janela lateral instalada na porta corrediça, com vidro opaco e parte deslizante, padrão ambulância. - Vidros traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias. - Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO - Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, instalado na lateral e/ou estendido acima da cabine do motorista. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) - Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. - Assento e encosto estofados, cor cinza. - Cintos de segurança abdominais. 6. MACA 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. - Colchonete em espuma revestido em couro vinil preto, com cintos de segurança. - Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú.	Unid	

	7. BANCO DO MÉDICO ▪ Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO ▪ Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilador/exaustor e farol de embarque. ▪ Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias instaladas no teto. ▪ Sinalizador acústico e visual tipo barra, com sirene eletrônica de 4 (quatro) tons. ▪ Luz de embarque traseira. ▪ 01 (um) exaustor instalado na lateral do armário. ▪ Sirene de ré. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS ▪ 01 (um) balaústre em tubo encapsulado instalado no teto. ▪ 01 (um) suporte móvel para soro/plasma, instalado no balaústre, tipo deslizante, com ajuste no sentido longitudinal. ▪ Acabamento em inox para proteção da entrada da maca (choque traseiro). 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO ▪ Sistema fixo contendo: ▪ 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio de 7 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação de 35 mm; ▪ 01 (um) cilindro de oxigênio de 7 L, com válvula e manômetro; ▪ Régua tripla completa; ▪ Fluxômetro com máscara; ▪ Chicote para oxigenação; ▪ Humidificador; ▪ Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO ▪ Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira em forma invertida. ▪ Palavra "AMBULÂNCIA" na parte traseira. ▪ 02 (duas) cruzes vermelhas nas laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA ▪ Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
02	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO B 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO ▪ Isolamento termo e acústico nas laterais e no teto, em manta com resina fenólica devidamente instalada conforme padrões técnicos. 2. REVESTIMENTO INTERNO ▪ Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução	Unid	01



ACISPES

CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente.

- Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em mantadevinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem.

3. JANELAS

- Janela lateral instalada na porta corrediça, com vidro opaco e porta deslizante, padrão ambulância.
- Vidros traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias
- Janela de comunicação instalada na divisória original.

4. ARMÁRIO

- 01 (um) armário superior instalado na lateral esquerda, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica branca, com portas corrediças em acrílico.
- 01 (um) armário inferior tipo bancada.

5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES)

- Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada.
- Assento e encostos estofados na cor cinza.
- Cintos de segurança abdominais.

6. MACA

- 01 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios.
- Colchonete em espuma revestido em courvin, com cintos de segurança.
- Acabamentos em aço inox na entrada, pontos de descanso das rodas da maca, quinas dos armários e banco baú.
- Trilho guia para a maca.

7. BANCO DO MÉDICO

- Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança.

8. SISTEMA ELÉTRICO

- Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação/exaustor e farol de embarque.
- Tomadas 110V + equipamentos elétricos.
- Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto.
- Sinalizador acústico e visual tipo barra linear, com sirene eletrônica de mínimo 03 tons.
- Barra traseira com duas lanternas vermelhas e luz de embarque central.
- 01 (um) ventilador oscilante.
- Sirene de ré.

9. EQUIPAMENTOS INTERNOS

- 02 (dois) balaústres em tubo encapsulado instalados no teto.
- 02 (dois) suportes móveis para soro/plasma, instalados nos balaústres, tipo deslizante, com ajuste longitudinal.
- Lixeira plástica.

10. SISTEMA DE OXIGÊNIO

Sistema fixo contendo:

- 01 (um) suporte duplo para cilindro de oxigênio de 16 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação.
- 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 L com válvula e manômetro.

	▪ Régua tripla completa. ▪ Fluxômetro com máscara. ▪ Chicote para oxigenação. ▪ Humidificador. ▪ Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO ▪ Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira, em forma invertida. ▪ Palavra "AMBULÂNCIA" na parte traseira. ▪ 02 (duas) cruzes vermelhas nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
03	AMBULÂNCIA TIPO C – SUPORTE AVANÇADO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO C 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO ▪ Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO ▪ Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. ▪ Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. ▪ Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO ▪ Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO ▪ Alimentação com bateria auxiliar de 100Ah. ▪ Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relés e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. ▪ Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. ▪ Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V ▪ 02 (duas) tomadas de 12V ▪ Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque ▪ Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. ▪ Carregador de bateria incorporado ao sistema.	Unid	—



ACISPES

5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

- Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central.
- Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa.
- 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca.
- 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min.

6. JANELAS

- Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno.
- Vidros traseiros padrão ambulância, fixos e com película.

7. SISTEMA DE OXIGÊNIO

- Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi;
- 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesesseis) litros, com válvula e manômetro;
- 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesesseis) litros;
- Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro);

8. BANCOS

Banco Baú (acompanhantes):

- Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida.
- Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza.
- Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes.

Banco do Médico:

- Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin.

9. MACA E IMOBILIZAÇÃO

- 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios.
- Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso
- das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú.

10. EQUIPAMENTOS INTERNOS

- Balaústre tubular encapsulado instalado no teto.
- Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre.
- Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado.

11. ARMÁRIOS

- Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica

12. GRAFISMO PADRÃO

- Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira, em forma invertida.
- Palavra "AMBULÂNCIA" e "UTI MÓVEL" na parte traseira.

	- Palavra "AMBULÂNCIA" e "UTI MÓVEL" nas laterais. 02 (duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
04	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTI MÓVEL VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO D 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO - Isolamento térmico e acústico nas laterais e teto, executado em manta <i>Acusterm</i> devidamente instalada conforme padrões técnicos vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. - Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO - Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO - Alimentação com bateria auxiliar de 100Ah. - Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. - Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. - Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12V - Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque - Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. - Carregador de bateria incorporado ao sistema. 5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central. - Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min.	Unid	

	6. JANELAS - Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. - Vidros traseiros padrão ambulância, fixos e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO - Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesesseis) litros; - Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): - Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. - Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. - Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: - Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACA E IMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. - Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. - Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS - Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. - Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. - Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. - Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli (equip. universal) wifi português - Ventilador pulmonar eletrônico microtal total - Cardioversor bifásico vivo gold (ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+IMP) - Prancha de polietileno adulto com cinto - Prancha curta – (chave) c/ cinto 11. ARMÁRIOS - Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO - Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira, em forma invertida. - Palavra "AMBULÂNCIA" e "UTIMÓVEL" na parte traseira. - Palavra "AMBULÂNCIA" e "UTIMÓVEL" nas laterais. 02 (duas) cruzeiros azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses.		
--	--	--	--

	sem limite de quilometragem		
05	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. ISOLAMENTO TERMICO - Isolamento termo em manta acústica entre o revestimento e a lataria do veículo REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno do teto e laterais em ABS; - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; - Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corredeira; JANELAS - Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corredeira, com vidros deslizantes; - Vidros padrão ambulância nas portas traseiras ARMARIO - Armário superior na lateral esquerda confeccionado em compensado naval na cor branca, com portas corredeiras em acrílico; Armário superior complementar para ar- condicionado. BANCO BAU - Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, assento e encostos estofados a cor cinza e cintos de segurança MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvin e cintos de segurança, - Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; - Trilho guia para maca BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque - Iluminação interna com 03 (três) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento - Sinalizador acústico e visual em forma de barra linear com sirene eletrônica 01 (um) ventilador oscilante; - Sirene de ré	Unid	

	9. EQUIPAMENTOS 01 Balaústre em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 (um) suporte para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. - Lixeira plástica; 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 07 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 07 litros com válvula e manômetro - Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO - Palavra AMBULÂNCIA, - Espelhada (invertida) no capô; - Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras - Cruzes nos vidros das portas traseiras; - Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.	
06	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO - Isolamento termoacústico em manta acústica 2. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno do teto e laterais em ABS; - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; - Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corredeira; 3. JANELAS - Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corredeira, com vidros deslizantes; - Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO - Armário superior na lateral esquerda em MDF 15 mm revestidos em fórmica na cor branca, com portas corredeiras em acrílico e local para exaustor; - Armário inferior tipo balcão com local para prancha de coluna e equipamentos médicos e tomadas elétricas.	Unid 01

	5. BANCO BAU - Banco tipo baú para 03 acompanhantes, confeccionado em MDF branco 15 mm revestido em fórmica na cor (Azul mineral) com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta traseira - Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin na cor azul mineral, Cintos de segurança abdominal. 6. MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvin e cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO - Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque - Inversor de voltagem 12 para 110 volts de 1000 watts 02 tomadas 110 volts - Bateria de 100 AH Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento - Sinalizador acústico e visual em formato de barra, em LED na cor vermelha, com sirene eletrônica. - Barra traseira com duas lanternas vermelhas nas laterais e luz de embarque no centro - Sirene de ré - Sinalização externa com lanternas retangulares pulsantes em leds nas laterais, sendo duas na cor vermelha e uma na cor cristal ao centro; - Exaustor tipo cooler instalados na lateral esquerda do veículo, embutidos no armário; 9. EQUIPAMENTOS 02 Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 02 suportes para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. - Lixeira plástica; 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO - Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro - Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi - Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; - Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras - Cruzes nos vidros das portas traseiras; - Cruzes nas laterais do veículo. 11. GRAFISMO - Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; - Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras - Cruzes nos vidros das portas traseiras; - Cruzes nas laterais do veículo.		
--	--	--	--



ACISPES

	GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
07	AMBULÂNCIA TIPO C VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO - Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno do teto e laterais em ABS; - Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com espuma e courvim automotivo - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura - Aplicação de manta vinílica inteiriça sobre o compensado com calefação em todas as bordas - Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral corrediça (PLC). 3. JANELAS - Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; - Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral corrediça, com película branca e três listras horizontais centralizadas - Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação 4. ARMARIO - Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior 5. BANCO BAU - Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior 6. MACA - Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança - Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca - Trilho para guia da maca 7. BANCO DO MÉDICO - Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça	Unid	—

Assinado por 2 pessoas: WAGNER GUARDIANO ABREU e JUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://acispes.1doc.com.br/verificacao/7A89-D31B-953B-4DE0> e informe o código 7A89-D31B-953B-4DE0

mod.17



	em espuma injetados e revestidos em couro na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal.		
	8. ELÉTRICA Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: ▪ 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas; ▪ 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; ▪ 01 (um) cabo de extensão de 20 metros ▪ 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; ▪ 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w ▪ 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt ▪ Central Elétrica composta de disjuntores ▪ Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; ▪ 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds ▪ Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. ▪ Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. ▪ Exaustor ▪ Sinalizador acústico de marcha ré; 9. EQUIPAMENTOS ▪ Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; ▪ 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, ▪ Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú ▪ Suporte para bomba de infusão 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO ▪ Sistema fixo de oxigênio contendo: ▪ 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação ▪ 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro ▪ Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO ▪ Palavra ambulância na parte traseira; ▪ Palavra ambulância invertida no capo; ▪ 02 (duas) cruzes vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
08	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTIMÓVEL Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão.	Unid	



ACISPES

1. ISOLAMENTO TERMICO

- Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica.

2. REVESTIMENTO INTERNO

- Revestimento interno do teto e laterais em ABS;
- Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com espuma e courvim automotivo
- Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura
- Aplicação de manta vinílica inteiriça sobre o compensado com calefação em todas as bordas
- Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral corredeira (PLC).

3. JANELAS

- Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas;
- Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral corredeira, com película branca e três listras horizontais centralizadas
- Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação

4. ARMARIO

- Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior

5. BANCO BAU

- Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior

6. MACA

- Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança.
- Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca
- Trilho para guia da maca.

7. BANCO DO MÉDICO

- Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal.

8. ELÉTRICA

- Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas;
- 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista;
- 01 (um) cabo de extensão de 20 metros
- 01 (uma) bateria suplementar de 105ah;
- 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w
- 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt
- Central Elétrica composta de disjuntores
- Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade;
- 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds

	▪ Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. ▪ Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. ▪ Exaustor ▪ Sinalizador acústico de marcha ré. 9. EQUIPAMENTOS ▪ Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; ▪ 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, ▪ Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú ▪ Suporte para bomba de infusão ▪ Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli. (equip. universal) wifi português, ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA ▪ Ventilador pulmonar eletrônico micrototal total ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. Cardioversor bifásico vivo gold((ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+IMP) ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. ▪ Prancha de polietileno adulto com cinto ▪ Prancha curta – (chave) c/ cinto 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO ▪ Sistema fixo de oxigênio contendo: ▪ 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação ▪ 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro ▪ Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO ▪ Palavra ambulância na parte traseira; ▪ Palavra ambulância invertida no capo; ▪ 02 (duas) cruzes vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.	
--	---	--

Andrelândia, 02 de Março de 2026.

FRANCISCO REGINALDO
NOGUEIRA:62025147600

Assinado de forma digital por
FRANCISCO REGINALDO
NOGUEIRA:62025147600
Dados: 2026.03.04 08:52:33 -03'00'

Francisco Reginaldo Nogueira
Prefeitura Municipal de Andrelândia

ANEXO ÚNICO

Eu, Terezinha Marcilia Toledo do Amaral, Prefeita Municipal de Aracitaba, na qualidade de representante legal do Município de Aracitaba, declaro, para os devidos fins, que este município possui interesse em participar de licitação conjunta com vistas à formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Ambulâncias novas (0 km), nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	AMBULÂNCIA TIPO A- SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO/ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA-TIPO A 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta de vinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem. 3. JANELAS Janela lateral instalada na porta corrediza, com vidro opaco e parte deslizante, padrão ambulância. Vidros traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias. Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, instalada na lateral e/ou estendendo acima da cabine do motorista. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. Assento e encosto estofados, cor cinza. Cintos de segurança abdominais. 6. MACA 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900	Unid	01

	mm confeccionada em alumínio, regulação de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonetes em espuma revestido em couro vinílico preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 7. BANCO DO MÉDICO Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilador/exaustor e farol de embarque. Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias instaladas no teto. Sinalizador acústico e visual tipo barra, com sirene eletrônica de 4 (quatro) tons. Luz de embarque traseira. 01 (um) exaustor instalado na lateral do armário. Sirene de emergência. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS 01 (um) balaústre em tubo encapsulado instalado no teto. 01 (um) suporte móvel para soro/plasma, instalado no balaústre, tipo deslizante, com ajuste no sentido longitudinal. Acabamento em inox para proteção da entrada da maca (choque traseiro). 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio de 7 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação de 35 mm; 01 (um) cilindro de oxigênio de 7 L, com válvula e manômetro; Régua tripla completa; Fluxômetro com máscara; Chicote para oxigenação; Humidificador; Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira em forma invertida. Palavra "AMBULÂNCIA" na parte traseira. 02 (duas) cruzes vermelhas nas laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
02	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão mínima 6 marchas à frente e 1 ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO/ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA-TIPO B 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico nas laterais e no teto, em manta com resina fenólica devidamente instalada conforme padrões técnicos.	Unid	01

2. REVESTIMENTO INTERNO

Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente.

Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta de vinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem.

3. JANELAS

Janela lateral instalada na porta corrediza, com vidro opaco e porta deslizante, padrão ambulância.
Vidro traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias
Janela de comunicação instalada na divisória original.

4. ARMÁRIO

01 (um) armário superior instalado na lateral esquerda, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica branca, com portas corredizas em acrílico.
01 (um) armário inferior tipo bancada.

5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES)

Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada.
Assento e encosto estofados na cor cinza.
Cintos de segurança abdominais.

6. MACA

01 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de **1.900 mm** confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios.
Colchonete em espuma revestido em courovin, com cintos de segurança.
Acabamentos em aço inox na entrada, pontos de descanso das rodas da maca, quinas dos armários e banco baú.
Trilho guia para a maca.

7. BANCO DO MÉDICO

Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança.

8. SISTEMA ELÉTRICO

Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação/exaustor e farol de embarque.
Tomadas 110V + equipamentos elétricos.
Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto.
Sinalizador acústico e visual tipo barra linear, com sirene eletrônica de mínimo 03 tons.
Barra traseira com duas lanternas vermelhas e luz de embarque central.
01 (um) ventilador oscilante.
Sirene de emergência.

9. EQUIPAMENTOS INTERNOS

02 (dois) balaústres em tubo encapsulado instalados no teto.
02 (dois) suportes móveis para soro/plasma, instalados nos balaústres, tipo deslizante, com ajuste longitudinal.
Lixeira plástica.

10. SISTEMA DE OXIGÊNIO

Sistema fixo contendo:

01 (um) suporte duplo para cilindro de oxigênio de 16 L,

	confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação. 01(um)cilindro de oxigênio de 16L com válvula e manômetro. Régua tripla completa. Fluxômetro com máscara. Chicote para oxigenação. Humidificador. Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. Palavra “AMBULÂNCIA” na parte traseira. 02(duas) cruzes vermelhas nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
03	AMBULÂNCIA TIPO C – SUPORTE AVANÇADO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO/ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO C 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO Alimentação com bateria auxiliar de 100Ah. Central elétrica com postapordisjuntorestérmico e automáticos, relês e base defusíveis, instalada na parte superior do armário. Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02(duas) tomadas de 12V Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. Carregador de bateria incorporado ao sistema. 5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Barras traseiras com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque	Unid	01

	central. Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02(duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06(seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. Vidro traseiro padrão ambulância, fixo e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesesseis) litros; Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em couro vinílico. Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cintos de segurança, revestida em couro vinílico. 9. MACA E IMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em couro vinílico preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além dasquinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. 11. ARMÁRIOS Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO - Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira, em forma invertida. - Palavra "AMBULÂNCIA" e "UTIMÓVEL" na parte traseira. - Palavra "AMBULÂNCIA" e "UTIMÓVEL" nas laterais. 02(duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses,		
--	--	--	--

	sem limite de quilometragem.		
04	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO TIPO MÓVEL VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO/ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA TIPO D 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico nas laterais e teto, executado em manta <i>Acusterm</i> devidamente instalada conforme padrões técnicos vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO Alimentação com bateria auxiliar de 100Ah. Central elétrica composta por disjuntor térmico e automáticos, relês e base fusíveis, instalada na parte superior do armário. Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12V Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. Carregador de bateria incorporado ao sistema. 5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central. Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. Vidro traseiro padrão ambulância, fixo e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador	Unid	01

	tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesesseis) litros; Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em couro vinílico. Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cintos de segurança, revestida em couro vinílico. 9. MACA E IMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonetes em espuma revestidos em couro vinílico preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 Intelli (equip. universal) wifi português Ventilador pulmonar eletrônico micro total Cardioversor bifásico vivo gold (ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+IMP) Prancha de polietileno adulto com cinto Prancha curta – (chave) c/ cinto 11. ARMÁRIOS Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTIMÓVEL” na parte traseira. Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTIMÓVEL” nas laterais. 02 (duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem		
--	---	--	--

0 5	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine esalão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoem manta acústica entre o revestimento e a lataria do veículo 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corredeira; 3. JANELAS Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corredeira, com vidros deslizantes; Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO Armário superior na lateral esquerda confeccionado em compensado naval na cor branca, com portas corredeiras em acrílico; Armário superior complementar para ar- condicionado. 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, assento e encostos estofados a cor cinza e cintos de segurança 6. MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em couro vinil e cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque Iluminação interna com 03 (três) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento Sinalizador acústico e visual em forma de barra linear com sirene eletrônica 01 (um) ventilador oscilante; Sirene de ré 9. EQUIPAMENTOS 01 Balaústre em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 (um) suporte para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. Lixeira plástica;	Unid	01
--------	--	------	----

	10. SISTEMA DE OXIGENIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 07 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinto de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 07 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra AMBULÂNCIA, Espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
06	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TÉRMICO Isolamento termoacústico em manta acústica 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corredeira; 3. JANELAS Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corredeira, com vidros deslizantes; Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMÁRIO Armário superior na lateral esquerda em MDF 15 mm revestidos em fórmica na cor branca, com portas corredeiras em acrílico e local para exaustor; Armário inferior tipo balcão com local para prancha de coluna e equipamentos médicos e tomadas elétricas.	Unid	01

	5. BANCOBAU Banco tipo baú para 03 acompanhantes, confeccionado em MDF branco 15 mm revestido em fórmica na cor (Azul mineral) com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta traseira Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin na cor azul minieral, Cintose de segurança abdominal. 6. MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvine cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque Inversor de voltagem 12 para 110 volts de 1000 watts 02 tomadas 110 volts Bateria de 100 AH Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento Sinalizador acústico e visual em formato de barra, em LED na cor vermelha, com sirene eletrônica. Barra traseira com duas lanternas vermelhas nas laterais e luz de embarque no centro Sirene de ré Sinalização externa com lanternas retangulares pulsantes em LEDs nas laterais, sendo duas na cor vermelha e uma na cor cristal ao centro; Exaustor tipo cooler instalados na lateral esquerda do veículo, embutidos no armário; 9. EQUIPAMENTOS 02 Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 02 suportes para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizando, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. Lixeira plástica; 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. 11. GRAFISMO Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem		
--	--	--	--

	limite de quilometragem.		
07	AMBULÂNCIA TIPO C VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com espuma e couro em automotivo Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura Aplicação de manta vinílica inteira sobre o compensado com calefação em todas as bordas Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral corredeira (PLC). 3. JANELAS Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e direito, com película branca e três listras horizontais centralizadas; Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral corredeira, com película branca e três listras horizontais centralizadas Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação 4. ARMÁRIO Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestido em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior 6. MACA Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em couro na cor padrão do fabricante e cintos de segurança Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca Trilho para guia da maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionado em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em couro na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. 8. ELÉTRICA Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de	Unid	01

	interruptores com teclas do tipo iluminadas; 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt Central Elétrica composta de disjuntores Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a cama em leds Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. Exaustor Sinalizador acústico de marcha ré; 9. EQUIPAMENTOS Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú Suporte para bomba de infusão 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra ambulância na parte traseira; Palavra ambulância invertida no capô; 02 (duas) cruzes vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
08	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTÍLÍVEL Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e sala. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com	Unid	01

	espuma e courvim automotivo Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura Aplicação de manta vinílica inteiriça sobre o compensado com calefação em todas as bordas Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral corredeira (PLC). 3. JANELAS Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e direito, com película branca e três listras horizontais centralizadas; Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral corredeira, com película branca e três listras horizontais centralizadas Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação 4. ARMARIO Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento eminox na entrada da porta superior 6. MACA Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca Trilho para guia da maca. 7. BANCO DO MÉDICO Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionado em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. 8. ELÉTRICA Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas; 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt Central Elétrica composta de disjuntores Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. Exaustor Sinalizador acústico de marcha ré. 9. EQUIPAMENTOS		
--	--	--	--

	Balaústres em tubo encapsulado, instalado noteto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú Suporte para bomba de infusão Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 Intelli. (equip. universal) wifi português, ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA Ventilador pulmonar eletrônico micrototal total ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. Cardioversor bifásico vivo gold (ECG, DESF MANUAL, MODO DEA+ MC PASO+IMP) ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. Prancha de polietileno adulto com cinto Prancha curta – (chave) c/ cinto 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra ambulância na parte traseira; Palavra ambulância invertida no capô; 02 (duas) cruzes vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
--	--	--	--

TEREZINHA MARCILIA
DO AMARAL
TOLEDO:9469162269
1

Assinado de forma digital
por TEREZINHA MARCILIA
DO AMARAL
TOLEDO:94691622691
Dados: 2026.03.02
13:54:42 -03'00'

Aracitaba 02 de março de 2026

ANEXO ÚNICO

Eu, Edimar Luis de Oliveira , Prefeito Municipal de Arantina, na qualidade de representante legal do Município de Arantina, declaro, para os devidos fins, que este município possui interesse em participar de licitação conjunta com vistas à formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Ambulâncias novas (0 km), nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO A 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta de vinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem. 3. JANELAS Janela lateral instalada na porta corredeira, com vidro opaco e parte deslizante, padrão ambulância. Vidro traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias. Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, instalada na lateral e/ou estendendo acima da cabine do motorista. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. Assento e encosto estofados, cor cinza. Cintos de segurança abdominais. 6. MACA 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900	Unid	01

	mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonetes em espuma revestido em couro preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 7. BANCO DO MÉDICO Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilador/exaustor e farol de embarque. Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias instaladas no teto. Sinalizador acústico e visual tipo barra, com sirene eletrônica de 4 (quatro) tons. Luz de embarque traseira. 01 (um) exaustor instalado na lateral do armário. Sirene de ré. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS 01 (um) balaústre em tubo encapsulado instalado no teto. 01 (um) suporte móvel para soro/plasma, instalado no balaústre, tipo deslizante, com ajuste no sentido longitudinal. Acabamento em inox para proteção da entrada da maca (choque traseiro). 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio de 7 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação de 35 mm; 01 (um) cilindro de oxigênio de 7 L, com válvula e manômetro; Régua tripla completa; Fluxômetro com máscara; Chicote para oxigenação; Humidificador; Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira em forma invertida. Palavra "AMBULÂNCIA" na parte traseira. 02 (duas) cruzes vermelhas nas laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
02	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO B 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento termo e acústico nas laterais e no teto, em manta com resina fenólica devidamente instalada conforme padrões técnicos.	Unid	01

2. REVESTIMENTO INTERNO

Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente.

Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta de vinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem.

3. JANELAS

Janela lateral instalada na porta corrediça, com vidro opaco e porta deslizante, padrão ambulância.
Vidros traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias
Janela de comunicação instalada na divisória original.

4. ARMÁRIO

01 (um) armário superior instalado na lateral esquerda, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica branca, com portas corrediças em acrílico.
01 (um) armário inferior tipo bancada.

5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES)

Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada.

Assento e encostos estofados na cor cinza.
Cintos de segurança abdominais.

6. MACA

01 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de **1.900 mm** confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios.
Colchonete em espuma revestido em courvin, com cintos de segurança.
Acabamentos em aço inox na entrada, pontos de descanso das rodas da maca, quinas dos armários e banco baú.
Trilho guia para a maca.

7. BANCO DO MÉDICO

Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança.

8. SISTEMA ELÉTRICO

Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação/exaustor e farol de embarque.
Tomadas 110V + equipamentos elétricos.
Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto.
Sinalizador acústico e visual tipo barra linear, com sirene eletrônica de mínimo 03 tons.
Barra traseira com duas lanternas vermelhas e luz de embarque central.
01 (um) ventilador oscilante.
Sirene de ré.

9. EQUIPAMENTOS INTERNOS

02 (dois) balaústres em tubo encapsulado instalados no teto.
02 (dois) suportes móveis para soro/plasma, instalados nos balaústres, tipo deslizante, com ajuste longitudinal.
Lixeira plástica.

10. SISTEMA DE OXIGÊNIO

Sistema fixo contendo:

01 (um) suporte duplo para cilindro de oxigênio de 16 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação.

	01(um)cilindro de oxigênio de 16L com válvula e manômetro. Régua tripla completa. Fluxômetro com máscara. Chicote para oxigenação. Humidificador. Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. Palavra “AMBULÂNCIA” na parte traseira. 02 (duas) cruzes vermelhas nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
03	AMBULÂNCIA TIPO C – SUPORTE AVANÇADO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO C 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO Alimentação com bateria auxiliar de 100Ah. Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12V Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. Carregador de bateria incorporado ao sistema. 5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque	Unid	01

	central. Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. Vidro traseiros padrão ambulância, fixos e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesseis) litros; Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em couro vin cinza. Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em couro vin. 9. MACA E IMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em couro vin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. 11. ARMÁRIOS Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO - Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira, em forma invertida. - Palavra "AMBULÂNCIA" e "UTIMÓVEL" na parte traseira. - Palavra "AMBULÂNCIA" e "UTIMÓVEL" nas laterais. 02 (duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses,		
--	--	--	--

	sem limite de quilometragem.		
04	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTI MÓVEL VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO D 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico nas laterais e teto, executado em manta <i>Acusterm</i> devidamente instalada conforme padrões técnicos vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO Alimentação com bateria auxiliar de 100Ah. Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12V Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. Carregador de bateria incorporado ao sistema. 5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central. Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubie 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. Vidros traseiros padrão ambulância, fixos e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo	Unid	01

	Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesseis) litros; Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACA E IMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonetes em espuma revestidos em courvin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli (equip. universal) wifi português Ventilador pulmonar eletrônico micrototal total Cardioversor bifásico vivo gold (ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MODO PASO+IMP) Prancha de polietileno adulto com cinto Prancha curta – (chave) c/ cinto 11. ARMÁRIOS Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTIMÓVEL” na parte traseira. Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTIMÓVEL” nas laterais. 02 (duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem		
--	---	--	--

05	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termo em manta acústica entre o revestimento e a lataria do veículo 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corrediça; 3. JANELAS Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corrediça, com vidros deslizantes; Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO Armário superior na lateral esquerda confeccionado em compensado naval na cor branca, com portas corrediças em acrílico; Armário superior complementar para ar- condicionado. 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, assento e encostos estofados a cor cinza e cintos de segurança 6. MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvin e cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque Iluminação interna com 03 (três) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento Sinalizador acústico e visual em forma de barra linear com sirene eletrônica 01 (um) ventilador oscilante; Sirene de ré 9. EQUIPAMENTOS 01 Balaústre em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 (um) suporte para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. Lixeira plástica; 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO	Unid	01

	Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 07 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 07 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro commáscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra AMBULÂNCIA, Espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
06	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta acústica 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corredeira; 3. JANELAS Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corredeira, com vidros deslizantes; Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO Armário superior na lateral esquerda em MDF 15 mm revestidos em fórmica na cor branca, com portas corredeiras em acrílico e local para exaustor; Armário inferior tipo balcão com local para prancha de coluna e equipamentos médicos e tomadas elétricas.	Unid	01

	5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 acompanhantes, confeccionado em MDF branco 15 mm revestido em fórmica na cor (Azul mineral) com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta traseira Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin na cor azul mineral, Cintos de segurança abdominal. 6. MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvin e cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque Inversor de voltagem 12 para 110 volts de 1000 watts 02 tomadas 110 volts Bateria de 100 AH Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento Sinalizador acústico e visual em formato de barra, em LED na cor vermelha, com sirene eletrônica. Barra traseira com duas lanternas vermelhas nas laterais e luz de embarque no centro Sirene de ré Sinalização externa com lanternas retangulares pulsantes em leds nas laterais, sendo duas na cor vermelha e uma na cor cristal ao centro; Exaustor tipo cooler instalados na lateral esquerda do veículo, embutidos no armário; 9. EQUIPAMENTOS 02 Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 02 suportes para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. Lixeira plástica; 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. 11. GRAFISMO Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem		
--	--	--	--

	limite de quilometragem.		
07	AMBULÂNCIA TIPO C VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com espuma e courvim automotivo Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura Aplicação de manta vinílica inteira sobre o compensado com calefação em todas as bordas Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral correção (PLC). 3. JANELAS Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral correção, com película branca e três listras horizontais centralizadas Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação 4. ARMARIO Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior 6. MACA Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca Trilho para guia da maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. 8. ELÉTRICA Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de	Unid	01

	interruptores com teclas do tipo iluminadas; 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt Central Elétrica composta de disjuntores Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. Exaustor Sinalizador acústico de marcha ré; 9. EQUIPAMENTOS Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú Suporte para bomba de infusão 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra ambulância na parte traseira; Palavra ambulância invertida no capô; 02 (duas) cruzeiros vermelhos nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
08	AMBULÂNCIA TIPO D- SUPORTE AVANÇADO UTI MÓVEL Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com	Unid	01

	espuma e courvim automotivo Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura Aplicação de manta vinílica inteira sobre o compensado com calefação em todas as bordas Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral corrediça (PLC). 3. JANELAS Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral corrediça, com película branca e três listras horizontais centralizadas Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação 4. ARMARIO Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior 6. MACA Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca Trilho para guia da maca. 7. BANCO DO MÉDICO Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. 8. ELÉTRICA Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas; 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt Central Elétrica composta de disjuntores Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. Exaustor Sinalizador acústico de marcha ré. 9. EQUIPAMENTOS		
--	--	--	--

	Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú Suporte para bomba de infusão Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli. (equip. universal) wifi português, ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA Ventilador pulmonar eletrônico microtal total ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. Cardioversor bifásico vivo gold((ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+IMP) ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. Prancha de polietileno adulto com cinto Prancha curta – (chave) c/ cinto 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra ambulância na parte traseira; Palavra ambulância invertida no capo; 02 (duas) cruzeiras vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
--	--	--	--

Arantina ____de____de 2026

EDIMAR LUIS DE
OLIVEIRA:50579533
620

Assinado de forma digital por
EDIMAR LUIS DE
OLIVEIRA:50579533620
Dados: 2026.03.02 14:01:22
-03'00'
Assinatura

ANEXO ÚNICO

Eu, Luzimar de Moura Benfica, Prefeito Municipal de Bocaina de Minas na qualidade de representante legal do Município Bocaina de Minas, declaro, para os devidos fins, que este município possui interesse em participar de licitação conjunta com vistas à formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Ambulâncias novas (0 km), nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO A 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta de vinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem. 3. JANELAS Janela lateral instalada na porta corrediça, com vidro opaco e parte deslizante, padrão ambulância. Vidro traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias. Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, instalada na lateral e/ou estendida acima da cabine do motorista. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. Assento e encosto estofados, cor cinza. Cintos de segurança abdominais.	Unid	01

	6. MACA 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em couro vin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 7. BANCO DO MÉDICO Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilador/exaustor e farol de embarque. Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias instaladas no teto. Sinalizador acústico e visual tipo barra, com sirene eletrônica de 4 (quatro) tons. Luz de embarque traseira. 01 (um) exaustor instalado na lateral do armário. Sirene de ré. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS 01 (um) balaústre em tubo encapsulado instalado no teto. 01 (um) suporte móvel para soro/plasma, instalado no balaústre, tipo deslizante, com ajuste no sentido longitudinal. Acabamento em inox para proteção da entrada da maca (choque traseiro). 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio de 7 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação de 35 mm; 01 (um) cilindro de oxigênio de 7 L, com válvula e manômetro; Régua tripla completa; Fluxômetro com máscara; Chicote para oxigenação; Humidificador; Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira em forma invertida. Palavra "AMBULÂNCIA" na parte traseira. 02 (duas) cruzes vermelhas nas laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
02	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO B 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento termo e acústico nas laterais e no teto, em manta com resina	Unid	01

	fenólica devidamente instalada conforme padrões técnicos.		
	2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em mantadevinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem. 3. JANELAS Janela lateral instalada na porta corrediça, com vidro opaco e porta deslizante, padrão ambulância. Vidro traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO 01 (um) armário superior instalado na lateral esquerda, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica branca, com portas corrediças em acrílico. 01 (um) armário inferior tipo bancada. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. Assento e encostos estofados na cor cinza. Cintos de segurança abdominais. 6. MACA 01 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em courvin, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada, pontos de descanso das rodas da maca, quinas dos armários e banco baú. Trilho para a maca. 7. BANCO DO MÉDICO Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação/exaustor e farol de embarque. Tomadas 110V + equipamentos elétricos. Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto. Sinalizador acústico e visual tipo barra linear, com sirene eletrônica de mínimo 03 tons. Barra traseira com duas lanternas vermelhas e luz de embarque central. 01 (um) ventilador oscilante. Sirene de ré. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS 02 (dois) balaústres em tubo encapsulado instalados no teto. 02 (dois) suportes móveis para soro/plasma, instalados nos balaústres, tipo deslizante, com ajuste longitudinal. Lixeira plástica. 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo contendo:		

	01 (um) suporte duplo para cilindro de oxigênio de 16 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação. 01(um)cilindro de oxigênio de 16 L com válvula e manômetro. Régua tripla completa. Fluxômetro com máscara. Chicote para oxigenação. Humidificador. Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. Palavra “AMBULÂNCIA” na parte traseira. 02 (duas) cruzes vermelhas nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
03	AMBULÂNCIA TIPO C – SUPORTE AVANÇADO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 aré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO C 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO Alimentação com bateria auxiliar de 100 Ah. Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12V Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. Carregador de bateria incorporado ao sistema.	Unid	01

	5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central. Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. Vidro traseiros padrão ambulância, fixos e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesseis) litros; Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACA E IMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. 11. ARMÁRIOS Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO - Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira, em forma invertida. - Palavra "AMBULÂNCIA" e "UTIMÓVEL" na parte traseira. - Palavra "AMBULÂNCIA" e "UTIMÓVEL" nas laterais. 02 (duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais.		
--	---	--	--

	GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
04	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTÍMÓVEL VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026 , cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros , tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³ , potência mínima de 160 cv , entre-eixos mínimo de 3.520 mm , torque mínimo de 380 Nm , transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 aré , suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg , sistema de freios com ABS e EBD/EBL , tanque de ARLA mínimo de 17 litros , tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO D 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico nas laterais e teto, executado em manta <i>Acusterm</i> devidamente instalada conforme padrões técnicos vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO Alimentação com bateria auxiliar de 100 Ah. Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12V Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. Carregador de bateria incorporado ao sistema. 5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central. Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. Vidro traseiros padrão ambulância, fixos e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO	Unid	01

	Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesseis) litros; Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACAEIMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli (equip. universal) wifi português Ventilador pulmonar eletrônico micrototal total Cardioversor bifásico vivo gold (ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+IMP) Prancha de polietileno adulto com cinto Prancha curta – (chave) c/ cinto 11. ARMÁRIOS Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTI MÓVEL” na parte traseira. Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTI MÓVEL” nas laterais. 02 (duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem		
--	--	--	--

05	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termo em manta acústica entre o revestimento e a lataria do veículo 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corrediça; 3. JANELAS Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corrediça, com vidros deslizantes; Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO Armário superior na lateral esquerda confeccionado em compensado naval na cor branca, com portas corrediças em acrílico; Armário superior complementar para ar- condicionado. 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, assento e encostos estofados a cor cinza e cintos de segurança 6. MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvin e cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque Iluminação interna com 03 (três) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento Sinalizador acústico e visual em forma de barra linear com sirene eletrônica 01 (um) ventilador oscilante; Sirene de ré 9. EQUIPAMENTOS 01 Balaústre em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 (um) suporte para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. Lixeira plástica;	Unid	01

	10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 07 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 07 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra AMBULÂNCIA, Espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
06	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta acústica 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corrediça; 3. JANELAS Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corrediça, com vidros deslizantes; Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO Armário superior na lateral esquerda em MDF 15 mm revestidos em fórmica na cor branca, com portas corrediças em acrílico e local para exaustor; Armário inferior tipo balcão com local para prancha de coluna e equipamentos médicos e tomadas elétricas.	Unid	01

	5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 acompanhantes, confeccionado em MDF branco 15 mm revestido em fórmica na cor (Azul mineral) com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta traseira Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin na cor azul minieral, Cintos de segurança abdominal. 6. MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvine cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque Inversor de voltagem 12 para 110 volts de 1000 watts 02 tomadas 110 volts Bateria de 100 AH Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento Sinalizador acústico e visual em formato de barra, em LED na cor vermelha, com sirene eletrônica. Barra traseira com duas lanternas vermelhas nas laterais e luz de embarque no centro Sirene de ré Sinalização externa com lanternas retangulares pulsantes em leds nas laterais, sendo duas na cor vermelha e uma na cor cristal ao centro; Exaustor tipo cooler instalados na lateral esquerda do veículo, embutidos no armário; 9. EQUIPAMENTOS 02 Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 02 suportes para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. Lixeira plástica; 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. 11. GRAFISMO Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem		
--	--	--	--

	limite de quilometragem.		
07	AMBULÂNCIA TIPO C VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com espuma e courvim automotivo Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura Aplicação de manta vinílica inteiriça sobre o compensado com calefação em todas as bordas Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral correção (PLC). 3. JANELAS Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral correção, com película branca e três listras horizontais centralizadas Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação 4. ARMARIO Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior 6. MACA Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca Trilho para guia da maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. 8. ELÉTRICA Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de	Unid	01

	interruptores com teclas do tipo iluminadas; 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt Central Elétrica composta de disjuntores Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. Exaustor Sinalizador acústico de marcha ré; 9. EQUIPAMENTOS Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú Suporte para bomba de infusão 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra ambulância na parte traseira; Palavra ambulância invertida no capô; 02 (duas) cruzes vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
08	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTÍMÓVEL Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com	Unid	01

	espuma e courvim automotivo Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura Aplicação de manta vinílica inteiraça sobre o compensado com calefação em todas as bordas Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral corrediça (PLC). 3. JANELAS Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral corrediça, com película branca e três listras horizontais centralizadas Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação 4. ARMARIO Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior 6. MACA Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca Trilho para guia da maca. 7. BANCO DO MÉDICO Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. 8. ELÉTRICA Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas; 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt Central Elétrica composta de disjuntores Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. Exaustor Sinalizador acústico de marcha ré. 9. EQUIPAMENTOS		
--	--	--	--

	Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú Suporte para bomba de infusão Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli. (equip. universal) wifi português, ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA Ventilador pulmonar eletrônico microtal total ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. Cardioversor bifásico vivo gold((ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+IMP) ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. Prancha de polietileno adulto com cinto Prancha curta – (chave) c/ cinto 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra ambulância na parte traseira; Palavra ambulância invertida no capo; 02 (duas) cruzeiras vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
--	--	--	--

Bocaina de Minas__de____de 2026

LUZIMAR DE MOURA

BENFICA:4254486669

1

Assinado de forma digital por
LUZIMAR DE MOURA
BENFICA:42544866691
Dados: 2026.03.02 14:04:21 -03'00'

Assinatura

ANEXO ÚNICO

Eu, José Francisco Matos e Silva, Prefeito Municipal de Bom Jardim de Minas, na qualidade de representante legal do Município de Bom Jardim de Minas, declaro, para os devidos fins, que este município possui interesse em participar de licitação conjunta com vistas à formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Ambulâncias novas (0 km), nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO A 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO - Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta de vinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem. 3. JANELAS - Janela lateral instalada na porta corrediça, com vidro opaco e parte deslizante, padrão ambulância. - Vidros traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias. - Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO - Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, instalado na lateral e/ou estendido acima da cabine do motorista. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) - Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. - Assento e encosto estofados, cor cinza. - Cintos de segurança abdominais. 6. MACA	Unid	1

	▪ 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. ▪ Colchonete em espuma revestido em couro vin preto, com cintos de segurança. ▪ Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 7. BANCO DO MÉDICO ▪ Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO ▪ Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilador/exaustor e farol de embarque. ▪ Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias instaladas no teto. ▪ Sinalizador acústico e visual tipo barra, com sirene eletrônica de 4 (quatro) tons. ▪ Luz de embarque traseira. ▪ 01 (um) exaustor instalado na lateral do armário. ▪ Sirene de ré. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS ▪ 01 (um) balaústre em tubo encapsulado instalado no teto. ▪ 01 (um) suporte móvel para soro/plasma, instalado no balaústre, tipo deslizante, com ajuste no sentido longitudinal. ▪ Acabamento em inox para proteção da entrada da maca (choque traseiro). 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO ▪ Sistema fixo contendo: ▪ 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio de 7 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação de 35 mm; ▪ 01 (um) cilindro de oxigênio de 7 L, com válvula e manômetro; ▪ Régua tripla completa; ▪ Fluxômetro com máscara; ▪ Chicote para oxigenação; ▪ Humidificador; ▪ Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO ▪ Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira em forma invertida. ▪ Palavra "AMBULÂNCIA" na parte traseira. ▪ 02 (duas) cruzes vermelhas nas laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA ▪ Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
02	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO B 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO ▪ Isolamento termo e acústico nas laterais e no teto, em manta com resina	Unid	XX

fenólica devidamente instalada conforme padrões técnicos.

2. REVESTIMENTO INTERNO

- Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente.
- Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em mantadevinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem.

3. JANELAS

- Janela lateral instalada na porta corredeira, com vidro opaco e porta deslizante, padrão ambulância.
- Vidros traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias
- Janela de comunicação instalada na divisória original.

4. ARMÁRIO

- 01 (um) armário superior instalado na lateral esquerda, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica branca, com portas corredeiras em acrílico.
- 01 (um) armário inferior tipo bancada.

5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES)

- Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada.
- Assento e encostos estofados na cor cinza.
- Cintos de segurança abdominais.

6. MACA

- 01 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de **1.900 mm** confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios.
- Colchonete em espuma revestido em courvin, com cintos de segurança.
- Acabamentos em aço inox na entrada, pontos de descanso das rodas da maca, quinas dos armários e banco baú.
- Trilho guia para a maca.

7. BANCO DO MÉDICO

- Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança.

8. SISTEMA ELÉTRICO

- Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação/exaustor e farol de embarque.
- Tomadas 110V + equipamentos elétricos.
- Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto.
- Sinalizador acústico e visual tipo barra linear, com sirene eletrônica de mínimo 03 tons.
- Barra traseira com duas lanternas vermelhas e luz de embarque central.
- 01 (um) ventilador oscilante.
- Sirene de ré.

9. EQUIPAMENTOS INTERNOS

- **02 (dois)** balaústres em tubo encapsulado instalados no teto.
- **02 (dois)** suportes móveis para soro/plasma, instalados nos balaústres, tipo deslizante, com ajuste longitudinal.
- Lixeira plástica.

10. SISTEMA DE OXIGÊNIO

	Sistema fixo contendo: 01 (um) suporte duplo para cilindro de oxigênio de 16 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação. 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 L com válvula e manômetro. - Régua tripla completa. - Fluxômetro com máscara. - Chicote para oxigenação. - Humidificador. - Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO - Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira, em forma invertida. - Palavra "AMBULÂNCIA" na parte traseira. 02 (duas) cruzes vermelhas nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
03	AMBULÂNCIA TIPO C – SUPORTE AVANÇADO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO C 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO - Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. - Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO - Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO - Alimentação com bateria auxiliar de 100 Ah. - Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. - Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. - Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12V - Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque	Unid	XX

	- Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. - Carregador de bateria incorporado ao sistema. 5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central. - Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS - Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. - Vidros traseiros padrão ambulância, fixos e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO - Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesseis) litros; - Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): - Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. - Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. - Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: - Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACAE IMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. - Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso - das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS - Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. - Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. - Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. 11. ARMÁRIOS - Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO		
--	--	--	--

	- Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. - Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTIMÓVEL” na parte traseira. - Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTIMÓVEL” nas laterais. 02 (duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
04	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTI MÓVEL VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO D 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO - Isolamento térmico e acústico nas laterais e teto, executado em manta <i>Acusterm</i> devidamente instalada conforme padrões técnicos vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. - Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO - Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO - Alimentação com bateria auxiliar de 100 Ah. - Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relés e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. - Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. - Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12 V - Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque - Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. - Carregador de bateria incorporado ao sistema. 5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central. - Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS	Unid	XX

	- Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. - Vidros traseiros padrão ambulância, fixos e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO - Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesesseis) litros; - Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): - Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. - Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. - Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: - Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACAE IMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. - Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. - Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS - Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. - Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. - Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. - Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli (equip. universal) wifi português - Ventilador pulmonar eletrônico micrototal total - Cardioversor bifásico vivo gold (ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MODO PASO+IMP) - Prancha de polietileno adulto com cinto - Prancha curta – (chave) c/ cinto 11. ARMÁRIOS - Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO - Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. - Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTI MÓVEL” na parte traseira. - Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTI MÓVEL” nas laterais. 02 (duas) cruzeiros azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem		
--	--	--	--

05	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. ISOLAMENTO TERMICO - Isolamento termo em manta acústica entre o revestimento e a lataria do veículo REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno do teto e laterais em ABS; - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; - Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corredeira; JANELAS - Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corredeira, com vidros deslizantes; - Vidros padrão ambulância nas portas traseiras ARMARIO - Armário superior na lateral esquerda confeccionado em compensado naval na cor branca, com portas corredeiras em acrílico; Armário superior complementar para ar- condicionado. BANCO BAU - Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, assento e encostos estofados a cor cinza e cintos de segurança MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvin e cintos de segurança, - Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; - Trilho guia para maca BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque - Iluminação interna com 03 (três) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento - Sinalizador acústico e visual em forma de barra linear com sirene eletrônica 01 (um) ventilador oscilante; - Sirene de ré EQUIPAMENTOS 01 Balaústre em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 (um) suporte para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. - Lixeira plástica; SISTEMA DE OXIGÊNIO	Unid	XX
----	---	------	----

	Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 07 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 07 litros com válvula e manômetro - Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO - Palavra AMBULÂNCIA, - Espelhada (invertida) no capô; - Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras - Cruzes nos vidros das portas traseiras; - Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
06	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO - Isolamento termoacústico em manta acústica 2. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno do teto e laterais em ABS; - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; - Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corredeira; 3. JANELAS - Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corredeira, com vidros deslizantes; - Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO - Armário superior na lateral esquerda em MDF 15 mm revestidos em fórmica na cor branca, com portas corredeiras em acrílico e local para exaustor; - Armário inferior tipo balcão com local para prancha de coluna e equipamentos médicos e tomadas elétricas.	Unid	XX

	5. BANCO BAÚ - Banco tipo baú para 03 acompanhantes, confeccionado em MDF branco 15 mm revestido em fórmica na cor (Azul mineral) com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta traseira - Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin na cor azul minieral, Cintos de segurança abdominal. 6. MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvin e cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO - Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque - Inversor de voltagem 12 para 110 volts de 1000 watts 02 tomadas 110 volts - Bateria de 100 AH Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento - Sinalizador acústico e visual em formato de barra, em LED na cor vermelha, com sirene eletrônica. - Barra traseira com duas lanternas vermelhas nas laterais e luz de embarque no centro - Sirene de ré - Sinalização externa com lanternas retangulares pulsantes em leds nas laterais, sendo duas na cor vermelha e uma na cor cristal ao centro; - Exaustor tipo cooler instalados na lateral esquerda do veículo, embutidos no armário; 9. EQUIPAMENTOS 02 Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 02 suportes para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. - Lixeira plástica; 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO - Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro - Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi - Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; - Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras - Cruzes nos vidros das portas traseiras; - Cruzes nas laterais do veículo. 11. GRAFISMO - Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; - Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras - Cruzes nos vidros das portas traseiras; - Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.	
--	---	--

07	AMBULÂNCIA TIPO C VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. ISOLAMENTO TERMICO - Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno do teto e laterais em ABS; - Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com espuma e courvim automotivo - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura - Aplicação de manta vinílica inteira sobre o compensado com calefação em todas as bordas - Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral corredeira (PLC). JANELAS - Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; - Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral corredeira, com película branca e três listras horizontais centralizadas - Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação ARMARIO - Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior BANCO BAU - Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior MACA - Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança - Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca - Trilho para guia da maca BANCO DO MÉDICO - Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. ELÉTRICA - Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas;	Unid	XX

	01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt - Central Elétrica composta de disjuntores - Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds - Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. - Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. - Exaustor - Sinalizador acústico de marcha ré; 9. EQUIPAMENTOS - Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, - Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú - Suporte para bomba de infusão 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO - Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro - Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO - Palavra ambulância na parte traseira; - Palavra ambulância invertida no capo; 02 (duas) cruzes vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
08	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTI MÓVEL Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO - Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno do teto e laterais em ABS; - Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com espuma e courvim automotivo	Unid	XX

	▪ Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura ▪ Aplicação de manta vinílica inteiriça sobre o compensado com calefação em todas as bordas ▪ Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral corredeira (PLC). 3. JANELAS ▪ Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; ▪ Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral corredeira, com película branca e três listras horizontais centralizadas ▪ Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação 4. ARMARIO ▪ Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior 5. BANCO BAU ▪ Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior 6. MACA ▪ Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança. ▪ Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca - Trilho para guia da maca. 7. BANCO DO MÉDICO ▪ Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. 8. ELÉTRICA ▪ Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas; ▪ 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; ▪ 01 (um) cabo de extensão de 20 metros ▪ 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; ▪ 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w ▪ 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt ▪ Central Elétrica composta de disjuntores ▪ Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; ▪ 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds ▪ Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. ▪ Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. ▪ Exaustor ▪ Sinalizador acústico de marcha ré. 9. EQUIPAMENTOS ▪ Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto;		
--	---	--	--

	▪ 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, ▪ Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú ▪ Suporte para bomba de infusão ▪ Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli. (equip. universal) wifi português, ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA ▪ Ventilador pulmonar eletrônico microral total ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. - Cardioversor bifásico vivo gold(ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+IMP) ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. ▪ Prancha de polietileno adulto com cinto ▪ Prancha curta – (chave) c/ cinto 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO ▪ Sistema fixo de oxigênio contendo: ▪ 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação ▪ 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro ▪ Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO ▪ Palavra ambulância na parte traseira; ▪ Palavra ambulância invertida no capo; ▪ 02 (duas) cruzes vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
--	--	--	--

Bom Jardim de Minas, 20 de fevereiro de 2026

JOSE FRANCISCO
MATOS E
SILVA:0482057360
8

Assinado de forma digital
por JOSE FRANCISCO
MATOS E
SILVA:04820573608
Dados: 2026.02.20 08:34:25
-03'00'

Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas

Eu, Jucelio Fernandes de Oliveira, Prefeito Municipal de Chácara, na qualidade de representante legal do Município CHÁCARA, declaro, para os devidos fins, que este município manifesta interesse em participar da licitação conjunta para a aquisição de ambulâncias com os descritivos abaixo, nos quantitativos indicados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO A 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO - Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta de vinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem. 3. JANELAS - Janela lateral instalada na porta corrediça, com vidro opaco e parte deslizante, padrão ambulância. - Vidros traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias. - Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO - Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, instalado na lateral e/ou estendido acima da cabine do motorista. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) - Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. - Assento e encosto estofados, cor cinza. - Cintos de segurança abdominais. 6. MACA 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. - Colchonete em espuma revestido em couro preto, com cintos de segurança. - Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú.	Unid	01

	7. BANCO DO MÉDICO ▪ Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO ▪ Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilador/exaustor e farol de embarque. ▪ Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias instaladas no teto. ▪ Sinalizador acústico e visual tipo barra, com sirene eletrônica de 4 (quatro) tons. ▪ Luz de embarque traseira. ▪ 01 (um) exaustor instalado na lateral do amário. ▪ Sirene de ré. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS ▪ 01 (um) balaústre em tubo encapsulado instalado no teto. ▪ 01 (um) suporte móvel para soro/plasma, instalado no balaústre, tipo deslizante, com ajuste no sentido longitudinal. ▪ Acabamento em inox para proteção da entrada da maca (choque traseiro). 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO ▪ Sistema fixo contendo: ▪ 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio de 7 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação de 35 mm; ▪ 01 (um) cilindro de oxigênio de 7 L, com válvula e manômetro; ▪ Régua tripla completa; ▪ Fluxômetro com máscara; ▪ Chicote para oxigenação; ▪ Humidificador; ▪ Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO ▪ Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira em forma invertida. ▪ Palavra "AMBULÂNCIA" na parte traseira. ▪ 02 (duas) cruzes vermelhas nas laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA ▪ Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
02	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO B 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO ▪ Isolamento termo e acústico nas laterais e no teto, em manta com resina fenólica devidamente instalada conforme padrões técnicos. 2. REVESTIMENTO INTERNO ▪ Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução	Unid	01

CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente.

- Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em mantadevinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem.

3. JANELAS

- Janela lateral instalada na porta corredeira, com vidro opaco e porta deslizante, padrão ambulância.
- Vidros traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias
- Janela de comunicação instalada na divisória original.

4. ARMÁRIO

- 01 (um) armário superior instalado na lateral esquerda, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica branca, com portas corredeiras em acrílico.
- 01 (um) armário inferior tipo bancada.

5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES)

- Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada.
- Assento e encostos estofados na cor cinza.
- Cintos de segurança abdominais.

6. MACA

- 01 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios.
- Colchonete em espuma revestido em courvin, com cintos de segurança.
- Acabamentos em aço inox na entrada, pontos de descanso das rodas da maca, quinas dos armários e banco baú.
- Trilho guia para a maca.

7. BANCO DO MÉDICO

- Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança.

8. SISTEMA ELÉTRICO

- Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação/exaustor e farol de embarque.
- Tomadas 110V + equipamentos elétricos.
- Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto.
- Sinalizador acústico e visual tipo barra linear, com sirene eletrônica de mínimo 03 tons.
- Barra traseira com duas lanternas vermelhas e luz de embarque central.
- 01 (um) ventilador oscilante.
- Sirene de ré.

9. EQUIPAMENTOS INTERNOS

- 02 (dois) balaústres em tubo encapsulado instalados no teto.
- 02 (dois) suportes móveis para soro/plasma, instalados nos balaústres, tipo deslizante, com ajuste longitudinal.
- Lixeira plástica.

10. SISTEMA DE OXIGÊNIO

Sistema fixo contendo:

- 01 (um) suporte duplo para cilindro de oxigênio de 16 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação.
- 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 L com válvula e manômetro.

	▪ Régua tripla completa. ▪ Fluxômetro com máscara. ▪ Chicote para oxigenação. ▪ Humidificador. ▪ Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO ▪ Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira, em forma invertida. ▪ Palavra "AMBULÂNCIA" na parte traseira. ▪ 02 (duas) cruzes vermelhas nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
03	AMBULÂNCIA TIPO C – SUPORTE AVANÇADO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO C 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO ▪ Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO ▪ Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. ▪ Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. ▪ Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO ▪ Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO ▪ Alimentação com bateria auxiliar de 100Ah. ▪ Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. ▪ Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. ▪ Pannel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V ▪ 02 (duas) tomadas de 12V ▪ Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque ▪ Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. ▪ Carregador de bateria incorporado ao sistema.	Unid	01

5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

- Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central.
- Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa.
- 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca.
- 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min.

6. JANELAS

- Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno.
- Vidros traseiros padrão ambulância, fixos e com película.

7. SISTEMA DE OXIGÊNIO

- Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi;
- 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesesseis) litros, com válvula e manômetro;
- 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesesseis) litros;
- Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro);

8. BANCOS

Banco Baú (acompanhantes):

- Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida.
- Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza.
- Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes.

Banco do Médico:

- Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin.

9. MACA E IMOBILIZAÇÃO

- 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios.
- Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso
- das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú.

10. EQUIPAMENTOS INTERNOS

- Balaústre tubular encapsulado instalado no teto.
- Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre.
- Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado.

11. ARMÁRIOS

- Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica

12. GRAFISMO PADRÃO

- Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira, em forma invertida.
- Palavra "AMBULÂNCIA" e "UTIMÓVEL" na parte traseira.

	- Palavra "AMBULÂNCIA" e "UTI MÓVEL" nas laterais. 02 (duas) cruzeiros azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
04	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTI MÓVEL VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO D 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO - Isolamento térmico e acústico nas laterais e teto, executado em manta <i>Acusterm</i> devidamente instalada conforme padrões técnicos vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. - Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO - Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO - Alimentação com bateria auxiliar de 100Ah. - Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. - Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. - Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12V - Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque - Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. - Carregador de bateria incorporado ao sistema. 5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central. - Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min.	Unid	01