



ESTADO DE GOIÁS  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
15º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR - TRINDADE

**RELATÓRIO Nº 255 / 2025 CBM/15º BBM-TRINDADE-09894**

Trata-se do Pregão Eletrônico - 019/2025 Ofício 46003 referente ao registro de preço para futuras aquisições de materiais permanentes, hospitalares, de treinamento e insumos, para o atendimento de ocorrências Pré-hospitalares para atender às necessidades do 15º Batalhão Bombeiro Militar do Estado de Goiás/15º BBM do Município de Trindade, onde foi constatado que os itens relacionados abaixo não atendem as especificações do objeto contidas no Termo de Referência, a saber:

- Código 0025 - Produto: Eletrodos para Desfibrilador Externo Automático (DEA): Marca CMOS DRAKE, Modelo: LIFE 400 FUTURA conector preto. Características: Eletrodo adulto radiotransparente descartável para desfibrilação externa, cardioversão e monitoramento; Conjunto com dois eletrodos tipo pás, autoadesivos, conectados por fios a uma tomada macho/fêmea adaptável ao desfibrilador com desenho do correto posicionamento no paciente, na embalagem e no eletrodo. Forma de Apresentação: pacote com 1 (um) conjunto, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade, lote conforme a legislação sanitária vigente pertinente ao produto.

- Código 0026 - Produto: Eletrodos para Desfibrilador Externo Automático (DEA): Marca CMOS DRAKE, Modelo: LIFE 400 FUTURA conector preto. Características: Eletrodo infantil radiotransparente descartável para desfibrilação externa, cardioversão e monitoramento; Conjunto com dois eletrodos tipo pás, autoadesivos, conectados por fios a uma tomada macho/fêmea adaptável ao desfibrilador com desenho do correto posicionamento no paciente, na embalagem e no eletrodo. Forma de Apresentação: pacote com 1 (um) conjunto, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade, lote conforme a legislação sanitária vigente pertinente ao produto.

As pás (eletrodos) apresentadas, modelo Medilink, pela empresa CIRUGIA SANTA HELENA LTDA, não são compatíveis com os desfibriladores da Cmos Drake. A Cmos Drake recomenda que sejam utilizados apenas eletrodos originais em seus equipamentos, pois foram projetados e desenvolvidos exclusivamente para eles. O uso de eletrodos de terceiros pode causar riscos como queimaduras e redução da taxa de sobrevivência, além de invalidar a garantia do equipamento.

Atenciosamente,

REGIANE DE FÁTIMA CAVALCANTE PINHEIRO - MAJ QOC  
Subcomandante do 15º BBM

TRINDADE, 20 de agosto de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **REGIANE DE FATIMA CAVALCANTE PINHEIRO, Subcomandante**, em 20/08/2025, às 12:32, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **78531025** e o código CRC **9F923AF2**.

15º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR - TRINDADE  
AVENIDA MANOEL MONTEIRO S/N, ESQ. COM RUA DA PECUÁRIA - Bairro JARDIM  
SALVADOR - TRINDADE - GO - CEP 75388-478 - (62)3505-3369.



Referência: Processo nº 202400011002941



SEI 78531025