

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA**

Pág 1 / 1

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 01.273.946/0001-94

Endereço: RUA DR. FRANCISCO TIMM - 480 CENTRO

Telefone: (55) 3513-5100

CEP: 98.780-803

Cidade: Santa Rosa

Edital

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Máxima
1	FMS - SELADORA PARA SELAGEM DE EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. POSSUI SUPORTE PARA ROLOS QUE ACOMODA ATÉ DOIS TUBULARES DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DEVE TER RESISTÊNCIA BLINDADA COM TECNOLOGIA PTC GARANTIR O CONTROLE EFICAZ DA TEMPERATURA. AQUECE EM APROXIMADAMENTE TRÊS MINUTOS E SELA EM 6 SEGUNDOS. SELAGEM POR ALAVANCA COM TRAVA. SISTEMA INTEGRADO DE CORTE (GUILHOTINA) EM AMBAS AS DIREÇÕES. SISTEMA DE AVISOS COM LEDS E BIPS SONOROS QUE INDICAM (LIGADA/DESLIGADA; AQUECENDO; PRONTA PARA USO; SELAGEM COMPLETA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS. DIMENSÕES (LXAXP) 44,2 X 12,5 X 30,5 CM; ÁREA DE SELAGEM COM COMPRIMENTO DE 30 CM; LARGURA DE SELAGEM: 12 MM; BIVOLT AUTOMÁTICO (110 V - 240 V), POTÊNCIA 180 W - 2 ANOS DE GARANTIA.	23	UNIDADE	R\$1.006,27	R\$ 23.144,21
2	FMS - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30 CM X 100 M - ROLO, EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X POLIÉSTER - POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98%, LIVRE DE MICROFUROS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEIS AO AR E AO AGENTE ESTERELIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM LARGURA QUE NÃO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR. O POLÍMERO E O COPOLÍMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUÍMICOS PARA MONITORAÇÃO, QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO - ROLO.	40	ROLO	R\$197,91	R\$ 7.916,40
Total Geral:				R\$1.204,18	R\$ 31.060,61