



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Prefeito Valdir Mazutti – Centro – Tel. (65) 3283-3807 – CEP 78.310-000
e-mail: saude@comodoro.mt.gov.br – Comodoro-MT



Processo Administrativo nº 006/2026/SMS

JUSTIFICATIVA DE PREÇOS

Referente à contratação direta, na modalidade Dispensa de Licitação, para aquisição de equipamentos laboratoriais destinados ao Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Comodoro-MT.

Objeto:

Aquisição de 01 (um) analisador de íons/eletrólitos, 02 (dois) banhos-maria laboratoriais e 02 (duas) centrífugas laboratoriais, destinados ao Laboratório Municipal de Análises Clínicas, visando ao aprimoramento da capacidade diagnóstica, eficiência operacional e qualidade dos serviços laboratoriais prestados pela Secretaria Municipal de Saúde de Comodoro–MT.

1. Fundamentação legal:

A presente justificativa atende ao disposto nos arts. 5º e 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece que o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os preços praticados no mercado, observados os princípios da economicidade, eficiência e vantajosidade.

Atende, ainda, ao Decreto Municipal nº 11/2023, que disciplina os procedimentos administrativos para pesquisa e justificativa de preços no âmbito da Administração Pública Municipal, especialmente quanto à utilização de múltiplas fontes de pesquisa, à adoção de metodologia estatística adequada e à apresentação de memória de cálculo do valor estimado.

Fundamenta-se ainda no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, considerando tratar-se de aquisição com valor inferior ao limite legal atualizado pelo Decreto Federal nº 12.807/2025, sendo, portanto, juridicamente viável a adoção da dispensa de licitação

2. Memória de cálculo e resultado da pesquisa de preços:

Em conformidade com o §1º do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021 e com o art. 4º, incisos I, II e IV, bem como §§1º e 3º, do Decreto Municipal nº 11/2023, a pesquisa de preços foi realizada a partir da combinação de múltiplas fontes oficiais, independentes e complementares, com o objetivo de aferir a compatibilidade dos valores analisados.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Prefeito Valdir Mazutti – Centro – Tel. (65) 3283-3807 – CEP 78.310-000
e-mail: saude@comodoro.mt.gov.br – Comodoro-MT



Foram utilizadas as seguintes bases:

- Banco de Preços;
- Radar de Controle Público do TCE-MT.

Ressalta-se que, considerando a natureza do objeto (equipamentos laboratoriais padronizados e amplamente disponíveis no mercado), não foram utilizadas cotações diretas com fornecedores, medida que reforça a imparcialidade da pesquisa e evita potencial direcionamento, em consonância com as boas práticas dos órgãos de controle.

Valores coletados:

a) Banco de Preços

Analizador de Íons

Órgão	Data	Quantidade	Valor unitário
Hospital das Clínicas de Pernambuco-PE	05/09/2025	01	R\$ 41.700,00
Município de Novo Cruzeiro-MG	07/08/2025	01	R\$ 31.247,50
Município de Santa Helena-GO	18/03/2025	01	R\$ 42.000,00

Média: R\$ 38.315,83 / Mediana: R\$ 41.700,00

Banho Maria

Órgão	Data	Quantidade	Valor unitário
Comando da 2ª Brigada de Infantaria da Selva-AM	05/11/2025	01	R\$ 3.164,00
Hospital U. Cassiano Antônio de Marais-ES	22/10/2025	01	R\$ 3.186,19
Governo do Estado do Paraná	03/12/2025	01	R\$ 2.843,00

Média: R\$ 3.064,40 / Mediana: R\$ 3.164,00

Centrífuga

Órgão	Data	Quantidade	Valor unitário
Município de Ouro Fino-MG	10/11/2025	01	R\$ 10.133,00
Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia	04/11/2025	01	R\$ 8.690,00
Município de São Sebastião do Caí-RS	30/09/2025	01	R\$ 10.490,00

Média: R\$ 9.771,00 / Mediana: R\$ 10.133,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Prefeito Valdir Mazutti – Centro – Tel. (65) 3283-3807 – CEP 78.310-000
e-mail: saude@comodoro.mt.gov.br – Comodoro-MT



b) Radar de Controle Público (TCE-MT)

Analizador de Íons

Órgão	Data	Quantidade	Valor unitário
Município de São José do Xingu-MT	12/12/2025	01	R\$ 25.459,91
Município de Campos de Julio-MT	29/09/2025	01	R\$ 21.980,00
Município de Diamantino-MT	13/02/2026	01	R\$ 35.800,00

Média: R\$ 27.746,63 / Mediana: R\$ 25.459,91

Banho Maria

Órgão	Data	Quantidade	Valor unitário
Município de Paranaíta-MT	05/12/2025	01	R\$ 2.980,00
Município de Nova Ubiratã-MT	18/08/2025	01	R\$ 2.799,97
Município de Aripuanã-MT	28/05/2025	01	R\$ 4.370,00

Média: R\$ 3.383,32 / Mediana: R\$ 2.980,00

Centrífuga

Órgão	Data	Quantidade	Valor unitário
Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires	29/04/2025	01	R\$ 9.618,11
Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires	29/04/2025	01	R\$ 6.600,00
Município de Nova Ubiratã-MT	18/08/2025	01	R\$ 9.499,92

Média: R\$ 8.572,67 / Mediana: R\$ 9.499,92

Metodologia utilizada e análise consolidada dos dados:

Para definição dos valores estimados da contratação, foi adotado o método da média aritmética simples, considerando os valores coletados junto às fontes públicas pesquisadas, em observância às boas práticas de planejamento e aos princípios da economicidade e eficiência.

A pesquisa de preços contemplou duas bases distintas e complementares (Banco de Preços e Radar de Controle Público do TCE-MT) assegurando maior representatividade do mercado e mitigação de riscos de distorções ou direcionamento.

Síntese das médias consolidadas apuradas:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Prefeito Valdir Mazutti – Centro – Tel. (65) 3283-3807 – CEP 78.310-000
e-mail: saude@comodoro.mt.gov.br – Comodoro-MT



Equipamento	Banco de Preços	Radar TCE-MT	Média Consolidada
Analizador de íons/eletrolitos	R\$ 38.315,83	R\$ 27.746,63	R\$ 33.031,23
Banho-maria laboratorial	R\$ 3.064,40	R\$ 3.383,32	R\$ 3.223,86
Centrífuga laboratorial	R\$ 9.771,00	R\$ 8.572,67	R\$ 9.171,83

Valor total estimado da contratação:

Item	Quantidade	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
Analizador de íons/eletrolitos	01	R\$ 33.031,23	R\$ 33.031,23
Banho-maria laboratorial	02	R\$ 3.223,86	R\$ 6.447,72
Centrífuga laboratorial	02	R\$ 9.171,83	R\$ 18.343,66

Valor total estimado da contratação: R\$ 57.822,61 (cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos).

Análise dos dados:

- Os valores obtidos junto ao Banco de Preços apresentam estabilidade e aderência a contratações públicas recentes realizadas por diversos entes administrativos;
- Os dados extraídos do Radar de Controle Público do TCE-MT demonstram compatibilidade com a realidade regional das contratações públicas no Estado de Mato Grosso;
- Não foram identificados preços manifestamente inexequíveis ou excessivamente superiores à média mercadológica;
- As variações verificadas entre os valores pesquisados decorrem de fatores naturais do mercado, tais como marca, fabricante, tecnologia empregada, condições comerciais, logística de fornecimento, região da contratação e data da aquisição, não comprometendo a compatibilidade dos preços obtidos com os objetos pretendidos pela Administração.

3. Valor estimado e critério de julgamento:

Com base na metodologia adotada, fixou-se como valor estimado da contratação o montante de R\$ 57.822,61 (cinquenta e sete mil oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos).



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Prefeito Valdir Mazutti – Centro – Tel. (65) 3283-3807 – CEP 78.310-000
e-mail: saude@comodoro.mt.gov.br – Comodoro-MT



Este valor será considerado como valor máximo aceitável para fins de contratação, sendo referência para julgamento das propostas, sendo considerada mais vantajosa a proposta que apresentar o menor preço, desde que atendidas integralmente as especificações técnicas do Termo de Referência.

4. Análise de compatibilidade e vantajosidade:

A estimativa obtida demonstra-se compatível com os preços praticados no mercado público, considerando contratações similares recentes realizadas por outros entes da Administração Pública para aquisição de equipamentos laboratoriais equivalentes aos pretendidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Comodoro-MT.

Os valores apurados revelam-se adequados à realidade administrativa e mercadológica, uma vez que foram obtidos a partir de múltiplas fontes públicas oficiais e independentes, assegurando maior representatividade e confiabilidade à formação do preço estimado.

Do ponto de vista técnico, a estimativa apresenta-se segura e suficientemente fundamentada, tendo sido elaborada com base em dados extraídos do Banco de Preços e do Radar de Controle Público do TCE-MT, ferramentas amplamente reconhecidas pelos órgãos de controle como fontes idôneas para pesquisa mercadológica em contratações públicas.

Ademais, a metodologia adotada mostra-se apta a mitigar riscos de sobrepreço ou inexequibilidade, observando os princípios da economicidade, eficiência, planejamento e vantajosidade previstos na Lei nº 14.133/2021.

Destaca-se, ainda, que a utilização conjunta de diferentes bases de pesquisa proporciona maior robustez à análise comparativa, reduzindo distorções ocasionais de mercado e ampliando a confiabilidade do valor estimado para cada item da contratação.

Considerando que o julgamento da contratação ocorrerá pelo critério de menor preço por item, os valores estimados individualizados para analisador de íons/eletrólitos, banho-maria laboratorial e centrífuga laboratorial servirão como parâmetros máximos aceitáveis para avaliação da vantajosidade das propostas apresentadas, desde que observadas integralmente as especificações técnicas constantes no Termo de Referência.

5. Conclusão:

Diante das pesquisas realizadas e da metodologia adotada, conclui-se que os valores estimados para os equipamentos laboratoriais pretendidos apresentam-se razoáveis, compatíveis com o mercado e adequados à contratação pretendida, atendendo integralmente ao disposto no art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

A estimativa demonstra-se suficiente para assegurar a seleção das propostas mais vantajosas à Administração Pública, observando os princípios da economicidade, eficiência, planejamento e interesse público.

Adicionalmente, verifica-se que o valor total estimado da contratação, correspondente a R\$ 57.822,61 (cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos), encontra-se dentro do limite legal aplicável à contratação por dispensa de licitação, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, conforme atualização promovida pelo Decreto Federal nº 12.807/2025, reforçando a viabilidade jurídica do procedimento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Prefeito Valdir Mazutti – Centro – Tel. (65) 3283-3807 – CEP 78.310-000
e-mail: saude@comodoro.mt.gov.br – Comodoro-MT



Dessa forma, resta devidamente justificada a estimativa de preços da presente contratação, recomendando-se o prosseguimento do processo administrativo para aquisição de 01 (um) analisador de íons/eletrolitos, 02 (dois) banhos-maria laboratoriais e 02 (duas) centrífugas laboratoriais, destinados ao Laboratório Municipal de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde de Comodoro-MT.

Comodoro-MT, 25 de maio de 2026.

Eric Vieira
Assistente Administrativo
Matricula nº 4666



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Prefeito Valdir Mazutti – Centro – Tel. (65) 3283-3807 – CEP 78.310-000
e-mail: saude@comodoro.mt.gov.br – Comodoro-MT



**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO BALIZAMENTO E PESQUISA
DE PREÇOS**

Eu, Eric Vieira, portador do CPF nº 946.XXX.XXX-53 e matrícula 4666, declaro expressamente minha integral responsabilidade pelo balizamento e pesquisa de preços, bem como pela fidelidade das informações prestadas, conforme estabelecido nas normativas vigentes e nos procedimentos internos desta instituição, pesquisa essa realizada no processo administrativo nº 006/2026/SMS, visando Dispensa de Licitação, para aquisição de um Analisador de Íons/Eletrólitos, dois Banhos-maria e duas centrífugas para o Laboratório Municipal de Análises Clínicas, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Comodoro-MT.

Comprometo-me a conduzir o processo de balizamento e pesquisa de preços com diligência e ética, garantindo a veracidade e precisão das informações obtidas. Reconheço que a confiabilidade desses dados é fundamental para a tomada de decisões adequadas e transparentes por parte desta instituição.

Assumo o compromisso de realizar todas as etapas do processo de balizamento e pesquisa de preços de acordo com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, assegurando a lisura e a transparência de todas as atividades relacionadas.

Por meio desta declaração, isento esta instituição de qualquer responsabilidade decorrente de eventuais falhas ou imprecisões nas informações obtidas durante o processo de balizamento e pesquisa de preços citada, assumindo total responsabilidade por quaisquer consequências advindas de tais ocorrências.

Declaro ainda estar ciente das penalidades previstas em caso de descumprimento das normativas e procedimentos estabelecidos, estando disposto a responder por eventuais infrações cometidas durante a execução das atividades relacionadas ao balizamento e pesquisa de preços.

Comodoro-MT, 25 de maio de 2026.

Eric Vieira
Assistente Administrativo
Matrícula: 4666





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 515F-9066-9D5A-3E08

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ERIC PASSOLD VIEIRA (CPF 946.XXX.XXX-53) em 25/05/2026 09:58:35 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://comodoro.1doc.com.br/verificacao/515F-9066-9D5A-3E08>



Relatório de Cotação: cotação rápida 1466

Pesquisa realizada entre 10/04/2026 14:31:11 e 10/04/2026 14:36:04

Relatório gerado no dia 10/04/2026 14:36:43 (IP: 131.108.166.126)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: analisador de eletrólitos

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	1	R\$ 41.700,00 (un)	-	R\$ 41.700,00	R\$ 41.700,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	15.126.437/0003-05 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH / 155022 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO	15126437000305-1-002320/2025	05/09/2025	R\$ 41.700,00
2	18.404.889/0001-38 - MUNICIPIO DE NOVO CRUZEIRO / 77 - Unidade Única	18404889000138-1-000129/2025	07/08/2025	R\$ 31.247,50
3	11.315.213/0001-29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIÁS	11315213000129-1-000009/2025	18/03/2025	R\$ 42.000,00
Valor Unitário				R\$ 38.315,83

Média dos Preços Obtidos: R\$ 38.315,83

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 41.700,00

Valor Global: R\$ 41.700,00

Detalhamento dos Itens

Item 1: analisador de eletrólitos

Preço Estimado: R\$ 41.700,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 41.700,00	Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 41.700,00
------------------------------------	---------------	---	---

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	analisador de eletrólitos	



Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$ 41.700,00****Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)**

CNPJ:	15.126.437/0003-05	Data:	05/09/2025 10:00
Órgão:	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH / 155022 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO	Modalidade:	Pregão - Eletrônico
Objeto:	Registro de preços visando a eventual aquisição de Equipamentos de simulação e de controles de qualidade para atender demanda do Hospital das Clínicas de Pernambuco - Filial Ebserh.	SRP:	SIM
Descrição:	Analizador Parâmetros Equipamento Saúde - Analizador Parâmetros Equipamento Saúde	Identificação:	15126437000305-1-002320/2025
		Lote/Item:	1/5
		Ata:	N/A
		Homologação:	02/10/2025 00:00
		Fonte:	https://www.gov.br/pncp/pt-br
		Quantidade:	2
		Unidade:	Unidade
		UF:	PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
48.203.210/0001-03	KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			R\$ 41.700,00
VENCEDOR				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:
SP	São Paulo	R JOAO MAFRA, 424		(011) 2749-417

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**R\$ 31.247,50****Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)**

CNPJ:	18.404.889/0001-38	Data:	07/08/2025 08:00
Órgão:	MUNICIPIO DE NOVO CRUZEIRO / 77 - Unidade Única	Modalidade:	Pregão - Eletrônico
Objeto:	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO REAGENTES, INSUMOS E OUTROS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	SRP:	SIM
Descrição:	ANALISADOR DE IONS COM NO MINIMO 06 PARAMETROS NA, K, CL, CA, PH. REALIZAR NO MINIMO 90 ANALISESHORA. COM CALIBRACAO AUTOMATICA. SOFTWARE TOTALMENTE EM PORTUGUES. POSSUIR REGISTRO NA ANVISAMS. COM PACK INICIAL DE REAGENTES E NOBREAK COMPATIVEL COM O EQUIP - ANALISADOR DE IONS COM NO MINIMO 06 PARAMETROS NA, K, CL, CA, PH. REALIZAR NO MINIMO 90 ANALISESHORA. COM CALIBRACAO AUTOMATICA. SOFTWARE TOTALMENTE EM PORTUGUES. POSSUIR REGISTRO NA ANVISAMS. COM PACK INICIAL DE REAGENTES E NOBREAK COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO.	Identificação:	18404889000138-1-000129/2025
		Lote/Item:	1/3
		Ata:	N/A
		Homologação:	18/08/2025 00:00
		Fonte:	https://www.gov.br/pncp/pt-br
		Quantidade:	1
		Unidade:	unidade
		UF:	MG

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
34.637.297/0001-12		LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI			R\$ 31.247,50
VENCEDOR					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R MUCURI, 191	Lenice Rosane Andrade Gomes Canela	(31) 3889-8020	licitacao@lifecarebr.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**R\$ 42.000,00****Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)**

CNPJ: 11.315.213/0001-29	Data: 18/03/2025 14:02
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIÁS	Modalidade: Dispensa
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ANÁLISE CLÍNICA DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.	SRP: NÃO
Descrição: ANALISADOR DE ELETRÓLITOS - ANALISADOR DE ELETRÓLITOS	Identificação: 11315213000129-1-000009/2025
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Homologação: 18/03/2025 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: UNIDADE
	UF: GO

CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
00.137.950/0001-62		SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA				R\$ 42.000,00
VENCEDOR						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
GO	Goiânia	AVENIDA CASTELO BRANCO, 1097	SAMUEL SOUSA MELO	(62) 3946-4866	licitacao2@socram.com.br	





Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas

<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 10/04/2026 14:31:11

Acessar a fonte [aqui](#)



Relatório gerado no dia 10/04/2026 14:36:43 (IP: 131.108.166.126)

Código Validação: nWh90RRmfMUclBvPbBa6v5fLZHtcHzlda3ZkHiHlpSwqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=nWh90RRmfMUclBvPbBa6v5fLZHtcHzlda3ZkHiHlpSwqHU8nPtm6WA%253d%253d>



Relatório de Cotação: cotação rápida 1464

Pesquisa realizada entre 10/04/2026 11:45:55 e 10/04/2026 11:46:23

Relatório gerado no dia 10/04/2026 11:47:10 (IP: 131.108.166.126)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: banho maria

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	1	R\$ 3.164,00 (un)	-	R\$ 3.164,00	R\$ 3.164,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	00.394.452/0001-03 - COMANDO DO EXERCITO / 160515 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	00394452000103-1-021373/2025	05/11/2025	R\$ 3.164,00
2	15.126.437/0003-05 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH / 155012 - HOSPITAL U. CASSIANO ANTONIO DE MORAIS	15126437000305-1-003063/2025	22/10/2025	R\$ 3.186,19
Valor Unitário				R\$ 3.175,10

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Governo do Estado do Paraná	17162025-UNIOESTE REITOR - Universidade Estadual do Oeste do Parana - Reitoria-Governo do Estado do Parana	03/12/2025	R\$ 2.843,00
Valor Unitário				R\$ 2.843,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.064,40

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.164,00

Valor Global: R\$ 3.164,00



Detalhamento dos Itens

Item 1: banho maria

Preço Estimado: R\$ 3.164,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3.164,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.164,00

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

banho maria

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.164,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.394.452/0001-03

Data: 05/11/2025 10:40

Órgão: COMANDO DO EXERCITO / 160515 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes, que visa atender as necessidades do comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva e Organizações Militares Vinculadas.

Identificação: 00394452000103-1-021373/2025

Lote/Item: 1/23

Descrição: Banho maria - Banho maria

Ata: N/A

Homologação: 14/01/2026 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

42.742.219/0001-06

SAMART MANAUS LTDA

R\$ 3.164,00

VENCEDOR

Descrição: Descrição não informada

Estado:

AM

Cidade:

Manaus

Endereço:

AVENIDA DJALMA BATISTA, 98

Telefone:

(92) 8452-3766 / (92) 9845-2376

Email:

samartmanaus@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.186,19

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 15.126.437/0003-05

Data: 22/10/2025 09:00

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH / 155012 - HOSPITAL U. CASSIANO ANTONIO DE MORAIS

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para atender as necessidades do Novo Banco de Leite Humano

Identificação: 15126437000305-1-003063/2025

Lote/Item: 1/3

Descrição: Banho maria - Banho maria

Ata: N/A

Homologação: 05/12/2025 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: ES



Relatório gerado no dia 10/04/2026 11:47:10 (IP: 131.108.166.126)

Código Validação: nWh90RRmfMUclBvPbBa6v5fLZHtcHzldsVt%2fObtLYH0qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=nWh90RRmfMUclBvPbBa6v5fLZHtcHzldsVt%252fObtLYH0qHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
61.012.811/0001-05		NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA				R\$ 3.186,19
VENCEDOR		LABORATORIO LTDA				
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Piracicaba	RUA ELVIRA DAL PICOLO DEGASPARI (IND UNINORTE II), 177	Priscila	(19) 3490-0118	licitacao@novatecnica.com.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.843,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	Governo do Estado do Paraná	Data:	03/12/2025 09:00
Objeto:	Aquisição de equipamentos necessários para realização de análise da água de consumo dos 25 municípi [...] licitacao-148Aquisição de equipamentos necessários para realização de análise da água de consumo dos 25 municípios da 10ª Regional de Saúde	Modalidade:	Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133/2021)
Descrição:	6603.41565 Equipamento para Laboratório, TIPO: Banho-maria com agitação interna de água, CAPACIDADE [...] lote-6-item-06603.41565 Equipamento para Laboratório, TIPO: Banho-maria com agitação interna de água, CAPACIDADE: 27/28 litros, Controladores de temp - 6603.41565 Equipamento para Laboratório, TIPO: Banho-maria com agitação interna de água, CAPACIDADE [...] lote-6-item-06603.41565 Equipamento para Laboratório, TIPO: Banho-maria com agitação interna de água, CAPACIDADE: 27/28 litros, Controladores de temperatura, Controle automático microprocessado com sistema PID, Indicação digital (Display LED) de quatro dígitos, sensor de temperatura tipo Pt 100, resolução de 0,1°C, Painel de controle, Um controlador e indicador digital de temperatura, chave de acionamento luminoso para aquecimento e um botão liga/desliga, Sistema de aquecimento, Resistência de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas em aço inox AISI 304, Sistema de agitação, Com haste em aço inox AISI 304, Movido por um motor para proporcionar a uniformidade da temperatura no banho, Estrutura interna: Chapa de aço inox AISI 304, Estrutura Externa: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, Montado sobre pés de borracha, CARACTERÍSTICAS ADICION	SRP:	NÃO
		Identificação:	17162025-UNIOESTE REITOR - Universidade Estadual do Oeste do Parana - Reitoria-Governo do Estado do Parana
		Lote/Item:	6/1
		Ata:	N/A
		Homologação:	14/12/2025 21:00
		Fonte:	transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes?windowId=920
		Quantidade:	1
		Unidade:	Unitário
		UF:	PR

CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
12.051.059/0001-98		BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS				R\$ 2.843,00
VENCEDOR		LTDA				
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Monte Alto	RUA OLAVO JAGUARIBE ECKMAN, 170	Angela Maria	(16) 3242-2074	licitacoes@biosigma.com.br	





Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal da Transparência Paraná - Governo do Estado do Paraná
transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes?windowId=920

Data: 10/04/2026 11:46:23

Acessar a fonte [aqui](#)

2 - Portal Nacional de Contratações Públicas
<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 10/04/2026 11:45:55

Acessar a fonte [aqui](#)





Relatório de Cotação: cotação rápida 1463

Pesquisa realizada entre 10/04/2026 11:43:25 e 10/04/2026 11:44:19

Relatório gerado no dia 10/04/2026 11:44:41 (IP: 131.108.166.126)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: centrífuga, de laboratorio, para centrifugacao de tubos em bancada,110/220 volts.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	1	R\$ 10.133,00 (un)	-	R\$ 10.133,00	R\$ 10.133,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	18.671.271/0001-34 - MUNICIPIO DE OURO FINO / 1806 - Ouro Fino	18671271000134-1-000241/2025	10/11/2025	R\$ 10.133,00
2	FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA / 19700 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA	34306340000167-1-000050/2025	04/11/2025	R\$ 8.690,00
3	88.370.879/0001-04 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI / 114567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ	88370879000104-1-001933/2025	30/09/2025	R\$ 10.490,00
Valor Unitário				R\$ 9.771,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 9.771,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 10.133,00

Valor Global: R\$ 10.133,00

Detalhamento dos Itens

Item 1: centrífuga, de laboratorio, para centrifugacao de tubos em bancada,110/220 volts.

Preço Estimado: R\$ 10.133,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 10.133,00	Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 10.133,00
------------------------------------	---------------	---	---

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	centrífuga, de laboratorio, para centrifugacao de tubos em bancada,110/220 volts.	



Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$ 10.133,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 18.671.271/0001-34	Data: 10/11/2025 08:00
Órgão: MUNICIPIO DE OURO FINO / 1806 - Ouro Fino	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos laboratoriais destinados à realização de análises clínicas, para atender as demandas do Departamento de Saúde do Município de Ouro Fino.	SRP: SIM
Descrição: CENTRIFUGA DE BANCADA. - CENTRIFUGA DE BANCADA.	Identificação: 18671271000134-1-000241/2025
	Lote/Item: 1/3
	Ata: N/A
	Homologação: 12/11/2025 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.599.771/0001-97 *VENCEDOR*	TAURUS BIOTEC LTDA	R\$ 10.133,00
Descrição: Descrição não informada		
Endereço: ,		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**R\$ 8.690,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA / 19700 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA	Data: 04/11/2025 09:45
Objeto: Aquisição de bens comuns	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Descrição: CENTRIFUGA, de laboratorio, para centrifugacao de tubos em bancada,110/220 volts. - CENTRIFUGA, de laboratorio, para centrifugacao de tubos em bancada,110/220 volts.	SRP: NÃO
	Identificação: 34306340000167-1-000050/2025
	Lote/Item: 1/1004336
	Ata: N/A
	Homologação: 02/12/2025 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 18
	Unidade: Un
	UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.157.266/0001-88 *VENCEDOR*	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 8.690,00
Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Piracicaba	Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 2621
	Telefone: (19) 9765-4018	Email: gustavoberto@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**R\$ 10.490,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



CNPJ: 88.370.879/0001-04

Órgão: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI / 114567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos hospitalares, odontológicos e laboratoriais para o Município de São Sebastião do Cai, com recursos das propostas do Ministério da Saúde n.º 12010.453000/1190-04; 12010.453000/1240-05; 12010.453000/1240-04; 12010.453000/1240-21; e 12010.453000/1240-08, conforme condições descritas no Termo de Referência do edital.

Descrição: CENTRIFUGA LABORATORIAL - CENTRIFUGA LABORATORIAL

Data: 30/09/2025 08:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 88370879000104-1-001933/2025

Lote/Item: 1/24

Ata: N/A

Homologação: 18/11/2025 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 3

Unidade: un

UF: RS

CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
24.931.613/0001-00		MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA				R\$ 10.490,00
VENCEDOR						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Campo Bom	RUA ADEMAR GONCALVES, 410	JANAINA	(51) 3097-6725	jana@hemonew.com.br	





Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas

<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 10/04/2026 11:43:25

Acessar a fonte [aqui](#)





Relatório Detalhado

Relatório gerado em: 11/05/2026 08:52:18
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2972539878, 2972707823, 2972769089
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (129134-3) ANALISADOR DE ELETROLITOS - DOSAGEM DE ELETROLITOS\, QUANDO SOLICITADO NO DESCRITIVO SODIO\, POTASSIO\, LITIO\, CALCIO E CLORO\, ELETRODO ION SELETIVO\, STANDBY\, CALIBRACAO AUTOMATICA\, LEITURA DIGITAL\, IMPRESSORA TERMICA INTERNA\,16 CARACTERES\, INTERFACE PARA RS 232 (PORTA SERIAL STANDARD)\, ACOMPANHA NO BREAK\, 100V/240V\, 50/60 HZ\, MANUAL\, TREINAMENTO\, GARANTIA, (000902757) ANALISADOR DE ELETROLITOS - DO TIPO ANALISADOR DE IONS COM MINIMO DE 04 PARAMETROS: NA+ \, K+; CL-; CA+2 COM LEITURA DE SANGUE TOTAL\, SORO\, PLASMA OU URINA E COM VOLUME DE AMOSTRA DE 150 UL OU MENOR. REALIZAR NO MINIMO 60 ANALISES POR HORA. COM CALIBRACAO AUTOMATICA\, DISPLAY ALFANUMERICO\, IMPRESSORA TERMICA E PORTA SERIAL RS232C. PARA CONEXAO COM SISTEMAS EXTERNOS. POSSUI TAMBEM PORTA PARA LEITOR DE CODIGO DE BARRAS. DEVERA SER COMPATIVEL COM ALIMENTACAO ELETRICA DE 100-240V\, FREQUENCIA DE 50/60HZ E CONSUMO DE ENERGIA DE ATE 60VA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS\, MANUAL EM PORTUGUES\, TREINAMENTO\, GARANTIA\, CERTIFICADO, (110916-2) ANALISADOR DE GASES SANGUINEOS - ANALISADOR AUTOMATICO DE GASES\, IONS SELETIVOS\, HE MATOCRITO E HEMOGLOBINA\, MEDINDO GASES SANGUINEOS PH\, PCO2\, PO2\, MEDINDO ELETROLITOS SODIO\,POTASSIO\,CLORO\, MEDINDO TAMBEM HEMATOCRITO E HEMOGLOBINA\, COM CORRECAO DOS DADOS EM FUNCAO DE PRESSAO BAROMETRICA\, COM CALCULO AUTOMATICO PARA OS PARAMETROS: TCO2\, HCO3\, BE \, E SO2\, COM FUNCOES STANDBY\,CALIBRACAO AUTOMATICA E LIQUIDA\, UTILIZANDO ELETRODOS IONS SELETIVOS\, PROCESSAMENTO MICROPROCESSADO\, COLORIDO\, LCD TELA SENSIVEL AO TOQUE\, IMPRESSORA INTERNA\, ACOMPANHA: MANGUEIRA E MANOMETROS\, ACOMPANHA: SERINGAS\, CAPILARES\, ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS\, DIMENSOES: PORTATIL\, INCLUI: MANUAIS\, GARANTIA\, TREINAMENTO., (238377-2) ANALISADOR DE GASES SANGUINEOS - AUTOMATICO DE PH\, MEDINDO GASES SANGUINEOS ELETROLITOS\, METABOLICOS E OXIMETRIA\, DEVE MEDIR OS SEGUINTES PARAMETROS: PH\, PO2\, PCO2\, NA+\, K+\, CA2+\, CL-\, GLU\, LAC\, SO2\, THB\, FCOHB\, FMETHB\, FHBF\, FO2HB\, FHHB\, CTBIL\, MEDINDO ELETROLITOS CREA E CALCULAR MAIS DE 40 PARAMETROS TAIS COMO: ABE\, SBE\, HCO3-\, SBC\, CTO2\, P50\, PO2(X)\, TFG E OUTROS\, MEDINDO TAMBEM COM PROCESSADOR PENTIUM E SOFTWARE BASEADO EM WINDOWS XP\, EM PORTUGUES\, VOLUME DE AMOSTRA APROXIMADO DE 220 UL (MICROLITROS) SERINGA E 125 UL (MICROLITROS) CAPILAR\, COM CORRECAO DOS DADOS EM FUNCAO DE TEMPO DE ANALISE DE NO MAXIMO 80 SEGUNDOS\, INTERFACE GRAFICA E TELA DE TOQUE COM DISPLAY COLORIDO DE FACIL OPERACAO E LIMPEZA\, COM CALCULO AUTOMATICO PARA OS PARAMETROS: INTERFACE PARA CONEXAO COM COMPUTADORES E REDES\, DRIVE COM DISQUETE PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM GERAL\, COM FUNCOES PACIENTES\, FUNCOES DO APARELHO\, CALIBRACOES E CONTROLE DE QUALIDADE\, TECLADO ALFA-NUMERICO PARA IDENTIFICACAO DO PACIENTE\, OPERADOR\, ETC\, UTILIZANDO SISTEMA DE LEITURA DE CODIGOS DE BARRA EMBUTIDA PARA LER IDENTIFICACOES DE PACIENTES\, SOLUCOES\, PROCESSAMENTO MEMBRANAS E AS PARTES E PECAS USADAS NO EQUIPAMENTO PARA EVITAR USO DE MATERIAIS NAO ORIGINAIS E OU VENCIDOS\, CONTROLE DE QUALIDADE AUTOMATICO E PROGRAMAVEL SEGUNDO AS NORMAS DAS BLP (BOAS PRATICAS DE LABORATORIO)\, PERMITIR TOTAL ACESSO VIA COMPUTADOR EXTERNO\, POSSUIR\, AINDA\, UM DRIVE DE CD-ROM PARA ATUALIZACOES DE SOFTWARE E UMA SAIDA PARA MODEM PARA ACESSO REMOTO\, ACOMPANHA: CAMARA DE HEMOLIZACAO POR ULTRASSOM\, E MEDIDA DAS HEMOGLOBINAS NA MESMA CUBETA ONDE E HEMOLIZADA\, ACOMPANHA: O SISTEMA DEVE POSSUIR CORRECAO DOS RESULTADOS PARA A PRESENCA DE INTERFERENTES TAIS COMO: HBF\, BILIRRUBINA\, SULFHB E CORANTES: CARDIO-GREEN\, ALIMENTACAO: 220 VOLTS - 60HZ\, DIMENSOES: DEVE ACOMPANHAR TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO\, INCLUI: MANUAIS\, GARANTIA DE 01 ANO\, INSTALACAO\, TREINAMENTO\, ASSISTENCIA TECNICA\, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A ABNT NBR/IEC 601.1\, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, (103553-3) ANALISADOR DE ELETROLITOS - DOSAGEM DE ELETROLITOS\, QUANDO SOLICITADO NO DESCRITIVO SODIO\, POTASSIO\, LITIO E OUTROS COMO CALCIO\, MAGNESIO\, CLORO E PH\, ELETRODO ION SELETIVO\, STANDBY\, CALIBRACAO AUTOMATICA ETC\, MICROPROCESSAMENTO\, IMPRESSORA_TERMICA\, INTERFACE PARA PASSIVEL DE SER INTERFACEADO COM OUTROS EQUIPAMENTOS\, ACOMPANHA ADAPTADORES DE AMOSTRAS\, CAPILARES\, PAPEL DE IMPRESSAO E SOLUCOES NECESSARIO PARA FUNCIONAMENTO\, 110V/220V\, 60HZ\, MANUAL EM PORTUGUES E ORIGINAL\, TREINAMENTO\, GARANTIA

Valor Máximo Unit do M...	Média Saneada Global	Mediana Valor Unit do ...
R\$35800,00	R\$22725,36	R\$25459,91

Resultado 1			
Informações sobre licitação			
Código da Licitação	Modalidade de Compra	Relator	Valor Vencedor
00000000008/2025	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	02-GUILHERME ANTONIO MALUF	R\$ 25.459,91
Mês de Abertura	Data da Homologação		
12/2025	12/12/2025		
Informações sobre fornecedor			
CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Tipo de Empresa	

QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI – 32.661.819/0001–96		QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI	Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI
Informações sobre fiscalizado			
Unidade Gestora (Fiscalizado) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU – 1116540		Esfera Municipal	
Informações sobre região			
Código do IBGE 5107354	Município SAO JOSE DO XINGU	Região Específica Araguaia – baixo	Media da Região 25459,91
Media Saneada da Região 25459,91	Mediana da Região 25459,91	Desvio Padrão da Região 0	
Valor Máximo da Região R\$ 25.459,91	Valor Mínimo da Região R\$ 25.459,91		
Informações sobre material			
Classe (Item) EQUIPAMENTOS DE USO LABORATORIAL	Grupo (Item) EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO , HOSPITALAR E LABORATORIAL	Tipo (Item) EQUIPAMENTOS DE USO LABORATORIAL	Nome do Material ANALISADOR DE ELETROLITOS
Código do Material 103553–3	Unidade de Fornecimento UNIDADE	Quantidade do Material 1	Valor Unit do Material R\$ 25.459,91
Media Global 27129,96	Media Saneada Global 27129,96	Mediana Global 27129,96	Desvio Padrão Global 2361,8
Valor Máximo Global R\$ 28.800,00	Valor Mínimo Global R\$ 25.459,91		
Código do Material/Descrição (103553–3) ANALISADOR DE ELETROLITOS – DOSAGEM DE ELETROLITOS, QUANDO SOLICITADO NO DESCRITIVO SODIO, POTASSIO, LITIO E OUTROS COMO CALCIO, MAGNESIO, CLORO E PH, ELETRODO ION SELETIVO, STANDBY, CALIBRACAO AUTOMATICA ETC, MICROPROCESSAMENTO, IMPRESSORA_TERMICA, INTERFACE PARA PASSIVEL DE SER INTERFACEADO COM OUTROS EQUIPAMENTOS, ACOMPANHA ADAPTADORES DE AMOSTRAS, CAPILARES, PAPEL DE IMPRESSAO E SOLUCOES NECESSARIO PARA FUNCIONAMENTO, 110V/220V, 60HZ, MANUAL EM PORTUGUES E ORIGINAL, TREINAMENTO, GARANTIA			
ID 2972741753			

Resultado 2

Informações sobre licitação

Código da Licitação	Modalidade de Compra	Relator	Valor Vencedor
000000000009/2025	Dispensa de licitação	04-ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO	R\$ 21.980,00
Mês de Abertura	Data da Homologação		
09/2025	29/09/2025		

Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Tipo de Empresa
ROYAL ATACADISTA E COMERCIO	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO	Empresa Individual de
EIRELI - 24.103.721/0001-95	EIRELI	Responsabilidade Limitada - EIRELI

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado)	Esfera
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - 1118546	Municipal

Informações sobre região

Código do IBGE	Município	Região Específica	Mediã da Região
5102686	CAMPOS DE JULIO	Oeste	21980
Mediã Saneada da Região	Mediana da Região	Desvio Padrão da Região	
21980	21980	0	
Valor Máximo da Região	Valor Mínimo da Região		
R\$ 21.980,00	R\$ 21.980,00		

Informações sobre material

Classe (Item)	Grupo (Item)	Tipo (Item)	Nome do Material
---------------	--------------	-------------	------------------

EQUIPAMENTOS DE USO LABORATORIAL	EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO , HOSPITALAR E LABORATORIAL	EQUIPAMENTOS DE USO LABORATORIAL	ANALISADOR DE ELETROLITOS
Código do Material 129134-3	Unidade de Fornecimento UNIDADE	Quantidade do Material 1	Valor Unit do Material R\$ 21.980,00
Media Global 17267,83	Media Saneada Global 19146,13	Mediana Global 20657,6	Desvio Padrão Global 8112,15
Valor Máximo Global R\$ 24.999,00	Valor Mínimo Global R\$ 363,06		
Código do Material/Descrição (129134-3) ANALISADOR DE ELETROLITOS - DOSAGEM DE ELETROLITOS, QUANDO SOLICITADO NO DESCRITIVO SODIO, POTASSIO, LITIO, CALCIO E CLORO, ELETRODO ION SELETIVO, STANDBY, CALIBRACAO AUTOMATICA, LEITURA DIGITAL, IMPRESSORA TERMICA INTERNA,16 CARACTERES, INTERFACE PARA RS 232 (PORTA SERIAL STANDARD), ACOMPANHA NO BREAK, 100V/240V, 50/60 HZ, MANUAL, TREINAMENTO, GARANTIA			
ID 2972664668			

Resultado 3

Informações sobre licitação

Código da Licitação	Modalidade de Compra	Relator	Valor Vencedor
00000000002/2026	Dispensa de licitação	07-GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO	R\$ 35.800,00
Mês de Abertura	Data da Homologação		
02/2026	13/02/2026		

Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Tipo de Empresa
LEITE RIBEIRO LTDA - ME - 18.849.143/0001-38	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	LTDA

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado)	Esfera
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - 1112796	Municipal

Informações sobre região

Código do IBGE	Município	Região Específica	Media da Região
5103502	DIAMANTINO	Médio Norte	35800
Media Saneada da Região	Mediana da Região	Desvio Padrão da Região	
35800	35800	0	
Valor Máximo da Região	Valor Mínimo da Região		
R\$ 35.800,00	R\$ 35.800,00		

Informações sobre material

Classe (Item)	Grupo (Item)	Tipo (Item)	Nome do Material
EQUIPAMENTOS DE USO LABORATORIAL	EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO , HOSPITALAR E LABORATORIAL	EQUIPAMENTOS DE USO LABORATORIAL	ANALISADOR DE ELETROLITOS
Código do Material	Unidade de Fornecimento	Quantidade do Material	Valor Unit do Material
000902757	UNIDADE	1	R\$ 35.800,00
Media Global	Media Saneada Global	Mediana Global	Desvio Padrão Global
21900	21900	21900	19657,57
Valor Máximo Global	Valor Mínimo Global		
R\$ 35.800,00	R\$ 8.000,00		
Código do Material/Descrição			
(000902757) ANALISADOR DE ELETROLITOS - DO TIPO ANALISADOR DE IONS COM MINIMO DE 04 PARAMETROS: NA+, K+; CL-; CA+2 COM LEITURA DE SANGUE TOTAL, SORO, PLASMA OU URINA E COM VOLUME DE AMOSTRA DE 150 UL OU MENOR. REALIZAR NO MINIMO 60 ANALISES POR HORA. COM CALIBRACAO AUTOMATICA, DISPLAY ALFANUMERICO, IMPRESSORA TERMICA E PORTA SERIAL RS232C. PARA CONEXAO COM SISTEMAS EXTERNOS. POSSUI TAMBEM PORTA PARA LEITOR DE CODIGO DE BARRAS. DEVERA SER COMPATIVEL COM ALIMENTACAO ELETRICA DE 100-240V, FREQUENCIA DE 50/60HZ E CONSUMO DE ENERGIA DE ATE 60VA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS, MANUAL EM PORTUGUES, TREINAMENTO, GARANTIA, CERTIFICADO			
ID			
2972787975			



Relatório Detalhado

Relatório gerado em: 10/04/2026 10:32:44
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2967684163
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: (229983-6) BANHO MARIA - CAPACIDADE DE ATE 03 LITROS D'AGUA\, PARA USO UNIVERSAL EM LABORATÓRIO\, CONSTRUÍDO EM AÇO OU ALUMÍNIO\, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA\, CUBA INTERNA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA\, CHAVE LIGA/DESLIGA\, TEMPERATURA CONTROLADA ATRAVES DE TERMOSTATO DIGITAL AJUSTÁVEL DE ATÉ 100 GRAUS\, COM VARIAÇÃO DE +/- 1 GRAU\, FAIXA DE OPERAÇÃO DE 7° C A 100° C\,\, CONTROLE DE TEMPERATURA\, AQUECEDOR\, ESTABILIDADE DA TEMPERATURA: \, TAMPA \, COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.\, DIMENSOES: CONFORME CAPACIDADE\, ALIMENTACAO 110/220V - 60HZ\, POTENCIA\, INCLUI: MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO\, GARANTIA\, TREINAMENTO OPERACIONAL\, ASSISTENCIA TECNICA COMPROVADA NO ESTADO DE MATO GROSSO\, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE., (229923-2) BANHO MARIA - CAPACIDADE MINIMA DE 90 TUBOS TAMANHO DE 12X75MM\, PARA LABORATORIO DE IMUNOHEMATOLOGIA\, CUBA EM ACO INOXIDÁVEL DE CANTOS ARREDONDADOS EXTERNAMENTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA COM ISOLAMENTO TERMICO ORIFICIO PARA POSICIONAMENTO DO TERMOMETRO E MONTADO SOBRE PES DE BORRACHA\, TEMPERATURA COM ESCALA AFERIDO PARA 37°C E 56°C\, CONTROLE DE TEMPERATURA CONTROLE: TERMOSTATO FRONTAL REGULÁVEL COM VARIACAO 0\,5°C\, AQUECEDOR RESISTENCIAS BLINDADAS\, TAMPA REMOVÍVEL CONFECCIONADA EM ACO INOX LISA TIPO PINGADEIRA\, COM FORNECER TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO\, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADA DE 24 X 63 X 20CM\, ALIMENTACAO 220 VOLTS 60HZ\, POTENCIA APROXIMADAMENTE DE 300W\, INCLUI: INCLUIR: GARANTIA MINIMA DE 01(UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO FORNECER MANUAL TECNICO E DE OPERACAO EM PORTUGUES REGISTRO DO EQUIPAMENTO NA ANVISA OU DOCUMENTO QUE COMPROVE A DISPENSA DA NECESSIDADE DESSE REGISTRO, (192571-7) BANHO MARIA - CAPACIDADE VOLUMETRICA APROXIMADA DE 10 (DEZ) LITROS DE AGUA\, CONSTRUÍDO EM ACO OU ALUMÍNIO\, EM FORMATO RETANGULAR\,C/TAMPA\,TRATAMENTO ANTIFERRUGEM\, TEMPERATURA CONTROLADA ATRAVES DE TERMOSTATO DIGITAL AJUSTÁVEL DA TEMPERATURA AMBIENTE ATE NO MINIMO 60-C\, CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVES DE TERMOSTATO DE ALTA PRECISAO\,CUBA INTERNA DE ACO INOXIDÁVEL AISI 304 SEM EMENDAS OU SOLDAS\, AQUECEDOR VARIACAO DE 01 GRAU\, SISTEMA ANTICONDENSACAO\,POSSUI LAMPADA PILOTO PARA INDICACAO DO AQUECIMENTO\, COM DESIGN MODERNO\, PRECISAO NOS RESULTADOS\,MELHOR TRABALHO DO OPERADOR\, DIMENSOES: DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO\, ALIMENTACAO 220VOLTS\, 60 HZ\, POTENCIA \, CHAVE LIGA/DESLIGA\, INCLUI: MANUAIS\,GARANTIA\,TREINAMENTO\, ASSISTENCIA TENICA - DEMAIS CARACTERISTICAS VIDE EDITAL

Valor Máximo Unit do M...	Média Saneada Global	Mediana Valor Unit do ...
R\$4370,00	R\$2687,91	R\$2980,00

Resultado 1

Informações sobre licitação

Código da Licitação	Modalidade de Compra	Relator	Valor Vencedor
00000000093/2025	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	05-ALISSON CARVALHO DE ALENCAR	R\$ 2.980,00
Mês de Abertura	Data da Homologação		
11/2025	05/12/2025		

Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Tipo de Empresa
CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - 10.541.396/0001-38	CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	Outras Entidades Empresariais

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado)	Esfera
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA - 1111954	Municipal

Informações sobre região

Código do IBGE	Município	Região Específica	Media da Região
5106299	PARANAITA	Norte	2409,67
Media Saneada da Região	Mediana da Região	Desvio Padrão da Região	

2409,67	2300	524,18	
Valor Máximo da Região R\$ 2.980,00	Valor Mínimo da Região R\$ 1.949,00		
Informações sobre material			
Classe (Item) EQUIPAMENTOS DE USO LABORATORIAL	Grupo (Item) EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO , HOSPITALAR E LABORATORIAL	Tipo (Item) EQUIPAMENTOS DE USO LABORATORIAL	Nome do Material BANHO MARIA
Código do Material 229923-2	Unidade de Fornecimento UNIDADE	Quantidade do Material 1	Valor Unit do Material R\$ 2.980,00
Media Global 2382,25	Media Saneada Global 2382,25	Mediana Global 2300	Desvio Padrão Global 431,49
Valor Máximo Global R\$ 2.980,00	Valor Mínimo Global R\$ 1.949,00		
Código do Material/Descrição (229923-2) BANHO MARIA - CAPACIDADE MINIMA DE 90 TUBOS TAMANHO DE 12X75MM, PARA LABORATORIO DE IMUNOHEMATOLOGIA, CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE CANTOS ARREDONDADOS EXTERNAMENTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA COM ISOLAMENTO TERMICO ORIFICIO PARA POSICIONAMENTO DO TERMOMETRO E MONTADO SOBRE PES DE BORRACHA, TEMPERATURA COM ESCALA AFERIDO PARA 37°C E 56°C, CONTROLE DE TEMPERATURA CONTROLE: TERMOSTATO FRONTAL REGULAVEL COM VARIACAO 0,5°C, AQUECEDOR RESISTENCIAS BLINDADAS, TAMPA REMOVIVEL CONFECCIONADA EM ACO INOX LISA TIPO PINGADEIRA, COM FORNECER TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADA DE 24 X 63 X 20CM, ALIMENTACAO 220 VOLTS 60HZ, POTENCIA APROXIMADAMENTE DE 300W, INCLUI: INCLUIR: GARANTIA MINIMA DE 01(UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO FORNECER MANUAL TECNICO E DE OPERACAO EM PORTUGUES REGISTRO DO EQUIPAMENTO NA ANVISA OU DOCUMENTO QUE COMPROVE A DISPENSA DA NECESSIDADE DESSE REGISTRO			
ID 2967689754			

Resultado 2			
Informações sobre licitação			
Código da Licitação 00000000037/2025	Modalidade de Compra Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	Relator 07-GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO	Valor Vencedor R\$ 2.799,97
Mês de Abertura 07/2025	Data da Homologação 18/08/2025		
Informações sobre fornecedor			
CNPJ/CPF do Fornecedor RENATO DA SILVA ALMEIDA - 14.442.229/0001-90	Nome do Fornecedor RENATO DA SILVA ALMEIDA	Tipo de Empresa Microempreendedor Individual – MEI	
Informações sobre fiscalizado			
Unidade Gestora (Fiscalizado) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UIRATA - 1117126	Esfera Municipal		
Informações sobre região			
Código do IBGE 5106240	Município NOVA UIRATA	Região Específica Norte	Media da Região 1560,98
Media Saneada da Região 1560,98	Mediana da Região 1201,98	Desvio Padrão da Região 837,69	
Valor Máximo da Região R\$ 2.799,97	Valor Mínimo da Região R\$ 1.040,00		
Informações sobre material			
Classe (Item) EQUIPAMENTOS DE USO LABORATORIAL	Grupo (Item) EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO , HOSPITALAR E LABORATORIAL	Tipo (Item) EQUIPAMENTOS DE USO LABORATORIAL	Nome do Material BANHO MARIA
Código do Material 229983-6	Unidade de Fornecimento UNIDADE	Quantidade do Material 1	Valor Unit do Material R\$ 2.799,97
Media Global 1524,13	Media Saneada Global 1311,49	Mediana Global 1345	Desvio Padrão Global 604,03
Valor Máximo Global R\$ 2.799,97	Valor Mínimo Global R\$ 1.040,00		
Código do Material/Descrição			

(229983-6) BANHO MARIA – CAPACIDADE DE ATE 03 LITROS D'AGUA, PARA USO UNIVERSAL EM LABORATÓRIO, CONSTRUÍDO EM AÇO OU ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA, CUBA INTERNA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA, CHAVE LIGA/DESLIGA, TEMPERATURA CONTROLADA ATRAVES DE TERMOSTATO DIGITAL AJUSTÁVEL DE ATÉ 100 GRAUS, COM VARIAÇÃO DE +/- 1 GRAU, FAIXA DE OPERAÇÃO DE 7º C A 100º C,, CONTROLE DE TEMPERATURA, AQUECEDOR, ESTABILIDADE DA TEMPERATURA: , TAMPA , COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO., DIMENSÕES: CONFORME CAPACIDADE, ALIMENTAÇÃO 110/220V – 60HZ, POTÊNCIA, INCLUI: MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, GARANTIA, TREINAMENTO OPERACIONAL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

ID
2967537980

Resultado 3

Informações sobre licitação

Código da Licitação	Modalidade de Compra	Relator	Valor Vencedor
00000000011/2025	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	05-ALISSON CARVALHO DE ALENCAR	R\$ 4.370,00
Mês de Abertura	Data da Homologação		
03/2025	28/05/2025		

Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Tipo de Empresa
EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – 33.813.237/0001-40	REZENDE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	Outras Entidades Empresariais

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado)	Esfera
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA – 1112325	Municipal

Informações sobre região

Código do IBGE	Município	Região Específica	Media da Região
5101407	ARIPUANA	Norte	4370
Media Saneada da Região	Mediana da Região	Desvio Padrão da Região	
4370	4370	0	
Valor Máximo da Região	Valor Mínimo da Região		
R\$ 4.370,00	R\$ 4.370,00		

Informações sobre material

Classe (Item)	Grupo (Item)	Tipo (Item)	Nome do Material
EQUIPAMENTOS DE USO LABORATORIAL	EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO , HOSPITALAR E LABORATORIAL	EQUIPAMENTOS DE USO LABORATORIAL	BANHO MARIA
Código do Material	Unidade de Fornecimento	Quantidade do Material	Valor Unit do Material
192571-7	UNIDADE	1	R\$ 4.370,00
Media Global	Media Saneada Global	Mediana Global	Desvio Padrão Global
4370	4370	4370	0
Valor Máximo Global	Valor Mínimo Global		
R\$ 4.370,00	R\$ 4.370,00		

Código do Material/Descrição
(192571-7) BANHO MARIA – CAPACIDADE VOLUMÉTRICA APROXIMADA DE 10 (DEZ) LITROS DE ÁGUA, CONSTRUÍDO EM AÇO OU ALUMÍNIO, EM FORMATO RETANGULAR,C/TAMPA,TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, TEMPERATURA CONTROLADA ATRAVES DE TERMOSTATO DIGITAL AJUSTÁVEL DA TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ NO MÍNIMO 60–C, CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVES DE TERMOSTATO DE ALTA PRECISAO,CUBA INTERNA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 SEM EMENDAS OU SOLDAS, AQUECEDOR VARIAÇÃO DE 01 GRAU, SISTEMA ANTICONDENSACAO,POSSUI LÂMPADA PILOTO PARA INDICAÇÃO DO AQUECIMENTO, COM DESIGN MODERNO, PRECISAO NOS RESULTADOS,MELHOR TRABALHO DO OPERADOR, DIMENSÕES: DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, ALIMENTAÇÃO 220VOLTS, 60 HZ, POTÊNCIA , CHAVE LIGA/DESLIGA, INCLUI: MANUAIS,GARANTIA,TREINAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA – DEMAIS CARACTERÍSTICAS VIDE EDITAL

ID
2967501479



Relatório Detalhado

Relatório gerado em: 10/04/2026 09:57:14
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato: NOT 2967415410, 2967527269, 2967632559, 2967395986
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Exercício (Ano da Compra): 2025, 2026
Descrição/Código do Material: 10 of 186266

Valor Máximo Unit do M...	Média Saneada Global	Mediana Valor Unit do ...
R\$9618,11	R\$5769,53	R\$9499,92

Resultado 1

Informações sobre licitação

Código da Licitação	Modalidade de Compra	Relator	Valor Vencedor
000000000005/2025	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	07-GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO	R\$ 19.236,22
Mês de Abertura	Data da Homologação		
02/2025	29/04/2025		

Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Tipo de Empresa
HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - 25.371.614/0001-00	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Individual

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado)	Esfera
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES - 1159409	Municipal

Informações sobre região

Código do IBGE	Município	Região Específica	Media da Região
5107925	SORRISO	Norte	7559,06
Media Saneada da Região	Mediana da Região	Desvio Padrão da Região	
7559,06	7559,06	2911,94	
Valor Máximo da Região	Valor Mínimo da Região		
R\$ 9.618,11	R\$ 5.500,00		

Informações sobre material

Classe (Item)	Grupo (Item)	Tipo (Item)	Nome do Material
ORTESES, PROTESES E MATERIAIS AUXILIARES	EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO , HOSPITALAR E LABORATORIAL	ORTESES, PROTESES E MATERIAIS AUXILIARES	ORTESE PARA DEDOS DE MAO
Código do Material	Unidade de Fornecimento	Quantidade do Material	Valor Unit do Material
00058356	UNIDADE	2	R\$ 9.618,11
Media Global	Media Saneada Global	Mediana Global	Desvio Padrão Global
7559,06	7559,06	7559,06	2911,94
Valor Máximo Global	Valor Mínimo Global		
R\$ 9.618,11	R\$ 5.500,00		
Código do Material/Descrição			

(00058356) CENTRIFUGA – DO TIPO LABORATORIAL, COM VELOCIDADE MINIMA 400 RPM, VELOCIDADE MAXIMA 4000 RPM, FORCA DA CENTRIFUGA MINIMA 2851XG, VARIACAO MAXIMA DA ROTACAO +- 50 RPM, VARIACAO MAXIMA DA FORCA CENTRIFUGA (RCF) +- 70XG, TENSÃO DE ALIMENTACAO 220V, VAC (+-10%), CONSUMO EM AMPERES 4A, CONSUMO EM WATTS 880W, FREQUENCIA DE ENTRADA 60HZ, EM ACO INOX, ACO CARBONO E PLASTICO ABS/PMMA, CAPACIDADE 6 CACAPAS 42 E 30 TUBOS, TIMER 1 A 999 MINUTOS E MODO CONTINUO, MOTOR INDUCAO CONTROLADA POR INVERSOR DE FREQUENCIA, SENSOR DE INDICACAO DE RAMOS ABERTA, SENSOR DE INDICACAO DE DESBALANCEAMENTO, TRAVA ELETRICA PARA ABERTURA DA TAMPA, SISTEMA BALANCEADO, MEMORIA PARA ATE 4 PROGRAMAS (VELOCIDADE / RCF E TEMPO), CACAPA DE TECHNYL REFORCADA COM ANEL DE ACO INOX, DISPLAY LCD 16X2, PAINEL EM MEMBRANA, PES TIPO VENTOSA, DIMENSOES EXTERNAS, COMPRIMENTO 49CM, ALTURA 32CM, DIMENSOES DA CAIXA COMPRIMENTO 53CM, LARGURA 47CM, ALTURA 37CM, PESO 30 KG

ID
2967399906

Resultado 2

Informações sobre licitação

Código da Licitação	Modalidade de Compra	Relator	Valor Vencedor
000000000005/2025	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	07-GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO	R\$ 26.400,00
Mês de Abertura	Data da Homologação		
02/2025	29/04/2025		

Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Tipo de Empresa
HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA – 25.371.614/0001-00	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Individual

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado)	Esfera
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES – 1159409	Municipal

Informações sobre região

Código do IBGE	Municipio	Região Específica	Media da Região
5107925	SORRISO	Norte	4512,5
Media Saneada da Região	Mediana da Região	Desvio Padrão da Região	
4512,5	4325	2890,89	
Valor Máximo da Região	Valor Mínimo da Região		
R\$ 7.399,99	R\$ 2.000,00		

Informações sobre material

Classe (Item)	Grupo (Item)	Tipo (Item)	Nome do Material
EQUIPAMENTOS DE USO LABORATORIAL	EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO , HOSPITALAR E LABORATORIAL	EQUIPAMENTOS DE USO LABORATORIAL	CENTRIFUGA
Código do Material	Unidade de Fornecimento	Quantidade do Material	Valor Unit do Material
0007837	UNIDADE	4	R\$ 6.600,00
Media Global	Media Saneada Global	Mediana Global	Desvio Padrão Global
3468,54	3468,54	2236,68	2137,51
Valor Máximo Global	Valor Mínimo Global		
R\$ 7.399,99	R\$ 1.850,00		

Código do Material/Descrição
(0007837) CENTRIFUGA – LABORATORIAL, CONTROLE MICRO PROCESSADO, MOTOR DE INDUCAO, COM TRAVA NA TAMPA, DISPLAY DE CONTROLE DE CRISTAL LIQUIDO COM BACK – LIGHT, AVISO DE FIM DE PROCESSO, PARA VOLUMES DE ATE 100ML, 5 POGRAMAS COM VARIABEIS DE ROTACAO, TEMPO DE PROCESSO, ACELERACAO/FRENAGEM, IDIOMA E ROTOR, DETECCAO AUTOMATICA DE DESBALANCEAMENTO, CRUZETAS HORIZONTAIS E ANGULARES, DIMENSOES : 48X43X28, VOLTAGEM : 110/220V, INCLUI: GARANTIA, ASSIST.TECNICA LOCAL, CERTIFICADO

ID
2967399913

Resultado 3

Informações sobre licitação

Código da Licitação	Modalidade de Compra	Relator	Valor Vencedor
0000000000037/2025	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	07-GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO	R\$ 18.999,84
Mês de Abertura	Data da Homologação		
07/2025	18/08/2025		

Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor		Nome do Fornecedor	Tipo de Empresa
RENATO DA SILVA ALMEIDA – 14.442.229/0001–90		RENATO DA SILVA ALMEIDA	Microempreendedor Individual – MEI

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado)	Esfera
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA – 1117126	Municipal

Informações sobre região

Código do IBGE	Município	Região Específica	Media da Região
5106240	NOVA UBIRATA	Norte	5826,23
Media Saneada da Região	Mediana da Região	Desvio Padrão da Região	
5826,23	5335	2747,69	
Valor Máximo da Região	Valor Mínimo da Região		
R\$ 9.499,92	R\$ 3.135,00		

Informações sobre material

Classe (Item)	Grupo (Item)	Tipo (Item)	Nome do Material
EQUIPAMENTOS DE USO LABORATORIAL	EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO , HOSPITALAR E LABORATORIAL	EQUIPAMENTOS DE USO LABORATORIAL	CENTRIFUGA
Código do Material	Unidade de Fornecimento	Quantidade do Material	Valor Unit do Material
293835–9	UNIDADE	2	R\$ 9.499,92
Media Global	Media Saneada Global	Mediana Global	Desvio Padrão Global
6280,98	6280,98	6180	2587,73
Valor Máximo Global	Valor Mínimo Global		
R\$ 9.499,92	R\$ 3.135,00		

Código do Material/Descrição

(293835–9) CENTRIFUGA – DE BANCADA COM GABINETE EM CAIXA DE ACO CARBONO E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO EM EPOXI TEXTURIZADO ELETROSTATICO,PARA USO EM LABORATORIO,SUORTE PARA 12 TUBOS DE 15 ML, FORCA MAXIMA RCF: 2325 XG,,VELOCIDADE VARIABEL 0 A 4.000 RPM,ROTOR DE ANGULO FIXO 45°,CONTROLE DE TEMPO COM ALARME SONORO DE 0 A 60 MINUTOS,ALARME AUDIOVISUAL,TACOMETRO ANALOGICO COM INDICADOR DE VELOCIDADE,MOTOR FLUTUANTE APOIADO EM COXINS COM BAIXO RUIDO E VIBRACAO,DIMENSOES: 330,00 X 320,00 X 290,00 MM,PESO: 13,5 KG,VOLTAGEM 127 V– 60HZ,ACOMPANHA MANUAL EM PORTUGUES. REGISTRO ANVISA/FINAME

ID

2967537992