

fieldset { width: 100%; min-width: 0; } fieldset { padding: 0; margin: 10px 0 10px 0; border: 0; min-width: 0; } legend { display: block; width: 100%; padding: 0; margin-bottom: 18px; font-size: 16px; line-height: inherit; color: #666; border: 0; border-bottom: 1px solid #e5e5e5; font-weight: bold; font-family: Calibri !important; } .preview { background-color: #FFFFFF; color: #000000; font-family: Calibri !important; font-size: 12pt; } .preview h1, h2, h3, h4, h5, h6 { display: block; font-weight: bold; } .preview ul, ol { padding: 0; margin-inline-start: 2em; list-style: auto; } td, th { padding: 3px !important; } Parecer Técnico Final Conforme o Termo de Referência 66374, item 4.1: 4.1. O objeto contratado deverá atender às especificações e a descrição como um todo, abaixo apresentadas: Aquisição de 590 (quinhentos e noventa) torniquetes de aplicação pré-hospitalar para treinamento, visando a capacitação de servidores da Diretoria-Geral de Polícia Penal. 1) O torniquete deve proporcionar ao Operador a auto-aplicação com uma única mão, modelo CAT; 2) Ser composto por fita de poliéster de alta tenacidade; 3) Deve possuir um único sistema de fivela simples para correto tracionamento que permita uma aplicação extremamente rápida e uma efetiva remoção de folgas; 4) Deve possuir fivela para passada simples feita em polímero de alta resistência: permite que a afixação e remoção do torniquete no membro seja rápida e simples, diminuindo os giros feitos na barra de tracionamento, resultando em menor perda sanguínea, na cor azul (padrão internacional para treinamento); 5) Deve possuir barra de tracionamento, deve ser uma barra com sobressaltos nas extremidades, a fim de facilitar seu manejo, de localização fixa, que após aplicação do torniquete, ao ser girada no próprio eixo, traciona o sistema, com capacidade de suportar o tracionamento produzindo a oclusão sanguínea no membro; 6) Deve possuir entrada chanfrada bilateral (ganchos de fixação) para trava rápida da barra de tracionamento, deve suportar o tracionamento para correta oclusão sanguínea; 7) Deve possuir fita afixada com solda ultrassônica ao torniquete, para fechar a entrada chanfrada bilateral (ganchos de fixação da barra de tracionamento) depois da barra de tracionamento travada, com espaço para escrita a caneta, confeccionada na cor cinza ou branca; 8) Deve possuir placa de estabilização com bordas arredondadas para não pinçar a pele do Operador; 9) Desenhado para ser aplicado em todas as condições climáticas; 10) Dimensões mínimas: 160 x 55 x 40 mm, comprimento total aberto de 1005 mm; 11) Conformidade: por se tratar de material para treinamento não traz a necessidade de certificação; 12) Deve ser igual ou semelhante ao Torniquete modelo CAT GEN 7, que é uma das versões mais avançadas de torniquetes táticos utilizados por militares, profissionais de emergência e outros profissionais de resgate para controlar hemorragias severas em membros. Ele foi desenvolvido com base em feedback de campo e de estudos clínicos para melhorar a eficácia no combate a hemorragias que ameaçam a vida; 13) Cor: na cor azul (padrão internacional para treinamento). Os torniquetes de cor azul são usados exclusivamente para fins de treinamento. Essa diferenciação de cor é importante para evitar a utilização acidental de torniquetes destinados a práticas de treinamento em emergências real. A cor azul ajuda a identificar que aquele equipamento não é apropriado para uso clínico ou operacional. Manifesta-se: Após análise detalhada da amostra de torniquete recebida, verifica-se que o equipamento atendeu, com eficiência, todos os critérios estabelecidos no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência. Os testes propostos foram executados conforme o previsto, e o desempenho do torniquete atendeu integralmente às especificações de funcionalidade e segurança. Contudo, foi observado que a proposta apresentada pela empresa não inclui o fornecimento do torniquete na cor azul, nº 13 do tópico 4 (DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO), item 4.1. que é o padrão utilizado internacionalmente para fins de treinamento. Essa ausência, no entanto, não compromete a eficácia ou a qualidade técnica do produto para os fins previstos no processo. O torniquete demonstra cumprir as demais características técnicas aplicáveis. Dessa forma, considerando que a cor do equipamento não interfere em sua funcionalidade ou no cumprimento dos requisitos do processo, entende-se que o fator apontado não é impeditivo para o processamento do processo aquisitivo. Conclusão: O torniquete analisado está conforme as especificações técnicas do processo licitatório, excetuando-se apenas a questão da cor de treinamento, que não prejudica o objetivo final da aquisição. Recomendação: Sugerimos o prosseguimento do processo aquisitivo, considerando que o equipamento atende as demais características técnicas.