

PARECER TÉCNICO

Número do Processo - SEI  
202400005009682

Tratam-se os autos neste momento sobre análise da conformidade da(s) proposta(s) da presente contratação, cujo objeto é a Aquisição de equipamentos médico-odontológicos para atender ao Serviço de Verificação de Óbitos - SVQ, nos termos do art. 59, § 1º da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e ao art. 34 do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023.

Assim, apresentam-se as informações acerca da avaliação das propostas que constam nos autos deste Processo no SISLOG: PROPOSTA REAJUSTADA PSM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI (Sislog nº 119733) e Proposta Final, documentos e certidões para habilitação PSM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI (Sislog nº 119459).

Tabela 1. Análise das especificações técnicas ofertadas

| Item - TR | Equipamento                          | Especificação técnica mínima                                                                                                                                                                                | Especificação técnica ofertada                                                    | Parecer |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1         | Lavadora Ultrassônica<br><br>(Marca: | Equipamento utilizado para a automação da limpeza de instrumentais, instrumentos canulados e materiais de necrópsia nos Serviços de Verificação de Óbitos (SVO)                                             | Atende                                                                            |         |
|           |                                      | Equipamento microprocessado com capacidade ne lavagem de aproximadamente 40L (+-10%) para lavagem de materiais canulados e instrumentais através de energia ultrassônica com frequência aproximada de 40Khz | Atende                                                                            |         |
|           |                                      | sistema microcontrolado para comando e alarmes de operação;                                                                                                                                                 | Atende                                                                            |         |
|           |                                      | gabinete, estrutura e tampa confeccionados totalmente em aço inoxidável;                                                                                                                                    | Atende                                                                            |         |
|           |                                      | tampa vedada por guarnição de silicone puro;                                                                                                                                                                | Não atende<br>(Especificação não encontrada)                                      |         |
|           |                                      | possuir bomba de drenagem para acelerar processo de esvaziamento;                                                                                                                                           | Não atende<br>(Especificação não encontrada)                                      |         |
|           |                                      | possuir bomba de fluxo para otimizar limpeza por vazão intermitente;                                                                                                                                        | Não atende<br>(Menciona apenas ter válvula para alta vazão, não menciona a bomba) |         |
|           |                                      | possuir bomba peristáltica para dosagem de detergente;                                                                                                                                                      | Atende                                                                            |         |
|           |                                      | interface HM em painel LCD;                                                                                                                                                                                 | Atende                                                                            | Não     |

|  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|--|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | <b>Brasmedical;<br/>Modelo: BR-30)</b> | <div>impressora térmica para documentação dos ciclos embutida;</div> <div>capacidade de executar ciclos pré-programados ao menos para: instrumentais, instrumentais delicados, instrumentais de ortopedia e canulados.</div> <div>Acompanha<br/><br/>02 cestos aramados em aço inoxidável do tamanho aproximado da cuba para uso geral,<br/><br/>01 cesto de dimensões reduzidas para uso com instrumentais de menor tamanho em aço inox 304;<br/><br/>01 cesto completo (ou sistema já acoplado ao equipamento) para processamento de canulados (conjunto de montagem e kit tampas);</div> <div>acompanhada de cavalete para filtragem de água potável, quaisquer outros dispositivos essenciais à plena operação do equipamento;</div> <div>insumos, reagentes e testes para operação do equipamento para ao menos 30 ciclos de operação.</div> <div>Alimentação elétrica 220 V / 60 Hz / Monofásico.</div> | <div>Atende</div> <div><b>Não atende</b><br/><br/>(Não menciona pré-programações por tipo de instrumentais)</div> <div><b>Não atende</b><br/><br/>(Não menciona sobre fornecer 02 cestos aramados em aço inoxidável do tamanho aproximado da cuba para uso geral)</div> <div><b>Não atende</b><br/><br/>(Não menciona)</div> <div><b>Não atende</b><br/><br/>(Não menciona)</div> <div>Atende</div> | <b>conforme</b> |
|--|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Tabela 2. Análise da documentação técnica

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Parecer - PSM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <div>Item 6.2 do termo de referência:</div> <div>Na proposta comercial ofertada pelo(s) licitante(s), <b>devem constar todas as especificações e todas as informações técnicas do(s) equipamento(s) ofertado(s)</b>, que identifique claramente as seguintes informações:</div> <div><div>• Marca/Fabricante, Modelo, Medidas e Capacidade;</div><div>• Empresa que prestará os serviços de Assistência Técnica Autorizada, caso a própria licitante venha a prestar os serviços de assistência técnica em garantia, deverá a mesma informar na proposta comercial;</div><div>• Prazo de Validade da Proposta;</div><div>• Endereço(s) do(s) Local(is) de Entrega/Instalação;</div><div>• Prazo de Entrega: no máximo em até 60 dias para os equipamentos de fabricação nacional e de até 90 dias para o(s) equipamento(s) importados;</div><div>• Informar a inclusão de tributos, contribuições fiscais os quais incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o produto;</div><div>• Período de garantia exigido de, no mínimo, 12 (doze) meses, e os dados referentes da empresa autorizada que prestará o serviço de assistência técnica na(s) cidade(s) de instalação do(s) equipamento(s), relacionado os serviços de manutenção corretiva durante o período de vigência de garantia.</div><div>• O licitante deverá informar na proposta se o equipamento é de fabricação nacional ou importado;</div><div>• Informar que no preço ofertado para o(s) equipamento(s) deverá(ão) estar inclusas todas as <b>despesas de</b></div></div> | <div><b>Não conforme</b></div> <div>Não foi apresentado o manual de</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>logística</b> como: frete, seguros, movimentação vertical e horizontal, montagem, instalação, acessórios, peças, mão de obra e treinamento da(s) equipe(s) técnica(s) que utilizará(ão) o(s) equipamento(s);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Informar que no preço ofertado para o(s) equipamento(s) deverão estar inclusos todos os custos com <b>elaboração de laudos</b> e qualquer outra documentação que se fizer necessária para a devida operação do(s) equipamento(s) ofertado(s).</li><li>Para emissão do parecer técnico de aceite das propostas ofertadas pelos licitantes por parte da CONTRATANTE, as mesmas deverão, obrigatoriamente, apresentar na proposta comercial os seguintes documentos em Anexo:</li><li>Catálogo Original ou link do catálogo proveniente da Internet, onde deverão constar <b>todas</b> as características das exigências técnicas solicitadas no termo de referência (TR) do Edital para o(s) equipamento(s);</li><li><b>Manual de operação em português ou link do manual proveniente da internet contendo Marca e Modelo do(s) equipamento(s) ofertado(s)</b> e demais características de acordo com as especificações exigidas.</li><li>Para equipamento(s) nacional(is) e importado(s) sujeito(s) ao regime de vigilância sanitária, a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar comprovação do registro do(s) produto(s) na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ? ANVISA / Ministério da Saúde ? MS. Estando o registro vencido, deverá ser apresentada cópia da petição de revalidação dirigida à ANVISA/MS, acompanhada de cópia do registro vencido. Caso o(s) equipamento(s) ofertado(s) seja(m) dispensado(s) de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde ? ANVISA/MS, o proponente deverá apresentar cópia do ato que isenta o produto de registro;</li></ul> | <p>operação do equipamento, para verificação das especificações do mesmo.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

CONCLUSÃO:

O item **Lavadora Ultrassônica (Marca: Brasmedical; Modelo: BR 30) (Item 01)** não está em conformidade com as especificações técnicas e a empresa não apresentou toda a documentação técnica solicitada, conforme Tabelas 1 e 2, respectivamente. Assim, emite-se **parecer técnico desfavorável** para a empresa **PSM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.**

Assim, emite-se **parecer técnico desfavorável** para aquisição do item **01 Lavadora Ultrassônica (Marca: Brasmedical; Modelo: BR 30).**

CHRYSTIAN JOSÉ CUNHA TRINDADE  
Engenheiro Biomédico

IZABELLA NONATO OLIVEIRA LIMA  
Coordenadora de Engenharia Clínica

CINTHIA MÁRCIA RACHID  
Gerente de Engenharia e Arquitetura

MAURÍCIO ERTNER DE ALMEIDA  
Superintendente de Infraestrutura

GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA