

fieldset { width: 100%; min-width: 0;}fieldset { padding: 0; margin: 10px 0 10px 0; border: 0; min-width: 0;}legend { display: block; width: 100%; padding: 0; margin-bottom: 18px; font-size: 16px; line-height: inherit; color: #666; border: 0; border-bottom: 1px solid #e5e5e5; font-weight: bold; font-family: Calibri !important;} .preview { background-color: #FFFFFF; color: #000000; font-family: Calibri !important; font-size: 12pt; } .preview h1, h2, h3, h4, h5, h6 { display: block; font-weight: bold;} .preview ul, ol { padding: 0; margin-inline-start: 2em; list-style: auto;}td, th { padding: 3px !important; } DESPACHO Número da Contratação - SISLOG103700Número do Processo - SEI202400005001820 DESPACHO SES/LACEN-3339 (LABORATÓRIO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. GIOVANNI CYSNEIROS - LACEN)

Em atenção a solicitação de pedido de esclarecimento (sislog 42878), informamos: Quanto ao pedido de esclarecimento apontado no documento Consulta Técnica (sislog 42878), em que a licitante questiona se "será aceito proposta com o descritivo abaixo: Frasco de tampa rosca, descartável, estéril, com lacre de vedação para garantir a esterilidade, fabricado de acordo com a norma ISO11137-02. Composição: poliestireno transparente que garante a ausência de fluorescência sob lâmpada UV e possui reagente de tiosulfato de sódio pulverizado para neutralizar uma amostra de 100ml com até 15mg/L de cloro. Capacidade 120ml com marcação de 100ml. Possui marcação do lote no frasco para garantir a rastreabilidade. Embalagem: caixa com 200 unidades. Frascos - Métodos de esterilização eficientes Raios Gama ou Feixe de Elétrons.", o Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros - LACEN/GO informa que as especificações dos frascos apresentadas pela licitante atendem ao solicitado no Edital e Termo de Referência. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE LUIZ AUGUSTO PEREIRA Integrante Requisitante/Técnico RAFAEL SOUZA GUEDES Integrante Requisitante VINICIUS LEMES DA SILVA Integrante Requisitante MARILIA PORTILHO GOMES Apoio ENCAMINHAMENTO Retornam-se os autos às Gerências de Licitações para prosseguimento.