

INFORMAÇÕES PARA NOTA DE EMPENHO

Dispensa Eletrônica Nº 247/2025

Código SISLOG 109752

Número do Processo - SEI
202400005039165

Tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da Lei 14.133/2021, Art. 75, VII o instrumento contratual será substituído pela Nota de Empenho, nos termos do art. 95 da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso IX, do art. 7º, do Decreto estadual nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023.

Assim, seguem abaixo as informações necessárias para instruir a Nota de Empenho:

Dados do Contrante:	
Órgão ou entidade:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Inscrita no CNPJ sob o nº:	02.529.964/0001-57
Endereço do órgão ou entidade:	Rua SC-1, 299, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO
Titular ou representante do órgão ou entidade:	Rasível dos Reis Santos Júnior

Dados da Contratada:	
Empresa:	[empresaContratada]
Inscrita sob o CNPJ/CPF nº:	[cnpjContratada]
Endereço:	[enderecoContratada]
Representante:	[representanteContratada]

Dados da Contratação:	
Descrição Resumida do Objeto:	Fornecimento de Bens e Materiais - BiPAP COM UMIDIFICADOR E BATERIA + MÁSCARA ORONASAL
	Descrição do item 001 Código 4148 - Equipamentos Demandados Judicialmente, BiPAP automático com alívio de pressão expiratória e umidificador integrado.
	Informações Adicionais BIPAP S/T COM UMIDIFICADOR AQUECIDO E BATERIA Especificações técnicas mínimas: BiPAP para paciente adulto, com esclerose lateral amiotrófica, insuficiência respiratória crônica secundária e apnéia obstrutiva do sono (AOS); capacidade de operar ao menos nos seguintes modos de terapia: CPAP, S, S/T (assistido/controlado) e T; capacidade de ajuste da pressão IPAP para um intervalo mínimo de 4 a 30 cmH2O; capacidade de ajuste da pressão EPAP para um intervalo mínimo de 4 a 25 cmH2O; tempo de rampa automático; capacidade de compensar vazamentos no sistema; capacidade de operar com tempo de inspiração no intervalo mínimo de 0,50 a 3 s; capacidade de operar com volumes correntes no intervalo mínimo de 200 a 1500 ml; gravação de eventos respiratórios em cartão SD incluso; capacidade de armazenar ao menos os seguintes parâmetros: curvas de fluxo, pressão, vazamento, taxa de apnéia e ronco; acompanha bateria interna removível e/ou bateria externa compatível com as tensões e conexões do equipamento, e com a capacidade de mantê-lo operando por ao menos 4 horas em condições reais de uso (desligando aquecimento do umidificador); acompanha umidificador aquecido, compatível mecânica e eletricamente com o equipamento principal; acompanha traquéia (tubo) com aproximadamente 2 m de extensão, fonte e cabo de energia, filtro de ar, cartão SD, bolsa de transporte, manual operação em português bem como todas e quaisquer peças, componentes, módulos, partes, filtros, adaptadores, cabos elétricos, conectores, blocos, interfaces, softwares ou acessórios indispensáveis ao pleno funcionamento do equipamento; Alimentação automática 100-240 VAC 60Hz, registro na ANVISA. Garantia integral contra defeitos de

Itens com Resultado:	fabricação mínima de 01 ano.	
	Período (Meses)	
	Quantidade	1
	Unidade	unidade
	CPF/CNPJ	-
	Fornecedor	-
	Valor Unitário	-
	Valor Total	-
	Descrição do item 002	
	Código 4148 - Equipamentos Demandados Judicialmente, Máscara para ventilação.	
	Informações Adicionais	
	MÁSCARA ORONASAL TAMANHO M Especificações técnicas mínimas: Máscara oronasal (facial) tamanho M, com armação (arnês) que não prejudique o campo de visão do paciente; almofada em silicone macio e substituível; acompanhada de manual de operação em português bem como todos e quaisquer outros elementos ou dispositivos indispensáveis à plena utilização da máscara, como arnês, almofada, cotovelo, cliques ou dispositivos de fixação e etc. Registro na ANVISA. Garantia integral contra defeitos de fabricação de no mínimo 90 dias.	
	Período (Meses)	
	Quantidade	1
	Unidade	unidade
	CPF/CNPJ	-
	Fornecedor	-
	Valor Unitário	-
	Valor Total	-
Regime de fornecimento de bens ou serviços:	em parcela única	
Prazo de entrega ou de Fornecimento:	30 dias	
Valor total da contratação:	[valorTotalContratado]	

ALEXANDRE DE SOUSA LIMA