

Parecer Técnico de Análise de Proposta

Trata-se de solicitação de manifestação sobre a Proposta Comercial apresentada pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATÓRIOS LTDA – CNPJ nº 05.895.525/0001;**36**úmero da Contratação: **105667,Pregão Eletrônico - SRP n. 206/2025**, Processo SEI: **202400005014220**

O processo licitatório foi realizado para Fornecimento de Bens e Materiais - **Estabelecer uma Ata de Registro de Preços para futuras aquisições de Produtos Odontológicos, Grupo Semipermanente IV Pregão Eletrônico - SRP n. 206/2025, para atender às necessidades do Centro Estadual de Odontologia Sebastião Alves Ribeiro-COEG..**

Nos termos do art. 59, § 1º da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e ao art. 34 do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023 que a empresa licitante cumpriu na integralidade as exigências e especificações técnicas dos objetos apresentados e em conformidade com o **Termo de Referência (156608)**.

Sendo assim, o Centro Estadual de Odontologia Sebastião Alves Ribeiro-COEG/SES-GO , manifesta-se pela **ACEITABILIDADE** das Propostas Comerciais supracitada nos itens:

Empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATÓRIOS LTDA,**Itens-02,03,04,05,06,07,08,11,12,14,15,16,17,18,19,20,36,37,38,43,44,45,46,47,48**

- 02-Brocas de carbureto de tungstênio de corte cruzado p/ peça de mão Nº 1501.Marca American.
- 03-Brocas de carbureto de tungstênio de corte cruzado fino p/ peça de mão Nº 1516.Marca American.
- 04-Brocas de carbureto de tungstênio de corte cruzado fino p/ peça de mão Nº 5520060 PM.Marca American.
- 05-Brocas de carbureto de tungstênio de corte cruzado médio p/ peça de mão Nº 5220.060.Marca American.
- 06-Brocas de carbureto de tungstênio de corte cruzado grosso p/ peça de mão Nº 5550.060.Marca American.
- 07-Brocas de carbureto de tungstênio de corte cruzado super grosso p/ peça de mão Nº 6055.070.Marca American.
- 08-Brocas de carbureto de tungstênio de corte cruzado super fino p/ peça de mão Nº 7230040 PM.Marca American.
- 11-Capa protetora de peça de mão do ultrassom removível e esterilizável. Obs: tem que ser compatível com a marca Schuster.Marca Schuster.
- 12-Cabo para espelho bucal inox.Marca FAVA.
- 14-Compasso de Wills.Marca LYSANDRA.
- 15-Cuba metálica redonda pequena.Marca ECONOX.
- 16-Cureta periodontal Goldman Fox nº 1.Cabo oco.Autoclavável.Com tratamento térmico de tripla têmpera na fabricação.Tecnologia EverEdge;Marca GOLGRAN MILENNIUM.
- 17-Cureta periodontal Goldman Fox nº 2.Cabo oco.Autoclavável.Com tratamento térmico de tripla têmpera na fabricação.Tecnologia EverEdge;Marca GOLGRAN MILENNIUM.
- 18-Cureta periodontal Goldman Fox nº 3.Cabo oco.Autoclavável.Com tratamento térmico de tripla têmpera na fabricação.Tecnologia EverEdge;Marca GOLGRAN MILENNIUM.
- 19-Cureta periodontal Goldman Fox nº 4.Cabo oco.Autoclavável.Com tratamento térmico de tripla têmpera na fabricação.Tecnologia EverEdge;Marca GOLGRAN MILENNIUM.
- 20-Cureta de Molt.;Marca ICE.
- 36-Cinzel Micro Ochsenbein nº 01.Marca GOLGRAN MILENNIUM.
- 37-Cinzel Micro Ochsenbein nº 02.Marca GOLGRAN MILENNIUM.
- 38-Cinzel Micro Ochsenbein nº 03.Marca GOLGRAN MILENNIUM.
- 43-Descolador Molt.Marca FAVA.
- 44-Descolador Freer.Marca STELMAX.
- 45-Dobrador de fio de amarelo com duas pontas.Marca MORELLI.
- 46-Espátula em aço inoxidável, autoclavável, para resina, cerâmica e porcelana. Modelo Almore, sendo o modelo na cor verde.Marca GOLGRAN MILENNIUM.
- 47-Espátula de inserção de resina,ponta de titânio, nº 02.Marca INDUSBELLO.
- 48-Espátula de inserção de resina nº 01.Marca INDUSBELLO.
- 49-Ponta de ultrassom perio subgingival TIPS, ref. Schuster..Marca Schuster NUMERAÇÃO P4-S.

Com relação a Empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATÓRIOS LTDA,itens-22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 e 34,damos o parecer **DESFAVORÁVEL**,visto que ,estes itens descrito do ETP(68885) deve ser de alta qualidade, como aço inoxidável cirúrgico , para garantir **durabilidade, resistência à corrosão** (importante para esterilização e uso em ambiente úmido) e capacidade de manter o **fio de corte** afiado por mais tempo.A ponta ativa (lâmina) deve ser projetada para alcançar áreas específicas da superfície radicular e da bolsa periodonta,com angulações específicas,que permite uma melhor adaptação à anatomia da raiz sem traumatizar o tecido gengiva.Umfio de corte extremamente afiado é fundamental para a remoção eficaz do cálculo dental e do tecido inflamado com o mínimo de força e desconforto para o paciente. A cureta deve ser capaz de ser afiada e manter essa afiação de forma consistente.O cabo deve ser oco,ter um design ergonômico, preferencialmente com uma superfície texturizada ou um diâmetro que proporcione uma **boa aderência e conforto** ao profissional, reduzindo a fadiga da mão durante procedimentos longos.Um bom equilibrio do instrumento contribui para a precisão e controle dos movimentos. O material deve resistir aos processos de limpeza e esterilização (autoclave) sem sofrer danos ou corrosão, garantindo a biossegurança e a longevidade do instrumento. Em resumo, a escolha da cureta ideal depende da área a ser tratada e da preferência do profissional, mas todas as boas curetas compartilham a necessidade de um material robusto, design funcional e capacidade de manter um fio de corte afiado. A marca apresentada não oferece todas essas características o que pode comprometer a qualidade do serviço,além de ergonomicamente comprometer os profissionais.

- 22-Cureta periodontal tipo Gracey 0/5.Cabo oco.Autoclavável.Com tratamento térmico de tripla têmpera na fabricação.Tecnologia EverEdge;Marca COOPERFLEX.
- 23-Cureta periodontal tipo Gracey 03/04.Cabo oco.Autoclavável.Com tratamento térmico de tripla têmpera na fabricação.Tecnologia EverEdge;Marca COOPERFLEX.
- 24-Cureta periodontal tipo Gracey 00/1.Cabo oco.Autoclavável.Com tratamento térmico de tripla têmpera na fabricação.Tecnologia EverEdge;Marca COOPERFLEX.
- 25-Cureta periodontal tipo Gracey 05/06.Cabo oco.Autoclavável.Com tratamento térmico de tripla têmpera na fabricação.Tecnologia EverEdge;Marca COOPERFLEX.
- 26-Cureta periodontal tipo Gracey 07/08.Cabo oco.Autoclavável.Com tratamento térmico de tripla têmpera na fabricação.Tecnologia EverEdge;Marca COOPERFLEX.
- 27-Cureta periodontal tipo Gracey 11/12.Cabo oco.Autoclavável.Com tratamento térmico de tripla têmpera na fabricação.Tecnologia EverEdge;Marca COOPERFLEX.
- 28-Cureta periodontal tipo Gracey 13/14.Cabo oco.Autoclavável.Com tratamento térmico de tripla têmpera na fabricação.Tecnologia EverEdge;Marca COOPERFLEX.
- 29-Cureta periodontal tipo Gracey mini-five 05/06.Cabo oco.Autoclavável.Com tratamento térmico de tripla têmpera na fabricação.Tecnologia EverEdge;Marca COOPERFLEX.
- 30-Cureta periodontal tipo Gracey mini five 7/8.Cabo oco.Autoclavável.Com tratamento térmico de tripla têmpera na fabricação.Tecnologia EverEdge;Marca COOPERFLEX.
- 31-Cureta periodontal tipo Gracey mini five 11/12.Cabo oco.Autoclavável.Com tratamento térmico de tripla têmpera na fabricação.Tecnologia EverEdge;Marca COOPERFLEX.
- 32-Cureta periodontal tipo Gracey mini five 13/14.Cabo oco.Autoclavável.Com tratamento térmico de tripla têmpera na fabricação.Tecnologia EverEdge;Marca COOPERFLEX.
- 33-Cureta periodontal universal MC CALL 13/14.Cabo oco.Autoclavável.Com tratamento térmico de tripla têmpera na fabricação.Tecnologia EverEdge;Marca COOPERFLEX.
- 34-Cureta periodontal universal MC CALL 17/18.Cabo oco.Autoclavável.Com tratamento térmico de tripla têmpera na fabricação.Tecnologia EverEdge;Marca COOPERFLEX.

Após, volvam-nos para continuidade.

Dispensa de Solicitação de Amostras

7. Informamos que a **Empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATÓRIOS LTDA – CNPJ nº 05.895.525/0001-56** ofertou instrumentais de marcas variadas que foram analisadas com base em informações do fabricante de cada produto, informações do mercado e dos profissionais que usam os produtos nos atendimentos diários na unidade, portanto não haverá necessidade de amostra.

8. Assim, volvam-se os autos para a Gerência de Compras Governamentais para prosseguimento do certame.

Responsável	Função	Equipe	Telefone	Email
FRANCIS RODRIGUES DE CERQUEIRA FURBINO	Gestor de Contrato / Integrante Requisitante	Equipe de Fiscalização de Contrato	32017460	francis.cerqueira@goias.gov.br