

**PARECER TÉCNICO****PARECER TÉCNICO**

Trata-se da contratação de empresa especializada em fornecimento de insumos para a realização de sorologias, com disponibilização de equipamento em regime de comodato, a serem utilizados na Seção de Imunoparasitologia do Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros/LACEN/SES-GO, visando atender às necessidades da SES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, por um período de 60 meses.

Vieram os autos para análise da conformidade da(s) proposta(s) da presente contratação nos termos do art. 59, § 1º da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021 e ao art. 34 do Decreto Estadual nº 10.247 de 30 de março de 2023.

Assim, apresentamos as seguintes informações acerca da avaliação da(s) proposta(s), referentes aos itens solicitados:

| Lote | Nº do item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Empresa                                                                                                 | Modelo/Marca                             | Proposta em conformidade com a seção 6 do Termo de Referência                           | Proposta em conformidade com a seção 10.13 do Termo de Referência                             | Proposta em conformidade com a seção 11 do Termo de Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Parecer Técnico                                                                          |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1          | Anti-HCV, conjunto de reagentes, controles e calibradores para determinação qualitativa de anticorpos anti-hcv da hepatite c em soro ou plasma humano, utilizando metodologia de quimioluminescência ou eletroquimioluminescência, que utilizem antígeno recombinante ou peptídeo sintético, para uso em equipamento totalmente automatizado. | <b>BS DIAGNOSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA</b><br><br><b>CNPJ 34.010.427/0001-92</b> | LIAISON XL<br>MUREX HCV<br>Ab / DIASORIN | Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado – Páginas de 1 a 7 | Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado – Páginas de 1250 a 1263 | Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado:<br><br>Item 11.1 – Página 6<br><br>Item 11.2 – Página 6<br><br>Item 11.3 – Páginas 386 a 388<br><br>Item 11.4 – Páginas 19 a 27<br><br>Item 11.5 – Páginas 255 a 1080<br><br>Item 11.6 – Página 6<br><br>Item 11.7 – Página 6<br><br>Item 11.8 – Páginas 1238 a 1247 e Página 39 | O item ofertado <b>ATENDE</b> aos requisitos técnicos requeridos no Termo de Referência. |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                       | Documento<br>SISLOG<br>(149619) –<br>Proposta e<br>documentos<br>do melhor<br>colocado:                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                       | Item 11.1 –<br>Página 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                       | Item 11.2 –<br>Página 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |
| 2 | HBsAg, conjunto de reagentes, controles e calibradores para determinação qualitativa do antígeno hbsag da hepatite b em soro ou plasma humano, que utilizem anticorpos monoclonais ou policlonais permitindo detecção de mutantes hbsag, utilizando metodologia de quimioluminescência ou eletroquimioluminescência para uso em equipamento totalmente automatizado. | <b>BS DIAGNOSTICA<br/>COMERCIAL DE<br/>PRODUTOS PARA<br/>LABORATORIO<br/>LTDA</b><br><br><b>CNPJ<br/>34.010.427/0001-<br/>92</b> | LIAISON XL<br>MUREX HBsAg<br>Quant /<br>DIASORIN | Documento<br>SISLOG<br>(149619) –<br>Proposta e<br>documentos<br>do melhor<br>colocado –<br>Páginas de 1 a<br>7 | Documento<br>SISLOG<br>(149619) –<br>Proposta e<br>documentos<br>do melhor<br>colocado –<br>Páginas de<br>1250 a 1263 | Item 11.3 –<br>Páginas 386 a<br>388<br><br>Item 11.4 –<br>Páginas 19 a<br>27<br><br>Item 11.5 –<br>Páginas 255 a<br>1080<br><br>Item 11.6 –<br>Página 6<br><br>Item 11.7 –<br>Página 6<br><br>Item 11.8 –<br>Páginas 1238<br>a 1247 e<br>Página 49                                                                                                  | O item<br>ofertado<br><b>ATENDE</b><br>aos<br>requisitos<br>técnicos<br>requeridos<br>no Termo<br>de<br>Referência. |
| 3 | Anti-HBc, Total - conjunto de reagentes, controles e calibradores para determinação qualitativa de anticorpos (igg e igm) anti-hbc da hepatite b em soro ou plasma humano, utilizando metodologia de quimioluminescência ou eletroquimioluminescência (que utilizem antígeno recombinante ou peptídeo sintético) para uso em equipamento totalmente automatizado.    | <b>BS DIAGNOSTICA<br/>COMERCIAL DE<br/>PRODUTOS PARA<br/>LABORATORIO<br/>LTDA</b><br><br><b>CNPJ<br/>34.010.427/0001-<br/>92</b> | LIAISON Anti-<br>HBc /<br>DIASORIN               | Documento<br>SISLOG<br>(149619) –<br>Proposta e<br>documentos<br>do melhor<br>colocado –<br>Páginas de 1 a<br>7 | Documento<br>SISLOG<br>(149619) –<br>Proposta e<br>documentos<br>do melhor<br>colocado –<br>Páginas de<br>1250 a 1263 | Documento<br>SISLOG<br>(149619) –<br>Proposta e<br>documentos<br>do melhor<br>colocado:<br><br>Item 11.1 –<br>Página 6<br><br>Item 11.2 –<br>Página 6<br><br>Item 11.3 –<br>Páginas 386 a<br>388<br><br>Item 11.4 –<br>Páginas 19 a<br>27<br><br>Item 11.5 –<br>Páginas 255 a<br>1080<br><br>Item 11.6 –<br>Página 6<br><br>Item 11.7 –<br>Página 6 | O item<br>ofertado<br><b>ATENDE</b><br>aos<br>requisitos<br>técnicos<br>requeridos<br>no Termo<br>de<br>Referência. |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                       | Item 11.8 –<br>Páginas 1238<br>a 1247 e<br>Página 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |
| 4 | HBeAg, Conjunto de reagentes, controles e calibradores para ensaio automatizado para detecção qualitativa de antígeno “e” do vírus da hepatite B em amostras de soro ou plasma humano, utilizando metodologia de Quimioluminescência ou Eletroquimioluminescência. -<br>Informação Adicional: HBeAg AUTOMATIZADO ELETRO/QUIMIOLUMINESCÊNCIA                               | <b>BS DIAGNOSTICA<br/>COMERCIAL DE<br/>PRODUTOS PARA<br/>LABORATORIO<br/>LTDA</b><br><br><b>CNPJ<br/>34.010.427/0001-<br/>92</b> | LIAISON HBeAg<br>/ DIASORIN        | Documento<br>SISLOG<br>(149619) –<br>Proposta e<br>documentos<br>do melhor<br>colocado –<br>Páginas de 1 a<br>7 | Documento<br>SISLOG<br>(149619) –<br>Proposta e<br>documentos<br>do melhor<br>colocado –<br>Páginas de<br>1250 a 1263 | Documento<br>SISLOG<br>(149619) –<br>Proposta e<br>documentos<br>do melhor<br>colocado:<br><br>Item 11.1 –<br>Página 6<br><br>Item 11.2 –<br>Página 6<br><br>Item 11.3 –<br>Páginas 386 a<br>388<br><br>Item 11.4 –<br>Páginas 19 a<br>27<br><br>Item 11.5 –<br>Páginas 255 a<br>1080<br><br>Item 11.6 –<br>Página 6<br><br>Item 11.7 –<br>Página 6<br><br>Item 11.8 –<br>Páginas 1238<br>a 1247 e<br>Página 69 | O item<br>ofertado<br><b>ATENDE</b><br>aos<br>requisitos<br>técnicos<br>requeridos<br>no Termo<br>de<br>Referência. |
| 5 | Anti-HBeAg, Conjunto de reagentes, controles e calibradores para ensaio automatizado para detecção qualitativa de anticorpos contra o antígeno “e” do vírus da hepatite B em amostras de soro ou plasma humano, utilizando metodologia de Quimioluminescência ou Eletroquimioluminescência. -<br>Informação Adicional: Anti-HBeAg AUTOMATIZADO ELETRO/QUIMIOLUMINESCÊNCIA | <b>BS DIAGNOSTICA<br/>COMERCIAL DE<br/>PRODUTOS PARA<br/>LABORATORIO<br/>LTDA</b><br><br><b>CNPJ<br/>34.010.427/0001-<br/>92</b> | LIAISON Anti-<br>HBe /<br>DIASORIN | Documento<br>SISLOG<br>(149619) –<br>Proposta e<br>documentos<br>do melhor<br>colocado –<br>Páginas de 1 a<br>7 | Documento<br>SISLOG<br>(149619) –<br>Proposta e<br>documentos<br>do melhor<br>colocado –<br>Páginas de<br>1250 a 1263 | Documento<br>SISLOG<br>(149619) –<br>Proposta e<br>documentos<br>do melhor<br>colocado:<br><br>Item 11.1 –<br>Página 6<br><br>Item 11.2 –<br>Página 6<br><br>Item 11.3 –<br>Páginas 386 a<br>388<br><br>Item 11.4 –<br>Páginas 19 a<br>27                                                                                                                                                                       | O item<br>ofertado<br><b>ATENDE</b><br>aos<br>requisitos<br>técnicos<br>requeridos<br>no Termo<br>de<br>Referência. |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                   |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                   |                                                                                                |                                                                                                      | <p>Item 11.5 – Páginas 255 a 1080</p> <p>Item 11.6 – Página 6</p> <p>Item 11.7 – Página 6</p> <p>Item 11.8 – Páginas 1238 a 1247 e Página 78</p>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| 6 | <p>Anti-HBc, IgM – Conjunto de reagentes, controles e calibradores para ensaio automatizado para detecção qualitativa de anticorpos IgM contra o antígeno da região do core do vírus da Hepatite B (anti-HBc IgM) em soro ou plasma humano, utilizando metodologia de Quimioluminescência ou Eletroquimioluminescência em equipamento totalmente automatizado. - Informação Adicional: Anti-HBc IgM AUTOMATIZADO ELETRO/QUIMIOLUMINESCÊNCIA</p> | <p><b>BS DIAGNOSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA</b></p> <p><b>CNPJ 34.010.427/0001-92</b></p> | <p>LIAISON HBc IgM / DIASORIN</p> | <p>Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado – Páginas de 1 a 7</p> | <p>Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado – Páginas de 1250 a 1263</p> | <p>Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado:</p> <p>Item 11.1 – Página 6</p> <p>Item 11.2 – Página 6</p> <p>Item 11.3 – Páginas 386 a 388</p> <p>Item 11.4 – Páginas 19 a 27</p> <p>Item 11.5 – Páginas 255 a 1080</p> <p>Item 11.6 – Página 6</p> <p>Item 11.7 – Página 6</p> <p>Item 11.8 – Páginas 1238 a 1247 e Página 87</p> | <p>O item ofertado <b>ATENDE</b> aos requisitos técnicos requeridos no Termo de Referência.</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                      |                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Anti-HBs, conjunto de reagentes, controles e calibradores para realização de imunoensaio por Quimioluminescência ou Eletroquimioluminescência para determinação quantitativa de anticorpos contra o antígeno de superfície da Hepatite B (Anti HBs) em soro ou plasma humanos, para uso em equipamento totalmente automatizado.                               | <b>BS DIAGNOSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA</b><br><br><b>CNPJ 34.010.427/0001-92</b> | LIAISON XL MUREX Anti-HBs / DIASORIN | Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado – Páginas de 1 a 7 | Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado – Páginas de 1250 a 1263 | Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado:<br><br>Item 11.1 – Página 6<br><br>Item 11.2 – Página 6<br><br>Item 11.3 – Páginas 386 a 388<br><br>Item 11.4 – Páginas 19 a 27<br><br>Item 11.5 – Páginas 255 a 1080<br><br>Item 11.6 – Página 6<br><br>Item 11.7 – Página 6<br><br>Item 11.8 – Páginas 1238 a 1247 e Página 100 | O item ofertado <b>ATENDE</b> aos requisitos técnicos requeridos no Termo de Referência. |
| 8 | HAV IgM, Conjunto de reagentes, controles e calibradores para ensaio automatizado para detecção qualitativa de anticorpos de classe IgM contra o vírus da Hepatite A (HAV IgM) em soro ou plasma humano, utilizando metodologia de Quimioluminescência ou Eletroquimioluminescência.. - Informação Adicional: HAV IgM AUTOMATIZADO ELETRO/QUIMIOLUMINESCÊNCIA | <b>BS DIAGNOSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA</b><br><br><b>CNPJ 34.010.427/0001-92</b> | LIAISON HAV IgM / DIASORIN           | Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado – Páginas de 1 a 7 | Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado – Páginas de 1250 a 1263 | Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado:<br><br>Item 11.1 – Página 6<br><br>Item 11.2 – Página 6<br><br>Item 11.3 – Páginas 386 a 388<br><br>Item 11.4 – Páginas 19 a 27<br><br>Item 11.5 – Páginas 255 a 1080<br><br>Item 11.6 – Página 6                                                                                 | O item ofertado <b>ATENDE</b> aos requisitos técnicos requeridos no Termo de Referência. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                      | <p>Item 11.7 –<br/>Página 6</p> <p>Item 11.8 –<br/>Páginas 1238<br/>a 1247 e<br/>Página 110</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| 9  | <p>Citomegalovírus (CMV), IgG (CMV IgG) - Imunensaio por Quimioluminescência ou Eletroquimioluminescência para detecção qualitativa, semi-quantitativa ou quantitativa de anticorpos IgG contra citomagalovirus em soro ou plasma humanos.</p> | <p><b>BS DIAGNOSTICA<br/>COMERCIAL DE<br/>PRODUTOS PARA<br/>LABORATORIO<br/>LTDA</b></p> <p><b>CNPJ<br/>34.010.427/0001-92</b></p> | <p>LIAISON CMV<br/>IgG II /<br/>DIASORIN</p> | <p>Documento<br/>SISLOG<br/>(149619) –<br/>Proposta e<br/>documentos<br/>do melhor<br/>colocado –<br/>Páginas de 1 a<br/>7</p> | <p>Documento<br/>SISLOG<br/>(149619) –<br/>Proposta e<br/>documentos<br/>do melhor<br/>colocado –<br/>Páginas de<br/>1250 a 1263</p> | <p>Documento<br/>SISLOG<br/>(149619) –<br/>Proposta e<br/>documentos<br/>do melhor<br/>colocado:</p> <p>Item 11.1 –<br/>Página 6</p> <p>Item 11.2 –<br/>Página 6</p> <p>Item 11.3 –<br/>Páginas 386 a<br/>388</p> <p>Item 11.4 –<br/>Páginas 19 a<br/>27</p> <p>Item 11.5 –<br/>Páginas 255 a<br/>1080</p> <p>Item 11.6 –<br/>Página 6</p> <p>Item 11.7 –<br/>Página 6</p> <p>Item 11.8 –<br/>Páginas 1238<br/>a 1247 e<br/>Página 121</p> | <p>O item<br/>ofertado<br/><b>ATENDE</b><br/>aos<br/>requisitos<br/>técnicos<br/>requeridos<br/>no Termo<br/>de<br/>Referência.</p> |
| 10 | <p>Citomegalovírus (CMV), IgM (CMV IgM) - Imunoensaio por Quimioluminescência ou Eletroquimioluminescência para detecção qualitativa ou semi-quantitativa de anticorpos IgM contra citomagalovirus em soro ou plasma humanos.</p>              | <p><b>BS DIAGNOSTICA<br/>COMERCIAL DE<br/>PRODUTOS PARA<br/>LABORATORIO<br/>LTDA</b></p> <p><b>CNPJ<br/>34.010.427/0001-92</b></p> | <p>LIAISON CMV<br/>IgM II /<br/>DIASORIN</p> | <p>Documento<br/>SISLOG<br/>(149619) –<br/>Proposta e<br/>documentos<br/>do melhor<br/>colocado –<br/>Páginas de 1 a<br/>7</p> | <p>Documento<br/>SISLOG<br/>(149619) –<br/>Proposta e<br/>documentos<br/>do melhor<br/>colocado –<br/>Páginas de<br/>1250 a 1263</p> | <p>Documento<br/>SISLOG<br/>(149619) –<br/>Proposta e<br/>documentos<br/>do melhor<br/>colocado:</p> <p>Item 11.1 –<br/>Página 6</p> <p>Item 11.2 –<br/>Página 6</p> <p>Item 11.3 –<br/>Páginas 386 a<br/>388</p>                                                                                                                                                                                                                          | <p>O item<br/>ofertado<br/><b>ATENDE</b><br/>aos<br/>requisitos<br/>técnicos<br/>requeridos<br/>no Termo<br/>de<br/>Referência.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                 |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                 |                                                                                                |                                                                                                      | <p>Item 11.4 – Páginas 19 a 27</p> <p>Item 11.5 – Páginas 255 a 1080</p> <p>Item 11.6 – Página 6</p> <p>Item 11.7 – Página 6</p> <p>Item 11.8 – Páginas 1238 a 1247 e Página 133</p>                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 11 | <p>Citomegalovírus (CMV), Avidex (CMV AVIDEZ) - Imunoensaio automatizado de micropartículas quimioluminescentes (eletroquimioluminescência ou quimioluminescência) em duas etapas para a determinação de avidex de anticorpos IgG para o Citomegalovírus em soro ou plasma humano.</p> | <p><b>BS DIAGNOSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA</b></p> <p><b>CNPJ 34.010.427/0001-92</b></p> | <p>LIAISON CMV IgG Avidity II / DIASORIN</p>    | <p>Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado – Páginas de 1 a 7</p> | <p>Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado – Páginas de 1250 a 1263</p> | <p>Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado:</p> <p>Item 11.1 – Página 6</p> <p>Item 11.2 – Página 6</p> <p>Item 11.3 – Páginas 386 a 388</p> <p>Item 11.4 – Páginas 19 a 27</p> <p>Item 11.5 – Páginas 255 a 1080</p> <p>Item 11.6 – Página 6</p> <p>Item 11.7 – Página 6</p> <p>Item 11.8 – Páginas 1238 a 1247 e Página 146</p> | <p>O item ofertado <b>ATENDE</b> aos requisitos técnicos requeridos no Termo de Referência.</p> |
| 12 | <p>HTLV I/II, Conjunto de reagentes, controles e calibradores para detecção qualitativa simultânea de anticorpos totais (IgG + IgM) contra vírus linfotrópico da célula humana tipo I e tipo II (HTLV I/II) em soro ou plasma humano, pelo</p>                                         | <p><b>BS DIAGNOSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA</b></p>                                       | <p>LIAISON XL MUREX recHTLV-I/II / DIASORIN</p> | <p>Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado –</p>                  | <p>Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado –</p>                        | <p>Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>O item ofertado <b>ATENDE</b> aos requisitos técnicos requeridos</p>                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                    |                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | método de quimioluminescência ou eletroquimioluminescência.                                                                                                                                                               | <b>CNPJ<br/>34.010.427/0001-92</b>                                                                     |                                    | Páginas de 1 a 7                                                                        | Páginas de 1250 a 1263                                                                        | Item 11.1 – Página 6<br>Item 11.2 – Página 6<br>Item 11.3 – Páginas 386 a 388<br>Item 11.4 – Páginas 19 a 27<br>Item 11.5 – Páginas 255 a 1080<br>Item 11.6 – Página 6<br>Item 11.7 – Página 6<br>Item 11.8 – Páginas 1238 a 1247 e Página 148                                                                          | no Termo de Referência.                                                                  |
| 13 | ANTI CHAGAS, Conjunto de reagentes, controles e calibradores para detecção qualitativa de anticorpos contra o Trypanosoma cruzi em soro ou plasma humano pelo método de eletroquimioluminescência ou quimioluminescência. | <b>BS DIAGNOSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA<br/><br/>CNPJ<br/>34.010.427/0001-92</b> | LIAISON XL MUREX Chagas / DIASORIN | Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado – Páginas de 1 a 7 | Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado – Páginas de 1250 a 1263 | Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado:<br>Item 11.1 – Página 6<br>Item 11.2 – Página 6<br>Item 11.3 – Páginas 386 a 388<br>Item 11.4 – Páginas 19 a 27<br>Item 11.5 – Páginas 255 a 1080<br>Item 11.6 – Página 6<br>Item 11.7 – Página 6<br>Item 11.8 – Páginas 1238 a 1247 e Página 168 | O item ofertado <b>ATENDE</b> aos requisitos técnicos requeridos no Termo de Referência. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |
| 14 | <p>Toxoplasmose IgM, Conjunto de reagentes, controles e calibradores para ensaio automatizado para detecção qualitativa de anticorpos IgM contra o toxoplasma gondii, utilizando metodologia de Quimioluminescência ou Eletroquimioluminescência. - Informação Adicional: - Imunoensaio por quimioluminescência (CMIA) para detecção qualitativa ou quantitativa de anticorpos IgM contra o Toxoplasma gondii em soro ou plasma humanos.</p>            | <p><b>BS DIAGNOSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA</b></p> <p><b>CNPJ 34.010.427/0001-92</b></p> | LIAISON Toxo IgM / DIASORIN    | <p>Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado – Páginas de 1 a 7</p> | <p>Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado – Páginas de 1250 a 1263</p> | <p>Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado:</p> <p>Item 11.1 – Página 6</p> <p>Item 11.2 – Página 6</p> <p>Item 11.3 – Páginas 386 a 388</p> <p>Item 11.4 – Páginas 19 a 27</p> <p>Item 11.5 – Páginas 255 a 1080</p> <p>Item 11.6 – Página 6</p> <p>Item 11.7 – Página 6</p> <p>Item 11.8 – Páginas 1238 a 1247 e Página 181</p> | <p>O item ofertado <b>ATENDE</b> aos requisitos técnicos requeridos no Termo de Referência.</p> |
| 15 | <p>Toxoplasmose IgG, Conjunto de reagentes, controles e calibradores para ensaio automatizado para detecção qualitativa de anticorpos IgG contra o toxoplasma gondii, utilizando metodologia de Quimioluminescência ou Eletroquimioluminescência. - Informação Adicional: - Imunoensaio por quimioluminescência (CMIA)/eletroquimioluminescência para detecção quantitativa de anticorpos IgG contra o Toxoplasma gondii em soro ou plasma humanos.</p> | <p><b>BS DIAGNOSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA</b></p> <p><b>CNPJ 34.010.427/0001-92</b></p> | LIAISON Toxo IgG II / DIASORIN | <p>Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado – Páginas de 1 a 7</p> | <p>Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado – Páginas de 1250 a 1263</p> | <p>Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado:</p> <p>Item 11.1 – Página 6</p> <p>Item 11.2 – Página 6</p> <p>Item 11.3 – Páginas 386 a 388</p> <p>Item 11.4 – Páginas 19 a 27</p> <p>Item 11.5 – Páginas 255 a 1080</p> <p>Item 11.6 – Página 6</p>                                                                                 | <p>O item ofertado <b>ATENDE</b> aos requisitos técnicos requeridos no Termo de Referência.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                      | <p>Item 11.7 –<br/>Página 6</p> <p>Item 11.8 –<br/>Páginas 1238<br/>a 1247 e<br/>Página 193</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| 16 | <p>Toxoplasmose avides, Conjunto de reagentes, controles e calibradores para imunoensaio automatizado de micropartículas quimioluminescentes em duas etapas para a determinação de avides de anticorpos IgG para o Toxoplasma Gondii em soro ou plasma humano. Metodologia automatizada de Quimioluminescência ou Eletroquimioluminescência.</p> | <p><b>BS DIAGNOSTICA<br/>COMERCIAL DE<br/>PRODUTOS PARA<br/>LABORATORIO<br/>LTDA</b></p> <p><b>CNPJ<br/>34.010.427/0001-<br/>92</b></p> | <p>LIAISON XL<br/>Toxo IgG<br/>Avidity /<br/>DIASORIN</p> | <p>Documento<br/>SISLOG<br/>(149619) –<br/>Proposta e<br/>documentos<br/>do melhor<br/>colocado –<br/>Páginas de 1 a<br/>7</p> | <p>Documento<br/>SISLOG<br/>(149619) –<br/>Proposta e<br/>documentos<br/>do melhor<br/>colocado –<br/>Páginas de<br/>1250 a 1263</p> | <p>Documento<br/>SISLOG<br/>(149619) –<br/>Proposta e<br/>documentos<br/>do melhor<br/>colocado:</p> <p>Item 11.1 –<br/>Página 6</p> <p>Item 11.2 –<br/>Página 6</p> <p>Item 11.3 –<br/>Páginas 386 a<br/>388</p> <p>Item 11.4 –<br/>Páginas 19 a<br/>27</p> <p>Item 11.5 –<br/>Páginas 255 a<br/>1080</p> <p>Item 11.6 –<br/>Página 6</p> <p>Item 11.7 –<br/>Página 6</p> <p>Item 11.8 –<br/>Páginas 1238<br/>a 1247 e<br/>Página 206</p> | <p>O item<br/>ofertado<br/><b>ATENDE</b><br/>aos<br/>requisitos<br/>técnicos<br/>requeridos<br/>no Termo<br/>de<br/>Referência.</p> |
| 17 | <p>Sífilis, Conjunto de reagentes, controles e calibradores para detecção qualitativa contra os antígenos treponêmicos do Treponema pallidum em soro ou plasma humano pelo método de quimioluminescência e eletroquimioluminescência. Para uso em equipamento automatizado.</p>                                                                  | <p><b>BS DIAGNOSTICA<br/>COMERCIAL DE<br/>PRODUTOS PARA<br/>LABORATORIO<br/>LTDA</b></p> <p><b>CNPJ<br/>34.010.427/0001-<br/>92</b></p> | <p>LIAISON<br/>Treponema<br/>Screen /<br/>DIASORIN</p>    | <p>Documento<br/>SISLOG<br/>(149619) –<br/>Proposta e<br/>documentos<br/>do melhor<br/>colocado –<br/>Páginas de 1 a<br/>7</p> | <p>Documento<br/>SISLOG<br/>(149619) –<br/>Proposta e<br/>documentos<br/>do melhor<br/>colocado –<br/>Páginas de<br/>1250 a 1263</p> | <p>Documento<br/>SISLOG<br/>(149619) –<br/>Proposta e<br/>documentos<br/>do melhor<br/>colocado:</p> <p>Item 11.1 –<br/>Página 6</p> <p>Item 11.2 –<br/>Página 6</p> <p>Item 11.3 –<br/>Páginas 386 a<br/>388</p>                                                                                                                                                                                                                          | <p>O item<br/>ofertado<br/><b>ATENDE</b><br/>aos<br/>requisitos<br/>técnicos<br/>requeridos<br/>no Termo<br/>de<br/>Referência.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                            |                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                            |                                                                                         |                                                                                               | <p>Item 11.4 – Páginas 19 a 27</p> <p>Item 11.5 – Páginas 255 a 1080</p> <p>Item 11.6 – Página 6</p> <p>Item 11.7 – Página 6</p> <p>Item 11.8 – Páginas 1238 a 1247 e Página 217</p>                                                                                                                                                                           |                                                                                          |
| 18 | EBV VCA IgG, imunoensaio por Quimioluminescência ou Eletroquimioluminescência para detecção qualitativa de anticorpos IgG contra o antígeno capsídeo viral (VCA) do vírus Epstein Barr (EBV) em soro ou plasma humanos. | <b>BS DIAGNOSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA</b><br><br><b>CNPJ 34.010.427/0001-92</b> | LIAISON VCA IgG / DIASORIN | Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado – Páginas de 1 a 7 | Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado – Páginas de 1250 a 1263 | <p>Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado:</p> <p>Item 11.1 – Página 6</p> <p>Item 11.2 – Página 6</p> <p>Item 11.3 – Páginas 386 a 388</p> <p>Item 11.4 – Páginas 19 a 27</p> <p>Item 11.5 – Páginas 255 a 1080</p> <p>Item 11.6 – Página 6</p> <p>Item 11.7 – Página 6</p> <p>Item 11.8 – Páginas 1238 a 1247 e Página 229</p> | O item ofertado <b>ATENDE</b> aos requisitos técnicos requeridos no Termo de Referência. |
| 19 | Testes Sorológicos, EBV VCA IGM - imunoensaio por quimioluminescência (cmia)/eletroquimioluminescência para detecção qualitativa de anticorpos igm contra o antígeno capsídeo viral (vca) do vírus                      | <b>BS DIAGNOSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA</b>                                       | LIAISON EBV IgM / DIASORIN | Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado –                  | Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado –                        | Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O item ofertado <b>ATENDE</b> aos requisitos técnicos requeridos                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                             |                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | epstein barr (ebv) em soro e plasma humanos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CNPJ<br/>34.010.427/0001-92</b>                                                                          |                                             | Páginas de 1 a 7                                                                        | Páginas de 1250 a 1263                                                                        | Item 11.1 – Página 6<br>Item 11.2 – Página 6<br>Item 11.3 – Páginas 386 a 388<br>Item 11.4 – Páginas 19 a 27<br>Item 11.5 – Páginas 255 a 1080<br>Item 11.6 – Página 6<br>Item 11.7 – Página 6<br>Item 11.8 – Páginas 1238 a 1247 e Página 242                                                                          | no Termo de Referência.                                                                  |
| 20 | Anti-HIV, 1+2 - Conjunto de reagentes, controles e calibradores para detecção de anticorpos contra o HIV (incluindo pesquisa de HIV 1, 2 e subgrupo O e M) e detecção simultânea de antígeno p24 do vírus HIV em soro ou plasma humano, para uso em triagem sorológica de doadores de sangue, utilizando metodologia de quimioluminescência ou eletroquimioluminescência para uso em equipamento totalmente automatizado. | <b>BS DIAGNOSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA</b><br><br><b>CNPJ<br/>34.010.427/0001-92</b> | LIAISON® XL murex HIV Ab / Ag HT / DIASORIN | Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado – Páginas de 1 a 7 | Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado – Páginas de 1250 a 1263 | Documento SISLOG (149619) – Proposta e documentos do melhor colocado:<br>Item 11.1 – Página 6<br>Item 11.2 – Página 6<br>Item 11.3 – Páginas 386 a 388<br>Item 11.4 – Páginas 19 a 27<br>Item 11.5 – Páginas 255 a 1080<br>Item 11.6 – Página 6<br>Item 11.7 – Página 6<br>Item 11.8 – Páginas 1238 a 1247 e Página 253 | O item ofertado <b>ATENDE</b> aos requisitos técnicos requeridos no Termo de Referência. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Ante o exposto, retornem-se os autos à Coordenação de Licitações para prosseguimento ao feito.

GOIANIA, aos 14 dias do mês de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **ALINE OLIVEIRA BARBOSA, Coordenador (a)**, em 14/03/2025, às 15:44, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ AUGUSTO PEREIRA, Diretor**, em 15/03/2025, às 19:27, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **71908169** e o código CRC **027CFA8F**.

SISTEMA DE LOGÍSTICA DE GOIÁS  
AVENIDA ANHANGUERA Nº 609, - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO - GOIANIA - GO - CEP 74610-250 -  
(62)3201-8795.



Referência: Processo nº 202400005028555



SEI 71908169