

RETORNO DE DILIGÊNCIA TÉCNICA

Número do Processo - SEI
202500005035268

Descrição

Versam os autos sobre Pregão Eletrônico n.330/2025, tipo Menor Preço por Item, para aAquisição de leitoras e lavadoras de microplacas de ELISA a serem utilizados pelas seções de Virologia e Imunoparasitologia do LACEN/SES-GO.

Em atenção à solicitação de esclarecimento, foram realizados conforme detalhado abaixo:

Pergunta: Item 1 – Leitora de microplacas Visto que não haverá perda na funcionalidade do produto, o filtro de 620nm pode ser substituído por um filtro de 630 nm? Visto que não haverá perda na funcionalidade do produto, equipamentos que permitam somente a leitura de placas de funcho chato poderão concorrer ao certame? Os esclarecimentos são de suma importância para aumentar a oferta e disputa pelo item, além da disponibilidade do produto adequado."

Resposta: Não! Conforme consta no TR a leitora deve: Possuir sistema de filtros multicromáticos, capaz de medir absorbância em múltiplos comprimentos de onda e faixa de leitura de 400 a 800 nanômetros (nm) - Deve ter instalado no mínimo 4 filtros essenciais de 405, 450, 492 e 620 nm e possibilidade de ampliação, devendo possuir capacidade de realizar leitura em placas padrão de 96 posições ou tiras (strips) individuais de 8 poços com fundo"chato", "U" e "V".

Equipamentos que permitem somente a leitura em apenas placas de fundo chato não são passíveis de concorrer ao certame. Assim, o filtro de 620nm NÃO poderá ser substituído por um de 630nm. Os filtros descritos no TR estão de acordo com a necessidade de uso dos kits utilizados em rotina.

Isto posto, retornem-se os autos à GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, para conhecimento e prosseguimento do feito.

Assinaturas

Versão do Doc. Padrão
0.01