

PARECER TÉCNICO

Número do Processo - SEI 202500005030452

Trata-se do Pregão Eletrônico nº 330/2025, do tipo menor preço por item, cujo objetivo é aquisição de leitoras e lavadoras de microplacas de ELISA a serem utilizados pelas seções de Virologia e Imunoparasitologia do LACEN/SES-GO, conforme condições e demais especificações contidas no edital e seus anexos.

Vieram os autos para análise da conformidade da(s) proposta(s) da presente contratação nos termos do art. 59, § 1º da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021 e ao art. 34 do Decreto Estadual nº 10.247 de 30 de março de 2023.

Assim, apresentamos as seguintes informações acerca da avaliação da(s) proposta(s):

Nº do item	Descrição	Empresa	Marca	Proposta em conformidade com o tópico 6 do Termo de Referência	Proposta em conformidade com a seção 10.9 do Termo de Referência	Parecer Técnico
01	Leitora de Microplacas Elisa, com tela touch screen colorida.	BIOMA CIENTIFICA LIMITADA – EPP CNPJ Nº 07.993.655/0001-57	DIATEK INSTRUMENTS	Documento SISLOG (319933) – Proposta e documentos do melhor colocado – Páginas 1 e 2.	Documento SISLOG (319933) – Proposta e documentos do melhor colocado – Páginas 45 a 56.	O item ofertado NÃO ATENDE aos requisitos técnicos requeridos no Termo de Referência. O equipamento solicitado deve possuir filtro de 620nm. O equipamento oferatado possui: Filtros padrões: 405nm, 450nm, 492nm, 630nm e mais 6 posições livres (414nm, 520nm, 530nm, 540nm, 550nm, 560nm, 570nm, 595nm, 650nm, 690nm, 740nm, 750nm e 800nm Opcionais).
02	Lavadora de ELISA para microplacas de 96 poços, acompanhadas dos frascos de soluções de descarte de lavagem.	EVEN COMERCIAL LTDA CNPJ Nº 53.568.001/0001-01	KAZUAKI	Documento SISLOG (319935) – Proposta e documentos do melhor colocado – Páginas 1 a 5.	Documento SISLOG (319935) – Proposta e documentos do melhor colocado – Páginas 27 a 39.	O item ofertado NÃO ATENDE aos requisitos técnicos requeridos no Termo de Referência. O equipamento solicitado deve possuir: Exatidão da dispensação: Maior que 96%; Emitir sinalização sonora de níveis baixos de solução de lavagem e finalização do processo de lavagem; - Possui sensor para verificação de nível do líquido na placa visando evitar transbordamentos; O equipamento ofertado não oferece exatidão de dispensação. Possui

						aviso sonoro apenas para descarte cheio.
--	--	--	--	--	--	--

Ante o exposto, retornem-se os autos à Coordenação de Licitações para prosseguimento ao feito.

Yulla Fernandes dos Passos Chaves
Coordenadora da seção de Virologia