

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 91/2025 – SSP-GO
PROCESSO Nº 202500005028872

O Estado de Goiás, por intermedio do(a) **PM - POLÍCIA MILITAR** torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará procedimento na modalidade **Pregão Eletrônico**, tipo **Menor Preço por Item**, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e na forma do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de março de 2023. Seguem abaixo os dados da contratação:

Descrição do item 001 Código 865 - Autoclave, horizontal, em aço inoxidável, com 2 porta (s), automático (a), capacidade aproximada para 500 L, com medidas aproximadas de 1400 x 1.900 x 1300, tensão de 220 V.	
Informações Adicionais Autoclave Horizontal: Funcionamento Automático microprocessado para esterilização por vapor saturado em alta temperatura: Volume da câmara interna deverá ser de aproximadamente 550 litros (+ ou – 10%); Dimensões do equipamento com variação máxima de ±10% (l x a x p): 900 x 1900 x 1500; Dimensões da câmara com variação máxima de ±10% (l x a x p): 600 x 600 x 1280. Câmara de Esterilização e porta: Câmara interna e externa com seção retangular construídas em aço Inox AISI 316L ou 316Ti; Garantia não inferior a 05 anos; espessura da chapa da câmara interna mínima de 8mm; sem vincos internos e trilhos a fim de evitar impregnação de resíduos; 02 portas em aço inox 316l ou superior; funcionamento automático, de elevação vertical; proteção anti-esmagamento, segurança contra abertura em caso de pressão positiva na câmara. Painés de acabamento e estrutura: painéis frontais e laterais do equipamento devem possuir chapas de aço inox 304 removíveis. Sistema hidráulico: válvulas pneumáticas em aço inox AISI-316; filtro bacteriológico de 0,22µm de no mínimo 5 polegadas; sistema de vácuo com bomba de vácuo do tipo seca; nível de vácuo abaixo dos 70mbar (7,0 kpa). Sistemas elétricos: componentes elétricos devem ser instalados em quadro elétrico fechado com proteção IP contra água e poeira, conforme NBR IEC 60.529; Interface com impressora, monitor touch screen colorido de no mínimo 7”; Sistemas de aquecimento: gerador autônomo de vapor construído com inox AISI 304 ou superior e potência elétrica máxima deverá ser de 40Kw. Controles e interface com o operador: Controle e interface do usuário devera possibilitar completa parametrização das fases do ciclo, cálculo de F0 e controle por F0, programação e manutenção. Ciclos de esterilização, testes e configurações: Possuir no mínimo 06 ciclos programados para a esterilização a vapor; Ciclos com tecidos (134°C); ciclo de borrachas (121°C); ciclo de instrumentos (134°C); ciclo Flash (134°C); ciclo teste bowie & dick, ciclo teste de vácuo. Dispositivos de Segurança. Acessórios: 01 dispositivo para movimentação da carga no lado de carga de materiais; 01 dispositivo para movimentação da carga no lado de descarga de materiais; Estes dispositivos devem ser fabricados em aço inox, minimamente no local onde irá deslizar o rack de carga interna, possuir 04 (quatro) rodas em borrachas, com freios em pelo menos 02 (duas) rodas; 01 rack de carga interna, construído em aço inox com prateleira interna; Cestos de padrão ISO ou DIN, em quantidade suficiente para uma carga completa. Deverão ser fabricados em aço inox. Documentação: Manual de operacionalização em português; Registro na ANVISA; Garantia mínima e assistência técnica de 24 meses; Entrega em 90 dias. Instalação, calibração e Treinamento operacional inclusos. As demais especificações técnica encontram-se no Termo de Referência.	
Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	comando de saúde
Diferença Mínima	(%)
Valor Unitário	R\$ 483.841,31
Valor Total	R\$ 483.841,31

Data e horário de início da sessão eletrônica de lances: **09:00** (horário de Brasília-DF) do dia **20/01/2026**.

Endereço eletrônico: www.sislog.go.gov.br.

O fornecedor interessado em participar do certame deverá ser previamente cadastrado no sistema oficial de cadastro de fornecedores do Estado. O fornecedor interessado encaminhará, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com a descrição do objeto e preço ofertado, até a data e horário estabelecidos para início da sessão eletrônica de lances.

Informações acerca do cadastro de fornecedores, Termo de Referência e demais documentos da contratação encontram-se disponíveis nos sites: www.sislog.go.gov.br. Maiores informações pelo telefone: **6232011029** e/ou e-mail: cplssp@gmail.com.

JOAO PAULO MARQUES LINO CINTRA
Pregoeiro(a)

