

RECOMENDAÇÃO DE DILIGÊNCIA

SOLICITAÇÃO DE RESPOSTA TÉCNICA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Número do Processo - SEI
202400005033716

Versam os autos sobre **Pregão Eletrônico n.70/2025, tipo Menor Preço por Item**, para o Contratação de empresa especializada para o fornecimento de insumos destinados a garantir o monitoramento da qualidade da água destinada ao consumo humano dos municípios do estado de Goiás em atendimento ao programa VIGIÁGUA.

Informa - se que fora(m) postado(s) no sistema SISLOG_CONTRATAÇÃO n. 109278, **pedido(s) de esclarecimento(s)**, conforme tabela abaixo, e por se tratar de questionamento referente ao Anexo I - Termo de Referência e/ou Orçamento (valores estimados), **encaminhem-se os autos à Equipe de Planejamento** para manifestação e eventuais providências.

De acordo com o item 13.2 do Edital, o Pregoeiro, com o auxílio da equipe de planejamento da contratação, tem até 3 (três) dias úteis para decidir sobre pedidos de esclarecimento e/ou impugnação. Este prazo é limitado ao último dia útil antes da data de abertura do certame.

A sessão pública está programada para o dia 15/04/2025 às 14:00 (horário de Brasília). Portanto, os pedidos de esclarecimento e impugnação são considerados TEMPESTIVOS, conforme o item 13.1 do Edital, que exige a submissão desses pedidos em até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, por meio do campo próprio no sistema eletrônico.

DESCRIÇÃO DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Prezados, boa tarde! Por gentileza, podem verificar os questionamentos abaixo referente aos itens 1 e 2 do edital: 1.Os quantitativos solicitados em edital para os itens 1 e 2, não estão de acordo com o valor total estimado, conforme segue: Item 01: Quantidade: 3.000 Valor unitário R\$ 10,77 Valor Total: R\$ 1.938.600,00 Valor correto: R\$ 32.310,00 Item 02: Quantidade: 3.500 Valor unitário R\$ 3,17 Valor Total: R\$ 665.700,00 Valor correto: R\$ 11.095,00 Por gentileza, podem revisar? 2.Prazo de contrato: Devemos considerar o prazo contratual de 60 meses sinalizado em edital ou 12 meses conforme subitem 9.20 do termo de referência? 3. Para o item 01: Conforme informa na especificação do referido item “... Método aprovado pelo Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ou entidade equivalente conforme preconizado pela legislação vigente” entendemos que o laboratório segue o Standard Methods. Sendo assim, podemos entender que somente será aceito produto que seja comprovadamente aprovado pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater? 4.Pra o item 01: Referente as matrizes de água conforme especificação: Substrato enzimático, Substrato enzimático definido ONPG-MUG para identificação de coliformes totais e E. coli em amostras de água potável, água bruta, água superficial, água subterrânea e efluentes, com resultados em 24h sem necessidade de reagentes. - Informação Adicional: Temperatura para incubação de 35°C por 24h, com janela de leitura de até 28h; Método aprovado pelo Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ou entidade equivalente conforme preconizado pela legislação vigente. Apresentação: Lacrado, confeccionado parcialmente transparente para que seja possível a visualização do substrato ainda em seu interior a fim de verificar que sua aparência esteja íntegra e em conformidade com as especificações do fabricante antes de ser aberto para uso. Estável ao estoque em temperatura ambiente; temperatura para armazenagem de 2-30°C. Controles de Qualidade: Obrigatoriamente o método deve possuir e disponibilizar para aquisição pelo cliente em qualquer tempo o padrão comparador de cor do controle positivo para Presença/Ausência, contendo o número do lote, data de validade e certificado de análise. Será solicitado documento comprovando a aprovação do produto ofertado para utilização nas matrizes/amostras de água potável, água bruta, água superficial, água subterrânea e efluentes?

Após volvam-nos para prosseguimento, com a urgência requerida.

PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS PINHO

Pregoeira

