

Trata-se de procedimento licitatório, visando a aquisição de insumos para composição do sistema de extração, concentração e limpeza de amostras de água para análises de resíduos de agrotóxicos realizadas pela seção de Toxicologia do LACEN/GO.

Considerando a solicitação de pedido de esclarecimentos, segue abaixo a solicitação registrada e respectiva resposta:

Esclarecimentos podem ser enviados até: 14/10/2026 23:59:59

Data/Hora Esclarecimento	Descrição do Esclarecimento
13/10/2026 16:50:07	Boa tarde, sr. pregoeiro referente o item 1 - Cartucho SPE C18, coluna em polipropileno com frits de polietileno (20 µm), 1 g de adsorvente (40 µm) e capacidade de 6 mL. refere se a coluna ou cartucho? qual é o modelo do equipamento que vai utilizar?

Resposta ao pedido de esclarecimento: O referido item refere-se ao Cartucho SPE C18 com frits de polietileno (20 µm), 1 g de adsorvente (40 µm) e capacidade de 6 mL. Trata-se de cartuchos com sílica C18 e são utilizados em metodologia SPE (*Solid-Phase Extration* - Extração de fase sólida) para extração de resíduos de agrotóxicos em água. O adsorvente é uma sílica que retém os resíduos de agrotóxicos que são reobtidos, conforme solventes utilizados e o cartucho fica acoplado em manifold. Segue modelo do equipamento manifold que será utilizado o referido item: Equipamento: Coletor à vácuo para SPE Visi-Prep 24 posições / Marca: Supelco / Modelo: DL 24 posições.

Ressalta-se que, os esclarecimentos apresentados não implicam em alterações ou inovações. Sendo assim, retornem-se os autos à Gerência de Licitações para conhecimento e providências quanto ao prosseguimento ao feito.