

ORÇAMENTO ESTIMADO

Número do Processo - SISLOG
119230Número do Processo - SEI
202600005011560

TABELA DE ITENS E METODOLOGIA ADOTADA

Considerando os aspectos mercadológicos próprios à negociação com o setor público, o preço estimado e os recursos orçamentários disponíveis, foram adotados alguns critérios de pesquisa para a definição do preço máximo de contratação, observando-se as definições e parâmetros Decreto estadual nº 9.900, de 07 de julho de 2021, de forma a adotar-se o método da "cesta de preços aceitáveis" para a formação do preço referencial.

Nesta seara, para esta pretendida contratação, foram utilizados os seguintes parâmetros, descritos item a item na tabela a seguir:

Descrição do item 001	
Código 4148 - Equipamentos Demandados Judicialmente, CPAP automático, com alívio de pressão expiratória e umidificador integrado.	
Informações Adicionais	
CPAP AUTOMÁTICO COM UMIDIFICADOR Especificações técnicas mínimas: CPAP automático para tratamento da apnéia obstrutiva do sono (AOS), com umidificador integrado, ajuste automático da pressão para um intervalo mínimo de 4 a 20 cm H2O com possibilidade de trabalhar com pressão fixa; tempo de rampa automático e tempo de rampa fixo; alívio da pressão expiratória (APE) em ao menos três níveis; capacidade de compensar vazamentos pela máscara; compensação de altitude; transmissão de dados via cartão SD incluso e/ou via wifi; capacidade de armazenar ao menos os seguintes parâmetros: curvas de fluxo, pressão, vazamento, taxa de apnéia e ronco; acompanha traquéia (tubo) com aproximadamente 2 m de extensão, fonte e cabo de energia, filtro de ar, bolsa de transporte, manual operação em português bem como todas e quaisquer peças, componentes, módulos, partes, filtros, adaptadores, conectores, blocos, interfaces, softwares ou acessórios indispensáveis ao pleno funcionamento do equipamento; Alimentação automática 100-240 VAC 60Hz, registro na ANVISA. Garantia integral contra defeitos de fabricação mínima de 01 ano.	
Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	coordenação de administração de estoques
Diferença Mínima	R\$ 0,01
Valor Unitário	R\$ 3.526,32
Valor Total	R\$ 7.052,64
Parâmetro Utilizado	Ferramentas Específicas para Consulta de Preços Públicos, Contratações Similares, Contratações Similares
Cálculo do Preço por	Média
Arquivo(s)	banco de precos_c4b1ac9441a84821b436584dfecdc4d1.pdf banco de precos_28992ee0cc1d4656ad934b882690d9f7.pdf banco de precos_a602e5710d034de2a560e478c321e0c2.pdf

Descrição do item 002	
Código 4148 - Equipamentos Demandados Judicialmente, Máscara para ventilação.	
Informações Adicionais	
MÁSCARA NASAL Especificações técnicas mínimas: Máscara nasal, completa, acompanhada na mesma embalagem de 3 almofadas substituíveis em silicone, nos tamanhos Pequeno/Médio, Grande e Extra Grande que se encaixam na mesma armação. Armação coberta em tecido visando maior conforto ao paciente. Acompanhada de cotovelo giratório, tubo curto flexível, fixador bem como quaisquer outros elementos ou dispositivos indispensáveis à plena utilização da máscara. Registro na ANVISA. Garantia integral contra defeitos de fabricação de no mínimo 90 dias.	
Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	coordenação de administração de estoques
Diferença Mínima	R\$ 0,01
Valor Unitário	R\$ 363,31
Valor Total	R\$ 726,62
Parâmetro Utilizado	Contratações Similares, Contratações Similares, Ferramentas Específicas para Consulta de Preços Públicos

Cálculo do Preço por	Média
Arquivo(s)	banco.de.preços_202f66d91fb4426d80e7c2c17a9732fc.pdf banco.de.preços_d3d0a13f33a9418c92a2b20c347967ba.pdf banco.de.preços_36fa180aa4cb4746b29682e9d12eb681.pdf

Descrição do item 003 Código 4539 - Equipamentos Médicos, Concentrador de oxigênio portátil, à bateria, com bolsa e acessórios.	
Informações Adicionais CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL 2 l/min Especificações técnicas mínimas: Concentrador de Oxigênio portátil; Capacidade de operar no modo contínuo e no modo pulsado; Capacidade de oferecer fluxo de até 2 l/min de oxigênio no modo contínuo; com indicação de vazão por fluxômetro ou dispositivo eletrônico e numa concentração mínima de aproximadamente 90% (variação de +/-5 %); Acompanhado de bateria recarregável e removível capaz de oferecer autonomia mínima de aproximadamente 3 horas no modo de fluxo pulsado. Capacidade de alarmar ao menos baixa concentração de O2, fluxo de O2 interrompido e baixo nível de carga da bateria; Acompanhado de Bolsa protetora, Bolsa de acessórios, Carrinho de transporte, 01 bateria de íon-lítio recarregável e Cabos de alimentação DC-AC. Acompanhado de manual de operação em português, bem como todas e quaisquer peças, componentes, módulos, partes, filtros, adaptadores, conectores, cabos, blocos, interfaces, softwares, ou acessórios indispensáveis ao pleno funcionamento do equipamento. Garantia integral contra defeitos de fabricação mínima de 01 ano. Registro na ANVISA.	
Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	coordenação de administração de estoques
Diferença Mínima	R\$ 0,01
Valor Unitário	R\$ 3.602,36
Valor Total	R\$ 3.602,36
Parâmetro Utilizado	Contratações Similares, Ferramentas Específicas para Consulta de Preços Públicos, Contratações Similares
Cálculo do Preço por	Média
Arquivo(s)	banco.de.preços_6d392bbec826472db3af4bd0da9a8c12.pdf banco.de.preços_ddeda3562b174b5890149ebc4ca4a245.pdf banco.de.preços_f2d3ab212a4c4a6981dee074d2c4583c.pdf

JUSTIFICATIVA DE METODOLOGIA UTILIZADA

- A pesquisa de preços foi realizada com base nos Decreto nº 9.900 de 07 de Julho de 2021, conforme indicado no Art. 6º, observando os parâmetros estabelecidos nos incisos de I a VI, de forma combinada ou não, e nos termos do Art. 10, § 2º, II, do Decreto nº 10.216, de 14 de fevereiro de 2023, cabe a Equipe de Planejamento da Contratação realizar a pesquisa que trata do Decreto nº 9.900 de 07 de Julho de 2021.
- Foram obtidas informações de preços nos seguintes parâmetros:
 - 2.1. Sistema Banco de Preços contratado pela SES-GO, junto a empresa NP Capacitação e Solução Tecnológica (Inciso III);
 - 2.2. Sítios eletrônicos especializados e de domínio amplo, (Inciso IV);
- Os documentos comprobatórios das pesquisas de preços e estão nos links nas tabelas de cada item.
- Como resultado da pesquisa foi obtido o mínimo de 03 (três) preço.
- O método utilizado para cálculo do valor estimado para o processo licitatório foi a média dos preços obtidos, conforme previsto no art. 9º do decreto em comento.

"Art. 9º Poderão ser utilizados como métodos **para a obtenção do preço estimado a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, cuja escolha deverá ser justificada nesse instrumento, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de 3 (três) ou mais preços, oriundos de 1 (um) ou mais dos parâmetros elencados nos arts. 6º e 7º deste Decreto, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.**"

6. Para desconsiderar o valores inexequíveis ou excessivamente elevados, fazemos uso do item II Acórdão nº 4.612/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás sendo o resultado a **Média Saneada dos Preços**.

PREÇO TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

Para a contratação desejada foi encontrado o **Valor Total Estimado de R\$ 11.381,62 (R\$ Onze Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos)**, conforme detalhado na planilha mercadológica acima, devidamente datada e assinada pelo seu subscritor.

RESPONSÁVEL(IS) PELA PESQUISA DE PREÇOS

Responsável	Função	Telefone	Email
-------------	--------	----------	-------

Responsável	Função	Telefone	E-mail
CASSIA TRONCHA MARTINS	Integrante Técnico	62 320175007	cassia.martins@goias.gov.br
CARLOS ALBERTO FILIPPELLI	Integrante Requisitante	62 32014261	carlos.filippelli@goias.gov.br
JEAN CARLO OLIVEIRA CASTRO	Integrante Administrativo	62 32013755	jean.castro@goias.gov.br
KENIA DIVINA JUSTINIANO DORNELES	Integrante Administrativo	62 32014954	kenia.dorneles@goias.gov.br
RONAN DIAS RIBEIRO	Integrante Requisitante	62 32017448	ronan.ribeiro@goias.gov.br