

DECISÃO PROPOSTA FORNECEDOR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 058/2024

RELATÓRIO

O Município de Santa Rita do Pardo – MS, publicou o edital de Pregão epigrafado, que tem como objeto aquisição de Equipamentos permanentes, destinados a Unidade Mista de Saúde - Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, custeado através de transferências de recursos do Fundo especial de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Rita do Pardo - MS Convênio Proposta nº 27/009684/2022, conforme especificações e exigências do termo de referência é demais anexos.

Após conhecimento do Edital e do processo do pregão eletrônico, as empresas classificadas para o item 09 – monitor multiparâmetros.

DECISÃO:

Avaliando todas as propostas apresentadas, identifica-se que para o item 09, monitor multiparâmetro, as seguintes propostas apresentam equipamentos que não atendem às exigências do edital, sendo, portanto, desclassificadas as propostas nos respectivos itens, em virtude da desconformidade do equipamento de acordo com o termo de referência, a seguir descritos:

Descritivo edital:

- “ **Frequência de Pulso, com faixa de medição no mínimo de 20 a 240 bpm;**
- **Apresentar a medição da Pressão Arterial Sistólica, com faixa de medição no mínimo de 30 a 270 mmHg”;**
- “**Apresentar a medição da Pressão Arterial Diastólica, com faixa de medição no mínimo de 10 a 220 mmHg”;**
- “**Apresentar a medição da Pressão Arterial Média, com faixa de medição no mínimo de 15 a 230 mmHg.”**

Licitante	Equipamento	Desconformidade motivadora da desclassificação
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	GOLDWAY G40E, marca PHILIPS	Frequência de Pulso, com faixa de medição 40 – 240 bpm , divergentes da exigência do termo de referência.
MTB TECNOLOGIA LTDA	C120, marca Prolife	As faixas de pressão adulto Sistólica: 40 - 270 mmHg ,



Município de Santa Rita do Pardo
Secretaria Municipal de Saúde Pública-SESP

		diastólica 10 - 215 mmHg; Média: 20 - 230 mmHg Pediátrico Sistólica: 40 - 200 mHg, diastólica 10 - 150 mmHg; Média: 20 - 165 mmHg Neonatal Sistólica: 40 - 135 mmHG, diastólica 10 - 100 mmHg; Média: 20 - 110 mmHg estão divergentes da exigência do termo de referência
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DAVID, marca CMOS DRAKE	Aferição da Pressão Arterial Sistólica, com faixa de medição no mínimo de 40 mmHg
C O M TECNOLOGIA	C120+PI, marca PROLIFE	As faixas de pressão adulto Sistólica: 40 - 270 mmHg, diastólica 10 - 215 mmHg; Média: 20 - 235 mmHg Pediátrico Sistólica: 40 - 200 mHg, diastólica 10 - 150 mmHg; Média: 20 - 165 mmHg Neonatal Sistólica: 40 - 135 mmHG, diastólica 10 - 100 mmHg; Média: 20 - 110 mmHg estão divergentes da exigência do termo de referência
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	K-12, marca CREATIVE	As faixas de pressão Sistólica: 40 - 275 mmHg, diastólica 10 - 210 mmHg; Pediátrico Sistólica: 40 - 200 mHg, diastólica 10 - 150 mmHg;



Município de Santa Rita do Pardo
Secretaria Municipal de Saúde Pública-SESP

		Neonatal Sistólica: 40 - 135 mmHG , diastólica 10 - 95 mmHg ; estão divergentes da exigência do termo de referência
OLIMPO COMERCIO E SERVICOS LTDA	C-50, marca COMEN	As faixas de pressão Sistólica: 40 - 270 mmHg , diastólica 10 - 210 mmHg ; Pediátrico Sistólica: 40 - 200 mHg , diastólica 10 - 150 mmHg ; Neonatal Sistólica: 40 - 135 mmHG , diastólica 10 - 100 mmHg ; estão divergentes da exigência do termo de referência
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS	M12 MODELO, marca BIOLIGHT	Frequência de Pulso, com faixa de medição 40 – 240 bpm , divergentes da exigência do termo de referência; As faixas de pressão Média: 20 - 230 mmHg
CIRURGICA IBIPORA EIRELI	PVM2703, marca NIHON KOHDEN	Frequência de Pulso, com faixa de medição 30 – 350 bpm , divergentes da exigência do termo de referência.

Assim, diante da desconformidade da proposta no que se refere aos produtos ofertados, ficam desclassificados os produtos ofertados pelas licitantes supra referidas, pelas razões aqui expendidas.

Santa Rita do Pardo – MS, 08 de agosto de 2024.



Município de Santa Rita do Pardo
Secretaria Municipal de Saúde Pública-SESP



TIEGO ESTEFANI FLORES DE LIMA

Secretário Municipal de Saúde Pública



MARIA SILVANE BARCELOS FAUSTINO

PREGOEIRA