

ORDEM DE SERVIÇO - N°03/26

Data entrada:	Data orçamento:26/1/26
Data autorização orçamento:	Data conclusão:

CLIENTE

Nome:Prefeitura Municipal De Boa Vista Do Sul Endereço:Rua Emancipação, 2702 - Centro Cep:95727000 Cidade: Boa Vista Do Sul / RS	CPF / CNPJ:01602022000194 Fone:51-996951564 e-mail: contato:sra.Cristiane Cecin
---	---

EQUIPAMENTO

Concentrador de Oxigênio Yuwell - 220v	No de serie:210421831
--	-----------------------

PROBLEMA APRESENTADO

SIC. Equipamento após alguns instantes ligado começa a alarmar.Baixa concentração de Oxigênio. Ruido anormal no compressor.
--

PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS

Reparo do compressor = R\$399,00 Refil peneiras moleculares = R\$1.691,00 Filtro final bactérias = R\$93,00 Material de manutenção = R\$67,00 Valor Total das Peças: R\$.2.250,00.
--

MÃO DE OBRA


Valor: R\$383,00.

TOTAL DO CONserto: R\$2.633,00.

OBSERVAÇÕES

Cliente trás e busca equipamento: Veio:concentrador+cabo força.Fora da Garantia. Orçamento não autorizado,cliente paga R\$95,00 referente a mão de obra do orçamento.Condições de pagamento: A vista(Pix ou Dep.Conta). Após o recebimento do orçamento o cliente tem até 10 dias úteis para se pronunciar, se autoriza ou não o conserto. O equipamento só segue para o conserto após o pagamento ser efetuado.
--

Ass. Cliente: _____



ORDEM DE SERVIÇO - N°46/25

Data entrada:	Data orçamento:26/1/26
Data autorização orçamento:	Data conclusão:

CLIENTE

Nome:Prefeitura Municipal De Boa Vista Do Sul Endereço:Rua Emancipação, 2702 - Centro Cep:95727000 Cidade: Boa Vista Do Sul / RS	CPF / CNPJ:01602022000194 Fone:51-996951564 e-mail: contato:sra.Cristiane Cecin
---	---

EQUIPAMENTO

Concentrador de Oxigênio Yuwell 220v	No de serie:210421628
--------------------------------------	-----------------------

PROBLEMA APRESENTADO

SIC. Equipamento após alguns instantes ligado começa a alarmar. Está apresentando baixa concentração de oxigênio.

PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS

Refil peneiras moleculares = R\$1.691,00 Filtro final bacterias = R\$93,00 Material de manutenção = R\$67,00 Valor Total das Peças: R\$1.851,00.

MÃO DE OBRA

Valor: R\$383,00.

TOTAL DO CONserto: R\$2.234,00.

OBSERVAÇÕES

Cliente trás e busca equipamento: Veio:concentrador+cabo força.Fora da Garantia. Orçamento não autorizado,cliente paga R\$95,00 referente a mão de obra do orçamento.Condições de pagamento: A vista(Pix ou Dep.Conta). Após o recebimento do orçamento o cliente tem até 10 dias úteis para se pronunciar, se autoriza ou não o conserto. O equipamento só segue para o conserto após o pagamento ser efetuado.
--

Ass. Cliente: _____