

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 59/2026

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **59/2026**
 Nº Processo: **402/2026**

Objeto: **Registro de Preços para aquisição de aparelho de ultrassonografia, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pontal do Paraná, conforme as condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Termo de Referência., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 001

Val. Ref. Total: 187.200,00

Item: 1 Quant.: 4,00 Unidade: unidade Val. Ref.: 187.200,0000

Ultrassom Portátil - Ultrassonografo; Com transdutores Multifrequenciais: 01 Linear de 4,0 a 12,0Mhz, 01setorial Adulto de 2 a 4 Mhz; Nos Modos B; M; Collor Doppler; Doppler Pulsado; Apresentando Simultaneamente Os Modos para Aplicações: Em Exames Geral, Musculoesquelético, nervos, vascular, abdominal, ginec.,obstétrico, etc; Com Programas para o Cálculo de Pacientes Ad/ped/neon - Vasc./cardíaca (eco)/vas.cerebral; Possibilidade para Expansão; Apresentado Em Vídeo Com Sistema de Alteração de Escala de Cinza P/ Colorida Nos Modos: B; M; Doppler Pulsado; Em Monitor de Compatível Com o Mercado; Impressão Em Tela de Dispositivo Móvel Via Wi-Fi (tablete Ou Celular); Função Congelamento de Tela; Com Marcação de Pontos Na Tela Através de Com Marcação de Pontos Na Tela Através de Propriá tablete Ou Celular; Com Teclado Propriá Tablete Ou Celular; Aparelho Portátil; Alimentação: 110/220 v - 60 Hz - Bateria Interna Recarregável Com Duração Mínima de 1 Hora; Acompanha: Software de Análise, e Demais Acessórios Necessários Ao Perfeito Funcionamento do Equipamento; Inclui: Manual Operacional, treinamento, instalação e Assist. Tec. Garantia Min de 24 Meses, Registro ANVISA.

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	46.800,0000
Licitante 02	46.800,0000
Licitante 03	46.000,0000
Licitante 04	32.070,0000

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/09/2026 09.00.11
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/09/2026 09.00.28
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 44.900,0000
Licitante 01	Último Lance 44.451,0000
Abertura de Vistas	23/09/2026 09.10.29
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	23/09/2026 09.31.45
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA pelo motivo: Documentação conforme edital e ficha técnica aprovada após análise técnica. .	
Intenção de Recurso	23/09/2026 15.16.47
Interesse recursal manifestado pela empresa ALLENGERS DO BRASIL LTDA para lote LOTE 001, motivo: Manifestamos intenção de recursos pois o equipamento ofertado não atende a especificações técnicas, razões que será apresentadas na peça recursal..	

Adjudicação**09/10/2026 14.39.21**

Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 001 para o licitante ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA com o valor de R\$ 32.070,0000.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 59/2026
Nº Processo: 402/2026

Objeto: Registro de Preços para aquisição de aparelho de ultrassonografia, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pontal do Paraná, conforme as condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Termo de Referência., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

LOTE 002

Val. Ref. Total: 130.900,00

Item: 1 Quant.: 1,00 Unidade: unidade Val. Ref.: 130.900,0000

APARELHO DE ULTRASSOM Sistema digital de alta resolução com pelo menos 200.000 canais digitais de processamento, indicado para exames: Abdominais, Ginecologia, Mama, Partes moles, Músculos, Vasculares, Transfontanelares, Trans esofágicos, Cardiológicos (adulto, pediátrico e neonatal). Estrutura e sistema operacional: Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios; Monitor LCD de, no mínimo, 21 polegadas; Tela sensível ao toque (touchscreen) acoplada ao painel de no mínimo 10 polegadas; Painel de controle articulável, incluindo ajustes de altura, giro e deslizamento; Bateria interna para mobilidade. Modos de imagem e funcionalidades avançadas: Color Power Angio; Harmônica tecidual (THI) com tecnologia de inversão de pulso; Modo-M, Doppler colorido, Doppler pulsado (PW, High PRF PW) e Doppler contínuo (CW); Revisão para imagens 2D com aquisição e armazenamento local em tempo real; Modos duplex com capacidade mínima de 2.000 quadros; Faixa dinâmica de no mínimo 260 dB; Ferramentas de medição (profundidade, área e circunferência); Imagens em tons de cinza 2D e Doppler de tecido; Modo-M anatômico; TDI (Tissue Doppler Imaging); Elastografia: Baseada em strain, altamente sensível e sem necessidade de compressão externa; Quantitativa por impulso de radiação acústica para medir dureza hepática absoluta. Renderização e manipulação de imagens 3D em tempo real; Observação de espessura com orientação de gráficos 3D; Imagem panorâmica e profundidade mínima de 30 cm; Modos avançados: Modos B, BB, BM e M em tela inteira; Doppler colorido, pulsado, contínuo e tecidual dirigível; Color M-mode, Doppler espectral (pulsado e contínuo) em tela inteira; Colorização de imagens nos modos B, M e Doppler; Frame rate de no mínimo 1.200 quadros/segundo em 2D; Segunda harmônica tecidual com inversão de fase ou pulso invertido. Armazenamento e conectividade: Memória para revisão de imagens em modo-M ou espectro de Doppler; Disco rígido interno com capacidade mínima de 500 GB; Registro de imagens e laudos em disco rígido...

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	130.900,0000
Licitante 02	130.900,0000
Licitante 03	130.900,0000
Licitante 04	130.900,0000

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	23/09/2026 09.00.11
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	23/09/2026 09.00.28
Licitante 04	Último Lance 78.407,0000
Licitante 01	Último Lance 77.616,0000
Licitante 02	Último Lance 79.900,0000
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	23/09/2026 09.22.29
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO. Habilitado o licitante STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA pelo motivo: Documentação conforme edital e ficha técnica aprovada após análise técnica. .	23/09/2026 09.31.45
Intenção de Recurso Interesse recursal manifestado pela empresa ALLENGERS DO BRASIL LTDA para lote LOTE 002, motivo: Manifestamos intenção de recursos pois o equipamento ofertado não atende a especificações técnicas, razões que será apresentadas na peça recursal..	23/09/2026 15.16.47
Adjudicação Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 002 para o licitante STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor de R\$ 77.616,0000.	09/10/2026 14.39.21

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Pregoeiro: Gabriela Maria Vieira Martins

Autoridade Competente:RUDISNEY GIMENES FILHO