



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS
SETOR DE LICITAÇÕES

ERRATA EDITAL

MUNICÍPIO DE MAÇAMBARÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2025
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

O **MUNICÍPIO DE MAÇAMBARÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CPNJ sob o nº 01.610.568/0001-97, sito à Rua Otávio Silveira, nº 306, Centro, em Maçambará/RS, CEP 97.645-000, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **JOSÉ MÁRIO DOS SANTOS**, casado, CI nº. 9025487613 e CPF nº. 188.106.320-87, residente na Rua Otávio Silveira, nº. 306, Bairro Centro, Maçambará/RS, CEP 97645-000, no uso de suas atribuições legais torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, através do site (<http://www.portaldecompraspublicas.com.br>), com a finalidade de selecionar propostas para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DOSES DE SÊMEN, NITROGÊNIO E MATERIAIS PARA USO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL BOVINA**, conforme condições estabelecidas no presente Edital. Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/21, pela Lei Complementar 123/2006, com o Processo Administrativo 048/2025, consoante condições e especificações estabelecidas no presente Edital. As especificações detalhadas encontram-se no Termo de Referência **Anexo I**, que acompanha o presente Edital.

Os trabalhos serão conduzidos pelo servidor Paulo Ricardo Monçalves Virgili, denominado Agente de Contratação, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável propondo a homologação.

Recebimento das propostas: das 14h00min do dia 16/17/2025 até às 07h30min do dia 28/07/2025.

Abertura das propostas: às 08h00min do dia 28/07/2025.

Data de início da sessão de disputa dos preços: 28/07/2025 às 08h05min.

Observação: Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui o objeto do presente edital o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DOSES DE SÊMEN, NITROGÊNIO E MATERIAIS PARA USO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL BOVINA COM ENTREGA PARCELADA PARA ATENDER AGRICULTORES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MAÇAMBARÁ/RS**, conforme especificação e quantidades detalhadas no Termo de Referência **Anexo I** (especificações técnicas).

ONDE SE LÊ

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNIDADE	MARCA/MODELO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
34	Equipamento de ultrassom Veterinário contendo no mínimo as seguintes especificações: Monitor: LED de 12" (no mínimo) de alta resolução com inclinação até 30°, Modos de Exibição de Imagem: Modo B, B/B, 4B, B/M, Cine Loop e Cine Memory, Processamento de Imagem: THI – Imagem harmônica de tecido. Zoom em tempo real e com imagem congelada. iClear™ - Filtro de redução de ruídos, processamento de imagens com supressão adaptativa de manchas. iTouch™ - otimização inteligente de imagem, ajuste rápido com apenas um toque. Fluxo de Trabalho Inteligente: iStation™: Plataforma para gerenciamento de imagens e dados do paciente. Pacote para Uso Veterinário: Body Mark. Comentários. Tabela Obstétrica. Deve acompanhar um transdutor transretal Frequência 5 mhz (ou menos) a 10 mhz (ou mais) Comprimento mínimo do cabo de 3 metros Obrigatório, possuir proteção extra de silicone em toda extensão cabo do transdutor Peso: aproximadamente 6kg. Portas USB. Um conector de transdutor. Alimentação: Bivolt (100 ~240V). Bateria recarregável de íons de lítio. Painel de controle rebatível. Película protetora para teclado. Teclas de atalho, botões multifuncionais, possibilitando rapidez e eficiência no diagnóstico. 8 níveis de TGC. Vários idiomas, incluindo o Português. O equipamento não pode possuir fonte externa, usar cabo simples de alimentação sem fonte acoplada Bolsa de transporte, proteção e trabalho (sem precisar retirar o equipamento da bolsa pra trabalhar). Modos de Exibição de Imagem: Modo B, B/B, 4B, B/M. Cine Loop e Cine Memory. Processamento de Imagem: THI – Imagem harmônica de tecido. Zoom em tempo real e com imagem congelada. iClear™ - Filtro de redução de ruídos, processamento de imagens com supressão adaptativa de manchas. iTouch™ - otimização inteligente de imagem, ajuste rápido com apenas um toque. Fluxo de Trabalho Inteligente: iStation™: Plataforma para gerenciamento de imagens e dados do paciente. Pacote para Uso Veterinário: Body Mark. Comentários. Tabela Obstétrica. Deve acompanhar um transdutor transretal Frequência 5 mhz (ou menos) a 10 mhz (ou mais) Comprimento mínimo do cabo de 3 metros Obrigatório, possuir proteção extra de silicone em toda extensão cabo do transdutor	2	Unidade		R\$ 22.408,33	R\$ 44.816,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS
SETOR DE LICITAÇÕES

LEIA-SE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNIDADE	MARCA/MODELO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
34	Equipamento de ultrassom Veterinário contendo no mínimo as seguintes especificações: Monitor: LED de 12" (no mínimo) de alta resolução com inclinação até 30°, Modos de Exibição de Imagem: Modo B, B/B, 4B, B/M, Cine Loop e Cine Memory, Processamento de Imagem: THI – Imagem harmônica de tecido. Zoom em tempo real e com imagem congelada. iClear™ - Filtro de redução de ruídos, processamento de imagens com supressão adaptativa de manchas. iTouch™ - otimização inteligente de imagem, ajuste rápido com apenas um toque. Fluxo de Trabalho Inteligente: iStation™: Plataforma para gerenciamento de imagens e dados do paciente. Pacote para Uso Veterinário: Body Mark. Comentários. Tabela Obstétrica. Deve acompanhar um transdutor transretal Frequência 5 mhz (ou menos) a 10 mhz (ou mais) Comprimento mínimo do cabo de 3 metros Obrigatório, possuir proteção extra de silicone em toda extensão cabo do transdutor Peso: aproximadamente 6kg. Portas USB. Um conector de transdutor. Alimentação: Bivolt (100 ~240V). Bateria recarregável de íons de lítio. Painel de controle rebatível. Película protetora para teclado. Teclas de atalho, botões multifuncionais, possibilitando rapidez e eficiência no diagnóstico. 8 níveis de TGC. Vários idiomas, incluindo o Português. O equipamento não pode possuir fonte externa, usar cabo simples de alimentação sem fonte acoplada ou com fonte de alimentação externas removíveis. Bolsa de transporte, proteção e trabalho (sem precisar retirar o equipamento da bolsa pra trabalhar). Modos de Exibição de Imagem: Modo B, B/B, 4B, B/M. Cine Loop e Cine Memory. Processamento de Imagem: THI – Imagem harmônica de tecido. Zoom em tempo real e com imagem congelada. iClear™ - Filtro de redução de ruídos, processamento de imagens com supressão adaptativa de manchas. iTouch™ - otimização inteligente de imagem, ajuste rápido com apenas um toque. Fluxo de Trabalho Inteligente: iStation™: Plataforma para gerenciamento de imagens e dados do paciente. Pacote para Uso Veterinário: Body Mark. Comentários. Tabela Obstétrica. Deve acompanhar um transdutor transretal Frequência 5 mhz (ou menos) a 10 mhz (ou mais) Comprimento mínimo do cabo de 3 metros Obrigatório, possuir proteção extra de silicone em toda extensão cabo do transdutor	2	Unidade		R\$ 22.408,33	R\$ 44.816,66

Maçambará/RS, 21 de julho de 2025.


PAULO RICARDO MONÇALVES VIRGILI
Agente de Contratação do Município