COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

# EDITAL

**Processo Administrativo de Licitação Pública nº. 061/2026**
**Pregão Eletrônico nº. 030/2026**
**Registro de Preço nº. 027/2026**

O **Município de Luisburgo,** pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº. 01.6156423/001-89, com sede na Rua Orlando Muniz de Carvalho, nº. 59, bairro centro, cidade de Luisburgo, estado de Minas Gerais, publica este edital, a ser realizado por intermédio da "PLATAFORMA ELETRÔNICA LICITAR DIGITAL - https://ammlicita.org.br, conforme abaixo:

## 1. Da especificação do objeto

1.1. Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais ambulatoriais, hospitalares e insumos, visando garantir o atendimento adequado nas Unidades de Saúde e ESFs do Município de Luisburgo/MG.

1.2. Da especificação dos itens:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Abaixador de Língua:** Espátula clínica, fabricada com substância não tóxica, inodora, insípida, resistente a quebras e à esterilização por autoclave, superfície lisa e livre de farpas e que não solte resíduos, extremidades arredondadas, medindo aproximadamente 14cm de comprimento; 1,4cm de largura; 0,5mm de espessura, embalado em pacote com100 unidades, cada. registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | PCT | 600 | | 24,40 | 14.640,00 |
| 2. | **Ácido Acético 2%:** Embalagem 1000 ml, com validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. registro na ANVISA. | FR | 100 | | 27,04 | 2.704,00 |
| 3. | **Ácido Peracético** 0,2% Pronto p/ Uso - 1L: Indicado para: Desinfecção de artigos semicríticos como, equipamentos em geral, endoscópios, tubos corrugados, kits de micro nebulização, nebulizadores de oxigênio, aço inox, aço cirúrgico, alumínio, | FR | 200 | | 194,00 | 38.800,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | plástico, acrílico e látex. Produto de uso profissional. Embalagem com 1 litro de Ácido Peracético 0,2%. Pronto para uso. Desinfetante de alto nível. Eficaz contra um amplo espectro de microorganismos. Validade de no mínimo 18 meses a partir da data de entrega. | | | | | |
| 4. | **Água Destilada 5L:** Livre de minerais e impurezas, sem misturas com outras substâncias e microrganismos. | GL | 100 | | 22,73 | 2.273,00 |
| 5. | **Água Oxigenada 10 Volumes:** Antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos contendo no rotulo o nome dos produtos, classificação, modo de usar, cuidados com a conservação. Apresentação em frasco de 1000ml (1 litro) de cor opaca. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. registro na ANVISA. | FR | 200 | | 13,84 | 2.768,00 |
| 6. | **Agulha descartável 13x0,3mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular, subcutâneo e intradérmico, na infusão de medicamentos. Cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em polipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de recebimento do produto. Caixas com 100 unidades | CX | 6 | | 15,05 | 90,30 |
| 7. | **Agulha descartável 13x0,45mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular, subcutâneo e intradérmico, na infusão de medicamentos. Cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em polipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de | CX | 600 | | 22,35 | 13.410,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de recebimento do produto. Caixas com 100 unidades | | | | | |
| 8. | **Agulha descartável 20x0,55mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular e intramuscular na infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos corpóreos cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em polipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de recebimento do produto. Caixas com 100 unidades. | CX | 200 | | 22,86 | 4.572,00 |
| 9. | **Agulha descartável 25x0,6mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular e intramuscular na infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos corpóreos cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em polipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de recebimento do produto. Caixas com 100 unidades. | CX | 400 | | 27,12 | 10.848,00 |
| 10. | **Agulha descartável 25x0,7mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular, subcutâneo e intradérmico, na infusão de medicamentos. Cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em polipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de | CX | 600 | | 18,74 | 11.244,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | recebimento do produto. Caixas com 100 unidades | | | | | |
| 11. | **Agulha descartável 25x0,8mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular, subcutâneo e intradérmico, na infusão de medicamentos. Cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em polipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de recebimento do produto. Caixas com 100 unidades | CX | 600 | | 24,50 | 14.700,00 |
| 12. | **Agulha descartável 30x0,7mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular e intramuscular na infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos corpóreos cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em polipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de recebimento do produto. Caixas com 100 unidades | CX | 60 | | 11,79 | 707,40 |
| 13. | **Agulha descartável 30x0,8mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular e intramuscular na infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos corpóreos cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em polipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de | CX | 60 | | 20,16 | 1.209,60 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | recebimento do produto. Caixas com 100 unidades. | | | | | |
| 14. | **Agulha descartável 40x1,2mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular e intramuscular na infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos corpóreos cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em polipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de entrega do produto no município. Caixas com 100 unidades. | CX | 1.000 | | 26,16 | 26.160,00 |
| 15. | **Álcool 70°GL:** Álcool etílico hidratado a 70º INPM: desinfetante de média eficiência que contém álcool etílico e água (deionizada álcool etílico hidratado 70º INPM), uma solução aquosa de álcool. Embalagem de 1L. Validade mínima de 18 meses a contar da data da entrega no município. | LT | 8.000 | | 17,65 | 141.200,00 |
| 16. | **Álcool Gel 70° GL:** Bactericida em gel, incolor, a base de água deionizada, alcool etilico, glicerina, trietanomalina, propilenoglicol, carbomero, bensoato de denatonio. Embalagem de 500mL com bico dosador. Validade mínima de 18 meses a contar da data da entrega no município. | FR | 600 | | 13,55 | 8.130,00 |
| 17. | Álcool Iodado 0,1%: Solução antisséptica alcoólica contendo 0,1% de Iodo. Garrafa de 1000ml, com validade mínima de 18 meses a contar da data da entrega no município. registro na ANVISA. | FR | 80 | | 45,54 | 3.643,20 |
| 18. | **Algodão hidrófilo 500g:** Cor branca, puro, acondicionado em rolo com camada continua de 30 cm de largura, sobre papel apropriado, o rolo deve receber segundo envoltório para completa proteção do material. Peso: 500 gramas; material: 100% algodão; produzido e testado conforme normas e padrões específicos. Validade mínima | RL | 1.000 | | 29,40 | 29.400,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | de 18 meses a contar da data da entrega no município. | | | | | |
| 19. | **Almotolia Âmbar 100ml**: Almotolia confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto. | UND | 100 | | 6,00 | 600,00 |
| 20. | **Almotolia Âmbar 250ml**: Almotolia confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto. | UND | 50 | | 12,00 | 600,00 |
| 21. | **Almotolia Transparente 100ml**: Almotolia confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto. | UND | 200 | | 8,35 | 1.670,00 |
| 22. | **Almotolia Transparente 250ml**: Almotolia confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto. | UND | 300 | | 13,30 | 3.990,00 |
| 23. | **Almotolia Transparente 500ml**: Almotolia confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto. | UND | 100 | | 12,90 | 1.290,00 |
| 24. | **Aparelho de Pressão Eletrônico Adulto:**<br>• Braçadeira 23cm a 43cm (adulto e adulto grande);<br>• Braçadeira fabricada em Nylon com fechamento emvelcro; • Medição da pulsação (frequência cardíaca - BPM); • Medição da pressão arterial sistólica e diastólica; • Detector de pulsação irregular (arritmia); • Indicador gráfico de nível de pressão arterial (avaliação automática de resultado obtido e classifica o risco de hipertensão de acordo com a OMS);• Função memória, com até 240 registros, para até 2 usuários sendo 120 registros para cada; •Média das 3 últimas medições; •Display LCD; •Inflagem e deflação automática;<br>• Acompanha case/estojo para armazenamento do aparelho; • Acompanha 4 pilhas AAA para teste, indicado usar 04 pilhas alcalinas AAA;<br>• Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação do aparelho, das demais peças tais como, braçadeira, manguito e etc: possuir garantia de 90 dias.Registro na ANVISA. | UND | 10 | | 216,97 | 2.169,70 |
| 25. | **Atadura de crepom 10cmx1,8m:** Composição: ~90% de algodão cru, até 9% de poliéster, 1% de elastano. Com as bordas delimitadas, elasticidade | PCT | 6.000 | | 16,54 | 99.240,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica) isenta de defeitos. Embalagem individual com dados de identificação e procedência. registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. Embalagem com 12 unidades. | | | | | |
| 26. | **Atadura de crepom 15cmx1,8m:** Composição: ~90% de algodão cru, até 9% de poliéster, 1% de elastano. Com as bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica) isenta de defeitos. Embalagem individual com dados de identificação e procedência. registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. Embalagem com 12 unidades. | PCT | 10.000 | | 16,40 | 164.000,00 |
| 27. | **Atadura de crepom 6cmx1,8m:** Composição: ~90% de algodão cru, até 9% de poliéster, 1% de elastano. Com as bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica) isenta de defeitos. Embalagem individual com dados de identificação e procedência. registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. Embalagem com 12 unidades. | PCT | 6.000 | | 6,22 | 37.320,00 |
| 28. | **Avental Frontal Descartável Tamanho G:** Possuir manga longa; punho de elástico; não estéril; atóxico; hipoalergênico. Confeccionado em TNT, com abertura na parte de trás; Tiras no pescoço e cintura; Tamanho único. Fabricado em 100% polipropileno. Medidas: 1,60 x 1,00cm; Gramatura: 50; Cor: Branco; Embalagem: 10 unidades em cada pacote. Registro da ANVISA. | PCT | 800 | | 31,33 | 25.064,00 |
| 29. | **Avental Frontal Descartável Tamanho M:** Possuir manga longa; punho de elástico; não estéril; atóxico; hipoalergênico. Confeccionado em TNT, com abertura na parte de trás; Tiras no pescoço e cintura; Tamanho único. Fabricado em 100% polipropileno. Medidas: 1,60 x 1,00cm; Gramatura: 50; Cor: Branco; Embalagem: 10 unidades em cada pacote. Registro da ANVISA. | PCT | 1.000 | | 31,50 | 31.500,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | **Avental Frontal Descartável Tamanho P:** Possuir manga longa; punho de elástico; não estéril; atóxico; hipoalergênico. Confeccionado em TNT, com abertura na parte de trás; Tiras no pescoço e cintura; Tamanho único. Fabricado em 100% polipropileno. Medidas: 1,60 x 1,00cm; Gramatura: 50; Cor: Branco; Embalagem: 10 unidades em cada pacote. Registro da ANVISA. | PCT | 800 | | 29,51 | 23.608,00 |
| 31. | **Bolsa Coletora de Urina - Sistema Fechado:** Válvula antirrefluxo vertical. Frente transparente com escala de volume impressa de forma legível. Parte de trás leitosa facilitando leitura e visualização do aspecto da urina. Suporte de fixação com haste rígida (tipo cabide) e alça (cordão) com 40 cm. Tubo de PVC com 110cm, transparente, flexível, isento de dobras, com pinça corta fluxo. Conector universal com ajuste para as sondas vesicais, com tampa protetora. Tubo de drenagem inferior com pinça corta-fluxo. Ponto para coleta de urina com membrana de látex, auto-vedante. Atóxica, apirogênica e descartável. Capacidade 2000mL. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala. Esterilizada em ETO.<br>registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 10,63 | 2.126,00 |
| 32. | **Bolsa de urostomia para adulto:** registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | UND | 40 | | 36,02 | 1.440,80 |
| 33. | **Bolsa Térmica 1L:** Uso com água quente ou fria. | UND | 20 | | 48,36 | 967,20 |
| 34. | **Bolsa Térmica 2L:** Uso com água quente ou fria. | UND | 20 | | 86,67 | 1.733,40 |
| 35. | **Bolsa/Mochila de Resgate:** material cordura (Nylon 6.6), formato específico para armazenar itens de primeiros socorros é utilizada em atendimentos de urgência e resgate; Abertura na parte superior em material do tipo zíper resistente com 2 cursores, permitindo a | UND | 50 | | 176,74 | 8.837,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | abertura total; Divisórias internas tipo colmeia. Com alça de mão fixa de tamanho padrão e alças costais, tamanho padrão e regulável; Elástico para fixação de materiais diversos dentro da mochila; 2 repartições internas com bolsos e velcros de fixação. | | | | | |
| 36. | **Bota de Unna**: Bandagem terapêutica tipo Bota de Unna. Composta por 70% poliéster e 30% algodão, ipregnada por mistura de pasta de óxido de zinco, acácia e pH neutro. Trama da bandagem projetada para não desfiar, maleável e fácil de aplicar. Medidas: 10,2cm X 9,2m Embalagem: Unidade | UND | 50 | | 50,27 | 2.513,50 |
| 37. | **Bota profissional impermeável**: Calçado profissional, em conformidade com a NR32, Produzida em material leve (EVA), na cor preta. Confortável ao uso prolongado, Fácil Higienização, Cabedal Antimicrobiana, Palmilha Antimicrobiana e solado antiderrapante. Material emborrachado, leve e confortável. Biqueira de composite, Isolante contra o Frio, Isolante elétrico, Resistente a produtos químicos. Calçado de proteção tipo bota cano curto, confeccionado em EVA, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na área do salto, à isolação elétrica, isolação contra o frio e a produtos químicos. | PAR | 30 | | 74,93 | 2.247,90 |
| 38. | **Braçadeira de nylon**, duas vias, com fechamento em velcro, para aparelho de pressão adulto: Braçadeira com manguito de duas vias para uso em aparelhos de pressão aneroides, confeccionada em nylon e isento de látex, resistente a furos e aberturas, com fecho de contato em velcro, bordas com dobras que diminuem o risco de cortes e de arranhões, sem bainhas cosidas para rasgar ou esfiapar. Tamanho Adulto com circunferência de 18 a 35cm.<br>Com registro na ANVISA e do INMETRO. | UND | 50 | | 22,07 | 1.103,50 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. | **Cabo de Bisturi nº 3**: Cabo para bisturi n.º 3, fabricado em aço inoxidável, resistente ao processo de esterilização por autoclave. | UND | 40 | | 27,69 | 1.107,60 |
| 40. | **Caixa Organizadora** Tipo Colmeia: Em acrílico ou polipropileno, cor clara, lavável, com divisórias delimitando os nichos. Nichos com dimensão de 8-10cm em sua lateral maior e altura de 5-7cm, possibilitando acondicionar ampolas e flaconetes na vertical. | UND | 20 | | 78,04 | 1.560,80 |
| 41. | **Calçado hospitalar:** tipo babuche, fechado de acordo com a NR32; cor branca, feito em material Polimérico. Confortável, macio e leve. Solado antiderrapante. Palmilha absorvente. Fácil de limpar. | PAR | 50 | | 57,00 | 2.850,00 |
| 42. | **Campo Cirúrgico 50X50cm algodão:** Em tecido resistente (ex.: Brim), reutilizável, na cor branca. Com dois cordões de amarração, também em algodão, fixados em uma das quinas de borda, medindo 50cm de comprimento, cada. **(Não confundir com compressa cirúrgica)** | UND | 40 | | 155,52 | 6.220,80 |
| 43. | **Campo Cirúrgico 50X50cm**: Utilizado para embrulhar material cirúrgico para esterilização. Confeccionado em tecido resistente (ex.: Brim), reutilizável, na cor branca. Com dois cordões de amarração, também em algodão, fixados em uma das quinas de borda, medindo 50cm de comprimento, cada. **(Não confundir com compressa cirúrgica)** | UND | 60 | | 179,19 | 10.751,40 |
| 44. | **Campo Cirúrgico Fenestrado**: Confeccionado em tecido resistente (ex.: brim), na cor branca. Medindo 40X40cm com fenestração/janela centralizada medindo 6x6cm, reutilizável. | UND | 40 | | 78,62 | 3.144,80 |
| 45. | **Cânula Endotraqueal com Balão 3.5:** Estéril - óxido de etileno. Para intubação oral e nasal. Ponta chanfrada arredondada suave e atraumática. Conector ISO padrão de 15mm. Descartável e de uso único. Material: PVC grau Médico. | UND | 100 | | 8,78 | 878,00 |
| 46. | **Cânula Endotraqueal com Balão 4.0:** Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Componentes: Tubo Balão Baixa | UND | 100 | | 6,19 | 619,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pressão, Conector Montado, Balão, Aplicação: Anestesia, Diâmetro Interno: 4,50 MM, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril, | | | | | |
| 47. | **Cânula Endotraqueal com Balão 7.0:** Descartável 7.0 C/balao - Solidor é um produto médico-hospitalar, de uso único fabricado em PVC, isento de látex. Formado por tubo de dureza apropriada, balão de baixa pressão e alta capacidade de volume. | UND | 200 | | 9,01 | 1.802,00 |
| 48. | **Cânula Endotraqueal com Balão 7.5:** Descartável 7.5 C/balao - Solidor é um produto médico-hospitalar, de uso único fabricado em PVC, isento de látex. Formado por tubo de dureza apropriada, balão de baixa pressão e alta capacidade de volume. | UND | 200 | | 6,82 | 1.364,00 |
| 49. | **Cânula Endotraqueal com Balão 8.0:** Descartável 8.0 C/balao - Solidor é um produto médico-hospitalar, de uso único fabricado em PVC, isento de látex. Formado por tubo de dureza apropriada, balão de baixa pressão e alta capacidade de volume. Tubo com PVC,conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. | UND | 200 | | 7,53 | 1.506,00 |
| 50. | **Cânula Guedel Silicone Adulto Grande Nº 02 Tamanho 70mm** | UND | 10 | | 6,32 | 63,20 |
| 51. | **Cânula Guedel Silicone Adulto Grande Nº 03 Tamanho 80mm** | UND | 10 | | 6,60 | 66,00 |
| 52. | **Cânula Guedel Silicone Adulto Grande Nº 04 Tamanho 90mm** | UND | 10 | | 5,02 | 50,20 |
| 53. | **Cânula Guedel Silicone Bebê Nº0 Tamanho 50mm** | UND | 10 | | 6,05 | 60,50 |
| 54. | **Cânula Guedel Silicone Criança Nº1 Tamanho 60mm** | UND | 10 | | 6,08 | 60,80 |
| 55. | **Cânula Guedel Silicone Neonatal Nº 00 Tamanho 40mm** | UND | 10 | | 6,00 | 60,00 |
| 56. | **Cânula Guedel Silicone XXL Nº 06 Tamanho 110mm** | UND | 10 | | 5,95 | 59,50 |
| 57. | **Carvão Vegetal Ativado em Pó:** Carvão ativado em pó para uso hospitalar em lavagem gástrica. Hipoalergênico; dermatologicamente | UND | 60 | | 137,05 | 8.223,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | testado. Embalagem de 500g. registro na ANVISA/ ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | | | | | |
| 58. | **Cateter Intravenoso de Teflon n.º 16:** Cateter Intravenoso descartável 16G - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores | UND | 1.000 | | 2,11 | 2.110,00 |
| 59. | **Cateter Intravenoso de Teflon n.º 18:** Cateter Intravenoso descartável 18G - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores | UND | 1.000 | | 2,00 | 2.000,00 |
| 60. | **Cateter Intravenoso de Teflon n.º 20:** Cateter Intravenoso descartável 20G - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores | UND | 10.000 | | 2,10 | 21.000,00 |
| 61. | **Cateter Intravenoso de Teflon n.º 22:** Cateter Intravenoso descartável 22G - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores | UND | 60.000 | | 2,00 | 120.000,00 |
| 62. | **Cateter Intravenoso de Teflon n.º 24:** Cateter Intravenoso descartável 24g - | UND | 60.000 | | 2,00 | 120.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores | | | | | |
| 63. | **Cateter Tipo Óculos (adulto):** Fixação tipo óculos, destinado a aplicação de oxigênio, medicinal auxiliando na respiração do paciente, confeccionado em PVC (policloreto de vinil) cristal, com maior flexibilidade, uso adulto, transparente, flexível e atóxico, medindo 110cm, esterilizado por óxido de etileno embalado em papel grau cirúrgico - Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | UND | 1500 | | 2,42 | 3.630,00 |
| 64. | **Cateter tipo óculos (infantil):** Fixação tipo óculos, destinado a aplicação de oxigênio, medicinal auxiliando na respiração do paciente, confeccionado em PVC (policloreto de vinil) cristal, com maior flexibilidade, uso pediátrico, transparente, flexível e atóxico, medindo 110cm, esterilizado por óxido de etileno embalado em papel grau cirúrgico - Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | UND | 300 | | 4,85 | 1.455,00 |
| 65. | **Cinto Aranha Infantil**: Composto por múltiplos cintos de engate rápido, este produto é composto por fitas 100% poliamida em cores padronizadas. Ideal para Resgate; Ideal para mobilizar pacientes; Composto por múltiplos cintos de engate rápido; Composto por fitas 100% poliamida; Cores padronizadas.<br>Medidas aproximadas do cinto aberto:<br>- Comprimento:106 cm<br>- Espessura: 1 cm<br>- Largura: 80 cm<br>- Peso: 200 g | UND | 10 | | 80,78 | 807,80 |
| 66. | **Cinto Aranha para Adulto**: Confeccionado em fitas de poliamida 100% preta e colorida em 50mm de largura. - Fecho de regulagem em velcro | UND | 20 | | 87,27 | 1.745,40 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | e regulador plástico preto. - 1 tirante principal de cor preta, com sistema em V e altura regulável. Adaptável para prancha rígida. - 4 tirantes transversais em diversas cores, regulável em suas alturas em velcro e regulador plástico. | | | | | |
| 67. | **Circuito para Ventilador Pulmonar Adulto: compatível com ventilador pulmonar Leistung PR4-G**, tipo duas traquéias, conector em y em polissulfona, tamanho 1,20m, material silicone transparente flexível, componentes extensíveis, lisas por dentro, corrugadas por for a, características adicionais autoclavável, acessórios conectores e ponteiras padrão | UND | 15 | | 356,00 | 5.340,00 |
| 68. | **Circuito para Ventilador Pulmonar Pediátrico: compatível com ventilador pulmonar Leistung PR4-G**, tipo duas traquéias, conector em y em polissulfona, tamanho 1,20m, pediátrico, material silicone transparente flexível, componentes extensíveis, lisas por dentro, corrugadas por for a, características adicionais autoclavável, acessórios conectores e ponteiras padrão | UND | 5 | | 337,33 | 1.686,65 |
| 69. | **Clorexidina Degermante 1L:** Produto a base de digluconato de clorexidina, indicado para antissepsia e degermação das mãos e antebraços da equipe cirúrgica, ambulatória, laboratorial, preparo pré-cirúrgico da pele de pacientes e em feridas de pequenas extensões. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 500 | | 34,01 | 17.005,00 |
| 70. | **Clorexidina Tópica:** Clorexidina solução alcoólica 0,5 % - frasco 1.000 ml. registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | UND | 500 | | 45,78 | 22.890,00 |
| 71. | **Colar Cervical Com Apoio Mentoniano Tam G:** colar cervical tipo Stifneck, com fechos aderentes que permitem o ajuste de altura. Medidas (circunferência do pescoço): de **57cm**, Cor Padrão: **Verde**, Composição: Parte rígida: 100% polietileno, Borda: | UND | 200 | | 108,83 | 21.766,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laminado: 100% policloreto de vinila, Malha 100% algodão, Espuma interna: 100% poliuretano, Revestimento: 100% poliamida. | | | | | |
| 72. | **Colar Cervical Com Apoio Mentoniano Tam M:** colar cervical tipo Stifneck, com fechos aderentes que permitem o ajuste de altura. Medidas (circunferência do pescoço): de **57cm**, Cor Padrão: **Laranja**, Composição: Parte rígida: 100% polietileno, Borda: Laminado: 100% policloreto de vinila, Malha 100% algodão, Espuma interna: 100% poliuretano, Revestimento: 100% poliamida. | UND | 40 | | 122,00 | 4.880,00 |
| 73. | **Colar Cervical Com Apoio Mentoniano Tam P:** colar cervical tipo Stifneck, com fechos aderentes que permitem o ajuste de altura. Medidas (circunferência do pescoço): de **55cm**, 10,1cm, altura posterior 13,3cm, abertura frontal 4,5x8,5cm.Cor Padrão: **Azul Royal**, Composição: Parte rígida: 100% polietileno, Borda: Laminado: 100% policloreto de vinila, Malha 100% algodão, Espuma interna: 100% poliuretano, Revestimento: 100% poliamida. | UND | 40 | | 118,00 | 4.720,00 |
| 74. | **Colar Cervical Com Apoio Mentoniano Tam PP:** colar cervical tipo Stifneck, com fechos aderentes que permitem o ajuste de altura. Medidas (circunferência do pescoço): de 55cm, altura anterior 8,8cm, altura posterior 13,3cm, abertura frontal 3,5x5,5cm. Cor Padrão: **Lilás**, Composição: Parte rígida: 100% polietileno, Borda: Laminado: 100% policloreto de vinila, Malha 100% algodão, Espuma interna: 100% poliuretano, Revestimento: 100% poliamida. | UND | 40 | | 113,02 | 4.520,80 |
| 75. | **Colar Cervical de Espuma - Tamanho Infantil** | UND | 10 | | 41,87 | 418,70 |
| 76. | **Colar Cervical de Espuma - Tamanho p** | UND | 10 | | 42,60 | 426,00 |
| 77. | **Colar Cervical de Espuma - Tamanho M** | UND | 10 | | 42,31 | 423,10 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78. | **Colar Cervical de Espuma - Tamanho G** | UND | 10 | | 43,76 | 437,60 |
| 79. | **Colar Cervical de Espuma - Tamanho GG** | UND | 10 | | 44,76 | 447,60 |
| 80. | **Colete Imobilizador KED Adulto:** Colete para imobilização, material: tecido sintético e haste de madeira maciça, modelo resgate, tipo KED, tipo fechamento: 5 cintos com fivelas de poliamida, componentes jogo de tirantes e almofadas, capacidade 120, tamanho 82, aplicação resgate de feridos politraumatizados. Acabamento em viés com isomanta que reveste todo protetor de cabeça, com protetor de queixo e testa. possuir registro da Anvisa e atestado do Inmetro. | UND | 6 | | 300,06 | 1.800,36 |
| 81. | **Colchão Hospitalar Solteiro:** material espuma flexível poliuretano, revestimento c/ capa removível, totalmente impermeável, dimensões (c x l x a) cerca de 198 x 78 x 18 cm, densidade cerca de d-40 a d-45 kg/m3 | UND | 10 | | 480,90 | 4.809,00 |
| 82. | **Colchão Piramidal:** Tipo **caixa de ovo** - hospitalar, material espuma flexível poliuretano, densidade mínima espuma cerca d-28, dimensões cerca de 180 x 60 x6 cm, adicional s/ capa protetora | UND | 30 | | 110,58 | 3.317,40 |
| 83. | **Colchonete para Maca Hospitalar:** Encapado em Napa ou Courvin Lavável, Densidade: D60 Dimensões: 180x50x03cm Preferencialmente de cor clara. | UND | 30 | | 125,33 | 3.759,90 |
| 84. | **Coletor de material perfuro-cortante 13L:** Caixa coletora para lixo contaminado de material perfuro-cortante - com capacidade para 13 litros, confeccionada em papelão ondulado resistente à perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, com alças externas, bocal adaptável que facilita dispensa de vários tamanhos de objetos, tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT | CX | 800 | | 13,68 | 10.944,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NBR 7500. Embaladas em caixa de papelão com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação. Desejável possuir na tampa um desconectador de agulhas. | | | | | |
| 85. | **Coletor de material perfuro-cortante 20L:** Caixa coletora para lixo contaminado de material perfuro-cortante - com capacidade para 20 litros, confeccionada em papelão ondulado resistente à perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, com alças externas, bocal adaptável que facilita dispensa de vários tamanhos de objetos, tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embaladas em caixa de papelão com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação. Desejável possuir na tampa um desconectador de agulhas. | CX | 20 | | 14,23 | 284,60 |
| 86. | **Coletor de material perfuro-cortante 7L:** Caixa coletora para lixo contaminado de material perfuro-cortante - com capacidade para 7 litros, confeccionada em papelão ondulado resistente à perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, com alças externas, bocal adaptável que facilita dispensa de vários tamanhos de objetos, tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embaladas em caixa de papelão com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação. Desejável possuir na tampa um desconectador de agulhas. | Caixa | 100 | | 12,81 | 1.281,00 |
| 87. | **Compressa Cirúrgica 45x50cm**: Compressa sem fio radiopaco c/50und em algodão alvejado, mínimo 13 | UND | 600 | | 102,59 | 61.554,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | fios/cm², de boa qualidade. Validade indeterminada. | | | | | |
| 88. | **Compressa de Gaze em Rolo Tipo Queijo:** 100% algodão hidrófilo, composta por 8 camadas e 4 dobras, no formato 9,1cm x 91m; Densidade de 11 fios/cm², não estéril. | Rolo | 20 | | 46,20 | 924,00 |
| 89. | **Cuba redonda**: Em inox. Cuba para assepsia em aço inoxidável; dimensões:8 x 4cm; capacidade: 150 ml. | UND | 20 | | 36,96 | 739,20 |
| 90. | **Cuba rim**: Em aço inoxidável; dimensões: 26 x 12 cm; capacidade: 700 ml.<br>Acabamento das **bordas superiores curvado para baixo**, proporcionando melhor conforto em contato com o pescoço do paciente **(não aceitar borda reta, tipo assadeira, por risco de corte)**. | UND | 20 | | 70,76 | 1.415,20 |
| 91. | **Curativo Alginato com Prata:** Cobertura especial para feridas a base de Alginato de Cálcio e Prata Iônica. Embalagem com 10 unidades 10cmx10cm. Registro na Anvisa. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega no Município. | UND | 200 | | 34,63 | 6.926,00 |
| 92. | **Curativo de Hidrocoloide:** Cobertura especial para feridas a base de partículas de Hidrocoloide, placa estéril, regular, medindo 10cmx10cm. Embalagem com 10 unidades. Registro na Anvisa. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega no Município. | UND | 200 | | 48,63 | 9.726,00 |
| 93. | **Curativo de Hidrocoloide:** Cobertura especial para feridas a base de partículas de Hidrocoloide, placa estéril, regular, medindo 15cmx15cm. Embalagem com 10 unidades. Registro na Anvisa. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega no Município. | UND | 200 | | 56,08 | 11.216,00 |
| 94. | **Curativo Sacral:** Cobertura especial para feridas em espuma não aderente de Silicone com Prata. Embalagem com 10 unidades 25cmx25cm. Registro na Anvisa. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega no Município. | UND | 200 | | 3.326,00 | 665.200,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95. | **Desinfetante Hospitalar Concentrado 5L:** Desinfetante para limpeza e desinfecção para superfícies fixas e laváveis com princípios ativos: polihexametileno biguanida mínimo de 1,75%, e quaternário de amônio de quinta geração totalizando no mínimo 400 ppm na solução diluída, inodoro, biodegradável, com pH entre 9 e 10; para uso diluído e sem enxágue. O produto deve ser registrado na ANVISA, possuir ficha de informações de segurança de produtos químicos, laudos de atividade bactericida na concentração recomendada para uso. Apresentar laudo de irritação cutânea e ocular e teste de ataque químico comprovando que o produto não agride ligas metálicas, plásticos, vidrarias, pisos e revestimentos. A embalagem deve apresentar rótulo com dados de identificação, procedência e fabricação, e outros conforme RDC 59/2010; ser resistente, não se soltar durante o uso e/ou a tinta de impressão ficar borrada. Apresentação do produto deve ser na forma concentrada, compatível com diluição mínima de 1:100 litros. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega no Município. | UND | 2.000 | | 305,73 | 611.460,00 |
| 96. | **Detergente enzimático:** elaborado com 4 enzimas, protease, amilase, lipase e carboidras e contém tensoativos não iônicos. Indicado para a remoção de matéria orgânica como sangue, fezes, muco e fluidos orgânicos dos instrumentais cirúrgicos garantindo uma melhor desinfecção após limpeza. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 300 | | 71,14 | 21.342,00 |
| 97. | **Dispenser para álcool líquido spray**: Conforme norma Resolução-RDC, ANVISA nº 42, de 25 de outubro de 2010.<br>Fabricado em: ABS, cor: Branca, com reservatório recarregável e reutilizável, dispensando necessidade de troca de refil a cada reposição de conteúdo. | UND | 150 | | 33,81 | 5.071,50 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98. | **Dispenser para luvas de procedimento** Fabricado em: ABS, cor: Branca | UND | 150 | | 78,45 | 11.767,50 |
| 99. | **Eletrodo adesivo para Desfibrilador "DEA". Adulto:** Eletrodo Pá descartável **para desfibrilador DEA ISIS, Instramed.** Conjunto de dois eletrodos multifunções pré-conectados. | PAR | 20 | | 564,67 | 11.293,40 |
| 100. | **Eletrodo adesivo para Desfibrilador "DEA". Pediátrico:** Eletrodo Pá descartável **para desfibrilador DEA ISIS, Instramed.** Conjunto de dois eletrodos multifunções pré-conectados. | PAR | 10 | | 548,33 | 5.483,30 |
| 101. | **Eletrodo Adesivo para Eletrocardiograma:** Descartável, composto de espuma, fita porosa ou tecido macio e autoaderente. Embalagem com 50 Unidades. | PCT | 70.000 | | 0,77 | 53.900,00 |
| 102. | **Eletrodo Adesivo para Monitorização Cardíaca:** Descartável, gel condutor adesivo, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de bronze revestido por níquel, contra-pino de ABS revestido de prata e cloreto de prata. | UND | 1500 | | 0,82 | 1.230,00 |
| 103. | **Equipo alimentação enteral:** Dispositivo para administração de infusão de soluções enterais. Conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) à sonda de alimentação enteral. Perfurador para conexão ao recipiente de solução. Lanceta perfuradora adaptável aos recipientes (frasco ou bolsa, de água e dieta enteral); Câmara de gotejamento flexível; Pinça rolete para controle de gotejamento; Conector LuerSlip, escalonado Luer e escalonado não-Luer, específico para nutrição enteral; Cor azul (específica para produtos de nutrição enteral); Disponível com filtro de ar bacteriológico de 0,22micra; Estéril. Registro no MS/ ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto.<br>cortada em diagonal- Composição PVC e polietileno. | UND | 2000 | | 3,14 | 6.280,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104. | **Equipo Macrogotas:** Equipo gravitacional para infusão, de uso único, estéril, ponta perfurante com tampa protetora, Câmara flexível gotejadora em macrogotas, Tubo em PVC, atóxico e apirogênico, pinça rolete para dosagem de volume, injetor lateral Y com membrana autocicatrizante, filtro de particula, Válvula de ar. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 50.000 | | 2,41 | 120.500,00 |
| 105. | **Equipo Microgotas:** Ponta perfurante com tampa protetora, Câmara gotejadora flexível, Tubo em PVC de 1,50m, atóxico e apirogênico, Pinça rolete para dosagem de volume, pinça corta fluxo tipo clamp, injetor lateral Y com membrana autocicatrizante - livre de látex, Entrada de ar, filtro de partícula, protetor com filtro de eliminador de ar e conexão Luer Slip. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 2,71 | 542,00 |
| 106. | **Equipo para bomba infusora:** Compatível com modelo **Volumat Agilia VL ST 01** Equipo com filtro de 15µm para bomba Volumat Agilia e Volumat MC Agilia Dispositivos de infusão com segmento de transporte de silicone de alta qualidade e proteção de fluxo livre integrada para uso específico na bomba de infusão volumétrica. Ponta de perfuração ventilada e tampa protetora; Filtro de câmara de gotejamento de 15µm; Filtro em linha de 0,2µm; Braçadeira de rolo; Comprimento da mangueira na frente do segmento da bomba: 90cm PUR; Comprimento da mangueira após o segmento da bomba: 165 cm; Segmento de bomba de silicone calibrado; Braçadeira de segurança, azul, proteção de fluxo livre; Conector LuerLock; Tampa protetora de parada de fluxo; Comprimento total, incluindo segmento da bomba: 285cm; Volume de enchimento aprox.: 25ml. | UND | 200 | | 93,00 | 18.600,00 |
| 107. | **Equipo Polifix 2 Vias:** Equipo Polifix multivias com clamp. Extensão dupla em PVC cristal flexível; Clamp em cores | UND | 2000 | | 2,58 | 5.160,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | diferentes, de fechamento rápido; Conector Luer Fêmea nas vias de entrada; Conexão Luer para dispositivo de acesso venoso. Tubo de 18 cm, Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 108. | **Esfigmomanômetro Adulto:** sem engrenagens, resistente a quedas. Manômetro com rotação de 360º. Aro de borracha anti-impacto. Sem látex. Braçadeira em nylon (fácil desinfecção) e fechamento em velcro, tamanho adulto, de alta durabilidade. 05 anos de garantia. Registro ANVISA | UND | 200 | | 307,89 | 61.578,00 |
| 109. | **Esfigmomanômetro Infantil:** sem engrenagens, resistente a quedas. Manômetro com rotação de 360º. Aro de borracha anti-impacto. Sem látex. Braçadeira em nylon (fácil desinfecção) e fechamento em velcro, tamanho infantil, de alta durabilidade. 05 anos de garantia. Registro ANVISA | UND | 50 | | 300,00 | 15.000,00 |
| 110. | **Esfigmomanômetro Obeso:** sem engrenagens, resistente a quedas. Manômetro com rotação de 360º. Aro de borracha anti-impacto. Sem látex. Braçadeira em nylon (fácil desinfecção) e fechamento em velcro, tamanho obeso, de alta durabilidade. 05 anos de garantia. Registro ANVISA | UND | 50 | | 321,51 | 16.075,50 |
| 111. | **Espaçador Adulto:** Para medicamentos aerossóis. Encaixe universal para todos os tipos de dispensadores de aerossol,Tubo totalmente transparente para melhor visualização do spray, Tratamento antiestático, permitindo a inalação total da dose ministrada, Máscaras macias em PVC, com vedação total do ambiente externo, Válvula dupla, no tubo e na máscara, garantindo a retenção máxima do medicamento. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 65,90 | 13.180,00 |
| 112. | **Espaçador Infantil:** Para medicamentos aerossóis. Encaixe universal para todos os tipos de dispensadores de aerossol,Tubo totalmente transparente para melhor | UND | 200 | | 63,33 | 12.666,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | visualização do spray, Tratamento antiestático, permitindo a inalação total da dose ministrada, Máscaras macias em PVC, com vedação total do ambiente externo, Válvula dupla, no tubo e na máscara, garantindo a retenção máxima do medicamento. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 113. | **Esparadrapo Impermeável 5cmx4,5m:** Composto de tecido 100% algodão com tratamento especial para maior facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas para manter a integridade do produto. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 8.000 | | 20,16 | 161.280,00 |
| 114. | **Esparadrapo Impermeável 10cmx4,5m:** Composto de tecido 100% algodão com tratamento especial para maior facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas para manter a integridade do produto. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | RL | 5.000 | | 21,81 | 109.050,00 |
| 115. | **Esparadrapo Micropore 2,5cmx4,5m:** Fita de tecido à base de fibras de viscose com adesivo acrílico de ótima aderência e extraflexível. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 1.000 | | 7,42 | 7.420,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116. | **Esparadrapo Micropore 5cmx4,5m:** Fita de tecido à base de fibras de viscose com adesivo acrílico de ótima aderência e extraflexível. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 4.000 | | 19,04 | 76.160,00 |
| 117. | **Esparadrapo Micropore 10cmx4,5m:** Fita de tecido à base de fibras de viscose com adesivo acrílico de ótima aderência e extraflexível. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 600 | | 17,67 | 10.602,00 |
| 118. | **Estetoscópio Adulto:** Estetoscópio adulto, constituído por: biauricular em aço inox, tubo "y" em PVC resistente em peça única, com mola em aço interna, com diafragma em material impermeável e resistente à desinfecção com produtos químicos; olivas anatômicas, em termoplástico ou borracha (macias o suficiente para se adequarem a forma do canal auditivo), que ofereça vedação aos ruídos externos, garantindo ausculta adequada. Deve ser acompanhado de pecas de reposição (olivas e diafragma), manual de instruções e certificado de garantia. Deve ser certificado pelo Inmetro, desejável que tenha sino com campânula. | UND | 10 | | 27,67 | 276,70 |
| 119. | **Estetoscópio Pediátrico:** Estetoscópio infantil, constituído por: biauricular em aço inox, tubo "y" em PVC resistente em peça única, com mola em aço interna, com diafragma em material impermeável e resistente à desinfecção com produtos químicos; olivas anatômicas, em termoplástico ou borracha (macias o suficiente para se adequarem a forma do canal auditivo), que ofereça vedação aos ruídos externos, garantindo ausculta adequada. Deve ser acompanhado de pecas de reposição (olivas e diafragma), manual de instruções e certificado de garantia. Deve ser certificado pelo Inmetro, desejável que tenha sino com campânula. | UND | 30 | | 28,27 | 848,10 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120. | **Éter:** Éter sulfúrico líquido incolor, de odor penetrante, inflamável e volátil. Frasco de 1L. Registro no MS. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | FR | 40 | | 74,98 | 2.999,20 |
| 121. | **Filtro para Destilador**: Filtro da Resistência do Destilador Pe602 - 6,5mm; Cristofoli. Referência Original do produto: RCO.00190. | UND | 50 | | 71,57 | 3.578,50 |
| 122. | **Fio de Nylon 2.0 com agulha:** Embalagem com C/24 unidades. Agulha resistente e siliconizada. Adequado à norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 157/2002. Produto atóxico, não-pirogênico e de uso único; esterilizado por raios gama, resistência à tração e resistência ao nó, embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico; Apresentação: caixa com 24 unidades. Registro na Anvisa e validade mínima de 18 meses a contar da data da entrega no Município. | CX | 30 | | 87,35 | 2.620,50 |
| 123. | **Fio de Nylon 3.0 com agulha:** Embalagem com C/24 unidades. Agulha resistente e siliconizada. Adequado à norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 157/2002. Produto atóxico, não-pirogênico e de uso único; esterilizado por raios gama, resistência à tração e resistência ao nó, embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico; Apresentação: caixa com 24 unidades. Registro na Anvisa e validade mínima de 18 meses a contar da data da entrega no Município. | CX | 100 | | 83,96 | 8.396,00 |
| 124. | **Fio de Nylon 4.0 com agulha:** Embalagem com C/24 unidades. Agulha resistente e siliconizada. Adequado à norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 157/2002. Produto atóxico, não-pirogênico e de uso único; esterilizado por raios gama, resistência à tração e resistência ao nó, embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico; Apresentação: caixa com 24 unidades. Registro na Anvisa e validade mínima de 18 meses a contar da data da entrega no Município. | CX | 70 | | 78,62 | 5.503,40 |
| 125. | **Fio de Nylon 5.0 com agulha:** Embalagem com C/24 unidades. Agulha | CX | 30 | | 81,93 | 2.457,90 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | resistente e siliconizada. Adequado à norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 157/2002. Produto atóxico, não-pirogênico e de uso único; esterilizado por raios gama, resistência à tração e resistência ao nó, embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico; Apresentação: caixa com 24 unidades. Registro na Anvisa e validade mínima de 18 meses a contar da data da entrega no Município. | | | | | |
| 126. | **Fio Guia para Intubação Orotraqueal Adulto**: guia de intubação, mandril tipo vareta, confeccionado em cobre flexível cromado, nas dimensões: 3,2x420mm. Botão em termoplástico resistente. Parafuso de regulagem em latão niquelado. | UND | 6 | | 47,33 | 283,98 |
| 127. | **Fio Guia para Intubação Orotraqueal Infantil:** guia de intubação, mandril tipo vareta, confeccionado em cobre flexível cromado, nas dimensões: 2,0x300mm. Botão em termoplástico resistente. Parafuso de regulagem em latão niquelado. | UND | 6 | | 46,33 | 277,98 |
| 128. | **Fita Adesiva Autoclave 19mmx30m:** Fita crepada com indicador químico para condições ideais de esterilização: pressão, temperatura e tempo, através da mudança de coloração das listras de cor amarela para a cor preta. 19mmx30m. Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Massa adesiva a base de borracha natural e resina em uma face e, na outra, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas. Registro na Anvisa. Validade mínima de 24 meses a contar do recebimento do produto. | UND | 1.000 | | 11,93 | 11.930,00 |
| 129. | **Fita Adesiva Crepe 19mmx50m:** Fita hospitalar, confeccionada com dorso de papel crepado tratado com látices de estireno butadieno. Massa adesiva a base de borracha natural e resina em uma face e, na outra, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas. Validade mínima de 24 meses a contar do recebimento do produto. | UND | 3.500 | | 9,63 | 33.705,00 |
| 130. | **Fita Adesiva Crepe 40mmx50m:** (Sala de Vacinas) confeccionada com dorso de | UND | 30 | | 26,17 | 785,10 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | papel crepado tratado com látices de estireno butadieno. Massa adesiva a base de borracha natural e resina em uma face e, na outra, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas. Validade mínima de 24 meses a contar do recebimento do produto. | | | | | |
| 131. | **Fixador Citológico 100ML spray/aerossol:** Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool, com propriedades para fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro - Composição: Propilenoglicol PM 76.10 10g , Álcool Absoluto PM 46.07 qsp 100ml. Registro na Anvisa. Validade mínima de 24 meses a contar do recebimento do produto. | FR | 100 | | 21,04 | 2.104,00 |
| 132. | **Fluxômetro com Manômetro $O_2$:** Conjunto contendo (1) fluxômetro com válvula reguladora, graduado em 0-15 litros por minuto, cápsulas interna e externa em material plástico inquebrável, esfera de aço inoxidável, rosca de saída padrão 9/16″ x 18 fios, com sistema de vedação tipo agulha e (2) Válvula reguladora para gas medicinal (oxigênio) para regulagem de pressão de gases medicinais em cilindros ou redes canalizadas com escala 0-300 Kgf/cm$^2$ e pressão fixa de 3,5 Kgf/cm$^3$. | UND | 60 | | 445,38 | 26.722,80 |
| 133. | **Fluxômetro $O_2$:** Fluxômetro com válvula reguladora, graduado em litros por minuto, para uso direto em cilindro de oxigênio medicinal. Cápsulas interna e externa em material plástico inquebrável, esfera de aço inoxidável, rosca de saída padrão 9/16″ x 18 fios, com sistema de vedação tipo agulha. | UND | 70 | | 173,67 | 12.156,90 |
| 134. | **Fralda geriátrica – P:** Fralda descartável geriátrica, formato anatômico, tamanho P (pequena), não tóxico, antialérgica, composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido, gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente, camada interna antialérgica, peso do usuário de 20 a 40kg, medida da cintura de 40 a 96cm, 6 fios de elásticos, | PCT | 500 | | 35,46 | 17.730,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | adesivo termoplástico, fitas adesivas reguláveis tri-laminadas e sistema abre e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas, barreiras laterais antivazamento, com extrato de aloe vera. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a RDC n°142 de 17 de março de 2017 do ministério da saúde/ ANVISA. Obs.: embaladas em pacotes contendo de 08 a 10 unidades | | | | | |
| 135. | **Fralda geriátrica – M:** Fralda descartável geriátrica, formato anatômico, tamanho M (média), não tóxico, antialérgica, composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido, gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente, camada interna antialérgica, peso do usuário de 40 a 70kg, medida da cintura de 80 a 130cm, 6 fios de elásticos, adesivo termoplástico, fitas adesivas reguláveis tri-laminadas e sistema abre e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas, barreiras laterais antivazamento, com extrato de aloe vera. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a RDC n°142 de 17 de março de 2017 do ministério da saúde/ ANVISA. Obs.: embaladas em pacotes contendo de 08 a 10 unidades | PCT | 1000 | | 33,32 | 33.320,00 |
| 136. | **Fralda geriátrica – G:** Fralda descartável geriátrica, formato anatômico, tamanho G (grande), não tóxico, antialérgica, composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido, gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente, camada interna antialérgica, peso do usuário de 70 a 90kg, medida da cintura de 100 a 150cm, 6 fios de elásticos, adesivo termoplástico, fitas adesivas reguláveis tri-laminadas e sistema abre e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas, | PCT | 2000 | | 32,81 | 65.620,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | barreiras laterais antivazamento, com extrato de aloe vera. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a RDC n°142 de 17 de março de 2017 do ministério da saúde/ ANVISA. Obs.: embaladas em pacotes contendo de 08 a 10 unidades | | | | | |
| 137. | **Fralda geriátrica – GG:** Fralda descartável geriátrica, formato anatômico, tamanho GG (extra- grande), não tóxico, antialérgica, composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido, gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente, camada interna antialérgica, peso do usuário de acima de 90kg, medida da cintura de 120 a 168cm, 6 fios de elásticos, adesivo termoplástico, fitas adesivas reguláveis tri-laminadas e sistema abre e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas, barreiras laterais antivazamento, com extrato de aloe vera. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a RDC n°142 de 17 de março de 2017 do ministério da saúde/ ANVISA. Obs.: embaladas em pacotes contendo de 08 a 10 unidades | PCT | 2000 | | 40,40 | 80.800,00 |
| 138. | **Frasco para alimentação enteral – 300 ml:** Frascos estéreis transparentes para realizar o envase de dieta enteral do paciente. Possui tampa de rosca com obturador e medidas laterais. Acompanha etiqueta de identificação. Registro na Anvisa. Validade indeterminada. | UND | 1.000 | | 4,09 | 4.090,00 |
| 139. | **Frasco para alimentação enteral – 500 ml:** Frascos estéreis transparentes para realizar o envase de dieta enteral do paciente. Possui tampa de rosca com obturador e medidas laterais. Acompanha etiqueta de identificação. Registro na Anvisa. Validade indeterminada. | UND | 1.000 | | 4,44 | 4.440,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140. | **Fronha de Malha para travesseiro hospitalar:** Fronha de malha, cor branca, tamanho padrão. | UND | 50 | | 19,83 | 991,50 |
| 141. | **Garrote em tecido elástico com trava - Adulto:** Garrote com dois estágios de garroteamento com trava. O garrote para coleta de sangue deve se apresentar de 3 formas distintas. Constituído de tecido elástico, não alergênico, com trava de segurança que proporciona maior praticidade no momento do procedimento, conforto e segurança ao paciente. Especificações: Garrote em tecido elástico com trava adulto; cor: azul claro; Embalagem contendo 01 unidade. | UND | 200 | | 9,30 | 1.860,00 |
| 142. | **Garrote em tecido elástico com trava - Infantil:** Garrote com dois estágios de garroteamento com trava. O garrote para coleta de sangue deve se apresentar de 3 formas distintas. Constituído de tecido elástico, não alergênico, com trava de segurança que proporciona maior praticidade no momento do procedimento, conforto e segurança ao paciente. Especificações: Garrote em tecido elástico com trava infantil; medidas: Comprimento 40cm x Largura 2,5 cm; cor: azul claro; Embalagem contendo 01 unidade. | UND | 200 | | 10,44 | 2.088,00 |
| 143. | **Gaze Estéril:** Compressas de Gaze Hidrófila Estéril, 100% Algodão, 11 fios/cm, 5 dobras, 8 camadas, pacote contendo 10 unidades, dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas. Alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. Inodoras e insípidas. Esterilização feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. Sem filamento radiopaco. registro na ANVISA/ ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar da entrega do produto. | PCT | 20.000 | | 1,17 | 23.400,00 |
| 144. | **Gaze não estéril:** Compressa de gaze não estéril, 11 fios/cm, 5 dobras, 8 camadas, pacote contendo 500 unidades, com tamanho 7,5x7,5cm. registro na ANVISA. Validade mínima de | PCT | 10.000 | | 42,32 | 423.200,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 meses a contar do recebimento do produto. | | | | | |
| 145. | **Gel Condutor para Exames 250g:** Gel tópico, usado como meio de contato para transmissão de aparelhos de Ultrassonografia, Eletrocardiograma, Laser ou Luz Intensa Pulsada e transmissão de correntes elétricas. Produto não gorduroso, inodoro, hidrossolúvel, hipoalergênico, umectante, não abrasivo, pH neutro, fabricado com matérias primas de grau farmacêutico, a base de água. Unidade: Frasco de 250g tipo "tubo" em plástico com bico dosador. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | FRASCO | 500 | | 9,91 | 4.955,00 |
| 146. | **Gelox para vacina 1050ml:** Gelo rígido, liso, usado para transporte e conservação de produtos que exigem refrigeração em caixas térmicas. Dimensões: 21,5x15,5x3,5cm, Atóxico e reutilizável, resistente a impactos. | UND | 50 | | 22,00 | 1.100,00 |
| 147. | **Gelox para vacina 400ml:** Gelo rígido, liso, usado para transporte e conservação de produtos que exigem refrigeração em caixas térmicas. Dimensões: 17,5x9,8x2,8cm, Atóxico e reutilizável, resistente a impactos. | UND | 50 | | 9,30 | 465,00 |
| 148. | **Glicosímetro**: **Ver item n.º 345** "Tira para Teste de Glicemia". Ser compatível com o fita de glicemia e ser fornecido em comodato | UND | 100 | | 71,67 | 7.167,00 |
| 149. | **Gorro Descartável:** Modelo elástico nuca, hipoalergênico, atóxico, inodoro, unissex, material não tecido. Sms 100% Polipropileno 60 g/m², tamanho único, embalagem com 100 unidades. | PCT | 200 | | 21,55 | 4.310,00 |
| 150. | **Haste Flexível**: Hastes flexíveis de polipropileno, com ponta de algodão hidrófilo, antigermes, tipo "Cotonete". Caixa com 150 unid. | CX | 100 | | 5,31 | 531,00 |
| 151. | **Imobilizador Lateral de Cabeça** Tamanho Adulto - Composto por três partes: blocos, base e imobilizadores de testa e queixo. Para uso em prancha de resgate. | KIT | 40 | | 79,00 | 3.160,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152. | **Indicador Biológico** resultado em 24 horas a Vapor: Indicador Biológico para monitorização de esterilizações de materiais e instrumentos a vapor com resultado em 24 horas. Composto por frasco plástico contendo tira de papel impregnado com esporos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, ampola de vidro selada com meio de cultura e tampa plástica contendo filtro hidrofóbico; Caixa com 10 unidades; Resultado: 24 horas. Registro ANVISA: Isento de registro pelo Ministério da Saúde RDC 185/2001.<br>**A empresa vencedora deverá conceder, em comodato, as 04 (quatro) mini-incubadoras compatíveis (Ver item 224), caso seja indicado seu uso, bem como prover a sua substituição, em caso de comprometimento de seu funcionamento durante a vigência do contrato.** | CX | 100 | | 87,82 | 8.782,00 |
| 153. | **Indicador Químico**: Emulador TST Classe 6 para o monitoramento dos ciclos de esterilização a vapor. Avalia ciclos específicos quando exposto por pelo menos 5,3 minutos a 134°C, 15 minutos a 121°C ou 8 minutos a 127°C. Quando a esterilização for bem-sucedida a área teste mudará de amarelo para azul-escuro/roxo uniforme.<br>Tecnologia termocrômica desenvolvida para reagir somente quando exposta a condições testadas para tornar os itens estéreis.<br>Acompanha livro "Sistema de Registro para Autoclaves".<br>Requisitos para fins regulamentares e atendimento aos requisitos da RDC 16/2013 - BPF - ANVISA. Prazo de validade informado na embalagem do produto, sendo validade igual ou superior a 18 meses, a contar da entrega no município. | UND | 4.000 | | 5,37 | 21.480,00 |
| 154. | **Jaleco hospitalar feminino Tamanho P**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, | UND | 80 | | 120,28 | 9.622,40 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | | | | | |
| 155. | **Jaleco hospitalar feminino Tamanho M**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante. | UND | 80 | | 132,17 | 10.573,60 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | | | | | |
| 156. | **Jaleco hospitalar feminino Tamanho G**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | UND | 40 | | 120,28 | 4.811,20 |
| 157. | **Jaleco hospitalar feminino Tamanho GG**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das | UND | 20 | | 120,28 | 2.405,60 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | | | | | |
| 158. | **Jaleco hospitalar masculino Tamanho P**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras | UND | 40 | | 111,57 | 4.462,80 |
| 159. | **Jaleco hospitalar masculino Tamanho M**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, | UND | 30 | | 104,28 | 3.128,40 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | | | | | |
| 160. | **Jaleco hospitalar masculino Tamanho G**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | UND | 30 | | 119,28 | 3.578,40 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161. | **Jaleco hospitalar masculino Tamanho GG**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | UND | 8 | | 119,28 | 954,24 |
| 162. | **Jaleco hospitalar masculino Tamanho EGG**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município | UND | 5 | | 124,28 | 621,40 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | | | | | |
| 163. | **Jaleco Serviços Gerais Tamanho P**<br>Manga curta, confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor azul, mangas curtas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de aproximadamente 20cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total de aproximadamente 90cm. as cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | UND | 30 | | 87,54 | 2.626,20 |
| 164. | **Jaleco Serviços Gerais Tamanho M**<br>Manga curta, confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor azul, mangas curtas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de | UND | 30 | | 87,95 | 2.638,50 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | aproximadamente 20cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total de aproximadamente 90cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | | | | | |
| 165. | **Jaleco Serviços Gerais Tamanho G**<br>Manga curta, confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor azul, mangas curtas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de aproximadamente 20cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total de aproximadamente 90cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | UND | 40 | | 90,98 | 3.639,20 |
| 166. | **Kit de Monofilamentos para Teste de Sensibilidade de Hanseniase** | UND | 30 | | 511,23 | 15.336,90 |
| 167. | **Kit para inserção de DIU** (dispositivo intrauterino)<br>Kit reutilizável para inserção de DIU. Autoclavável, fabricado em aço inox, composto por: | KIT | 20 | | 446,17 | 8.923,40 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *01 cuba redonda, 9x5 cm. *01 histerômetro rígido, graduado em cm, curva Sims "M" ou Collin, 32 cm. *01 tesoura Metzembaum, curva, 20cm. *01 pinça Pozzi Tenaculum, 25 cm. *01 pinça Cheron Forcep, 25 cm. | | | | | |
| 168. | **Kit para parto:** Kit contendo minimamente: 01 aspirador nasal manual, de borracha ou silicone; 01 lençol descartável estéril; 01 bisturi descartável; 01 par de luvas cirúrgicas em látex; 01 compressa para curativo cirúrgico estéril; 02 pulseiras de identificação; 02 clamps umbilicais descartáveis estéreis; 01 avental descartável; 01 absorvente pós-parto (40x10cm); 02 sacolas para lixo biológico, com identificação específica. Bolsa para transporte. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | KIT | 30 | | 450,78 | 13.523,40 |
| 169. | **Kit para Preventivo PP** Kits descartáveis para exame ginecológico contendo: 01 lâmina para microscopia, lapidada, com uma extremidade fosca. Tamanho 26x76mm e espessura 1,1 a 1,3mm. Para microscopia, embalada individualmente em caixa resistente a impacto; 01 Espátula de Ayre fabricado com substancia não tóxica, inodora, insípida, resistente a quebras e a esterilização por autoclave, lisa e livre de farpas e que não solte resíduos, extremidades arredondadas; 01 Escova Campos-da-Paz, ginecológica, descartá-vel, não estéril, cabo cilíndrico medindo 18cm de comprimento, faceta do, medida da escova 02cm de comprimento, com cerdas em formato levemente cônico, com a base mais larga que o ápice, dispostas em 15 níveis paralelos da base ao ápice e 01 Especulo Vaginal estéril, não lubri-ficado, bordas antitraumáticas, dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto, pigmen-tado e indeformável. Tamanho PP (extra-pequeno). Embalagens individuais. Regis-tro no MS. Validade | KIT | 100 | | 7,94 | 794,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 170. | **Kit para Preventivo P:** Kits descartáveis para exame ginecológico contendo: 01 lâmina para microscopia, lapidada, com uma extremidade fosca. Tamanho 26x76mm e espessura 1,1 a 1,3mm. Para microscopia, embalada individualmente em caixa resistente a impacto; 01 Espátula de Ayre fabricado com substancia não tóxica, inodora, insípida, resistente a quebras e a esterilização por autoclave, lisa e livre de farpas e que não solte resíduos, extremidades arredondadas; 01 Escova Campos-da-Paz, ginecológica, descartável, não estéril, cabo cilíndrico medindo 18cm de comprimento, faceta do, medida da escova 02cm de comprimento, com cerdas em formato levemente cônico, com a base mais larga que o ápice, dispostas em 15 níveis paralelos da base ao ápice e 01 Especulo Vaginal estéril, não lubrificado, bordas antitraumáticas, dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto, pigmentado e indeformável. Tamanho P (pequeno). Embalagens individuais. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | KIT | 2000 | | 7,43 | 14.860,00 |
| 171. | **Kit para Preventivo M:** Kits descartáveis para exame ginecológico contendo: 01 lâmina para microscopia, lapidada, com uma extremidade fosca. Tamanho 26x76mm e espessura 1,1 a 1,3mm. Para microscopia, embalada individualmente em caixa resistente a impacto; 01 Espátula de Ayre fabricado com substancia não tóxica, inodora, insípida, resistente a quebras e a esterilização por autoclave, lisa e livre de farpas e que não solte resíduos, extremidades arredondadas; 01 Escova Campos-da-Paz, ginecológica, descartável, não estéril, cabo cilíndrico medindo 18cm de comprimento, faceta do, medida da escova 02cm de comprimento, com cerdas em formato levemente cônico, com a base mais larga que o ápice, dispostas em 15 níveis paralelos da base ao ápice e 01 Especulo | KIT | 1500 | | 6,94 | 10.410,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vaginal estéril, não lubrificado, bordas antitraumáticas, dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto, pigmentado e indeformável. Tamanho M (MEDIO). Embalagens individuais. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 172. | **Kit para Preventivo G:** Kits descartáveis para exame ginecológico contendo: 01 lâmina para microscopia, lapidada, com uma extremidade fosca. Tamanho 26x76mm e espessura 1,1 a 1,3mm. Para microscopia, embalada individualmente em caixa resistente a impacto; 01 Espátula de Ayre fabricado com substancia não tóxica, inodora, insípida, resistente a quebras e a esterilização por autoclave, lisa e livre de farpas e que não solte resíduos, extremidades arredondadas; 01 Escova Campos-da-Paz, ginecológica, descartável, não estéril, cabo cilíndrico medindo 18cm de comprimento, faceta do, medida da escova 02cm de comprimento, com cerdas em formato levemente cônico, com a base mais larga que o ápice, dispostas em 15 níveis paralelos da base ao ápice e 01 Especulo Vaginal estéril, não lubrificado, bordas antitraumáticas, dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto, pigmentado e indeformável. Tamanho G (GRANDE). Embalagens individuais. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | KIT | 400 | | 8,80 | 3.520,00 |
| 173. | **Lacre numerado para carrinho de emergência:** Lacre, tipo braçadeira, com 16 cm, produzidos em polipropileno, numerados e personalizados em hot-stamping (até 8 dígitos). | UND | 800 | | 2,24 | 1.792,00 |
| 174. | **Lâmina de Bisturi nº11:** Confeccionadas em aço inox, isenta de rebarba e sinais de oxidação. Esterilizadas por exposição a Raios Gama. Grande resistência à corrosão e perda de afiação. Embaladas individualmente em material | CX | 80 | | 66,52 | 5.321,60 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | aluminizado hermeticamente fechado, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo. Produto de uso único. Caixa com 100 unidades Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto no Município. | | | | | |
| 175. | **Lâmina de Bisturi nº15:** Confeccionadas em aço inox, isenta de rebarba e sinais de oxidação. Esterilizadas por exposição a Raios Gama. Grande resistência à corrosão e perda de afiação. Embaladas individualmente em material aluminizado hermeticamente fechado, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo. Produto de uso único. Caixa com 100 unidades Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto no Município. | CX | 80 | | 57,38 | 4.590,40 |
| 176. | **Lâmina de Bisturi nº24:** Confeccionadas em aço inox, isenta de rebarba e sinais de oxidação. Esterilizadas por exposição a Raios Gama. Grande resistência à corrosão e perda de afiação. Embaladas individualmente em material aluminizado hermeticamente fechado, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo. Produto de uso único. Caixa com 100 unidades Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto no Município. | CX | 15 | | 61,27 | 919,05 |
| 177. | **Lâminas para microscopia:** Ponta lisa; Lapidada; Alta transparência. Intercaladas com papel lenço, com tratamento antifúngico. Espessura 1,0mm - 1,2mm; Dimensões 26 x 76mm. Caixas com 50 unidades. | CX | 10 | | 78,00 | 780,00 |
| 178. | **Lâmpada para foco cirúrgico** Em led, tensão 100-240v, Base rosca E27, Vida útil nominal 25.000h, Abertura do fecho 25º, Dimensões aproximadas: 63x89mm, Temperatura de cor: fria, 3000k, Potência 7w, Fluxo Luminoso superior a 500lm. | UND | 15 | | 58,30 | 874,50 |
| 179. | **Lanceta 28G:** Lancetas esterilizadas para punção capilar periférica, cx com | CX | 500 | | 20,65 | 10.325,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 unidades. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 180. | **Lanterna Clínica LED** De alta potência, led de 3V, em metal, resistente a queda, alimentada por 2 pilhas AAA, cor preta. Confeccionada em metal leve de alta qualidade. Acabamento anodizado, maior durabilidade e resistência. LED de alta potência com vida útil de 10.000 horas. Acionamento através do botão liga/desliga. Possui conveniente clip de bolso. Alimentação 2 pilhas AAA inclusas. | UND | 60 | | 35,18 | 2.110,80 |
| 181. | **Lanterna de Cabeça/Capacete:** Alimentação bateria recarregável, com 1,5 hora de autonomia, lâmpada com pelo menos 750 lúmens, capacidade focal alcance de 320 metros, lente de vidro selada, 3 funções de luminosidade. | UND | 40 | | 69,08 | 2.763,20 |
| 182. | **Lençol Hospitalar Descartável 70cmX50m:** papel branco, rolo de 50 metros, 100% celulose virgem. Rolos embalados individualmente com picote e identificados com data de fabricação, lote e validade do produto. | UND | 200 | | 19,57 | 3.914,00 |
| 183. | **Lençol para Leito (sem elástico)** Lençol 100% algodão percal, 180 fios, tecido penteado, toque acetinado, liso, cor branca, tamanho 160x245cm. (Sem elástico nas bordas) | UND | 100 | | 41,13 | 4.113,00 |
| 184. | **Lençol para Maca** Lençol de malha, cor branca, com 2,2m x 80 cm. | UND | 100 | | 42,97 | 4.297,00 |
| 185. | **Lixeira Hospitalar com Pedal** Lixeira 20l, para uso em ambiente hospitalar, atendendo às especificações da ABNT e ANVISA. Com abertura da tampa por pedal e mecanismos em metal, revestidos por tinta epóxi, resistente ao uso intenso. Cesto em polipropileno ou metal, resistente a impactos e a múltiplas lavagens. Pés em metal, que proporcionem elevação da base do cesto em relação ao solo. | UND | 100 | | 89,03 | 8.903,00 |
| 186. | **Lona de transferência reforçada bariátrica, capacidade 200kg.** A Maca para transferência suporte para | UND | 10 | | 189,99 | 1.899,90 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 200kg.Em 100% algodão, projetada para facilitar a transferência na horizontal de pacientes com dificuldades de locomoção, com fraturas de membros inferiores, quando o paciente precisa ser virado, movido ou transferido, deficientes físicos (exemplo: da cama para maca e vice versa, ou até mesmo resgatado de algum acidente algo do tipo).<br><br>Produzida com materiais de primeira qualidade, altamente resistente, possui três alças laterais que facilita o transporte do paciente.<br><br>* Lavável;<br>* Possui Alças que facilita a pegada do trabalhador;<br>* Fácil de usar;<br>* Dobrável e fácil de transportar.<br>* Suporta até 200kg.<br><br>Altura: 185cm<br>Largura: 72 - 85cm | | | | | |
| 187. | **Luva cirúrgica nº6,0:** Luva em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bioabsorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento; Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável à água e a outros fluidos; Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5; Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo); Embalagem tipo wallet, indicando mão direita e esquerda; Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura; Atóxica esterilizada por óxido de etileno, garantida por cinco anos, se a embalagem estiver integra. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | PAR | 1500 | | 2,52 | 3.780,00 |
| 188. | **Luva cirúrgica nº6,5:** Luva em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bioabsorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento; Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável à água e a outros fluidos; Bainhas | PAR | 5.000 | | 2,23 | 11.150,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5; Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo); Embalagem tipo wallet, indicando mão direita e esquerda; Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura; Atóxica esterilizada por óxido de etileno, garantida por cinco anos, se a embalagem estiver integra. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 189. | **Luva cirúrgica nº7,0:** Luva em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bioabsorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento; Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável à água e a outros fluidos; Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5; Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo); Embalagem tipo wallet, indicando mão direita e esquerda; Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura; Atóxica esterilizada por óxido de etileno, garantida por cinco anos, se a embalagem estiver integra. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | PAR | 4.000 | | 2,51 | 10.040,00 |
| 190. | **Luva cirúrgica nº7,5:** Luva em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bioabsorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento; Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável à água e a outros fluidos; Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5; Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo); Embalagem tipo wallet, indicando mão direita e esquerda; Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura; Atóxica esterilizada por óxido de etileno, garantida por cinco anos, se a embalagem estiver integra. | PAR | 5.000 | | 2,47 | 12.350,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 191. | **Luva cirúrgica nº8,0:** Luva em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bioabsorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento; Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável à água e a outros fluidos; Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5; Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo); Embalagem tipo wallet, indicando mão direita e esquerda; Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura; Atóxica esterilizada por óxido de etileno, garantida por cinco anos, se a embalagem estiver integra. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | PAR | 2.000 | | 2,30 | 4.600,00 |
| 192. | **Luva cirúrgica nº8,5:** Luva em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bioabsorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento; Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável à água e a outros fluidos; Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5; Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo); Embalagem tipo wallet, indicando mão direita e esquerda; Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura; Atóxica esterilizada por óxido de etileno, garantida por cinco anos, se a embalagem estiver integra. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | PAR | 200 | | 2,55 | 510,00 |
| 193. | **Luva de procedimento PP:** Luvas para procedimentos, hipoalergênicas, não estéreis, ambidestras, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as mãos, com textura uniforme, sem falha, boa elasticidade e resistência com | CX | 4.000 | | 29,30 | 117.200,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | punho alto arrematado de forma a manter o seu formato anatômico em perfeita adaptação, lubrificadas internamente com pó bio-absorvível, acondicionadas em caixas contendo 100 unidades no tamanho PP . Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid. | | | | | |
| 194. | **Luva de procedimento P:** Luvas para procedimentos, hipoalergênicas, não estéreis, ambidestras, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as mãos, com textura uniforme, sem falha, boa elasticidade e resistência com punho alto arrematado de forma a manter o seu formato anatômico em perfeita adaptação, lubrificadas internamente com pó bio-absorvível, acondicionadas em caixas contendo 100 unidades no tamanho P. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid. | CX | 6.000 | | 28,76 | 172.560,00 |
| 195. | **Luva de procedimento M:** Luvas para procedimentos, hipoalergênicas, não estéreis, ambidestras, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as mãos, com textura uniforme, sem falha, boa elasticidade e resistência com punho alto arrematado de forma a manter o seu formato anatômico em perfeita adaptação, lubrificadas internamente com pó bio-absorvível, acondicionadas em caixas contendo 100 unidades no tamanho M. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid. | CX | 5.000 | | 22,80 | 114.000,00 |
| 196. | **Luva de procedimento G:** Luvas para procedimentos, hipoalergênicas, não estéreis, ambidestras, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as | CX | 1.000 | | 23,97 | 23.970,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mãos, com textura uniforme, sem falha, boa elasticidade e resistência com punho alto arrematado de forma a manter o seu formato anatômico em perfeita adaptação, lubrificadas internamente com pó bio-absorvível, acondicionadas em caixas contendo 100 unidades no tamanho G (grande). Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid. | | | | | |
| 197. | **Luva de procedimento GG:** Luvas para procedimentos, hipoalergênicas, não estéreis, ambidestras, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as mãos, com textura uniforme, sem falha, boa elasticidade e resistência com punho alto arrematado de forma a manter o seu formato anatômico em perfeita adaptação, lubrificadas internamente com pó bio-absorvível, acondicionadas em caixas contendo 100 unidades no tamanho GG. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid. | CX | 20 | | 29,63 | 592,60 |
| 198. | **Luva Nitrílica Tamanho PP:** punho com acabamento enrolado, descartvel e de uso único, ambidestra, não estril, fabricada em borracha sintética (nitrilo), cor: azul, embalagem: caixa 100 unidades (50 pares). Registro na Anvisa e Validade mínima de 18 meses a contar da entrega no Município. | CX | 800 | | 48,33 | 38.664,00 |
| 199. | **Luva Nitrílica Tamanho P:** punho com acabamento enrolado, descartvel e de uso único, ambidestra, não estril, fabricada em borracha sintética (nitrilo), cor: azul, embalagem: caixa 100 unidades (50 pares). Registro na Anvisa e Validade mínima de 18 meses a contar da entrega no Município. | CX | 6.000 | | 47,17 | 283.020,00 |
| 200. | **Luva Nitrílica Tamanho M:** punho com acabamento enrolado, descartvel e de uso único, ambidestra, não estril, fabricada em borracha sintética | CX | 6.000 | | 48,57 | 291.420,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (nitrilo), cor: azul, embalagem: caixa 100 unidades (50 pares). Registro na Anvisa e Validade mínima de 18 meses a contar da entrega no Município. | | | | | |
| 201. | **Luva Nitrílica Tamanho G:** punho com acabamento enrolado, descartvel e de uso único, ambidestra, não estril, fabricada em borracha sintética (nitrilo), cor: azul, embalagem: caixa 100 unidades (50 pares). Registro na Anvisa e Validade mínima de 18 meses a contar da entrega no Município. | CX | 100 | | 45,27 | 4.527,00 |
| 202. | **Macacão químico (Tyvek) P** Macacão, aplicação: para proteção de tronco, membros superiores e inferiores contra riscos químicos e biológicos, apresentação: capuz, punhos e tornozelos c/ elástico e zíper na parte frontal, material (is): tecido não tecido (tnt), revestido em polietileno, cor: branca, tamanho: P, característica(s) adicional (is): c/ tratamento antiestático.<br>Obs.: equipamento necessário para as ações emergenciais de enfrentamento da pandemia do covid-19. | UND | 250 | | 40,73 | 10.182,50 |
| 203. | **Macacão químico (Tyvek) M** Macacão, aplicação: para proteção de tronco, membros superiores e inferiores contra riscos químicos e biológicos, apresentação: capuz, punhos e tornozelos c/ elástico e zíper na parte frontal, material (is): tecido não tecido (tnt), revestido em polietileno, cor: branca, tamanho(s): M, característica(s) adicional (is): c/ tratamento antiestático.<br>Obs.: equipamento necessário para as ações emergenciais de enfrentamento da pandemia do covid-19. | UND | 300 | | 45,35 | 13.605,00 |
| 204. | **Macacão químico (Tyvek) G** Macacão, aplicação: para proteção de tronco, membros superiores e inferiores contra riscos químicos e biológicos, apresentação: capuz, punhos e tornozelos c/ elástico e zíper na parte frontal, material (is): tecido não tecido (tnt), revestido em polietileno, cor: branca, tamanho(s): G, característica(s) adicional (is): c/ tratamento antiestático. | UND | 150 | | 35,85 | 5.377,50 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obs.: equipamento necessário para as ações emergenciais de enfrentamento da pandemia do covid-19. | | | | | |
| 205. | **Macacão químico (Tyvek) GG** Macacão, aplicação: para proteção de tronco, membros superiores e inferiores contra riscos químicos e biológicos, apresentação: capuz, punhos e tornozelos c/ elástico e zíper na parte frontal, material (is): tecido não tecido (tnt), revestido em polietileno, cor: branca, tamanho(s): GG, característica(s) adicional (is): c/ tratamento antiestático. Obs.: equipamento necessário para as ações emergenciais de enfrentamento da pandemia do covid-19. | UND | 50 | | 34,73 | 1.736,50 |
| 206. | **Macacão químico (Tyvek) EG** Macacão, aplicação: para proteção de tronco, membros superiores e inferiores contra riscos químicos e biológicos, apresentação: capuz, punhos e tornozelos c/ elástico e zíper na parte frontal, material (is): tecido não tecido (tnt), revestido em polietileno, cor: branca, tamanho(s): EG, característica(s) adicional (is): c/ tratamento antiestático. Obs.: equipamento necessário para as ações emergenciais de enfrentamento da pandemia do covid-19. | UND | 50 | | 37,93 | 1.896,50 |
| 207. | **Macacão químico (Tyvek) EGG** Macacão, aplicação: para proteção de tronco, membros superiores e inferiores contra riscos químicos e biológicos, apresentação: capuz, punhos e tornozelos c/ elástico e zíper na parte frontal, material (is): tecido não tecido (tnt), revestido em polietileno, cor: branca, tamanho(s): EGG, característica(s) adicional (is): c/ tratamento antiestático. Obs.: equipamento necessário para as ações emergenciais de enfrentamento da pandemia do covid-19. | UND | 50 | | 46,90 | 2.345,00 |
| 208. | **Manta Termica Aluminizada:** (Cobertor, Lençol Térmico) fabricada em polietileno aluminizado. Dimensões: 2,1x1,4m. | UND | 20 | | 27,81 | 556,20 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209. | **Máscara Cirúrgica Descartável:** Máscaras com três camadas sendo duas externas em não tecido atóxico hipoalergênico inodoro com tratamento repelente a agentes líquidos e uma camada de filtro Meltiblown. Modelo retangular com pregas longitudinais, com dispositivo de ajustes nasais. Gramatura total entre 60 e 80 gramas. Caixa c/ 50 unidades. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 1.500 | | 12,42 | 18.630,00 |
| 210. | **Máscara de Alta Concentração com reservatório - Adulto:** Máscara de alta concentração de oxigênio com balão reservatório – adulto, Máscara com elástico, balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio. Extensão e reservatório em PVC; Máscara em PVC com presilha em aço. Capacidade do reservatório: 1000ml. Registro na Anvisa e Validade indeterminada (Enquanto embalagem intacta). | UND | 100 | | 25,91 | 2.591,00 |
| 211. | **Máscara de Macronebulização - Adulto:** Kit contendo 01 Máscara para nebulização - 01 Copo reservatório com capacidade para 6ml- 01 Tubo extensor: 200cm (aproximadamente). Registro na Anvisa e Validade indeterminada (Enquanto embalagem intacta). | UND | 70 | | 27,43 | 1.920,10 |
| 212. | **Máscara de Macronebulização - Pediátrica:** Kit contendo 01 Máscara para nebulização - 01 Copo reservatório com capacidade para 6ml- 01 Tubo extensor: 200cm (aproximadamente). Registro na Anvisa e Validade indeterminada (Enquanto embalagem intacta). | UND | 70 | | 41,90 | 2.933,00 |
| 213. | **Máscara de Oxigênio de Alta concentração - Infantil** Máscara de alta concentração de oxigênio com balão reservatório – pediátrico, Máscara com elástico, balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio. Extensão e reservatório em PVC; Máscara em PVC com presilha em aço. Registro na Anvisa e Validade indeterminada (Enquanto embalagem intacta). | UND | 20 | | 40,16 | 803,20 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214. | **Máscara de Oxigênio de Alta concentração - Neonatal** Máscara de alta concentração de oxigênio com balão reservatório – neonatal, Máscara com elástico, balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio. Extensão e reservatório em PVC; Máscara em PVC com presilha em aço. Registro na Anvisa e Validade indeterminada (Enquanto embalagem intacta). | UND | 15 | | 40,16 | 602,40 |
| 215. | **Máscara de Venturi Adulto:** Conjunto composto por máscara transparente, flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais. Constituída de material resistente a desinfecção química de alto nível. Deverá ser acompanhado de traqueia; 6 diluidores coloridos para diferentes concentrações de de FiO2, nas cores azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. | UND | 40 | | 42,66 | 1.706,40 |
| 216. | **Máscara de Venturi Pediátrica** Conjunto composto por máscara transparente, flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais. Constituída de material resistente a desinfecção química de alto nível. Deverá ser acompanhado de traqueia; 6 diluidores coloridos para diferentes concentrações de de FiO2, nas cores azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. | UND | 50 | | 43,05 | 2.152,50 |
| 217. | **Máscara Laríngea 1,0:** para uso supraglótico modelo reto (UNIQUE) Tamanho: 1,0. Para acesso de vias aéreas, para procedimentos de rotina e emergências anestésicas, sem necessidade do uso de laringoscópio. Deve permitir ventilação mecânica sem vazamentos. Totalmente em PVC atóxico, descartável, com cuff de vedação reforçado e com formatação anatômica, que se adapte fechando o esôfago e liberando a passagem de ar para a traquéia. Deve ter válvula de | UND | 100 | | 108,33 | 10.833,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, deve dispor de conector para tubo de 15mm padrão. Estéril. | | | | | |
| 218. | **Máscara Laríngea 1,5:** para uso supraglótico modelo reto (UNIQUE) Tamanho: 1,5. Para acesso de vias aéreas, para procedimentos de rotina e emergências anestésicas, sem necessidade do uso de laringoscópio. Deve permitir ventilação mecânica sem vazamentos. Totalmente em PVC atóxico, descartável, com cuff de vedação reforçado e com formatação anatômica, que se adapte fechando o esôfago e liberando a passagem de ar para a traquéia. Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, deve dispor de conector para tubo de 15mm padrão. Estéril. | UND | 100 | | 113,16 | 11.316,00 |
| 219. | **Máscara Laríngea 2,0:** para uso supraglótico modelo reto (UNIQUE) Tamanho: 2,0. Para acesso de vias aéreas, para procedimentos de rotina e emergências anestésicas, sem necessidade do uso de laringoscópio. Deve permitir ventilação mecânica sem vazamentos. Totalmente em PVC atóxico, descartável, com cuff de vedação reforçado e com formatação anatômica, que se adapte fechando o esôfago e liberando a passagem de ar para a traquéia. Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, deve dispor de conector para tubo de 15mm padrão. Estéril. | UND | 100 | | 106,43 | 10.643,00 |
| 220. | **Máscara Laríngea 2,5:** para uso supraglótico modelo reto (UNIQUE) Tamanho: 2,5. Para acesso de vias aéreas, para procedimentos de rotina e emergências anestésicas, sem necessidade do uso de laringoscópio. Deve permitir ventilação mecânica sem vazamentos. Totalmente em PVC atóxico, descartável, com cuff de vedação reforçado e com formatação anatômica, que se adapte fechando o esôfago e liberando a passagem de ar para a traquéia. Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com | UND | 100 | | 116,73 | 11.673,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | engate rápido para seringa, deve dispor de conector para tubo de 15mm padrão. Estéril. | | | | | |
| 221. | **Máscara Laríngea 3,0:** para uso supraglótico modelo reto (UNIQUE) Tamanho: 3,0. Para acesso de vias aéreas, para procedimentos de rotina e emergências anestésicas, sem necessidade do uso de laringoscópio. Deve permitir ventilação mecânica sem vazamentos. Totalmente em PVC atóxico, descartável, com cuff de vedação reforçado e com formatação anatômica, que se adapte fechando o esôfago e liberando a passagem de ar para a traquéia. Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, deve dispor de conector para tubo de 15mm padrão. Estéril. | UND | 100 | | 81,62 | 8.162,00 |
| 222. | **Máscara Laríngea 4,0:** para uso supraglótico modelo reto (UNIQUE) Tamanho: 4,0. Para acesso de vias aéreas, para procedimentos de rotina e emergências anestésicas, sem necessidade do uso de laringoscópio. Deve permitir ventilação mecânica sem vazamentos. Totalmente em PVC atóxico, descartável, com cuff de vedação reforçado e com formatação anatômica, que se adapte fechando o esôfago e liberando a passagem de ar para a traquéia. Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, deve dispor de conector para tubo de 15mm padrão. Estéril. | UND | 100 | | 105,05 | 10.505,00 |
| 223. | **Máscara Laríngea 5,0:** para uso supraglótico modelo reto (UNIQUE) Tamanho: 5,0. Para acesso de vias aéreas, para procedimentos de rotina e emergências anestésicas, sem necessidade do uso de laringoscópio. Deve permitir ventilação mecânica sem vazamentos. Totalmente em PVC atóxico, descartável, com cuff de vedação reforçado e com formatação anatômica, que se adapte fechando o esôfago e liberando a passagem de ar para a traquéia. Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, deve dispor | UND | 100 | | 118,67 | 11.867,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | de conector para tubo de 15mm padrão. Estéril. | | | | | |
| 224. | **Mini Incubadora Bivolt (Compatível com item 152)** Incubadora biológica desenvolvida para incubação de indicadores biológicos autocontidos destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos (processados a vapor) simultaneamente; Voltagem automática (bivolt);<br>1 ano de garantia; O equipamento deve ser fabricado por empresa cujo Sistema de Gestão de Qualidade é certificado e está em conformidade com a ISO 9001-Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 13485 - Aparelhos Médicos - Requisitos para Fins Regulamentares, ISO 14001 - Gestão Ambiental e BPF - Boas Práticas de Fabricação (ANVISA/RDC-Nº16). | UND | 15 | | 588,47 | 8.827,05 |
| 225. | **Óculos de Proteção:** Óculos de Segurança Incolor com Anti-Embaçante. Haste de material plástico com ajuste de no arco e na ponta das hastes. Em plástico, visor incolor, confeccionado em uma única de policarbonato óptico, leve e resistente, com lentes curvas para oferecer proteção lateral, proporcionando maior visão periférica. Oferecendo maior visibilidade e proteção contra impactos de partículas volantes frontais. Lentes com tratamento anti-risco, de acordo com a norma ANSI Z87.1 (EUA) e CA (BRASIL). Proteção contra impactos e radiação UV. | UND | 50 | | 15,30 | 765,00 |
| 226. | **Óleo A.G.E.:** Loção oleosa a base de ácidos graxos essenciais (A.G.E.) contendo Ácido Linoléico, Ácido Oléico, Ácido Caprílico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Miristico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetato de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina. Com a finalidade de uso no tratamento de feridas agudas e crônicas, embalado individualmente em frascos plásticos, com bico aplicador e tampa perfurante, contendo dados de identificação do produto, número Lote, validade e | UND | 400 | | 24,83 | 9.932,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | número do registro na ANVISA. Embalagem com 200ml. | | | | | |
| 227. | **Otoscópio Emborrachado c/5 espéculos**<br>Fabricado em material de alta resistência sem risco de corrosão. Cabo com botão interruptor, alimentação por duas pilhas tipo AA. Encaixe entre cabeça do instrumento e cabo fabricado em aço inox. Espéculos de encaixe universal para diversas marcas de otoscópios. Possuir sistema selado para otoscopia pneumática. Lente giratória em ambos sentidos com aumento de 3 vezes, permitindo uso de instrumentação. Transmissão de luz realizada por sistema de fibra ótica, proporcionando melhor luminosidade do canal auditivo. Lâmpada LED Branca de 3,7 Volts e 5500K, em formato de halo, com vida útil de no mínimo 20.000 horas ou 2,3 anos em uso ininterrupto. Acompanhar: 5 ou mais espéculos, nos tamanhos: 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm e estojo rígido para acondicionamento.<br>Possuir garantia de 01 ano. | UND | 20 | | 502,48 | 10.049,60 |
| 228. | **Oxímetro Digital Pediátrico**: alta precisão e pode ser utilizado tanto por profissionais de saúde como por pacientes em ambiente doméstico. Indicado para monitorização da porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos por minuto. Projetado especialmente para uso pediátrico, capaz de realizar a medição em pontas de dedos a partir de 7mm de largura.<br><br>Visor em tecnologia OLED<br>Informa saturação (SpO2) e frequência cardíaca<br>Botão liga/desliga<br>Aviso de bateria fraca<br>1 ano de garantia<br>Anvisa: 80275310062<br>Especificações<br>Tipo de tela: OLED<br>SpO2 variação de tela: 0-100%<br>SpO2 faixa medição: 70-100%<br>SpO2 resolução: 1%<br>FC variação de tela: 0-250bpm<br>FC faixa medição: 30-250bpm | UND | 40 | | 162,28 | 6.491,20 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Alimentação: 2 pilhas alcalinas AAA Conteúdo da Embalagem - 01 Oxímetro de pulso - Manual de instruções - 01 Cordão de transporte - 02 Pilhas alcalinas AAA | | | | | |
| 229. | **Oxímetro Digital:** Display retro-iluminado, pulsação exibida pelo gráfico, alta precisão, compacto, leve e de fácil transporte. Mede dedo de adulto e criança. Visor Digital. Alimentação: 2 pilhas alcalinas, tipo "AAA" (1,55 v). 02 anos de garantia e registro da ANVISA | UND | 100 | | 141,97 | 14.197,00 |
| 230. | **Papel Grau Cirúrgico (bobina) 100mm x 100m.:** Para ser utilizado em autoclaves a vapor, possuindo papel grau cirúrgico, filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno. Com indicador químico visual (que ateste a passagem pelo processo de esterilização). Garantia de barreira bacteriológica e contra contaminação cruzada do material. Tamanho: 10cm de largura x 100m de comprimento. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | ROLO | 300 | | 75,75 | 22.725,00 |
| 231. | **Papel Grau Cirúrgico (envelope autosselante) 150mm x 250mm:** Para ser utilizado em autoclaves a vapor, possuindo papel grau cirúrgico, filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno. Com indicador químico visual (que atestem a passagem pelo processo de esterilização). Garantia de barreira bacteriológica e contra contaminação cruzada do material. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. Pacote com 100 unidades; tamanho 150mm x 250mm. | PCT | 700 | | 96,94 | 67.858,00 |
| 232. | **Papel Grau Cirúrgico (envelope autosselante) 200mm x 330mm.:** Para ser utilizado em autoclaves a vapor, possuindo papel grau cirúrgico, filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno. Com indicador químico visual (que ateste a passagem pelo processo de esterilização). Garantia de barreira bacteriológica e contra contaminação | PCT | 600 | | 90,80 | 54.480,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | cruzada do material. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. Pacote com 100 unidades; tamanho 200mm x 330mm. | | | | | |
| 233. | **Papel Grau Cirúrgico (envelope autosselante) 270mm x 350mm:** Para ser utilizado em autoclaves a vapor, possuindo papel grau cirúrgico, filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno. Com indicador químico visual (que ateste a passagem pelo processo de esterilização). Garantia de barreira bacteriológica e contra contaminação cruzada do material. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto.<br>Pacote com 100 unidades; tamanho 270mm x 350mm. | PCT | 50 | | 198,82 | 9.941,00 |
| 234. | **Papel Grau Cirúrgico (envelope autosselante) 270mm x 400mm:** Para ser utilizado em autoclaves a vapor, possuindo papel grau cirúrgico, filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno. Com indicador químico visual (que atestem a passagem pelo processo de esterilização). Garantia de barreira bacteriológica e contra contaminação cruzada do material. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto.<br>Pacote com 100 unidades; tamanho 270mm x 400mm. | PCT | 30 | | 245,18 | 7.355,40 |
| 235. | **Papel Grau Cirúrgico (envelope autosselante) 90mm x 260mm:** Para ser utilizado em autoclaves a vapor, possuindo papel grau cirúrgico, filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno. Com indicador químico visual (que atestem a passagem pelo processo de esterilização). Garantia de barreira bacteriológica e contra contaminação cruzada do material Registro no MS/ ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto.<br>Pacote com 100 unidades; tamanho 90mm x 260mm. | UND | 200 | | 80,01 | 16.002,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236. | **Papel Toalha em Rolo Hospitalar**: Rolos de 200m e 20cm largura. Fibra vegetal **virgem** (não reciclada) branca. Adequar suporte **(item 103)** ao tipo de papel que será pedido. **Atender critérios estabelecidos na NBR 15464/2010 da ANVISA.** | ROLO | 1500 | | 36,39 | 54.585,00 |
| 237. | **Papel Toalha Interfolhas Hospitalar**: 100% **celulose virgem**, cor branca, embalagem plástica, contendo o total de 1000 folhas, tendo internamente 05 maços de 200 folhas. Tamanho da folha de 22 x 21cm e tipo de intercalação 02 dobras, sistema folha-por-folha. Apresentar laudo microbiológico e teste de irritabilidade dérmica. **Atender critérios estabelecidos na NBR 15464/2010 da ANVISA.** | PCT | 4.000 | | 29,17 | 116.680,00 |
| 238. | **Pijama Cirúrgico Feminino P** Tecido: Sarja Composição: 97% algodão + 3% elastano Cor: Azul marinho Blusa Blusa modelo raglan. Gola padre com detalhe em elástico (conforme figura em anexo). Possui dois bolsos inferiores com detalhe em viés de acordo com o tom da logo na frente. Calça: 2 bolsos frontais e 2 traseiros, cós com ajuste elástico e cordão na cintura para ajuste com ponteiras de metal. Tamanho: Tabela de medidas em anexo. Bordado blusa: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Bordado BLUSA: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Aplicação de brasão do município de Luisburgo. Medidas do logotipo: 8cm de altura e 7cm de largura. Cor do aviamento: Azul marinho. Composição da linha: 100% poliéster.<br>Apresentar amostra do tecido para aprovação.<br>Apresentar uma peça para aprovação da confecção.<br>Apresentar amostra do bordado para aprovação. | UND | 60 | | 97,36 | 5.841,60 |
| 239. | **Pijama Cirúrgico Feminino M** Tecido: Sarja Composição: 97% algodão + 3% elastano Cor: Azul marinho Blusa Blusa modelo raglan. Gola padre com detalhe em elástico (conforme figura em anexo). Possui dois bolsos inferiores com detalhe em viés de acordo com o | UND | 60 | | 88,28 | 5.296,80 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | tom da logo na frente. Calça: 2 bolsos frontais e 2 traseiros, cós com ajuste elástico e cordão na cintura para ajuste com ponteiras de metal. Tamanho: Tabela de medidas em anexo. Bordado blusa: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Bordado BLUSA: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Aplicação de brasão do município de Luisburgo. Medidas do logotipo: 8cm de altura e 7cm de largura. Cor do aviamento: Azul marinho. Composição da linha: 100% poliéster.<br>Apresentar amostra do tecido para aprovação.<br>Apresentar uma peça para aprovação da confecção.<br>Apresentar amostra do bordado para aprovação. | | | | | |
| 240. | **Pijama Cirúrgico Feminino G** Tecido: Sarja Composição: 97% algodão + 3% elastano Cor: Azul marinho Blusa modelo raglan. Gola padre com detalhe em elástico (conforme figura em anexo). Possui dois bolsos inferiores com detalhe em viés de acordo com o tom da logo na frente. Calça: 2 bolsos frontais e 2 traseiros, cós com ajuste elástico e cordão na cintura para ajuste com ponteiras de metal. Tamanho: Tabela de medidas em anexo. Bordado blusa: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Bordado BLUSA: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Aplicação de brasão do município de Luisburgo. Medidas do logotipo: 8cm de altura e 7cm de largura. Cor do aviamento: Azul marinho. Composição da linha: 100% poliéster. Apresentar amostra do tecido para aprovação.<br>Apresentar uma peça para aprovação da confecção.<br>Apresentar amostra do bordado para aprovação. | UND | 40 | | 99,26 | 3.970,40 |
| 241. | **Pijama Cirúrgico Feminino GG** Tecido: Sarja Composição: 97% algodão + 3% elastano Cor: Azul marinho Blusa modelo raglan. Gola padre com detalhe em elástico (conforme figura em anexo). Possui dois bolsos inferiores com detalhe em viés de acordo com o tom da | UND | 20 | | 113,22 | 2.264,40 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | logo na frente. Calça: 2 bolsos frontais e 2 traseiros, cós com ajuste elástico e cordão na cintura para ajuste com ponteiras de metal. Tamanho: Tabela de medidas em anexo. Bordado blusa: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Bordado BLUSA: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Aplicação de brasão do município de Luisburgo. Medidas do logotipo: 8cm de altura e 7cm de largura. Cor do aviamento: Azul marinho. Composição da linha: 100% poliéster. Apresentar amostra do tecido para aprovação.<br>Apresentar uma peça para aprovação da confecção.<br>Apresentar amostra do bordado para aprovação. | | | | | |
| 242. | **Pijama Cirúrgico Feminino EGG** Tecido: Sarja Composição: 97% algodão + 3% elastano Cor: Azul marinho Blusa modelo raglan. Gola padre com detalhe em elástico (conforme figura em anexo). Possui dois bolsos inferiores com detalhe em viés de acordo com o tom da logo na frente. Calça: 2 bolsos frontais e 2 traseiros, cós com ajuste elástico e cordão na cintura para ajuste com ponteiras de metal. Tamanho: Tabela de medidas em anexo. Bordado blusa: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Bordado BLUSA: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Aplicação de brasão do município de Luisburgo. Medidas do logotipo: 8cm de altura e 7cm de largura. Cor do aviamento: Azul marinho. Composição da linha: 100% poliéster. Apresentar amostra do tecido para aprovação.<br>Apresentar uma peça para aprovação da confecção.<br>Apresentar amostra do bordado para aprovação. | UND | 20 | | 115,69 | 2.313,80 |
| 243. | **PinçaDente-de-Rato** Pinça cirúrgica, tipo Dente-de-Rato, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, ponta reta, comprimento de 16cm. | UND | 70 | | 97,28 | 6.809,60 |
| 244. | **Pinça Halstead Mosquito** Pinça cirúrgica, tipo Halstead Mosquito, fabricada em aço inoxidável, | UND | 70 | | 83,50 | 5.845,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | autoclavável, ponta reta, comprimento de 16cm. | | | | | |
| 245. | **Pinça Kelly Curva** Pinça cirúrgica, tipo Kelly, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, ponta curva, comprimento de 16cm. | UND | 70 | | 85,32 | 5.972,40 |
| 246. | **Porta-Agulha Mayo Hegar:** Porta-agulha com Videa, 12cm, confeccionado em aço inoxidável. | UND | 70 | | 142,35 | 9.964,50 |
| 247. | **Prendedor/Clamp Umbilical** Estéril - para uso em cordão umbilical de recém-nascidos, confeccionado em poliacetal virgem especial, atóxico, anti-alergênico, apirogênico, sistema tipo pinça em V dentada, duplamente serrilhada e com bordas arredondadas, com vedação definitiva não deixando nenhum resquício de vazamento quando em uso, embalado em envelope misto de papel grau-cirúrgico e filme de poliéster com abertura asséptica em pétala, com todos os dados e informações necessárias. Esterilizado a gás Óxido de Etileno. Tamanho Único. | UND | 20 | | 5,28 | 105,60 |
| 248. | **Protetor Facial "Face Shield"** EPI de dupla proteção; fácil limpeza e higienização; transparente e moderna; permite voz e comunicação clara; reutilizável; ajuste por elástico; protetor de testa em espuma macia. Material: espuma e pet cristal. Tamanho da viseira: 32,0cm x 22,0cm. Certificação: de acordo com a RDC nº 356, de 23 de março de 2020, publicada pelo Ministério da Saúde na data de 31/03/2020 (nº 62, seção 1, pág. 81). | UND | 70 | | 18,67 | 1.306,90 |
| 249. | **Protetor Solar FPS 60** Embalagem com 120 ml; Resistente a água e ao suor; Deve oferecer proteção contra queimaduras solares provenientes dos raios U.V.A e U.V.B (fator 60); Hiporalérgico, dermatologicamente testado; Isento de fragrância e corantes; Não oleoso (para ser rapidamente absorvido pela pele sem deixar resíduos); Não deve ser em gel, pois sai com maior facilidade em contato com a água /suor, precisando desse modo ser aplicado mais vezes, o que levaria a um maior gasto); Não deve | UND | 700 | | 74,33 | 52.031,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | manchar a roupa; Prazo de validade de no mínimo 1 ano após a data de entrega; Produto registrado no Ministério da Saúde ou ANVISA. | | | | | |
| 250. | **PVPI Degermante:** Antisséptico Degermante PVPI Dermo Suave, 10% de Iodo polividona que equivale a 1% de iodo ativo solução com tensoativos, embalagem com 1000ml. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 150 | | 77,92 | 11.688,00 |
| 251. | **PVPI Tópico:** Antisséptico Tópico PVPI Tintura, 10% de Iodo polividona que equivale a 1% de iodo ativo sol. aquosa, com 1000ml. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 150 | | 89,63 | 13.444,50 |
| 252. | **Reanimador manual Adulto FDD (com reservatório)** Ressuscitador manual com reservatório de oxigênio (adulto) – reanimador manual adulto, autoclavável e resistente a desinfecção química de alto nível, confeccionado em puro silicone, com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone, de capacidade de 2000ml, mascara facial pediátrica, transparente com bojo em policarbonato e coxim de silicone autoclavável; válvula de segurança unidirecional em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas; com válvula e membrana autoclavável do reservatório O2, válvula de admissão ar/ O2 autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável, para conexão do reservatório à rede de O2, e com acessórios inclusos: 3 máscaras faciais n.º 05. | UND | 30 | | 221,63 | 6.648,90 |
| 253. | **Reanimador manual neonatal (com reservatório)** Reanimador manual neo - para uso em ventilação artificial durante manobras de ressuscitação de pacientes em parada cárdio respiratória, apnéia ou com ventilação espontânea insuficiente que atenda aos padrões estabelecidos pela ISO e ASTM. O reanimador deverá ser constituído de cinco componentes: máscara facial em material de silicone; | UND | 30 | | 318,49 | 9.554,70 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Válvula unidirecional em polissulfona com mecanismo interno tipo "bico de pato" em silicone que não permita a reinalação de gases, com conexão para o paciente 22 mm externo/ 15 mm interno, desmontável e com mecanismo de alívio de pressão que se ativa quando as pressões nas vias aéreas atinge 40cm de H2O; balão de ventilação em silicone com volume interno de 250 ml e com válvula de entrada de gás em polissulfona com conexões 30X25 mm; válvula do balão reservatório de oxigênio removível em polissulfona com conexão de 25 mm; balão reservatório de oxigênio removível em material de vinil com volume de 600ml, com conexão de 6 mm para fonte de oxigênio suplementar. Todos os componentes do Ressuscitador deverão ser desmontáveis e permitirem a limpeza e reprocessamento por esterilização em autoclave (até 137º C, com exceção da bolsa reservatória de O2), óxido de etileno e esterilização a frio. Embalagem contendo dados de identificação e procedência , número do lote e registro no Ministério da Saúde. | | | | | |
| 254. | **Reanimador manual Pediátrico (com reservatório)**<br>Ressuscitador manual com reservatório de oxigênio (pediátrico) – reanimador manual pediátrico, autoclavável e resistente a desinfecção química de alto nível, confeccionado em puro silicone, com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone, de capacidade de 2000ml, máscara facial pediátrica, transparente com bojo em policarbonato e coxim de silicone autoclavável; válvula de segurança unidirecional em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas; com válvula e membrana autoclavável do reservatório O2, válvula de admissão ar/ O2autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável, para conexão do reservatório à rede de O2, e com acessórios inclusos: 3 máscaras faciais n.os 01, 02 e 03. | UND | 30 | | 257,00 | 7.710,00 |
| 255. | **Respirador Descartável N95**<br>Sistema Antiembaçante. Tiras flexíveis | UND | 2000 | | 7,10 | 14.200,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | para ajuste à anatomia e contornos do nariz, com acolchoamento interno, minimizando lesões por uso prolongado e evitando o embaçamento dos óculos de segurança. Filtro com tratamento eletrostático – fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas. Embalado Individualmente. SELO IMMETRO. | | | | | |
| 256. | **Saco de Lixo Biológico 20L:** Pacotes com 100 unidades de 20L resistente a ruptura e vazamento, impermeável, conforme Padrão RDC 306/04 ANVISA e NBR 9191/2000 da ABNT e substitutivas, respeitados os limites de peso de cada saco. Símbolo que representa o grupo a, é o símbolo de substância infectante constante na NBR-75 | PCT | 1.500 | | 55,97 | 83.955,00 |
| 257. | **Scalp nº19:** Mandril siliconizado, com biseltrifacetado, Asas flexíveis, tubo transparente, conexão Luer Slip, Produto estéril de uso único, embalado individualmente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto no Município. | UND | 400 | | 1,37 | 548,00 |
| 258. | **Scalp nº21:** Mandril siliconizado, com biseltrifacetado, Asas flexíveis, tubo transparente, conexão Luer Slip, Produto estéril de uso único, embalado individualmente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto no Município. | UND | 7000 | | 1,28 | 8.960,00 |
| 259. | **Scalp nº23:** Mandril siliconizado, com biseltrifacetado, Asas flexíveis, tubo transparente, conexão Luer Slip, Produto estéril de uso único, embalado individualmente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto no Município. | UND | 30.000 | | 1,37 | 41.100,00 |
| 260. | **Scalp nº25:** Mandril siliconizado, com biseltrifacetado, Asas flexíveis, tubo transparente, conexão Luer Slip, Produto estéril de uso único, embalado individualmente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a | UND | 4.000 | | 1,38 | 5.520,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | contar da entrega do produto no Município. | | | | | |
| 261. | **Sensor reagente para monitoramento de glicemia (Tipo Freestyle Libre):** sensor intersticial, por método eletroquímico amperométrica contínua; aplicada na parte posterior do braço. Tamanho: 5mm de altura e 35mm de diâmetro. Peso: 5g. Fonte de Alimentação do sensor: 1 bateria de óxido de prata. Vida útil por até 14 dias; Memória do sensor: 8 horas (as leituras da glicose são armazenadas a cada 15 minutos). Resistência do sensor à água: IP27: pode resistir a uma imersão em um metro de água por até 30 minutos. Temperatura operacional: 10°C a 45ºC. Temperatura de armazenamento da embalagem e aplicador: 4ºC a 30ºC. Umidade relativa de operação e armazenamento: 10% - 90%, sem condensação. Altitude de armazenamento e operação: -381m a 3048m. Acompanha 1 sensor, aplicador de sensor, lenço umedecido com álcool; instruções de uso. Devidamente regulamentado conforme normas da ANVISA. | UND | 120 | | 461,44 | 55.372,80 |
| 262. | **Seringa descartável 01ml c/agulha 13x0,45:** (graduada em UI – Unidades Internacionais). Seringas Descartáveis, estéreis, atóxicas, apirogênicas. Cilindro: altamente transpa-rente permite a visualização nítida do fluído aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. Pistão: confeccionado em TPE, atóxico, "látex-free", em atenção às normas FDA. Escala de graduação: apresenta alto grau deprecisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. Embalagem: as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso. Esterilizadas a óxido de etileno. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. Validade mínima de 4 anos a contar da data de entrega no município. | UND | 100.000 | | 0,47 | 47.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 263. | **Seringa descartável 03ml c/agulha 25x0,7:** Seringas Descartáveis, estéreis, atóxicas, apirogênicas. Cilindro: altamente transpa-rente permite a visualização nítida do fluído aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. Pistão:confeccionado em TPE, atóxico, "látex-free", em atenção às normas FDA. Escala de graduação: apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. Embalagem: as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso. Esterilizadas a óxido de etileno. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. Validade mínima de 4 anos a contar da data de entrega no município. | UND | 60.000 | | 0,59 | 35.400,00 |
| 264. | **Seringa descartável 05ml c/agulha 25x0,7:** Seringas Descartáveis, estéreis, atóxicas, apirogênicas. Cilindro: altamente transpa-rente permite a visualização nítida do fluído aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. Pistão: confeccionado em TPE, atóxico, "látex-free", em atenção às normas FDA. Escala de graduação: apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. Embalagem: as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso. Esterilizadas a óxido de etileno. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. Validade mínima de 4 anos a contar da data de entrega no município. | UND | 40.000 | | 0,30 | 12.000,00 |
| 265. | **Seringa descartável 100UI c/agulha 8,0x0,3** – insulina (graduada em UI – Unidades Internacionais). Seringas Descartáveis, estéreis, atóxicas, apirogênicas. Cilindro: altamente transpa-rente permite a visualização nítida do fluído aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. | UND | 100.000 | | 1,77 | 177.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pistão:confeccionado em TPE, atóxico, "látex-free", em atenção às normas FDA. Escala de graduação: apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. Embalagem: as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso. Esterilizadas a óxido de etileno. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. Validade mínima de 4 anos a contar da data de entrega no município. | | | | | |
| 266. | **Seringa descartável 10ml:** Seringas Descartáveis, estéreis, atóxicas, apirogênicas. Cilindro: altamente transpa-rente permite a visualização nítida do fluído aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. Pistão:confeccionado em TPE, atóxico, "látex-free", em atenção às normas FDA. Escala de graduação: apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. Embalagem: as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso. Esterilizadas a óxido de etileno. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. Validade mínima de 4 anos a contar da data de entrega no município. | UND | 40.000 | | 0,92 | 36.800,00 |
| 267. | **Seringa descartável 20ml:** Seringas Descartáveis, estéreis, atóxicas, apirogênicas. Cilindro: altamente transpa-rente permite a visualização nítida do fluído aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. Pistão:confeccionado em TPE, atóxico, "látex-free", em atenção às normas FDA. Escala de graduação: apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. Embalagem: as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do | UND | 40.000 | | 1,07 | 42.800,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | uso. Esterilizadas a óxido de etileno. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. Validade mínima de 4 anos a contar da data de entrega no município. | | | | | |
| 268. | **Solução de Schiller 2% 1000ml:** registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | Frasco | 5 | | 167,67 | 838,35 |
| 269. | **Sonda de Aspiração Traqueal COM VALVULA n.º 04** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada com válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre 04 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 2,02 | 404,00 |
| 270. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 06** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o | UND | 200 | | 1,94 | 388,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre 06 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 271. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 08:** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre 08 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 2,24 | 448,00 |
| 272. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 10** Confeccionado em PVC (cloreto de | UND | 200 | | 2,23 | 446,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, usuais de 04 a 24 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 273. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 12** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda | UND | 200 | | 4,39 | 878,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre 10 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 274. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 14:** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre 14 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 2,10 | 420,00 |
| 275. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 16** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em | UND | 200 | | 2,64 | 528,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre 16 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 276. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 18** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, usuais de 04 a 24 Fr. com conector e tampa ou somente válvula Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 2,77 | 554,00 |
| 277. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 20** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em | UND | 200 | | 2,19 | 438,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre 20 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 278. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 22** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre 22 Fr. com conector e | UND | 200 | | 2,78 | 556,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 279. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 24** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, usuais de 04 a 24 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 4,56 | 912,00 |
| 280. | **Sonda de Nutrição Enteral com Guia - n.º 10:** Sonda de alimentação enteral siliconada para gastrostomia com balão ao nível da pele, tamanho 10FR X 1,2CM; esterilizado por irradiação gama, uso único. | UND | 50 | | 55,08 | 2.754,00 |
| 281. | **Sonda de Nutrição Enteral com Guia - n.º 12:** Sonda de alimentação enteral siliconada para gastrostomia com balão ao nível da pele, tamanho 10FR X 1,2CM; esterilizado por irradiação gama, uso único. | UND | 50 | | 57,87 | 2.893,50 |
| 282. | **Sonda Foley nº10:** Sonda Vesical de Demora nº 10 - sonda de foley/ 2vias- | UND | 200 | | 5,05 | 1.010,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Látex de borracha 100% natural, siliconada e esterilizada, com ponta distal atraumática; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 283. | **Sonda Foley nº12:** Sonda Vesical de Demora nº 12 - sonda de foley/ 2vias- Látex de borracha 100% natural, siliconada e esterilizada, com ponta distal atraumática; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 800 | | 5,79 | 4.632,00 |
| 284. | **Sonda Foley nº14:** Sonda Vesical de Demora nº 14 - sonda de foley/ 2vias- Látex de borracha 100% natural, siliconada e esterilizada, com ponta distal atraumática; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 600 | | 4,69 | 2.814,00 |
| 285. | **Sonda Foley nº16:** Sonda Vesical de Demora nº 16 - sonda de foley/ 2vias- Látex de borracha 100% natural, siliconada e esterilizada, com ponta distal atraumática; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 600 | | 6,35 | 3.810,00 |
| 286. | **Sonda Foley nº18:** Sonda Vesical de Demora nº 18 - sonda de foley/ 2vias- Látex de borracha 100% natural, siliconada e esterilizada, com ponta distal atraumática; Atóxico e | UND | 200 | | 5,68 | 1.136,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | esterilizado em Óxido de Etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 287. | **Sonda Foley nº20:** Sonda Vesical de Demora nº 20 - sonda de foley/ 2vias-Látex de borracha 100% natural, siliconada e esterilizada, com ponta distal atraumática; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 5,04 | 504,00 |
| 288. | **Sonda nasogástrica longa Nº04:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 30 | | 3,08 | 92,40 |
| 289. | **Sonda nasogástrica longa Nº06:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. | UND | 30 | | 3,02 | 90,60 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 290. | **Sonda nasogástrica longa Nº08:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 30 | | 3,02 | 90,60 |
| 291. | **Sonda nasogástrica longa Nº10:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 50 | | 2,03 | 101,50 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 292. | **Sonda nasogástrica longa Nº12:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 2,05 | 205,00 |
| 293. | **Sonda nasogástrica longa Nº14:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 2,57 | 257,00 |
| 294. | **Sonda nasogástrica longa Nº16:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de | UND | 100 | | 2,87 | 287,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 295. | **Sonda nasogástrica longa Nº18:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 2,44 | 244,00 |
| 296. | **Sonda nasogástrica longa Nº20:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 20 | | 5,20 | 104,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297. | **Sonda Uretral Nelaton n.º 08:** Conector em PVC (Poli cloreto de Vinila) vedação da sonda uretral, 2. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. Sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 400 | | 2,57 | 1.028,00 |
| 298. | **Sonda Uretral Nelaton n.º 10:** Conector em PVC (Poli cloreto de Vinila) vedação da sonda uretral, 2. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. Sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 10.000 | | 2,51 | 25.100,00 |
| 299. | **Sonda Uretral Nelaton n.º 12:** Conector em PVC (Poli cloreto de Vinila) vedação da sonda uretral, 2. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. Sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 30.000 | | 2,04 | 61.200,00 |
| 300. | **Sonda Uretral Nelaton n.º 14:** Conector em PVC (Poli cloreto de Vinila) vedação da sonda uretral, 2. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. Sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 400 | | 2,53 | 1.012,00 |
| 301. | **Sonda Uretral Nelaton n.º 16:** Conector em PVC (Poli cloreto de Vinila) vedação da sonda uretral, 2. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. Sua | UND | 400 | | 3,46 | 1.384,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 302. | **Sonda Uretral Nelaton n.º 20:** Conector em PVC (Poli cloreto de Vinila) vedação da sonda uretral, 2. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. Sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 2,00 | 400,00 |
| 303. | **Soro fisiológico 0,9% 100ml:** sistema fechado, estéril Embalagem em plástico atóxico, semirrígido, transparente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 18.000 | | 6,91 | 124.380,00 |
| 304. | **Soro fisiológico 0,9% 250ml:** sistema fechado, estéril Embalagem em plástico atóxico, semirrígido, transparente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 15.000 | | 12,91 | 193.650,00 |
| 305. | **Soro fisiológico 0,9% 500ml:** sistema fechado, estéril Embalagem em plástico atóxico, semirrígido, transparente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 15.000 | | 15,65 | 234.750,00 |
| 306. | **Soro fisiológico 0,9% 1000ml:** sistema fechado, estéril. Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. Apresentações: Frascos de plástico transparente com 1000 ml. Registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | UND | 3.000 | | 22,37 | 67.110,00 |
| 307. | **Soro glicosado 5% 250ml:** sistema fechado. Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. Glicose 5%, 250 mL. Embalagem em plástico atóxico, semi-rígido, transparente. Registro no MS. Validade de no mínimo | FR | 400 | | 10,03 | 4.012,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 308. | **Soro glicosado 5% 500ml:** sistema fechado. Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. Glicose 5%, 500 mL. Embalagem em plástico atóxico, semirrígido, transparente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | FR | 400 | | 12,40 | 4.960,00 |
| 309. | **Soro Ringer Lactato 500ml:** Solução de Ringer com Lactato: cloreto de sódio (6mg/mL) + cloreto de potássio (0,3 mg/mL) + cloreto de cálcio (0,2mg/mL) + lactato de sódio (3mg/mL). Embalagem em plástico atóxico, semi-rígido, transparente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | FR | 200 | | 17,04 | 3.408,00 |
| 310. | **Sulfadiazina de Prata:** Creme dermatológico 10mg/g, caixa com 24 potes com 400g. | Caixa | 20 | | 63,43 | 1.268,60 |
| 311. | **Suporte de parede para coletor de perfurocortante** Fabricado em metal, Para coletores de 13 LITROS. Acompanha: 2 buchas e 2 parafusos para fixação. *Não acompanha coletor. | UND | 50 | | 47,61 | 2.380,50 |
| 312. | **Tala para Imobilização - Tamanho G:** Tala Moldável para imobilização de membros superiores e inferiores confeccionadas em EVA. Formato retangular, com estrutura interna em grade metálica (arame galvanizado) e barras transversais, protegida de oxidação, cobertura externa em EVA sendo que um lado possui espessura de 4 mm e o outro com espessura de 2,5 mm. Tamanho 86x10cm. | UND | 20 | | 63,75 | 1.275,00 |
| 313. | **Tala para Imobilização - Tamanho M:** Tala Moldável para imobilização de membros superiores e inferiores confeccionadas em EVA. Formato retangular, com estrutura interna em grade metálica (arame galvanizado) e barras transversais, protegida de oxidação, cobertura externa em EVA sendo que um lado possui espessura de | UND | 20 | | 49,99 | 999,80 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 mm e o outro com espessura de 2,5 mm. Tamanho 63x9cm. | | | | | |
| 314. | **Tala para Imobilização - Tamanho P:** Tala Moldável para imobilização de membros superiores e inferiores confeccionadas em EVA. Formato retangular, com estrutura interna em grade metálica (arame galvanizado) e barras transversais, protegida de oxidação, cobertura externa em EVA sendo que um lado possui espessura de 4 mm e o outro com espessura de 2,5 mm. Tamanho 53x8cm. | UND | 50 | | 49,99 | 2.499,50 |
| 315. | **Termômetro Axilar Galinstan:** Termômetro clinico para determinação da temperatura corporal, sem mercúrio, contém um líquido metálico, composto de gálio, índio e estanho (galinstan). Medição oral ou axilar. | UND | 100 | | 22,58 | 2.258,00 |
| 316. | **Termômetro Clínico Analógico sem Mercúrio** Alta precisão, fluido interno composto de gálio, índio e estanho (galistan). | UND | 250 | | 31,83 | 7.957,50 |
| 317. | **Termômetro clínico de testa digital:** Termômetro infravermelho de testa e superfícies (aferição de temperaturas negativas e positivas), sem contato, display convexo ampliado, aferição em até 3 segundos, memorização interna, alarme de febre com cor destacada no display. Alimentação 2 pilhas AAA. Com estojo de proteção e sacola de transporte. Deve trazer pilhas incluídas. Apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO. | UND | 50 | | 142,32 | 7.116,00 |
| 318. | **Termômetro digital com cabo extensor:** Termômetro digital, dorso imantado, controle interno, geladeiras, freezer, estufas, temperatura ambiente, função cal-check, display de cristal liquido, indicador nível bateria, intervalo leitura -50 a +150ºC, 0,1ºC de precisão. Dimensões aproximadas: 92 x 36 x 28mm, peso aproximado: 60g, máxima, mínima e momento. Aferição e memorização de temperaturas Internas e externas. Apresentar amostra para aprovação antes da aquisição. Equipamente necessita dispor de botão | UND | 20 | | 169,29 | 3.385,80 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | "reset" com facilidade para reiniciar a aferição, não sendo necessário remover as pilhas a cada ciclo para reiniciar. Apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO. | | | | | |
| 319. | **Tesoura Iris Reta**: Tesoura cirúrgica, tipo Iris, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, ponta reta, comprimento de 16cm. | UND | 20 | | 66,00 | 1.320,00 |
| 320. | **Tesoura Lister** (Corta Vestes/Resgate) 20cm: com ponta angulada para melhorar acesso e desempenho. Produzido em liga de Aço Inoxidável, Autoclavável. | UND | 20 | | 74,03 | 1.480,60 |
| 321. | **Tesoura Metzerbaum**: fabricada em aço inoxidável, autoclavável, ponta reta, comprimento de 16cm. | UND | 50 | | 62,75 | 3.137,50 |
| 322. | **Tesoura Spencer** (Retirada de Pontos) fabricada em aço inoxidável, autoclavável, ponta curva, comprimento de 16cm. | UND | 50 | | 68,08 | 3.404,00 |
| 323. | **Tiras-teste de glicemia:** frasco com 50 unidades c/1chip de código (dependendo do fabricante) para medição de glicemia, ser compatível com o aparelho de glicemia a ser fornecido em comodato **(Item156)** Obs.: A licitante vencedora deverá: fornecer, 100 aparelhos em comodato, compatível com a marca e modelo da tira vencedora no certame. Assumir o compromisso de repor os aparelhos com defeito, no prazo de até 72 horas, as quais começarão a ser contadas a partir do momento da solicitação pelo gestor do contrato. Oferecer treinamento de utilização do item para os enfermeiros das ESF conforme dia e horário agendado pela Secretaria Municipal de Saúde.<br>Os materiais solicitados deverão ter registro na ANVISA/ ANVISA e os aparelhos deverão ser novos (primeiro uso) e com selo de aferição do Inmetro. | UND | 17.000,00 | | 2,07 | 35.190,00 |
| 324. | **Torneira Três Vias - Tree Way** | UND | 400 | | 6,07 | 2.428,00 |
| 325. | **Torniquete Hemostático:** Sistema para compressão, tipo torniquete não pneumático, aplicação tático, para atendimento pré-hospitalar, modelo | UND | 10 | | 59,30 | 593,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | cinta em nylon, fecho auto ajustável com velcro, fivela e barra pressão. | | | | | |
| 326. | **Travesseiro Hospitalar** Travesseiro com preenchimento de espuma, preferencialmente de viscoelástico, revestido em material sintético impermeável e macio (ex. napa, courvin) na cor branca. Dimensões aproximadas: 35x55cm. | UND | 35 | | 93,91 | 3.286,85 |
| 327. | **Tubo de látex (garrote) nº 200:** Mangueira/Tubo de látex n.º 200, para garroteamento, usada em procedimentos de flebotomia. Rolo com 15 metros. | PCT | 10 | | 72,58 | 725,80 |
| 328. | **Tubo de Silicone para Inaloterapia:** Mangueira tubo de silicone hospitalar 203 para oxigênio 6x10mm ,superfície lisa e antiaderente, livres de odor, resistência a esterilização em autoclave a temperatura de até 130˚C. Rolo com 15 metros. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 30 | | 155,47 | 4.664,10 |
| 329. | **Tubo endotraqueal Nº 2,5:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 6,46 | 646,00 |
| 330. | **Tubo endotraqueal Nº 3,0:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 5,61 | 561,00 |
| 331. | **Tubo endotraqueal Nº 3,5:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 7,70 | 770,00 |
| 332. | **Tubo endotraqueal Nº 4,0:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no | UND | 150 | | 5,38 | 807,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 333. | **Tubo endotraqueal Nº 4,5:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 5,52 | 552,00 |
| 334. | **Tubo endotraqueal Nº 5,0:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 6,37 | 637,00 |
| 335. | **Tubo endotraqueal Nº 6,0:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 7,33 | 733,00 |
| 336. | **Tubo endotraqueal Nº 7,0:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 180 | | 6,19 | 1.114,20 |
| 337. | **Tubo endotraqueal Nº 7,5:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 5,80 | 1.160,00 |
| 338. | **Tubo endotraqueal Nº 8,0:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 6,35 | 1.270,00 |
| 339. | **Tubo endotraqueal Nº 8,5:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no | UND | 200 | | 5,85 | 1.170,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 340. | **Umidificador de oxigênio 250ml:** Umidificador, material polipropileno, capacidade 250ml, características adicionais c/bico latão, copo padrão ABNT, tampa acopladora, aplicação oxigênio. Registro na Anvisa. Validade indeterminada. | UND | 120 | | 52,77 | 6.332,40 |
| 341. | **Vaselina Líquida 1000ml:** Vaselina líquida 1 litro, Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | FR | 20 | | 42,27 | 845,40 |
| 342. | **Antropômetro Pediátrico:** Destinado a medir crianças deitadas. Construída em liga de alumínio rígido, resistente à umidade e mudanças de temperatura e de fácil limpeza. Escala numérica graduada em centímetros e com precisão em milímetros, com, no mínimo, 100cm úteis (deve permitir a medição de indivíduos com 100cm de comprimento). Escala numérica com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10cm. Base (haste fixa) com, no mínimo, 4 cm de largura e 25 cm de comprimento. Cursor (haste móvel) com, no mínimo, 4 cm de largura e 25 cm de comprimento; com deslizamento suave e estável. Deve-se manter um ângulo de 90 graus com a escala numérica durante toda a medição, com reforço na parte da haste móvel que desliza pela escala numérica, a fim de garantir a manutenção da correta angulação durante seu deslocamento para cima ou para baixo. Deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização. Apresentar manual de instruções de fácil leitura e compreensão para o uso do aparelho. Aferido e certificado pelo INMETRO. | UND | 10 | | 272,33 | 2.723,30 |
| 343. | **Autoclave (21l):** Autoclave 21 litros, horizontal 127/220v. Equipamento com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Digital, fácil manuseio. Bivolt automático - 127/220v que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254v. Sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta, sistema | UND | 10 | | 3.523,00 | 35.230,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Câmara aço inox. Programa único de esterilização. Desaeração e despressurização automática. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta entreaberta. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. Potência 1.600 watts. Frequência: 50/60hz. Dimensão externa: 38 x 38 x 55 cm (largura x altura x profundidade). Dimensão câmara: 25 x 43cm (diâmetro x profundidade). Peso líquido: 23,3 kg. Peso bruto: 25,9 kg. | | | | | |
| 344. | **Autoclave (45-54l):** Fabricação em larga escala e facilidade de reposição de peças.Autoclave com capacidade interna para 45 a 54 litros. Tensão: 220V. Frequência: 50Hz/ 60Hz Potência: 2000Watts. Gabinete: Aço Carbono com Pintura Eletrostática. Resistência de aquecimento tipo coleira: acoplada externamente a câmara. Abastecimento automático. Reservatório de água destilada em aço inoxidável com capacidade de 5 litros. Porta da câmara: constituída em aço inox, vedação da porta com guarnição de silicone resistente a alta temperatura e pressão; travamento da porta através de 12 pinos e um manípulo utilizado para abrir e fechar a porta. Tecla cancela, para interrupção do ciclo no caso de uma emergência. Sensor de Temperatura. Válvula solenoide. Válvula Antivácuo. Válvula de segurança. Dispositivo de segurança da porta: para que o operador não consiga dar início ao ciclo, caso a porta não esteja totalmente fechada. Dispositivo contra abertura acidental da porta. Isolação térmica: tanque revestido com lã de vidro. Filtro da câmara, Mangueira para drenagem resistente à alta temperatura. Fusíveis elétricos de proteção contra elevação excessiva de corrente. Pés de borracha que garantam a estabilidade do conjunto. Microcontrolador eletrônico. Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização, para o caso de o ciclo de esterilização não começar em até 45 | UN | 10 | | 6.618,33 | 66.183,30 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | minutos.Mínimo de 6 ciclos pré-programados (Instrumental Embalado – 134°C com 2,2 Kgf/cm2 – 15 minutos; Instrumental Desembalado – 134°C com 2,2 Kgf/cm2 – 10 minutos; Plásticos e Algodão – 121°C com 1,2 Kgf/cm2 – 30 minutos; Kit Cirúrgico e Tecidos – 121°C com 1,2 Kgf/cm2 – 30 minutos; Líquidos – 121°C com 1,2 Kgf/cm2 – 30 minutos. Secagem extra 20 minutos com porta aberta), realizando processos de esterilização em 121°C e 134°C, com despressurização automática, secagem com porta fechada e abastecimento automático.Pressão de Esterilização: 1,2Kgf/cm$^2$ ± 0,2 Kgf/cm$^2$ a 2,2Kgf/cm$^2$ ± 0,2Kgf/cm$^2$.Temperatura de Esterilização: 121ºC ± 2ºC a 134ºC ± 2ºC. Secagem: Porta Fechada. Remoção do Ar: Gravitacional. Abastecimento: Automático - 450ml. Monitoração das Informações/Processos: Display LCD Mensagens e Alertas: Alertas sonoros (bips) emitidos quando se inicia os ciclos de esterilização, durante o processo, ao término e nas situações de alarme. Mensagens de operação e etapas do processo informadas e visualizadas no display LCD. Volume da Câmera: 45 a 54 Litros Bandejas: 3. Registro ANVISA Manual em língua portuguesa (BR) Garantia de 24 meses contra defeitos de fabricação. | | | | | |
| 345. | **Balança Antropométrica Adulto:** Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 200kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100g. Plataforma para apoio dos pés constituídos de material antiderrapante e resistente ao uso. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220V. Antropômetro acoplado com escala numérica de, no mínimo, 200cm úteis. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade | UND | 5 | | 751,33 | 3.756,65 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Industrial). Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. - Garantia, mínima, de 01 ano. | | | | | |
| 346. | **Balança digital infantil .**Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Função da tecla TARA (zero) no painel frontal. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15kg. Graduação (precisão) de, no máximo, 10g. Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e conforto à criança. Prato deve ser de material resistente, higienizável e atóxica. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220 V. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Garantia, mínima, de 01 ano. DE IDADE), DIGITAL, DE ALTA CAPACIDADE | UND | 5 | | 626,67 | 3.133,35 |
| 347. | **Balança plataforma portátil:** Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. Construída em material resistente a impacto (não pode ser de vidro) e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com, no mínimo, 5 dígitos. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 200kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100g. Desligamento automático. Alimentação por pilha(s) ou bateria(s). Deve incluir as pilha(s) ou bateria(s) necessária(s) para seu funcionamento. Indicador de pilha fraca. Pés revestidos de material antiderrapante; Deve apresentar indicador de sobrecarga, isto é, caso haja sobrecarga de peso, a balança deve indicar erro ao invés de demonstrar o peso máximo possível; Não deve incluir bioimpedanciometria, para não excluir a tomada de medidas de gestantes e portadores de marcapasso. Opcionalmente, deve apresentar função “mamãe-bebê” que possibilita determinar o peso de crianças e bebês | UND | 30 | | 1.206,67 | 36.200,10 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | no colo da mãe. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) ou órgão semelhante; Equipamento acompanhado de bolsa com alça exclusiva para proteção e transporte. Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. Garantia, mínima, de 01 ano. | | | | | |
| 348. | **Biombo Clínico Basculante:** Biombo em estrutura tubular de ferro, revestido em pintura epóxi branca, com cortinas removíveis e laváveis. Rodízio de 2 polegadas. em tubos de aço redondo, pintura eletrostática a pó com base epóxi de alta durabilidade e tecido resistente na cor bege. Conta ainda com 4 rodízio.Dimensões Aberto: 1,75m x - 1,35m (AxP), Dimensões Fechado: 1,75m x 67cm x 59m (AxPxL), Peso: 10Kg, Garantia: 12 meses. | UND | 5 | | 584,50 | 2.922,50 |
| 349. | **Braçadeira:** Utilizada para Injeção e Aferição de Pressão Arterial: Concha confeccionada em chapa de aço inox, haste em tubo de aço inox, com regulagem de altura através de manípulo, coluna e base em tubo de aço carbono, pés com ponteiras de borracha. Acabamento: em pintura Eletrostática a Pó. Dimensões: 0,80m Alt. Mín. - 1,20m Alt. Máx**.** | UND | 15 | | 194,33 | 2.914,95 |
| 350. | **Cadeira de Banho:** Capacidade máxima de peso de até 130kg, corpo confeccionado em alumínio com assento e tampa em polietileno ultra resistente. apoio para braços em plástico e apoio para pés em alumínio, 04 rodízios blindados com rodas giratórias, com dispositivo antiderrapante nas rodas, e freios traseiros para maior segurança, encosto em nylon acolchoado de alta resistência. | UND | 10 | | 317,43 | 3.174,30 |
| 351. | **Cadeira de Rodas Reforçada:** Fabricada em aço carbono com assento/encosto em nylon almofadado, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços removíveis, apoio para os pés com elevação de panturrilha e regulagem de altura, rodas | UND | 15 | | 1.481,33 | 22.219,95 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | dianteiras aro 06″ com pneus maciços e rodas traseiras aro 24″ em alumínio e com pneus infláveis. Aro impulsor bilateral. Capacidade máxima de peso: 200kg. | | | | | |
| 352. | **Caixa térmica com termômetro:** Caixa térmica 15 ou 16 litros. Confeccionada em material de alta resistência (externamente polietileno de alto impacto com injeção de poliuretano de media densidade), que resistem à temperatura de -80°C a 90°C. Paredes de espessuras mais finas, permitindo um transporte mais leve. Deve possuir termômetro digital acoplado, com registro de temperatura máxima, mínima e de momento (a prova d'agua); Termômetro resetável por botão. Tampa basculante; Cor externa solida, sem alusão temática (ex.: bebida ou time). Dimensões aproximadas (CxLxA): Externas: 34x 24x26cm; Internas: 28x20x18cm. | UND | 15 | | 279,30 | 4.189,50 |
| 353. | **Cama Hospitalar Mecânica com Colchão e Travesseiro:** Cama hospitalar tipo Fowler mecânica com Registro da Anvisa, Estrutura: tubular em aço-carbono com chapas de diferentes espessuras. Chassi: Tubos 50 x 30 x 2,0 mm e chapas de 1/4. Estrado: Tubos 50 x 30 x 2,0 mm e chapas de 3/8. Seções articuladas: Tubos 30x20x1,2mm e chapas de 3/16. Leito: Termoplástico estruturado, com contenção e limitador para colchão. Fixação independente nas seções articuladas. Movimentação: sistema mecânico em aço-carbono com quatro motores. Movimentos: Fowler, semi-Fowler, elevação do dorso, elevação da perna, Trendelenburg, proclive, poltrona, vascular, cardíaco e autocontorno. Rodízios e Sistema de Freio: Diâmetro mínimo de 4 em termoplástico. Sistema de frenagem individual com pedal. Grades Laterais e Sistema de Grade: Quatro grades laterais em polietileno injetado, modelo flexível. Sistema retrátil com trava. Cabeceira e Peseira: Plástico polietileno injetado de alto impacto, modelo flexível. Acabamento Superficial da Estrutura Metálica: Estrutura em aço- | UND | 10 | | 3.320,66 | 33.206,60 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | carbono com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática. Acabamento para Chassi: Revestimento parcial em termoplástico. Dados Técnicos: Inclinações: Dorso (75° ~ 77°), Pernas (20° ~23°), Trendelenburg (0° ~ -15°), Proclive (0° ~ 15°). Elevação Máxima: 0,68 m, Mínima: 0,33 m. Dimensões do Leito: 1950 mm x830 mm x 330~680 mm. Dimensões Totais: 2280 mm x 1090 mm x330~680 mm. Carga Máxima de Trabalho: 280 kg / Peso Máximo do Paciente: 250 kg. | | | | | |
| 354. | **Câmara de Conservação de Vacinas:** Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de VACINAS. - Capacidade para armazenamento mínimo de 340 litros úteis ou 22.000 doses de 5 ml. - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. - Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. - Equipado com blocos criogênicos para manutenção inercial da temperatura na falta de energia elétrica - Cinco gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. - Porta de vidro triplo tipo no fog por acesso vertical. - Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. - Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. - Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4ºC por solução diatérmica. - Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e vida útil com acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel. - Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima | UND | 8 | | 12.770,33 | 102.162,64 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | temperatura, falta de energia ou porta aberta dotado de bateria recarregável. - Silenciador do alarme sonoro, de apenas um toque. - Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. - Sistema de backup de alimentação por bateria recarregável para toda a rede de comando eletrônico e sistemas de alarmes, com monitoramento de 24 a 48 horas na falta de energia. - Registro na ANVISA, Certificações ISO e Manual do proprietário em Português. - Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. - Chave geral de energia – liga desliga.Medidas Externas Aproximadas:- Altura: 1850mm - Largura: 710mm - Profundidade: 740mm (Equivalente ou superior a Indrel Refrimed Vacinas Modelo RVV 440D) RECOMENDAÇÃO DA SRS | | | | | |
| 355. | **Carrinho de Curativos:** Construído em tubos inoxidável de ¾" x 1,2mm de espessura. Tampo e prateleira em chapa de 0,80mm de espessura inoxidável, com varandas ¼". Pés com rodízios de 2". Acompanha balde e bacia em aço inox. Dimensões aproximadas: 0,45m x 0,75m x 0,80m. | UND | 8 | | 755,67 | 6.045,36 |
| 356. | **Carrinho de Emergência:** Carro de emergência hospitalar, estrutura em chapas de aço inoxidável, 04 gavetas com sistema de trava com lacre, sendo a 1ª com divisão. Suporte para monitor com base giratória, suporte para soro e cilindro de O2. Rodízios 360° com sistema de trava. Extensão elétrica de, no mínimo, 5 metros e até 7 plugues. Acessórios: tábua de massagem cardíaca. | UND | 5 | | 2.323,00 | 11.615,00 |
| 357. | **Carrinho Para Cilindro de Oxigênio:** Ajustável para cilindros de 3 a 7 litros, fabricado com tubos de aço resistente, Pintura epóxi na cor branca, rodas de borracha maciça e tiras de segurança (sistema de catracas) para fixar o cilindro. Base plana com medida aproximada de 16x16cm. | UND | 10 | | 254,10 | 2.541,00 |
| 358. | **Carrinho Para Cilindro de Oxigênio:** Para cilindros de **50 litros**, fabricado | UND | 4 | | 509,33 | 2.037,32 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | com tubos de aço resistente, Pintura epóxi na cor branca, rodas de borracha maciça e tiras resistentes com sistema de catraca para fixar o cilindro. Base plana com medida aproximada de 25x25cm. | | | | | |
| 359. | **Colchão Pneumático:** para tratar e prevenir úlceras e escaras através do sistema de alívio de pressão alternada sobre as áreas do corpo. Possui um sistema de 23 tubos independentes interconectados em material ultra resistente.Características do Colchão: Revestimento em nylon ultra resistente impermeável; • Com capa de nylon impermeável;• Motor silencioso e econômico;• 23 tubos independentes, permitindo ciclos intercalados, garantindo eficiência;• Regulagem de pressão por peso do paciente;• Suporta até 150 Kg; • Previne e trata escaras de estágio I e II;• Unidade de controle com alça dupla para pendurar verticalmente na cama ou apoiar na bancada;• Composição: Capa de nylon impermeável, fácil de higienizar; Características da Unidade de Controle:• Opera com um nível de ruído extremamente baixo;• Durável e compacto;• Proteção IP21 que protege contra condensação;• Alça dupla de inox para pendurar na cama ou apoiar na bancada;• Desenvolvido para utilização 24 horas por dia; • Luz indicadora de funcionamento; Especificações Técnicas do Colchão: • Peso do produto: 4,20 Kg; • Dimensões do produto: altura 8,5cm \| largura 87cm \| comprimento 190cm; Especificações Técnicas da Unidade de Controle: • Proteção IP21 que protege contra condensação; • Alça dupla de inox para pendurar na cama ou apoiar na bancada; • Desenvolvido para utilização 24 horas por dia; • Luz indicadora de funcionamento; • Dimensões: 25x13x10cm; | UND | 10 | | 291,17 | 2.911,70 |
| 360. | **Comadre:** Comadre tipo pá, confeccionada em inox, capacidade 2,5L, Dimensões comp. 425mm x larg. 258mm x alt. 85mm. | UND | 10 | | 198,65 | 1.986,50 |
| 361. | **Concentrador de Oxigênio:** Com sistema indicador de pureza de | UND | 8 | | 262,00 | 2.096,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | oxigênio, sistema de desligamento automático para sobrecarga, alta temperatura e alta tensão, gabinete em plástico resistente a fogo e sistema de alarme para falta de eletricidade, alimentação elétrica 110 volts, consumo mínimo de energia, com cabo elétrico padrão comercial de 02 metros, concentração mínima de oxigênio: 93%. | | | | | |
| 362. | **Doppler fetal portátil:** Sonar Doppler fetal portátil, alimentação por baterias 9v, com visor e contador de BCF (batimentos cardíacos fetais) e ajuste de volume. Em material resistente e de fácil higienização. | UND | 15 | | 502,44 | 7.536,60 |
| 363. | **Escada clínica para maca 2 degraus,** em estrutura tubular de inox, com dois degraus resistentes, com piso emborrachado e pés de borracha antiderrapante. Armação em tubos redondos de 3/4", Degrau revestido com material sintético antiderrapante, Pés com ponteira de PVC, Dimensões externas aproximadas: comprimento 0,38cm x largura 0,37cm x 0,41cm de altura. | UND | 15 | | 181,33 | 2.719,95 |
| 364. | **Foco auxiliar para exames clínicos e ginecológicos:** Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150cm. Pintura em epóxi. Base do pedestal com 04 rodízios, Alimentação elétrica automática de 110 à 220v. 50/60Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Certificado Inmetro. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. | UND | 10 | | 493,33 | 4.933,30 |
| 365. | **Maca Ginecológica:** Estrutura construída em MDF 15mm de alta qualidade, revestido internamente e externamente na cor branco, com pés em tubos quadrados com reguladores de nível para perfeito alinhamento ao piso, revestidos com pintura eletrostática conferindo maior resistência química e mecânica contra impactos, corrosão e radiação, com durabilidade maior do que os processos | UND | 5 | | 1.215,83 | 6.079,15 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | normais de pintura. Especificação do gabinete Duas portas com dobradiças de abertura de 270º e quatro gavetas com corrediças metálicas. Leito da maca Dividido em 3 partes, com espuma de densidade D26 e revestido com material impermeável, de fácil antissepsia e de boa qualidade e durabilidade. Encosto com 5 níveis de regulagem, através de cremalheira cromada, sendo as seguintes inclinações: 60°, 50°, 40°, 30° e a posição reta, proporcionando maior conforto à paciente. Assento fixo. Peseira com regulagem de inclinação em 4 níveis sendo totalmente levantada, 20°, 40° e totalmente abaixada. Movimento podendo ser realizado através de manipulo lateral, facilitando o manuseio para o profissional. Itens adicionais inclusos Porta-coxas revestido removíveis e reguláveis em altura fabricado em poliuretano com alma de alumínio. Gaveta de coleta sob o assento fabricada em aço inox. | | | | | |
| 366. | **Maca Hospitalar elétrica:** Para uso específico na Sala de Emergência. Comandos elétricos para acelerar atendimentos que exijam mudança rápida de decúbito. Possuir comandos para elevação de cabeceira, pés, inclinação e altura do leito. Grades laterais para segurança. Suporte até 200kg. Superfície de fácil desinfecção. Rodízios para transporte com travas de segurança. | UND | 4 | | 2.575,33 | 10.301,32 |
| 367. | **Mesa de Mayo:** Estrutura em tubo de aço inox, montada sobre tripé com rodízios de material termoplástico – haste em tubo de aço inox, regulável através de manípulo. Dimensões: 0,40 x 0,52 x 0,87m (CxLxA). Bandeja de inox 48 x32 cm. Rodízios 2 polegadas. | UND | 10 | | 416,57 | 4.165,70 |
| 368. | **Monitor Automático de Pressão Sanguínea Digital:** Mostrador digital. Medição: Método oscilométrico. Limite de medição: Pressão 0 a 299 mmHg. Freqüência de pulso: 30 a 199 BPM. Precisão: Pressão: por volta de+ ou – 3 mmHg ou 2% Freqüência de pulso: por volta de + ou – 5% de leitura. Inflação: automática por bombeamento. Esvaziamento: Automático pela válvula | UND | 8 | | 149,06 | 1.192,48 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | de controle eletromagnética. Detecção de pressão: Sensor de pressão semicondutor de capacidade eletrostática | | | | | |
| 369. | **Monitor Multiparâmetros:** ECG-Respiração-Pulsação- Oximetria-Pressão não invasiva- Temperatura Pacientes adultos, pediátricos e recém-nascido. Portátil, preciso e tolerante a movimentos. Tela LCD colorida. Análise de segmento ST, arritmia e detecção de marca-passo. Bateria de lítio. Memória interna para armazenamento de dados. Alarmes visuais e sonoros. Alça para transporte acoplada. Registro da ANVISA | UND | 3 | | 8.378,00 | 25.134,00 |
| 370. | **Muleta Canadense:** estrutura alumínio, tratamento superficial anodizado, acabamento superficial pintado, material ponteira náilon, apoio articulado antebraço, apoio mão em náilon, resistência até 130kg. | UND | 10 | | 83,00 | 830,00 |
| 371. | **Nebulizador Hospitalar:** Compressor para utilização ambulatorial, com mecanismo totalmente isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Suporte com rodízios. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, com duas a quatro saídas para uso simultâneo. | UND | 10 | | 1.346,95 | 13.469,50 |
| 372. | **Nebulizador Ultrassônico:** 110v, registro na ANVISA. Copo lavável e reutilizável. | UND | 8 | | 151,67 | 1.213,36 |
| 373. | **Oxímetro Neonatal:** Portátil com Alarme e Curva Plestimográfica - Sensor Y Visor LCD colorido de alta resolução; Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal; Possui 5 formatos de visualização; Indicação da SpO2 , frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências; Alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis; Memória interna dos eventos e conexão USB para computador; Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional); Capa protetora com suporte | UND | 6 | | 1.558,98 | 9.353,88 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | para acomodar em superfícies planas; Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado; Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal; Sensor de SpO2 padrão Nellcor; - Sensor Neonatal. Este KIT contém: 01 Oxímetro portátil C/ curva UT-100 - Sensor de oximetria tipo"Y" EPX-150 Epex. | | | | | |
| 374. | **Poltrona Hospitalar:** Reclinável, assento, encosto, apoio de braços e pés articulados. Apoio de pés acoplado a poltrona, acabamento estofado de espuma revestido em courvin, largura 74 cm, profundidade 74, estrutura tubular, aplicação hospitalar, modelo encosto e braço regulável. | UND | 10 | | 1.179,42 | 11.794,20 |
| 375. | **Prancha para resgate completa:** Conjunto para resgate composto por: 1* Prancha longa para resgate, confeccionada em madeira naval, com dimensões de no mínimo 1.88x0.47x0,8cm (comprimento x largura x espessura), deverá suportar até 180kg. 2* Cinto tipo aranha, Modelo Adulto. Confeccionado em fitas de poliamida 100%,50mm de largura, sendo 1 tirante principal de cor preta, com sistema em V e altura regulável e 4 tirantes transversais em diversas cores, regulável em suas alturas, com fechos de regulagem em velcro. 3* Imobilizador Lateral de Cabeça, tamanho Adulto, Composto por três partes: blocos, base e imobilizadores de testa e queixo, com regulagens em velcro. | UND | 3 | | 452,66 | 1.357,98 |
| 376. | **Seladora térmica para papel grau cirúrgico 110v:** Indicada para selagem de envelopes próprios para esterilização (filme plástico/papel). Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura. Bivolt Automático (110-240V). Sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem. Sistema de avisos com led's indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana. Desligamento automático em caso de inatividade por 60 minutos. Potência: 80W. Área de | UND | 8 | | 254,80 | 2.038,40 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | selagem (comprimento): 30 cm. Espessura de selagem: 12 mm. Compacta, dimensões (L x A x P): 44,2 x 12,5 x 30,5 cm. Medidas Embalagem (L x A x P): 45,0 x 12,5 x 31,0 cm. Garantia: 2 anos. | | | | | |
| 377. | **Suporte Móvel para Soro:** Confeccionado em tubos de aço inoxidável, com quatro rodízios de 2", altura ajustável**.** | UND | 15 | | 166,68 | 2.500,20 |
| 378. | **Suporte Saco Hamper:** Estrutura Tubular em aço inoxidável: 3 a 4 Rodízios 2", saco em algodão crú com capacidade para até 100L. | UND | 7 | | 249,42 | 1.745,94 |
| 379. | **Equipamento médico-hospitalar do tipo Cardioversor/Desfibrilador** com tecnologia de onda bifásica exponencial truncada, com compensação de impedância do paciente. Portátil, com alça de transporte integrada e gabinete de alta resistência a impactos. Requisitos Mínimos: •Monitorização: Tela colorida de alta resolução (mínimo 8 polegadas), com interface touchscreen e visualização simultânea de curvas de ECG e parâmetros vitais. •Modos de Operação: Operação em modo Manual, Cardioversão Sincronizada e Modo DEA (Desfibrilador Externo Automático) com orientações por voz e texto em português. •Escala de Energia: Seleção de carga de 1 a 250 Joules, com sistema de segurança que limita a carga para uso pediátrico/neonatal (máximo 50J) através de reconhecimento automático das pás. •Parâmetros Integrados: Monitor de ECG (mínimo 7 derivações), Oximetria de Pulso (SpO2) e Pressão Não Invasiva (PNI). •Marcapasso (Opcional conforme sua necessidade): Marcapasso externo transcutâneo nos modos Fixo e Demanda. •Registro e Impressão: Impressora térmica integrada para registro automático de eventos e curvas de ECG. •Alimentação: Funcionamento em rede elétrica bivolt automática (90-240V) e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 4 horas de monitoração. •Acessórios inclusos: Jogo de pás permanentes (adulto e pediátrico integrados), cabo de paciente de 5 vias, sensores de | UND | 2 | | 24.700,00 | 49.400,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | oximetria e braçadeiras de pressão." •Registro na ANVISA, Certificado de Calibração e assistência técnica autorizada em território nacional. | | | | | |
| **TOTAL:** R$ 7.966.331,29 (Sete milhões, novecentos e sessenta e seis mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos.) | | | | | | |

**Obs.: A validade do produto será de no mínimo de 06 (seis) meses.**

Valor total estimado: R$ 7.966.331,29 (Sete milhões, novecentos e sessenta e seis mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos.)

1.3. Havendo mais de um item ou lote faculta-se a licitante a participação em quantos forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve a licitante enviar proposta para todos os itens que o compõem (quando for o caso);

1.4. O objeto desta contratação não se enquadrada como sendo bem de luxo;

1.5. Materiais não devem conter substâncias tóxicas que possam prejudicar a saúde dos usuários.

**1.6. O objeto desta contratação será exclusivo para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP).**

1.7. Exceção à Exclusividade para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP): Para os itens **15, 25, 26, 61, 62, 94, 95, 104, 113, 114, 137, 144, 193, 194, 195, 199, 200, 237, 265, 303, 304, 305 e 354.,** a participação estará aberta a todas as empresas interessadas, independentemente de seu porte, garantindo-se a competitividade e a busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Os demais itens do edital permanecem com a exclusividade de participação para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme o item 1.6.

1.7.1. Esta medida se justifica em razão de o valor estimado para cada um desses itens ultrapassar o limite legal estabelecido para a participação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

**2. Das regras relativas à convocação.**

2.1. **A participação da licitante no Pregão Eletrônica se dará por meio de participação através de empresas associadas a "PLATAFORMA ELETRÔNICA LICITAR DIGITAL - https://ammlicita.org.br, às 09h00min do dia 08 de junho de 2026**, a qual por meio de

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

seu operador designado indicará implícito conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

2.2. O acesso do operador ao Pregão Eletrônico, para efeito de registrar a proposta e dar lances em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

2.3. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer Pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da plataforma eletrônica.

2.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo plataforma eletrônica **https://ammlicita.org.br** a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.5. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

2.6. A participação no Pregão Eletrônico, na forma eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente registro da proposta de preços e inserção dos respectivos documentos de habilitação exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados, data e horário limite estabelecido.

2.7. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

2.8. É vedado ao licitante identificar-se em sua proposta ao lançá-la no sistema ou no decorrer da sessão do Pregão Eletrônico, sob pena de desclassificação do licitante.

2.9. A desclassificação de que trata o subitem 2.8, não ocorrerá nos casos em que for solicitado a inserção de planilhas, fichas técnicas, catálogos ou outros elementos, e esses terem sidos anexados pela licitante sendo fabricante e a marca ofertada sendo o seu nome empresarial.

2.10. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida através da plataforma eletrônica https://ammlicita.org.br.

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

2.11. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

2.12. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o **MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

2.13. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

2.13.1. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação;

2.13.2. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

2.13.3. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; (ANEXO III);

2.13.4. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; (ANEXO III);

2.13.5. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. (ANEXO III);

2.14. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021;

2.15. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021;

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

2.16. A falsidade da declaração de que trata os itens 2.13 ou 2.13.7 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital;

2.17. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances;

2.18. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances;

2.19. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. Sobretudo o andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal "https://ammlicita.org.br", que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento;

2.20. O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

2.21. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

2.22. Em se tratando de procuração por instrumento público ou particular, ou, Termo de Credenciamento, conforme **Anexo IV**, através do qual lhe seja atribuído poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao Pregão em nome da licitante no caso de credenciado(a) não sócio;

2.23. Contrato social ou documento equivalente;

2.24. A Microempresa – ME – e Empresa de Pequeno Porte – EPP – deverá apresentar ainda declaração de que no ano-calendário de realização da licitação pública ainda não celebrou contratos administrativos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte – EPP –, conforme **Anexo III**;

2.25.A licitante que não se credenciar ficará impedido de participar da fase aberta de lances, de negociação de preços, declarar a intenção de interpor Recurso Administrativo, de renunciar direitos, enfim, para representar a licitante.

2.26. Havendo necessidade, a sessão pública será suspensa, será informado no "chat" novo dia e horário para a continuidade do certame.

**3. Da participação e não participação**

3.1. Poderão participar deste Pregão todos os interessados do ramo de atividades pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento constantes neste Edital e que estiverem previamente credenciados no Sistema da LICITAR DIGITAL (https://ammlicita.org.br) utilizado pela Prefeitura Municipal de Luisburgo.

3.2. Não poderão participar deste Pregão a(s) licitante(s):

3.2.1. que não atendam às condições deste edital;

3.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

3.2.3.1. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.2.3.2. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.2.3.3. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.2.3.4. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau;

3.2.3.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº. 6.404/1976, concorrendo entre si;

3.2.3.6. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista

3.2.3.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP –, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

3.2.4. Outras vedações previstas em Lei, inclusive na Lei Orgânica Municipal – LOM;

3.3. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

3.4. aplica-se o disposto na alínea "3.2.3.3" também a licitante(a) que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica da licitante;

**4. Da apresentação da proposta e garantia**

4.1. A proposta deverá ser apresentada dentro da "PLATAFORMA ELETRÔNICA LICITAR DIGITAL - https://ammlicita.org.br/", sendo que o registro da proposta pressupõe o pleno conhecimento, aceitação e atendimento das condições do Edital, inclusive com relação às quantidades, aos prazos, forma de entrega dos produtos, forma de apresentação de declarações e documentos de habilitação.

4.2. Na proposta deve constar, sob pena de desclassificação, declaração de que sua proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição da República de 1988 – CR/88 –, nas leis trabalhistas, nas normas legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta – TAC – vigentes na data de entrega das propostas, conforme **Anexo III**.

4.3. Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 da Lei nº. 14.133/2021.

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

4.4. A licitante deverá observar o descritivo do item, constante deste edital e seus anexos, bem como as cláusulas presentes neste instrumento. A apresentação de proposta subentende que o licitante observou os descritivos e que cumpre plenamente as exigências do edital e seus anexos, não podendo alegar desconhecimento dessas disposições.

4.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.6. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto desta licitação será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.

4.7. A inclusão de outras condições de pagamento não previstas neste Edital não será considerada para qualquer fim.

4.8. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.9. Os licitantes deverão respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, sendo opcional à Administração verificar por meio de diligências, eventuais discrepâncias nos preços obtidos na licitação e desclassificar as propostas inadequadas.

4.10. No preenchimento da proposta eletrônica deverão obrigatoriamente ser informadas no campo próprio as marcas e modelos dos produtos ofertados, quando cabível, e os valores unitários e totais (com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula). A não inserção destas informações neste campo implicará na desclassificação da empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta. Exceto nos casos de serviços, no qual não é exigido a apresentação de marca e modelo.

4.11. A cotação de duas marcas/modelos para o mesmo item acarretará a desclassificação do licitante.

4.12. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão Eletrônico.

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

4.13. Ficará sujeita à aplicação das penalidades, a licitante que deixar de apresentar os documentos solicitados neste edital, ou apresentá-los de forma defeituosa, desde que constatada a má fé.

4.14. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

4.15. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo órgão competente e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução do contrato.

4.16. O não atendimento das especificações contidas neste edital acarretará a desclassificação da proposta.

4.17. Não será exigida garantia de proposta para participação neste certame.

**5. Da apresentação dos documentos de habilitação**

5.1. Deveram ser apresentados os documentos de habilitação dentro da PLATAFORMA ELETRÔNICA LICITAR DIGITAL - https://ammlicita.org.br.

5.2. No caso de a licitante da proposta provisoriamente vencedora não preencher os requisitos de habilitação, deverá ser chamado os licitantes subsequentes na ordem de classificação das propostas.

**6. Do critério de julgamento, modo de disputa, margem de preferência, tratamento diferenciado.**

6.1. O critério de julgamento será **menor preço POR ITEM**.

6.2. O modo de disputa será: **ABERTO.**

6.3. As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública.

6.4. Após apresentação das propostas no sistema pela PLATAFORMA ELETRÔNICA LICITAR DIGITAL - https://ammlicita.org.br, a(s) licitante(s) apresentará(ão) sua(s) proposta(s) por meio de lances públicos e sucessivos, de forma decrescente, no prazo de10min;

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

6.5. Iniciada a etapa competitiva, a(s) licitante(s) deverá(ão) encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.6. A licitante somente poderá oferecer valor inferior em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7. A licitante poderá oferecer lances sucessivos iguais ou inferiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como "lances intermediários" para os fins deste edital.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de ***R$0,10 (dez centavos).***

6.9. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.10. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.11. Durante o procedimento, a(s) licitante(s) será(ão) informada(s), em tempo real, do valor do menor lance registrado.

6.12. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.

6.13 Em caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

6.13.1. disputa final, hipótese em que as licitantes empatadas poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação.

6.13.2. avaliação do desempenho contratual prévio das licitantes, para qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei nº. 14.133/2021.

6.13.3. desenvolvimento pela licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme Legislação Municipal que dispõe sobre equidade entre homens e mulheres.

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

6.13.4. desenvolvimento pela licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.14 Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.14.1. licitantes estabelecidas no Estado de Minas Gerais.

6.14.2. licitantes brasileiras.

6.14.3. licitantes que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país.

6.14.4. licitantes que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

6.15. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

6.16. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 2º (segundo) lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, para definição das demais colocações.

6.17. Após o reinício previsto no subitem 6.16 **ou** 6.17, as licitantes serão convocadas para apresentar lances intermediários.

6.18. Caso seja adotado para o envio de lances no Pregão eletrônico o modo de disputa "**ABERTO"**, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e aberto.

6.18.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 10 (dez) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até 02 (dois) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.19. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em 1º (primeiro) lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação administrativa.

6.20. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

6.21. No caso do subitem 6.20 **ou** 6.21, será encaminhada contraproposta a licitante(a) que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.

6.22. A negociação poderá ser feita com o(s) demais licitante(s) classificada(s), respeitada a ordem de classificação, quando a 1º (primeiro) colocada, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

6.23. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento do Pregão.

6.24. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares, adequada ao último lance.

6.25. Será desclassifica a proposta vencedora que:

6.25.1. contiver vícios insanáveis;

6.25.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

6.25.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.25.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.25.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

6.26. Quando a licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

6.26.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

6.26.2. apresentar 01 (um) ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

6.27. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.28. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pela licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

6.29. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.30. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.32. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.34. Se a proposta ou lance vencedora for desclassificada, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

6.35. Neste Pregão não será estabelecida margem de preferência, notadamente em razão da ausência de decisão fundamentada do Poder Executivo Federal (inciso I do § 1º do art. 26 da Lei nº. 14.133/2021), bem como o fato de não existir regulamentação local (inciso II do art. 26 da Lei nº. 14.133/2021).

**7. Da habilitação**

**7.1. Habilitação jurídica:**

7.1.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial respectiva;

7.1.2. Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI;

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

7.1.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU – ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

7.1.4. Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no país: Decreto de autorização para funcionamento no Brasil;

7.1.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

7.1.6. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº. 5.7564/1971.

7.1.7. Associação: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas da respectiva sede.

7.1.8. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

**7.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista:**

7.2.1. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

7.2.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do(a) licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

7.2.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal;

7.2.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;

7.2.4.1. Caso a licitante seja considerada isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

7.2.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal;

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

7.2.6. Prova de regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS –, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

7.2.7. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

7.2.8. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República de 1988 – CR88, conforme **Anexo III**.

**7.3. Habilitação econômico-financeira**

7.3.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

7.3.2 - Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, nos termos do inciso I do art. 69 da Lei nº 14.133/2021, conforme a seguir:

7.3.2.1 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, apresentados na forma da lei (Registrado ou SPED), assinado por profissional devidamente e regularmente habilitado (contador), registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, admitida, quando aquelas peças de escrituração contábil estiverem encerradas há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, a atualização pelo ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou por outro indicador que o venha a substituir.

7.3.2.2 Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

7.3.2.1.1 Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima – S/A):

- registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
- publicados em Diário Oficial; e
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

7.3.2.1.2 Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro Órgão equivalente; ou

7.3.2.1.3 O Balanço Patrimonial deverá estar devidamente acompanhado dos Termos de Abertura e de Encerramento, na forma do item 9 – C da norma de escrituração contábil

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

ITG 2000 (R1), a fim de comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

7.3.3 A comprovação da boa situação financeira da licitante será atestada por documento assinado por profissional legalmente habilitado demonstrando que a empresa apresenta "Índice de Liquidez Geral (LG)", devendo ser ≥ a 1, "Índice de Solvência Geral (SG)" devendo ser ≥ a 1 e "Índice de Liquidez Corrente (LC)" devendo ser ≥ a 1, para os 2 (dois) últimos exercícios sociais, segundo os valores e fórmulas de cálculo abaixo indicados:

LG = AC + RLP/PC + ELP

Onde:

LG = Liquidez Geral

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível a Longo Prazo SG = AT/PC + ELP

Onde:

SG = Solvência Geral

AT = Ativo total

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível a Longo Prazo

LC = AC/PC

Onde:

LC = Liquidez Corrente

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

7.3.3.1 Para fins de cálculo dos índices referidos anteriormente, as licitantes deverão utilizar duas casas após a vírgula, desconsiderando-se as demais, sem arredondamento.

7.3.3.2 As fórmulas acima apontadas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço, devidamente assinado pelo contador da licitante;

7.3.3.3 Se necessária à atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

7.3.4 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º);

7.3.4.1 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 02 (dois) anos. (Lei nº14.133, de2021, art. 69, §6º);

7.3.5 - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura, nos termos do §1º do art. 65 da Lei nº 14.133/2021.

**7.4. Qualificação Técnica**

7.4.1. A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para o fornecimento.

7.4.2. Autorização de Funcionamento (AFE) da empresa participante da licitação ou cópia da publicação no Diário Oficial da União da AFE especial, nos itens comprovadamente que exige o respectivo documento

7.4.3. Licença de localização e funcionamento atualizado, expedido pela prefeitura municipal na sede da licitante;

7.4.4. Licença Sanitária emitida pelo órgão responsável pela Vigilância Sanitária expedido pela prefeitura municipal na sede da licitante, em vigor na data de abertura do certame ou cópia da publicação no Diário Oficial da União com prazo para comercialização – legível. Caso a Licença Sanitária esteja vencida, apresentar juntamente com a Licença Sanitária o comprovante de protocolo de pedido de atualização da Licença.

**7.5. Habilitação por declaração**

7.5.1. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitação da Previdência Social, previstas em lei e outras normas específicas **ou** é desobrigado de cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitação da Previdência Social, conforme previsto em lei e outras normas específica, conforme **Anexo III.**

**7.5.1.1. As declarações deverão estar anexadas junto a documentação de habilitação, não será permitido a juntada dos documentos após a data da sessão, salvo perante diligência.**

7.5.1.2. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.6. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

7.6.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pela(s) licitante(s) e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

7.6.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

7.7. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação, após provocação do(a) Pregoeiro(a), poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.8. Os documentos de habilitação poderá ser:

7.8.1. apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela Administração;

7.8.2. substituída por registro cadastral emitido pela Administração, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposta na Lei nº. 14.133/2021.

**8. Das impugnações, dos pedidos de esclarecimentos e dos recursos**

8.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei nº. 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.

8.1.1. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no sítio https://www.luisburgo.mg.gov.br/transparencia/licitacoes, e pela PLATAFORMA ELETRÔNICA LICITAR DIGITAL - https://ammlicita.org.br, no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitando ao último dia anterior à data de abertura do certame.

8.2. Dos atos da Administração decorrentes deste Pregão cabem:

8.2.1. recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

8.2.1.1. julgamento de propostas;

8.2.1.2. ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

8.2.1.3. anulação ou revogação do Pregão;

8.2.1.4. extinção do contrato administrativo, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração;

8.2.2. pedido de reconsideração, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação, relativa a ato do qual não caiba recurso hierárquico.

8.3. Quando ao recurso apresentado em virtude do disposto nos subitens 8.2.1.1 e 8.2.1.2 serão observadas as seguintes disposições:

8.3.1. a Licitante terá o prazo 30min (trinta minutos) para manifestar a intenção de recorrer pela PLATAFORMA ELETRÔNICA LICITAR DIGITAL - https://ammlicita.org.br, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de inversão de fases previstas no §1º do art. 17 da Lei nº. 14.133/2021, da ata de julgamento.

8.3.2. a apreciação dar-se-á em fase única.

8.4. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.5. O prazo para apresentação de contrarrazões será de 03 (três) dias úteis e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

8.5.1. A intimação pessoal poderá ser feita por meio eletrônico, tal como: e-mail.

8.6. Será assegurado a licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

8.7. O recurso de que trata o subitem 8.2 será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

8.8. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias.

8.9. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

**9. Das penalidades da licitação pública**

9.1. A licitante ou a Contratada será responsabilizada administrativamente pelas seguintes infrações:

9.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato administrativo;

9.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato administrativo que cause grave dano ao Contratante ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3. der causa à inexecução total do contrato administrativo;

9.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

9.1.5. não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

9.1.6. não celebrar o contrato administrativo ou não entregar a documentação exigida para a contratação administrativa, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação administrativa sem motivo justificado;

9.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato administrativo;

9.1.9. fraudar a licitação pública ou praticar ato fraudulento na execução do contrato administrativo;

9.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

9.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

9.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

9.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

9.2.1. Advertência: quando a Contratada der causa à inexecução parcial do contrato administrativo, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (§ 2º do art. 156 da Lei nº. 14.133/2021);

9.2.2. Impedimento de licitar e contratar administrativamente: quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.7 do subitem acima deste contrato administrativo, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (§ 4º do art. 156 da Lei nº. 14.133/2021);

9.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar administrativamente: quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11 e 9.1.12 do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.7, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (§ 5º do art. 156 da Lei nº. 14.133/2021)

9.3. Multa:

9.3.1. moratória de 20% (vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

9.3.1.1. O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza ao Contratante a promover a rescisão do contrato administrativo por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.

9.3.2. compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato administrativo, no caso de inexecução total do objeto;

9.4. A aplicação das sanções previstas neste contrato administrativo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (§ 9º do art. 156 da Lei nº. 14.133/2021)

9.5. Todas as sanções previstas neste contrato administrativo poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º da Lei nº. 14.133/2021).

9.6. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa da Contratante no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157 da Lei nº. 14.133/2021)

9.7. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante a Contratado, além da perda desse valor, a

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (§ 8º do art. 156 da Lei nº. 14.133/2021).

9.8. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

9.9. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.10. Na aplicação das sanções serão considerados (§ 1º do art. 156 da Lei nº. 14.133/2021):

9.10.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
9.10.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.10.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

9.10.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

9.10.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.11. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei nº. 14.133/2021).

9.12. A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste contrato administrativo ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei nº. 14.133/2021).

9.13. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS – e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP –, instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei nº. 14.133/2021).

9.14. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/2021.

**10. Da gestão do contrato administrativo**

10.1. A gestão do contrato administrativa está prevista no TR.

**11. Da entrega do objeto**

11. A entrega do objeto está prevista no TR.

**12. Das condições de pagamento**

12. As condições ou critérios de pagamento estão previstas no TR.

**13. Da matriz de alocação de riscos entre Contratante e Contratada**

13.1. A matriz de risco não é obrigatória nesta contratação administrativa, conforme legislação municipal.

**14. Do contrato administrativo**

14.1. Após a adjudicação e homologação da contratação administrativa, será firmado o contrato administrativo.

14.2. Na hipótese de suspensão do contrato administrativo por ordem ou inadimplemento da Administração, a Contratada ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou adimplemento pela Administração, quando for o caso.

14.3. A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados na data da convocação, para assinar o contrato administrativo, sob pena de decair o direito à contratação administrativa, sem prejuízo das sanções previstas.

14.3.1. O prazo previsto para assinatura do contrato administrativo poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada da licitante vencedora e aceita pela Administração.

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

14.4. Será facultada a Administração, quando a convocada não assinar o contrato administrativo, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato administrativo nas condições propostas pela licitante vencedora.

14.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital de convocação para a contratação administrativa, ficará as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

14.6. Na hipótese de nenhum licitante aceitar a contratação nos termos do subitem 14.3, a Administração observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos deste edital, poderá:

14.7.1. convocar as licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço da adjudicatária;

14.7.2. adjudicar e celebrar o contrato administrativo nas condições ofertadas pelas licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

14.8. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato administrativo no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor da Administração:

14.9. Alternativamente à convocação para comparecer perante a Administração para a assinatura do contrato administrativo, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento – AR – ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento.

14.10. O prazo de vigência da contratação será contado a partir da data de assinatura do contrato e se estenderá por 12 meses.

14.11. Na assinatura do contrato administrativo, a licitante vencedora apresentará os documentos de habilitação que estiverem vencidos.

**15. Das disposições gerais**

15.1. Os documentos serão produzidos por escrito com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis.

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

15.2. O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição de qualificação da licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação pública ou a invalidação do Processo Administrativo de Licitação Pública.

15.3. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

15.5. O reconhecimento da firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal.

15.6. Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados armazenados e validados por meio eletrônico.

15.7. Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

15.8. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pela(s) licitante(s), cujo prazo não conste deste edital, deverá ser atendido o prazo indicado pelo(a) Pregoeiro(a) na respectiva notificação.

15.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

15.10. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

15.11. As normas disciplinadoras deste edital serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação administrativa.

15.12. A(s) licitante(s) assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

15.13. Integram este Aviso, para todos os efeitos, os seguintes anexos:

15.13.1. Anexo I – ETP;

15.13.2. Anexo II – TR;

15.13.3. Anexo III – Declarações Unificadas;

15.13.4. Anexo IV – Termo de Credenciamento;

15.13.5. Anexo V – Ata de Registro de Preços – ARP;

15.13.6. Anexo VI – Minuta de contrato administrativo.

Luisburgo – MG, 18 de maio de 2026.

Sebastião Braga de Souza
Secretário Municipal de Saúde

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

**ANEXO I**

**Processo Administrativo de Licitação Pública nº. 061/2026**
**Pregão Eletrônico nº. 030/2026**
**Registro de Preço nº. 027/2026**

# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

## 1. INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Órgão: Município de Luisburgo.

Categoria ETP: Aquisição de bens.

O presente Estudo Técnico Preliminar – ETP, elaborado em conformidade com os dispositivos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normativos aplicáveis, constitui a etapa inicial do planejamento da contratação pública, com o objetivo de assegurar a viabilidade técnica, a economicidade e a adequação da futura contratação, fornecendo os subsídios necessários para a elaboração do Termo de Referência.

Este estudo visa analisar a necessidade da contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais ambulatoriais, hospitalares e insumos, com vistas a atender de forma contínua e eficiente as demandas das Unidades de Saúde e das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) do Município de Luisburgo/MG, garantindo condições adequadas para a prestação dos serviços de saúde à população.

O presente levantamento técnico tem por finalidade garantir a eficiência e a economicidade da contratação, avaliando as melhores soluções disponíveis no mercado, de modo a assegurar o fornecimento adequado dos materiais e insumos, em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a Administração Pública.

## 2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Trata-se da aquisição é de material ambulatorial e hospitalar é necessária para atender as Unidades Básicas de Saúde do município, estes insumos são fundamentais para garantir à continuidade ao atendimento da população do município, bem como, garantir a realização segura e eficaz de procedimentos médicos, consultas e demais atividades assistenciais.

## 3. SETOR(ES) REQUISITANTE(S):

Secretaria Municipal de Saúde.

## 4. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO:

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

Previsão na Lei Orçamentária Anual – LOA 2026

## 5. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

A aquisição de Material Médico Hospitalar tem natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Os objetos do presente processo licitatório, deverão ser entregues nos locais predeterminados pela secretaria solicitante, neste Município, sem nenhum tipo de ônus para o município, nos prazos e formas estabelecidas pelo edital.

Efetuar a entrega e execução do objeto em perfeitas condições, no prazo e locais

indicados pela Secretaria, em estrita observância das especificações do edital, termo de referência e da proposta, acompanhada da respectiva nota fiscal constando detalhadamente a procedência e prazo de garantia;

A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo.

Na substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a Contratante.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório;

Fiscalizar a execução do Contrato/ATA;

Efetuar o pagamento à CONTRATADA mediante apresentação pela CONTRATADA,

da correspondente Nota Fiscal.

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para o fornecimento dos bens pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021:

I – Fiscal, social e trabalhista, sendo:

- A inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

- A inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- A regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- A regularidade perante a Justiça do Trabalho;

II - Econômico-financeira.

- Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

## 6. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

O levantamento de mercado foi realizado por meio de pesquisas de preços utilizando o Banco de Preços anexo, consultas a bancos de dados públicos e análise de contratações anteriores realizadas por órgãos públicos.

Essa metodologia permitiu a obtenção de cotações atualizadas e alinhadas aos valores praticados no mercado, em conformidade com o art. 23 da Lei Federal 14.133/2021.:

Após análise, concluiu-se que a realização de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, para registro de preços, é a solução mais adequada para atender às necessidades da gestão pública, considerando a natureza contínua e parcelada do fornecimento de materiais ambulatoriais, hospitalares e insumos. Essa modalidade proporciona maior participação de licitantes interessadas, resultando na obtenção de propostas mais vantajosas, otimizando recursos e garantindo a eficiência no fornecimento dos itens ao longo da vigência da ata.

Foram avaliadas três alternativas de solução disponíveis no mercado para atendimento da demanda: contratação de uma única empresa para o fornecimento integral dos materiais ambulatoriais, hospitalares e insumos; contratação de empresas distintas, por meio de divisão em lotes ou itens, conforme a especificidade dos produtos; e aquisição direta pela Administração Pública, mediante compras isoladas e sem planejamento prévio.

Dessa forma, a solução mais adequada consiste na realização de Pregão Eletrônico para Registro de Preços, com julgamento por item, garantindo maior eficiência, economicidade e continuidade no atendimento das demandas das Unidades de Saúde e ESFs do Município de Luisburgo/MG.

Considerando o orçamento prévio realizado, conforme abaixo:

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Abaixador de Língua:** Espátula clínica, fabricada com substância não tóxica, inodora, insípida, resistente a quebras e à esterilização por autoclave, superfície lisa e livre de farpas e que não solte resíduos, extremidades arredondadas, medindo aproximadamente 14cm de comprimento; 1,4cm de largura; 0,5mm de espessura, embalado em pacote com100 unidades, cada. registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | PCT | 600 | | 24,40 | 14.640,00 |
| 2. | **Ácido Acético 2%:** Embalagem 1000 ml, com validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. registro na ANVISA. | FR | 100 | | 27,04 | 2.704,00 |
| 3. | **Ácido Peracético** 0,2% Pronto p/ Uso - 1L: Indicado para: Desinfecção de artigos semicríticos como, equipamentos em geral, endoscópios, tubos corrugados, kits de micro nebulização, nebulizadores de oxigênio, aço inox, aço cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex. Produto de uso profissional. Embalagem com 1 litro de Ácido Peracético 0,2%. Pronto para uso. Desinfetante de alto nível. Eficaz contra um amplo espectro de microorganismos. Validade de no mínimo 18 meses a partir da data de entrega. | FR | 200 | | 194,00 | 38.800,00 |
| 4. | **Água Destilada 5L:** Livre de minerais e impurezas, sem misturas com outras substâncias e microrganismos. | GL | 100 | | 22,73 | 2.273,00 |
| 5. | **Água Oxigenada 10 Volumes:** Antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos contendo no rotulo o nome dos produtos, classificação, modo de usar, cuidados com a conservação. Apresentação em frasco de 1000ml (1 litro) de cor opaca. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. registro na ANVISA. | FR | 200 | | 13,84 | 2.768,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | **Agulha descartável 13x0,3mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular, subcutâneo e intradérmico, na infusão de medicamentos. Cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em polipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de recebimento do produto. Caixas com 100 unidades | CX | 6 | | 15,05 | 90,30 |
| 7. | **Agulha descartável 13x0,45mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular, subcutâneo e intradérmico, na infusão de medicamentos. Cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em polipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de recebimento do produto. Caixas com 100 unidades | CX | 600 | | 22,35 | 13.410,00 |
| 8. | **Agulha descartável 20x0,55mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular e intramuscular na infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos corpóreos cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em polipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de recebimento do produto. Caixas com 100 unidades. | CX | 200 | | 22,86 | 4.572,00 |
| 9. | **Agulha descartável 25x0,6mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular e | CX | 400 | | 27,12 | 10.848,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | intramuscular na infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos corpóreos cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em polipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de recebimento do produto. Caixas com 100 unidades. | | | | | |
| 10. | **Agulha descartável 25x0,7mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular, subcutâneo e intradérmico, na infusão de medicamentos. Cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em polipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de recebimento do produto. Caixas com 100 unidades | CX | 600 | | 18,74 | 11.244,00 |
| 11. | **Agulha descartável 25x0,8mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular, subcutâneo e intradérmico, na infusão de medicamentos. Cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em polipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de recebimento do produto. Caixas com 100 unidades | CX | 600 | | 24,50 | 14.700,00 |
| 12. | **Agulha descartável 30x0,7mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular e intramuscular na infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos corpóreos cânula em aço | CX | 60 | | 11,79 | 707,40 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em prolipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de recebimento do produto. Caixas com 100 unidades | | | | | |
| 13. | **Agulha descartável 30x0,8mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular e intramuscular na infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos corpóreos cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em prolipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de recebimento do produto. Caixas com 100 unidades. | CX | 60 | | 20,16 | 1.209,60 |
| 14. | **Agulha descartável 40x1,2mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular e intramuscular na infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos corpóreos cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em prolipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de entrega do produto no município. Caixas com 100 unidades. | CX | 1.000 | | 26,16 | 26.160,00 |
| 15. | **Álcool 70°GL:** Álcool etílico hidratado a 70º INPM: desinfetante de média eficiência que contém álcool etílico e água (deionizada álcool etílico hidratado 70º INPM), uma solução aquosa de álcool. Embalagem de 1L. | LT | 8.000 | | 17,65 | 141.200,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Validade mínima de 18 meses a contar da data da entrega no município. | | | | | |
| 16. | **Álcool Gel 70° GL:** Bactericida em gel, incolor, a base de água deionizada, alcool etilico, glicerina, trietanomalina, propilenoglicol, carbomero, bensoato de denatonio. Embalagem de 500mL com bico dosador. Validade mínima de 18 meses a contar da data da entrega no município. | FR | 600 | | 13,55 | 8.130,00 |
| 17. | Álcool Iodado 0,1%: Solução antisséptica alcoólica contendo 0,1% de Iodo. Garrafa de 1000ml, com validade mínima de 18 meses a contar da data da entrega no município. registro na ANVISA. | FR | 80 | | 45,54 | 3.643,20 |
| 18. | **Algodão hidrófilo 500g:** Cor branca, puro, acondicionado em rolo com camada continua de 30 cm de largura, sobre papel apropriado, o rolo deve receber segundo envoltório para completa proteção do material. Peso: 500 gramas; material: 100% algodão; produzido e testado conforme normas e padrões específicos. Validade mínima de 18 meses a contar da data da entrega no município. | RL | 1.000 | | 29,40 | 29.400,00 |
| 19. | **Almotolia Âmbar 100ml**: Almotolia confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto. | UND | 100 | | 6,00 | 600,00 |
| 20. | **Almotolia Âmbar 250ml**: Almotolia confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto. | UND | 50 | | 12,00 | 600,00 |
| 21. | **Almotolia Transparente 100ml**: Almotolia confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto. | UND | 200 | | 8,35 | 1.670,00 |
| 22. | **Almotolia Transparente 250ml**: Almotolia confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto. | UND | 300 | | 13,30 | 3.990,00 |
| 23. | **Almotolia Transparente 500ml**: Almotolia confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto. | UND | 100 | | 12,90 | 1.290,00 |
| 24. | **Aparelho de Pressão Eletrônico Adulto:**<br>• Braçadeira 23cm a 43cm (adulto e adulto grande);<br>• Braçadeira fabricada em Nylon com | UND | 10 | | 216,97 | 2.169,70 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | fechamento emvelcro; • Medição da pulsação (frequência cardíaca - BPM); • Medição da pressão arterial sistólica e diastólica; • Detector de pulsação irregular (arritmia); • Indicador gráfico de nível de pressão arterial (avaliação automática de resultado obtido e classifica o risco de hipertensão de acordo com a OMS);• Função memória, com até 240 registros, para até 2 usuários sendo 120 registros para cada; •Média das 3 últimas medições; •Display LCD; •Inflagem e deflação automática;<br>• Acompanha case/estojo para armazenamento do aparelho; • Acompanha 4 pilhas AAA para teste, indicado usar 04 pilhas alcalinas AAA; • Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação do aparelho, das demais peças tais como, braçadeira, manguito e etc: possuir garantia de 90 dias.Registro na ANVISA. | | | | | |
| 25. | **Atadura de crepom 10cmx1,8m:** Composição: ~90% de algodão cru, até 9% de poliéster, 1% de elastano. Com as bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica) isenta de defeitos. Embalagem individual com dados de identificação e procedência. registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. Embalagem com 12 unidades. | PCT | 6.000 | | 16,54 | 99.240,00 |
| 26. | **Atadura de crepom 15cmx1,8m:** Composição: ~90% de algodão cru, até 9% de poliéster, 1% de elastano. Com as bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica) isenta de defeitos. Embalagem individual com dados de identificação e procedência. registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. Embalagem com 12 unidades. | PCT | 10.000 | | 16,40 | 164.000,00 |
| 27. | **Atadura de crepom 6cmx1,8m:** Composição: ~90% de algodão cru, até 9% de poliéster, 1% de elastano. Com as bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica) isenta de defeitos. Embalagem individual com dados de | PCT | 6.000 | | 6,22 | 37.320,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | identificação e procedência. registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. Embalagem com 12 unidades. | | | | | |
| 28. | **Avental Frontal Descartável Tamanho G:** Possuir manga longa; punho de elástico; não estéril; atóxico; hipoalergênico. Confeccionado em TNT, com abertura na parte de trás; Tiras no pescoço e cintura; Tamanho único. Fabricado em 100% polipropileno. Medidas: 1,60 x 1,00cm; Gramatura: 50; Cor: Branco; Embalagem: 10 unidades em cada pacote. Registro da ANVISA. | PCT | 800 | | 31,33 | 25.064,00 |
| 29. | **Avental Frontal Descartável Tamanho M:** Possuir manga longa; punho de elástico; não estéril; atóxico; hipoalergênico. Confeccionado em TNT, com abertura na parte de trás; Tiras no pescoço e cintura; Tamanho único. Fabricado em 100% polipropileno. Medidas: 1,60 x 1,00cm; Gramatura: 50; Cor: Branco; Embalagem: 10 unidades em cada pacote. Registro da ANVISA. | PCT | 1.000 | | 31,50 | 31.500,00 |
| 30. | **Avental Frontal Descartável Tamanho P:** Possuir manga longa; punho de elástico; não estéril; atóxico; hipoalergênico. Confeccionado em TNT, com abertura na parte de trás; Tiras no pescoço e cintura; Tamanho único. Fabricado em 100% polipropileno. Medidas: 1,60 x 1,00cm; Gramatura: 50; Cor: Branco; Embalagem: 10 unidades em cada pacote. Registro da ANVISA. | PCT | 800 | | 29,51 | 23.608,00 |
| 31. | **Bolsa Coletora de Urina - Sistema Fechado:** Válvula antirrefluxo vertical. Frente transparente com escala de volume impressa de forma legível. Parte de trás leitosa facilitando leitura e visualização do aspecto da urina. Suporte de fixação com haste rígida (tipo cabide) e alça (cordão) com 40 cm. Tubo de PVC com 110cm, transparente, flexível, isento de dobras, com pinça corta fluxo. Conector universal com ajuste para as sondas vesicais, com tampa protetora. Tubo de drenagem inferior com pinça corta-fluxo. Ponto para coleta de urina com membrana de látex, auto-vedante. Atóxica, apirogênica e descartável. Capacidade | UND | 200 | | 10,63 | 2.126,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2000mL. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala. Esterilizada em ETO.<br>registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 32. | **Bolsa de urostomia para adulto:** registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | UND | 40 | | 36,02 | 1.440,80 |
| 33. | **Bolsa Térmica 1L:** Uso com água quente ou fria. | UND | 20 | | 48,36 | 967,20 |
| 34. | **Bolsa Térmica 2L:** Uso com água quente ou fria. | UND | 20 | | 86,67 | 1.733,40 |
| 35. | **Bolsa/Mochila de Resgate:** material cordura (Nylon 6.6), formato específico para armazenar itens de primeiros socorros é utilizada em atendimentos de urgência e resgate; Abertura na parte superior em material do tipo zíper resistente com 2 cursores, permitindo a abertura total; Divisórias internas tipo colmeia. Com alça de mão fixa de tamanho padrão e alças costais, tamanho padrão e regulável; Elástico para fixação de materiais diversos dentro da mochila; 2 repartições internas com bolsos e velcros de fixação. | UND | 50 | | 176,74 | 8.837,00 |
| 36. | **Bota de Unna**: Bandagem terapêutica tipo Bota de Unna. Composta por 70% poliéster e 30% algodão, ipregnada por mistura de pasta de óxido de zinco, acácia e pH neutro. Trama da bandagem projetada para não desfiar, maleável e fácil de aplicar. Medidas: 10,2cm X 9,2m Embalagem: Unidade | UND | 50 | | 50,27 | 2.513,50 |
| 37. | **Bota profissional impermeável**: Calçado profissional, em conformidade com a NR32, Produzida em material leve (EVA), na cor preta. Confortável ao uso prolongado, Fácil Higienização, Cabedal Antimicrobiana, Palmilha Antimicrobiana e solado antiderrapante. Material emborrachado, leve e confortável. Biqueira de composite, Isolante contra o | PAR | 30 | | 74,93 | 2.247,90 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frio, Isolante elétrico, Resistente a produtos químicos. Calçado de proteção tipo bota cano curto, confeccionado em EVA, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na área do salto, à isolação elétrica, isolação contra o frio e a produtos químicos. | | | | | |
| 38. | **Braçadeira de nylon**, duas vias, com fechamento em velcro, para aparelho de pressão adulto: Braçadeira com manguito de duas vias para uso em aparelhos de pressão aneroides, confeccionada em nylon e isento de látex, resistente a furos e aberturas, com fecho de contato em velcro, bordas com dobras que diminuem o risco de cortes e de arranhões, sem bainhas cosidas para rasgar ou esfiapar. Tamanho Adulto com circunferência de 18 a 35cm.<br>Com registro na ANVISA e do INMETRO. | UND | 50 | | 22,07 | 1.103,50 |
| 39. | **Cabo de Bisturi nº 3**: Cabo para bisturi n.º 3, fabricado em aço inoxidável, resistente ao processo de esterilização por autoclave. | UND | 40 | | 27,69 | 1.107,60 |
| 40. | **Caixa Organizadora** Tipo Colmeia: Em acrílico ou polipropileno, cor clara, lavável, com divisórias delimitando os nichos. Nichos com dimensão de 8-10cm em sua lateral maior e altura de 5-7cm, possibilitando acondicionar ampolas e flaconetes na vertical. | UND | 20 | | 78,04 | 1.560,80 |
| 41. | **Calçado hospitalar:** tipo babuche, fechado de acordo com a NR32; cor branca, feito em material Polimérico. Confortável, macio e leve. Solado antiderrapante. Palmilha absorvente. Fácil de limpar. | PAR | 50 | | 57,00 | 2.850,00 |
| 42. | **Campo Cirúrgico 50X50cm algodão:** Em tecido resistente (ex.: Brim), reutilizável, na cor branca. Com dois cordões de amarração, também em algodão, fixados em uma das quinas de borda, medindo 50cm de comprimento, cada. **(Não confundir com compressa cirúrgica)** | UND | 40 | | 155,52 | 6.220,80 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. | **Campo Cirúrgico 50X50cm**: Utilizado para embrulhar material cirúrgico para esterilização. Confeccionado em tecido resistente (ex.: Brim), reutilizável, na cor branca. Com dois cordões de amarração, também em algodão, fixados em uma das quinas de borda, medindo 50cm de comprimento, cada. **(Não confundir com compressa cirúrgica)** | UND | 60 | | 179,19 | 10.751,40 |
| 44. | **Campo Cirúrgico Fenestrado**: Confeccionado em tecido resistente (ex.: brim), na cor branca. Medindo 40X40cm com fenestração/janela centralizada medindo 6x6cm, reutilizável. | UND | 40 | | 78,62 | 3.144,80 |
| 45. | **Cânula Endotraqueal com Balão 3.5:** Estéril - óxido de etileno. Para intubação oral e nasal. Ponta chanfrada arredondada suave e atraumática. Conector ISO padrão de 15mm. Descartável e de uso único. Material: PVC grau Médico. | UND | 100 | | 8,78 | 878,00 |
| 46. | **Cânula Endotraqueal com Balão 4.0:** Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Componentes: Tubo Balão Baixa Pressão, Conector Montado, Balão, Aplicação: Anestesia, Diâmetro Interno: 4,50 MM, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril, | UND | 100 | | 6,19 | 619,00 |
| 47. | **Cânula Endotraqueal com Balão 7.0:** Descartável 7.0 C/balao - Solidor é um produto médico-hospitalar, de uso único fabricado em PVC, isento de látex. Formado por tubo de dureza apropriada, balão de baixa pressão e alta capacidade de volume. | UND | 200 | | 9,01 | 1.802,00 |
| 48. | **Cânula Endotraqueal com Balão 7.5:** Descartável 7.5 C/balao - Solidor é um produto médico-hospitalar, de uso único fabricado em PVC, isento de látex. Formado por tubo de dureza apropriada, balão de baixa pressão e alta capacidade de volume. | UND | 200 | | 6,82 | 1.364,00 |
| 49. | **Cânula Endotraqueal com Balão 8.0:** Descartável 8.0 C/balao - Solidor é um produto médico-hospitalar, de uso único fabricado em PVC, isento de látex. Formado por tubo de dureza apropriada, balão de baixa pressão e alta capacidade de volume. Tubo com | UND | 200 | | 7,53 | 1.506,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PVC,conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. | | | | | |
| 50. | **Cânula Guedel Silicone Adulto Grande Nº 02 Tamanho 70mm** | UND | 10 | | 6,32 | 63,20 |
| 51. | **Cânula Guedel Silicone Adulto Grande Nº 03 Tamanho 80mm** | UND | 10 | | 6,60 | 66,00 |
| 52. | **Cânula Guedel Silicone Adulto Grande Nº 04 Tamanho 90mm** | UND | 10 | | 5,02 | 50,20 |
| 53. | **Cânula Guedel Silicone Bebê Nº0 Tamanho 50mm** | UND | 10 | | 6,05 | 60,50 |
| 54. | **Cânula Guedel Silicone Criança Nº1 Tamanho 60mm** | UND | 10 | | 6,08 | 60,80 |
| 55. | **Cânula Guedel Silicone Neonatal Nº 00 Tamanho 40mm** | UND | 10 | | 6,00 | 60,00 |
| 56. | **Cânula Guedel Silicone XXL Nº 06 Tamanho 110mm** | UND | 10 | | 5,95 | 59,50 |
| 57. | **Carvão Vegetal Ativado em Pó:** Carvão ativado em pó para uso hospitalar em lavagem gástrica. Hipoalergênico; dermatologicamente testado. Embalagem de 500g. registro na ANVISA/ ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | UND | 60 | | 137,05 | 8.223,00 |
| 58. | **Cateter Intravenoso de Teflon n.º 16:** Cateter Intravenoso descartável 16G - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores | UND | 1.000 | | 2,11 | 2.110,00 |
| 59. | **Cateter Intravenoso de Teflon n.º 18:** Cateter Intravenoso descartável 18G - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do | UND | 1.000 | | 2,00 | 2.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores | | | | | |
| 60. | **Cateter Intravenoso de Teflon n.º 20:** Cateter Intravenoso descartável 20G - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores | UND | 10.000 | | 2,10 | 21.000,00 |
| 61. | **Cateter Intravenoso de Teflon n.º 22:** Cateter Intravenoso descartável 22G - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores | UND | 60.000 | | 2,00 | 120.000,00 |
| 62. | **Cateter Intravenoso de Teflon n.º 24:** Cateter Intravenoso descartável 24g - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores | UND | 60.000 | | 2,00 | 120.000,00 |
| 63. | **Cateter Tipo Óculos (adulto):** Fixação tipo óculos, destinado a aplicação de oxigênio, medicinal auxiliando na respiração do paciente, confeccionado em PVC (policloreto de vinil) cristal, com maior flexibilidade, uso adulto, transparente, flexível e atóxico, medindo 110cm, esterilizado por óxido de etileno embalado em papel grau cirúrgico - Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | UND | 1500 | | 2,42 | 3.630,00 |
| 64. | **Cateter tipo óculos (infantil):** Fixação tipo óculos, destinado a aplicação de oxigênio, medicinal auxiliando na | UND | 300 | | 4,85 | 1.455,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | respiração do paciente, confeccionado em PVC (policloreto de vinil) cristal, com maior flexibilidade, uso pediátrico, transparente, flexível e atóxico, medindo 110cm, esterilizado por óxido de etileno embalado em papel grau cirúrgico - Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | | | | | |
| 65. | **Cinto Aranha Infantil**: Composto por múltiplos cintos de engate rápido, este produto é composto por fitas 100% poliamida em cores padronizadas. Ideal para Resgate; Ideal para mobilizar pacientes; Composto por múltiplos cintos de engate rápido; Composto por fitas 100% poliamida; Cores padronizadas.<br>Medidas aproximadas do cinto aberto:<br>- Comprimento:106 cm<br>- Espessura: 1 cm<br>- Largura: 80 cm<br>- Peso: 200 g | UND | 10 | | 80,78 | 807,80 |
| 66. | **Cinto Aranha para Adulto**: Confeccionado em fitas de poliamida 100% preta e colorida em 50mm de largura. - Fecho de regulagem em velcro e regulador plástico preto. - 1 tirante principal de cor preta, com sistema em V e altura regulável. Adaptável para prancha rígida. - 4 tirantes transversais em diversas cores, regulável em suas alturas em velcro e regulador plástico. | UND | 20 | | 87,27 | 1.745,40 |
| 67. | **Circuito para Ventilador Pulmonar Adulto: compatível com ventilador pulmonar Leistung PR4-G**, tipo duas traquéias, conector em y em polissulfona, tamanho 1,20m, material silicone transparente flexível, componentes extensíveis, lisas por dentro, corrugadas por for a, características adicionais autoclavável, acessórios conectores e ponteiras padrão | UND | 15 | | 356,00 | 5.340,00 |
| 68. | **Circuito para Ventilador Pulmonar Pediátrico: compatível com ventilador pulmonar Leistung PR4-G**, tipo duas traquéias, conector em y em polissulfona, tamanho 1,20m, pediátrico, material silicone transparente flexível, componentes | UND | 5 | | 337,33 | 1.686,65 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | extensíveis, lisas por dentro, corrugadas por for a, características adicionais autoclavável, acessórios conectores e ponteiras padrão | | | | | |
| 69. | **Clorexidina Degermante 1L:** Produto a base de digluconato de clorexidina, indicado para antissepsia e degermação das mãos e antebraços da equipe cirúrgica, ambulatória, laboratorial, preparo pré-cirúrgico da pele de pacientes e em feridas de pequenas extensões. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 500 | | 34,01 | 17.005,00 |
| 70. | **Clorexidina Tópica:** Clorexidina solução alcoólica 0,5 % - frasco 1.000 ml. registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | UND | 500 | | 45,78 | 22.890,00 |
| 71. | **Colar Cervical Com Apoio Mentoniano Tam G:** colar cervical tipo Stifneck, com fechos aderentes que permitem o ajuste de altura. Medidas (circunferência do pescoço): de **57cm**, Cor Padrão: **Verde**, Composição: Parte rígida: 100% polietileno, Borda: Laminado: 100% policloreto de vinila, Malha 100% algodão, Espuma interna: 100% poliuretano, Revestimento: 100% poliamida. | UND | 200 | | 108,83 | 21.766,00 |
| 72. | **Colar Cervical Com Apoio Mentoniano Tam M:** colar cervical tipo Stifneck, com fechos aderentes que permitem o ajuste de altura. Medidas (circunferência do pescoço): de **57cm**, Cor Padrão: **Laranja**, Composição: Parte rígida: 100% polietileno, Borda: Laminado: 100% policloreto de vinila, Malha 100% algodão, Espuma interna: 100% poliuretano, Revestimento: 100% poliamida. | UND | 40 | | 122,00 | 4.880,00 |
| 73. | **Colar Cervical Com Apoio Mentoniano Tam P:** colar cervical tipo Stifneck, com fechos aderentes que permitem o ajuste de altura. Medidas (circunferência do pescoço): de **55cm**, 10,1cm, altura posterior 13,3cm, abertura frontal 4,5x8,5cm.Cor Padrão: **Azul Royal**, Composição: Parte rígida: 100% polietileno, Borda: Laminado: | UND | 40 | | 118,00 | 4.720,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100% policloreto de vinila, Malha 100% algodão, Espuma interna: 100% poliuretano, Revestimento: 100% poliamida. | | | | | |
| 74. | **Colar Cervical Com Apoio Mentoniano Tam PP:** colar cervical tipo Stifneck, com fechos aderentes que permitem o ajuste de altura. Medidas (circunferência do pescoço): de 55cm, altura anterior 8,8cm, altura posterior 13,3cm, abertura frontal 3,5x5,5cm. Cor Padrão: **Lilás**, Composição: Parte rígida: 100% polietileno, Borda: Laminado: 100% policloreto de vinila, Malha 100% algodão, Espuma interna: 100% poliuretano, Revestimento: 100% poliamida. | UND | 40 | | 113,02 | 4.520,80 |
| 75. | **Colar Cervical de Espuma - Tamanho Infantil** | UND | 10 | | 41,87 | 418,70 |
| 76. | **Colar Cervical de Espuma - Tamanho p** | UND | 10 | | 42,60 | 426,00 |
| 77. | **Colar Cervical de Espuma - Tamanho M** | UND | 10 | | 42,31 | 423,10 |
| 78. | **Colar Cervical de Espuma - Tamanho G** | UND | 10 | | 43,76 | 437,60 |
| 79. | **Colar Cervical de Espuma - Tamanho GG** | UND | 10 | | 44,76 | 447,60 |
| 80. | **Colete Imobilizador KED Adulto:** Colete para imobilização, material: tecido sintético e haste de madeira maciça, modelo resgate, tipo KED, tipo fechamento: 5 cintos com fivelas de poliamida, componentes jogo de tirantes e almofadas, capacidade 120, tamanho 82, aplicação resgate de feridos politraumatizados. Acabamento em viés com isomanta que reveste todo protetor de cabeça, com protetor de queixo e testa. possuir registro da Anvisa e atestado do Inmetro. | UND | 6 | | 300,06 | 1.800,36 |
| 81. | **Colchão Hospitalar Solteiro:** material espuma flexível poliuretano, revestimento c/ capa removível, totalmente impermeável, dimensões (c x l x a) cerca de 198 x 78 x 18 cm, densidade cerca de d-40 a d-45 kg/m3 | UND | 10 | | 480,90 | 4.809,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82. | **Colchão Piramidal:** Tipo **caixa de ovo** - hospitalar, material espuma flexível poliuretano, densidade mínima espuma cerca d-28, dimensões cerca de 180 x 60 x6 cm, adicional s/ capa protetora | UND | 30 | | 110,58 | 3.317,40 |
| 83. | **Colchonete para Maca Hospitalar:** Encapado em Napa ou Courvin Lavável, Densidade: D60 Dimensões: 180x50x03cm Preferencialmente de cor clara. | UND | 30 | | 125,33 | 3.759,90 |
| 84. | **Coletor de material perfuro-cortante 13L:** Caixa coletora para lixo contaminado de material perfuro-cortante - com capacidade para 13 litros, confeccionada em papelão ondulado resistente à perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, com alças externas, bocal adaptável que facilita dispensa de vários tamanhos de objetos, tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embaladas em caixa de papelão com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação. Desejável possuir na tampa um desconectador de agulhas. | CX | 800 | | 13,68 | 10.944,00 |
| 85. | **Coletor de material perfuro-cortante 20L:** Caixa coletora para lixo contaminado de material perfuro-cortante - com capacidade para 20 litros, confeccionada em papelão ondulado resistente à perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, com alças externas, bocal adaptável que facilita dispensa de vários tamanhos de objetos, tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embaladas em caixa de papelão com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação. | CX | 20 | | 14,23 | 284,60 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Desejável possuir na tampa um desconectador de agulhas. | | | | | |
| 86. | **Coletor de material perfuro-cortante 7L:** Caixa coletora para lixo contaminado de material perfuro-cortante - com capacidade para 7 litros, confeccionada em papelão ondulado resistente à perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, com alças externas, bocal adaptável que facilita dispensa de vários tamanhos de objetos, tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embaladas em caixa de papelão com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação. Desejável possuir na tampa um desconectador de agulhas. | Caixa | 100 | | 12,81 | 1.281,00 |
| 87. | **Compressa Cirúrgica 45x50cm**: Compressa sem fio radiopaco c/50und em algodão alvejado, mínimo 13 fios/cm$^2$, de boa qualidade. Validade indeterminada. | UND | 600 | | 102,59 | 61.554,00 |
| 88. | **Compressa de Gaze em Rolo Tipo Queijo:** 100% algodão hidrófilo, composta por 8 camadas e 4 dobras, no formato 9,1cm x 91m; Densidade de 11 fios/cm$^2$, não estéril. | Rolo | 20 | | 46,20 | 924,00 |
| 89. | **Cuba redonda**: Em inox. Cuba para assepsia em aço inoxidável; dimensões:8 x 4cm; capacidade: 150 ml. | UND | 20 | | 36,96 | 739,20 |
| 90. | **Cuba rim**: Em aço inoxidável; dimensões: 26 x 12 cm; capacidade: 700 ml.<br>Acabamento das **bordas superiores curvado para baixo**, proporcionando melhor conforto em contato com o pescoço do paciente **(não aceitar borda reta, tipo assadeira, por risco de corte)**. | UND | 20 | | 70,76 | 1.415,20 |
| 91. | **Curativo Alginato com Prata:** Cobertura especial para feridas a base de Alginato de Cálcio e Prata Iônica. Embalagem com 10 unidades | UND | 200 | | 34,63 | 6.926,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10cmx10cm. Registro na Anvisa. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega no Município. | | | | | |
| 92. | **Curativo de Hidrocoloide:** Cobertura especial para feridas a base de partículas de Hidrocoloide, placa estéril, regular, medindo 10cmx10cm. Embalagem com 10 unidades. Registro na Anvisa. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega no Município. | UND | 200 | | 48,63 | 9.726,00 |
| 93. | **Curativo de Hidrocoloide:** Cobertura especial para feridas a base de partículas de Hidrocoloide, placa estéril, regular, medindo 15cmx15cm. Embalagem com 10 unidades. Registro na Anvisa. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega no Município. | UND | 200 | | 56,08 | 11.216,00 |
| 94. | **Curativo Sacral:** Cobertura especial para feridas em espuma não aderente de Silicone com Prata. Embalagem com 10 unidades 25cmx25cm. Registro na Anvisa. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega no Município. | UND | 200 | | 3.326,00 | 665.200,00 |
| 95. | **Desinfetante Hospitalar Concentrado 5L:** Desinfetante para limpeza e desinfecção para superfícies fixas e laváveis com princípios ativos: polihexametileno biguanida mínimo de 1,75%, e quaternário de amônio de quinta geração totalizando no mínimo 400 ppm na solução diluída, inodoro, biodegradável, com pH entre 9 e 10; para uso diluído e sem enxágue. O produto deve ser registrado na ANVISA, possuir ficha de informações de segurança de produtos químicos, laudos de atividade bactericida na concentração recomendada para uso. Apresentar laudo de irritação cutânea e ocular e teste de ataque químico comprovando que o produto não agride ligas metálicas, plásticos, vidrarias, pisos e revestimentos. A embalagem deve apresentar rótulo com dados de identificação, procedência e fabricação, e outros conforme RDC 59/2010; ser resistente, não se soltar durante o uso e/ou a tinta de impressão ficar borrada. Apresentação do produto deve ser na | UND | 2.000 | | 305,73 | 611.460,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | forma concentrada, compatível com diluição mínima de 1:100 litros. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega no Município. | | | | | |
| 96. | **Detergente enzimático:** elaborado com 4 enzimas, protease, amilase, lipase e carboidras e contém tensoativos não iônicos. Indicado para a remoção de matéria orgânica como sangue, fezes, muco e fluidos orgânicos dos instrumentais cirúrgicos garantindo uma melhor desinfecção após limpeza. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 300 | | 71,14 | 21.342,00 |
| 97. | **Dispenser para álcool líquido spray**: Conforme norma Resolução-RDC, ANVISA nº 42, de 25 de outubro de 2010.<br>Fabricado em: ABS, cor: Branca, com reservatório recarregável e reutilizável, dispensando necessidade de troca de refil a cada reposição de conteúdo. | UND | 150 | | 33,81 | 5.071,50 |
| 98. | **Dispenser para luvas de procedimento**<br>Fabricado em: ABS, cor: Branca | UND | 150 | | 78,45 | 11.767,50 |
| 99. | **Eletrodo adesivo para Desfibrilador "DEA". Adulto:** Eletrodo Pá descartável **para desfibrilador DEA ISIS, Instramed.** Conjunto de dois eletrodos multifunções pré-conectados. | PAR | 20 | | 564,67 | 11.293,40 |
| 100. | **Eletrodo adesivo para Desfibrilador "DEA". Pediátrico:** Eletrodo Pá descartável **para desfibrilador DEA ISIS, Instramed.** Conjunto de dois eletrodos multifunções pré-conectados. | PAR | 10 | | 548,33 | 5.483,30 |
| 101. | **Eletrodo Adesivo para Eletrocardiograma:** Descartável, composto de espuma, fita porosa ou tecido macio e autoaderente. Embalagem com 50 Unidades. | PCT | 70.000 | | 0,77 | 53.900,00 |
| 102. | **Eletrodo Adesivo para Monitorização Cardíaca:** Descartável, gel condutor adesivo, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de bronze revestido por níquel, | UND | 1500 | | 0,82 | 1.230,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | contra-pino de ABS revestido de prata e cloreto de prata. | | | | | |
| 103. | **Equipo alimentação enteral:** Dispositivo para administração de infusão de soluções enterais. Conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) à sonda de alimentação enteral. Perfurador para conexão ao recipiente de solução. Lanceta perfuradora adaptável aos recipientes (frasco ou bolsa, de água e dieta enteral); Câmara de gotejamento flexível; Pinça rolete para controle de gotejamento; Conector LuerSlip, escalonado Luer e escalonado não-Luer, específico para nutrição enteral; Cor azul (específica para produtos de nutrição enteral); Disponível com filtro de ar bacteriológico de 0,22micra; Estéril. Registro no MS/ ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto.<br>cortada em diagonal- Composição PVC e polietileno. | UND | 2000 | | 3,14 | 6.280,00 |
| 104. | **Equipo Macrogotas:** Equipo gravitacional para infusão, de uso único, estéril, ponta perfurante com tampa protetora, Câmara flexível gotejadora em macrogotas, Tubo em PVC, atóxico e apirogênico, pinça rolete para dosagem de volume, injetor lateral Y com membrana autocicatrizante, filtro de particula, Válvula de ar. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 50.000 | | 2,41 | 120.500,00 |
| 105. | **Equipo Microgotas:** Ponta perfurante com tampa protetora, Câmara gotejadora flexível, Tubo em PVC de 1,50m, atóxico e apirogênico, Pinça rolete para dosagem de volume, pinça corta fluxo tipo clamp, injetor lateral Y com membrana autocicatrizante - livre de látex, Entrada de ar, filtro de partícula, protetor com filtro de eliminador de ar e conexão Luer Slip. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 2,71 | 542,00 |
| 106. | **Equipo para bomba infusora:** Compatível com modelo **Volumat Agilia VL ST 01** | UND | 200 | | 93,00 | 18.600,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Equipo com filtro de 15µm para bomba Volumat Agilia e Volumat MC Agilia Dispositivos de infusão com segmento de transporte de silicone de alta qualidade e proteção de fluxo livre integrada para uso específico na bomba de infusão volumétrica. Ponta de perfuração ventilada e tampa protetora; Filtro de câmara de gotejamento de 15µm; Filtro em linha de 0,2µm; Braçadeira de rolo; Comprimento da mangueira na frente do segmento da bomba: 90cm PUR; Comprimento da mangueira após o segmento da bomba: 165 cm; Segmento de bomba de silicone calibrado; Braçadeira de segurança, azul, proteção de fluxo livre; Conector LuerLock; Tampa protetora de parada de fluxo; Comprimento total, incluindo segmento da bomba: 285cm; Volume de enchimento aprox.: 25ml. | | | | | |
| 107. | **Equipo Polifix 2 Vias:** Equipo Polifix multivias com clamp. Extensão dupla em PVC cristal flexível; Clamp em cores diferentes, de fechamento rápido; Conector Luer Fêmea nas vias de entrada; Conexão Luer para dispositivo de acesso venoso. Tubo de 18 cm, Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 2000 | | 2,58 | 5.160,00 |
| 108. | **Esfigmomanômetro Adulto:** sem engrenagens, resistente a quedas. Manômetro com rotação de 360º. Aro de borracha anti-impacto. Sem látex. Braçadeira em nylon (fácil desinfecção) e fechamento em velcro, tamanho adulto, de alta durabilidade. 05 anos de garantia. Registro ANVISA | UND | 200 | | 307,89 | 61.578,00 |
| 109. | **Esfigmomanômetro Infantil:** sem engrenagens, resistente a quedas. Manômetro com rotação de 360º. Aro de borracha anti-impacto. Sem látex. Braçadeira em nylon (fácil desinfecção) e fechamento em velcro, tamanho infantil, de alta durabilidade. 05 anos de garantia. Registro ANVISA | UND | 50 | | 300,00 | 15.000,00 |
| 110. | **Esfigmomanômetro Obeso:** sem engrenagens, resistente a quedas. Manômetro com rotação de 360º. Aro | UND | 50 | | 321,51 | 16.075,50 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | de borracha anti-impacto. Sem látex. Braçadeira em nylon (fácil desinfecção) e fechamento em velcro, tamanho obeso, de alta durabilidade. 05 anos de garantia. Registro ANVISA | | | | | |
| 111. | **Espaçador Adulto:** Para medicamentos aerossóis. Encaixe universal para todos os tipos de dispensadores de aerossol,Tubo totalmente transparente para melhor visualização do spray, Tratamento antiestático, permitindo a inalação total da dose ministrada, Máscaras macias em PVC, com vedação total do ambiente externo, Válvula dupla, no tubo e na máscara, garantindo a retenção máxima do medicamento. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 65,90 | 13.180,00 |
| 112. | **Espaçador Infantil:** Para medicamentos aerossóis. Encaixe universal para todos os tipos de dispensadores de aerossol,Tubo totalmente transparente para melhor visualização do spray, Tratamento antiestático, permitindo a inalação total da dose ministrada, Máscaras macias em PVC, com vedação total do ambiente externo, Válvula dupla, no tubo e na máscara, garantindo a retenção máxima do medicamento. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 63,33 | 12.666,00 |
| 113. | **Esparadrapo Impermeável 5cmx4,5m:** Composto de tecido 100% algodão com tratamento especial para maior facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas para manter a integridade do produto. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 8.000 | | 20,16 | 161.280,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114. | **Esparadrapo Impermeável 10cmx4,5m:** Composto de tecido 100% algodão com tratamento especial para maior facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas para manter a integridade do produto. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | RL | 5.000 | | 21,81 | 109.050,00 |
| 115. | **Esparadrapo Micropore 2,5cmx4,5m:** Fita de tecido à base de fibras de viscose com adesivo acrílico de ótima aderência e extraflexível. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 1.000 | | 7,42 | 7.420,00 |
| 116. | **Esparadrapo Micropore 5cmx4,5m:** Fita de tecido à base de fibras de viscose com adesivo acrílico de ótima aderência e extraflexível. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 4.000 | | 19,04 | 76.160,00 |
| 117. | **Esparadrapo Micropore 10cmx4,5m:** Fita de tecido à base de fibras de viscose com adesivo acrílico de ótima aderência e extraflexível. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 600 | | 17,67 | 10.602,00 |
| 118. | **Estetoscópio Adulto:** Estetoscópio adulto, constituído por: biauricular em aço inox, tubo "y" em PVC resistente em peça única, com mola em aço interna, com diafragma em material impermeável e resistente à desinfecção com produtos químicos; olivas anatômicas, em termoplástico ou borracha (macias o suficiente para se adequarem a forma do canal auditivo), que ofereça vedação aos ruídos externos, garantindo ausculta adequada. Deve ser acompanhado de | UND | 10 | | 27,67 | 276,70 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | pecas de reposição (olivas e diafragma), manual de instruções e certificado de garantia. Deve ser certificado pelo Inmetro, desejável que tenha sino com campânula. | | | | | |
| 119. | **Estetoscópio Pediátrico:** Estetoscópio infantil, constituído por: biauricular em aço inox, tubo "y" em PVC resistente em peça única, com mola em aço interna, com diafragma em material impermeável e resistente à desinfecção com produtos químicos; olivas anatômicas, em termoplástico ou borracha (macias o suficiente para se adequarem a forma do canal auditivo), que ofereça vedação aos ruídos externos, garantindo ausculta adequada. Deve ser acompanhado de pecas de reposição (olivas e diafragma), manual de instruções e certificado de garantia. Deve ser certificado pelo Inmetro, desejável que tenha sino com campânula. | UND | 30 | | 28,27 | 848,10 |
| 120. | **Éter:** Éter sulfúrico líquido incolor, de odor penetrante, inflamável e volátil. Frasco de 1L. Registro no MS. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | FR | 40 | | 74,98 | 2.999,20 |
| 121. | **Filtro para Destilador**: Filtro da Resistência do Destilador Pe602 - 6,5mm; Cristofoli. Referência Original do produto: RCO.00190. | UND | 50 | | 71,57 | 3.578,50 |
| 122. | **Fio de Nylon 2.0 com agulha:** Embalagem com C/24 unidades. Agulha resistente e siliconizada. Adequado à norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 157/2002. Produto atóxico, não-pirogênico e de uso único; esterilizado por raios gama, resistência à tração e resistência ao nó, embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico; Apresentação: caixa com 24 unidades. Registro na Anvisa e validade mínima de 18 meses a contar da data da entrega no Município. | CX | 30 | | 87,35 | 2.620,50 |
| 123. | **Fio de Nylon 3.0 com agulha:** Embalagem com C/24 unidades. Agulha resistente e siliconizada. Adequado à norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 157/2002. Produto atóxico, não- | CX | 100 | | 83,96 | 8.396,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | pirogênico e de uso único; esterilizado por raios gama, resistência à tração e resistência ao nó, embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico; Apresentação: caixa com 24 unidades. Registro na Anvisa e validade mínima de 18 meses a contar da data da entrega no Município. | | | | | |
| 124. | **Fio de Nylon 4.0 com agulha:** Embalagem com C/24 unidades. Agulha resistente e siliconizada. Adequado à norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 157/2002. Produto atóxico, não-pirogênico e de uso único; esterilizado por raios gama, resistência à tração e resistência ao nó, embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico; Apresentação: caixa com 24 unidades. Registro na Anvisa e validade mínima de 18 meses a contar da data da entrega no Município. | CX | 70 | | 78,62 | 5.503,40 |
| 125. | **Fio de Nylon 5.0 com agulha:** Embalagem com C/24 unidades. Agulha resistente e siliconizada. Adequado à norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 157/2002. Produto atóxico, não-pirogênico e de uso único; esterilizado por raios gama, resistência à tração e resistência ao nó, embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico; Apresentação: caixa com 24 unidades. Registro na Anvisa e validade mínima de 18 meses a contar da data da entrega no Município. | CX | 30 | | 81,93 | 2.457,90 |
| 126. | **Fio Guia para Intubação Orotraqueal Adulto**: guia de intubação, mandril tipo vareta, confeccionado em cobre flexível cromado, nas dimensões: 3,2x420mm. Botão em termoplástico resistente. Parafuso de regulagem em latão niquelado. | UND | 6 | | 47,33 | 283,98 |
| 127. | **Fio Guia para Intubação Orotraqueal Infantil:** guia de intubação, mandril tipo vareta, confeccionado em cobre flexível cromado, nas dimensões: 2,0x300mm. Botão em termoplástico resistente. Parafuso de regulagem em latão niquelado. | UND | 6 | | 46,33 | 277,98 |
| 128. | **Fita Adesiva Autoclave 19mmx30m:** Fita crepada com indicador químico | UND | 1.000 | | 11,93 | 11.930,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | para condições ideais de esterilização: pressão, temperatura e tempo, através da mudança de coloração das listras de cor amarela para a cor preta. 19mmx30m. Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Massa adesiva a base de borracha natural e resina em uma face e, na outra, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas. Registro na Anvisa. Validade mínima de 24 meses a contar do recebimento do produto. | | | | | |
| 129. | **Fita Adesiva Crepe 19mmx50m:** Fita hospitalar, confeccionada com dorso de papel crepado tratado com látices de estireno butadieno. Massa adesiva a base de borracha natural e resina em uma face e, na outra, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas. Validade mínima de 24 meses a contar do recebimento do produto. | UND | 3.500 | | 9,63 | 33.705,00 |
| 130. | **Fita Adesiva Crepe 40mmx50m:** (Sala de Vacinas) confeccionada com dorso de papel crepado tratado com látices de estireno butadieno. Massa adesiva a base de borracha natural e resina em uma face e, na outra, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas. Validade mínima de 24 meses a contar do recebimento do produto. | UND | 30 | | 26,17 | 785,10 |
| 131. | **Fixador Citológico 100ML spray/aerossol:** Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool, com propriedades para fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro - Composição: Propilenoglicol PM 76.10 10g , Álcool Absoluto PM 46.07 qsp 100ml. Registro na Anvisa. Validade mínima de 24 meses a contar do recebimento do produto. | FR | 100 | | 21,04 | 2.104,00 |
| 132. | **Fluxômetro com Manômetro $O_2$:** Conjunto contendo (1) fluxômetro com válvula reguladora, graduado em 0-15 litros por minuto, cápsulas interna e externa em material plástico inquebrável, esfera de aço inoxidável, rosca de saída padrão 9/16″ x 18 fios, com sistema de vedação tipo agulha e (2) Válvula reguladora para gas medicinal (oxigênio) para regulagem de | UND | 60 | | 445,38 | 26.722,80 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | pressão de gases medicinais em cilindros ou redes canalizadas com escala 0-300 Kgf/cm$^2$ e pressão fixa de 3,5 Kgf/cm$^3$. | | | | | |
| 133. | **Fluxômetro $O_2$:** Fluxômetro com válvula reguladora, graduado em litros por minuto, para uso direto em cilindro de oxigênio medicinal. Cápsulas interna e externa em material plástico inquebrável, esfera de aço inoxidável, rosca de saída padrão 9/16″ x 18 fios, com sistema de vedação tipo agulha. | UND | 70 | | 173,67 | 12.156,90 |
| 134. | **Fralda geriátrica – P:** Fralda descartável geriátrica, formato anatômico, tamanho P (pequena), não tóxico, antialérgica, composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido, gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente, camada interna antialérgica, peso do usuário de 20 a 40kg, medida da cintura de 40 a 96cm, 6 fios de elásticos, adesivo termoplástico, fitas adesivas reguláveis tri-laminadas e sistema abre e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas, barreiras laterais antivazamento, com extrato de aloe vera. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a RDC n°142 de 17 de março de 2017 do ministério da saúde/ ANVISA. Obs.: embaladas em pacotes contendo de 08 a 10 unidades | PCT | 500 | | 35,46 | 17.730,00 |
| 135. | **Fralda geriátrica – M:** Fralda descartável geriátrica, formato anatômico, tamanho M (média), não tóxico, antialérgica, composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido, gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente, camada interna antialérgica, peso do usuário de 40 a 70kg, medida da cintura de 80 a 130cm, 6 fios de elásticos, adesivo termoplástico, fitas adesivas reguláveis tri-laminadas e sistema abre e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas, barreiras laterais antivazamento, com | PCT | 1000 | | 33,32 | 33.320,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | extrato de aloe vera. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a RDC n°142 de 17 de março de 2017 do ministério da saúde/ ANVISA. Obs.: embaladas em pacotes contendo de 08 a 10 unidades | | | | | |
| 136. | **Fralda geriátrica – G:** Fralda descartável geriátrica, formato anatômico, tamanho G (grande), não tóxico, antialérgica, composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido, gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente, camada interna antialérgica, peso do usuário de 70 a 90kg, medida da cintura de 100 a 150cm, 6 fios de elásticos, adesivo termoplástico, fitas adesivas reguláveis tri-laminadas e sistema abre e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas, barreiras laterais antivazamento, com extrato de aloe vera. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a RDC n°142 de 17 de março de 2017 do ministério da saúde/ ANVISA. Obs.: embaladas em pacotes contendo de 08 a 10 unidades | PCT | 2000 | | 32,81 | 65.620,00 |
| 137. | **Fralda geriátrica – GG:** Fralda descartável geriátrica, formato anatômico, tamanho GG (extra- grande), não tóxico, antialérgica, composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido, gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente, camada interna antialérgica, peso do usuário de acima de 90kg, medida da cintura de 120 a 168cm, 6 fios de elásticos, adesivo termoplástico, fitas adesivas reguláveis tri-laminadas e sistema abre e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas, barreiras laterais antivazamento, com extrato de aloe vera. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Atender a | PCT | 2000 | | 40,40 | 80.800,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a RDC n°142 de 17 de março de 2017 do ministério da saúde/ ANVISA. Obs.: embaladas em pacotes contendo de 08 a 10 unidades | | | | | |
| 138. | **Frasco para alimentação enteral – 300 ml:** Frascos estéreis transparentes para realizar o envase de dieta enteral do paciente. Possui tampa de rosca com obturador e medidas laterais. Acompanha etiqueta de identificação. Registro na Anvisa. Validade indeterminada. | UND | 1.000 | | 4,09 | 4.090,00 |
| 139. | **Frasco para alimentação enteral – 500 ml:** Frascos estéreis transparentes para realizar o envase de dieta enteral do paciente. Possui tampa de rosca com obturador e medidas laterais. Acompanha etiqueta de identificação. Registro na Anvisa. Validade indeterminada. | UND | 1.000 | | 4,44 | 4.440,00 |
| 140. | **Fronha de Malha para travesseiro hospitalar:** Fronha de malha, cor branca, tamanho padrão. | UND | 50 | | 19,83 | 991,50 |
| 141. | **Garrote em tecido elástico com trava - Adulto:** Garrote com dois estágios de garroteamento com trava. O garrote para coleta de sangue deve se apresentar de 3 formas distintas. Constituído de tecido elástico, não alergênico, com trava de segurança que proporciona maior praticidade no momento do procedimento, conforto e segurança ao paciente. Especificações: Garrote em tecido elástico com trava adulto; cor: azul claro; Embalagem contendo 01 unidade. | UND | 200 | | 9,30 | 1.860,00 |
| 142. | **Garrote em tecido elástico com trava - Infantil:** Garrote com dois estágios de garroteamento com trava. O garrote para coleta de sangue deve se apresentar de 3 formas distintas. Constituído de tecido elástico, não alergênico, com trava de segurança que proporciona maior praticidade no momento do procedimento, conforto e segurança ao paciente. Especificações: Garrote em tecido elástico com trava infantil; medidas: | UND | 200 | | 10,44 | 2.088,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Comprimento 40cm x Largura 2,5 cm; cor: azul claro; Embalagem contendo 01 unidade. | | | | | |
| 143. | **Gaze Estéril:** Compressas de Gaze Hidrófila Estéril, 100% Algodão, 11 fios/cm, 5 dobras, 8 camadas, pacote contendo 10 unidades, dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas. Alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. Inodoras e insípidas. Esterilização feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. Sem filamento radiopaco. registro na ANVISA/ ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar da entrega do produto. | PCT | 20.000 | | 1,17 | 23.400,00 |
| 144. | **Gaze não estéril:** Compressa de gaze não estéril, 11 fios/cm, 5 dobras, 8 camadas, pacote contendo 500 unidades, com tamanho 7,5x7,5cm. registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | PCT | 10.000 | | 42,32 | 423.200,00 |
| 145. | **Gel Condutor para Exames 250g:** Gel tópico, usado como meio de contato para transmissão de aparelhos de Ultrassonografia, Eletrocardiograma, Laser ou Luz Intensa Pulsada e transmissão de correntes elétricas. Produto não gorduroso, inodoro, hidrossolúvel, hipoalergênico, umectante, não abrasivo, pH neutro, fabricado com matérias primas de grau farmacêutico, a base de água. Unidade: Frasco de 250g tipo "tubo" em plástico com bico dosador. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | FRASCO | 500 | | 9,91 | 4.955,00 |
| 146. | **Gelox para vacina 1050ml:** Gelo rígido, liso, usado para transporte e conservação de produtos que exigem refrigeração em caixas térmicas. Dimensões: 21,5x15,5x3,5cm, Atóxico e reutilizável, resistente a impactos. | UND | 50 | | 22,00 | 1.100,00 |
| 147. | **Gelox para vacina 400ml:** Gelo rígido, liso, usado para transporte e conservação de produtos que exigem refrigeração em caixas térmicas. | UND | 50 | | 9,30 | 465,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dimensões: 17,5x9,8x2,8cm, Atóxico e reutilizável, resistente a impactos. | | | | | |
| 148. | **Glicosímetro**: **Ver item n.º 345** "Tira para Teste de Glicemia". Ser compatível com o fita de glicemia e ser fornecido em comodato | UND | 100 | | 71,67 | 7.167,00 |
| 149. | **Gorro Descartável:** Modelo elástico nuca, hipoalergênico, atóxico, inodoro, unissex, material não tecido. Sms 100% Polipropileno 60 g/m², tamanho único, embalagem com 100 unidades. | PCT | 200 | | 21,55 | 4.310,00 |
| 150. | **Haste Flexível**: Hastes flexíveis de polipropileno, com ponta de algodão hidrófilo, antigermes, tipo "Cotonete". Caixa com 150 unid. | CX | 100 | | 5,31 | 531,00 |
| 151. | **Imobilizador Lateral de Cabeça** Tamanho Adulto - Composto por três partes: blocos, base e imobilizadores de testa e queixo. Para uso em prancha de resgate. | KIT | 40 | | 79,00 | 3.160,00 |
| 152. | **Indicador Biológico** resultado em 24 horas a Vapor: Indicador Biológico para monitorização de esterilizações de materiais e instrumentos a vapor com resultado em 24 horas. Composto por frasco plástico contendo tira de papel impregnado com esporos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, ampola de vidro selada com meio de cultura e tampa plástica contendo filtro hidrofóbico; Caixa com 10 unidades; Resultado: 24 horas. Registro ANVISA: Isento de registro pelo Ministério da Saúde RDC 185/2001. **A empresa vencedora deverá conceder, em comodato, as 04 (quatro) mini-incubadoras compatíveis (Ver item 224), caso seja indicado seu uso, bem como prover a sua substituição, em caso de comprometimento de seu funcionamento durante a vigência do contrato.** | CX | 100 | | 87,82 | 8.782,00 |
| 153. | **Indicador Químico**: Emulador TST Classe 6 para o monitoramento dos ciclos de esterilização a vapor. Avalia ciclos específicos quando exposto por pelo menos 5,3 minutos a 134°C, 15 | UND | 4.000 | | 5,37 | 21.480,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | minutos a 121°C ou 8 minutos a 127°C. Quando a esterilização for bem-sucedida a área teste mudará de amarelo para azul-escuro/roxo uniforme.<br>Tecnologia termocrômica desenvolvida para reagir somente quando exposta a condições testadas para tornar os itens estéreis.<br>Acompanha livro "Sistema de Registro para Autoclaves".<br>Requisitos para fins regulamentares e atendimento aos requisitos da RDC 16/2013 - BPF - ANVISA. Prazo de validade informado na embalagem do produto, sendo validade igual ou superior a 18 meses, a contar da entrega no município. | | | | | |
| 154. | **Jaleco hospitalar feminino Tamanho P**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | UND | 80 | | 120,28 | 9.622,40 |
| 155. | **Jaleco hospitalar feminino Tamanho M**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca | UND | 80 | | 132,17 | 10.573,60 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | | | | | |
| 156. | **Jaleco hospitalar feminino Tamanho G**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, | UND | 40 | | 120,28 | 4.811,20 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | | | | | |
| 157. | **Jaleco hospitalar feminino Tamanho GG**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | UND | 20 | | 120,28 | 2.405,60 |
| 158. | **Jaleco hospitalar masculino Tamanho P**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso | UND | 40 | | 111,57 | 4.462,80 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras | | | | | |
| 159. | **Jaleco hospitalar masculino Tamanho M**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | UND | 30 | | 104,28 | 3.128,40 |
| 160. | **Jaleco hospitalar masculino Tamanho G**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, | UND | 30 | | 119,28 | 3.578,40 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | | | | | |
| 161. | **Jaleco hospitalar masculino Tamanho GG**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante. | UND | 8 | | 119,28 | 954,24 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | | | | | |
| 162. | **Jaleco hospitalar masculino Tamanho EGG**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | UND | 5 | | 124,28 | 621,40 |
| 163. | **Jaleco Serviços Gerais Tamanho P**<br>Manga curta, confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor azul, mangas curtas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de aproximadamente 20cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total de aproximadamente 90cm. as cores das linhas e botões deverão estar de acordo | UND | 30 | | 87,54 | 2.626,20 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | | | | | |
| 164. | **Jaleco Serviços Gerais Tamanho M** Manga curta, confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor azul, mangas curtas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de aproximadamente 20cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total de aproximadamente 90cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | UND | 30 | | 87,95 | 2.638,50 |
| 165. | **Jaleco Serviços Gerais Tamanho G** Manga curta, confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor azul, mangas curtas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, com | UND | 40 | | 90,98 | 3.639,20 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de aproximadamente 20cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total de aproximadamente 90cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | | | | | |
| 166. | **Kit de Monofilamentos para Teste de Sensibilidade de Hanseniase** | UND | 30 | | 511,23 | 15.336,90 |
| 167. | **Kit para inserção de DIU** (dispositivo intrauterino)<br>Kit reutilizável para inserção de DIU. Autoclavável, fabricado em aço inox, composto por:<br>*01 cuba redonda, 9x5 cm.<br>*01 histerômetro rígido, graduado em cm, curva Sims "M" ou Collin, 32 cm.<br>*01 tesoura Metzembaum, curva, 20cm.<br>*01 pinça Pozzi Tenaculum, 25 cm.<br>*01 pinça Cheron Forcep, 25 cm. | KIT | 20 | | 446,17 | 8.923,40 |
| 168. | **Kit para parto:** Kit contendo minimamente: 01 aspirador nasal manual, de borracha ou silicone; 01 lençol descartável estéril; 01 bisturi descartável; 01 par de luvas cirúrgicas em látex; 01 compressa para curativo cirúrgico estéril; 02 pulseiras de identificação; 02 clamps umbilicais descartáveis estéreis; 01 avental descartável; 01 absorvente pós-parto (40x10cm); 02 sacolas para lixo biológico, com identificação específica. Bolsa para transporte. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | KIT | 30 | | 450,78 | 13.523,40 |
| 169. | **Kit para Preventivo PP**<br>Kits descartáveis para exame ginecológico contendo: 01 lâmina para microscopia, lapidada, com uma extremidade fosca. Tamanho 26x76mm | KIT | 100 | | 7,94 | 794,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | e espessura 1,1 a 1,3mm. Para microscopia, embalada individualmente em caixa resistente a impacto; 01 Espátula de Ayre fabricado com substancia não tóxica, inodora, insípida, resistente a quebras e a esterilização por autoclave, lisa e livre de farpas e que não solte resíduos, extremidades arredondadas; 01 Escova Campos-da-Paz, ginecológica, descartá-vel, não estéril, cabo cilíndrico medindo 18cm de comprimento, faceta do, medida da escova 02cm de comprimento, com cerdas em formato levemente cônico, com a base mais larga que o ápice, dispostas em 15 níveis paralelos da base ao ápice e 01 Especulo Vaginal estéril, não lubri-ficado, bordas antitraumáticas, dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto, pigmen-tado e indeformável. Tamanho PP (extra-pequeno). Embalagens individuais. Regis-tro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 170. | **Kit para Preventivo P:** Kits descartáveis para exame ginecológico contendo: 01 lâmina para microscopia, lapidada, com uma extremidade fosca. Tamanho 26x76mm e espessura 1,1 a 1,3mm. Para microscopia, embalada individualmente em caixa resistente a impacto; 01 Espátula de Ayre fabricado com substancia não tóxica, inodora, insípida, resistente a quebras e a esterilização por autoclave, lisa e livre de farpas e que não solte resíduos, extremidades arredondadas; 01 Escova Campos-da-Paz, ginecológica, descartável, não estéril, cabo cilíndrico medindo 18cm de comprimento, faceta do, medida da escova 02cm de comprimento, com cerdas em formato levemente cônico, com a base mais larga que o ápice, dispostas em 15 níveis paralelos da base ao ápice e 01 Especulo Vaginal estéril, não lubrificado, bordas antitraumáticas, dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto, pigmentado e indeformável. Tamanho P (pequeno). Embalagens individuais. Registro no MS. | KIT | 2000 | | 7,43 | 14.860,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 171. | **Kit para Preventivo M:** Kits descartáveis para exame ginecológico contendo: 01 lâmina para microscopia, lapidada, com uma extremidade fosca. Tamanho 26x76mm e espessura 1,1 a 1,3mm. Para microscopia, embalada individualmente em caixa resistente a impacto; 01 Espátula de Ayre fabricado com substancia não tóxica, inodora, insípida, resistente a quebras e a esterilização por autoclave, lisa e livre de farpas e que não solte resíduos, extremidades arredondadas; 01 Escova Campos-da-Paz, ginecológica, descartável, não estéril, cabo cilíndrico medindo 18cm de comprimento, faceta do, medida da escova 02cm de comprimento, com cerdas em formato levemente cônico, com a base mais larga que o ápice, dispostas em 15 níveis paralelos da base ao ápice e 01 Especulo Vaginal estéril, não lubrificado, bordas antitraumáticas, dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto, pigmentado e indeformável. Tamanho M (MEDIO). Embalagens individuais. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | KIT | 1500 | | 6,94 | 10.410,00 |
| 172. | **Kit para Preventivo G:** Kits descartáveis para exame ginecológico contendo: 01 lâmina para microscopia, lapidada, com uma extremidade fosca. Tamanho 26x76mm e espessura 1,1 a 1,3mm. Para microscopia, embalada individualmente em caixa resistente a impacto; 01 Espátula de Ayre fabricado com substancia não tóxica, inodora, insípida, resistente a quebras e a esterilização por autoclave, lisa e livre de farpas e que não solte resíduos, extremidades arredondadas; 01 Escova Campos-da-Paz, ginecológica, descartável, não estéril, cabo cilíndrico medindo 18cm de comprimento, faceta do, medida da escova 02cm de comprimento, com cerdas em formato levemente cônico, com a base mais larga que o ápice, dispostas em 15 níveis paralelos da base ao ápice e 01 Especulo | KIT | 400 | | 8,80 | 3.520,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vaginal estéril, não lubrificado, bordas antitraumáticas, dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto, pigmentado e indeformável. Tamanho G (GRANDE). Embalagens individuais. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 173. | **Lacre numerado para carrinho de emergência:** Lacre, tipo braçadeira, com 16 cm, produzidos em polipropileno, numerados e personalizados em hot-stamping (até 8 dígitos). | UND | 800 | | 2,24 | 1.792,00 |
| 174. | **Lâmina de Bisturi nº11:** Confeccionadas em aço inox, isenta de rebarba e sinais de oxidação. Esterilizadas por exposição a Raios Gama. Grande resistência à corrosão e perda de afiação. Embaladas individualmente em material aluminizado hermeticamente fechado, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo. Produto de uso único. Caixa com 100 unidades Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto no Município. | CX | 80 | | 66,52 | 5.321,60 |
| 175. | **Lâmina de Bisturi nº15:** Confeccionadas em aço inox, isenta de rebarba e sinais de oxidação. Esterilizadas por exposição a Raios Gama. Grande resistência à corrosão e perda de afiação. Embaladas individualmente em material aluminizado hermeticamente fechado, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo. Produto de uso único. Caixa com 100 unidades Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto no Município. | CX | 80 | | 57,38 | 4.590,40 |
| 176. | **Lâmina de Bisturi nº24:** Confeccionadas em aço inox, isenta de rebarba e sinais de oxidação. Esterilizadas por exposição a Raios Gama. Grande resistência à corrosão e perda de afiação. Embaladas individualmente em material aluminizado hermeticamente fechado, | CX | 15 | | 61,27 | 919,05 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo. Produto de uso único. Caixa com 100 unidades Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto no Município. | | | | | |
| 177. | **Lâminas para microscopia:** Ponta lisa; Lapidada; Alta transparência. Intercaladas com papel lenço, com tratamento antifúngico. Espessura 1,0mm - 1,2mm; Dimensões 26 x 76mm. Caixas com 50 unidades. | CX | 10 | | 78,00 | 780,00 |
| 178. | **Lâmpada para foco cirúrgico** Em led, tensão 100-240v, Base rosca E27, Vida útil nominal 25.000h, Abertura do fecho 25º, Dimensões aproximadas: 63x89mm, Temperatura de cor: fria, 3000k, Potência 7w, Fluxo Luminoso superior a 500lm. | UND | 15 | | 58,30 | 874,50 |
| 179. | **Lanceta 28G:** Lancetas esterilizadas para punção capilar periférica, cx com 100 unidades. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | CX | 500 | | 20,65 | 10.325,00 |
| 180. | **Lanterna Clínica LED** De alta potência, led de 3V, em metal, resistente a queda, alimentada por 2 pilhas AAA, cor preta. Confeccionada em metal leve de alta qualidade. Acabamento anodizado, maior durabilidade e resistência. LED de alta potência com vida útil de 10.000 horas. Acionamento através do botão liga/desliga. Possui conveniente clip de bolso. Alimentação 2 pilhas AAA inclusas. | UND | 60 | | 35,18 | 2.110,80 |
| 181. | **Lanterna de Cabeça/Capacete:** Alimentação bateria recarregável, com 1,5 hora de autonomia, lâmpada com pelo menos 750 lúmens, capacidade focal alcance de 320 metros, lente de vidro selada, 3 funções de luminosidade. | UND | 40 | | 69,08 | 2.763,20 |
| 182. | **Lençol Hospitalar Descartável 70cmX50m:** papel branco, rolo de 50 metros, 100% celulose virgem. Rolos embalados individualmente com picote e identificados com data de fabricação, lote e validade do produto. | UND | 200 | | 19,57 | 3.914,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183. | **Lençol para Leito (sem elástico)** Lençol 100% algodão percal, 180 fios, tecido penteado, toque acetinado, liso, cor branca, tamanho 160x245cm. (Sem elástico nas bordas) | UND | 100 | | 41,13 | 4.113,00 |
| 184. | **Lençol para Maca** Lençol de malha, cor branca, com 2,2m x 80 cm. | UND | 100 | | 42,97 | 4.297,00 |
| 185. | **Lixeira Hospitalar com Pedal** Lixeira 20l, para uso em ambiente hospitalar, atendendo às especificações da ABNT e ANVISA. Com abertura da tampa por pedal e mecanismos em metal, revestidos por tinta epóxi, resistente ao uso intenso. Cesto em polipropileno ou metal, resistente a impactos e a múltiplas lavagens. Pés em metal, que proporcionem elevação da base do cesto em relação ao solo. | UND | 100 | | 89,03 | 8.903,00 |
| 186. | **Lona de transferência reforçada bariátrica, capacidade 200kg.** A Maca para transferência suporte para 200kg.Em 100% algodão, projetada para facilitar a transferência na horizontal de pacientes com dificuldades de locomoção, com fraturas de membros inferiores, quando o paciente precisa ser virado, movido ou transferido, deficientes físicos (exemplo: da cama para maca e vice versa, ou até mesmo resgatado de algum acidente algo do tipo).<br><br>Produzida com materiais de primeira qualidade, altamente resistente, possui três alças laterais que facilita o transporte do paciente.<br><br>* Lavável;<br>* Possui Alças que facilita a pegada do trabalhador;<br>* Fácil de usar;<br>* Dobrável e fácil de transportar.<br>* Suporta até 200kg.<br><br>Altura: 185cm<br>Largura: 72 - 85cm | UND | 10 | | 189,99 | 1.899,90 |
| 187. | **Luva cirúrgica nº6,0:** Luva em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bioabsorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento; | PAR | 1500 | | 2,52 | 3.780,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável à água e a outros fluidos; Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5; Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo); Embalagem tipo wallet, indicando mão direita e esquerda; Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura; Atóxica esterilizada por óxido de etileno, garantida por cinco anos, se a embalagem estiver integra. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 188. | **Luva cirúrgica nº6,5:** Luva em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bioabsorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento; Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável à água e a outros fluidos; Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5; Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo); Embalagem tipo wallet, indicando mão direita e esquerda; Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura; Atóxica esterilizada por óxido de etileno, garantida por cinco anos, se a embalagem estiver integra. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | PAR | 5.000 | | 2,23 | 11.150,00 |
| 189. | **Luva cirúrgica nº7,0:** Luva em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bioabsorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento; Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável à água e a outros fluidos; Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5; Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo); Embalagem tipo wallet, indicando mão direita e esquerda; Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, | PAR | 4.000 | | 2,51 | 10.040,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | de fácil abertura; Atóxica esterilizada por óxido de etileno, garantida por cinco anos, se a embalagem estiver integra. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 190. | **Luva cirúrgica nº7,5:** Luva em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bioabsorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento; Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável à água e a outros fluidos; Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5; Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo); Embalagem tipo wallet, indicando mão direita e esquerda; Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura; Atóxica esterilizada por óxido de etileno, garantida por cinco anos, se a embalagem estiver integra. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | PAR | 5.000 | | 2,47 | 12.350,00 |
| 191. | **Luva cirúrgica nº8,0:** Luva em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bioabsorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento; Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável à água e a outros fluidos; Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5; Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo); Embalagem tipo wallet, indicando mão direita e esquerda; Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura; Atóxica esterilizada por óxido de etileno, garantida por cinco anos, se a embalagem estiver integra. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | PAR | 2.000 | | 2,30 | 4.600,00 |
| 192. | **Luva cirúrgica nº8,5:** Luva em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bioabsorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento; | PAR | 200 | | 2,55 | 510,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável à água e a outros fluidos; Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5; Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo); Embalagem tipo wallet, indicando mão direita e esquerda; Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura; Atóxica esterilizada por óxido de etileno, garantida por cinco anos, se a embalagem estiver integra. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 193. | **Luva de procedimento PP:** Luvas para procedimentos, hipoalergênicas, não estéreis, ambidestras, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as mãos, com textura uniforme, sem falha, boa elasticidade e resistência com punho alto arrematado de forma a manter o seu formato anatômico em perfeita adaptação, lubrificadas internamente com pó bio-absorvível, acondicionadas em caixas contendo 100 unidades no tamanho PP . Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid. | CX | 4.000 | | 29,30 | 117.200,00 |
| 194. | **Luva de procedimento P:** Luvas para procedimentos, hipoalergênicas, não estéreis, ambidestras, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as mãos, com textura uniforme, sem falha, boa elasticidade e resistência com punho alto arrematado de forma a manter o seu formato anatômico em perfeita adaptação, lubrificadas internamente com pó bio-absorvível, acondicionadas em caixas contendo 100 unidades no tamanho P. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. atóxica, ambidestra, descartável, | CX | 6.000 | | 28,76 | 172.560,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid. | | | | | |
| 195. | **Luva de procedimento M:** Luvas para procedimentos, hipoalergênicas, não estéreis, ambidestras, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as mãos, com textura uniforme, sem falha, boa elasticidade e resistência com punho alto arrematado de forma a manter o seu formato anatômico em perfeita adaptação, lubrificadas internamente com pó bio-absorvível, acondicionadas em caixas contendo 100 unidades no tamanho M. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid. | CX | 5.000 | | 22,80 | 114.000,00 |
| 196. | **Luva de procedimento G:** Luvas para procedimentos, hipoalergênicas, não estéreis, ambidestras, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as mãos, com textura uniforme, sem falha, boa elasticidade e resistência com punho alto arrematado de forma a manter o seu formato anatômico em perfeita adaptação, lubrificadas internamente com pó bio-absorvível, acondicionadas em caixas contendo 100 unidades no tamanho G (grande). Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid. | CX | 1.000 | | 23,97 | 23.970,00 |
| 197. | **Luva de procedimento GG:** Luvas para procedimentos, hipoalergênicas, não estéreis, ambidestras, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as mãos, com textura uniforme, sem falha, boa elasticidade e resistência com punho alto arrematado de forma a manter o seu formato anatômico em perfeita adaptação, lubrificadas internamente com pó bio-absorvível, acondicionadas em caixas contendo 100 unidades no tamanho GG. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 | CX | 20 | | 29,63 | 592,60 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | meses a contar da entrega do produto. atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid. | | | | | |
| 198. | **Luva Nitrílica Tamanho PP:** punho com acabamento enrolado, descartvel e de uso único, ambidestra, não estril, fabricada em borracha sintética (nitrilo), cor: azul, embalagem: caixa 100 unidades (50 pares). Registro na Anvisa e Validade mínima de 18 meses a contar da entrega no Município. | CX | 800 | | 48,33 | 38.664,00 |
| 199. | **Luva Nitrílica Tamanho P:** punho com acabamento enrolado, descartvel e de uso único, ambidestra, não estril, fabricada em borracha sintética (nitrilo), cor: azul, embalagem: caixa 100 unidades (50 pares). Registro na Anvisa e Validade mínima de 18 meses a contar da entrega no Município. | CX | 6.000 | | 47,17 | 283.020,00 |
| 200. | **Luva Nitrílica Tamanho M:** punho com acabamento enrolado, descartvel e de uso único, ambidestra, não estril, fabricada em borracha sintética (nitrilo), cor: azul, embalagem: caixa 100 unidades (50 pares). Registro na Anvisa e Validade mínima de 18 meses a contar da entrega no Município. | CX | 6.000 | | 48,57 | 291.420,00 |
| 201. | **Luva Nitrílica Tamanho G:** punho com acabamento enrolado, descartvel e de uso único, ambidestra, não estril, fabricada em borracha sintética (nitrilo), cor: azul, embalagem: caixa 100 unidades (50 pares). Registro na Anvisa e Validade mínima de 18 meses a contar da entrega no Município. | CX | 100 | | 45,27 | 4.527,00 |
| 202. | **Macacão químico (Tyvek) P** Macacão, aplicação: para proteção de tronco, membros superiores e inferiores contra riscos químicos e biológicos, apresentação: capuz, punhos e tornozelos c/ elástico e zíper na parte frontal, material (is): tecido não tecido (tnt), revestido em polietileno, cor: branca, tamanho: P, característica(s) adicional (is): c/ tratamento antiestático.<br>Obs.: equipamento necessário para as | UND | 250 | | 40,73 | 10.182,50 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ações emergenciais de enfrentamento da pandemia do covid-19. | | | | | |
| 203. | **Macacão químico (Tyvek) M** Macacão, aplicação: para proteção de tronco, membros superiores e inferiores contra riscos químicos e biológicos, apresentação: capuz, punhos e tornozelos c/ elástico e zíper na parte frontal, material (is): tecido não tecido (tnt), revestido em polietileno, cor: branca, tamanho(s): M, característica(s) adicional (is): c/ tratamento antiestático. Obs.: equipamento necessário para as ações emergenciais de enfrentamento da pandemia do covid-19. | UND | 300 | | 45,35 | 13.605,00 |
| 204. | **Macacão químico (Tyvek) G** Macacão, aplicação: para proteção de tronco, membros superiores e inferiores contra riscos químicos e biológicos, apresentação: capuz, punhos e tornozelos c/ elástico e zíper na parte frontal, material (is): tecido não tecido (tnt), revestido em polietileno, cor: branca, tamanho(s): G, característica(s) adicional (is): c/ tratamento antiestático. Obs.: equipamento necessário para as ações emergenciais de enfrentamento da pandemia do covid-19. | UND | 150 | | 35,85 | 5.377,50 |
| 205. | **Macacão químico (Tyvek) GG** Macacão, aplicação: para proteção de tronco, membros superiores e inferiores contra riscos químicos e biológicos, apresentação: capuz, punhos e tornozelos c/ elástico e zíper na parte frontal, material (is): tecido não tecido (tnt), revestido em polietileno, cor: branca, tamanho(s): GG, característica(s) adicional (is): c/ tratamento antiestático. Obs.: equipamento necessário para as ações emergenciais de enfrentamento da pandemia do covid-19. | UND | 50 | | 34,73 | 1.736,50 |
| 206. | **Macacão químico (Tyvek) EG** Macacão, aplicação: para proteção de tronco, membros superiores e inferiores contra riscos químicos e biológicos, apresentação: capuz, punhos e tornozelos c/ elástico e zíper na parte frontal, material (is): tecido não tecido | UND | 50 | | 37,93 | 1.896,50 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (tnt), revestido em polietileno, cor: branca, tamanho(s): EG, característica(s) adicional (is): c/ tratamento antiestático. Obs.: equipamento necessário para as ações emergenciais de enfrentamento da pandemia do covid-19. | | | | | |
| 207. | **Macacão químico (Tyvek) EGG** Macacão, aplicação: para proteção de tronco, membros superiores e inferiores contra riscos químicos e biológicos, apresentação: capuz, punhos e tornozelos c/ elástico e zíper na parte frontal, material (is): tecido não tecido (tnt), revestido em polietileno, cor: branca, tamanho(s): EGG, característica(s) adicional (is): c/ tratamento antiestático. Obs.: equipamento necessário para as ações emergenciais de enfrentamento da pandemia do covid-19. | UND | 50 | | 46,90 | 2.345,00 |
| 208. | **Manta Termica Aluminizada:** (Cobertor, Lençol Térmico) fabricada em polietileno aluminizado. Dimensões: 2,1x1,4m. | UND | 20 | | 27,81 | 556,20 |
| 209. | **Máscara Cirúrgica Descartável:** Máscaras com três camadas sendo duas externas em não tecido atóxico hipoalergênico inodoro com tratamento repelente a agentes líquidos e uma camada de filtro Meltiblown. Modelo retangular com pregas longitudinais, com dispositivo de ajustes nasais. Gramatura total entre 60 e 80 gramas. Caixa c/ 50 unidades. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 1.500 | | 12,42 | 18.630,00 |
| 210. | **Máscara de Alta Concentração com reservatório - Adulto:** Máscara de alta concentração de oxigênio com balão reservatório – adulto, Máscara com elástico, balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio. Extensão e reservatório em PVC; Máscara em PVC com presilha em aço. Capacidade do reservatório: 1000ml. Registro na Anvisa e Validade indeterminada (Enquanto embalagem intacta). | UND | 100 | | 25,91 | 2.591,00 |
| 211. | **Máscara de Macronebulização - Adulto:** Kit contendo 01 Máscara para | UND | 70 | | 27,43 | 1.920,10 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | nebulização - 01 Copo reservatório com capacidade para 6ml- 01 Tubo extensor: 200cm (aproximadamente). Registro na Anvisa e Validade indeterminada (Enquanto embalagem intacta). | | | | | |
| 212. | **Máscara de Macronebulização - Pediátrica:** Kit contendo 01 Máscara para nebulização - 01 Copo reservatório com capacidade para 6ml- 01 Tubo extensor: 200cm (aproximadamente). Registro na Anvisa e Validade indeterminada (Enquanto embalagem intacta). | UND | 70 | | 41,90 | 2.933,00 |
| 213. | **Máscara de Oxigênio de Alta concentração - Infantil** Máscara de alta concentração de oxigênio com balão reservatório – pediátrico, Máscara com elástico, balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio. Extensão e reservatório em PVC; Máscara em PVC com presilha em aço. Registro na Anvisa e Validade indeterminada (Enquanto embalagem intacta). | UND | 20 | | 40,16 | 803,20 |
| 214. | **Máscara de Oxigênio de Alta concentração - Neonatal** Máscara de alta concentração de oxigênio com balão reservatório – neonatal, Máscara com elástico, balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio. Extensão e reservatório em PVC; Máscara em PVC com presilha em aço. Registro na Anvisa e Validade indeterminada (Enquanto embalagem intacta). | UND | 15 | | 40,16 | 602,40 |
| 215. | **Máscara de Venturi Adulto:** Conjunto composto por máscara transparente, flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais. Constituída de material resistente a desinfecção química de alto nível. Deverá ser acompanhado de traqueia; 6 diluidores coloridos para diferentes concentrações de de FiO2, nas cores azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. | UND | 40 | | 42,66 | 1.706,40 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216. | **Máscara de Venturi Pediátrica** Conjunto composto por máscara transparente, flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais. Constituída de material resistente a desinfecção química de alto nível. Deverá ser acompanhado de traqueia; 6 diluidores coloridos para diferentes concentrações de de FiO2, nas cores azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. | UND | 50 | | 43,05 | 2.152,50 |
| 217. | **Máscara Laríngea 1,0:** para uso supraglótico modelo reto (UNIQUE) Tamanho: 1,0. Para acesso de vias aéreas, para procedimentos de rotina e emergências anestésicas, sem necessidade do uso de laringoscópio. Deve permitir ventilação mecânica sem vazamentos. Totalmente em PVC atóxico, descartável, com cuff de vedação reforçado e com formatação anatômica, que se adapte fechando o esôfago e liberando a passagem de ar para a traquéia. Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, deve dispor de conector para tubo de 15mm padrão. Estéril. | UND | 100 | | 108,33 | 10.833,00 |
| 218. | **Máscara Laríngea 1,5:** para uso supraglótico modelo reto (UNIQUE) Tamanho: 1,5. Para acesso de vias aéreas, para procedimentos de rotina e emergências anestésicas, sem necessidade do uso de laringoscópio. Deve permitir ventilação mecânica sem vazamentos. Totalmente em PVC atóxico, descartável, com cuff de vedação reforçado e com formatação anatômica, que se adapte fechando o esôfago e liberando a passagem de ar para a traquéia. Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, deve dispor de conector para tubo de 15mm padrão. Estéril. | UND | 100 | | 113,16 | 11.316,00 |
| 219. | **Máscara Laríngea 2,0:** para uso supraglótico modelo reto (UNIQUE) Tamanho: 2,0. Para acesso de vias aéreas, para procedimentos de rotina e | UND | 100 | | 106,43 | 10.643,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | emergências anestésicas, sem necessidade do uso de laringoscópio. Deve permitir ventilação mecânica sem vazamentos. Totalmente em PVC atóxico, descartável, com cuff de vedação reforçado e com formatação anatômica, que se adapte fechando o esôfago e liberando a passagem de ar para a traquéia. Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, deve dispor de conector para tubo de 15mm padrão. Estéril. | | | | | |
| 220. | **Máscara Laríngea 2,5:** para uso supraglótico modelo reto (UNIQUE) Tamanho: 2,5. Para acesso de vias aéreas, para procedimentos de rotina e emergências anestésicas, sem necessidade do uso de laringoscópio. Deve permitir ventilação mecânica sem vazamentos. Totalmente em PVC atóxico, descartável, com cuff de vedação reforçado e com formatação anatômica, que se adapte fechando o esôfago e liberando a passagem de ar para a traquéia. Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, deve dispor de conector para tubo de 15mm padrão. Estéril. | UND | 100 | | 116,73 | 11.673,00 |
| 221. | **Máscara Laríngea 3,0:** para uso supraglótico modelo reto (UNIQUE) Tamanho: 3,0. Para acesso de vias aéreas, para procedimentos de rotina e emergências anestésicas, sem necessidade do uso de laringoscópio. Deve permitir ventilação mecânica sem vazamentos. Totalmente em PVC atóxico, descartável, com cuff de vedação reforçado e com formatação anatômica, que se adapte fechando o esôfago e liberando a passagem de ar para a traquéia. Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, deve dispor de conector para tubo de 15mm padrão. Estéril. | UND | 100 | | 81,62 | 8.162,00 |
| 222. | **Máscara Laríngea 4,0:** para uso supraglótico modelo reto (UNIQUE) Tamanho: 4,0. Para acesso de vias aéreas, para procedimentos de rotina e emergências anestésicas, sem | UND | 100 | | 105,05 | 10.505,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | necessidade do uso de laringoscópio. Deve permitir ventilação mecânica sem vazamentos. Totalmente em PVC atóxico, descartável, com cuff de vedação reforçado e com formatação anatômica, que se adapte fechando o esôfago e liberando a passagem de ar para a traquéia. Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, deve dispor de conector para tubo de 15mm padrão. Estéril. | | | | | |
| 223. | **Máscara Laríngea 5,0:** para uso supraglótico modelo reto (UNIQUE) Tamanho: 5,0. Para acesso de vias aéreas, para procedimentos de rotina e emergências anestésicas, sem necessidade do uso de laringoscópio. Deve permitir ventilação mecânica sem vazamentos. Totalmente em PVC atóxico, descartável, com cuff de vedação reforçado e com formatação anatômica, que se adapte fechando o esôfago e liberando a passagem de ar para a traquéia. Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, deve dispor de conector para tubo de 15mm padrão. Estéril. | UND | 100 | | 118,67 | 11.867,00 |
| 224. | **Mini Incubadora Bivolt (Compatível com item 152)** Incubadora biológica desenvolvida para incubação de indicadores biológicos autocontidos destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos (processados a vapor) simultaneamente; Voltagem automática (bivolt);<br>1 ano de garantia; O equipamento deve ser fabricado por empresa cujo Sistema de Gestão de Qualidade é certificado e está em conformidade com a ISO 9001-Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 13485 - Aparelhos Médicos - Requisitos para Fins Regulamentares, ISO 14001 - Gestão Ambiental e BPF - Boas Práticas de Fabricação (ANVISA/RDC-Nº16). | UND | 15 | | 588,47 | 8.827,05 |
| 225. | **Óculos de Proteção:** Óculos de Segurança Incolor com Anti-Embaçante. Haste de material plástico com ajuste de | UND | 50 | | 15,30 | 765,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | no arco e na ponta das hastes. Em plástico, visor incolor, confeccionado em uma única de policarbonato óptico, leve e resistente, com lentes curvas para oferecer proteção lateral, proporcionando maior visão periférica. Oferecendo maior visibilidade e proteção contra impactos de partículas volantes frontais. Lentes com tratamento anti-risco, de acordo com a norma ANSI Z87.1 (EUA) e CA (BRASIL). Proteção contra impactos e radiação UV. | | | | | |
| 226. | **Óleo A.G.E.:** Loção oleosa a base de ácidos graxos essenciais (A.G.E.) contendo Ácido Linoléico, Ácido Oléico, Ácido Caprílico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Miristico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetato de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina. Com a finalidade de uso no tratamento de feridas agudas e crônicas, embalado individualmente em frascos plásticos, com bico aplicador e tampa perfurante, contendo dados de identificação do produto, número Lote, validade e número do registro na ANVISA. Embalagem com 200ml. | UND | 400 | | 24,83 | 9.932,00 |
| 227. | **Otoscópio Emborrachado c/5 espéculos**<br>Fabricado em material de alta resistência sem risco de corrosão. Cabo com botão interruptor, alimentação por duas pilhas tipo AA. Encaixe entre cabeça do instrumento e cabo fabricado em aço inox. Espéculos de encaixe universal para diversas marcas de otoscópios. Possuir sistema selado para otoscopia pneumática. Lente giratória em ambos sentidos com aumento de 3 vezes, permitindo uso de instrumentação. Transmissão de luz realizada por sistema de fibra ótica, proporcionando melhor luminosidade do canal auditivo. Lâmpada LED Branca de 3,7 Volts e 5500K, em formato de halo, com vida útil de no mínimo 20.000 horas ou 2,3 anos em uso ininterrupto. Acompanhar: 5 ou mais espéculos, nos tamanhos: 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm e estojo rígido para | UND | 20 | | 502,48 | 10.049,60 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | acondicionamento.<br>Possuir garantia de 01 ano. | | | | | |
| 228. | **Oxímetro Digital Pediátrico**: alta precisão e pode ser utilizado tanto por profissionais de saúde como por pacientes em ambiente doméstico. Indicado para monitorização da porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos por minuto. Projetado especialmente para uso pediátrico, capaz de realizar a medição em pontas de dedos a partir de 7mm de largura.<br><br>Visor em tecnologia OLED<br>Informa saturação (SpO2) e frequência cardíaca<br>Botão liga/desliga<br>Aviso de bateria fraca<br>1 ano de garantia<br>Anvisa: 80275310062<br>Especificações<br>Tipo de tela: OLED<br>SpO2 variação de tela: 0-100%<br>SpO2 faixa medição: 70-100%<br>SpO2 resolução: 1%<br>FC variação de tela: 0-250bpm<br>FC faixa medição: 30-250bpm<br>Alimentação: 2 pilhas alcalinas AAA<br>Conteúdo da Embalagem<br>- 01 Oxímetro de pulso<br>- Manual de instruções<br>- 01 Cordão de transporte<br>- 02 Pilhas alcalinas AAA | UND | 40 | | 162,28 | 6.491,20 |
| 229. | **Oxímetro Digital:** Display retro-iluminado, pulsação exibida pelo gráfico, alta precisão, compacto, leve e de fácil transporte. Mede dedo de adulto e criança. Visor Digital. Alimentação: 2 pilhas alcalinas, tipo “AAA” (1,55 v). 02 anos de garantia e registro da ANVISA | UND | 100 | | 141,97 | 14.197,00 |
| 230. | **Papel Grau Cirúrgico (bobina) 100mm x 100m.:** Para ser utilizado em autoclaves a vapor, possuindo papel grau cirúrgico, filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno. Com indicador químico visual (que ateste a passagem pelo processo de esterilização). Garantia de barreira bacteriológica e contra contaminação cruzada do material. Tamanho: 10cm de largura x 100m de | ROLO | 300 | | 75,75 | 22.725,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | comprimento. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 231. | **Papel Grau Cirúrgico (envelope autosselante) 150mm x 250mm:** Para ser utilizado em autoclaves a vapor, possuindo papel grau cirúrgico, filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno. Com indicador químico visual (que atestem a passagem pelo processo de esterilização). Garantia de barreira bacteriológica e contra contaminação cruzada do material. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. Pacote com 100 unidades; tamanho 150mm x 250mm. | PCT | 700 | | 96,94 | 67.858,00 |
| 232. | **Papel Grau Cirúrgico (envelope autosselante) 200mm x 330mm.:** Para ser utilizado em autoclaves a vapor, possuindo papel grau cirúrgico, filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno. Com indicador químico visual (que ateste a passagem pelo processo de esterilização). Garantia de barreira bacteriológica e contra contaminação cruzada do material. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. Pacote com 100 unidades; tamanho 200mm x 330mm. | PCT | 600 | | 90,80 | 54.480,00 |
| 233. | **Papel Grau Cirúrgico (envelope autosselante) 270mm x 350mm:** Para ser utilizado em autoclaves a vapor, possuindo papel grau cirúrgico, filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno. Com indicador químico visual (que ateste a passagem pelo processo de esterilização). Garantia de barreira bacteriológica e contra contaminação cruzada do material. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto.<br>Pacote com 100 unidades; tamanho 270mm x 350mm. | PCT | 50 | | 198,82 | 9.941,00 |
| 234. | **Papel Grau Cirúrgico (envelope autosselante) 270mm x 400mm:** Para ser utilizado em autoclaves a vapor, possuindo papel grau cirúrgico, filme | PCT | 30 | | 245,18 | 7.355,40 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | laminado multicamadas de poliéster e polipropileno. Com indicador químico visual (que atestem a passagem pelo processo de esterilização). Garantia de barreira bacteriológica e contra contaminação cruzada do material. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto.<br>Pacote com 100 unidades; tamanho 270mm x 400mm. | | | | | |
| 235. | **Papel Grau Cirúrgico (envelope autosselante) 90mm x 260mm:** Para ser utilizado em autoclaves a vapor, possuindo papel grau cirúrgico, filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno. Com indicador químico visual (que atestem a passagem pelo processo de esterilização). Garantia de barreira bacteriológica e contra contaminação cruzada do material Registro no MS/ ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto.<br>Pacote com 100 unidades; tamanho 90mm x 260mm. | UND | 200 | | 80,01 | 16.002,00 |
| 236. | **Papel Toalha em Rolo Hospitalar**: Rolos de 200m e 20cm largura. Fibra vegetal **virgem** (não reciclada) branca. Adequar suporte **(item 103)** ao tipo de papel que será pedido. **Atender critérios estabelecidos na NBR 15464/2010 da ANVISA.** | ROLO | 1500 | | 36,39 | 54.585,00 |
| 237. | **Papel Toalha Interfolhas Hospitalar**: 100% **celulose virgem**, cor branca, embalagem plástica, contendo o total de 1000 folhas, tendo internamente 05 maços de 200 folhas. Tamanho da folha de 22 x 21cm e tipo de intercalação 02 dobras, sistema folha-por-folha. Apresentar laudo microbiológico e teste de irritabilidade dérmica. **Atender critérios estabelecidos na NBR 15464/2010 da ANVISA.** | PCT | 4.000 | | 29,17 | 116.680,00 |
| 238. | **Pijama Cirúrgico Feminino P** Tecido: Sarja Composição: 97% algodão + 3% elastano Cor: Azul marinho Blusa Blusa modelo raglan. Gola padre com detalhe em elástico (conforme figura em anexo). Possui dois bolsos inferiores com detalhe em viés de acordo com o | UND | 60 | | 97,36 | 5.841,60 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | tom da logo na frente. Calça: 2 bolsos frontais e 2 traseiros, cós com ajuste elástico e cordão na cintura para ajuste com ponteiras de metal. Tamanho: Tabela de medidas em anexo. Bordado blusa: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Bordado BLUSA: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Aplicação de brasão do município de Luisburgo. Medidas do logotipo: 8cm de altura e 7cm de largura. Cor do aviamento: Azul marinho. Composição da linha: 100% poliéster.<br>Apresentar amostra do tecido para aprovação.<br>Apresentar uma peça para aprovação da confecção.<br>Apresentar amostra do bordado para aprovação. | | | | | |
| 239. | **Pijama Cirúrgico Feminino M** Tecido: Sarja Composição: 97% algodão + 3% elastano Cor: Azul marinho Blusa Blusa modelo raglan. Gola padre com detalhe em elástico (conforme figura em anexo). Possui dois bolsos inferiores com detalhe em viés de acordo com o tom da logo na frente. Calça: 2 bolsos frontais e 2 traseiros, cós com ajuste elástico e cordão na cintura para ajuste com ponteiras de metal. Tamanho: Tabela de medidas em anexo. Bordado blusa: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Bordado BLUSA: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Aplicação de brasão do município de Luisburgo. Medidas do logotipo: 8cm de altura e 7cm de largura. Cor do aviamento: Azul marinho. Composição da linha: 100% poliéster.<br>Apresentar amostra do tecido para aprovação.<br>Apresentar uma peça para aprovação da confecção.<br>Apresentar amostra do bordado para aprovação. | UND | 60 | | 88,28 | 5.296,80 |
| 240. | **Pijama Cirúrgico Feminino G** Tecido: Sarja Composição: 97% algodão + 3% elastano Cor: Azul marinho Blusa modelo raglan. Gola padre com detalhe em elástico (conforme figura em anexo). Possui dois bolsos inferiores com | UND | 40 | | 99,26 | 3.970,40 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | detalhe em viés de acordo com o tom da logo na frente. Calça: 2 bolsos frontais e 2 traseiros, cós com ajuste elástico e cordão na cintura para ajuste com ponteiras de metal. Tamanho: Tabela de medidas em anexo. Bordado blusa: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Bordado BLUSA: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Aplicação de brasão do município de Luisburgo. Medidas do logotipo: 8cm de altura e 7cm de largura. Cor do aviamento: Azul marinho. Composição da linha: 100% poliéster. Apresentar amostra do tecido para aprovação.<br>Apresentar uma peça para aprovação da confecção.<br>Apresentar amostra do bordado para aprovação. | | | | | |
| 241. | **Pijama Cirúrgico Feminino GG** Tecido: Sarja Composição: 97% algodão + 3% elastano Cor: Azul marinho Blusa modelo raglan. Gola padre com detalhe em elástico (conforme figura em anexo). Possui dois bolsos inferiores com detalhe em viés de acordo com o tom da logo na frente. Calça: 2 bolsos frontais e 2 traseiros, cós com ajuste elástico e cordão na cintura para ajuste com ponteiras de metal. Tamanho: Tabela de medidas em anexo. Bordado blusa: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Bordado BLUSA: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Aplicação de brasão do município de Luisburgo. Medidas do logotipo: 8cm de altura e 7cm de largura. Cor do aviamento: Azul marinho. Composição da linha: 100% poliéster. Apresentar amostra do tecido para aprovação.<br>Apresentar uma peça para aprovação da confecção.<br>Apresentar amostra do bordado para aprovação. | UND | 20 | | 113,22 | 2.264,40 |
| 242. | **Pijama Cirúrgico Feminino EGG** Tecido: Sarja Composição: 97% algodão + 3% elastano Cor: Azul marinho Blusa modelo raglan. Gola padre com detalhe em elástico (conforme figura em anexo). Possui dois bolsos inferiores com detalhe em viés de acordo com o tom da | UND | 20 | | 115,69 | 2.313,80 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | logo na frente. Calça: 2 bolsos frontais e 2 traseiros, cós com ajuste elástico e cordão na cintura para ajuste com ponteiras de metal. Tamanho: Tabela de medidas em anexo. Bordado blusa: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Bordado BLUSA: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Aplicação de brasão do município de Luisburgo. Medidas do logotipo: 8cm de altura e 7cm de largura. Cor do aviamento: Azul marinho. Composição da linha: 100% poliéster. Apresentar amostra do tecido para aprovação.<br>Apresentar uma peça para aprovação da confecção.<br>Apresentar amostra do bordado para aprovação. | | | | | |
| 243. | **PinçaDente-de-Rato** Pinça cirúrgica, tipo Dente-de-Rato, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, ponta reta, comprimento de 16cm. | UND | 70 | | 97,28 | 6.809,60 |
| 244. | **Pinça Halstead Mosquito** Pinça cirúrgica, tipo Halstead Mosquito, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, ponta reta, comprimento de 16cm. | UND | 70 | | 83,50 | 5.845,00 |
| 245. | **Pinça Kelly Curva** Pinça cirúrgica, tipo Kelly, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, ponta curva, comprimento de 16cm. | UND | 70 | | 85,32 | 5.972,40 |
| 246. | **Porta-Agulha Mayo Hegar:** Porta-agulha com Videa, 12cm, confeccionado em aço inoxidável. | UND | 70 | | 142,35 | 9.964,50 |
| 247. | **Prendedor/Clamp Umbilical** Estéril - para uso em cordão umbilical de recém-nascidos, confeccionado em poliacetal virgem especial, atóxico, anti-alergênico, apirogênico, sistema tipo pinça em V dentada, duplamente serrilhada e com bordas arredondadas, com vedação definitiva não deixando nenhum resquício de vazamento quando em uso, embalado em envelope misto de papel grau-cirúrgico e filme de poliéster com abertura asséptica em pétala, com todos os dados e | UND | 20 | | 5,28 | 105,60 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | informações necessárias. Esterilizado a gás Óxido de Etileno. Tamanho Único. | | | | | |
| 248. | **Protetor Facial "Face Shield"** EPI de dupla proteção; fácil limpeza e higienização; transparente e moderna; permite voz e comunicação clara; reutilizável; ajuste por elástico; protetor de testa em espuma macia. Material: espuma e pet cristal. Tamanho da viseira: 32,0cm x 22,0cm. Certificação: de acordo com a RDC nº 356, de 23 de março de 2020, publicada pelo Ministério da Saúde na data de 31/03/2020 (nº 62, seção 1, pág. 81). | UND | 70 | | 18,67 | 1.306,90 |
| 249. | **Protetor Solar FPS 60** Embalagem com 120 ml; Resistente a água e ao suor; Deve oferecer proteção contra queimaduras solares provenientes dos raios U.V.A e U.V.B (fator 60); Hiporalérgico, dermatologicamente testado; Isento de fragrância e corantes; Não oleoso (para ser rapidamente absorvido pela pele sem deixar resíduos); Não deve ser em gel, pois sai com maior facilidade em contato com a água /suor, precisando desse modo ser aplicado mais vezes, o que levaria a um maior gasto); Não deve manchar a roupa; Prazo de validade de no mínimo 1 ano após a data de entrega; Produto registrado no Ministério da Saúde ou ANVISA. | UND | 700 | | 74,33 | 52.031,00 |
| 250. | **PVPI Degermante:** Antisséptico Degermante PVPI Dermo Suave, 10% de Iodo polividona que equivale a 1% de iodo ativo solução com tensoativos, embalagem com 1000ml. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 150 | | 77,92 | 11.688,00 |
| 251. | **PVPI Tópico:** Antisséptico Tópico PVPI Tintura, 10% de Iodo polividona que equivale a 1% de iodo ativo sol. aquosa, com 1000ml. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 150 | | 89,63 | 13.444,50 |
| 252. | **Reanimador manual Adulto FDD (com reservatório)** Ressuscitador manual com reservatório de oxigênio (adulto) – reanimador manual adulto, autoclavável e resistente | UND | 30 | | 221,63 | 6.648,90 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | a desinfecção química de alto nível, confeccionado em puro silicone, com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone, de capacidade de 2000ml, mascara facial pediátrica, transparente com bojo em policarbonato e coxim de silicone autoclavável; válvula de segurança unidirecional em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas; com válvula e membrana autoclavável do reservatório O2, válvula de admissão ar/ O2 autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável, para conexão do reservatório à rede de O2, e com acessórios inclusos: 3 máscaras faciais n.º 05. | | | | | |
| 253. | **Reanimador manual neonatal (com reservatório)**<br>Reanimador manual neo - para uso em ventilação artificial durante manobras de ressuscitação de pacientes em parada cárdio respiratória, apnéia ou com ventilação espontânea insuficiente que atenda aos padrões estabelecidos pela ISO e ASTM. O reanimador deverá ser constituído de cinco componentes: máscara facial em material de silicone; Válvula unidirecional em polissulfona com mecanismo interno tipo "bico de pato" em silicone que não permita a reinalação de gases, com conexão para o paciente 22 mm externo/ 15 mm interno, desmontável e com mecanismo de alívio de pressão que se ativa quando as pressões nas vias aéreas atinge 40cm de H2O; balão de ventilação em silicone com volume interno de 250 ml e com válvula de entrada de gás em polissulfona com conexões 30X25 mm; válvula do balão reservatório de oxigênio removível em polissulfona com conexão de 25 mm; balão reservatório de oxigênio removível em material de vinil com volume de 600ml, com conexão de 6 mm para fonte de oxigênio suplementar. Todos os componentes do Ressuscitador deverão ser desmontáveis e permitirem a limpeza e reprocessamento por esterilização em autoclave (até 137º C, com exceção da bolsa reservatória de O2), óxido de etileno e esterilização a frio. Embalagem | UND | 30 | | 318,49 | 9.554,70 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | contendo dados de identificação e procedência , número do lote e registro no Ministério da Saúde. | | | | | |
| 254. | **Reanimador manual Pediátrico (com reservatório)** Ressuscitador manual com reservatório de oxigênio (pediátrico) – reanimador manual pediátrico, autoclavável e resistente a desinfecção química de alto nível, confeccionado em puro silicone, com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone, de capacidade de 2000ml, máscara facial pediátrica, transparente com bojo em policarbonato e coxim de silicone autoclavável; válvula de segurança unidirecional em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas; com válvula e membrana autoclavável do reservatório O2, válvula de admissão ar/ O2autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável, para conexão do reservatório à rede de O2, e com acessórios inclusos: 3 máscaras faciais n.os 01, 02 e 03. | UND | 30 | | 257,00 | 7.710,00 |
| 255. | **Respirador Descartável N95** Sistema Antiembaçante. Tiras flexíveis para ajuste à anatomia e contornos do nariz, com acolchoamento interno, minimizando lesões por uso prolongado e evitando o embaçamento dos óculos de segurança. Filtro com tratamento eletrostático – fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas. Embalado Individualmente. SELO IMMETRO. | UND | 2000 | | 7,10 | 14.200,00 |
| 256. | **Saco de Lixo Biológico 20L:** Pacotes com 100 unidades de 20L resistente a ruptura e vazamento, impermeável, conforme Padrão RDC 306/04 ANVISA e NBR 9191/2000 da ABNT e substitutivas, respeitados os limites de peso de cada saco. Símbolo que representa o grupo a, é o símbolo de substância infectante constante na NBR-75 | PCT | 1.500 | | 55,97 | 83.955,00 |
| 257. | **Scalp nº19:** Mandril siliconizado, com biseltrifacetado, Asas flexíveis, tubo transparente, conexão Luer Slip, Produto estéril de uso único, embalado | UND | 400 | | 1,37 | 548,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | individualmente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto no Município. | | | | | |
| 258. | **Scalp nº21:** Mandril siliconizado, com biseltrifacetado, Asas flexíveis, tubo transparente, conexão Luer Slip, Produto estéril de uso único, embalado individualmente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto no Município. | UND | 7000 | | 1,28 | 8.960,00 |
| 259. | **Scalp nº23:** Mandril siliconizado, com biseltrifacetado, Asas flexíveis, tubo transparente, conexão Luer Slip, Produto estéril de uso único, embalado individualmente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto no Município. | UND | 30.000 | | 1,37 | 41.100,00 |
| 260. | **Scalp nº25:** Mandril siliconizado, com biseltrifacetado, Asas flexíveis, tubo transparente, conexão Luer Slip, Produto estéril de uso único, embalado individualmente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto no Município. | UND | 4.000 | | 1,38 | 5.520,00 |
| 261. | **Sensor reagente para monitoramento de glicemia (Tipo Freestyle Libre):** sensor intersticial, por método eletroquímico amperométrica contínua; aplicada na parte posterior do braço. Tamanho: 5mm de altura e 35mm de diâmetro. Peso: 5g. Fonte de Alimentação do sensor: 1 bateria de óxido de prata. Vida útil por até 14 dias; Memória do sensor: 8 horas (as leituras da glicose são armazenadas a cada 15 minutos). Resistência do sensor à água: IP27: pode resistir a uma imersão em um metro de água por até 30 minutos. Temperatura operacional: 10°C a 45ºC. Temperatura de armazenamento da embalagem e aplicador: 4ºC a 30ºC. Umidade relativa de operação e armazenamento: 10% - 90%, sem condensação. Altitude de armazenamento e operação: -381m a 3048m. Acompanha 1 sensor, aplicador de sensor, lenço umedecido com álcool; | UND | 120 | | 461,44 | 55.372,80 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | instruções de uso. Devidamente regulamentado conforme normas da ANVISA. | | | | | |
| 262. | **Seringa descartável 01ml c/agulha 13x0,45:** (graduada em UI – Unidades Internacionais). Seringas Descartáveis, estéreis, atóxicas, apirogênicas. Cilindro: altamente transpa-rente permite a visualização nítida do fluído aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. Pistão: confeccionado em TPE, atóxico, "látex-free", em atenção às normas FDA. Escala de graduação: apresenta alto grau deprecisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. Embalagem: as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso. Esterilizadas a óxido de etileno. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. Validade mínima de 4 anos a contar da data de entrega no município. | UND | 100.000 | | 0,47 | 47.000,00 |
| 263. | **Seringa descartável 03ml c/agulha 25x0,7:** Seringas Descartáveis, estéreis, atóxicas, apirogênicas. Cilindro: altamente transpa-rente permite a visualização nítida do fluído aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. Pistão:confeccionado em TPE, atóxico, "látex-free", em atenção às normas FDA. Escala de graduação: apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. Embalagem: as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso. Esterilizadas a óxido de etileno. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. Validade mínima de 4 anos a contar da data de entrega no município. | UND | 60.000 | | 0,59 | 35.400,00 |
| 264. | **Seringa descartável 05ml c/agulha 25x0,7:** Seringas Descartáveis, estéreis, atóxicas, apirogênicas. Cilindro: altamente transpa-rente permite a | UND | 40.000 | | 0,30 | 12.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | visualização nítida do fluído aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. Pistão: confeccionado em TPE, atóxico, "látex-free", em atenção às normas FDA. Escala de graduação: apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. Embalagem: as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso. Esterilizadas a óxido de etileno. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. Validade mínima de 4 anos a contar da data de entrega no município. | | | | | |
| 265. | **Seringa descartável 100UI c/agulha 8,0x0,3** – insulina (graduada em UI – Unidades Internacionais). Seringas Descartáveis, estéreis, atóxicas, apirogênicas. Cilindro: altamente transpa-rente permite a visualização nítida do fluído aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. Pistão:confeccionado em TPE, atóxico, "látex-free", em atenção às normas FDA. Escala de graduação: apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. Embalagem: as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso. Esterilizadas a óxido de etileno. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. Validade mínima de 4 anos a contar da data de entrega no município. | UND | 100.000 | | 1,77 | 177.000,00 |
| 266. | **Seringa descartável 10ml:** Seringas Descartáveis, estéreis, atóxicas, apirogênicas. Cilindro: altamente transpa-rente permite a visualização nítida do fluído aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. Pistão:confeccionado em TPE, atóxico, "látex-free", em atenção às normas FDA. Escala de graduação: apresenta alto grau de precisão, traços e números de | UND | 40.000 | | 0,92 | 36.800,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | inscrição claros e legíveis. Embalagem: as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso. Esterilizadas a óxido de etileno. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. Validade mínima de 4 anos a contar da data de entrega no município. | | | | | |
| 267. | **Seringa descartável 20ml:** Seringas Descartáveis, estéreis, atóxicas, apirogênicas. Cilindro: altamente transpa-rente permite a visualização nítida do fluído aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. Pistão:confeccionado em TPE, atóxico, "látex-free", em atenção às normas FDA. Escala de graduação: apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. Embalagem: as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso. Esterilizadas a óxido de etileno. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. Validade mínima de 4 anos a contar da data de entrega no município. | UND | 40.000 | | 1,07 | 42.800,00 |
| 268. | **Solução de Schiller 2% 1000ml:** registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | Frasco | 5 | | 167,67 | 838,35 |
| 269. | **Sonda de Aspiração Traqueal COM VALVULA n.º 04** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e | UND | 200 | | 2,02 | 404,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada com válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre 04 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 270. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 06** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre 06 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 1,94 | 388,00 |
| 271. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 08:** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro | UND | 200 | | 2,24 | 448,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre 08 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 272. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 10** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, usuais de 04 a 24 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. | UND | 200 | | 2,23 | 446,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 273. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 12** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre 10 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 4,39 | 878,00 |
| 274. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 14:** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado | UND | 200 | | 2,10 | 420,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre 14 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 275. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 16** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre 16 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 2,64 | 528,00 |
| 276. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 18** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e | UND | 200 | | 2,77 | 554,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, usuais de 04 a 24 Fr. com conector e tampa ou somente válvula Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 277. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 20** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre 20 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 2,19 | 438,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 22** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre 22 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 2,78 | 556,00 |
| 279. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 24** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito | UND | 200 | | 4,56 | 912,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, usuais de 04 a 24 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 280. | **Sonda de Nutrição Enteral com Guia - n.º 10:** Sonda de alimentação enteral siliconada para gastrostomia com balão ao nível da pele, tamanho 10FR X 1,2CM; esterilizado por irradiação gama, uso único. | UND | 50 | | 55,08 | 2.754,00 |
| 281. | **Sonda de Nutrição Enteral com Guia - n.º 12:** Sonda de alimentação enteral siliconada para gastrostomia com balão ao nível da pele, tamanho 10FR X 1,2CM; esterilizado por irradiação gama, uso único. | UND | 50 | | 57,87 | 2.893,50 |
| 282. | **Sonda Foley nº10:** Sonda Vesical de Demora nº 10 - sonda de foley/ 2vias- Látex de borracha 100% natural, siliconada e esterilizada, com ponta distal atraumática; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 5,05 | 1.010,00 |
| 283. | **Sonda Foley nº12:** Sonda Vesical de Demora nº 12 - sonda de foley/ 2vias- Látex de borracha 100% natural, siliconada e esterilizada, com ponta distal atraumática; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 800 | | 5,79 | 4.632,00 |
| 284. | **Sonda Foley nº14:** Sonda Vesical de Demora nº 14 - sonda de foley/ 2vias- Látex de borracha 100% natural, | UND | 600 | | 4,69 | 2.814,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | siliconada e esterilizada, com ponta distal atraumática; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 285. | **Sonda Foley nº16:** Sonda Vesical de Demora nº 16 - sonda de foley/ 2vias- Látex de borracha 100% natural, siliconada e esterilizada, com ponta distal atraumática; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 600 | | 6,35 | 3.810,00 |
| 286. | **Sonda Foley nº18:** Sonda Vesical de Demora nº 18 - sonda de foley/ 2vias- Látex de borracha 100% natural, siliconada e esterilizada, com ponta distal atraumática; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 5,68 | 1.136,00 |
| 287. | **Sonda Foley nº20:** Sonda Vesical de Demora nº 20 - sonda de foley/ 2vias- Látex de borracha 100% natural, siliconada e esterilizada, com ponta distal atraumática; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 5,04 | 504,00 |
| 288. | **Sonda nasogástrica longa Nº04:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com | UND | 30 | | 3,08 | 92,40 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 289. | **Sonda nasogástrica longa Nº06:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 30 | | 3,02 | 90,60 |
| 290. | **Sonda nasogástrica longa Nº08:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de | UND | 30 | | 3,02 | 90,60 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 291. | **Sonda nasogástrica longa Nº10:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 50 | | 2,03 | 101,50 |
| 292. | **Sonda nasogástrica longa Nº12:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 2,05 | 205,00 |
| 293. | **Sonda nasogástrica longa Nº14:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com | UND | 100 | | 2,57 | 257,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 294. | **Sonda nasogástrica longa Nº16:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 2,87 | 287,00 |
| 295. | **Sonda nasogástrica longa Nº18:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de | UND | 100 | | 2,44 | 244,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 296. | **Sonda nasogástrica longa Nº20:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 20 | | 5,20 | 104,00 |
| 297. | **Sonda Uretral Nelaton n.º 08:** Conector em PVC (Poli cloreto de Vinila) vedação da sonda uretral, 2. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. Sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 400 | | 2,57 | 1.028,00 |
| 298. | **Sonda Uretral Nelaton n.º 10:** Conector em PVC (Poli cloreto de Vinila) vedação da sonda uretral, 2. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. Sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 10.000 | | 2,51 | 25.100,00 |
| 299. | **Sonda Uretral Nelaton n.º 12:** Conector em PVC (Poli cloreto de Vinila) vedação da sonda uretral, 2. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma | UND | 30.000 | | 2,04 | 61.200,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. Sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 300. | **Sonda Uretral Nelaton n.º 14:** Conector em PVC (Poli cloreto de Vinila) vedação da sonda uretral, 2. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. Sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 400 | | 2,53 | 1.012,00 |
| 301. | **Sonda Uretral Nelaton n.º 16:** Conector em PVC (Poli cloreto de Vinila) vedação da sonda uretral, 2. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. Sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 400 | | 3,46 | 1.384,00 |
| 302. | **Sonda Uretral Nelaton n.º 20:** Conector em PVC (Poli cloreto de Vinila) vedação da sonda uretral, 2. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. Sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 2,00 | 400,00 |
| 303. | **Soro fisiológico 0,9% 100ml:** sistema fechado, estéril Embalagem em plástico atóxico, semirrígido, transparente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 18.000 | | 6,91 | 124.380,00 |
| 304. | **Soro fisiológico 0,9% 250ml:** sistema fechado, estéril Embalagem em plástico atóxico, | UND | 15.000 | | 12,91 | 193.650,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | semirrígido, transparente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 305. | **Soro fisiológico 0,9% 500ml:** sistema fechado, estéril Embalagem em plástico atóxico, semirrígido, transparente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 15.000 | | 15,65 | 234.750,00 |
| 306. | **Soro fisiológico 0,9% 1000ml:** sistema fechado, estéril. Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. Apresentações: Frascos de plástico transparente com 1000 ml. Registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | UND | 3.000 | | 22,37 | 67.110,00 |
| 307. | **Soro glicosado 5% 250ml:** sistema fechado. Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. Glicose 5%, 250 mL. Embalagem em plástico atóxico, semi-rígido, transparente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | FR | 400 | | 10,03 | 4.012,00 |
| 308. | **Soro glicosado 5% 500ml:** sistema fechado. Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. Glicose 5%, 500 mL. Embalagem em plástico atóxico, semirrígido, transparente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | FR | 400 | | 12,40 | 4.960,00 |
| 309. | **Soro Ringer Lactato 500ml:** Solução de Ringer com Lactato: cloreto de sódio (6mg/mL) + cloreto de potássio (0,3 mg/mL) + cloreto de cálcio (0,2mg/mL) + lactato de sódio (3mg/mL). Embalagem em plástico atóxico, semi-rígido, transparente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | FR | 200 | | 17,04 | 3.408,00 |
| 310. | **Sulfadiazina de Prata:** Creme dermatológico 10mg/g, caixa com 24 potes com 400g. | Caixa | 20 | | 63,43 | 1.268,60 |
| 311. | **Suporte de parede para coletor de perfurocortante** Fabricado em metal, Para coletores de | UND | 50 | | 47,61 | 2.380,50 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 LITROS. Acompanha: 2 buchas e 2 parafusos para fixação. *Não acompanha coletor. | | | | | |
| 312. | **Tala para Imobilização - Tamanho G:** Tala Moldável para imobilização de membros superiores e inferiores confeccionadas em EVA. Formato retangular, com estrutura interna em grade metálica (arame galvanizado) e barras transversais, protegida de oxidação, cobertura externa em EVA sendo que um lado possui espessura de 4 mm e o outro com espessura de 2,5 mm. Tamanho 86x10cm. | UND | 20 | | 63,75 | 1.275,00 |
| 313. | **Tala para Imobilização - Tamanho M:** Tala Moldável para imobilização de membros superiores e inferiores confeccionadas em EVA. Formato retangular, com estrutura interna em grade metálica (arame galvanizado) e barras transversais, protegida de oxidação, cobertura externa em EVA sendo que um lado possui espessura de 4 mm e o outro com espessura de 2,5 mm. Tamanho 63x9cm. | UND | 20 | | 49,99 | 999,80 |
| 314. | **Tala para Imobilização - Tamanho P:** Tala Moldável para imobilização de membros superiores e inferiores confeccionadas em EVA. Formato retangular, com estrutura interna em grade metálica (arame galvanizado) e barras transversais, protegida de oxidação, cobertura externa em EVA sendo que um lado possui espessura de 4 mm e o outro com espessura de 2,5 mm. Tamanho 53x8cm. | UND | 50 | | 49,99 | 2.499,50 |
| 315. | **Termômetro Axilar Galinstan:** Termômetro clinico para determinação da temperatura corporal, sem mercúrio, contém um líquido metálico, composto de gálio, índio e estanho (galinstan). Medição oral ou axilar. | UND | 100 | | 22,58 | 2.258,00 |
| 316. | **Termômetro Clínico Analógico sem Mercúrio** Alta precisão, fluido interno composto de gálio, índio e estanho (galistan). | UND | 250 | | 31,83 | 7.957,50 |
| 317. | **Termômetro clínico de testa digital:** Termômetro infravermelho de testa e superfícies (aferição de temperaturas | UND | 50 | | 142,32 | 7.116,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | negativas e positivas), sem contato, display convexo ampliado, aferição em até 3 segundos, memorização interna, alarme de febre com cor destacada no display. Alimentação 2 pilhas AAA. Com estojo de proteção e sacola de transporte. Deve trazer pilhas incluídas. Apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO. | | | | | |
| 318. | **Termômetro digital com cabo extensor:** Termômetro digital, dorso imantado, controle interno, geladeiras, freezer, estufas, temperatura ambiente, função cal-check, display de cristal liquido, indicador nível bateria, intervalo leitura -50 a +150ºC, 0,1ºC de precisão. Dimensões aproximadas: 92 x 36 x 28mm, peso aproximado: 60g, máxima, mínima e momento. Aferição e memorização de temperaturas Internas e externas. Apresentar amostra para aprovação antes da aquisição. Equipamente necessita dispor de botão "reset" com facilidade para reiniciar a aferição, não sendo necessário remover as pilhas a cada ciclo para reiniciar. Apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO. | UND | 20 | | 169,29 | 3.385,80 |
| 319. | **Tesoura Iris Reta**: Tesoura cirúrgica, tipo Iris, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, ponta reta, comprimento de 16cm. | UND | 20 | | 66,00 | 1.320,00 |
| 320. | **Tesoura Lister** (Corta Vestes/Resgate) 20cm: com ponta angulada para melhorar acesso e desempenho. Produzido em liga de Aço Inoxidável, Autoclavável. | UND | 20 | | 74,03 | 1.480,60 |
| 321. | **Tesoura Metzerbaum**: fabricada em aço inoxidável, autoclavável, ponta reta, comprimento de 16cm. | UND | 50 | | 62,75 | 3.137,50 |
| 322. | **Tesoura Spencer** (Retirada de Pontos) fabricada em aço inoxidável, autoclavável, ponta curva, comprimento de 16cm. | UND | 50 | | 68,08 | 3.404,00 |
| 323. | **Tiras-teste de glicemia:** frasco com 50 unidades c/1chip de código (dependendo do fabricante) para medição de glicemia, ser compatível | UND | 17.000,00 | | 2,07 | 35.190,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | com o aparelho de glicemia a ser fornecido em comodato **(Item156)** Obs.: A licitante vencedora deverá: fornecer, 100 aparelhos em comodato, compatível com a marca e modelo da tira vencedora no certame. Assumir o compromisso de repor os aparelhos com defeito, no prazo de até 72 horas, as quais começarão a ser contadas a partir do momento da solicitação pelo gestor do contrato. Oferecer treinamento de utilização do item para os enfermeiros das ESF conforme dia e horário agendado pela Secretaria Municipal de Saúde.<br>Os materiais solicitados deverão ter registro na ANVISA/ ANVISA e os aparelhos deverão ser novos (primeiro uso) e com selo de aferição do Inmetro. | | | | | |
| 324. | **Torneira Três Vias - Tree Way** | UND | 400 | | 6,07 | 2.428,00 |
| 325. | **Torniquete Hemostático:** Sistema para compressão, tipo torniquete não pneumático, aplicação tático, para atendimento pré-hospitalar, modelo cinta em nylon, fecho auto ajustável com velcro, fivela e barra pressão. | UND | 10 | | 59,30 | 593,00 |
| 326. | **Travesseiro Hospitalar** Travesseiro com preenchimento de espuma, preferencialmente de viscoelástico, revestido em material sintético impermeável e macio (ex. napa, courvin) na cor branca. Dimensões aproximadas: 35x55cm. | UND | 35 | | 93,91 | 3.286,85 |
| 327. | **Tubo de látex (garrote) nº 200:** Mangueira/Tubo de látex n.º 200, para garroteamento, usada em procedimentos de flebotomia. Rolo com 15 metros. | PCT | 10 | | 72,58 | 725,80 |
| 328. | **Tubo de Silicone para Inaloterapia:** Mangueira tubo de silicone hospitalar 203 para oxigênio 6x10mm ,superfície lisa e antiaderente, livres de odor, resistência a esterilização em autoclave a temperatura de até 130˚C. Rolo com 15 metros. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 30 | | 155,47 | 4.664,10 |
| 329. | **Tubo endotraqueal Nº 2,5:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia | UND | 100 | | 6,46 | 646,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 330. | **Tubo endotraqueal Nº 3,0:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 5,61 | 561,00 |
| 331. | **Tubo endotraqueal Nº 3,5:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 7,70 | 770,00 |
| 332. | **Tubo endotraqueal Nº 4,0:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 150 | | 5,38 | 807,00 |
| 333. | **Tubo endotraqueal Nº 4,5:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 5,52 | 552,00 |
| 334. | **Tubo endotraqueal Nº 5,0:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 6,37 | 637,00 |
| 335. | **Tubo endotraqueal Nº 6,0:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 7,33 | 733,00 |
| 336. | **Tubo endotraqueal Nº 7,0:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia | UND | 180 | | 6,19 | 1.114,20 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 337. | **Tubo endotraqueal Nº 7,5:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 5,80 | 1.160,00 |
| 338. | **Tubo endotraqueal Nº 8,0:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 6,35 | 1.270,00 |
| 339. | **Tubo endotraqueal Nº 8,5:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 5,85 | 1.170,00 |
| 340. | **Umidificador de oxigênio 250ml:** Umidificador, material polipropileno, capacidade 250ml, características adicionais c/bico latão, copo padrão ABNT, tampa acopladora, aplicação oxigênio. Registro na Anvisa. Validade indeterminada. | UND | 120 | | 52,77 | 6.332,40 |
| 341. | **Vaselina Líquida 1000ml:** Vaselina líquida 1 litro, Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | FR | 20 | | 42,27 | 845,40 |
| 342. | **Antropômetro Pediátrico:** Destinado a medir crianças deitadas. Construída em liga de alumínio rígido, resistente à umidade e mudanças de temperatura e de fácil limpeza. Escala numérica graduada em centímetros e com precisão em milímetros, com, no mínimo, 100cm úteis (deve permitir a medição de indivíduos com 100cm de comprimento). Escala numérica com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10cm. Base (haste fixa) | UND | 10 | | 272,33 | 2.723,30 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | com, no mínimo, 4 cm de largura e 25 cm de comprimento. Cursor (haste móvel) com, no mínimo, 4 cm de largura e 25 cm de comprimento; com deslizamento suave e estável. Deve-se manter um ângulo de 90 graus com a escala numérica durante toda a medição, com reforço na parte da haste móvel que desliza pela escala numérica, a fim de garantir a manutenção da correta angulação durante seu deslocamento para cima ou para baixo. Deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização. Apresentar manual de instruções de fácil leitura e compreensão para o uso do aparelho. Aferido e certificado pelo INMETRO. | | | | | |
| 343. | **Autoclave (21l):** Autoclave 21 litros, horizontal 127/220v. Equipamento com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Digital, fácil manuseio. Bivolt automático - 127/220v que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254v. Sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Câmara aço inox. Programa único de esterilização. Desaeração e despressurização automática. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta entreaberta. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. Potência 1.600 watts. Frequência: 50/60hz. Dimensão externa: 38 x 38 x 55 cm (largura x altura x profundidade). Dimensão câmara: 25 x 43cm (diâmetro x profundidade). Peso líquido: 23,3 kg. Peso bruto: 25,9 kg. | UND | 10 | | 3.523,00 | 35.230,00 |
| 344. | **Autoclave (45-54l):** Fabricação em larga escala e facilidade de reposição de peças.Autoclave com capacidade interna para 45 a 54 litros. Tensão: 220V. Frequência: 50Hz/ 60Hz Potência: 2000Watts. Gabinete: Aço Carbono com Pintura Eletrostática. Resistência de aquecimento tipo coleira: acoplada externamente a câmara. Abastecimento automático. Reservatório de água destilada em aço | UN | 10 | | 6.618,33 | 66.183,30 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | inoxidável com capacidade de 5 litros. Porta da câmara: constituída em aço inox, vedação da porta com guarnição de silicone resistente a alta temperatura e pressão; travamento da porta através de 12 pinos e um manípulo utilizado para abrir e fechar a porta. Tecla cancela, para interrupção do ciclo no caso de uma emergência. Sensor de Temperatura. Válvula solenoide. Válvula Antivácuo. Válvula de segurança. Dispositivo de segurança da porta: para que o operador não consiga dar início ao ciclo, caso a porta não esteja totalmente fechada. Dispositivo contra abertura acidental da porta. Isolação térmica: tanque revestido com lã de vidro. Filtro da câmara, Mangueira para drenagem resistente à alta temperatura. Fusíveis elétricos de proteção contra elevação excessiva de corrente. Pés de borracha que garantam a estabilidade do conjunto. Microcontrolador eletrônico. Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização, para o caso de o ciclo de esterilização não começar em até 45 minutos.Mínimo de 6 ciclos pré-programados (Instrumental Embalado – 134°C com 2,2 Kgf/cm2 – 15 minutos; Instrumental Desembalado – 134°C com 2,2 Kgf/cm2 – 10 minutos; Plásticos e Algodão – 121°C com 1,2 Kgf/cm2 – 30 minutos; Kit Cirúrgico e Tecidos – 121°C com 1,2 Kgf/cm2 – 30 minutos; Líquidos – 121°C com 1,2 Kgf/cm2 – 30 minutos. Secagem extra 20 minutos com porta aberta), realizando processos de esterilização em 121°C e 134°C, com despressurização automática, secagem com porta fechada e abastecimento automático.Pressão de Esterilização: 1,2Kgf/cm$^2$ ± 0,2 Kgf/cm$^2$ a 2,2Kgf/cm$^2$ ± 0,2Kgf/cm$^2$.Temperatura de Esterilização: 121ºC ± 2ºC a 134ºC ± 2ºC. Secagem: Porta Fechada. Remoção do Ar: Gravitacional. Abastecimento: Automático - 450ml. Monitoração das Informações/Processos: Display LCD Mensagens e Alertas: Alertas sonoros (bips) emitidos quando se inicia os ciclos de esterilização, durante o processo, ao término e nas situações de alarme. Mensagens de operação e etapas do processo informadas e | | | | | |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | visualizadas no display LCD. Volume da Câmera: 45 a 54 Litros Bandejas: 3. Registro ANVISA Manual em língua portuguesa (BR) Garantia de 24 meses contra defeitos de fabricação. | | | | | |
| 345. | **Balança Antropométrica Adulto:** Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 200kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100g. Plataforma para apoio dos pés constituídos de material antiderrapante e resistente ao uso. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220V. Antropômetro acoplado com escala numérica de, no mínimo, 200cm úteis. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. - Garantia, mínima, de 01 ano. | UND | 5 | | 751,33 | 3.756,65 |
| 346. | **Balança digital infantil .**Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Função da tecla TARA (zero) no painel frontal. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15kg. Graduação (precisão) de, no máximo, 10g. Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e conforto à criança. Prato deve ser de material resistente, higienizável e atóxica. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220 V. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Garantia, mínima, | UND | 5 | | 626,67 | 3.133,35 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | de 01 ano. DE IDADE), DIGITAL, DE ALTA CAPACIDADE | | | | | |
| 347. | **Balança plataforma portátil:** Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. Construída em material resistente a impacto (não pode ser de vidro) e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com, no mínimo, 5 dígitos. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 200kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100g. Desligamento automático. Alimentação por pilha(s) ou bateria(s). Deve incluir as pilha(s) ou bateria(s) necessária(s) para seu funcionamento. Indicador de pilha fraca. Pés revestidos de material antiderrapante; Deve apresentar indicador de sobrecarga, isto é, caso haja sobrecarga de peso, a balança deve indicar erro ao invés de demonstrar o peso máximo possível; Não deve incluir bioimpedanciometria, para não excluir a tomada de medidas de gestantes e portadores de marcapasso. Opcionalmente, deve apresentar função "mamãe-bebê" que possibilita determinar o peso de crianças e bebês no colo da mãe. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) ou órgão semelhante; Equipamento acompanhado de bolsa com alça exclusiva para proteção e transporte. Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. Garantia, mínima, de 01 ano. | UND | 30 | | 1.206,67 | 36.200,10 |
| 348. | **Biombo Clínico Basculante:** Biombo em estrutura tubular de ferro, revestido em pintura epóxi branca, com cortinas removíveis e laváveis. Rodízio de 2 polegadas. em tubos de aço redondo, pintura eletrostática a pó com base epóxi de alta durabilidade e tecido resistente na cor bege. Conta ainda com 4 rodízio.Dimensões Aberto: 1,75m x - 1,35m (AxP), Dimensões Fechado: 1,75m x 67cm x 59m (AxPxL), Peso: 10Kg, Garantia: 12 meses. | UND | 5 | | 584,50 | 2.922,50 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 349. | **Braçadeira:** Utilizada para Injeção e Aferição de Pressão Arterial: Concha confeccionada em chapa de aço inox, haste em tubo de aço inox, com regulagem de altura através de manípulo, coluna e base em tubo de aço carbono, pés com ponteiras de borracha. Acabamento: em pintura Eletrostática a Pó. Dimensões: 0,80m Alt. Mín. - 1,20m Alt. Máx**.** | UND | 15 | | 194,33 | 2.914,95 |
| 350. | **Cadeira de Banho:** Capacidade máxima de peso de até 130kg, corpo confeccionado em alumínio com assento e tampa em polietileno ultra resistente. apoio para braços em plástico e apoio para pés em alumínio, 04 rodízios blindados com rodas giratórias, com dispositivo antiderrapante nas rodas, e freios traseiros para maior segurança, encosto em nylon acolchoado de alta resistência. | UND | 10 | | 317,43 | 3.174,30 |
| 351. | **Cadeira de Rodas Reforçada:** Fabricada em aço carbono com assento/encosto em nylon almofadado, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços removíveis, apoio para os pés com elevação de panturrilha e regulagem de altura, rodas dianteiras aro 06″ com pneus maciços e rodas traseiras aro 24″ em alumínio e com pneus infláveis. Aro impulsor bilateral. Capacidade máxima de peso: 200kg. | UND | 15 | | 1.481,33 | 22.219,95 |
| 352. | **Caixa térmica com termômetro:** Caixa térmica 15 ou 16 litros. Confeccionada em material de alta resistência (externamente polietileno de alto impacto com injeção de poliuretano de media densidade), que resistem à temperatura de -80°C a 90°C. Paredes de espessuras mais finas, permitindo um transporte mais leve. Deve possuir termômetro digital acoplado, com registro de temperatura máxima, mínima e de momento (a prova d'agua); Termômetro resetável por botão. Tampa basculante; Cor externa solida, sem alusão temática (ex.: bebida ou time). Dimensões aproximadas (CxLxA): Externas: 34x 24x26cm; Internas: 28x20x18cm. | UND | 15 | | 279,30 | 4.189,50 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 353. | **Cama Hospitalar Mecânica com Colchão e Travesseiro:** Cama hospitalar tipo Fowler mecânica com Registro da Anvisa, Estrutura: tubular em aço-carbono com chapas de diferentes espessuras. Chassi: Tubos 50 x 30 x 2,0 mm e chapas de 1/4. Estrado: Tubos 50 x 30 x 2,0 mm e chapas de 3/8. Seções articuladas: Tubos 30x20x1,2mm e chapas de 3/16. Leito: Termoplástico estruturado, com contenção e limitador para colchão. Fixação independente nas seções articuladas. Movimentação: sistema mecânico em aço-carbono com quatro motores. Movimentos: Fowler, semi-Fowler, elevação do dorso, elevação da perna, Trendelenburg, proclive, poltrona, vascular, cardíaco e autocontorno. Rodízios e Sistema de Freio: Diâmetro mínimo de 4 em termoplástico. Sistema de frenagem individual com pedal. Grades Laterais e Sistema de Grade: Quatro grades laterais em polietileno injetado, modelo flexível. Sistema retrátil com trava. Cabeceira e Peseira: Plástico polietileno injetado de alto impacto, modelo flexível. Acabamento Superficial da Estrutura Metálica: Estrutura em aço-carbono com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática. Acabamento para Chassi: Revestimento parcial em termoplástico. Dados Técnicos: Inclinações: Dorso (75° ~ 77°), Pernas (20° ~23°), Trendelenburg (0° ~ -15°), Proclive (0° ~ 15°). Elevação Máxima: 0,68 m, Mínima: 0,33 m. Dimensões do Leito: 1950 mm x830 mm x 330~680 mm. Dimensões Totais: 2280 mm x 1090 mm x330~680 mm. Carga Máxima de Trabalho: 280 kg / Peso Máximo do Paciente: 250 kg. | UND | 10 | | 3.320,66 | 33.206,60 |
| 354. | **Câmara de Conservação de Vacinas:** Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de VACINAS. - Capacidade para armazenamento mínimo de 340 litros úteis ou 22.000 doses de 5 ml. - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, | UND | 8 | | 12.770,33 | 102.162,64 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. - Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. - Equipado com blocos criogênicos para manutenção inercial da temperatura na falta de energia elétrica - Cinco gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. - Porta de vidro triplo tipo no fog por acesso vertical. - Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. - Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. - Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4ºC por solução diatérmica. - Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e vida útil com acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel. - Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta dotado de bateria recarregável. - Silenciador do alarme sonoro, de apenas um toque. - Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. - Sistema de backup de alimentação por bateria recarregável para toda a rede de comando eletrônico e sistemas de alarmes, com monitoramento de 24 a 48 horas na falta de energia. - Registro na ANVISA, Certificações ISO e Manual do proprietário em Português. - Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. - Chave geral de energia – liga desliga.Medidas Externas Aproximadas:- Altura: 1850mm - Largura: 710mm - Profundidade: 740mm (Equivalente ou superior a Indrel Refrimed Vacinas Modelo RVV 440D) RECOMENDAÇÃO DA SRS | | | | | |
| 355. | **Carrinho de Curativos:** Construído em tubos inoxidável de ¾" x 1,2mm de | UND | 8 | | 755,67 | 6.045,36 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | espessura. Tampo e prateleira em chapa de 0,80mm de espessura inoxidável, com varandas ¼". Pés com rodízios de 2". Acompanha balde e bacia em aço inox. Dimensões aproximadas: 0,45m x 0,75m x 0,80m. | | | | | |
| 356. | **Carrinho de Emergência:** Carro de emergência hospitalar, estrutura em chapas de aço inoxidável, 04 gavetas com sistema de trava com lacre, sendo a 1ª com divisão. Suporte para monitor com base giratória, suporte para soro e cilindro de O2. Rodízios 360° com sistema de trava. Extensão elétrica de, no mínimo, 5 metros e até 7 plugues. Acessórios: tábua de massagem cardíaca. | UND | 5 | | 2.323,00 | 11.615,00 |
| 357. | **Carrinho Para Cilindro de Oxigênio:** Ajustável para cilindros de 3 a 7 litros, fabricado com tubos de aço resistente, Pintura epóxi na cor branca, rodas de borracha maciça e tiras de segurança (sistema de catracas) para fixar o cilindro. Base plana com medida aproximada de 16x16cm. | UND | 10 | | 254,10 | 2.541,00 |
| 358. | **Carrinho Para Cilindro de Oxigênio:** Para cilindros de **50 litros**, fabricado com tubos de aço resistente, Pintura epóxi na cor branca, rodas de borracha maciça e tiras resistentes com sistema de catraca para fixar o cilindro. Base plana com medida aproximada de 25x25cm. | UND | 4 | | 509,33 | 2.037,32 |
| 359. | **Colchão Pneumático:** para tratar e prevenir úlceras e escaras através do sistema de alívio de pressão alternada sobre as áreas do corpo. Possui um sistema de 23 tubos independentes interconectados em material ultra resistente.Características do Colchão: Revestimento em nylon ultra resistente impermeável; • Com capa de nylon impermeável;• Motor silencioso e econômico;• 23 tubos independentes, permitindo ciclos intercalados, garantindo eficiência;• Regulagem de pressão por peso do paciente;• Suporta até 150 Kg; • Previne e trata escaras de estágio I e II;• Unidade de controle com alça dupla para pendurar verticalmente na cama ou apoiar na bancada;• | UND | 10 | | 291,17 | 2.911,70 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Composição: Capa de nylon impermeável, fácil de higienizar; Características da Unidade de Controle:• Opera com um nível de ruído extremamente baixo;• Durável e compacto;• Proteção IP21 que protege contra condensação;• Alça dupla de inox para pendurar na cama ou apoiar na bancada;• Desenvolvido para utilização 24 horas por dia; • Luz indicadora de funcionamento; Especificações Técnicas do Colchão: • Peso do produto: 4,20 Kg; • Dimensões do produto: altura 8,5cm \| largura 87cm \| comprimento 190cm; Especificações Técnicas da Unidade de Controle: • Proteção IP21 que protege contra condensação; • Alça dupla de inox para pendurar na cama ou apoiar na bancada; • Desenvolvido para utilização 24 horas por dia; • Luz indicadora de funcionamento; • Dimensões: 25x13x10cm; | | | | | |
| 360. | **Comadre:** Comadre tipo pá, confeccionada em inox, capacidade 2,5L, Dimensões comp. 425mm x larg. 258mm x alt. 85mm. | UND | 10 | | 198,65 | 1.986,50 |
| 361. | **Concentrador de Oxigênio:** Com sistema indicador de pureza de oxigênio, sistema de desligamento automático para sobrecarga, alta temperatura e alta tensão, gabinete em plástico resistente a fogo e sistema de alarme para falta de eletricidade, alimentação elétrica 110 volts, consumo mínimo de energia, com cabo elétrico padrão comercial de 02 metros, concentração mínima de oxigênio: 93%. | UND | 8 | | 262,00 | 2.096,00 |
| 362. | **Doppler fetal portátil:** Sonar Doppler fetal portátil, alimentação por baterias 9v, com visor e contador de BCF (batimentos cardíacos fetais) e ajuste de volume. Em material resistente e de fácil higienização**.** | UND | 15 | | 502,44 | 7.536,60 |
| 363. | **Escada clínica para maca 2 degraus,** em estrutura tubular de inox, com dois degraus resistentes, com piso emborrachado e pés de borracha antiderrapante. Armação em tubos redondos de 3/4", Degrau revestido com material sintético antiderrapante, Pés com ponteira de PVC, Dimensões | UND | 15 | | 181,33 | 2.719,95 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | externas aproximadas: comprimento 0,38cm x largura 0,37cm x 0,41cm de altura. | | | | | |
| 364. | **Foco auxiliar para exames clínicos e ginecológicos:** Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150cm. Pintura em epóxi. Base do pedestal com 04 rodízios, Alimentação elétrica automática de 110 à 220v. 50/60Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Certificado Inmetro. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. | UND | 10 | | 493,33 | 4.933,30 |
| 365. | **Maca Ginecológica:** Estrutura construída em MDF 15mm de alta qualidade, revestido internamente e externamente na cor branco, com pés em tubos quadrados com reguladores de nível para perfeito alinhamento ao piso, revestidos com pintura eletrostática conferindo maior resistência química e mecânica contra impactos, corrosão e radiação, com durabilidade maior do que os processos normais de pintura. Especificação do gabinete Duas portas com dobradiças de abertura de 270º e quatro gavetas com corrediças metálicas. Leito da maca Dividido em 3 partes, com espuma de densidade D26 e revestido com material impermeável, de fácil antissepsia e de boa qualidade e durabilidade. Encosto com 5 níveis de regulagem, através de cremalheira cromada, sendo as seguintes inclinações: 60°, 50°, 40°, 30° e a posição reta, proporcionando maior conforto à paciente. Assento fixo. Peseira com regulagem de inclinação em 4 níveis sendo totalmente levantada, 20°, 40° e totalmente abaixada. Movimento podendo ser realizado através de manipulo lateral, facilitando o manuseio para o profissional. Itens adicionais inclusos Porta-coxas revestido removíveis e reguláveis em altura fabricado em poliuretano com alma de alumínio. Gaveta de coleta sob o assento fabricada em aço inox. | UND | 5 | | 1.215,83 | 6.079,15 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 366. | **Maca Hospitalar elétrica:** Para uso específico na Sala de Emergência. Comandos elétricos para acelerar atendimentos que exijam mudança rápida de decúbito. Possuir comandos para elevação de cabeceira, pés, inclinação e altura do leito. Grades laterais para segurança. Suporte até 200kg. Superfície de fácil desinfecção. Rodízios para transporte com travas de segurança. | UND | 4 | | 2.575,33 | 10.301,32 |
| 367. | **Mesa de Mayo:** Estrutura em tubo de aço inox, montada sobre tripé com rodízios de material termoplástico – haste em tubo de aço inox, regulável através de manípulo. Dimensões: 0,40 x 0,52 x 0,87m (CxLxA). Bandeja de inox 48 x32 cm. Rodízios 2 polegadas**.** | UND | 10 | | 416,57 | 4.165,70 |
| 368. | **Monitor Automático de Pressão Sanguínea Digital:** Mostrador digital. Medição: Método oscilométrico. Limite de medição: Pressão 0 a 299 mmHg. Freqüência de pulso: 30 a 199 BPM. Precisão: Pressão: por volta de+ ou – 3 mmHg ou 2% Freqüência de pulso: por volta de + ou – 5% de leitura. Inflação: automática por bombeamento. Esvaziamento: Automático pela válvula de controle eletromagnética. Detecção de pressão: Sensor de pressão semicondutor de capacidade eletrostática | UND | 8 | | 149,06 | 1.192,48 |
| 369. | **Monitor Multiparâmetros:** ECG-Respiração-Pulsação- Oximetria-Pressão não invasiva- Temperatura Pacientes adultos, pediátricos e recém-nascido. Portátil, preciso e tolerante a movimentos. Tela LCD colorida. Análise de segmento ST, arritmia e detecção de marca-passo. Bateria de lítio. Memória interna para armazenamento de dados. Alarmes visuais e sonoros. Alça para transporte acoplada. Registro da ANVISA | UND | 3 | | 8.378,00 | 25.134,00 |
| 370. | **Muleta Canadense:** estrutura alumínio, tratamento superficial anodizado, acabamento superficial pintado, material ponteira náilon, apoio articulado antebraço, apoio mão em náilon, resistência até 130kg. | UND | 10 | | 83,00 | 830,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 371. | **Nebulizador Hospitalar:** Compressor para utilização ambulatorial, com mecanismo totalmente isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Suporte com rodízios. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, com duas a quatro saídas para uso simultâneo. | UND | 10 | | 1.346,95 | 13.469,50 |
| 372. | **Nebulizador Ultrassônico:** 110v, registro na ANVISA. Copo lavável e reutilizável. | UND | 8 | | 151,67 | 1.213,36 |
| 373. | **Oxímetro Neonatal:** Portátil com Alarme e Curva Plestimográfica - Sensor Y Visor LCD colorido de alta resolução; Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal; Possui 5 formatos de visualização; Indicação da SpO2 , frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências; Alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis; Memória interna dos eventos e conexão USB para computador; Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional); Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas; Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado; Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal; Sensor de SpO2 padrão Nellcor; - Sensor Neonatal. Este KIT contém: 01 Oxímetro portátil C/ curva UT-100 - Sensor de oximetria tipo"Y" EPX-150 Epex. | UND | 6 | | 1.558,98 | 9.353,88 |
| 374. | **Poltrona Hospitalar:** Reclinável, assento, encosto, apoio de braços e pés articulados. Apoio de pés acoplado a poltrona, acabamento estofado de espuma revestido em courvin, largura 74 cm, profundidade 74, estrutura tubular, aplicação hospitalar, modelo encosto e braço regulável. | UND | 10 | | 1.179,42 | 11.794,20 |
| 375. | **Prancha para resgate completa:** Conjunto para resgate composto por: 1* Prancha longa para resgate, confeccionada em madeira naval, com dimensões de no mínimo 1.88x0.47x0,8cm (comprimento x | UND | 3 | | 452,66 | 1.357,98 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | largura x espessura), deverá suportar até 180kg. 2* Cinto tipo aranha, Modelo Adulto. Confeccionado em fitas de poliamida 100%,50mm de largura, sendo 1 tirante principal de cor preta, com sistema em V e altura regulável e 4 tirantes transversais em diversas cores, regulável em suas alturas, com fechos de regulagem em velcro. 3* Imobilizador Lateral de Cabeça, tamanho Adulto, Composto por três partes: blocos, base e imobilizadores de testa e queixo, com regulagens em velcro. | | | | | |
| 376. | **Seladora térmica para papel grau cirúrgico 110v:** Indicada para selagem de envelopes próprios para esterilização (filme plástico/papel). Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura. Bivolt Automático (110-240V). Sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem. Sistema de avisos com led's indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana. Desligamento automático em caso de inatividade por 60 minutos. Potência: 80W. Área de selagem (comprimento): 30 cm. Espessura de selagem: 12 mm. Compacta, dimensões (L x A x P): 44,2 x 12,5 x 30,5 cm. Medidas Embalagem (L x A x P): 45,0 x 12,5 x 31,0 cm. Garantia: 2 anos. | UND | 8 | | 254,80 | 2.038,40 |
| 377. | **Suporte Móvel para Soro:** Confeccionado em tubos de aço inoxidável, com quatro rodízios de 2", altura ajustável**.** | UND | 15 | | 166,68 | 2.500,20 |
| 378. | **Suporte Saco Hamper:** Estrutura Tubular em aço inoxidável: 3 a 4 Rodízios 2", saco em algodão crú com capacidade para até 100L. | UND | 7 | | 249,42 | 1.745,94 |
| 379. | **Equipamento médico-hospitalar do tipo Cardioversor/Desfibrilador** com tecnologia de onda bifásica exponencial truncada, com compensação de impedância do paciente. Portátil, com alça de transporte integrada e gabinete de alta resistência a impactos. Requisitos Mínimos: •Monitorização: | UND | 2 | | 24.700,00 | 49.400,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tela colorida de alta resolução (mínimo 8 polegadas), com interface touchscreen e visualização simultânea de curvas de ECG e parâmetros vitais. •Modos de Operação: Operação em modo Manual, Cardioversão Sincronizada e Modo DEA (Desfibrilador Externo Automático) com orientações por voz e texto em português. •Escala de Energia: Seleção de carga de 1 a 250 Joules, com sistema de segurança que limita a carga para uso pediátrico/neonatal (máximo 50J) através de reconhecimento automático das pás. •Parâmetros Integrados: Monitor de ECG (mínimo 7 derivações), Oximetria de Pulso (SpO2) e Pressão Não Invasiva (PNI). •Marcapasso (Opcional conforme sua necessidade): Marcapasso externo transcutâneo nos modos Fixo e Demanda. •Registro e Impressão: Impressora térmica integrada para registro automático de eventos e curvas de ECG. •Alimentação: Funcionamento em rede elétrica bivolt automática (90-240V) e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 4 horas de monitoração. •Acessórios inclusos: Jogo de pás permanentes (adulto e pediátrico integrados), cabo de paciente de 5 vias, sensores de oximetria e braçadeiras de pressão." •Registro na ANVISA, Certificado de Calibração e assistência técnica autorizada em território nacional. | | | | | |
| **TOTAL:** R$ 7.966.331,29 (Sete milhões, novecentos e sessenta e seis mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos.) | | | | | | |

## 7. ESTIMATIVAS DE DESPESAS:

O valor estimado da contratação foi calculado com base em cotações de preços obtidas diretamente de empresas especializadas, conforme o art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Considerando o orçamento prévio realizado com base nessas informações, o valor estimado da contratação é de R$ 7.966.331,29 (Sete milhões, novecentos e sessenta e seis mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos)

## 8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

Registro de preços para eventual aquisição de Material Medico Hospitalar, conforme quantidades e especificações em cada item, estando os produtos em conformidade com as

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

normas técnicas e recomendações da ABNT, do Ministério da Saúde a da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Ainda:

- Os objetos do presente processo licitatório, deverão ser entregues nos locais predeterminados pela secretaria solicitante, neste Município, sem nenhum tipo de ônus para o município, nos prazos e formas estabelecidas pelo edital.
- Efetuar a entrega e execução do objeto em perfeitas condições, no prazo e locais indicados pela Secretaria, em estrita observância das especificações do edital, termo de referência e da proposta, acompanhada da respectiva nota fiscal constando detalhadamente a procedência e prazo de garantia;

A aquisição permitirá o fornecimento contínuo e adequado dos insumos necessários para garantir o atendimento de qualidade, promovendo a saúde pública aos usuários da rede municipal de saúde

## 9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:

Nos termos do art. 40, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 3º do mesmo art. 40 estabelece que deverão ser considerados, a viabilidade da divisão do objeto em lotes, o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

Em vista disto, o princípio do parcelamento poderá ser aplicado a presente contratação, ponderado maior vantajosidade na eventual divisão do objeto em itens, com vistas à economicidade, à ampliação da competição e evitar a concentração de mercado

## 10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

Contratações correlatas são aquelas que, embora relacionadas ao objeto principal, não são imprescindíveis para a execução do contrato. Contratações interdependentes são aquelas que precisam ser realizadas conjuntamente para que o objeto seja plenamente atendido.

No presente caso, não se identificam contratações correlatas ou interdependentes que sejam necessárias para a viabilização a aquisição dos materiais ambulatoriais e hospitalares, para o muncípio de Luisburgo/MG.

## 11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO:

No presente momento, o Município de Luisburgo/MG ainda não possui o Plano Anual de Contratações formalmente instituído.

A contratação está alinhada aos objetivos da Secretaria Municipal de Saúde, promovendo o bem-estar a saúde pública aos munípcipes. A compra permitirá que os serviços sejam

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

executados de maneira contínua e eficiente, garantindo o atendimento das necessidades da população de Luisburgo/MG.

## 12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS:

Será previsto no edital e no contrato o servidor para fiscalização, de acordo com sua área técnica, que será responsável pela fiscalização e acompanhamento do objeto do contrato, que poderá solicitar a
correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos objetos.

## 13. RESULTADOS PRETENDIDOS:

Será previsto no edital e no contrato o servidor para fiscalização, de acordo com sua área técnica, que será responsável pela fiscalização e acompanhamento do objeto do contrato, que poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos objetos.

## 14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO:

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar, declaro que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado. Dessa forma, declara-se a viabilidade da contratação, recomendando-se o prosseguimento do processo licitatório para a formalização do contrato com empresa especializada.
Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar. Encaminhe-se para as providências cabíveis.

Luisburgo, 11 de maio de 2026.

_____
Sebastião Braga de Souza
Secretário Municipal de Saúde

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

# ANEXO II
# TERMO DE REFERÊNCIA – TR

**Processo Administrativo de Licitação Pública nº. 061/2026**
**Pregão Eletrônico nº. 030/2026**
**Registro de Preço nº. 027/2026**

## 1.0 - OBJETIVO:

1.1 – O presente Termo de Referência tem por objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais ambulatoriais, hospitalares e insumos, destinados a suprir as necessidades das Unidades de Saúde e Estratégias de Saúde da Família (ESFs) do Município de Luisburgo/MG, conforme especificações técnicas, quantidades e condições constantes no Estudo Técnico Preliminar – ETP (Anexo I) e neste Termo de Referência – TR (Anexo II).

1.2 – Relação dos itens:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Abaixador de Língua:** Espátula clínica, fabricada com substância não tóxica, inodora, insípida, resistente a quebras e à esterilização por autoclave, superfície lisa e livre de farpas e que não solte resíduos, extremidades arredondadas, medindo aproximadamente 14cm de comprimento; 1,4cm de largura; 0,5mm de espessura, embalado em pacote com100 unidades, cada. registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | PCT | 600 | | 24,40 | 14.640,00 |
| 2. | **Ácido Acético 2%:** Embalagem 1000 ml, com validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. registro na ANVISA. | FR | 100 | | 27,04 | 2.704,00 |
| 3. | **Ácido Peracético** 0,2% Pronto p/ Uso - 1L: Indicado para: Desinfecção de artigos semicríticos como, equipamentos em geral, endoscópios, tubos corrugados, kits de micro nebulização, nebulizadores de oxigênio, aço inox, aço cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex. Produto de uso profissional. Embalagem com 1 litro de Ácido | FR | 200 | | 194,00 | 38.800,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Peracético 0,2%. Pronto para uso. Desinfetante de alto nível. Eficaz contra um amplo espectro de microorganismos. Validade de no mínimo 18 meses a partir da data de entrega. | | | | | |
| 4. | **Água Destilada 5L:** Livre de minerais e impurezas, sem misturas com outras substâncias e microrganismos. | GL | 100 | | 22,73 | 2.273,00 |
| 5. | **Água Oxigenada 10 Volumes:** Antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos contendo no rotulo o nome dos produtos, classificação, modo de usar, cuidados com a conservação. Apresentação em frasco de 1000ml (1 litro) de cor opaca. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. registro na ANVISA. | FR | 200 | | 13,84 | 2.768,00 |
| 6. | **Agulha descartável 13x0,3mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular, subcutâneo e intradérmico, na infusão de medicamentos. Cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em polipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de recebimento do produto. Caixas com 100 unidades | CX | 6 | | 15,05 | 90,30 |
| 7. | **Agulha descartável 13x0,45mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular, subcutâneo e intradérmico, na infusão de medicamentos. Cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em polipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de | CX | 600 | | 22,35 | 13.410,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | recebimento do produto. Caixas com 100 unidades | | | | | |
| 8. | **Agulha descartável 20x0,55mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular e intramuscular na infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos corpóreos cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em polipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de recebimento do produto. Caixas com 100 unidades. | CX | 200 | | 22,86 | 4.572,00 |
| 9. | **Agulha descartável 25x0,6mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular e intramuscular na infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos corpóreos cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em polipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de recebimento do produto. Caixas com 100 unidades. | CX | 400 | | 27,12 | 10.848,00 |
| 10. | **Agulha descartável 25x0,7mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular, subcutâneo e intradérmico, na infusão de medicamentos. Cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em polipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de | CX | 600 | | 18,74 | 11.244,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | recebimento do produto. Caixas com 100 unidades | | | | | |
| 11. | **Agulha descartável 25x0,8mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular, subcutâneo e intradérmico, na infusão de medicamentos. Cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em polipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de recebimento do produto. Caixas com 100 unidades | CX | 600 | | 24,50 | 14.700,00 |
| 12. | **Agulha descartável 30x0,7mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular e intramuscular na infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos corpóreos cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em polipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de recebimento do produto. Caixas com 100 unidades | CX | 60 | | 11,79 | 707,40 |
| 13. | **Agulha descartável 30x0,8mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular e intramuscular na infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos corpóreos cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em polipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de | CX | 60 | | 20,16 | 1.209,60 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | recebimento do produto. Caixas com 100 unidades. | | | | | |
| 14. | **Agulha descartável 40x1,2mm:** Agulha hipodérmica descartável estéril que permite acesso intravascular e intramuscular na infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos corpóreos cânula em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática. Tampa protetora da cânula em polipropileno. Adaptador universal para seringa tipo Luer, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizado em oxido de etileno. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da data de entrega do produto no município. Caixas com 100 unidades. | CX | 1.000 | | 26,16 | 26.160,00 |
| 15. | **Álcool 70°GL:** Álcool etílico hidratado a 70º INPM: desinfetante de média eficiência que contém álcool etílico e água (deionizada álcool etílico hidratado 70º INPM), uma solução aquosa de álcool. Embalagem de 1L. Validade mínima de 18 meses a contar da data da entrega no município. | LT | 8.000 | | 17,65 | 141.200,00 |
| 16. | **Álcool Gel 70° GL:** Bactericida em gel, incolor, a base de água deionizada, alcool etilico, glicerina, trietanomalina, propilenoglicol, carbomero, bensoato de denatonio. Embalagem de 500mL com bico dosador. Validade mínima de 18 meses a contar da data da entrega no município. | FR | 600 | | 13,55 | 8.130,00 |
| 17. | Álcool Iodado 0,1%: Solução antisséptica alcoólica contendo 0,1% de Iodo. Garrafa de 1000ml, com validade mínima de 18 meses a contar da data da entrega no município. registro na ANVISA. | FR | 80 | | 45,54 | 3.643,20 |
| 18. | **Algodão hidrófilo 500g:** Cor branca, puro, acondicionado em rolo com camada continua de 30 cm de largura, sobre papel apropriado, o rolo deve receber segundo envoltório para completa proteção do material. Peso: 500 gramas; material: 100% algodão; produzido e testado conforme normas e padrões específicos. Validade mínima | RL | 1.000 | | 29,40 | 29.400,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | de 18 meses a contar da data da entrega no município. | | | | | |
| 19. | **Almotolia Âmbar 100ml**: Almotolia confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto. | UND | 100 | | 6,00 | 600,00 |
| 20. | **Almotolia Âmbar 250ml**: Almotolia confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto. | UND | 50 | | 12,00 | 600,00 |
| 21. | **Almotolia Transparente 100ml**: Almotolia confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto. | UND | 200 | | 8,35 | 1.670,00 |
| 22. | **Almotolia Transparente 250ml**: Almotolia confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto. | UND | 300 | | 13,30 | 3.990,00 |
| 23. | **Almotolia Transparente 500ml**: Almotolia confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto. | UND | 100 | | 12,90 | 1.290,00 |
| 24. | **Aparelho de Pressão Eletrônico Adulto:**<br>• Braçadeira 23cm a 43cm (adulto e adulto grande);<br>• Braçadeira fabricada em Nylon com fechamento emvelcro; • Medição da pulsação (frequência cardíaca - BPM); • Medição da pressão arterial sistólica e diastólica; • Detector de pulsação irregular (arritmia); • Indicador gráfico de nível de pressão arterial (avaliação automática de resultado obtido e classifica o risco de hipertensão de acordo com a OMS);• Função memória, com até 240 registros, para até 2 usuários sendo 120 registros para cada; •Média das 3 últimas medições; •Display LCD; •Inflagem e deflação automática;<br>• Acompanha case/estojo para armazenamento do aparelho; • Acompanha 4 pilhas AAA para teste, indicado usar 04 pilhas alcalinas AAA;<br>• Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação do aparelho, das demais peças tais como, braçadeira, manguito e etc: possuir garantia de 90 dias.Registro na ANVISA. | UND | 10 | | 216,97 | 2.169,70 |
| 25. | **Atadura de crepom 10cmx1,8m:** Composição: ~90% de algodão cru, até 9% de poliéster, 1% de elastano. Com as bordas delimitadas, elasticidade | PCT | 6.000 | | 16,54 | 99.240,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica) isenta de defeitos. Embalagem individual com dados de identificação e procedência. registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. Embalagem com 12 unidades. | | | | | |
| 26. | **Atadura de crepom 15cmx1,8m:** Composição: ~90% de algodão cru, até 9% de poliéster, 1% de elastano. Com as bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica) isenta de defeitos. Embalagem individual com dados de identificação e procedência. registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. Embalagem com 12 unidades. | PCT | 10.000 | | 16,40 | 164.000,00 |
| 27. | **Atadura de crepom 6cmx1,8m:** Composição: ~90% de algodão cru, até 9% de poliéster, 1% de elastano. Com as bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica) isenta de defeitos. Embalagem individual com dados de identificação e procedência. registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. Embalagem com 12 unidades. | PCT | 6.000 | | 6,22 | 37.320,00 |
| 28. | **Avental Frontal Descartável Tamanho G:** Possuir manga longa; punho de elástico; não estéril; atóxico; hipoalergênico. Confeccionado em TNT, com abertura na parte de trás; Tiras no pescoço e cintura; Tamanho único. Fabricado em 100% polipropileno. Medidas: 1,60 x 1,00cm; Gramatura: 50; Cor: Branco; Embalagem: 10 unidades em cada pacote. Registro da ANVISA. | PCT | 800 | | 31,33 | 25.064,00 |
| 29. | **Avental Frontal Descartável Tamanho M:** Possuir manga longa; punho de elástico; não estéril; atóxico; hipoalergênico. Confeccionado em TNT, com abertura na parte de trás; Tiras no pescoço e cintura; Tamanho único. Fabricado em 100% polipropileno. Medidas: 1,60 x 1,00cm; Gramatura: 50; Cor: Branco; Embalagem: 10 unidades em cada pacote. Registro da ANVISA. | PCT | 1.000 | | 31,50 | 31.500,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | **Avental Frontal Descartável Tamanho P:** Possuir manga longa; punho de elástico; não estéril; atóxico; hipoalergênico. Confeccionado em TNT, com abertura na parte de trás; Tiras no pescoço e cintura; Tamanho único. Fabricado em 100% polipropileno. Medidas: 1,60 x 1,00cm; Gramatura: 50; Cor: Branco; Embalagem: 10 unidades em cada pacote. Registro da ANVISA. | PCT | 800 | | 29,51 | 23.608,00 |
| 31. | **Bolsa Coletora de Urina - Sistema Fechado:** Válvula antirrefluxo vertical. Frente transparente com escala de volume impressa de forma legível. Parte de trás leitosa facilitando leitura e visualização do aspecto da urina. Suporte de fixação com haste rígida (tipo cabide) e alça (cordão) com 40 cm. Tubo de PVC com 110cm, transparente, flexível, isento de dobras, com pinça corta fluxo. Conector universal com ajuste para as sondas vesicais, com tampa protetora. Tubo de drenagem inferior com pinça corta-fluxo. Ponto para coleta de urina com membrana de látex, auto-vedante. Atóxica, apirogênica e descartável. Capacidade 2000mL. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala. Esterilizada em ETO.<br>registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 10,63 | 2.126,00 |
| 32. | **Bolsa de urostomia para adulto:** registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | UND | 40 | | 36,02 | 1.440,80 |
| 33. | **Bolsa Térmica 1L:** Uso com água quente ou fria. | UND | 20 | | 48,36 | 967,20 |
| 34. | **Bolsa Térmica 2L:** Uso com água quente ou fria. | UND | 20 | | 86,67 | 1.733,40 |
| 35. | **Bolsa/Mochila de Resgate:** material cordura (Nylon 6.6), formato específico para armazenar itens de primeiros socorros é utilizada em atendimentos de urgência e resgate; Abertura na parte superior em material do tipo zíper resistente com 2 cursores, permitindo a | UND | 50 | | 176,74 | 8.837,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | abertura total; Divisórias internas tipo colmeia. Com alça de mão fixa de tamanho padrão e alças costais, tamanho padrão e regulável; Elástico para fixação de materiais diversos dentro da mochila; 2 repartições internas com bolsos e velcros de fixação. | | | | | |
| 36. | **Bota de Unna**: Bandagem terapêutica tipo Bota de Unna. Composta por 70% poliéster e 30% algodão, ipregnada por mistura de pasta de óxido de zinco, acácia e pH neutro. Trama da bandagem projetada para não desfiar, maleável e fácil de aplicar. Medidas: 10,2cm X 9,2m Embalagem: Unidade | UND | 50 | | 50,27 | 2.513,50 |
| 37. | **Bota profissional impermeável**: Calçado profissional, em conformidade com a NR32, Produzida em material leve (EVA), na cor preta. Confortável ao uso prolongado, Fácil Higienização, Cabedal Antimicrobiana, Palmilha Antimicrobiana e solado antiderrapante. Material emborrachado, leve e confortável. Biqueira de composite, Isolante contra o Frio, Isolante elétrico, Resistente a produtos químicos. Calçado de proteção tipo bota cano curto, confeccionado em EVA, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na área do salto, à isolação elétrica, isolação contra o frio e a produtos químicos. | PAR | 30 | | 74,93 | 2.247,90 |
| 38. | **Braçadeira de nylon**, duas vias, com fechamento em velcro, para aparelho de pressão adulto: Braçadeira com manguito de duas vias para uso em aparelhos de pressão aneroides, confeccionada em nylon e isento de látex, resistente a furos e aberturas, com fecho de contato em velcro, bordas com dobras que diminuem o risco de cortes e de arranhões, sem bainhas cosidas para rasgar ou esfiapar. Tamanho Adulto com circunferência de 18 a 35cm.<br>Com registro na ANVISA e do INMETRO. | UND | 50 | | 22,07 | 1.103,50 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. | **Cabo de Bisturi nº 3**: Cabo para bisturi n.º 3, fabricado em aço inoxidável, resistente ao processo de esterilização por autoclave. | UND | 40 | | 27,69 | 1.107,60 |
| 40. | **Caixa Organizadora** Tipo Colmeia: Em acrílico ou polipropileno, cor clara, lavável, com divisórias delimitando os nichos. Nichos com dimensão de 8-10cm em sua lateral maior e altura de 5-7cm, possibilitando acondicionar ampolas e flaconetes na vertical. | UND | 20 | | 78,04 | 1.560,80 |
| 41. | **Calçado hospitalar:** tipo babuche, fechado de acordo com a NR32; cor branca, feito em material Polimérico. Confortável, macio e leve. Solado antiderrapante. Palmilha absorvente. Fácil de limpar. | PAR | 50 | | 57,00 | 2.850,00 |
| 42. | **Campo Cirúrgico 50X50cm algodão:** Em tecido resistente (ex.: Brim), reutilizável, na cor branca. Com dois cordões de amarração, também em algodão, fixados em uma das quinas de borda, medindo 50cm de comprimento, cada. **(Não confundir com compressa cirúrgica)** | UND | 40 | | 155,52 | 6.220,80 |
| 43. | **Campo Cirúrgico 50X50cm**: Utilizado para embrulhar material cirúrgico para esterilização. Confeccionado em tecido resistente (ex.: Brim), reutilizável, na cor branca. Com dois cordões de amarração, também em algodão, fixados em uma das quinas de borda, medindo 50cm de comprimento, cada. **(Não confundir com compressa cirúrgica)** | UND | 60 | | 179,19 | 10.751,40 |
| 44. | **Campo Cirúrgico Fenestrado**: Confeccionado em tecido resistente (ex.: brim), na cor branca. Medindo 40X40cm com fenestração/janela centralizada medindo 6x6cm, reutilizável. | UND | 40 | | 78,62 | 3.144,80 |
| 45. | **Cânula Endotraqueal com Balão 3.5:** Estéril - óxido de etileno. Para intubação oral e nasal. Ponta chanfrada arredondada suave e atraumática. Conector ISO padrão de 15mm. Descartável e de uso único. Material: PVC grau Médico. | UND | 100 | | 8,78 | 878,00 |
| 46. | **Cânula Endotraqueal com Balão 4.0:** Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Componentes: Tubo Balão Baixa | UND | 100 | | 6,19 | 619,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pressão, Conector Montado, Balão, Aplicação: Anestesia, Diâmetro Interno: 4,50 MM, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril, | | | | | |
| 47. | **Cânula Endotraqueal com Balão 7.0:** Descartável 7.0 C/balao - Solidor é um produto médico-hospitalar, de uso único fabricado em PVC, isento de látex. Formado por tubo de dureza apropriada, balão de baixa pressão e alta capacidade de volume. | UND | 200 | | 9,01 | 1.802,00 |
| 48. | **Cânula Endotraqueal com Balão 7.5:** Descartável 7.5 C/balao - Solidor é um produto médico-hospitalar, de uso único fabricado em PVC, isento de látex. Formado por tubo de dureza apropriada, balão de baixa pressão e alta capacidade de volume. | UND | 200 | | 6,82 | 1.364,00 |
| 49. | **Cânula Endotraqueal com Balão 8.0:** Descartável 8.0 C/balao - Solidor é um produto médico-hospitalar, de uso único fabricado em PVC, isento de látex. Formado por tubo de dureza apropriada, balão de baixa pressão e alta capacidade de volume. Tubo com PVC,conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. | UND | 200 | | 7,53 | 1.506,00 |
| 50. | **Cânula Guedel Silicone Adulto Grande Nº 02 Tamanho 70mm** | UND | 10 | | 6,32 | 63,20 |
| 51. | **Cânula Guedel Silicone Adulto Grande Nº 03 Tamanho 80mm** | UND | 10 | | 6,60 | 66,00 |
| 52. | **Cânula Guedel Silicone Adulto Grande Nº 04 Tamanho 90mm** | UND | 10 | | 5,02 | 50,20 |
| 53. | **Cânula Guedel Silicone Bebê Nº0 Tamanho 50mm** | UND | 10 | | 6,05 | 60,50 |
| 54. | **Cânula Guedel Silicone Criança Nº1 Tamanho 60mm** | UND | 10 | | 6,08 | 60,80 |
| 55. | **Cânula Guedel Silicone Neonatal Nº 00 Tamanho 40mm** | UND | 10 | | 6,00 | 60,00 |
| 56. | **Cânula Guedel Silicone XXL Nº 06 Tamanho 110mm** | UND | 10 | | 5,95 | 59,50 |
| 57. | **Carvão Vegetal Ativado em Pó:** Carvão ativado em pó para uso hospitalar em lavagem gástrica. Hipoalergênico; dermatologicamente | UND | 60 | | 137,05 | 8.223,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | testado. Embalagem de 500g. registro na ANVISA/ ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | | | | | |
| 58. | **Cateter Intravenoso de Teflon n.º 16:** Cateter Intravenoso descartável 16G - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores | UND | 1.000 | | 2,11 | 2.110,00 |
| 59. | **Cateter Intravenoso de Teflon n.º 18:** Cateter Intravenoso descartável 18G - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores | UND | 1.000 | | 2,00 | 2.000,00 |
| 60. | **Cateter Intravenoso de Teflon n.º 20:** Cateter Intravenoso descartável 20G - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores | UND | 10.000 | | 2,10 | 21.000,00 |
| 61. | **Cateter Intravenoso de Teflon n.º 22:** Cateter Intravenoso descartável 22G - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores | UND | 60.000 | | 2,00 | 120.000,00 |
| 62. | **Cateter Intravenoso de Teflon n.º 24:** Cateter Intravenoso descartável 24g - | UND | 60.000 | | 2,00 | 120.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores | | | | | |
| 63. | **Cateter Tipo Óculos (adulto):** Fixação tipo óculos, destinado a aplicação de oxigênio, medicinal auxiliando na respiração do paciente, confeccionado em PVC (policloreto de vinil) cristal, com maior flexibilidade, uso adulto, transparente, flexível e atóxico, medindo 110cm, esterilizado por óxido de etileno embalado em papel grau cirúrgico - Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | UND | 1500 | | 2,42 | 3.630,00 |
| 64. | **Cateter tipo óculos (infantil):** Fixação tipo óculos, destinado a aplicação de oxigênio, medicinal auxiliando na respiração do paciente, confeccionado em PVC (policloreto de vinil) cristal, com maior flexibilidade, uso pediátrico, transparente, flexível e atóxico, medindo 110cm, esterilizado por óxido de etileno embalado em papel grau cirúrgico - Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | UND | 300 | | 4,85 | 1.455,00 |
| 65. | **Cinto Aranha Infantil**: Composto por múltiplos cintos de engate rápido, este produto é composto por fitas 100% poliamida em cores padronizadas. Ideal para Resgate; Ideal para mobilizar pacientes; Composto por múltiplos cintos de engate rápido; Composto por fitas 100% poliamida; Cores padronizadas.<br>Medidas aproximadas do cinto aberto:<br>- Comprimento:106 cm<br>- Espessura: 1 cm<br>- Largura: 80 cm<br>- Peso: 200 g | UND | 10 | | 80,78 | 807,80 |
| 66. | **Cinto Aranha para Adulto**: Confeccionado em fitas de poliamida 100% preta e colorida em 50mm de largura. - Fecho de regulagem em velcro | UND | 20 | | 87,27 | 1.745,40 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | e regulador plástico preto. - 1 tirante principal de cor preta, com sistema em V e altura regulável. Adaptável para prancha rígida. - 4 tirantes transversais em diversas cores, regulável em suas alturas em velcro e regulador plástico. | | | | | |
| 67. | **Circuito para Ventilador Pulmonar Adulto: compatível com ventilador pulmonar Leistung PR4-G**, tipo duas traquéias, conector em y em polissulfona, tamanho 1,20m, material silicone transparente flexível, componentes extensíveis, lisas por dentro, corrugadas por for a, características adicionais autoclavável, acessórios conectores e ponteiras padrão | UND | 15 | | 356,00 | 5.340,00 |
| 68. | **Circuito para Ventilador Pulmonar Pediátrico: compatível com ventilador pulmonar Leistung PR4-G**, tipo duas traquéias, conector em y em polissulfona, tamanho 1,20m, pediátrico, material silicone transparente flexível, componentes extensíveis, lisas por dentro, corrugadas por for a, características adicionais autoclavável, acessórios conectores e ponteiras padrão | UND | 5 | | 337,33 | 1.686,65 |
| 69. | **Clorexidina Degermante 1L:** Produto a base de digluconato de clorexidina, indicado para antissepsia e degermação das mãos e antebraços da equipe cirúrgica, ambulatória, laboratorial, preparo pré-cirúrgico da pele de pacientes e em feridas de pequenas extensões. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 500 | | 34,01 | 17.005,00 |
| 70. | **Clorexidina Tópica:** Clorexidina solução alcoólica 0,5 % - frasco 1.000 ml. registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | UND | 500 | | 45,78 | 22.890,00 |
| 71. | **Colar Cervical Com Apoio Mentoniano Tam G:** colar cervical tipo Stifneck, com fechos aderentes que permitem o ajuste de altura. Medidas (circunferência do pescoço): de **57cm**, Cor Padrão: **Verde**, Composição: Parte rígida: 100% polietileno, Borda: | UND | 200 | | 108,83 | 21.766,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laminado: 100% policloreto de vinila, Malha 100% algodão, Espuma interna: 100% poliuretano, Revestimento: 100% poliamida. | | | | | |
| 72. | **Colar Cervical Com Apoio Mentoniano Tam M:** colar cervical tipo Stifneck, com fechos aderentes que permitem o ajuste de altura. Medidas (circunferência do pescoço): de **57cm**, Cor Padrão: **Laranja**, Composição: Parte rígida: 100% polietileno, Borda: Laminado: 100% policloreto de vinila, Malha 100% algodão, Espuma interna: 100% poliuretano, Revestimento: 100% poliamida. | UND | 40 | | 122,00 | 4.880,00 |
| 73. | **Colar Cervical Com Apoio Mentoniano Tam P:** colar cervical tipo Stifneck, com fechos aderentes que permitem o ajuste de altura. Medidas (circunferência do pescoço): de **55cm**, 10,1cm, altura posterior 13,3cm, abertura frontal 4,5x8,5cm.Cor Padrão: **Azul Royal**, Composição: Parte rígida: 100% polietileno, Borda: Laminado: 100% policloreto de vinila, Malha 100% algodão, Espuma interna: 100% poliuretano, Revestimento: 100% poliamida. | UND | 40 | | 118,00 | 4.720,00 |
| 74. | **Colar Cervical Com Apoio Mentoniano Tam PP:** colar cervical tipo Stifneck, com fechos aderentes que permitem o ajuste de altura. Medidas (circunferência do pescoço): de 55cm, altura anterior 8,8cm, altura posterior 13,3cm, abertura frontal 3,5x5,5cm. Cor Padrão: **Lilás**, Composição: Parte rígida: 100% polietileno, Borda: Laminado: 100% policloreto de vinila, Malha 100% algodão, Espuma interna: 100% poliuretano, Revestimento: 100% poliamida. | UND | 40 | | 113,02 | 4.520,80 |
| 75. | **Colar Cervical de Espuma - Tamanho Infantil** | UND | 10 | | 41,87 | 418,70 |
| 76. | **Colar Cervical de Espuma - Tamanho p** | UND | 10 | | 42,60 | 426,00 |
| 77. | **Colar Cervical de Espuma - Tamanho M** | UND | 10 | | 42,31 | 423,10 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78. | **Colar Cervical de Espuma - Tamanho G** | UND | 10 | | 43,76 | 437,60 |
| 79. | **Colar Cervical de Espuma - Tamanho GG** | UND | 10 | | 44,76 | 447,60 |
| 80. | **Colete Imobilizador KED Adulto:** Colete para imobilização, material: tecido sintético e haste de madeira maciça, modelo resgate, tipo KED, tipo fechamento: 5 cintos com fivelas de poliamida, componentes jogo de tirantes e almofadas, capacidade 120, tamanho 82, aplicação resgate de feridos politraumatizados. Acabamento em viés com isomanta que reveste todo protetor de cabeça, com protetor de queixo e testa. possuir registro da Anvisa e atestado do Inmetro. | UND | 6 | | 300,06 | 1.800,36 |
| 81. | **Colchão Hospitalar Solteiro:** material espuma flexível poliuretano, revestimento c/ capa removível, totalmente impermeável, dimensões (c x l x a) cerca de 198 x 78 x 18 cm, densidade cerca de d-40 a d-45 kg/m3 | UND | 10 | | 480,90 | 4.809,00 |
| 82. | **Colchão Piramidal:** Tipo **caixa de ovo** - hospitalar, material espuma flexível poliuretano, densidade mínima espuma cerca d-28, dimensões cerca de 180 x 60 x6 cm, adicional s/ capa protetora | UND | 30 | | 110,58 | 3.317,40 |
| 83. | **Colchonete para Maca Hospitalar:** Encapado em Napa ou Courvin Lavável, Densidade: D60 Dimensões: 180x50x03cm Preferencialmente de cor clara. | UND | 30 | | 125,33 | 3.759,90 |
| 84. | **Coletor de material perfuro-cortante 13L:** Caixa coletora para lixo contaminado de material perfuro-cortante - com capacidade para 13 litros, confeccionada em papelão ondulado resistente à perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, com alças externas, bocal adaptável que facilita dispensa de vários tamanhos de objetos, tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT | CX | 800 | | 13,68 | 10.944,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NBR 7500. Embaladas em caixa de papelão com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação. Desejável possuir na tampa um desconectador de agulhas. | | | | | |
| 85. | **Coletor de material perfuro-cortante 20L:** Caixa coletora para lixo contaminado de material perfuro-cortante - com capacidade para 20 litros, confeccionada em papelão ondulado resistente à perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, com alças externas, bocal adaptável que facilita dispensa de vários tamanhos de objetos, tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embaladas em caixa de papelão com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação. Desejável possuir na tampa um desconectador de agulhas. | CX | 20 | | 14,23 | 284,60 |
| 86. | **Coletor de material perfuro-cortante 7L:** Caixa coletora para lixo contaminado de material perfuro-cortante - com capacidade para 7 litros, confeccionada em papelão ondulado resistente à perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, com alças externas, bocal adaptável que facilita dispensa de vários tamanhos de objetos, tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embaladas em caixa de papelão com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação. Desejável possuir na tampa um desconectador de agulhas. | Caixa | 100 | | 12,81 | 1.281,00 |
| 87. | **Compressa Cirúrgica 45x50cm**: Compressa sem fio radiopaco c/50und em algodão alvejado, mínimo 13 | UND | 600 | | 102,59 | 61.554,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | fios/cm², de boa qualidade. Validade indeterminada. | | | | | |
| 88. | **Compressa de Gaze em Rolo Tipo Queijo:** 100% algodão hidrófilo, composta por 8 camadas e 4 dobras, no formato 9,1cm x 91m; Densidade de 11 fios/cm², não estéril. | Rolo | 20 | | 46,20 | 924,00 |
| 89. | **Cuba redonda**: Em inox. Cuba para assepsia em aço inoxidável; dimensões:8 x 4cm; capacidade: 150 ml. | UND | 20 | | 36,96 | 739,20 |
| 90. | **Cuba rim**: Em aço inoxidável; dimensões: 26 x 12 cm; capacidade: 700 ml.<br>Acabamento das **bordas superiores curvado para baixo**, proporcionando melhor conforto em contato com o pescoço do paciente **(não aceitar borda reta, tipo assadeira, por risco de corte)**. | UND | 20 | | 70,76 | 1.415,20 |
| 91. | **Curativo Alginato com Prata:** Cobertura especial para feridas a base de Alginato de Cálcio e Prata Iônica. Embalagem com 10 unidades 10cmx10cm. Registro na Anvisa. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega no Município. | UND | 200 | | 34,63 | 6.926,00 |
| 92. | **Curativo de Hidrocoloide:** Cobertura especial para feridas a base de partículas de Hidrocoloide, placa estéril, regular, medindo 10cmx10cm. Embalagem com 10 unidades. Registro na Anvisa. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega no Município. | UND | 200 | | 48,63 | 9.726,00 |
| 93. | **Curativo de Hidrocoloide:** Cobertura especial para feridas a base de partículas de Hidrocoloide, placa estéril, regular, medindo 15cmx15cm. Embalagem com 10 unidades. Registro na Anvisa. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega no Município. | UND | 200 | | 56,08 | 11.216,00 |
| 94. | **Curativo Sacral:** Cobertura especial para feridas em espuma não aderente de Silicone com Prata. Embalagem com 10 unidades 25cmx25cm. Registro na Anvisa. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega no Município. | UND | 200 | | 3.326,00 | 665.200,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95. | **Desinfetante Hospitalar Concentrado 5L:** Desinfetante para limpeza e desinfecção para superfícies fixas e laváveis com princípios ativos: polihexametileno biguanida mínimo de 1,75%, e quaternário de amônio de quinta geração totalizando no mínimo 400 ppm na solução diluída, inodoro, biodegradável, com pH entre 9 e 10; para uso diluído e sem enxágue. O produto deve ser registrado na ANVISA, possuir ficha de informações de segurança de produtos químicos, laudos de atividade bactericida na concentração recomendada para uso. Apresentar laudo de irritação cutânea e ocular e teste de ataque químico comprovando que o produto não agride ligas metálicas, plásticos, vidrarias, pisos e revestimentos. A embalagem deve apresentar rótulo com dados de identificação, procedência e fabricação, e outros conforme RDC 59/2010; ser resistente, não se soltar durante o uso e/ou a tinta de impressão ficar borrada. Apresentação do produto deve ser na forma concentrada, compatível com diluição mínima de 1:100 litros. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega no Município. | UND | 2.000 | | 305,73 | 611.460,00 |
| 96. | **Detergente enzimático:** elaborado com 4 enzimas, protease, amilase, lipase e carboidras e contém tensoativos não iônicos. Indicado para a remoção de matéria orgânica como sangue, fezes, muco e fluidos orgânicos dos instrumentais cirúrgicos garantindo uma melhor desinfecção após limpeza. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 300 | | 71,14 | 21.342,00 |
| 97. | **Dispenser para álcool líquido spray**: Conforme norma Resolução-RDC, ANVISA nº 42, de 25 de outubro de 2010.<br>Fabricado em: ABS, cor: Branca, com reservatório recarregável e reutilizável, dispensando necessidade de troca de refil a cada reposição de conteúdo. | UND | 150 | | 33,81 | 5.071,50 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98. | **Dispenser para luvas de procedimento** Fabricado em: ABS, cor: Branca | UND | 150 | | 78,45 | 11.767,50 |
| 99. | **Eletrodo adesivo para Desfibrilador "DEA". Adulto:** Eletrodo Pá descartável **para desfibrilador DEA ISIS, Instramed.** Conjunto de dois eletrodos multifunções pré-conectados. | PAR | 20 | | 564,67 | 11.293,40 |
| 100. | **Eletrodo adesivo para Desfibrilador "DEA". Pediátrico:** Eletrodo Pá descartável **para desfibrilador DEA ISIS, Instramed.** Conjunto de dois eletrodos multifunções pré-conectados. | PAR | 10 | | 548,33 | 5.483,30 |
| 101. | **Eletrodo Adesivo para Eletrocardiograma:** Descartável, composto de espuma, fita porosa ou tecido macio e autoaderente. Embalagem com 50 Unidades. | PCT | 70.000 | | 0,77 | 53.900,00 |
| 102. | **Eletrodo Adesivo para Monitorização Cardíaca:** Descartável, gel condutor adesivo, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de bronze revestido por níquel, contra-pino de ABS revestido de prata e cloreto de prata. | UND | 1500 | | 0,82 | 1.230,00 |
| 103. | **Equipo alimentação enteral:** Dispositivo para administração de infusão de soluções enterais. Conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) à sonda de alimentação enteral. Perfurador para conexão ao recipiente de solução. Lanceta perfuradora adaptável aos recipientes (frasco ou bolsa, de água e dieta enteral); Câmara de gotejamento flexível; Pinça rolete para controle de gotejamento; Conector LuerSlip, escalonado Luer e escalonado não-Luer, específico para nutrição enteral; Cor azul (específica para produtos de nutrição enteral); Disponível com filtro de ar bacteriológico de 0,22micra; Estéril. Registro no MS/ ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto.<br>cortada em diagonal- Composição PVC e polietileno. | UND | 2000 | | 3,14 | 6.280,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104. | **Equipo Macrogotas:** Equipo gravitacional para infusão, de uso único, estéril, ponta perfurante com tampa protetora, Câmara flexível gotejadora em macrogotas, Tubo em PVC, atóxico e apirogênico, pinça rolete para dosagem de volume, injetor lateral Y com membrana autocicatrizante, filtro de particula, Válvula de ar. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 50.000 | | 2,41 | 120.500,00 |
| 105. | **Equipo Microgotas:** Ponta perfurante com tampa protetora, Câmara gotejadora flexível, Tubo em PVC de 1,50m, atóxico e apirogênico, Pinça rolete para dosagem de volume, pinça corta fluxo tipo clamp, injetor lateral Y com membrana autocicatrizante - livre de látex, Entrada de ar, filtro de partícula, protetor com filtro de eliminador de ar e conexão Luer Slip. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 2,71 | 542,00 |
| 106. | **Equipo para bomba infusora:** Compatível com modelo **Volumat Agilia VL ST 01** Equipo com filtro de 15µm para bomba Volumat Agilia e Volumat MC Agilia Dispositivos de infusão com segmento de transporte de silicone de alta qualidade e proteção de fluxo livre integrada para uso específico na bomba de infusão volumétrica. Ponta de perfuração ventilada e tampa protetora; Filtro de câmara de gotejamento de 15µm; Filtro em linha de 0,2µm; Braçadeira de rolo; Comprimento da mangueira na frente do segmento da bomba: 90cm PUR; Comprimento da mangueira após o segmento da bomba: 165 cm; Segmento de bomba de silicone calibrado; Braçadeira de segurança, azul, proteção de fluxo livre; Conector LuerLock; Tampa protetora de parada de fluxo; Comprimento total, incluindo segmento da bomba: 285cm; Volume de enchimento aprox.: 25ml. | UND | 200 | | 93,00 | 18.600,00 |
| 107. | **Equipo Polifix 2 Vias:** Equipo Polifix multivias com clamp. Extensão dupla em PVC cristal flexível; Clamp em cores | UND | 2000 | | 2,58 | 5.160,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | diferentes, de fechamento rápido; Conector Luer Fêmea nas vias de entrada; Conexão Luer para dispositivo de acesso venoso. Tubo de 18 cm, Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 108. | **Esfigmomanômetro Adulto:** sem engrenagens, resistente a quedas. Manômetro com rotação de 360º. Aro de borracha anti-impacto. Sem látex. Braçadeira em nylon (fácil desinfecção) e fechamento em velcro, tamanho adulto, de alta durabilidade. 05 anos de garantia. Registro ANVISA | UND | 200 | | 307,89 | 61.578,00 |
| 109. | **Esfigmomanômetro Infantil:** sem engrenagens, resistente a quedas. Manômetro com rotação de 360º. Aro de borracha anti-impacto. Sem látex. Braçadeira em nylon (fácil desinfecção) e fechamento em velcro, tamanho infantil, de alta durabilidade. 05 anos de garantia. Registro ANVISA | UND | 50 | | 300,00 | 15.000,00 |
| 110. | **Esfigmomanômetro Obeso:** sem engrenagens, resistente a quedas. Manômetro com rotação de 360º. Aro de borracha anti-impacto. Sem látex. Braçadeira em nylon (fácil desinfecção) e fechamento em velcro, tamanho obeso, de alta durabilidade. 05 anos de garantia. Registro ANVISA | UND | 50 | | 321,51 | 16.075,50 |
| 111. | **Espaçador Adulto:** Para medicamentos aerossóis. Encaixe universal para todos os tipos de dispensadores de aerossol,Tubo totalmente transparente para melhor visualização do spray, Tratamento antiestático, permitindo a inalação total da dose ministrada, Máscaras macias em PVC, com vedação total do ambiente externo, Válvula dupla, no tubo e na máscara, garantindo a retenção máxima do medicamento. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 65,90 | 13.180,00 |
| 112. | **Espaçador Infantil:** Para medicamentos aerossóis. Encaixe universal para todos os tipos de dispensadores de aerossol,Tubo totalmente transparente para melhor | UND | 200 | | 63,33 | 12.666,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | visualização do spray, Tratamento antiestático, permitindo a inalação total da dose ministrada, Máscaras macias em PVC, com vedação total do ambiente externo, Válvula dupla, no tubo e na máscara, garantindo a retenção máxima do medicamento. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 113. | **Esparadrapo Impermeável 5cmx4,5m:** Composto de tecido 100% algodão com tratamento especial para maior facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas para manter a integridade do produto. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 8.000 | | 20,16 | 161.280,00 |
| 114. | **Esparadrapo Impermeável 10cmx4,5m:** Composto de tecido 100% algodão com tratamento especial para maior facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas para manter a integridade do produto. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | RL | 5.000 | | 21,81 | 109.050,00 |
| 115. | **Esparadrapo Micropore 2,5cmx4,5m:** Fita de tecido à base de fibras de viscose com adesivo acrílico de ótima aderência e extraflexível. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 1.000 | | 7,42 | 7.420,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116. | **Esparadrapo Micropore 5cmx4,5m:** Fita de tecido à base de fibras de viscose com adesivo acrílico de ótima aderência e extraflexível. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 4.000 | | 19,04 | 76.160,00 |
| 117. | **Esparadrapo Micropore 10cmx4,5m:** Fita de tecido à base de fibras de viscose com adesivo acrílico de ótima aderência e extraflexível. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 600 | | 17,67 | 10.602,00 |
| 118. | **Estetoscópio Adulto:** Estetoscópio adulto, constituído por: biauricular em aço inox, tubo "y" em PVC resistente em peça única, com mola em aço interna, com diafragma em material impermeável e resistente à desinfecção com produtos químicos; olivas anatômicas, em termoplástico ou borracha (macias o suficiente para se adequarem a forma do canal auditivo), que ofereça vedação aos ruídos externos, garantindo ausculta adequada. Deve ser acompanhado de pecas de reposição (olivas e diafragma), manual de instruções e certificado de garantia. Deve ser certificado pelo Inmetro, desejável que tenha sino com campânula. | UND | 10 | | 27,67 | 276,70 |
| 119. | **Estetoscópio Pediátrico:** Estetoscópio infantil, constituído por: biauricular em aço inox, tubo "y" em PVC resistente em peça única, com mola em aço interna, com diafragma em material impermeável e resistente à desinfecção com produtos químicos; olivas anatômicas, em termoplástico ou borracha (macias o suficiente para se adequarem a forma do canal auditivo), que ofereça vedação aos ruídos externos, garantindo ausculta adequada. Deve ser acompanhado de pecas de reposição (olivas e diafragma), manual de instruções e certificado de garantia. Deve ser certificado pelo Inmetro, desejável que tenha sino com campânula. | UND | 30 | | 28,27 | 848,10 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120. | **Éter:** Éter sulfúrico líquido incolor, de odor penetrante, inflamável e volátil. Frasco de 1L. Registro no MS. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | FR | 40 | | 74,98 | 2.999,20 |
| 121. | **Filtro para Destilador**: Filtro da Resistência do Destilador Pe602 - 6,5mm; Cristofoli. Referência Original do produto: RCO.00190. | UND | 50 | | 71,57 | 3.578,50 |
| 122. | **Fio de Nylon 2.0 com agulha:** Embalagem com C/24 unidades. Agulha resistente e siliconizada. Adequado à norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 157/2002. Produto atóxico, não-pirogênico e de uso único; esterilizado por raios gama, resistência à tração e resistência ao nó, embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico; Apresentação: caixa com 24 unidades. Registro na Anvisa e validade mínima de 18 meses a contar da data da entrega no Município. | CX | 30 | | 87,35 | 2.620,50 |
| 123. | **Fio de Nylon 3.0 com agulha:** Embalagem com C/24 unidades. Agulha resistente e siliconizada. Adequado à norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 157/2002. Produto atóxico, não-pirogênico e de uso único; esterilizado por raios gama, resistência à tração e resistência ao nó, embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico; Apresentação: caixa com 24 unidades. Registro na Anvisa e validade mínima de 18 meses a contar da data da entrega no Município. | CX | 100 | | 83,96 | 8.396,00 |
| 124. | **Fio de Nylon 4.0 com agulha:** Embalagem com C/24 unidades. Agulha resistente e siliconizada. Adequado à norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 157/2002. Produto atóxico, não-pirogênico e de uso único; esterilizado por raios gama, resistência à tração e resistência ao nó, embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico; Apresentação: caixa com 24 unidades. Registro na Anvisa e validade mínima de 18 meses a contar da data da entrega no Município. | CX | 70 | | 78,62 | 5.503,40 |
| 125. | **Fio de Nylon 5.0 com agulha:** Embalagem com C/24 unidades. Agulha | CX | 30 | | 81,93 | 2.457,90 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | resistente e siliconizada. Adequado à norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 157/2002. Produto atóxico, não-pirogênico e de uso único; esterilizado por raios gama, resistência à tração e resistência ao nó, embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico; Apresentação: caixa com 24 unidades. Registro na Anvisa e validade mínima de 18 meses a contar da data da entrega no Município. | | | | | |
| 126. | **Fio Guia para Intubação Orotraqueal Adulto**: guia de intubação, mandril tipo vareta, confeccionado em cobre flexível cromado, nas dimensões: 3,2x420mm. Botão em termoplástico resistente. Parafuso de regulagem em latão niquelado. | UND | 6 | | 47,33 | 283,98 |
| 127. | **Fio Guia para Intubação Orotraqueal Infantil:** guia de intubação, mandril tipo vareta, confeccionado em cobre flexível cromado, nas dimensões: 2,0x300mm. Botão em termoplástico resistente. Parafuso de regulagem em latão niquelado. | UND | 6 | | 46,33 | 277,98 |
| 128. | **Fita Adesiva Autoclave 19mmx30m:** Fita crepada com indicador químico para condições ideais de esterilização: pressão, temperatura e tempo, através da mudança de coloração das listras de cor amarela para a cor preta. 19mmx30m. Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Massa adesiva a base de borracha natural e resina em uma face e, na outra, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas. Registro na Anvisa. Validade mínima de 24 meses a contar do recebimento do produto. | UND | 1.000 | | 11,93 | 11.930,00 |
| 129. | **Fita Adesiva Crepe 19mmx50m:** Fita hospitalar, confeccionada com dorso de papel crepado tratado com látices de estireno butadieno. Massa adesiva a base de borracha natural e resina em uma face e, na outra, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas. Validade mínima de 24 meses a contar do recebimento do produto. | UND | 3.500 | | 9,63 | 33.705,00 |
| 130. | **Fita Adesiva Crepe 40mmx50m:** (Sala de Vacinas) confeccionada com dorso de | UND | 30 | | 26,17 | 785,10 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | papel crepado tratado com látices de estireno butadieno. Massa adesiva a base de borracha natural e resina em uma face e, na outra, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas. Validade mínima de 24 meses a contar do recebimento do produto. | | | | | |
| 131. | **Fixador Citológico 100ML spray/aerossol:** Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool, com propriedades para fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro - Composição: Propilenoglicol PM 76.10 10g , Álcool Absoluto PM 46.07 qsp 100ml. Registro na Anvisa. Validade mínima de 24 meses a contar do recebimento do produto. | FR | 100 | | 21,04 | 2.104,00 |
| 132. | **Fluxômetro com Manômetro $O_2$:** Conjunto contendo (1) fluxômetro com válvula reguladora, graduado em 0-15 litros por minuto, cápsulas interna e externa em material plástico inquebrável, esfera de aço inoxidável, rosca de saída padrão 9/16″ x 18 fios, com sistema de vedação tipo agulha e (2) Válvula reguladora para gas medicinal (oxigênio) para regulagem de pressão de gases medicinais em cilindros ou redes canalizadas com escala 0-300 Kgf/cm$^2$ e pressão fixa de 3,5 Kgf/cm$^3$. | UND | 60 | | 445,38 | 26.722,80 |
| 133. | **Fluxômetro $O_2$:** Fluxômetro com válvula reguladora, graduado em litros por minuto, para uso direto em cilindro de oxigênio medicinal. Cápsulas interna e externa em material plástico inquebrável, esfera de aço inoxidável, rosca de saída padrão 9/16″ x 18 fios, com sistema de vedação tipo agulha. | UND | 70 | | 173,67 | 12.156,90 |
| 134. | **Fralda geriátrica – P:** Fralda descartável geriátrica, formato anatômico, tamanho P (pequena), não tóxico, antialérgica, composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido, gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente, camada interna antialérgica, peso do usuário de 20 a 40kg, medida da cintura de 40 a 96cm, 6 fios de elásticos, | PCT | 500 | | 35,46 | 17.730,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | adesivo termoplástico, fitas adesivas reguláveis tri-laminadas e sistema abre e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas, barreiras laterais antivazamento, com extrato de aloe vera. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a RDC n°142 de 17 de março de 2017 do ministério da saúde/ ANVISA. Obs.: embaladas em pacotes contendo de 08 a 10 unidades | | | | | |
| 135. | **Fralda geriátrica – M:** Fralda descartável geriátrica, formato anatômico, tamanho M (média), não tóxico, antialérgica, composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido, gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente, camada interna antialérgica, peso do usuário de 40 a 70kg, medida da cintura de 80 a 130cm, 6 fios de elásticos, adesivo termoplástico, fitas adesivas reguláveis tri-laminadas e sistema abre e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas, barreiras laterais antivazamento, com extrato de aloe vera. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a RDC n°142 de 17 de março de 2017 do ministério da saúde/ ANVISA. Obs.: embaladas em pacotes contendo de 08 a 10 unidades | PCT | 1000 | | 33,32 | 33.320,00 |
| 136. | **Fralda geriátrica – G:** Fralda descartável geriátrica, formato anatômico, tamanho G (grande), não tóxico, antialérgica, composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido, gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente, camada interna antialérgica, peso do usuário de 70 a 90kg, medida da cintura de 100 a 150cm, 6 fios de elásticos, adesivo termoplástico, fitas adesivas reguláveis tri-laminadas e sistema abre e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas, | PCT | 2000 | | 32,81 | 65.620,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | barreiras laterais antivazamento, com extrato de aloe vera. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a RDC n°142 de 17 de março de 2017 do ministério da saúde/ ANVISA. Obs.: embaladas em pacotes contendo de 08 a 10 unidades | | | | | |
| 137. | **Fralda geriátrica – GG:** Fralda descartável geriátrica, formato anatômico, tamanho GG (extra- grande), não tóxico, antialérgica, composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido, gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente, camada interna antialérgica, peso do usuário de acima de 90kg, medida da cintura de 120 a 168cm, 6 fios de elásticos, adesivo termoplástico, fitas adesivas reguláveis tri-laminadas e sistema abre e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas, barreiras laterais antivazamento, com extrato de aloe vera. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a RDC n°142 de 17 de março de 2017 do ministério da saúde/ ANVISA. Obs.: embaladas em pacotes contendo de 08 a 10 unidades | PCT | 2000 | | 40,40 | 80.800,00 |
| 138. | **Frasco para alimentação enteral – 300 ml:** Frascos estéreis transparentes para realizar o envase de dieta enteral do paciente. Possui tampa de rosca com obturador e medidas laterais. Acompanha etiqueta de identificação. Registro na Anvisa. Validade indeterminada. | UND | 1.000 | | 4,09 | 4.090,00 |
| 139. | **Frasco para alimentação enteral – 500 ml:** Frascos estéreis transparentes para realizar o envase de dieta enteral do paciente. Possui tampa de rosca com obturador e medidas laterais. Acompanha etiqueta de identificação. Registro na Anvisa. Validade indeterminada. | UND | 1.000 | | 4,44 | 4.440,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140. | **Fronha de Malha para travesseiro hospitalar:** Fronha de malha, cor branca, tamanho padrão. | UND | 50 | | 19,83 | 991,50 |
| 141. | **Garrote em tecido elástico com trava - Adulto:** Garrote com dois estágios de garroteamento com trava. O garrote para coleta de sangue deve se apresentar de 3 formas distintas. Constituído de tecido elástico, não alergênico, com trava de segurança que proporciona maior praticidade no momento do procedimento, conforto e segurança ao paciente. Especificações: Garrote em tecido elástico com trava adulto; cor: azul claro; Embalagem contendo 01 unidade. | UND | 200 | | 9,30 | 1.860,00 |
| 142. | **Garrote em tecido elástico com trava - Infantil:** Garrote com dois estágios de garroteamento com trava. O garrote para coleta de sangue deve se apresentar de 3 formas distintas. Constituído de tecido elástico, não alergênico, com trava de segurança que proporciona maior praticidade no momento do procedimento, conforto e segurança ao paciente. Especificações: Garrote em tecido elástico com trava infantil; medidas: Comprimento 40cm x Largura 2,5 cm; cor: azul claro; Embalagem contendo 01 unidade. | UND | 200 | | 10,44 | 2.088,00 |
| 143. | **Gaze Estéril:** Compressas de Gaze Hidrófila Estéril, 100% Algodão, 11 fios/cm, 5 dobras, 8 camadas, pacote contendo 10 unidades, dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas. Alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. Inodoras e insípidas. Esterilização feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. Sem filamento radiopaco. registro na ANVISA/ ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar da entrega do produto. | PCT | 20.000 | | 1,17 | 23.400,00 |
| 144. | **Gaze não estéril:** Compressa de gaze não estéril, 11 fios/cm, 5 dobras, 8 camadas, pacote contendo 500 unidades, com tamanho 7,5x7,5cm. registro na ANVISA. Validade mínima de | PCT | 10.000 | | 42,32 | 423.200,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 meses a contar do recebimento do produto. | | | | | |
| 145. | **Gel Condutor para Exames 250g:** Gel tópico, usado como meio de contato para transmissão de aparelhos de Ultrassonografia, Eletrocardiograma, Laser ou Luz Intensa Pulsada e transmissão de correntes elétricas. Produto não gorduroso, inodoro, hidrossolúvel, hipoalergênico, umectante, não abrasivo, pH neutro, fabricado com matérias primas de grau farmacêutico, a base de água. Unidade: Frasco de 250g tipo "tubo" em plástico com bico dosador. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | FRASCO | 500 | | 9,91 | 4.955,00 |
| 146. | **Gelox para vacina 1050ml:** Gelo rígido, liso, usado para transporte e conservação de produtos que exigem refrigeração em caixas térmicas. Dimensões: 21,5x15,5x3,5cm, Atóxico e reutilizável, resistente a impactos. | UND | 50 | | 22,00 | 1.100,00 |
| 147. | **Gelox para vacina 400ml:** Gelo rígido, liso, usado para transporte e conservação de produtos que exigem refrigeração em caixas térmicas. Dimensões: 17,5x9,8x2,8cm, Atóxico e reutilizável, resistente a impactos. | UND | 50 | | 9,30 | 465,00 |
| 148. | **Glicosímetro**: **Ver item n.º 345** "Tira para Teste de Glicemia". Ser compatível com o fita de glicemia e ser fornecido em comodato | UND | 100 | | 71,67 | 7.167,00 |
| 149. | **Gorro Descartável:** Modelo elástico nuca, hipoalergênico, atóxico, inodoro, unissex, material não tecido. Sms 100% Polipropileno 60 g/m², tamanho único, embalagem com 100 unidades. | PCT | 200 | | 21,55 | 4.310,00 |
| 150. | **Haste Flexível**: Hastes flexíveis de polipropileno, com ponta de algodão hidrófilo, antigermes, tipo "Cotonete". Caixa com 150 unid. | CX | 100 | | 5,31 | 531,00 |
| 151. | **Imobilizador Lateral de Cabeça** Tamanho Adulto - Composto por três partes: blocos, base e imobilizadores de testa e queixo. Para uso em prancha de resgate. | KIT | 40 | | 79,00 | 3.160,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152. | **Indicador Biológico** resultado em 24 horas a Vapor: Indicador Biológico para monitorização de esterilizações de materiais e instrumentos a vapor com resultado em 24 horas. Composto por frasco plástico contendo tira de papel impregnado com esporos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, ampola de vidro selada com meio de cultura e tampa plástica contendo filtro hidrofóbico; Caixa com 10 unidades; Resultado: 24 horas. Registro ANVISA: Isento de registro pelo Ministério da Saúde RDC 185/2001.<br>**A empresa vencedora deverá conceder, em comodato, as 04 (quatro) mini-incubadoras compatíveis (Ver item 224), caso seja indicado seu uso, bem como prover a sua substituição, em caso de comprometimento de seu funcionamento durante a vigência do contrato.** | CX | 100 | | 87,82 | 8.782,00 |
| 153. | **Indicador Químico**: Emulador TST Classe 6 para o monitoramento dos ciclos de esterilização a vapor. Avalia ciclos específicos quando exposto por pelo menos 5,3 minutos a 134°C, 15 minutos a 121°C ou 8 minutos a 127°C. Quando a esterilização for bem-sucedida a área teste mudará de amarelo para azul-escuro/roxo uniforme.<br>Tecnologia termocrômica desenvolvida para reagir somente quando exposta a condições testadas para tornar os itens estéreis.<br>Acompanha livro "Sistema de Registro para Autoclaves".<br>Requisitos para fins regulamentares e atendimento aos requisitos da RDC 16/2013 - BPF - ANVISA. Prazo de validade informado na embalagem do produto, sendo validade igual ou superior a 18 meses, a contar da entrega no município. | UND | 4.000 | | 5,37 | 21.480,00 |
| 154. | **Jaleco hospitalar feminino Tamanho P**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, | UND | 80 | | 120,28 | 9.622,40 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | | | | | |
| 155. | **Jaleco hospitalar feminino Tamanho M**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante. | UND | 80 | | 132,17 | 10.573,60 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | | | | | |
| 156. | **Jaleco hospitalar feminino Tamanho G**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | UND | 40 | | 120,28 | 4.811,20 |
| 157. | **Jaleco hospitalar feminino Tamanho GG**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das | UND | 20 | | 120,28 | 2.405,60 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | | | | | |
| 158. | **Jaleco hospitalar masculino Tamanho P**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras | UND | 40 | | 111,57 | 4.462,80 |
| 159. | **Jaleco hospitalar masculino Tamanho M**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, | UND | 30 | | 104,28 | 3.128,40 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | | | | | |
| 160. | **Jaleco hospitalar masculino Tamanho G**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | UND | 30 | | 119,28 | 3.578,40 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161. | **Jaleco hospitalar masculino Tamanho GG**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | UND | 8 | | 119,28 | 954,24 |
| 162. | **Jaleco hospitalar masculino Tamanho EGG**<br>Manga longa confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor branca óptico, mangas longas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões perolados, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, martingale solto com 4 cm de largura e com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de 40cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total 110cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município | UND | 5 | | 124,28 | 621,40 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | | | | | |
| 163. | **Jaleco Serviços Gerais Tamanho P**<br>Manga curta, confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor azul, mangas curtas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de aproximadamente 20cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total de aproximadamente 90cm. as cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | UND | 30 | | 87,54 | 2.626,20 |
| 164. | **Jaleco Serviços Gerais Tamanho M**<br>Manga curta, confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor azul, mangas curtas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de | UND | 30 | | 87,95 | 2.638,50 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | aproximadamente 20cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total de aproximadamente 90cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | | | | | |
| 165. | **Jaleco Serviços Gerais Tamanho G**<br>Manga curta, confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, na cor azul, mangas curtas com bainha sem punho com 2 bolsos inferiores frontais, chapados com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir e gola social, fechado em toda extensão na frente, por 5 (cinco) botões, 04 furos, n° 32 e casa no sentido horizontal com vista para cobri-los. Costuras nas costas, com aberturas laterais na altura da cintura. Abertura na parte posterior inferior de aproximadamente 20cm e/ou compatível com o comprimento padrão de cada tamanho. Comprimento total de aproximadamente 90cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. No bolso deve ser silkado o brasão do município de Luisburgo, com tamanho mínimo de 7cm na altura do peito aplicada no bolso do lado esquerdo, o fabricante deverá fixar etiqueta de identificação do tecido, numeração correspondente, marca e fabricante.<br>Apresentar modelo de corte para aprovação da comissão licitante. | UND | 40 | | 90,98 | 3.639,20 |
| 166. | **Kit de Monofilamentos para Teste de Sensibilidade de Hanseniase** | UND | 30 | | 511,23 | 15.336,90 |
| 167. | **Kit para inserção de DIU** (dispositivo intrauterino)<br>Kit reutilizável para inserção de DIU. Autoclavável, fabricado em aço inox, composto por: | KIT | 20 | | 446,17 | 8.923,40 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *01 cuba redonda, 9x5 cm. *01 histerômetro rígido, graduado em cm, curva Sims "M" ou Collin, 32 cm. *01 tesoura Metzembaum, curva, 20cm. *01 pinça Pozzi Tenaculum, 25 cm. *01 pinça Cheron Forcep, 25 cm. | | | | | |
| 168. | **Kit para parto:** Kit contendo minimamente: 01 aspirador nasal manual, de borracha ou silicone; 01 lençol descartável estéril; 01 bisturi descartável; 01 par de luvas cirúrgicas em látex; 01 compressa para curativo cirúrgico estéril; 02 pulseiras de identificação; 02 clamps umbilicais descartáveis estéreis; 01 avental descartável; 01 absorvente pós-parto (40x10cm); 02 sacolas para lixo biológico, com identificação específica. Bolsa para transporte. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | KIT | 30 | | 450,78 | 13.523,40 |
| 169. | **Kit para Preventivo PP** Kits descartáveis para exame ginecológico contendo: 01 lâmina para microscopia, lapidada, com uma extremidade fosca. Tamanho 26x76mm e espessura 1,1 a 1,3mm. Para microscopia, embalada individualmente em caixa resistente a impacto; 01 Espátula de Ayre fabricado com substancia não tóxica, inodora, insípida, resistente a quebras e a esterilização por autoclave, lisa e livre de farpas e que não solte resíduos, extremidades arredondadas; 01 Escova Campos-da-Paz, ginecológica, descartá-vel, não estéril, cabo cilíndrico medindo 18cm de comprimento, faceta do, medida da escova 02cm de comprimento, com cerdas em formato levemente cônico, com a base mais larga que o ápice, dispostas em 15 níveis paralelos da base ao ápice e 01 Especulo Vaginal estéril, não lubri-ficado, bordas antitraumáticas, dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto, pigmen-tado e indeformável. Tamanho PP (extra-pequeno). Embalagens individuais. Regis-tro no MS. Validade | KIT | 100 | | 7,94 | 794,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 170. | **Kit para Preventivo P:** Kits descartáveis para exame ginecológico contendo: 01 lâmina para microscopia, lapidada, com uma extremidade fosca. Tamanho 26x76mm e espessura 1,1 a 1,3mm. Para microscopia, embalada individualmente em caixa resistente a impacto; 01 Espátula de Ayre fabricado com substancia não tóxica, inodora, insípida, resistente a quebras e a esterilização por autoclave, lisa e livre de farpas e que não solte resíduos, extremidades arredondadas; 01 Escova Campos-da-Paz, ginecológica, descartável, não estéril, cabo cilíndrico medindo 18cm de comprimento, faceta do, medida da escova 02cm de comprimento, com cerdas em formato levemente cônico, com a base mais larga que o ápice, dispostas em 15 níveis paralelos da base ao ápice e 01 Especulo Vaginal estéril, não lubrificado, bordas antitraumáticas, dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto, pigmentado e indeformável. Tamanho P (pequeno). Embalagens individuais. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | KIT | 2000 | | 7,43 | 14.860,00 |
| 171. | **Kit para Preventivo M:** Kits descartáveis para exame ginecológico contendo: 01 lâmina para microscopia, lapidada, com uma extremidade fosca. Tamanho 26x76mm e espessura 1,1 a 1,3mm. Para microscopia, embalada individualmente em caixa resistente a impacto; 01 Espátula de Ayre fabricado com substancia não tóxica, inodora, insípida, resistente a quebras e a esterilização por autoclave, lisa e livre de farpas e que não solte resíduos, extremidades arredondadas; 01 Escova Campos-da-Paz, ginecológica, descartável, não estéril, cabo cilíndrico medindo 18cm de comprimento, faceta do, medida da escova 02cm de comprimento, com cerdas em formato levemente cônico, com a base mais larga que o ápice, dispostas em 15 níveis paralelos da base ao ápice e 01 Especulo | KIT | 1500 | | 6,94 | 10.410,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vaginal estéril, não lubrificado, bordas antitraumáticas, dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto, pigmentado e indeformável. Tamanho M (MEDIO). Embalagens individuais. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 172. | **Kit para Preventivo G:** Kits descartáveis para exame ginecológico contendo: 01 lâmina para microscopia, lapidada, com uma extremidade fosca. Tamanho 26x76mm e espessura 1,1 a 1,3mm. Para microscopia, embalada individualmente em caixa resistente a impacto; 01 Espátula de Ayre fabricado com substancia não tóxica, inodora, insípida, resistente a quebras e a esterilização por autoclave, lisa e livre de farpas e que não solte resíduos, extremidades arredondadas; 01 Escova Campos-da-Paz, ginecológica, descartável, não estéril, cabo cilíndrico medindo 18cm de comprimento, faceta do, medida da escova 02cm de comprimento, com cerdas em formato levemente cônico, com a base mais larga que o ápice, dispostas em 15 níveis paralelos da base ao ápice e 01 Especulo Vaginal estéril, não lubrificado, bordas antitraumáticas, dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto, pigmentado e indeformável. Tamanho G (GRANDE). Embalagens individuais. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | KIT | 400 | | 8,80 | 3.520,00 |
| 173. | **Lacre numerado para carrinho de emergência:** Lacre, tipo braçadeira, com 16 cm, produzidos em polipropileno, numerados e personalizados em hot-stamping (até 8 dígitos). | UND | 800 | | 2,24 | 1.792,00 |
| 174. | **Lâmina de Bisturi nº11:** Confeccionadas em aço inox, isenta de rebarba e sinais de oxidação. Esterilizadas por exposição a Raios Gama. Grande resistência à corrosão e perda de afiação. Embaladas individualmente em material | CX | 80 | | 66,52 | 5.321,60 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | aluminizado hermeticamente fechado, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo. Produto de uso único. Caixa com 100 unidades Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto no Município. | | | | | |
| 175. | **Lâmina de Bisturi nº15:** Confeccionadas em aço inox, isenta de rebarba e sinais de oxidação. Esterilizadas por exposição a Raios Gama. Grande resistência à corrosão e perda de afiação. Embaladas individualmente em material aluminizado hermeticamente fechado, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo. Produto de uso único. Caixa com 100 unidades Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto no Município. | CX | 80 | | 57,38 | 4.590,40 |
| 176. | **Lâmina de Bisturi nº24:** Confeccionadas em aço inox, isenta de rebarba e sinais de oxidação. Esterilizadas por exposição a Raios Gama. Grande resistência à corrosão e perda de afiação. Embaladas individualmente em material aluminizado hermeticamente fechado, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo. Produto de uso único. Caixa com 100 unidades Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto no Município. | CX | 15 | | 61,27 | 919,05 |
| 177. | **Lâminas para microscopia:** Ponta lisa; Lapidada; Alta transparência. Intercaladas com papel lenço, com tratamento antifúngico. Espessura 1,0mm - 1,2mm; Dimensões 26 x 76mm. Caixas com 50 unidades. | CX | 10 | | 78,00 | 780,00 |
| 178. | **Lâmpada para foco cirúrgico** Em led, tensão 100-240v, Base rosca E27, Vida útil nominal 25.000h, Abertura do fecho 25º, Dimensões aproximadas: 63x89mm, Temperatura de cor: fria, 3000k, Potência 7w, Fluxo Luminoso superior a 500lm. | UND | 15 | | 58,30 | 874,50 |
| 179. | **Lanceta 28G:** Lancetas esterilizadas para punção capilar periférica, cx com | CX | 500 | | 20,65 | 10.325,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 unidades. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 180. | **Lanterna Clínica LED** De alta potência, led de 3V, em metal, resistente a queda, alimentada por 2 pilhas AAA, cor preta. Confeccionada em metal leve de alta qualidade. Acabamento anodizado, maior durabilidade e resistência. LED de alta potência com vida útil de 10.000 horas. Acionamento através do botão liga/desliga. Possui conveniente clip de bolso. Alimentação 2 pilhas AAA inclusas. | UND | 60 | | 35,18 | 2.110,80 |
| 181. | **Lanterna de Cabeça/Capacete:** Alimentação bateria recarregável, com 1,5 hora de autonomia, lâmpada com pelo menos 750 lúmens, capacidade focal alcance de 320 metros, lente de vidro selada, 3 funções de luminosidade. | UND | 40 | | 69,08 | 2.763,20 |
| 182. | **Lençol Hospitalar Descartável 70cmX50m:** papel branco, rolo de 50 metros, 100% celulose virgem. Rolos embalados individualmente com picote e identificados com data de fabricação, lote e validade do produto. | UND | 200 | | 19,57 | 3.914,00 |
| 183. | **Lençol para Leito (sem elástico)** Lençol 100% algodão percal, 180 fios, tecido penteado, toque acetinado, liso, cor branca, tamanho 160x245cm. (Sem elástico nas bordas) | UND | 100 | | 41,13 | 4.113,00 |
| 184. | **Lençol para Maca** Lençol de malha, cor branca, com 2,2m x 80 cm. | UND | 100 | | 42,97 | 4.297,00 |
| 185. | **Lixeira Hospitalar com Pedal** Lixeira 20l, para uso em ambiente hospitalar, atendendo às especificações da ABNT e ANVISA. Com abertura da tampa por pedal e mecanismos em metal, revestidos por tinta epóxi, resistente ao uso intenso. Cesto em polipropileno ou metal, resistente a impactos e a múltiplas lavagens. Pés em metal, que proporcionem elevação da base do cesto em relação ao solo. | UND | 100 | | 89,03 | 8.903,00 |
| 186. | **Lona de transferência reforçada bariátrica, capacidade 200kg.** A Maca para transferência suporte para | UND | 10 | | 189,99 | 1.899,90 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 200kg.Em 100% algodão, projetada para facilitar a transferência na horizontal de pacientes com dificuldades de locomoção, com fraturas de membros inferiores, quando o paciente precisa ser virado, movido ou transferido, deficientes físicos (exemplo: da cama para maca e vice versa, ou até mesmo resgatado de algum acidente algo do tipo).<br><br>Produzida com materiais de primeira qualidade, altamente resistente, possui três alças laterais que facilita o transporte do paciente.<br><br>* Lavável;<br>* Possui Alças que facilita a pegada do trabalhador;<br>* Fácil de usar;<br>* Dobrável e fácil de transportar.<br>* Suporta até 200kg.<br><br>Altura: 185cm<br>Largura: 72 - 85cm | | | | | |
| 187. | **Luva cirúrgica nº6,0:** Luva em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bioabsorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento; Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável à água e a outros fluidos; Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5; Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo); Embalagem tipo wallet, indicando mão direita e esquerda; Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura; Atóxica esterilizada por óxido de etileno, garantida por cinco anos, se a embalagem estiver integra. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | PAR | 1500 | | 2,52 | 3.780,00 |
| 188. | **Luva cirúrgica nº6,5:** Luva em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bioabsorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento; Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável à água e a outros fluidos; Bainhas | PAR | 5.000 | | 2,23 | 11.150,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5; Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo); Embalagem tipo wallet, indicando mão direita e esquerda; Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura; Atóxica esterilizada por óxido de etileno, garantida por cinco anos, se a embalagem estiver integra. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 189. | **Luva cirúrgica nº7,0:** Luva em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bioabsorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento; Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável à água e a outros fluidos; Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5; Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo); Embalagem tipo wallet, indicando mão direita e esquerda; Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura; Atóxica esterilizada por óxido de etileno, garantida por cinco anos, se a embalagem estiver integra. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | PAR | 4.000 | | 2,51 | 10.040,00 |
| 190. | **Luva cirúrgica nº7,5:** Luva em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bioabsorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento; Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável à água e a outros fluidos; Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5; Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo); Embalagem tipo wallet, indicando mão direita e esquerda; Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura; Atóxica esterilizada por óxido de etileno, garantida por cinco anos, se a embalagem estiver integra. | PAR | 5.000 | | 2,47 | 12.350,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 191. | **Luva cirúrgica nº8,0:** Luva em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bioabsorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento; Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável à água e a outros fluidos; Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5; Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo); Embalagem tipo wallet, indicando mão direita e esquerda; Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura; Atóxica esterilizada por óxido de etileno, garantida por cinco anos, se a embalagem estiver integra. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | PAR | 2.000 | | 2,30 | 4.600,00 |
| 192. | **Luva cirúrgica nº8,5:** Luva em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bioabsorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento; Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável à água e a outros fluidos; Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5; Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo); Embalagem tipo wallet, indicando mão direita e esquerda; Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura; Atóxica esterilizada por óxido de etileno, garantida por cinco anos, se a embalagem estiver integra. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | PAR | 200 | | 2,55 | 510,00 |
| 193. | **Luva de procedimento PP:** Luvas para procedimentos, hipoalergênicas, não estéreis, ambidestras, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as mãos, com textura uniforme, sem falha, boa elasticidade e resistência com | CX | 4.000 | | 29,30 | 117.200,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | punho alto arrematado de forma a manter o seu formato anatômico em perfeita adaptação, lubrificadas internamente com pó bio-absorvível, acondicionadas em caixas contendo 100 unidades no tamanho PP . Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid. | | | | | |
| 194. | **Luva de procedimento P:** Luvas para procedimentos, hipoalergênicas, não estéreis, ambidestras, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as mãos, com textura uniforme, sem falha, boa elasticidade e resistência com punho alto arrematado de forma a manter o seu formato anatômico em perfeita adaptação, lubrificadas internamente com pó bio-absorvível, acondicionadas em caixas contendo 100 unidades no tamanho P. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid. | CX | 6.000 | | 28,76 | 172.560,00 |
| 195. | **Luva de procedimento M:** Luvas para procedimentos, hipoalergênicas, não estéreis, ambidestras, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as mãos, com textura uniforme, sem falha, boa elasticidade e resistência com punho alto arrematado de forma a manter o seu formato anatômico em perfeita adaptação, lubrificadas internamente com pó bio-absorvível, acondicionadas em caixas contendo 100 unidades no tamanho M. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid. | CX | 5.000 | | 22,80 | 114.000,00 |
| 196. | **Luva de procedimento G:** Luvas para procedimentos, hipoalergênicas, não estéreis, ambidestras, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as | CX | 1.000 | | 23,97 | 23.970,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mãos, com textura uniforme, sem falha, boa elasticidade e resistência com punho alto arrematado de forma a manter o seu formato anatômico em perfeita adaptação, lubrificadas internamente com pó bio-absorvível, acondicionadas em caixas contendo 100 unidades no tamanho G (grande). Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid. | | | | | |
| 197. | **Luva de procedimento GG:** Luvas para procedimentos, hipoalergênicas, não estéreis, ambidestras, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as mãos, com textura uniforme, sem falha, boa elasticidade e resistência com punho alto arrematado de forma a manter o seu formato anatômico em perfeita adaptação, lubrificadas internamente com pó bio-absorvível, acondicionadas em caixas contendo 100 unidades no tamanho GG. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid. | CX | 20 | | 29,63 | 592,60 |
| 198. | **Luva Nitrílica Tamanho PP:** punho com acabamento enrolado, descartvel e de uso único, ambidestra, não estril, fabricada em borracha sintética (nitrilo), cor: azul, embalagem: caixa 100 unidades (50 pares). Registro na Anvisa e Validade mínima de 18 meses a contar da entrega no Município. | CX | 800 | | 48,33 | 38.664,00 |
| 199. | **Luva Nitrílica Tamanho P:** punho com acabamento enrolado, descartvel e de uso único, ambidestra, não estril, fabricada em borracha sintética (nitrilo), cor: azul, embalagem: caixa 100 unidades (50 pares). Registro na Anvisa e Validade mínima de 18 meses a contar da entrega no Município. | CX | 6.000 | | 47,17 | 283.020,00 |
| 200. | **Luva Nitrílica Tamanho M:** punho com acabamento enrolado, descartvel e de uso único, ambidestra, não estril, fabricada em borracha sintética | CX | 6.000 | | 48,57 | 291.420,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (nitrilo), cor: azul, embalagem: caixa 100 unidades (50 pares). Registro na Anvisa e Validade mínima de 18 meses a contar da entrega no Município. | | | | | |
| 201. | **Luva Nitrílica Tamanho G:** punho com acabamento enrolado, descartvel e de uso único, ambidestra, não estril, fabricada em borracha sintética (nitrilo), cor: azul, embalagem: caixa 100 unidades (50 pares). Registro na Anvisa e Validade mínima de 18 meses a contar da entrega no Município. | CX | 100 | | 45,27 | 4.527,00 |
| 202. | **Macacão químico (Tyvek) P** Macacão, aplicação: para proteção de tronco, membros superiores e inferiores contra riscos químicos e biológicos, apresentação: capuz, punhos e tornozelos c/ elástico e zíper na parte frontal, material (is): tecido não tecido (tnt), revestido em polietileno, cor: branca, tamanho: P, característica(s) adicional (is): c/ tratamento antiestático.<br>Obs.: equipamento necessário para as ações emergenciais de enfrentamento da pandemia do covid-19. | UND | 250 | | 40,73 | 10.182,50 |
| 203. | **Macacão químico (Tyvek) M** Macacão, aplicação: para proteção de tronco, membros superiores e inferiores contra riscos químicos e biológicos, apresentação: capuz, punhos e tornozelos c/ elástico e zíper na parte frontal, material (is): tecido não tecido (tnt), revestido em polietileno, cor: branca, tamanho(s): M, característica(s) adicional (is): c/ tratamento antiestático.<br>Obs.: equipamento necessário para as ações emergenciais de enfrentamento da pandemia do covid-19. | UND | 300 | | 45,35 | 13.605,00 |
| 204. | **Macacão químico (Tyvek) G** Macacão, aplicação: para proteção de tronco, membros superiores e inferiores contra riscos químicos e biológicos, apresentação: capuz, punhos e tornozelos c/ elástico e zíper na parte frontal, material (is): tecido não tecido (tnt), revestido em polietileno, cor: branca, tamanho(s): G, característica(s) adicional (is): c/ tratamento antiestático. | UND | 150 | | 35,85 | 5.377,50 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obs.: equipamento necessário para as ações emergenciais de enfrentamento da pandemia do covid-19. | | | | | |
| 205. | **Macacão químico (Tyvek) GG** Macacão, aplicação: para proteção de tronco, membros superiores e inferiores contra riscos químicos e biológicos, apresentação: capuz, punhos e tornozelos c/ elástico e zíper na parte frontal, material (is): tecido não tecido (tnt), revestido em polietileno, cor: branca, tamanho(s): GG, característica(s) adicional (is): c/ tratamento antiestático. Obs.: equipamento necessário para as ações emergenciais de enfrentamento da pandemia do covid-19. | UND | 50 | | 34,73 | 1.736,50 |
| 206. | **Macacão químico (Tyvek) EG** Macacão, aplicação: para proteção de tronco, membros superiores e inferiores contra riscos químicos e biológicos, apresentação: capuz, punhos e tornozelos c/ elástico e zíper na parte frontal, material (is): tecido não tecido (tnt), revestido em polietileno, cor: branca, tamanho(s): EG, característica(s) adicional (is): c/ tratamento antiestático. Obs.: equipamento necessário para as ações emergenciais de enfrentamento da pandemia do covid-19. | UND | 50 | | 37,93 | 1.896,50 |
| 207. | **Macacão químico (Tyvek) EGG** Macacão, aplicação: para proteção de tronco, membros superiores e inferiores contra riscos químicos e biológicos, apresentação: capuz, punhos e tornozelos c/ elástico e zíper na parte frontal, material (is): tecido não tecido (tnt), revestido em polietileno, cor: branca, tamanho(s): EGG, característica(s) adicional (is): c/ tratamento antiestático. Obs.: equipamento necessário para as ações emergenciais de enfrentamento da pandemia do covid-19. | UND | 50 | | 46,90 | 2.345,00 |
| 208. | **Manta Termica Aluminizada:** (Cobertor, Lençol Térmico) fabricada em polietileno aluminizado. Dimensões: 2,1x1,4m. | UND | 20 | | 27,81 | 556,20 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209. | **Máscara Cirúrgica Descartável:** Máscaras com três camadas sendo duas externas em não tecido atóxico hipoalergênico inodoro com tratamento repelente a agentes líquidos e uma camada de filtro Meltiblown. Modelo retangular com pregas longitudinais, com dispositivo de ajustes nasais. Gramatura total entre 60 e 80 gramas. Caixa c/ 50 unidades. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 1.500 | | 12,42 | 18.630,00 |
| 210. | **Máscara de Alta Concentração com reservatório - Adulto:** Máscara de alta concentração de oxigênio com balão reservatório – adulto, Máscara com elástico, balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio. Extensão e reservatório em PVC; Máscara em PVC com presilha em aço. Capacidade do reservatório: 1000ml. Registro na Anvisa e Validade indeterminada (Enquanto embalagem intacta). | UND | 100 | | 25,91 | 2.591,00 |
| 211. | **Máscara de Macronebulização - Adulto:** Kit contendo 01 Máscara para nebulização - 01 Copo reservatório com capacidade para 6ml- 01 Tubo extensor: 200cm (aproximadamente). Registro na Anvisa e Validade indeterminada (Enquanto embalagem intacta). | UND | 70 | | 27,43 | 1.920,10 |
| 212. | **Máscara de Macronebulização - Pediátrica:** Kit contendo 01 Máscara para nebulização - 01 Copo reservatório com capacidade para 6ml- 01 Tubo extensor: 200cm (aproximadamente). Registro na Anvisa e Validade indeterminada (Enquanto embalagem intacta). | UND | 70 | | 41,90 | 2.933,00 |
| 213. | **Máscara de Oxigênio de Alta concentração - Infantil** Máscara de alta concentração de oxigênio com balão reservatório – pediátrico, Máscara com elástico, balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio. Extensão e reservatório em PVC; Máscara em PVC com presilha em aço. Registro na Anvisa e Validade indeterminada (Enquanto embalagem intacta). | UND | 20 | | 40,16 | 803,20 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214. | **Máscara de Oxigênio de Alta concentração - Neonatal** Máscara de alta concentração de oxigênio com balão reservatório – neonatal, Máscara com elástico, balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio. Extensão e reservatório em PVC; Máscara em PVC com presilha em aço. Registro na Anvisa e Validade indeterminada (Enquanto embalagem intacta). | UND | 15 | | 40,16 | 602,40 |
| 215. | **Máscara de Venturi Adulto:** Conjunto composto por máscara transparente, flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais. Constituída de material resistente a desinfecção química de alto nível. Deverá ser acompanhado de traqueia; 6 diluidores coloridos para diferentes concentrações de de FiO2, nas cores azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. | UND | 40 | | 42,66 | 1.706,40 |
| 216. | **Máscara de Venturi Pediátrica** Conjunto composto por máscara transparente, flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais. Constituída de material resistente a desinfecção química de alto nível. Deverá ser acompanhado de traqueia; 6 diluidores coloridos para diferentes concentrações de de FiO2, nas cores azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. | UND | 50 | | 43,05 | 2.152,50 |
| 217. | **Máscara Laríngea 1,0:** para uso supraglótico modelo reto (UNIQUE) Tamanho: 1,0. Para acesso de vias aéreas, para procedimentos de rotina e emergências anestésicas, sem necessidade do uso de laringoscópio. Deve permitir ventilação mecânica sem vazamentos. Totalmente em PVC atóxico, descartável, com cuff de vedação reforçado e com formatação anatômica, que se adapte fechando o esôfago e liberando a passagem de ar para a traquéia. Deve ter válvula de | UND | 100 | | 108,33 | 10.833,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, deve dispor de conector para tubo de 15mm padrão. Estéril. | | | | | |
| 218. | **Máscara Laríngea 1,5:** para uso supraglótico modelo reto (UNIQUE) Tamanho: 1,5. Para acesso de vias aéreas, para procedimentos de rotina e emergências anestésicas, sem necessidade do uso de laringoscópio. Deve permitir ventilação mecânica sem vazamentos. Totalmente em PVC atóxico, descartável, com cuff de vedação reforçado e com formatação anatômica, que se adapte fechando o esôfago e liberando a passagem de ar para a traquéia. Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, deve dispor de conector para tubo de 15mm padrão. Estéril. | UND | 100 | | 113,16 | 11.316,00 |
| 219. | **Máscara Laríngea 2,0:** para uso supraglótico modelo reto (UNIQUE) Tamanho: 2,0. Para acesso de vias aéreas, para procedimentos de rotina e emergências anestésicas, sem necessidade do uso de laringoscópio. Deve permitir ventilação mecânica sem vazamentos. Totalmente em PVC atóxico, descartável, com cuff de vedação reforçado e com formatação anatômica, que se adapte fechando o esôfago e liberando a passagem de ar para a traquéia. Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, deve dispor de conector para tubo de 15mm padrão. Estéril. | UND | 100 | | 106,43 | 10.643,00 |
| 220. | **Máscara Laríngea 2,5:** para uso supraglótico modelo reto (UNIQUE) Tamanho: 2,5. Para acesso de vias aéreas, para procedimentos de rotina e emergências anestésicas, sem necessidade do uso de laringoscópio. Deve permitir ventilação mecânica sem vazamentos. Totalmente em PVC atóxico, descartável, com cuff de vedação reforçado e com formatação anatômica, que se adapte fechando o esôfago e liberando a passagem de ar para a traquéia. Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com | UND | 100 | | 116,73 | 11.673,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | engate rápido para seringa, deve dispor de conector para tubo de 15mm padrão. Estéril. | | | | | |
| 221. | **Máscara Laríngea 3,0:** para uso supraglótico modelo reto (UNIQUE) Tamanho: 3,0. Para acesso de vias aéreas, para procedimentos de rotina e emergências anestésicas, sem necessidade do uso de laringoscópio. Deve permitir ventilação mecânica sem vazamentos. Totalmente em PVC atóxico, descartável, com cuff de vedação reforçado e com formatação anatômica, que se adapte fechando o esôfago e liberando a passagem de ar para a traquéia. Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, deve dispor de conector para tubo de 15mm padrão. Estéril. | UND | 100 | | 81,62 | 8.162,00 |
| 222. | **Máscara Laríngea 4,0:** para uso supraglótico modelo reto (UNIQUE) Tamanho: 4,0. Para acesso de vias aéreas, para procedimentos de rotina e emergências anestésicas, sem necessidade do uso de laringoscópio. Deve permitir ventilação mecânica sem vazamentos. Totalmente em PVC atóxico, descartável, com cuff de vedação reforçado e com formatação anatômica, que se adapte fechando o esôfago e liberando a passagem de ar para a traquéia. Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, deve dispor de conector para tubo de 15mm padrão. Estéril. | UND | 100 | | 105,05 | 10.505,00 |
| 223. | **Máscara Laríngea 5,0:** para uso supraglótico modelo reto (UNIQUE) Tamanho: 5,0. Para acesso de vias aéreas, para procedimentos de rotina e emergências anestésicas, sem necessidade do uso de laringoscópio. Deve permitir ventilação mecânica sem vazamentos. Totalmente em PVC atóxico, descartável, com cuff de vedação reforçado e com formatação anatômica, que se adapte fechando o esôfago e liberando a passagem de ar para a traquéia. Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, deve dispor | UND | 100 | | 118,67 | 11.867,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | de conector para tubo de 15mm padrão. Estéril. | | | | | |
| 224. | **Mini Incubadora Bivolt (Compatível com item 152)** Incubadora biológica desenvolvida para incubação de indicadores biológicos autocontidos destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos (processados a vapor) simultaneamente; Voltagem automática (bivolt);<br>1 ano de garantia; O equipamento deve ser fabricado por empresa cujo Sistema de Gestão de Qualidade é certificado e está em conformidade com a ISO 9001-Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 13485 - Aparelhos Médicos - Requisitos para Fins Regulamentares, ISO 14001 - Gestão Ambiental e BPF - Boas Práticas de Fabricação (ANVISA/RDC-Nº16). | UND | 15 | | 588,47 | 8.827,05 |
| 225. | **Óculos de Proteção:** Óculos de Segurança Incolor com Anti-Embaçante. Haste de material plástico com ajuste de no arco e na ponta das hastes. Em plástico, visor incolor, confeccionado em uma única de policarbonato óptico, leve e resistente, com lentes curvas para oferecer proteção lateral, proporcionando maior visão periférica. Oferecendo maior visibilidade e proteção contra impactos de partículas volantes frontais. Lentes com tratamento anti-risco, de acordo com a norma ANSI Z87.1 (EUA) e CA (BRASIL). Proteção contra impactos e radiação UV. | UND | 50 | | 15,30 | 765,00 |
| 226. | **Óleo A.G.E.:** Loção oleosa a base de ácidos graxos essenciais (A.G.E.) contendo Ácido Linoléico, Ácido Oléico, Ácido Caprílico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Miristico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetato de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina. Com a finalidade de uso no tratamento de feridas agudas e crônicas, embalado individualmente em frascos plásticos, com bico aplicador e tampa perfurante, contendo dados de identificação do produto, número Lote, validade e | UND | 400 | | 24,83 | 9.932,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | número do registro na ANVISA. Embalagem com 200ml. | | | | | |
| 227. | **Otoscópio Emborrachado c/5 espéculos**<br>Fabricado em material de alta resistência sem risco de corrosão. Cabo com botão interruptor, alimentação por duas pilhas tipo AA. Encaixe entre cabeça do instrumento e cabo fabricado em aço inox. Espéculos de encaixe universal para diversas marcas de otoscópios. Possuir sistema selado para otoscopia pneumática. Lente giratória em ambos sentidos com aumento de 3 vezes, permitindo uso de instrumentação. Transmissão de luz realizada por sistema de fibra ótica, proporcionando melhor luminosidade do canal auditivo. Lâmpada LED Branca de 3,7 Volts e 5500K, em formato de halo, com vida útil de no mínimo 20.000 horas ou 2,3 anos em uso ininterrupto. Acompanhar: 5 ou mais espéculos, nos tamanhos: 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm e estojo rígido para acondicionamento.<br>Possuir garantia de 01 ano. | UND | 20 | | 502,48 | 10.049,60 |
| 228. | **Oxímetro Digital Pediátrico**: alta precisão e pode ser utilizado tanto por profissionais de saúde como por pacientes em ambiente doméstico. Indicado para monitorização da porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos por minuto. Projetado especialmente para uso pediátrico, capaz de realizar a medição em pontas de dedos a partir de 7mm de largura.<br><br>Visor em tecnologia OLED<br>Informa saturação (SpO2) e frequência cardíaca<br>Botão liga/desliga<br>Aviso de bateria fraca<br>1 ano de garantia<br>Anvisa: 80275310062<br>Especificações<br>Tipo de tela: OLED<br>SpO2 variação de tela: 0-100%<br>SpO2 faixa medição: 70-100%<br>SpO2 resolução: 1%<br>FC variação de tela: 0-250bpm<br>FC faixa medição: 30-250bpm | UND | 40 | | 162,28 | 6.491,20 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Alimentação: 2 pilhas alcalinas AAA Conteúdo da Embalagem - 01 Oxímetro de pulso - Manual de instruções - 01 Cordão de transporte - 02 Pilhas alcalinas AAA | | | | | |
| 229. | **Oxímetro Digital:** Display retro-iluminado, pulsação exibida pelo gráfico, alta precisão, compacto, leve e de fácil transporte. Mede dedo de adulto e criança. Visor Digital. Alimentação: 2 pilhas alcalinas, tipo "AAA" (1,55 v). 02 anos de garantia e registro da ANVISA | UND | 100 | | 141,97 | 14.197,00 |
| 230. | **Papel Grau Cirúrgico (bobina) 100mm x 100m.:** Para ser utilizado em autoclaves a vapor, possuindo papel grau cirúrgico, filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno. Com indicador químico visual (que ateste a passagem pelo processo de esterilização). Garantia de barreira bacteriológica e contra contaminação cruzada do material. Tamanho: 10cm de largura x 100m de comprimento. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | ROLO | 300 | | 75,75 | 22.725,00 |
| 231. | **Papel Grau Cirúrgico (envelope autosselante) 150mm x 250mm:** Para ser utilizado em autoclaves a vapor, possuindo papel grau cirúrgico, filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno. Com indicador químico visual (que atestem a passagem pelo processo de esterilização). Garantia de barreira bacteriológica e contra contaminação cruzada do material. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. Pacote com 100 unidades; tamanho 150mm x 250mm. | PCT | 700 | | 96,94 | 67.858,00 |
| 232. | **Papel Grau Cirúrgico (envelope autosselante) 200mm x 330mm.:** Para ser utilizado em autoclaves a vapor, possuindo papel grau cirúrgico, filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno. Com indicador químico visual (que ateste a passagem pelo processo de esterilização). Garantia de barreira bacteriológica e contra contaminação | PCT | 600 | | 90,80 | 54.480,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | cruzada do material. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. Pacote com 100 unidades; tamanho 200mm x 330mm. | | | | | |
| 233. | **Papel Grau Cirúrgico (envelope autosselante) 270mm x 350mm:** Para ser utilizado em autoclaves a vapor, possuindo papel grau cirúrgico, filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno. Com indicador químico visual (que ateste a passagem pelo processo de esterilização). Garantia de barreira bacteriológica e contra contaminação cruzada do material. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto.<br>Pacote com 100 unidades; tamanho 270mm x 350mm. | PCT | 50 | | 198,82 | 9.941,00 |
| 234. | **Papel Grau Cirúrgico (envelope autosselante) 270mm x 400mm:** Para ser utilizado em autoclaves a vapor, possuindo papel grau cirúrgico, filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno. Com indicador químico visual (que atestem a passagem pelo processo de esterilização). Garantia de barreira bacteriológica e contra contaminação cruzada do material. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto.<br>Pacote com 100 unidades; tamanho 270mm x 400mm. | PCT | 30 | | 245,18 | 7.355,40 |
| 235. | **Papel Grau Cirúrgico (envelope autosselante) 90mm x 260mm:** Para ser utilizado em autoclaves a vapor, possuindo papel grau cirúrgico, filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno. Com indicador químico visual (que atestem a passagem pelo processo de esterilização). Garantia de barreira bacteriológica e contra contaminação cruzada do material Registro no MS/ ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto.<br>Pacote com 100 unidades; tamanho 90mm x 260mm. | UND | 200 | | 80,01 | 16.002,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236. | **Papel Toalha em Rolo Hospitalar**: Rolos de 200m e 20cm largura. Fibra vegetal **virgem** (não reciclada) branca. Adequar suporte **(item 103)** ao tipo de papel que será pedido. **Atender critérios estabelecidos na NBR 15464/2010 da ANVISA.** | ROLO | 1500 | | 36,39 | 54.585,00 |
| 237. | **Papel Toalha Interfolhas Hospitalar**: 100% **celulose virgem**, cor branca, embalagem plástica, contendo o total de 1000 folhas, tendo internamente 05 maços de 200 folhas. Tamanho da folha de 22 x 21cm e tipo de intercalação 02 dobras, sistema folha-por-folha. Apresentar laudo microbiológico e teste de irritabilidade dérmica. **Atender critérios estabelecidos na NBR 15464/2010 da ANVISA.** | PCT | 4.000 | | 29,17 | 116.680,00 |
| 238. | **Pijama Cirúrgico Feminino P** Tecido: Sarja Composição: 97% algodão + 3% elastano Cor: Azul marinho Blusa Blusa modelo raglan. Gola padre com detalhe em elástico (conforme figura em anexo). Possui dois bolsos inferiores com detalhe em viés de acordo com o tom da logo na frente. Calça: 2 bolsos frontais e 2 traseiros, cós com ajuste elástico e cordão na cintura para ajuste com ponteiras de metal. Tamanho: Tabela de medidas em anexo. Bordado blusa: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Bordado BLUSA: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Aplicação de brasão do município de Luisburgo. Medidas do logotipo: 8cm de altura e 7cm de largura. Cor do aviamento: Azul marinho. Composição da linha: 100% poliéster.<br>Apresentar amostra do tecido para aprovação.<br>Apresentar uma peça para aprovação da confecção.<br>Apresentar amostra do bordado para aprovação. | UND | 60 | | 97,36 | 5.841,60 |
| 239. | **Pijama Cirúrgico Feminino M** Tecido: Sarja Composição: 97% algodão + 3% elastano Cor: Azul marinho Blusa Blusa modelo raglan. Gola padre com detalhe em elástico (conforme figura em anexo). Possui dois bolsos inferiores com detalhe em viés de acordo com o | UND | 60 | | 88,28 | 5.296,80 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | tom da logo na frente. Calça: 2 bolsos frontais e 2 traseiros, cós com ajuste elástico e cordão na cintura para ajuste com ponteiras de metal. Tamanho: Tabela de medidas em anexo. Bordado blusa: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Bordado BLUSA: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Aplicação de brasão do município de Luisburgo. Medidas do logotipo: 8cm de altura e 7cm de largura. Cor do aviamento: Azul marinho. Composição da linha: 100% poliéster.<br>Apresentar amostra do tecido para aprovação.<br>Apresentar uma peça para aprovação da confecção.<br>Apresentar amostra do bordado para aprovação. | | | | | |
| 240. | **Pijama Cirúrgico Feminino G** Tecido: Sarja Composição: 97% algodão + 3% elastano Cor: Azul marinho Blusa modelo raglan. Gola padre com detalhe em elástico (conforme figura em anexo). Possui dois bolsos inferiores com detalhe em viés de acordo com o tom da logo na frente. Calça: 2 bolsos frontais e 2 traseiros, cós com ajuste elástico e cordão na cintura para ajuste com ponteiras de metal. Tamanho: Tabela de medidas em anexo. Bordado blusa: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Bordado BLUSA: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Aplicação de brasão do município de Luisburgo. Medidas do logotipo: 8cm de altura e 7cm de largura. Cor do aviamento: Azul marinho. Composição da linha: 100% poliéster. Apresentar amostra do tecido para aprovação.<br>Apresentar uma peça para aprovação da confecção.<br>Apresentar amostra do bordado para aprovação. | UND | 40 | | 99,26 | 3.970,40 |
| 241. | **Pijama Cirúrgico Feminino GG** Tecido: Sarja Composição: 97% algodão + 3% elastano Cor: Azul marinho Blusa modelo raglan. Gola padre com detalhe em elástico (conforme figura em anexo). Possui dois bolsos inferiores com detalhe em viés de acordo com o tom da | UND | 20 | | 113,22 | 2.264,40 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | logo na frente. Calça: 2 bolsos frontais e 2 traseiros, cós com ajuste elástico e cordão na cintura para ajuste com ponteiras de metal. Tamanho: Tabela de medidas em anexo. Bordado blusa: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Bordado BLUSA: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Aplicação de brasão do município de Luisburgo. Medidas do logotipo: 8cm de altura e 7cm de largura. Cor do aviamento: Azul marinho. Composição da linha: 100% poliéster. Apresentar amostra do tecido para aprovação.<br>Apresentar uma peça para aprovação da confecção.<br>Apresentar amostra do bordado para aprovação. | | | | | |
| 242. | **Pijama Cirúrgico Feminino EGG** Tecido: Sarja Composição: 97% algodão + 3% elastano Cor: Azul marinho Blusa modelo raglan. Gola padre com detalhe em elástico (conforme figura em anexo). Possui dois bolsos inferiores com detalhe em viés de acordo com o tom da logo na frente. Calça: 2 bolsos frontais e 2 traseiros, cós com ajuste elástico e cordão na cintura para ajuste com ponteiras de metal. Tamanho: Tabela de medidas em anexo. Bordado blusa: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Bordado BLUSA: Parte frontal superior do peito no lado esquerdo. Aplicação de brasão do município de Luisburgo. Medidas do logotipo: 8cm de altura e 7cm de largura. Cor do aviamento: Azul marinho. Composição da linha: 100% poliéster. Apresentar amostra do tecido para aprovação.<br>Apresentar uma peça para aprovação da confecção.<br>Apresentar amostra do bordado para aprovação. | UND | 20 | | 115,69 | 2.313,80 |
| 243. | **PinçaDente-de-Rato** Pinça cirúrgica, tipo Dente-de-Rato, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, ponta reta, comprimento de 16cm. | UND | 70 | | 97,28 | 6.809,60 |
| 244. | **Pinça Halstead Mosquito** Pinça cirúrgica, tipo Halstead Mosquito, fabricada em aço inoxidável, | UND | 70 | | 83,50 | 5.845,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | autoclavável, ponta reta, comprimento de 16cm. | | | | | |
| 245. | **Pinça Kelly Curva** Pinça cirúrgica, tipo Kelly, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, ponta curva, comprimento de 16cm. | UND | 70 | | 85,32 | 5.972,40 |
| 246. | **Porta-Agulha Mayo Hegar:** Porta-agulha com Videa, 12cm, confeccionado em aço inoxidável. | UND | 70 | | 142,35 | 9.964,50 |
| 247. | **Prendedor/Clamp Umbilical** Estéril - para uso em cordão umbilical de recém-nascidos, confeccionado em poliacetal virgem especial, atóxico, anti-alergênico, apirogênico, sistema tipo pinça em V dentada, duplamente serrilhada e com bordas arredondadas, com vedação definitiva não deixando nenhum resquício de vazamento quando em uso, embalado em envelope misto de papel grau-cirúrgico e filme de poliéster com abertura asséptica em pétala, com todos os dados e informações necessárias. Esterilizado a gás Óxido de Etileno. Tamanho Único. | UND | 20 | | 5,28 | 105,60 |
| 248. | **Protetor Facial "Face Shield"** EPI de dupla proteção; fácil limpeza e higienização; transparente e moderna; permite voz e comunicação clara; reutilizável; ajuste por elástico; protetor de testa em espuma macia. Material: espuma e pet cristal. Tamanho da viseira: 32,0cm x 22,0cm. Certificação: de acordo com a RDC nº 356, de 23 de março de 2020, publicada pelo Ministério da Saúde na data de 31/03/2020 (nº 62, seção 1, pág. 81). | UND | 70 | | 18,67 | 1.306,90 |
| 249. | **Protetor Solar FPS 60** Embalagem com 120 ml; Resistente a água e ao suor; Deve oferecer proteção contra queimaduras solares provenientes dos raios U.V.A e U.V.B (fator 60); Hiporalérgico, dermatologicamente testado; Isento de fragrância e corantes; Não oleoso (para ser rapidamente absorvido pela pele sem deixar resíduos); Não deve ser em gel, pois sai com maior facilidade em contato com a água /suor, precisando desse modo ser aplicado mais vezes, o que levaria a um maior gasto); Não deve | UND | 700 | | 74,33 | 52.031,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | manchar a roupa; Prazo de validade de no mínimo 1 ano após a data de entrega; Produto registrado no Ministério da Saúde ou ANVISA. | | | | | |
| 250. | **PVPI Degermante:** Antisséptico Degermante PVPI Dermo Suave, 10% de Iodo polividona que equivale a 1% de iodo ativo solução com tensoativos, embalagem com 1000ml. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 150 | | 77,92 | 11.688,00 |
| 251. | **PVPI Tópico:** Antisséptico Tópico PVPI Tintura, 10% de Iodo polividona que equivale a 1% de iodo ativo sol. aquosa, com 1000ml. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 150 | | 89,63 | 13.444,50 |
| 252. | **Reanimador manual Adulto FDD (com reservatório)** Ressuscitador manual com reservatório de oxigênio (adulto) – reanimador manual adulto, autoclavável e resistente a desinfecção química de alto nível, confeccionado em puro silicone, com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone, de capacidade de 2000ml, mascara facial pediátrica, transparente com bojo em policarbonato e coxim de silicone autoclavável; válvula de segurança unidirecional em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas; com válvula e membrana autoclavável do reservatório O2, válvula de admissão ar/ O2 autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável, para conexão do reservatório à rede de O2, e com acessórios inclusos: 3 máscaras faciais n.º 05. | UND | 30 | | 221,63 | 6.648,90 |
| 253. | **Reanimador manual neonatal (com reservatório)** Reanimador manual neo - para uso em ventilação artificial durante manobras de ressuscitação de pacientes em parada cárdio respiratória, apnéia ou com ventilação espontânea insuficiente que atenda aos padrões estabelecidos pela ISO e ASTM. O reanimador deverá ser constituído de cinco componentes: máscara facial em material de silicone; | UND | 30 | | 318,49 | 9.554,70 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Válvula unidirecional em polissulfona com mecanismo interno tipo "bico de pato" em silicone que não permita a reinalação de gases, com conexão para o paciente 22 mm externo/ 15 mm interno, desmontável e com mecanismo de alívio de pressão que se ativa quando as pressões nas vias aéreas atinge 40cm de H2O; balão de ventilação em silicone com volume interno de 250 ml e com válvula de entrada de gás em polissulfona com conexões 30X25 mm; válvula do balão reservatório de oxigênio removível em polissulfona com conexão de 25 mm; balão reservatório de oxigênio removível em material de vinil com volume de 600ml, com conexão de 6 mm para fonte de oxigênio suplementar. Todos os componentes do Ressuscitador deverão ser desmontáveis e permitirem a limpeza e reprocessamento por esterilização em autoclave (até 137º C, com exceção da bolsa reservatória de O2), óxido de etileno e esterilização a frio. Embalagem contendo dados de identificação e procedência , número do lote e registro no Ministério da Saúde. | | | | | |
| 254. | **Reanimador manual Pediátrico (com reservatório)**<br>Ressuscitador manual com reservatório de oxigênio (pediátrico) – reanimador manual pediátrico, autoclavável e resistente a desinfecção química de alto nível, confeccionado em puro silicone, com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone, de capacidade de 2000ml, máscara facial pediátrica, transparente com bojo em policarbonato e coxim de silicone autoclavável; válvula de segurança unidirecional em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas; com válvula e membrana autoclavável do reservatório O2, válvula de admissão ar/ O2autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável, para conexão do reservatório à rede de O2, e com acessórios inclusos: 3 máscaras faciais n.os 01, 02 e 03. | UND | 30 | | 257,00 | 7.710,00 |
| 255. | **Respirador Descartável N95**<br>Sistema Antiembaçante. Tiras flexíveis | UND | 2000 | | 7,10 | 14.200,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | para ajuste à anatomia e contornos do nariz, com acolchoamento interno, minimizando lesões por uso prolongado e evitando o embaçamento dos óculos de segurança. Filtro com tratamento eletrostático – fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas. Embalado Individualmente. SELO IMMETRO. | | | | | |
| 256. | **Saco de Lixo Biológico 20L:** Pacotes com 100 unidades de 20L resistente a ruptura e vazamento, impermeável, conforme Padrão RDC 306/04 ANVISA e NBR 9191/2000 da ABNT e substitutivas, respeitados os limites de peso de cada saco. Símbolo que representa o grupo a, é o símbolo de substância infectante constante na NBR-75 | PCT | 1.500 | | 55,97 | 83.955,00 |
| 257. | **Scalp nº19:** Mandril siliconizado, com biseltrifacetado, Asas flexíveis, tubo transparente, conexão Luer Slip, Produto estéril de uso único, embalado individualmente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto no Município. | UND | 400 | | 1,37 | 548,00 |
| 258. | **Scalp nº21:** Mandril siliconizado, com biseltrifacetado, Asas flexíveis, tubo transparente, conexão Luer Slip, Produto estéril de uso único, embalado individualmente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto no Município. | UND | 7000 | | 1,28 | 8.960,00 |
| 259. | **Scalp nº23:** Mandril siliconizado, com biseltrifacetado, Asas flexíveis, tubo transparente, conexão Luer Slip, Produto estéril de uso único, embalado individualmente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto no Município. | UND | 30.000 | | 1,37 | 41.100,00 |
| 260. | **Scalp nº25:** Mandril siliconizado, com biseltrifacetado, Asas flexíveis, tubo transparente, conexão Luer Slip, Produto estéril de uso único, embalado individualmente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a | UND | 4.000 | | 1,38 | 5.520,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | contar da entrega do produto no Município. | | | | | |
| 261. | **Sensor reagente para monitoramento de glicemia (Tipo Freestyle Libre):** sensor intersticial, por método eletroquímico amperométrica contínua; aplicada na parte posterior do braço. Tamanho: 5mm de altura e 35mm de diâmetro. Peso: 5g. Fonte de Alimentação do sensor: 1 bateria de óxido de prata. Vida útil por até 14 dias; Memória do sensor: 8 horas (as leituras da glicose são armazenadas a cada 15 minutos). Resistência do sensor à água: IP27: pode resistir a uma imersão em um metro de água por até 30 minutos. Temperatura operacional: 10°C a 45ºC. Temperatura de armazenamento da embalagem e aplicador: 4ºC a 30ºC. Umidade relativa de operação e armazenamento: 10% - 90%, sem condensação. Altitude de armazenamento e operação: -381m a 3048m. Acompanha 1 sensor, aplicador de sensor, lenço umedecido com álcool; instruções de uso. Devidamente regulamentado conforme normas da ANVISA. | UND | 120 | | 461,44 | 55.372,80 |
| 262. | **Seringa descartável 01ml c/agulha 13x0,45:** (graduada em UI – Unidades Internacionais). Seringas Descartáveis, estéreis, atóxicas, apirogênicas. Cilindro: altamente transpa-rente permite a visualização nítida do fluído aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. Pistão: confeccionado em TPE, atóxico, "látex-free", em atenção às normas FDA. Escala de graduação: apresenta alto grau deprecisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. Embalagem: as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso. Esterilizadas a óxido de etileno. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. Validade mínima de 4 anos a contar da data de entrega no município. | UND | 100.000 | | 0,47 | 47.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 263. | **Seringa descartável 03ml c/agulha 25x0,7:** Seringas Descartáveis, estéreis, atóxicas, apirogênicas. Cilindro: altamente transpa-rente permite a visualização nítida do fluído aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. Pistão:confeccionado em TPE, atóxico, "látex-free", em atenção às normas FDA. Escala de graduação: apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. Embalagem: as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso. Esterilizadas a óxido de etileno. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. Validade mínima de 4 anos a contar da data de entrega no município. | UND | 60.000 | | 0,59 | 35.400,00 |
| 264. | **Seringa descartável 05ml c/agulha 25x0,7:** Seringas Descartáveis, estéreis, atóxicas, apirogênicas. Cilindro: altamente transpa-rente permite a visualização nítida do fluído aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. Pistão: confeccionado em TPE, atóxico, "látex-free", em atenção às normas FDA. Escala de graduação: apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. Embalagem: as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso. Esterilizadas a óxido de etileno. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. Validade mínima de 4 anos a contar da data de entrega no município. | UND | 40.000 | | 0,30 | 12.000,00 |
| 265. | **Seringa descartável 100UI c/agulha 8,0x0,3** – insulina (graduada em UI – Unidades Internacionais). Seringas Descartáveis, estéreis, atóxicas, apirogênicas. Cilindro: altamente transpa-rente permite a visualização nítida do fluído aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. | UND | 100.000 | | 1,77 | 177.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pistão:confeccionado em TPE, atóxico, "látex-free", em atenção às normas FDA. Escala de graduação: apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. Embalagem: as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso. Esterilizadas a óxido de etileno. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. Validade mínima de 4 anos a contar da data de entrega no município. | | | | | |
| 266. | **Seringa descartável 10ml:** Seringas Descartáveis, estéreis, atóxicas, apirogênicas. Cilindro: altamente transpa-rente permite a visualização nítida do fluído aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. Pistão:confeccionado em TPE, atóxico, "látex-free", em atenção às normas FDA. Escala de graduação: apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. Embalagem: as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso. Esterilizadas a óxido de etileno. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. Validade mínima de 4 anos a contar da data de entrega no município. | UND | 40.000 | | 0,92 | 36.800,00 |
| 267. | **Seringa descartável 20ml:** Seringas Descartáveis, estéreis, atóxicas, apirogênicas. Cilindro: altamente transpa-rente permite a visualização nítida do fluído aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. Pistão:confeccionado em TPE, atóxico, "látex-free", em atenção às normas FDA. Escala de graduação: apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. Embalagem: as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do | UND | 40.000 | | 1,07 | 42.800,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | uso. Esterilizadas a óxido de etileno. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta. Validade mínima de 4 anos a contar da data de entrega no município. | | | | | |
| 268. | **Solução de Schiller 2% 1000ml:** registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | Frasco | 5 | | 167,67 | 838,35 |
| 269. | **Sonda de Aspiração Traqueal COM VALVULA n.º 04** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada com válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre 04 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 2,02 | 404,00 |
| 270. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 06** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o | UND | 200 | | 1,94 | 388,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre 06 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 271. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 08:** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre 08 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 2,24 | 448,00 |
| 272. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 10** Confeccionado em PVC (cloreto de | UND | 200 | | 2,23 | 446,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, usuais de 04 a 24 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 273. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 12** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda | UND | 200 | | 4,39 | 878,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre 10 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 274. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 14:** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre 14 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 2,10 | 420,00 |
| 275. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 16** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em | UND | 200 | | 2,64 | 528,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre 16 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 276. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 18** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, usuais de 04 a 24 Fr. com conector e tampa ou somente válvula Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 2,77 | 554,00 |
| 277. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 20** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em | UND | 200 | | 2,19 | 438,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre 20 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 278. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 22** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre 22 Fr. com conector e | UND | 200 | | 2,78 | 556,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 279. | **Sonda de Aspiração Traqueal n.º 24** Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Descrição: Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, usuais de 04 a 24 Fr. com conector e tampa ou somente válvula. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 4,56 | 912,00 |
| 280. | **Sonda de Nutrição Enteral com Guia - n.º 10:** Sonda de alimentação enteral siliconada para gastrostomia com balão ao nível da pele, tamanho 10FR X 1,2CM; esterilizado por irradiação gama, uso único. | UND | 50 | | 55,08 | 2.754,00 |
| 281. | **Sonda de Nutrição Enteral com Guia - n.º 12:** Sonda de alimentação enteral siliconada para gastrostomia com balão ao nível da pele, tamanho 10FR X 1,2CM; esterilizado por irradiação gama, uso único. | UND | 50 | | 57,87 | 2.893,50 |
| 282. | **Sonda Foley nº10:** Sonda Vesical de Demora nº 10 - sonda de foley/ 2vias- | UND | 200 | | 5,05 | 1.010,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Látex de borracha 100% natural, siliconada e esterilizada, com ponta distal atraumática; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 283. | **Sonda Foley nº12:** Sonda Vesical de Demora nº 12 - sonda de foley/ 2vias- Látex de borracha 100% natural, siliconada e esterilizada, com ponta distal atraumática; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 800 | | 5,79 | 4.632,00 |
| 284. | **Sonda Foley nº14:** Sonda Vesical de Demora nº 14 - sonda de foley/ 2vias- Látex de borracha 100% natural, siliconada e esterilizada, com ponta distal atraumática; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 600 | | 4,69 | 2.814,00 |
| 285. | **Sonda Foley nº16:** Sonda Vesical de Demora nº 16 - sonda de foley/ 2vias- Látex de borracha 100% natural, siliconada e esterilizada, com ponta distal atraumática; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 600 | | 6,35 | 3.810,00 |
| 286. | **Sonda Foley nº18:** Sonda Vesical de Demora nº 18 - sonda de foley/ 2vias- Látex de borracha 100% natural, siliconada e esterilizada, com ponta distal atraumática; Atóxico e | UND | 200 | | 5,68 | 1.136,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | esterilizado em Óxido de Etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 287. | **Sonda Foley nº20:** Sonda Vesical de Demora nº 20 - sonda de foley/ 2vias-Látex de borracha 100% natural, siliconada e esterilizada, com ponta distal atraumática; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 5,04 | 504,00 |
| 288. | **Sonda nasogástrica longa Nº04:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 30 | | 3,08 | 92,40 |
| 289. | **Sonda nasogástrica longa Nº06:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. | UND | 30 | | 3,02 | 90,60 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 290. | **Sonda nasogástrica longa Nº08:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 30 | | 3,02 | 90,60 |
| 291. | **Sonda nasogástrica longa Nº10:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 50 | | 2,03 | 101,50 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 292. | **Sonda nasogástrica longa Nº12:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 2,05 | 205,00 |
| 293. | **Sonda nasogástrica longa Nº14:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 2,57 | 257,00 |
| 294. | **Sonda nasogástrica longa Nº16:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de | UND | 100 | | 2,87 | 287,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 295. | **Sonda nasogástrica longa Nº18:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 2,44 | 244,00 |
| 296. | **Sonda nasogástrica longa Nº20:** Descartável e estéril. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça, sem emenda, flexível, com parede lisa, leve camada siliconizada, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110cm. Dotada de quatro orifícios, distribuídos alternadamente e equidistantes, de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Registro no MS. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 20 | | 5,20 | 104,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297. | **Sonda Uretral Nelaton n.º 08:** Conector em PVC (Poli cloreto de Vinila) vedação da sonda uretral, 2. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. Sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 400 | | 2,57 | 1.028,00 |
| 298. | **Sonda Uretral Nelaton n.º 10:** Conector em PVC (Poli cloreto de Vinila) vedação da sonda uretral, 2. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. Sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 10.000 | | 2,51 | 25.100,00 |
| 299. | **Sonda Uretral Nelaton n.º 12:** Conector em PVC (Poli cloreto de Vinila) vedação da sonda uretral, 2. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. Sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 30.000 | | 2,04 | 61.200,00 |
| 300. | **Sonda Uretral Nelaton n.º 14:** Conector em PVC (Poli cloreto de Vinila) vedação da sonda uretral, 2. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. Sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 400 | | 2,53 | 1.012,00 |
| 301. | **Sonda Uretral Nelaton n.º 16:** Conector em PVC (Poli cloreto de Vinila) vedação da sonda uretral, 2. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. Sua | UND | 400 | | 3,46 | 1.384,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 302. | **Sonda Uretral Nelaton n.º 20:** Conector em PVC (Poli cloreto de Vinila) vedação da sonda uretral, 2. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação comprimento de 40 cm. Sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 2,00 | 400,00 |
| 303. | **Soro fisiológico 0,9% 100ml:** sistema fechado, estéril Embalagem em plástico atóxico, semirrígido, transparente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 18.000 | | 6,91 | 124.380,00 |
| 304. | **Soro fisiológico 0,9% 250ml:** sistema fechado, estéril Embalagem em plástico atóxico, semirrígido, transparente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 15.000 | | 12,91 | 193.650,00 |
| 305. | **Soro fisiológico 0,9% 500ml:** sistema fechado, estéril Embalagem em plástico atóxico, semirrígido, transparente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 15.000 | | 15,65 | 234.750,00 |
| 306. | **Soro fisiológico 0,9% 1000ml:** sistema fechado, estéril. Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. Apresentações: Frascos de plástico transparente com 1000 ml. Registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto. | UND | 3.000 | | 22,37 | 67.110,00 |
| 307. | **Soro glicosado 5% 250ml:** sistema fechado. Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. Glicose 5%, 250 mL. Embalagem em plástico atóxico, semi-rígido, transparente. Registro no MS. Validade de no mínimo | FR | 400 | | 10,03 | 4.012,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 308. | **Soro glicosado 5% 500ml:** sistema fechado. Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. Glicose 5%, 500 mL. Embalagem em plástico atóxico, semirrígido, transparente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | FR | 400 | | 12,40 | 4.960,00 |
| 309. | **Soro Ringer Lactato 500ml:** Solução de Ringer com Lactato: cloreto de sódio (6mg/mL) + cloreto de potássio (0,3 mg/mL) + cloreto de cálcio (0,2mg/mL) + lactato de sódio (3mg/mL). Embalagem em plástico atóxico, semi-rígido, transparente. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | FR | 200 | | 17,04 | 3.408,00 |
| 310. | **Sulfadiazina de Prata:** Creme dermatológico 10mg/g, caixa com 24 potes com 400g. | Caixa | 20 | | 63,43 | 1.268,60 |
| 311. | **Suporte de parede para coletor de perfurocortante** Fabricado em metal, Para coletores de 13 LITROS. Acompanha: 2 buchas e 2 parafusos para fixação. *Não acompanha coletor. | UND | 50 | | 47,61 | 2.380,50 |
| 312. | **Tala para Imobilização - Tamanho G:** Tala Moldável para imobilização de membros superiores e inferiores confeccionadas em EVA. Formato retangular, com estrutura interna em grade metálica (arame galvanizado) e barras transversais, protegida de oxidação, cobertura externa em EVA sendo que um lado possui espessura de 4 mm e o outro com espessura de 2,5 mm. Tamanho 86x10cm. | UND | 20 | | 63,75 | 1.275,00 |
| 313. | **Tala para Imobilização - Tamanho M:** Tala Moldável para imobilização de membros superiores e inferiores confeccionadas em EVA. Formato retangular, com estrutura interna em grade metálica (arame galvanizado) e barras transversais, protegida de oxidação, cobertura externa em EVA sendo que um lado possui espessura de | UND | 20 | | 49,99 | 999,80 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 mm e o outro com espessura de 2,5 mm. Tamanho 63x9cm. | | | | | |
| 314. | **Tala para Imobilização - Tamanho P:** Tala Moldável para imobilização de membros superiores e inferiores confeccionadas em EVA. Formato retangular, com estrutura interna em grade metálica (arame galvanizado) e barras transversais, protegida de oxidação, cobertura externa em EVA sendo que um lado possui espessura de 4 mm e o outro com espessura de 2,5 mm. Tamanho 53x8cm. | UND | 50 | | 49,99 | 2.499,50 |
| 315. | **Termômetro Axilar Galinstan:** Termômetro clinico para determinação da temperatura corporal, sem mercúrio, contém um líquido metálico, composto de gálio, índio e estanho (galinstan). Medição oral ou axilar. | UND | 100 | | 22,58 | 2.258,00 |
| 316. | **Termômetro Clínico Analógico sem Mercúrio** Alta precisão, fluido interno composto de gálio, índio e estanho (galistan). | UND | 250 | | 31,83 | 7.957,50 |
| 317. | **Termômetro clínico de testa digital:** Termômetro infravermelho de testa e superfícies (aferição de temperaturas negativas e positivas), sem contato, display convexo ampliado, aferição em até 3 segundos, memorização interna, alarme de febre com cor destacada no display. Alimentação 2 pilhas AAA. Com estojo de proteção e sacola de transporte. Deve trazer pilhas incluídas. Apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO. | UND | 50 | | 142,32 | 7.116,00 |
| 318. | **Termômetro digital com cabo extensor:** Termômetro digital, dorso imantado, controle interno, geladeiras, freezer, estufas, temperatura ambiente, função cal-check, display de cristal liquido, indicador nível bateria, intervalo leitura -50 a +150ºC, 0,1ºC de precisão. Dimensões aproximadas: 92 x 36 x 28mm, peso aproximado: 60g, máxima, mínima e momento. Aferição e memorização de temperaturas Internas e externas. Apresentar amostra para aprovação antes da aquisição. Equipamente necessita dispor de botão | UND | 20 | | 169,29 | 3.385,80 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | "reset" com facilidade para reiniciar a aferição, não sendo necessário remover as pilhas a cada ciclo para reiniciar. Apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO. | | | | | |
| 319. | **Tesoura Iris Reta**: Tesoura cirúrgica, tipo Iris, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, ponta reta, comprimento de 16cm. | UND | 20 | | 66,00 | 1.320,00 |
| 320. | **Tesoura Lister** (Corta Vestes/Resgate) 20cm: com ponta angulada para melhorar acesso e desempenho. Produzido em liga de Aço Inoxidável, Autoclavável. | UND | 20 | | 74,03 | 1.480,60 |
| 321. | **Tesoura Metzerbaum**: fabricada em aço inoxidável, autoclavável, ponta reta, comprimento de 16cm. | UND | 50 | | 62,75 | 3.137,50 |
| 322. | **Tesoura Spencer** (Retirada de Pontos) fabricada em aço inoxidável, autoclavável, ponta curva, comprimento de 16cm. | UND | 50 | | 68,08 | 3.404,00 |
| 323. | **Tiras-teste de glicemia:** frasco com 50 unidades c/1chip de código (dependendo do fabricante) para medição de glicemia, ser compatível com o aparelho de glicemia a ser fornecido em comodato **(Item156)** Obs.: A licitante vencedora deverá: fornecer, 100 aparelhos em comodato, compatível com a marca e modelo da tira vencedora no certame. Assumir o compromisso de repor os aparelhos com defeito, no prazo de até 72 horas, as quais começarão a ser contadas a partir do momento da solicitação pelo gestor do contrato. Oferecer treinamento de utilização do item para os enfermeiros das ESF conforme dia e horário agendado pela Secretaria Municipal de Saúde.<br>Os materiais solicitados deverão ter registro na ANVISA/ ANVISA e os aparelhos deverão ser novos (primeiro uso) e com selo de aferição do Inmetro. | UND | 17.000,00 | | 2,07 | 35.190,00 |
| 324. | **Torneira Três Vias - Tree Way** | UND | 400 | | 6,07 | 2.428,00 |
| 325. | **Torniquete Hemostático:** Sistema para compressão, tipo torniquete não pneumático, aplicação tático, para atendimento pré-hospitalar, modelo | UND | 10 | | 59,30 | 593,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | cinta em nylon, fecho auto ajustável com velcro, fivela e barra pressão. | | | | | |
| 326. | **Travesseiro Hospitalar** Travesseiro com preenchimento de espuma, preferencialmente de viscoelástico, revestido em material sintético impermeável e macio (ex. napa, courvin) na cor branca. Dimensões aproximadas: 35x55cm. | UND | 35 | | 93,91 | 3.286,85 |
| 327. | **Tubo de látex (garrote) nº 200:** Mangueira/Tubo de látex n.º 200, para garroteamento, usada em procedimentos de flebotomia. Rolo com 15 metros. | PCT | 10 | | 72,58 | 725,80 |
| 328. | **Tubo de Silicone para Inaloterapia:** Mangueira tubo de silicone hospitalar 203 para oxigênio 6x10mm ,superfície lisa e antiaderente, livres de odor, resistência a esterilização em autoclave a temperatura de até 130˚C. Rolo com 15 metros. Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 30 | | 155,47 | 4.664,10 |
| 329. | **Tubo endotraqueal Nº 2,5:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 6,46 | 646,00 |
| 330. | **Tubo endotraqueal Nº 3,0:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 5,61 | 561,00 |
| 331. | **Tubo endotraqueal Nº 3,5:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 7,70 | 770,00 |
| 332. | **Tubo endotraqueal Nº 4,0:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no | UND | 150 | | 5,38 | 807,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 333. | **Tubo endotraqueal Nº 4,5:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 5,52 | 552,00 |
| 334. | **Tubo endotraqueal Nº 5,0:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 6,37 | 637,00 |
| 335. | **Tubo endotraqueal Nº 6,0:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 100 | | 7,33 | 733,00 |
| 336. | **Tubo endotraqueal Nº 7,0:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 180 | | 6,19 | 1.114,20 |
| 337. | **Tubo endotraqueal Nº 7,5:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 5,80 | 1.160,00 |
| 338. | **Tubo endotraqueal Nº 8,0:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | UND | 200 | | 6,35 | 1.270,00 |
| 339. | **Tubo endotraqueal Nº 8,5:** Material PVC siliconizado, aramado, fio guia inserido, protetor mordedura, conector 15mm, balão de alto volume e baixa pressão, descartável, estéril. Registro no | UND | 200 | | 5,85 | 1.170,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | | | | | |
| 340. | **Umidificador de oxigênio 250ml:** Umidificador, material polipropileno, capacidade 250ml, características adicionais c/bico latão, copo padrão ABNT, tampa acopladora, aplicação oxigênio. Registro na Anvisa. Validade indeterminada. | UND | 120 | | 52,77 | 6.332,40 |
| 341. | **Vaselina Líquida 1000ml:** Vaselina líquida 1 litro, Registro na Anvisa. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto. | FR | 20 | | 42,27 | 845,40 |
| 342. | **Antropômetro Pediátrico:** Destinado a medir crianças deitadas. Construída em liga de alumínio rígido, resistente à umidade e mudanças de temperatura e de fácil limpeza. Escala numérica graduada em centímetros e com precisão em milímetros, com, no mínimo, 100cm úteis (deve permitir a medição de indivíduos com 100cm de comprimento). Escala numérica com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10cm. Base (haste fixa) com, no mínimo, 4 cm de largura e 25 cm de comprimento. Cursor (haste móvel) com, no mínimo, 4 cm de largura e 25 cm de comprimento; com deslizamento suave e estável. Deve-se manter um ângulo de 90 graus com a escala numérica durante toda a medição, com reforço na parte da haste móvel que desliza pela escala numérica, a fim de garantir a manutenção da correta angulação durante seu deslocamento para cima ou para baixo. Deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização. Apresentar manual de instruções de fácil leitura e compreensão para o uso do aparelho. Aferido e certificado pelo INMETRO. | UND | 10 | | 272,33 | 2.723,30 |
| 343. | **Autoclave (21l):** Autoclave 21 litros, horizontal 127/220v. Equipamento com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Digital, fácil manuseio. Bivolt automático - 127/220v que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254v. Sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta, sistema | UND | 10 | | 3.523,00 | 35.230,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Câmara aço inox. Programa único de esterilização. Desaeração e despressurização automática. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta entreaberta. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. Potência 1.600 watts. Frequência: 50/60hz. Dimensão externa: 38 x 38 x 55 cm (largura x altura x profundidade). Dimensão câmara: 25 x 43cm (diâmetro x profundidade). Peso líquido: 23,3 kg. Peso bruto: 25,9 kg. | | | | | |
| 344. | **Autoclave (45-54l):** Fabricação em larga escala e facilidade de reposição de peças.Autoclave com capacidade interna para 45 a 54 litros. Tensão: 220V. Frequência: 50Hz/ 60Hz Potência: 2000Watts. Gabinete: Aço Carbono com Pintura Eletrostática. Resistência de aquecimento tipo coleira: acoplada externamente a câmara. Abastecimento automático. Reservatório de água destilada em aço inoxidável com capacidade de 5 litros. Porta da câmara: constituída em aço inox, vedação da porta com guarnição de silicone resistente a alta temperatura e pressão; travamento da porta através de 12 pinos e um manípulo utilizado para abrir e fechar a porta. Tecla cancela, para interrupção do ciclo no caso de uma emergência. Sensor de Temperatura. Válvula solenoide. Válvula Antivácuo. Válvula de segurança. Dispositivo de segurança da porta: para que o operador não consiga dar início ao ciclo, caso a porta não esteja totalmente fechada. Dispositivo contra abertura acidental da porta. Isolação térmica: tanque revestido com lã de vidro. Filtro da câmara, Mangueira para drenagem resistente à alta temperatura. Fusíveis elétricos de proteção contra elevação excessiva de corrente. Pés de borracha que garantam a estabilidade do conjunto. Microcontrolador eletrônico. Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização, para o caso de o ciclo de esterilização não começar em até 45 | UN | 10 | | 6.618,33 | 66.183,30 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | minutos.Mínimo de 6 ciclos pré-programados (Instrumental Embalado – 134°C com 2,2 Kgf/cm2 – 15 minutos; Instrumental Desembalado – 134°C com 2,2 Kgf/cm2 – 10 minutos; Plásticos e Algodão – 121°C com 1,2 Kgf/cm2 – 30 minutos; Kit Cirúrgico e Tecidos – 121°C com 1,2 Kgf/cm2 – 30 minutos; Líquidos – 121°C com 1,2 Kgf/cm2 – 30 minutos. Secagem extra 20 minutos com porta aberta), realizando processos de esterilização em 121°C e 134°C, com despressurização automática, secagem com porta fechada e abastecimento automático.Pressão de Esterilização: 1,2Kgf/cm$^2$ ± 0,2 Kgf/cm$^2$ a 2,2Kgf/cm$^2$ ± 0,2Kgf/cm$^2$.Temperatura de Esterilização: 121ºC ± 2ºC a 134ºC ± 2ºC. Secagem: Porta Fechada. Remoção do Ar: Gravitacional. Abastecimento: Automático - 450ml. Monitoração das Informações/Processos: Display LCD Mensagens e Alertas: Alertas sonoros (bips) emitidos quando se inicia os ciclos de esterilização, durante o processo, ao término e nas situações de alarme. Mensagens de operação e etapas do processo informadas e visualizadas no display LCD. Volume da Câmera: 45 a 54 Litros Bandejas: 3. Registro ANVISA Manual em língua portuguesa (BR) Garantia de 24 meses contra defeitos de fabricação. | | | | | |
| 345. | **Balança Antropométrica Adulto:** Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 200kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100g. Plataforma para apoio dos pés constituídos de material antiderrapante e resistente ao uso. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220V. Antropômetro acoplado com escala numérica de, no mínimo, 200cm úteis. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade | UND | 5 | | 751,33 | 3.756,65 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Industrial). Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. - Garantia, mínima, de 01 ano. | | | | | |
| 346. | **Balança digital infantil .**Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Função da tecla TARA (zero) no painel frontal. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15kg. Graduação (precisão) de, no máximo, 10g. Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e conforto à criança. Prato deve ser de material resistente, higienizável e atóxica. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220 V. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Garantia, mínima, de 01 ano. DE IDADE), DIGITAL, DE ALTA CAPACIDADE | UND | 5 | | 626,67 | 3.133,35 |
| 347. | **Balança plataforma portátil:** Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. Construída em material resistente a impacto (não pode ser de vidro) e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com, no mínimo, 5 dígitos. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 200kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100g. Desligamento automático. Alimentação por pilha(s) ou bateria(s). Deve incluir as pilha(s) ou bateria(s) necessária(s) para seu funcionamento. Indicador de pilha fraca. Pés revestidos de material antiderrapante; Deve apresentar indicador de sobrecarga, isto é, caso haja sobrecarga de peso, a balança deve indicar erro ao invés de demonstrar o peso máximo possível; Não deve incluir bioimpedanciometria, para não excluir a tomada de medidas de gestantes e portadores de marcapasso. Opcionalmente, deve apresentar função “mamãe-bebê” que possibilita determinar o peso de crianças e bebês | UND | 30 | | 1.206,67 | 36.200,10 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | no colo da mãe. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) ou órgão semelhante; Equipamento acompanhado de bolsa com alça exclusiva para proteção e transporte. Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. Garantia, mínima, de 01 ano. | | | | | |
| 348. | **Biombo Clínico Basculante:** Biombo em estrutura tubular de ferro, revestido em pintura epóxi branca, com cortinas removíveis e laváveis. Rodízio de 2 polegadas. em tubos de aço redondo, pintura eletrostática a pó com base epóxi de alta durabilidade e tecido resistente na cor bege. Conta ainda com 4 rodízio.Dimensões Aberto: 1,75m x - 1,35m (AxP), Dimensões Fechado: 1,75m x 67cm x 59m (AxPxL), Peso: 10Kg, Garantia: 12 meses. | UND | 5 | | 584,50 | 2.922,50 |
| 349. | **Braçadeira:** Utilizada para Injeção e Aferição de Pressão Arterial: Concha confeccionada em chapa de aço inox, haste em tubo de aço inox, com regulagem de altura através de manípulo, coluna e base em tubo de aço carbono, pés com ponteiras de borracha. Acabamento: em pintura Eletrostática a Pó. Dimensões: 0,80m Alt. Mín. - 1,20m Alt. Máx**.** | UND | 15 | | 194,33 | 2.914,95 |
| 350. | **Cadeira de Banho:** Capacidade máxima de peso de até 130kg, corpo confeccionado em alumínio com assento e tampa em polietileno ultra resistente. apoio para braços em plástico e apoio para pés em alumínio, 04 rodízios blindados com rodas giratórias, com dispositivo antiderrapante nas rodas, e freios traseiros para maior segurança, encosto em nylon acolchoado de alta resistência. | UND | 10 | | 317,43 | 3.174,30 |
| 351. | **Cadeira de Rodas Reforçada:** Fabricada em aço carbono com assento/encosto em nylon almofadado, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços removíveis, apoio para os pés com elevação de panturrilha e regulagem de altura, rodas | UND | 15 | | 1.481,33 | 22.219,95 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | dianteiras aro 06″ com pneus maciços e rodas traseiras aro 24″ em alumínio e com pneus infláveis. Aro impulsor bilateral. Capacidade máxima de peso: 200kg. | | | | | |
| 352. | **Caixa térmica com termômetro:** Caixa térmica 15 ou 16 litros. Confeccionada em material de alta resistência (externamente polietileno de alto impacto com injeção de poliuretano de media densidade), que resistem à temperatura de -80°C a 90°C. Paredes de espessuras mais finas, permitindo um transporte mais leve. Deve possuir termômetro digital acoplado, com registro de temperatura máxima, mínima e de momento (a prova d'agua); Termômetro resetável por botão. Tampa basculante; Cor externa solida, sem alusão temática (ex.: bebida ou time). Dimensões aproximadas (CxLxA): Externas: 34x 24x26cm; Internas: 28x20x18cm. | UND | 15 | | 279,30 | 4.189,50 |
| 353. | **Cama Hospitalar Mecânica com Colchão e Travesseiro:** Cama hospitalar tipo Fowler mecânica com Registro da Anvisa, Estrutura: tubular em aço-carbono com chapas de diferentes espessuras. Chassi: Tubos 50 x 30 x 2,0 mm e chapas de 1/4. Estrado: Tubos 50 x 30 x 2,0 mm e chapas de 3/8. Seções articuladas: Tubos 30x20x1,2mm e chapas de 3/16. Leito: Termoplástico estruturado, com contenção e limitador para colchão. Fixação independente nas seções articuladas. Movimentação: sistema mecânico em aço-carbono com quatro motores. Movimentos: Fowler, semi-Fowler, elevação do dorso, elevação da perna, Trendelenburg, proclive, poltrona, vascular, cardíaco e autocontorno. Rodízios e Sistema de Freio: Diâmetro mínimo de 4 em termoplástico. Sistema de frenagem individual com pedal. Grades Laterais e Sistema de Grade: Quatro grades laterais em polietileno injetado, modelo flexível. Sistema retrátil com trava. Cabeceira e Peseira: Plástico polietileno injetado de alto impacto, modelo flexível. Acabamento Superficial da Estrutura Metálica: Estrutura em aço- | UND | 10 | | 3.320,66 | 33.206,60 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | carbono com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática. Acabamento para Chassi: Revestimento parcial em termoplástico. Dados Técnicos: Inclinações: Dorso (75° ~ 77°), Pernas (20° ~23°), Trendelenburg (0° ~ -15°), Proclive (0° ~ 15°). Elevação Máxima: 0,68 m, Mínima: 0,33 m. Dimensões do Leito: 1950 mm x830 mm x 330~680 mm. Dimensões Totais: 2280 mm x 1090 mm x330~680 mm. Carga Máxima de Trabalho: 280 kg / Peso Máximo do Paciente: 250 kg. | | | | | |
| 354. | **Câmara de Conservação de Vacinas:** Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de VACINAS. - Capacidade para armazenamento mínimo de 340 litros úteis ou 22.000 doses de 5 ml. - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. - Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. - Equipado com blocos criogênicos para manutenção inercial da temperatura na falta de energia elétrica - Cinco gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. - Porta de vidro triplo tipo no fog por acesso vertical. - Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. - Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. - Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4ºC por solução diatérmica. - Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e vida útil com acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel. - Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima | UND | 8 | | 12.770,33 | 102.162,64 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | temperatura, falta de energia ou porta aberta dotado de bateria recarregável. - Silenciador do alarme sonoro, de apenas um toque. - Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. - Sistema de backup de alimentação por bateria recarregável para toda a rede de comando eletrônico e sistemas de alarmes, com monitoramento de 24 a 48 horas na falta de energia. - Registro na ANVISA, Certificações ISO e Manual do proprietário em Português. - Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. - Chave geral de energia – liga desliga.Medidas Externas Aproximadas:- Altura: 1850mm - Largura: 710mm - Profundidade: 740mm (Equivalente ou superior a Indrel Refrimed Vacinas Modelo RVV 440D) RECOMENDAÇÃO DA SRS | | | | | |
| 355. | **Carrinho de Curativos:** Construído em tubos inoxidável de ¾" x 1,2mm de espessura. Tampo e prateleira em chapa de 0,80mm de espessura inoxidável, com varandas ¼". Pés com rodízios de 2". Acompanha balde e bacia em aço inox. Dimensões aproximadas: 0,45m x 0,75m x 0,80m. | UND | 8 | | 755,67 | 6.045,36 |
| 356. | **Carrinho de Emergência:** Carro de emergência hospitalar, estrutura em chapas de aço inoxidável, 04 gavetas com sistema de trava com lacre, sendo a 1ª com divisão. Suporte para monitor com base giratória, suporte para soro e cilindro de O2. Rodízios 360° com sistema de trava. Extensão elétrica de, no mínimo, 5 metros e até 7 plugues. Acessórios: tábua de massagem cardíaca. | UND | 5 | | 2.323,00 | 11.615,00 |
| 357. | **Carrinho Para Cilindro de Oxigênio:** Ajustável para cilindros de 3 a 7 litros, fabricado com tubos de aço resistente, Pintura epóxi na cor branca, rodas de borracha maciça e tiras de segurança (sistema de catracas) para fixar o cilindro. Base plana com medida aproximada de 16x16cm. | UND | 10 | | 254,10 | 2.541,00 |
| 358. | **Carrinho Para Cilindro de Oxigênio:** Para cilindros de **50 litros**, fabricado | UND | 4 | | 509,33 | 2.037,32 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | com tubos de aço resistente, Pintura epóxi na cor branca, rodas de borracha maciça e tiras resistentes com sistema de catraca para fixar o cilindro. Base plana com medida aproximada de 25x25cm. | | | | | |
| 359. | **Colchão Pneumático:** para tratar e prevenir úlceras e escaras através do sistema de alívio de pressão alternada sobre as áreas do corpo. Possui um sistema de 23 tubos independentes interconectados em material ultra resistente.Características do Colchão: Revestimento em nylon ultra resistente impermeável; • Com capa de nylon impermeável;• Motor silencioso e econômico;• 23 tubos independentes, permitindo ciclos intercalados, garantindo eficiência;• Regulagem de pressão por peso do paciente;• Suporta até 150 Kg; • Previne e trata escaras de estágio I e II;• Unidade de controle com alça dupla para pendurar verticalmente na cama ou apoiar na bancada;• Composição: Capa de nylon impermeável, fácil de higienizar; Características da Unidade de Controle:• Opera com um nível de ruído extremamente baixo;• Durável e compacto;• Proteção IP21 que protege contra condensação;• Alça dupla de inox para pendurar na cama ou apoiar na bancada;• Desenvolvido para utilização 24 horas por dia; • Luz indicadora de funcionamento; Especificações Técnicas do Colchão: • Peso do produto: 4,20 Kg; • Dimensões do produto: altura 8,5cm \| largura 87cm \| comprimento 190cm; Especificações Técnicas da Unidade de Controle: • Proteção IP21 que protege contra condensação; • Alça dupla de inox para pendurar na cama ou apoiar na bancada; • Desenvolvido para utilização 24 horas por dia; • Luz indicadora de funcionamento; • Dimensões: 25x13x10cm; | UND | 10 | | 291,17 | 2.911,70 |
| 360. | **Comadre:** Comadre tipo pá, confeccionada em inox, capacidade 2,5L, Dimensões comp. 425mm x larg. 258mm x alt. 85mm. | UND | 10 | | 198,65 | 1.986,50 |
| 361. | **Concentrador de Oxigênio:** Com sistema indicador de pureza de | UND | 8 | | 262,00 | 2.096,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | oxigênio, sistema de desligamento automático para sobrecarga, alta temperatura e alta tensão, gabinete em plástico resistente a fogo e sistema de alarme para falta de eletricidade, alimentação elétrica 110 volts, consumo mínimo de energia, com cabo elétrico padrão comercial de 02 metros, concentração mínima de oxigênio: 93%. | | | | | |
| 362. | **Doppler fetal portátil:** Sonar Doppler fetal portátil, alimentação por baterias 9v, com visor e contador de BCF (batimentos cardíacos fetais) e ajuste de volume. Em material resistente e de fácil higienização. | UND | 15 | | 502,44 | 7.536,60 |
| 363. | **Escada clínica para maca 2 degraus,** em estrutura tubular de inox, com dois degraus resistentes, com piso emborrachado e pés de borracha antiderrapante. Armação em tubos redondos de 3/4", Degrau revestido com material sintético antiderrapante, Pés com ponteira de PVC, Dimensões externas aproximadas: comprimento 0,38cm x largura 0,37cm x 0,41cm de altura. | UND | 15 | | 181,33 | 2.719,95 |
| 364. | **Foco auxiliar para exames clínicos e ginecológicos:** Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150cm. Pintura em epóxi. Base do pedestal com 04 rodízios, Alimentação elétrica automática de 110 à 220v. 50/60Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Certificado Inmetro. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. | UND | 10 | | 493,33 | 4.933,30 |
| 365. | **Maca Ginecológica:** Estrutura construída em MDF 15mm de alta qualidade, revestido internamente e externamente na cor branco, com pés em tubos quadrados com reguladores de nível para perfeito alinhamento ao piso, revestidos com pintura eletrostática conferindo maior resistência química e mecânica contra impactos, corrosão e radiação, com durabilidade maior do que os processos | UND | 5 | | 1.215,83 | 6.079,15 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | normais de pintura. Especificação do gabinete Duas portas com dobradiças de abertura de 270º e quatro gavetas com corrediças metálicas. Leito da maca Dividido em 3 partes, com espuma de densidade D26 e revestido com material impermeável, de fácil antissepsia e de boa qualidade e durabilidade. Encosto com 5 níveis de regulagem, através de cremalheira cromada, sendo as seguintes inclinações: 60°, 50°, 40°, 30° e a posição reta, proporcionando maior conforto à paciente. Assento fixo. Peseira com regulagem de inclinação em 4 níveis sendo totalmente levantada, 20°, 40° e totalmente abaixada. Movimento podendo ser realizado através de manipulo lateral, facilitando o manuseio para o profissional. Itens adicionais inclusos Porta-coxas revestido removíveis e reguláveis em altura fabricado em poliuretano com alma de alumínio. Gaveta de coleta sob o assento fabricada em aço inox. | | | | | |
| 366. | **Maca Hospitalar elétrica:** Para uso específico na Sala de Emergência. Comandos elétricos para acelerar atendimentos que exijam mudança rápida de decúbito. Possuir comandos para elevação de cabeceira, pés, inclinação e altura do leito. Grades laterais para segurança. Suporte até 200kg. Superfície de fácil desinfecção. Rodízios para transporte com travas de segurança. | UND | 4 | | 2.575,33 | 10.301,32 |
| 367. | **Mesa de Mayo:** Estrutura em tubo de aço inox, montada sobre tripé com rodízios de material termoplástico – haste em tubo de aço inox, regulável através de manípulo. Dimensões: 0,40 x 0,52 x 0,87m (CxLxA). Bandeja de inox 48 x32 cm. Rodízios 2 polegadas. | UND | 10 | | 416,57 | 4.165,70 |
| 368. | **Monitor Automático de Pressão Sanguínea Digital:** Mostrador digital. Medição: Método oscilométrico. Limite de medição: Pressão 0 a 299 mmHg. Freqüência de pulso: 30 a 199 BPM. Precisão: Pressão: por volta de+ ou – 3 mmHg ou 2% Freqüência de pulso: por volta de + ou – 5% de leitura. Inflação: automática por bombeamento. Esvaziamento: Automático pela válvula | UND | 8 | | 149,06 | 1.192,48 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | de controle eletromagnética. Detecção de pressão: Sensor de pressão semicondutor de capacidade eletrostática | | | | | |
| 369. | **Monitor Multiparâmetros:** ECG-Respiração-Pulsação- Oximetria-Pressão não invasiva- Temperatura Pacientes adultos, pediátricos e recém-nascido. Portátil, preciso e tolerante a movimentos. Tela LCD colorida. Análise de segmento ST, arritmia e detecção de marca-passo. Bateria de lítio. Memória interna para armazenamento de dados. Alarmes visuais e sonoros. Alça para transporte acoplada. Registro da ANVISA | UND | 3 | | 8.378,00 | 25.134,00 |
| 370. | **Muleta Canadense:** estrutura alumínio, tratamento superficial anodizado, acabamento superficial pintado, material ponteira náilon, apoio articulado antebraço, apoio mão em náilon, resistência até 130kg. | UND | 10 | | 83,00 | 830,00 |
| 371. | **Nebulizador Hospitalar:** Compressor para utilização ambulatorial, com mecanismo totalmente isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Suporte com rodízios. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, com duas a quatro saídas para uso simultâneo. | UND | 10 | | 1.346,95 | 13.469,50 |
| 372. | **Nebulizador Ultrassônico:** 110v, registro na ANVISA. Copo lavável e reutilizável. | UND | 8 | | 151,67 | 1.213,36 |
| 373. | **Oxímetro Neonatal:** Portátil com Alarme e Curva Plestimográfica - Sensor Y Visor LCD colorido de alta resolução; Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal; Possui 5 formatos de visualização; Indicação da SpO2 , frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências; Alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis; Memória interna dos eventos e conexão USB para computador; Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional); Capa protetora com suporte | UND | 6 | | 1.558,98 | 9.353,88 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | para acomodar em superfícies planas; Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado; Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal; Sensor de SpO2 padrão Nellcor; - Sensor Neonatal. Este KIT contém: 01 Oxímetro portátil C/ curva UT-100 - Sensor de oximetria tipo"Y" EPX-150 Epex. | | | | | |
| 374. | **Poltrona Hospitalar:** Reclinável, assento, encosto, apoio de braços e pés articulados. Apoio de pés acoplado a poltrona, acabamento estofado de espuma revestido em courvin, largura 74 cm, profundidade 74, estrutura tubular, aplicação hospitalar, modelo encosto e braço regulável. | UND | 10 | | 1.179,42 | 11.794,20 |
| 375. | **Prancha para resgate completa:** Conjunto para resgate composto por: 1* Prancha longa para resgate, confeccionada em madeira naval, com dimensões de no mínimo 1.88x0.47x0,8cm (comprimento x largura x espessura), deverá suportar até 180kg. 2* Cinto tipo aranha, Modelo Adulto. Confeccionado em fitas de poliamida 100%,50mm de largura, sendo 1 tirante principal de cor preta, com sistema em V e altura regulável e 4 tirantes transversais em diversas cores, regulável em suas alturas, com fechos de regulagem em velcro. 3* Imobilizador Lateral de Cabeça, tamanho Adulto, Composto por três partes: blocos, base e imobilizadores de testa e queixo, com regulagens em velcro. | UND | 3 | | 452,66 | 1.357,98 |
| 376. | **Seladora térmica para papel grau cirúrgico 110v:** Indicada para selagem de envelopes próprios para esterilização (filme plástico/papel). Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura. Bivolt Automático (110-240V). Sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem. Sistema de avisos com led's indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana. Desligamento automático em caso de inatividade por 60 minutos. Potência: 80W. Área de | UND | 8 | | 254,80 | 2.038,40 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | selagem (comprimento): 30 cm. Espessura de selagem: 12 mm. Compacta, dimensões (L x A x P): 44,2 x 12,5 x 30,5 cm. Medidas Embalagem (L x A x P): 45,0 x 12,5 x 31,0 cm. Garantia: 2 anos. | | | | | |
| 377. | **Suporte Móvel para Soro:** Confeccionado em tubos de aço inoxidável, com quatro rodízios de 2", altura ajustável**.** | UND | 15 | | 166,68 | 2.500,20 |
| 378. | **Suporte Saco Hamper:** Estrutura Tubular em aço inoxidável: 3 a 4 Rodízios 2", saco em algodão crú com capacidade para até 100L. | UND | 7 | | 249,42 | 1.745,94 |
| 379. | **Equipamento médico-hospitalar do tipo Cardioversor/Desfibrilador** com tecnologia de onda bifásica exponencial truncada, com compensação de impedância do paciente. Portátil, com alça de transporte integrada e gabinete de alta resistência a impactos. Requisitos Mínimos: •Monitorização: Tela colorida de alta resolução (mínimo 8 polegadas), com interface touchscreen e visualização simultânea de curvas de ECG e parâmetros vitais. •Modos de Operação: Operação em modo Manual, Cardioversão Sincronizada e Modo DEA (Desfibrilador Externo Automático) com orientações por voz e texto em português. •Escala de Energia: Seleção de carga de 1 a 250 Joules, com sistema de segurança que limita a carga para uso pediátrico/neonatal (máximo 50J) através de reconhecimento automático das pás. •Parâmetros Integrados: Monitor de ECG (mínimo 7 derivações), Oximetria de Pulso (SpO2) e Pressão Não Invasiva (PNI). •Marcapasso (Opcional conforme sua necessidade): Marcapasso externo transcutâneo nos modos Fixo e Demanda. •Registro e Impressão: Impressora térmica integrada para registro automático de eventos e curvas de ECG. •Alimentação: Funcionamento em rede elétrica bivolt automática (90-240V) e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 4 horas de monitoração. •Acessórios inclusos: Jogo de pás permanentes (adulto e pediátrico integrados), cabo de paciente de 5 vias, sensores de | UND | 2 | | 24.700,00 | 49.400,00 |

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | oximetria e braçadeiras de pressão." •Registro na ANVISA, Certificado de Calibração e assistência técnica autorizada em território nacional. | | | | | |
| **TOTAL:** R$ 7.966.331,29 (Sete milhões, novecentos e sessenta e seis mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos.) | | | | | | |

1.2.1 Valor estimado da contratação: R$7.966.331,29 (Sete milhões, novecentos e sessenta e seis mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos)

1.3 O levantamento de preços foi conduzido por meio de consulta ao Banco de Preços, ferramenta que consolida dados de contratações públicas similares, permitindo a obtenção de valores de referência atualizados e compatíveis com o mercado, em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/2021.

1.4. O Julgamento das propostas deverá ocorre ser **POR ITEM**.

**2.0 - JUSTIFICATIVA:**

2.1 A presente solicitação decorre da necessidade de contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de materiais ambulatoriais, hospitalares e insumos, visando atender de forma contínua e eficiente às demandas das Unidades de Saúde e das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) do Município de Luisburgo/MG.

2.2 A iniciativa tem como objetivo garantir a adequada prestação dos serviços de saúde à população, assegurando o abastecimento regular de materiais essenciais para atendimentos médicos, procedimentos ambulatoriais e demais ações de saúde pública, com qualidade, segurança e eficiência.

2.3 A contratação se justifica pela necessidade de manutenção do funcionamento das unidades de saúde, considerando que a ausência desses materiais compromete diretamente a continuidade e a qualidade dos atendimentos. Além disso, a Administração não dispõe de meios para produção própria desses insumos, sendo imprescindível a

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

aquisição junto a fornecedores especializados, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.

2.4 Considerando a diversidade e a natureza dos itens a serem adquiridos, conforme estabelecido no Estudo Técnico Preliminar (ETP), optou-se pela realização de registro de preços com julgamento por item, permitindo maior competitividade, flexibilidade nas aquisições e melhor adequação às necessidades reais da Administração ao longo da vigência da ata.

2.5 A contratação por meio de registro de preços e julgamento por item facilita a gestão contratual, amplia a participação de fornecedores, possibilita aquisições parceladas conforme a demanda e contribui para o controle de estoque, evitando desperdícios e desabastecimento, aspectos fundamentais para a eficiência da gestão pública na área da saúde.

**3.0 – DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO:**

3.1. A contratada é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos a serem entregues;

3.2. Os produtos serão entregues de forma parcelada, no(s) local(is) determinados pela Secretaria Municipal de Saúde.

3.3. Serão entregues de forma parcelada no seguinte endereço:

• Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Luisburgo, ao lado da Prefeitura.

3.4. O prazo de entrega dos produtos será de 05 (cinco) dias contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, ou conforme o cronograma de fornecimento estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde.

3.6. Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e as especificações mínimas exigidas abaixo:

•Identificação do produto;

•Embalagem original e intacta,

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

•Data de fabricação,

•Data de validade,

•Peso líquido,

•Número do Lote,

•Nome do fabricante.

•Registro no órgão fiscalizador.

3.7. Cumpridas as formalidades a Autoridade Competente atestará as Notas Fiscais através de aposição de carimbo e assinatura e as encaminhará a Prefeitura para pagamento.

**4.0 DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO/ATA ADMINISTRATIVO**

4.1. O contrato administrativo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº. 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 115 da Lei nº 14.133/2021).

4.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato administrativo/ata de registro, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§ 5º do art. 115 da Lei nº. 14.133/2021).

4.3. A execução do contrato administrativo/ ata de registro de preço deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(a) fiscal do contrato administrativos, ou pelos respectivos substitutos (art. 117 da Lei nº. 14.133/2021).

**4.3.1. A fiscalização do contrato será realizada pelos (as) servidores (as): André de Oliveira Lacerda, CPF:072.599.686-21; e Fabiana Rodrigues Pereira Portilho, CPF: 142.834.346-63.**

4.4. O(A) fiscal do contrato administrativo anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato administrativo, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (§1º do art. 117 da Lei nº. 14.133/2021).

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

4.5. O(A) fiscal do contrato administrativo/ ata de registro de preço informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (§ 2º do art. 117 da Lei nº. 14.133/2021).

4.6. A Contratada/Fornecedora será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (art. 119 da Lei nº. 14.133/2021).

4.7. A Contratada/Fornecedora será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (art. 120 da Lei nº. 14.133/2021).

4.8. Somente a A Contratada/Fornecedora será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato administrativo (art. 121 da Lei nº. 14.133/2021).

4.9. A inadimplência da A Contratada/Fornecedora em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato administrativo (§ 1º do art. 121 da Lei nº. 14.133/2021).

4.10. As comunicações entre a Administração e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim, tal como: e-mail.

4.11. A Administração poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

**7. Dos critérios de medição e de pagamento**

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

7.1. Não há necessidade de tratar sobre os critérios de medição, pois não se trata de contratação administrativa direta de obras e serviços de engenharia.

7.2. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias a entrega junta da nota fiscal, acompanhado da comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e social;

7.3. O pagamento somente será realizado mediante a efetiva entrega dos serviços nas condições estabelecidas, o que poderá ser comprovado por meio de atestado na nota fiscal correspondente;

7.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação administrativa, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo: obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.

7.5. O pagamento devido pelo contratante será efetuado por meio ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada, ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.

7.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.7. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a Contratada dará ao Contratante plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

7.8. Deverão ser excluídas do faturamento todas e quaisquer ocorrências que não forem de responsabilidade do contratante, assim como aquelas que não correspondem aos serviços entregues.

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

7.10. Os documentos comprobatórios dos pagamentos relativos a tributos, encargos ou contribuições de responsabilidade da Contratada/fornecedora, serão enviados ao Contratante quando este assim o exigir.

7.11. A Contratada/fornecedora deverá entregar o serviço acompanhado da correspondente nota fiscal.

7.12. A nota fiscal deverá ser emitida pela Contratada/fornecedora em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias ou previdenciárias.

7.13. Antes de cada pagamento a Contratada/fornecedora será realizada consulta para verificar a manutenção das regularidades fiscal, social e trabalhista.

7.14. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa administrativa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa administrativa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão do contrato administrativo nos autos do Processo Administrativo – PA – correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato administrativo/Ata de registo de preços, caso a contratada não regularize sua situação.

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

7.18. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pelo(a) Prefeito(a) Municipal, não será rescindido o contrato administrativo/Ata de registo de preços em execução com a contratada inadimplente.

7.19. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.20. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento poderá ficar condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei.

**8. Da forma e critérios de seleção do(a) fornecedor(a)**

8.1. O(A) fornecedor(a) será selecionado por meio da realização de Pregão, na forma eletrônica, tendo como critério de julgamento: **menor preço POR ITEM.**

8.2. O modo de disputa será **aberto.**

**8.3. Habilitação jurídica:**

8.3.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial respectiva;

8.3.2. Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI;

8.3.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU – ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

8.3.4. Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no país: Decreto de autorização para funcionamento no Brasil;

8.3.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.3.6. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº. 5.7564/1971.

8.3.7. Associação: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas da respectiva sede.

8.3.8. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

**8.4. Habilitação fiscal, social e trabalhista:**

8.4.1. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

8.4.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do(a) licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.4.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal;

8.4.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;

8.4.4.1. Caso a licitante seja considerada isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

8.4.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal;

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

8.4.6. Prova de regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS –, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

8.4.7. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

8.4.8. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República de 1988 – CR88.

**8.5. Habilitação econômico-financeira**

8.5.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

8.5.2 - Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, nos termos do inciso I do art. 69 da Lei nº 14.133/2021, conforme a seguir:

8.5.2.1 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, apresentados na forma da lei (Registrado ou SPED), assinado por profissional devidamente e regularmente habilitado (contador), registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, admitida, quando aquelas peças de escrituração contábil estiverem encerradas há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, a atualização pelo ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou por outro indicador que o venha a substituir.

8.5.2.2 Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

8.5.2.1.1 Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima – S/A):

- registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
- publicados em Diário Oficial; e
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

8.5.2.1.2 Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro Órgão equivalente; ou

8.5.2.1.3 O Balanço Patrimonial deverá estar devidamente acompanhado dos Termos de Abertura e de Encerramento, na forma do item 9 – C da norma de escrituração contábil

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

ITG 2000 (R1), a fim de comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

8.5.3 A comprovação da boa situação financeira da licitante será atestada por documento assinado por profissional legalmente habilitado demonstrando que a empresa apresenta "Índice de Liquidez Geral (LG)", devendo ser ≥ a 1, "Índice de Solvência Geral (SG)" devendo ser ≥ a 1 e "Índice de Liquidez Corrente (LC)" devendo ser ≥ a 1, para os 2 (dois) últimos exercícios sociais, segundo os valores e fórmulas de cálculo abaixo indicados:

LG = AC + RLP/PC + ELP

Onde:

LG = Liquidez Geral

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível a Longo Prazo SG = AT/PC + ELP

Onde:

SG = Solvência Geral

AT = Ativo total

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível a Longo Prazo

LC = AC/PC

Onde:

LC = Liquidez Corrente

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

8.5.3.1 Para fins de cálculo dos índices referidos anteriormente, as licitantes deverão utilizar duas casas após a vírgula, desconsiderando-se as demais, sem arredondamento.

8.5.3.2 As fórmulas acima apontadas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço, devidamente assinado pelo contador da licitante;

8.5.3.3 Se necessária à atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

8.5.4 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º);

8.5.4.1 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 02 (dois) anos. (Lei nº14.133, de2021, art. 69, §6º);

8.5.5 - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura, nos termos do §1º do art. 65 da Lei nº 14.133/2021.

**8.6. Habilitação Técnica**

8.6.1. A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para o fornecimento.

8.6.2. Autorização de Funcionamento (AFE) da empresa participante da licitação ou cópia da publicação no Diário Oficial da União da AFE especial, nos itens comprovadamente que exige o respectivo documento

8.6.3. Licença de localização e funcionamento atualizado, expedido pela prefeitura municipal na sede da licitante;

8.6.4. Licença Sanitária emitida pelo órgão responsável pela Vigilância Sanitária expedido pela prefeitura municipal na sede da licitante, em vigor na data de abertura do certame ou cópia da publicação no Diário Oficial da União com prazo para comercialização – legível. Caso a Licença Sanitária esteja vencida, apresentar juntamente com a Licença Sanitária o comprovante de protocolo de pedido de atualização da Licença.

**8.7. Habilitação por declaração**

8.7.1. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitação da Previdência Social, previstas em lei e outras normas específicas **ou é desobrigado** de cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitação da Previdência Social, conforme previsto em lei e outras normas específica.

8.7.2 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.7.3 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

8.7.4. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pela(s) licitante(s) e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

8.7.5. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

8.7.6. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação, após provocação do(a) Pregoeiro(a), poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.7.7. Os documentos de habilitação poderá ser:

8.7.8. apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela Administração;

8.7.9. substituída por registro cadastral emitido pela Administração, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposta na Lei nº. 14.133/2021.

**9. Da estimativa do valor da contratação administrativa**

9.1. A estimativa do valor da contratação administrativa está no ETP (inciso VI do § 1º do art. 18 da Lei nº. 14.133/2021).

**10. Da adequação orçamentária**

10.1. As despesas decorrentes desta contratação administrativa correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento geral vigente do Município de Luisburgo.

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

**11. LOCAL DE ENTREGA:**

Sede da Secretaria Municipal de Saúde: ao lado da prefeitura.

**12. Da especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso.**

12.1. A especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica está no ETP (inciso VI do § 1º do art. 18 da Lei nº. 14.133/2021), quando for o caso.

Luisburgo, 11 de maio de 2026.

_____

Sebastião Braga de Souza
Secretário Municipal de Saúde

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

**ANEXO III**

**MODELO DE DECLARAÇÕES UNIFICADAS**

Órgão: Prefeitura Municipal de Luisburgo

Processo Administrativo de Licitação Pública nº. XX/20XX

Pregão nº. XX/20XX

A Empresa _____, inscrita no CNPJ _____, sediada na cidade de: __ _____, Rua _____, telefone: _____, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) _____, CPF _____ e email: _____, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

( ) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

( ) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

( ) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

( ) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

( ) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

( ) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

( ) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nº
MUNICÍPIO DE LUISBURGO

( ) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

( ) Declaro, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que não está suspensa de participar de licitações ou impedida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 155 e art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021.

( ) Declaro, nos termos do art. 9º, inciso III da Lei nº 14.133/2021, que não há entre os sócios, dirigentes ou administradores da empresa cônjuge, companheiro(a) ou parente até o terceiro grau de servidor ou dirigente do órgão ou entidade responsável pela licitação ou contratação, que possa configurar situação de impedimento legal.

( ) Declaro, sob as penas da lei, que a empresa se enquadra na condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que não se encontra em nenhuma das situações previstas no § 4º, art. 3º, da referida Lei. Declaro, ainda, que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

Local e data.

_____

Assinatura

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

**ANEXO IV**

**TERMO DE CREDENCIAMENTO**

Processo Administrativo de Licitação Pública nº. XX/20XX
Pregão nº. XX/20XX

A empresa _____,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. _____,
com sede na Praça/Rua/Av. _____,
nº. _____, bairro _____, cidade de _____,
estado de _____, por intermédio de seu(ua) sócio(a)-administrador(a), senhor(a) _____,
inscrito no CPF nº. _____, **credencia,** para atuação neste Pregão, o senhor _____,

Inscrito no CPF nº. _____, podendo, para tanto, apresentar lances, manifestar intenção de interpor Recurso Administrativo, renunciar direitos, e tudo mais que for necessário.

Local e data.

_____
Assinatura

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

# ANEXO V

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º .....

O(A).....(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede no(a) ....., na cidade de ....., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ..... (cargo e nome), portador(a) do CPF nº .....,considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ...../202..., publicada no ..... de ...../...../202....., processo administrativo n.º ....., RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de ..... , especificado(s) no(s) item(ns)..... do ..... Termo de Referência, anexo ..... [do edital de Licitação nº ...../20...] ou [do Aviso da Contratação Direta nº], que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços. (§ 4º, art. 18 do Decreto Nº11.462, de 2023, com as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

2.2. A listagem referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A presente Ata de Registro de Preços não pode ser aderida.

4. Dos limites para as adesões

4.1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

4.2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

5. Vedação a acréscimo de quantitativos

5.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

6. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

6.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

6.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

6.4. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.5. O instrumento contratual de que trata o item 6.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

6.6. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.7. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

6.7.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

6.8. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

6.9. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

6.10. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

6.11. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

6.12. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

6.13. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto nesta ata, observando as normas e condições do instrumento.

6.14. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata este instrumento, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

6.14.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

6.17.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

6.17.3. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

7. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

7.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

7.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.4. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.5. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

8.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

8.2. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

8.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8.5. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.6. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

8.7. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

8.8. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

8.9. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

8.10. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

8.11. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8.12. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

9. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

9.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

9.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

9.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

9.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

9.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos na legislação pertinente.

9.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

9.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

9.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

10. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

10.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

10.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

10.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

10.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista na legislação complementar; ou

10.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.1.5. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

10.1.6. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas, será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

10.1.7. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

10.1.7.1. Por razão de interesse público;

10.1.7.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

10.1.7.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos da legislação pertinente.

11. DAS PENALIDADES

11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas *no edital ou no aviso de contratação direta*.

11.2. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva (quando for o caso) no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

11.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (legislação pertinente), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

11.4. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas neste instrumento, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

12. CONDIÇÕES GERAIS

12.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO *AO EDITAL*.

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nº
MUNICÍPIO DE LUISBURGO

12.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

12.3. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

Anexo I da Ata de Registro de Preço

Processo Administrativo de Licitação Pública nº. XXX/2026

Pregão Eletrônico nº. 0XX/2026

Registro de Preço nº. 0XX/2026

OBJETO: Registro de preços _____, para atender às secretarias municipais de Luisburgo/MG.

| Item do TR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Especificação | *Marca* *(se exigida no edital)* | *Modelo* *(se exigido no edital)* | Unidade | QuantidadeMáxima | Quantidade Mínima | Valor Un | *Prazo garantia ou validade* |
| | | | | | | | | |

**3. Das condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no aviso de dispensa de licitação pública e nas propostas apresentadas**

3.1. O prazo de validade da ata de registro de preços – ARP – será de 01 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.2. No caso de prorrogação do prazo de vigência da ARP, nos termos do art. 84 da Lei nº. 14.133/2021, não se restabelecem os quantitativos inicialmente fixados na licitação pública, devendo ser considerado apenas o saldo remanescente.

3.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ARP, inclusive acréscimos do que trata o art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

3.4. As atualizações periódicas e o cancelamento da ARP serão concretizados nos termos da legislação complementar municipal.

3.5. Esta ARP não pode ser aderida.

3.6. O prazo de garantia contratual dos bens, deve complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 3 (três meses), ou pelo prazo fornecido pelo(a) fabricante, se superior, contado a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nº
MUNICÍPIO DE LUISBURGO

3.7. Ficam designados os servidores como fiscais da presente ata: Assessor 1: Beatriz Horsth Portilho, CPF: 140.744.066-75; e Gerente de divisão: Bruna Moraes dos Santos, CPF: 137.246.216-39.

Nome do Município – MG, XX de XX de 20XX.

**Nome do(a) Secretário(a) OU Prefeito(a) Municipal**
Administração
**Nome do(a) sócio(a)-administrador(a)e**
Fornecedor(a)

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

# ANEXO VI

# CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo de Licitação Pública nº. XX/20XX
Pregão nº. XX/20XX

O **MUNICÍPIO DE LUISBURGO,** pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº. 01.615.423/0001-89, com sede na Rua Orlando Muniz de Carvalho, nº. 59, bairro centro, cidade de Luisburgo, estado de Minas Gerais, representado pelo(a) **SECRETÁRIO(a) MUNICIPAL DE ....., SENHOR(a) .....** inscrito no CPF nº. ....., doravante denominado **Contratante,** e **NOME DA EMPRESA**, inscrito no CNPJ nº. XX, com endereço na Rua XX, nº. XX, bairro XX, cidade de XX, estado de Minas Gerais, representada pelo sócio(a)-administrador(a), senhor(a) Nome, inscrito no CPF nº. XX, doravante denominada **Contratada**, tendo em vista este procedimento e em observância a Lei nº. 14.133/2021, resolvem celebrar este **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. XX/20XX,** mediante as cláusulas e condições a seguir.

## 1. CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto e seus elementos característicos

1.1. _____, para atender às secretarias municipais de Luisburgo/MG, conforme condições estabelecidas abaixo:

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO | UNID. | Marca | QUANT | VALOR UNIT R$ | VALOR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | | | | | |

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA: Da vinculação ao edital de licitação pública e à proposta da licitante vencedora

2.1. Vinculam a este contrato administrativo:

2.1.1. O edital e anexos deste Pregão;

2.1.2. A proposta da Contratada;

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA: Da legislação aplicável à execução do contrato administrativo, inclusive quanto aos casos omissos

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

3.1. As legislações aplicáveis à execução deste contrato administrativo, inclusive quanto aos casos omissão, são:

3.1.1. Lei nº. 14.133/2021;

**4. CLÁUSULA QUARTA: Da vigência e prorrogação**

4.1. O prazo do contrato é até ___ de _____ de 20XX, podendo ser aditado conforme Lei Federal nº. 14.133/2021.

**5. CLÁUSULA QUINTA: Do regime de execução ou a forma de fornecimento**

5.1. O regime de execução ou a forma de fornecimento está prevista no TR.

**6. CLÁUSULA SEXTA: Do preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento**

6.1. O preço deste contrato administrativo é de R$ XX (XX).

6.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6.4. As condições de pagamento estão previstas no TR.

6.5. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado do orçamento estimado, ou seja: XX de XX de 20XX, salvo no caso de necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro.

6.6. Após o interregno de 01 (um) ano, e independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, **do índice INPC,** exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.7. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

6.8. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará a Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.9. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.10. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.11. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.12. O reajuste será realizado por apostilamento.

6.13. Não haverá atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

**7. CLÁUSULA SÉTIMA: Dos critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para o pagamento**

6.1. Os critérios e a periocidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para o pagamento estão previstos no TR.

**8. CLÁUSULA OITAVA: Dos prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso**

8.1. Os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando o for caso, estão previstos no TR.

**9. CLÁUSULA NONA: Do crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica**

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação administrativa correrão à conta de recursos específicos consignados na Lei Orçamentaria Anual – LOA – do Município de Luisburgo/MG deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

9.1.1. Gestão/Unidade:

9.1.2. Fonte de Recursos:

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

9.1.3. Programa de Trabalho:

9.1.4. Elemento de Despesa:

9.1.5. Plano Interno:

9.1.6. Nota de Empenho:

9.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da LOA respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

**10. CLÁUSULA DÉCIMA: Da matriz de risco, quando for o caso**

10.1. A matriz de risco não é obrigatória nesta contratação administrativo, conforme Legislação Municipal.

**11. CLÁSUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Do prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, se for o caso**

11.1. Não haverá repactuação de preços neste caso, conforme inciso LIX do art. 6º c/c inciso II do § 8º do art. 25 c/c inciso II do § 4º do art. 92 da Lei nº. 14.133/2021.

**12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Do prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso**

12.1. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será de, no máximo, 30 (trinta) dias.

**13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Das garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento**

13.1. Não foi exigência de garantia contratual.

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Do prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos na lei nº. 14.133/2021 e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso**

14.1. O prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos na Lei nº. 14.133/2021 e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso, estão previstos no TR.

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

**15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Dos direitos e das responsabilidades das partes**

15.1. Das obrigações do Contratante:

15.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o contrato e seus anexos;

15.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no TR;

15.1.3. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

15.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato administrativo e o cumprimento das obrigações pela Contratada;

15.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos neste contrato administrativo;

15.1.6. Aplicar a Contratada as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo;

15.1.7. Cientificar seu órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela Contratada;

15.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução deste contrato administrativo, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

15.1.9. Concluída a instrução do requerimento, o Contratante terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período;

15.1.10. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

15.2. Das obrigações da Contratada:

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

15.2.1. Manter, durante toda a execução do contrato administrativo, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação pública, ou para a qualificação, na contratação administrativa direta;

15.2.2. Cumprir, caso obrigado por lei, as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitação da Previdência Social e para aprendiz;

15.2.3. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada, se for o caso;

15.2.4. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os arts. 12, 13 e 17 a 27 da Lei nº. 8.078/1990, denominado Código de Defesa do Consumidor – CDC;

15.2.5. comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, se exigido;

15.2.6. Atender às determinações regulares emitidas pelo(a) fiscal ou gestor(a) do contrato administrativo ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

15.2.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo(a) fiscal do contrato administrativo, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

15.2.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao Contratante ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

15.2.9. entregar a(o) fiscal ou gestor do contrato administrativo, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, prova da regularidade fiscal, trabalhista e social;

15.2.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato administrativo, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

15.2.11. Comunicar a(o) fiscal do contrato administrativo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;

15.2.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

15.2.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato administrativo;

15.2.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação administrativa, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados na alínea "d" do inciso II do art. 124 da Lei nº. 14.133/2021;

15.2.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

15.2.16. Alocar o(a)(s) empregado(a)(s) necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato administrativo, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

15.2.17. Orientar e treinar seus empregados(a)(s) sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709/2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato administrativo;

15.2.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO DE LICITAÇÃO

15.2.19. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

15.2.20. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Das penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo**

16.1. As penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo estão previstos no edital do Pregão.

**17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Do modelo de gestão do contrato administrativo, observados os requisitos definidos em regulamento**

17.1. O modelo de gestão deste contrato administrativo, observados os requisitos definidos em regulamento está previsto no TR.

**18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Dos casos de extinção**

18.1. O contrato administrativo se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contratantes.

18.2. O contrato administrativo pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

18.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os arts. 138 e 139 da Lei nº. 14.133/2021.
18.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada o ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato administrativo.

18.2.2.1. Se a operação implicar mudança da Contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

18.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

18.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº MUNICÍPIO DE LUISBURGO

18.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

18.3.3. Indenizações e multas.

**19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Das disposições finais**

18.1. O Contratante fará a publicação deste contrato administrativo nos termos da Lei nº. 14.133/2021.

18.2. O foro da Justiça Estadual da cidade de Manhuaçu/MG, é eleito para dirimir os eventuais litígios que decorrerem da execução deste contrato administrativo que não puderem ser compostos pela conciliação (§ 1º do art. 92 da Lei nº. 14.133/2021).

Luisburgo – MG, XX de maio de 20XX.

**Nome do(a) Secretário(a) OU Prefeito(a) Municipal**
Contratante

**Nome do(a) sócio(a)-administrador(a)e**
Contratada

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7 e informe o código 13FB-148F-DBC8-4DC7

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 13FB-148F-DBC8-4DC7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA (CPF 514.XXX.XXX-72) em 18/05/2026 10:53:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/13FB-148F-DBC8-4DC7