

**01 - Objeto:**

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO (DEFIBRILADOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PODENDO SER REALIZADA A FORMA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	DEFIBRILADOR AUTOMÁTICO AED3100	UN	1,0000

**02 - Motivação:**

JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MÉDICO (DEFIBRILADOR), PARA MOTOLÂNCIA CLÍNICA. O MEMSO É UM ITEM OBRIGATÓRIO PARA ATENDIMENTO EM CASO DE PARADA CARDIORESPIRATÓRIA É DE EXTREMA NECESSIDADE EM OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA MOTOLÂNCIA. VISANDO ASSIM ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.

**03 - Especificações Técnicas:**

DEFIBRILADOR  
 OPERAÇÃO: SEMIAUTOMÁTICA (CHOQUE CONSULTIVO)  
 ALERTAS AUDÍVEIS: MENSAGEM DE VOZ, ALERTA DE CARREGAMENTO, ALERTA DE MANUTENÇÃO  
 INDICADORES VISÍVEIS: INDICADOR DE STATUS, INDICADOR DE STATUS DA BATERIA, INDICADOR DE MANUTENÇÃO, INDICADOR DE VERIFICAÇÃO DAS PÁS, INDICADORES DE COLOCAÇÃO DAS PÁS, INDICADOR DE BOTÃO DE CHOQUE, INDICADOR DE MODO CRIANÇA  
 MEMÓRIA INTERNA: MÁXIMO DE 3 REGISTROS, ECG DE ATÉ 30 MINUTOS COM ANOTAÇÕES PARA UM REGISTRO  
 OS DADOS DE ECG COM ANOTAÇÕES SÃO ARMAZENADOS A CADA 0,2 SEGUNDO NA MEMÓRIA INTERNA.  
 OS DADOS ARMAZENADOS NA MEMÓRIA INTERNA SÃO MANTIDOS MESMO QUANDO O AED É DESLIGADO.  
 MESMO QUANDO O AED PARA DE FUNCIONAR DEVIDO A FALTA DE BATERIA, OS DADOS DE ECG COM ANOTAÇÕES AINDA SÃO REGISTRADOS ATÉ O MOMENTO EM QUE O AED PARA DE FUNCIONAR.  
 DIMENSÕES E PESO: 97 (A) x 206 (L) x 252 (P) (MM), 2,3 KG (INCLUINDO AS PÁS DESCARTÁVEIS E AS BATERIAS)  
 AMBIENTE: CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO  
 TEMPERATURA: DE -5 A +50 °C (DE 23 A 122 °F)  
 UMIDADE: 5 A 95% (SEM CONDENSAÇÃO)  
 PRESSÃO ATMOSFÉRICA: DE 540 A 1060 HPA  
 CONDIÇÕES DE REMESSA, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO  
 TEMPERATURA: -20 A +70 °C (-4 A +158 °F)  
 UMIDADE: 5 A 95%  
 PRESSÃO ATMOSFÉRICA: DE 540 A 1060 HPA  
 SE O AED FOR ARMAZENADO NOS LIMITES DE TEMPERATURA MÁXIMO (70 °C (158 °F)) OU MÍNIMO (-20 °C (-4 °F)) DAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E FOR MOVIDO PARA UM AMBIENTE COM TEMPERATURA DE 20 °C (68 °F), PODERÁ LEVAR ATÉ 1H30MIN ATÉ QUE SEU DESEMPENHO ESPECIFICADO SEJA OBTIDO.  
 PRECISÃO DO RELÓGIO: EM UMA TEMPERATURA AMBIENTE DE 25 °C (77 °F): ±20 S/MÊS  
 A PRECISÃO PODE SER AFETADA QUANDO O AED SOFRE UM FORTE IMPACTO, COMO A QUEDA DO AED OU O AED É COLOCADO EM UM AMBIENTE DE ALTA OU BAIXA TEMPERATURA POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO.  
 PÁS DESCARTÁVEIS: IEC60601-2-4: 2010 + ANEXO 1: 2018  
 PÁS DESCARTÁVEIS, ADESIVAS  
 BATERIA: TIPO DE BATERIA: BATERIA DE LÍCIO DE DIÓXIDO DE MANGANÊS  
 TENSÃO NOMINAL: 15,0 V  
 CAPACIDADE NOMINAL: 3300 MAH  
 NÃO RECARREGÁVEL  
 CONTEÚDO DO LÍCIO: 6,40 G (MÁX.) (ESSAS BATERIAS DEVEM SER CONSIDERADAS MATERIAL PERIGOSO DE CLASSE-9 AO SEREM TRANSPORTADAS EM AVIÃO OU NAVIO.)  
 VIDA ÚTIL DA BATERIA QUANDO O AED FICA EM ESPERA:  
 4 ANOS (COM AS BATERIAS E AS PÁS DESCARTÁVEIS CONECTADAS AO AED E COM A TAMPÃO DO AED FECHADA.)  
 INSTALAR ATÉ:  
 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO  
 DATA DE VALIDADE: 6 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO  
 TEMPO PARA MONITORAMENTO DE ECG:  
 MAIS DE 6 HORAS (MÍNIMO) OU 7,5 HORAS (TÍPICO)  
 (COM A TAMPÃO DO AED ABERTA, PÁS DESCARTÁVEIS FIXADAS EM UM PACIENTE, INSTRUÇÃO DE VOZ EM OPERAÇÃO, SEM DEFIBRILAÇÃO REALIZADA, COM UMA BATERIA NOVA TOTALMENTE CARREGADA, À TEMPERATURA DE 20 °C (68 °F).

**04 - Prazo, local e condições de entrega ou execução:**

O PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERÁ IMEDIATAMENTE A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO OU ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME APLICÁVEL. A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, INCLUINDO FRETE, TRIBUTOS, ENCARGOS E DEMAIS CUSTOS ENVOLVIDOS, NÃO CABENDO A ADMINISTRAÇÃO QUAISQUER DESPESAS ADICIONAIS.

**LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:**

SAMU DE PORANGATU  
 RUA RUI BARBOSA N°03, CENTRO - PORANGATU/GO, CEP 76550-025  
 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: DE SEGUNDA FEIRA À SEXTA FEIRA, DAS 07H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 17H.

**05 - Prazo e Condições de Garantia:**

OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS DEVERÃO POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, SOMANDO-SE À GARANTIA LEGAL (CDC - Art. 26), CONFORME PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS PRODUTOS.  
 DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, A CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAR, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO, A SUBSTITUIÇÃO OU REPARO DOS ITENS COM VÍCIOS OU DEFEITOS COMPROVADOS, NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO.

**06 - Responsável pelo acompanhamento da prestação de serviço, telefone e email:**

ROSÂNGELA FAGUNDES PIRES  
FONE: (62) 9 9965-2476  
EMAIL.: fiscalcontratosaudeporangatu@gmail.com

**07 - Condições e prazo de pagamento:**

OS PAGAMENTOS DECORRENTES DESTE OBJETO, PODERÃO EFETIVAR-SE EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A ENTREGA DO BEM PELA CONTRATADA, ACOMPANHADA DA(S) RESPECTIVA (S) NOTA(S) FISCAL(AIS), DEVIDAMENTE ATESTADA(S)PELO SETOR COMPETENTE E COM CUMPRIMENTO DA PERFEITA ENTREGA DO OBJETO E PRÉVIA VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DA CONTRATADA. O VALOR DO PAGAMENTO SERÁ AQUELE APRESENTADO NO DOCUMENTO DE COBRANÇA.

**OBSERVAÇÕES:**

1.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORANGATU. CNPJ: 11.113.201/0001-11

**08 - Critério de avaliação das propostas:**

A PROPOSTA DEVE SER GLOBAL, SENDO ENCAMINHADA EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DO E-MAIL: [propostasaudepgtusms@gmail.com](mailto:propostasaudepgtusms@gmail.com)

A AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS OBEDECERÁ AO CRITÉRIO DE MENOR PREÇO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 33, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021, CONSIDERANDO O MENOR VALOR GLOBAL APRESENTADO PARA O FORNECIMENTO DAS PEÇAS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE:

NÃO ATENDEREM ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS NESTE TERMO;  
APRESENTAREM PREÇOS INEXEQUÍVEIS OU INCOMPATÍVEIS COM OS PRATICADOS NO MERCADO, CONFORME ART. 59, INCISO V DA LEI Nº 14.133/2021;  
NÃO INCLUIREM TODOS OS ITENS SOLICITADOS NO OBJETO DA CONTRATAÇÃO.

**CRITÉRIOS COMPLEMENTARES:**

EM CASO DE EMPATE, SERÁ APLICADO O DISPOSTO NO ART. 60 DA LEI Nº 14.133/2021 (PREFERÊNCIA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE);

A PROPOSTA VENCEDORA DEVERÁ COMPROVAR, ANTES DA CONTRATAÇÃO, A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, NOS TERMOS DOS ARTS. 63 E 64 DA REFERIDA LEI.

O JULGAMENTO SERÁ REALIZADO DE FORMA OBJETIVA, COM BASE NOS CRITÉRIOS E PARÂMETROS AQUI DEFINIDOS, ASSEGURANDO A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E EFICIÊNCIA.

**09 - Resultados esperados:**

ESPERA-SE COM A AQUISIÇÃO ,SANAR TODAS AS NECESSIDADES, E QUE OCORRA UM EXCELENTE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.

---

Emissor