

ERRATA

Pregão Eletrônico nº 007/2025

Processo Administrativo nº 023/2025

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos médico-hospitalares para suprir a demanda de cirurgias e atendimentos ambulatoriais do Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Leste - CISCEL

O **Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Leste – CISCEL**, torna público para conhecimento dos interessados a errata do **Edital de Pregão Eletrônico nº 007/2025**.

1. Do Termo de Referência Anexo I – Descrições mínimas, quantidades e valores

Onde se lê:

AUTOCLAVE HORIZONTAL:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS:

CAPACIDADE 100 LITROS, UTILIZADA EM HOSPITAIS, CLINICAS E CASAS DE SAÚDE PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS.

1. SISTEMA DE VACUO; BOMBA DE ANEL LIQUIDO OU SECO; 02 PORTAS TIPO GUILHOTINA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO DA GUARNIÇÃO POR AR COMPRIMIDO;
2. SISTEMA DE ACIONAMENTO DAS SOLENOIDES POR AR COMPRIMIDO;
3. SISTEMA INTUITIVO E DE FACIL PROGRAMAÇÃO, NA LINGUAGEM EM PORTUGUÊS (BRASIL);
4. NOBREAK PARA GARANTIR O FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE ENERGIA PARA NO MÍNIMO A CPL E A INTERFACE IHM;
5. ALIMENTAÇÃO 220 V - 60 HZ - TRIFASICO;
6. SISTEMA DEVE TER NO MÍNIMO 8 SISTEMAS PROGRAMAVEIS ENTRE 134°C E 121°C;
7. TODAS AS SENHAS DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DEVEM SER FORNECIDAS AO CISCEL;
8. OSMOSE REVERSA PARA ALIMENTAÇÃO DO GERADOR DE VAPOR COM RESERVATÓRIO E SUPORTE PARA O RESERVATÓRIO DA OSMOSE;
9. 2 CARROS EXTERNOS, CARROS INTERNOS, 4 CESTOS E 2 GRELHAS DE SUPORTE DE CARRO INTERNO;
10. EQUIPAMENTO DEVE ATENDER RDC 25/2009, RDC 27/2011, RDC 32/2007, RDC 56/2001, RDC

185/2001, RDC 260/2002, RDC 91/2008, INSTRUÇÕES NORMATIVAS IN 7/2010, IN 8/2009, IN 13/2009.

11. SISTEMA DEVE CONTER SISTEMA DE PROTEÇÃO MECÂNICA, VALVULA PARA PRESSÃO SUPERIOR A 3,5BAR.

12. DEVE SER MONITORIZADO A PRESSÃO DA CAMARA INTERNA, PRESSÃO DA CAMARA EXTERNA E TEMPERATURA DA CAMARA

INTERNA, ASSIM COMO PRESSÃO DO GERADOR DE VAPOR.

13. SISTEMA DEVE CONTER IMPRESSORA QUE IMPRIMA TODO O CICLO E EVOLUÇÃO DURANTE TODAS AS FASES DOS CICLOS.

14. GERADOR DE VAPOR DEVE CONTER SISTEMA AUTOMÁTICO DA PRESSÃO E DESCARGA AUTOMÁTICA DA ÁGUA PARA LIMPEZA DAS RESISTÊNCIAS.

15. EQUIPAMENTO DEVE CONTER OS CICLOS DE TESTES, BOWIE & DICK E O LEAK TEST.

16. EQUIPAMENTO DEVE VIR COM TODOS OS ACESSÓRIOS DE BLINDAGEM E FECHAMENTOS PARA GARANTIR A BOA APARÊNCIA E A SEGURANÇA NO SETOR.

17. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO;

18. REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA.

19. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS (AXLXP): 41X41X60 CM;

20. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (AXLXP): 170 X 65 X 90 CM TIPO/NÚMERO DE PORTAS: 1 (UMA) PORTA VOLANTE CENTRAL (1P/VC) POTÊNCIA: 11KW

Leia-se:

AUTOCLAVE HORIZONTAL:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS:

CAPACIDADE 100 LITROS, UTILIZADA EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E CASAS DE SAÚDE PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS.

1. SISTEMA DE VÁCUO; BOMBA DE ANEL LÍQUIDO OU SECO;

2. SISTEMA DE ACIONAMENTO DAS SOLENOIDES POR AR COMPRIMIDO;

3. SISTEMA INTUITIVO E DE FÁCIL PROGRAMAÇÃO, NA LINGUAGEM EM PORTUGUÊS (BRASIL);

4. NOBREAK PARA GARANTIR O FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE ENERGIA PARA NO MÍNIMO A CPL E A INTERFACE IHM;

5. ALIMENTAÇÃO 220 V - 60 HZ - TRIFASICO;
6. SISTEMA DEVE TER NO MÍNIMO 8 SISTEMAS PROGRAMAVEIS ENTRE 134°C E 121°C;
7. TODAS AS SENHAS DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DEVEM SER FORNECIDAS AO CISCEL;
8. OSMOSE REVERSA PARA ALIMENTAÇÃO DO GERADOR DE VAPOR COM RESERVATÓRIO E SUPORTE PARA O RESERVATÓRIO DA OSMOSE;
9. 2 CARROS EXTERNOS, CARROS INTERNOS, 4 CESTOS E 2 GRELHAS DE SUPORTE DE CARRO INTERNO;
10. EQUIPAMENTO DEVE ATENDER RDC 25/2009, RDC 27/2011, RDC 32/2007, RDC 56/2001, RDC 185/2001, RDC 260/2002, RDC 91/2008, INSTRUÇÕES NORMATIVAS IN 7/2010, IN 8/2009, IN 13/2009.
11. SISTEMA DEVE CONTER SISTEMA DE PROTEÇÃO MECANICA, VALVULA PARA PRESSÃO SUPERIOR A 3,5BAR.
12. DEVE SER MONITORIZADO A PRESSÃO DA CAMARA INTERNA, PRESSÃO DA CAMARA EXTERNA E TEMPERATURA DA CAMARA INTERNA, ASSIM COMO PRESSÃO DO GERADOR DE VAPOR.
13. SISTEMA DEVE CONTER IMPRESSORA QUE IMPRIMA TODO O CICLO E EVOLUÇÃO DURANTE TODAS AS FASES DOS CICLOS.
14. GERADOR DE VAPOR DEVE CONTER SISTEMA AUTOMÁTICO DA PRESSÃO E DESCARGA AUTOMATICA DA ÁGUA PARA LIMPEZA DAS RESISTÊNCIAS.
15. EQUIPAMENTO DEVE CONTER OS CICLOS DE TESTES, BOWIE & DICK E O LEAK TEST.
16. EQUIPAMENTO DEVE VIR COM TODOS OS ACESSÓRIOS DE BLINDAGEM E FECHAMENTOS PARA GARANTIR A BOA APARÊNCIA E A SEGURANÇA NO SETOR.
17. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO;
18. REGISTRO VALIDO NA ANVISA.
19. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS (AXLXP): 41X41X60 CM;
20. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (AXLXP): 170 X 65 X 90 CM TIPO/NÚMERO DE PORTAS: 1 (UMA) PORTA VOLANTE CENTRAL (1P/VC) POTÊNCIA: 11KW

Mais informações poderão ser obtidas na sede do CISCEL, situado na Av. Duque de Caxias, nº 850, Esplanada da Estação, Itabira, MG, ou pelo telefone (31)3831-3555. E-mail: licitacao@ciscel.mg.gov.br ou pelo site: www.ciscel.mg.gov.br.

Municípios Consorciados

- Barão de Cocais
- Bom Jesus do Amparo
- Ferros
- Itabira
- Itambé do Mato Dentro
- Morro do Pilar
- Passabém
- Santo Antônio do Rio Abaixo
- Santa Bárbara
- São Gonçalo do Rio Abaixo
- Santa Maria de Itabira
- São Sebastião do Rio Preto

Dayane Clara Rosa de Paulo

Agente de Contratação