



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:757 / Pedido: 2020042607

1 - ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

Órgão/Entidade: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sector Requisitante: CEO

Responsável pela Demanda: JACQUELYNE DIAS PEDROSA

Matrícula: 3557

E-mail: jacque_pedrosa@hotmail.com

Telefone: (64) 3651-1741

2 - IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS 24 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS SENDO DESTES 13 UBS (UBS I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX / X / XI / XII / XIII); 1 TRAILLER; 1 CONSULTÓRIO NO SAD; 8 CONSULTÓRIOS DE ESPECIALIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA -CEO); SOB SUPERVISÃO DO FMS;

3 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO

SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS 24 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS SENDO DESTES 13 UBS (UBS I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX / X / XI / XII / XIII); 1 TRAILLER; 1 CONSULTÓRIO NO SAD; 8 CONSULTÓRIOS DE ESPECIALIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA -CEO); SOB SUPERVISÃO DO FMS;

4 - QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇOS A SER CONTRATADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	48919711	ALTA ROTAÇÃO TORQUE ALTO, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO ENTRE 33.000 ATÉ 420.000 RPM; PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI), CONEÇÃO BORDEN; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, ROLAMENTO COM ESFERAS DE CERÂMICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BRICAS COM USO DE SACABROÇAS; SIMILAR AOS MODELOS: SIMILAR AOS MODELOS: ALTA ROTAÇÃO SL 30 FG SAEVO / CANETA ALTA ROTAÇÃO SL30 SACA BROCA DABI ATLANTE /	UNIDADE	16,0000
2	48919712	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICOS; DE PAREDE; BRAÇO PANTOGRÁFICO; 220V; TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 60MS A 3,2 S. SIMILAR AOS MODELOS: RAO X TIMEX PANTOGRÁFICO DE PAREDE GNATUS / RAO X PAREDE PANTOGRÁFICO SAEVO / RAO X AXR 70E PANTOGRÁFICO PAREDE BIVOLT DABI ATLANTE	UNIDADE	6,0000
3	48919713	ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL, POTÊNCIA: 650 WATTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (127V/220V). FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ. VÁCUO: AJUSTÁVEL DE 800MM A 1400MM DE COLUNA D'ÁGUA. VAZÃO DE AR: ATÉ 350 L/MIN. SUÇÃO CONTÍNUA DE ÁGUA: ATÉ 6 L/MIN. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 6 LITROS. DIMENSÕES: 90 X 40 X 40 CM. PESO APROXIMADO: 10 KG. SIMILAR AO MODELO: ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL SUGMASTER GNATUS	UNIDADE	4,0000
5	48919714	AUTOCLAVE DE 30L, FECHO DA TAMPÃO DE TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL; BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; NÃO NECESSITA DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM EXCESSO DE TEMPERATURA PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA. 220 V; VAC/50HZ60HZ SIMILAR AOS MODELOS: AUTOCLAVE ANALOGICA FLEX 30 LITROS STERMAX	UNIDADE	10,0000
6	48919715	AUTOCLAVE DE 75L, FECHO DA TAMPÃO DE TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL; BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; NÃO NECESSITA DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM EXCESSO DE TEMPERATURA PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA. 220 V; VAC/50HZ60HZ SIMILAR AOS MODELOS: AUTOCLAVE ANALOGICA 75 LITROS STERMAX	UNIDADE	1,0000
7	48907568	AVENTAL PERIAPICAL ADULTOS COM PROTETOR DE TIREÓIDE; TAMANHO: 76X60CM E COM 0,25MM DE CHUMBO (PB); PESO: 1,900KG; ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL);	UNIDADE	14,0000
8	48907570	AVENTAL PERIAPICAL ADULTOS COM PROTETOR DE TIREÓIDE; USO PROFISSIONAL; TAMANHO DE 100X60CM E COM 0,50MM DE CHUMBO (PB), ACABAMENTO EM CORINO ESPECIAL; PESO: 5,500KG;	UNIDADE	11,0000
9	48907569	AVENTAL PERIAPICAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTETOR DE TIREÓIDE (NÃO REMOVÍVEL); PARA PACIENTE INFANTIL; TAMANHO 60X50CM; 0,25MM PB; ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL).	UNIDADE	4,0000
10	48907551	BOMBA A VÁCUO ODONTOLÓGICA MOTOR ENTRE 3/4 A 1 HP COM POTÊNCIA DE 3.45060HZ RPM; COM DESLOCAMENTO/VAZÃO DE AR CORRESPONDENTE ENTRE 300 A 460 L/MIN. VÁCUO MÁXIMO ENTRE 620 MMHG À 640 MMHG; BIVOLT. SIMILAR AOS MODELOS: BOMBA DE VÁCUO SV4 SAEVO / BOMBA DE VÁCUO SUSTRON ELETRONIC 5 SCHUSTER / BOMBA DE VÁCUO BIO VAC 4 GNATUS	UNIDADE	3,0000
12	48919717	CAVITADOR SÔNICO, PONTA OSCILATÓRIA (FREQUÊNCIA DE 30008000 HZ), (PRESSÃO DE AR: 2,46KG/CM2 = 35 LBS PSI), MODELO DE CONEXÃO BORDEN. AUTOCLAVÁVEL. SIMILAR A MARCA DENTIFLEX	UNIDADE	1,0000
13	48907550	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - VOLUME DO RESERVATÓRIO: ENTRE 50 A 60 LITROS; PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: ENTRE 8,3 BAR (120 LIBRAS) À 9,6 BAR (140 PSI); POTÊNCIA DE MOTOR: 2HP 1,5 KW; VAZÃO/DESLOCAMENTO TEÓRICO: 10 PCM - 283L/MINUTO; TENSÃO: 220V SIMILAR AOS MODELOS: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO AIR CLEAN 50L GNATUS / COMPRESSOR SCHULZ CSV 10 PRO 50L / MOTOCOMPRESSOR ODONTOLÓGICO 2HP 10 PÉS 50 LITROS ISENTO DE ÓLEO CHIAPERINI10BPORCH	UNIDADE	10,0000



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:757 / Pedido: 2020042607

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
14	48919718	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PORTÁTIL ISENTO DE ÓLEO, RESERVATÓRIO 24 LITROS COM RODÍZIO. DISPLAY/ MALA DE TRANSPORTE DO EQUIPO EM ABS NAVA (POLICARBONATO), COM SEGURANÇA E RESISTÊNCIA, COMPOSTOS DE TODAS RESISTÊNCIAS, COM REVESTIMENTO INTERNO EM TEFLON E POLIURETANO SIMILAR AO MODELO: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 5 PÉS 24L 120PSI SILENCIOSO 220V CMS 5/24BR MOTOMIL	UNIDADE	2,0000
16	48919720	CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO APARELHO DE BAIXO RUÍDO COM ROLAMENTO DE CERÂMICA; GIRO LIVRE DE 360 GRAUS; BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINATRAVA NA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO; RESISTENTE A TRAÇÃO, ASSEGURANDO O TRAVAMENTO DA BROCA; REDUÇÃO: 1:1; AUTOCLAVAVEL A 135°C; ROTAÇÃO MÍNIMA 5.000 ROTAÇÃO MÁXIMA 40.000 RPM. SIMILAR AOS MODELOS: CONTRA ÂNGULO X1 LT COM TRAVA GNATUS / CONTRA ÂNGULO SL 30 SAEVO	UNIDADE	16,0000
17	48919721	CUBA ULTRASSÔNICA LAVADORA ULTRASSÔNICA POSSUI 5 CICLOS DE LIMPEZA COM OPÇÃO DE AQUECIMENTO. CAPACIDADE ÚTIL: 2,1 LITROS; FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 42 KHZ. CESTO: PLÁSTICO INJETADO; TENSÃO ELÉTRICA: 220V;	UNIDADE	5,0000
18	48907577	DESTILADOR DE ÁGUA CONTEÚDO DA EMBALAGEM: DESTILADOR; 1 RESERVATÓRIO PARA ÁGUA COMUM; 1 RESERVATÓRIO PARA ÁGUA DESTILADA; 3 FILTROS DE CARVÃO ATIVADO; 1 FILTRO DA RESISTÊNCIA; 1 CLIP DE METAL; 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES; TEMPERATURA DE TRABALHO: 15 A 40°; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO ELÉTRICA: 220V; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS; DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS; SIMILAR AOS MODELOS: DESTILADOR WATER CLEAN SCH	UNIDADE	8,0000
19	48919722	DETINHO BAÚ COLORIDO IDEAL PARA GUARDAR O DENTE DE LEITE DA CRIANÇA OU OUTRO PEQUENO PRODUTO. A EMBALAGEM COM 12 PEÇAS; MEDIDAS: 2,5 CM DE ALTURA X 2 CM DE LARGURA X 2 CM DE COMPRIMENTO.	PACOTE	200,0000
20	48907593	ESTABILIZADOR PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES ESPECIAIS; CONTÉM: ASSENTO PARA IMOBILIZAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES; BLUSA SUPERIOR E INFERIOR/ADULTO E INFANTIL PARA INIBIR OS MOVIMENTOS DE TODOS SEGMENTOS ARTICULARES DOS MEMBROS SUPERIORES; TRIÂNGULO PROPORCIONA FLEXÃO DE JOELHO, FLEXÃO DE QUADRIL, POSSIBILITANDO A RETIFICAÇÃO DA LORDOSE LOMBAR, IMPEDINDO QUE O PACIENTE DESLIZE NA CADEIRA DURANTE O ATENDIMENTO; COLAR CERVICAL INIBE OS MOVIMENTOS HIPEREXTENSÃO, FLEXÃO E ROT	UNIDADE	1,0000
22	48907564	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS; COLAGEM DE BRACKETS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS; CIMENTAÇÃO E ADESIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEIS; COLAGEM DE FACETAS E LENTES DE CONTATO DENTAIS. POTÊNCIA NO MÍNIMO 1.100 MW/CM²/MÁXIMO 1.500 MW/CM²; 220 V. SIMILAR AOS MODELOS: FOTOPOLIMERIZADOR LED D GNATUS / EMITTER A FIT SCHUSTER / FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT MAX	UNIDADE	13,0000
23	48907559	JATO DE BICARBONATO COM CANETA E LTRASSOM COM LED; SEM BOMBA PERISTÁLTICA; 220V SIMILAR AOS MODELOS: PROFI NEO DABI ATLANTE / ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO SONIC DUO SAEVO / JET SONIC BP GNATUS	UNIDADE	8,0000
24	48919724	JOGO DE FANTOCHE 1 FANTOCHE DE PELÚCIA MODELO URSO COM 40 CM DE ALTURA E MACRO ARCADA INQUEBRÁVEL; 1 FANTOCHE DE PELÚCIA MODELO TIGRE COM 40 CM DE ALTURA COM MACRO ARCADA INQUEBRÁVEL; 1 FANTOCHE DE PELÚCIA MODELO BURRINHO COM 40 CM DE ALTURA COM MACRO ARCADA INQUEBRÁVEL; 1 MACRO ESCOVA DE 36 CM, 03 MACROS ESPELHOS DE 36 CM; 1 CD COM MÚSICAS DE SAÚDE BUCAL.	KIT	1,0000
27	48907567	LOCALIZADOR APICAL COM ESCALA REGRESSIVA EM DÉCIMOS DE MILÍMETROS A PARTIR DE 2MM AQUÉM DA SAÍDA FORAMINAL. 220V. TOTALMENTE AUTOMÁTICO. BATERIA RECARREGÁVEL. SIMILAR OU MELHOR AO MODELO: LOCALIZADOR APICAL PROPEX PIXI DENTSPLY SIRONA	UNIDADE	3,0000
28	48919727	MACRO MODELO BOCA LÚDICA GRANDE DE 50 CM EM FELTRO COM LÍNGUA QUE POSSUI 24 DENTES; ACOMPANHA MACRO ESCOVA 36 CM, 5 BACTÉRIAS LÚDICAS; 2 DENTÃO COM BACTÉRIA; 1 FIO DENTAL LÚDICO; 1 SUPER ESCOVA LÚDICA; 1 CREME BUCAL LÚDICO; POSSUI SACOLA PARA TRANSPORTE; MEDIDAS: COMPRIMENTO: 50 CM; ALTURA: FECHADA 12 CM / ABERTA 30 CM; LARGURA: 40 CM;	KIT	1,0000
29	48907574	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA 5 GAVETAS; LARGURA 48CM X ALTURA 72CM X PROFUNDIDADE 35CM; PUXADORES EM LIGA ZAMAX; 100% MDF E CORREDIÇAS TELESÓPICAS	UNIDADE	22,0000
30	48919728	MICROMOTOR 500 NEUMÁTICO USO ODONTOLÓGICO. ACOPLAMENTO BORDEN; SPRAY INTERNO; ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM; SIMILAR AOS MODELOS: MICROMOTOR IX1 GNATUS / MICROMOTOR SL 30 SAEVO	UNIDADE	16,0000
31	48919729	MICROMOTOR PARA LABORATÓRIO OU CONSULTÓRIO. CARACTERÍSTICAS: CANETA COM 4 ROLAMENTOS BLINDADOS; CONTROLE MANUAL DE VELOCIDADE; CHAVE PARA ROTAÇÃO INVERSA; ADAPTADOR PARA CONTRA ÂNGULO (OPCIONAL); PEDAL LIGA/DESLIGA; SISTEMA OVERLOAD PARA PROTEÇÃO DE SOBRECARGA; CANETA COM SISTEMA DE VEDAMENTO ANTIPÓEIRA (MODELO SDEH37L1); ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 35.000 RPM; 45 WATTS DE POTÊNCIA – BIVOLT; TORQUE MÁXIMO, 300GFCM / 2,94. SIMILAR AO MODELO: MICROMOTOR MARATHON 3 CHAMPION TALMAX	UNIDADE	2,0000
32	48919730	MINI REVISTA SAÚDE BUCAL DA GESTANTE PACOTE C/ 08 UNIDADES ABORDA OS SEGUINTE TEMAS: GENGIVITE GRAVÍDICA, ESCOVAÇÃO, COMO EVITAR A GENGIVITE E EVITÁLA, CÁRIES NA GRAVIDEZ, MOLAR RÍGIDO, CÁRIE CORONÁRIA, BOCA SAUDÁVEL, FORMAÇÃO DOS DENTES NOS BEBÊS, IMPORTÂNCIA DO FLÚOR, ANESTESIA NA GRAVIDEZ, MEDICAMENTOS NA GRAVIDEZ E RADIOGRAFIAS NA GRAVIDEZ. COM 8 PÁGINAS ILUSTRADAS COM FOTOGRAFIAS E DESENHOS, NAS DIMENSÕES 10 X 15 CM.	PACOTE	300,0000



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:757 / Pedido: 2020042607

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
33	48919731	MINI REVISTA SAÚDE BUCAL DE 0 A 6 ANOS ABORDA OS SEGUINTE TEMAS: QUANTIDADE CORRETA DE CREME DENTAL, TREINOS DE ESCOVAÇÃO, SUÇÃO DE DEDO, USO DA CHUPETA, MAMADEIRA NOTURNA, USO DO FIO DENTAL, MOLAR DOS 6 ANOS, DEDEIRA DE SILICONE PARA HIGIENE BUCAL E PREVENÇÃO DA BOCA EM GERAL. COM 8 PÁGINAS ILUSTRADAS COM FOTOGRAFIAS E DESENHOS, NAS DIMENSÕES 10 X 15 CM.	PACOTE	300,0000
34	48919732	MOCHO COM SISTEMA DE ELEVÇÃO DO ASSENTO A GÁS E ENCOSTO ANATÔMICO REGULÁVEL, PROPORCIONANDO MAIOR ERGONOMIA AO PROFISSIONAL, BASE COM 5 ROZÍZIOS.	UNIDADE	6,0000
36	48919734	MOTOR ENDODÔNTICO COM CONTRA ÂNGULO ECONNECT PRO COM CONTRA ÂNGULO + 1 ENDOMOTOR + 1 BASE E 1 FONTE DE ENERGIA. TORQUE (0.5 A 4N) E VELOCIDADE (DE 120 A 1000 RPM). SEM FIO. BIVOLT. SIMILAR A MARCA MK LIFE / MOTOR ENDODÔNTICO ENDOPEN – SCHUSTER / MOTOR BASSI IRROT	UNIDADE	3,0000
38	48919736	PEÇA DE MÃO CIRÚRGICA SEMI ANGULADA 1:2 (20°); CORPO DE TITÂNIO; ÓPTICA DE VIDRO CELULAR; SISTEMA DE CABEÇA LIMPA; IRRIGAÇÃO EXTERNA; PARA FRESAS DE 2,35MM; VELOCIDADE MÁX: 80.000 RPM; SIMILAR AO MODELO: PEÇA CIRÚRGICA ANGULADA MULTIPLICADORA SGA E2S NSK	UNIDADE	2,0000
39	48919737	PEÇA RETA ERGONÔMICA E RESISTENTE, A INTRAMATIC 10 ABN 1:1 TEM SPRAY EXTERNO, TROCA DE BROCA NO ANEL E UTILIZA BROCAS PM DE 2,35MM. SIMILAR AOS MODELOS: PEÇA DE MÃO RETA RX1 GNATUS / PEÇA RETA SL 30 SAEVO	UNIDADE	3,0000
40	48919738	RAIO X PORTÁTIL DIOX DE ALTA FREQUENCIA PORTÁTIL. PODE SER UTILIZADO EM CONSULTÓRIO PARTICULAR, HOME CARE E TRABALHOS HUMANITÁRIOS. SEM FIO: BATERIA RECARREGÁVEL; LEVE E COMPACTO: 1,8 KG; USO DE FILME OU SENSOR DIGITAL. SIMILAR AO MODELO: RAOX DIGITAL PORTÁTIL EAGLE X RAY DABI ATLANTE	UNIDADE	1,0000
41	48907573	SELADORA UTILIZADA PARA A SELAGEM DE EMBALAGENS DE PAPEL OU PLÁSTICO PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA BIVOLT COM SITEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES. POTÊNCIA DE 80W. COMPRIMENTO DE SELAGEM 30 CM ESPESSURA DE SELAGEM 12MM. SIMILAR AOS MODELOS: SELADORA COM GUILHOTINA 30 CM CRISTOFOLI / SELADORA BIOSTAMP BIOART	UNIDADE	10,0000
42	48919739	SENSOR INTRAORAL DIGITAL RADIOGRAFIA TAMANHO 1 SUBSTITUI OS FILMES RADIOGRÁFICOS CAPTURANDO IMAGENS DIGITAIS EM QUESTÃO DE SEGUNDOS MEDIDAS: ÁREA EXTERNA: 30X43MM; ÁREA ATIVA: 26X36,5MM; ESPESSURA: 6,7MM; RAM: 2 GB; HD: 500 GB; SIMILAR AOS MODELOS: SENSOR INTRAORAL DIGITAL RADIOGRAFIA SAEVO TAMANHO 1 / SENSOR INTRAORAL DIGITAL EAGLE DABI ATLANTE TAMANHO 1	UNIDADE	2,0000
43	48907563	SENSOR INTRAORAL DIGITAL RADIOGRAFIA TAMANHO 2 SUBSTITUI OS FILMES RADIOGRÁFICOS CAPTURANDO IMAGENS DIGITAIS EM QUESTÃO DE SEGUNDOS MEDIDAS: ÁREA EXTERNA: 30X43MM; ÁREA ATIVA: 26X36,5MM; ESPESSURA: 6,7MM; RAM: 2 GB; HD: 500 GB; SIMILAR AOS MODELOS: SENSOR INTRAORAL DIGITAL RADIOGRAFIA SAEVO TAMANHO 2 / SENSOR INTRAORAL DIGITAL EAGLE DABI ATLANTE TAMANHO 2	UNIDADE	6,0000
44	48907560	SERINGA TRÍPLICE JATO DE AR E ÁGUA ODONTOLÓGICO; PONTEIRA GIRATÓRIA, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL;	UNIDADE	3,0000
45	48919740	SHOWRINDO TEATRO PORTÁTIL DE FANTOCHES CONTENDO 09 PERSONAGENS: DENTE SAUDÁVEL, DENTE CARIADO, FLÚOR, FIO DENTAL, BALA (DOCES), ESCOVA DE DENTES, PASTA, BACTÉRIA E CIRURGIÃO DENTISTA. PALCO MONTADO MEDINDO 1,75 X 1,0 METROS, TENDO SUPORTE METÁLICO FACILMENTE DESMONTÁVEL PINTADO COM PINTURA EPÓXI BRANCA, COM 2 PAINÉIS IMPRESSÃO DIGITAL 4 CORES, 01 PLACA PERSONALIZADA COM NOME DA INSTITUIÇÃO, BOLSA PARA TRANSPORTE E LIVRO TEXTO COM 03 PEÇAS DIFERENTES SOBRE SAÚDE BUCAL.	KIT	2,0000
46	48907581	SUPORTE P/ AVENTAL MEDIDAS: 65CM COMPRIMENTO X 76,2CM DIÂMETRO X 16CM LARGURA DE ÁREA TOTAL. SUPORTA ATÉ 3 AVENTAIS. DEVE SER INSTALADO EM PAREDE DE ALVENARIA. ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO. RODUZIDO EM AÇO 1020, PINTADO EM EPÓXI COM DIMENSÕES APROPRIADAS PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS AVENTAIS/VESTIMENTAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA.	UNIDADE	10,0000
47	48919741	TERMOCOMPACTADOR PARA GUTTA DESTINASE AO AQUECIMENTO E CORTE DE GUTTA PERCHA DURANTE O TRATAMENTO ENDODÔNTICO. CARACTERÍSTICAS: APENAS A EXTREMIDADE DE TRABALHO DA PONTA É AQUECIDA, SEM RISCO DE QUEIMADURA; TEMPERATURA DE 90 ° À 250 ° SELECIONÁVEL (5 MEMÓRIAS); BATERIA DE LÍCIO DE LONGA DURAÇÃO (SEM FIO); ACOMPANHA: 01 UN. CANETA TERMOCOMPACTADORA; 01 UN. BASE CARREGADORA; 01 UN. CARREGADOR BIVOLT; 03 UN. PONTAS TÉRMICAS. SIMILAR OU MELHOR AO MODELO FAST PACK MARCA MK LIFE;	UNIDADE	3,0000



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:757 / Pedido: 2020042607

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
49	48920640	ASSENTO ODONTOPEDIÁTRICO EASY BABY CADEIRA ODONTOPEDIÁTRICA ACOPLÁVEL À CADEIRA ODONTOLÓGICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 6 MESES ATÉ 4 ANOS DE IDADE. CONSISTE EM ESTOFAMENTO DE CURVIN ODONTOLÓGICO, ESTRUTURA INTERNA DE METAL, ALMOFADA DE CABEÇA, ESPUMA INJETADA E TIRAS DE FIXAÇÃO E DE CONTENÇÃO. ADAPTÁVEL A QUALQUER MODELO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. UMA DAS ÚNICAS CADEIRAS QUE FAZ CONTENÇÃO DA CRIANÇA. EVITA QUE A CRIANÇA VÁ PARA A ANESTESIA, PORQUE QUANDO A CRIANÇA NÃO PERMITE QUE O DENTISTA FAÇA AS INTERVENÇÕES ODONTOLÓGICAS, SEJA POR MEDO DE SENTIR DOR OU MEDO DO DESCONHECIDO, TENDE A SE MOVER E AGITAR-SE. COM AS MÃOS TENTA AFASTAR O DENTISTA DE REALIZAR O PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. NO CASO, UTILIZANDO-SE A EASY BABY, ESTA CADEIRA FAZ COM QUE A CRIANÇA FIQUE COM AS MÃOS E PÉS CONTIDOS E A CABEÇA IMOBILIZADA EM UMA ALMOFADINHA ESPECIAL PARA CONTER A CABEÇA. ASSIM EVITA-SE A ANESTESIA, POIS QUANDO A CRIANÇA NÃO PERMITE O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO CONVENCIONAL, FEITO EM CONSULTÓRIO, É NECESSÁRIO QUE FIQUE IMÓVEL, E UM DOS MÉTODOS UTILIZADO É A ANESTESIA.	UNIDADE	1,0000
50	48920641	CADEIRA ODONTOLÓGICA COM VARIADAS POSIÇÕES DE TRABALHO, PEDAL JOYSTICK NA BASE COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO E VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO; CABECEIRA MULTIARTICULADA; BRAÇOS ARTICULÁVEIS E COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, ACIONADO POR BOTÃO LOCALIZADO SOB O CORPO DO EQUIPO NA PEGA LATERAL. OFERECENDO LIBERDADE AOS MOVIMENTOS; SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. CAIXA DE CONEXÕES INCORPORADA. PUXADOR BILATERAL. COMANDO PAD: PAINEL DE COMANDOS PAD COM ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES CADEIRA; ARTICULAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NA LINHA DO ACETÁBULO, EQUIPO DE 3 TERMINAIS (SERINGA TRÍPLICE; 1 TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO BORDEN, 1 TERMINAL PARA BAIXA ROTAÇÃO SEM REFRIGERAÇÃO POR SPRAY). PEDAL PROGRESSIVO. BANDEJA ÚNICA EM INOX REFLETOR 3/5 LEDS; CUBA TRANSLÚCIDA REMOVÍVEL E SERINGA TRÍPLICE NA UNIDADE DE ÁGUA. BIVOLT SIMILAR AOS MODELOS: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO G2 F SOFT 3 LEDS ITÁLIA AZMAR GNATUS / CADEIRA ODONTOLÓGICA PERSONAL AIR DABI ATLANTE	UNIDADE	4,0000
51	48920642	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ELETROELETRÔNICO PORTÁTIL QUE DISPENSA O USO DE COMPRESSOR OU CILINDRO DE AR COMPRIMIDO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA COM CAPACIDADE DE 600ML; RESERVATÓRIO DO ASPIRADOR SUGADOR COM CAPACIDADE DE 1,3 LITROS; PAINEL COM SUPORTE PARA OS INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS (01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ELÉTRICA COM RECOBRIMENTO PLASMATEC COM CORTE CONTÍNUO E HOMOGÊNEO. 01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO ELÉTRICA. 01 SERINGA TRÍPLICE. 01 ASPIRADOR SUGADOR. 01 FOTOPOLIMERIZADOR ELETRÔNICO. 01 ULTRASSOM PIEZOELETRÔNICO ELETRÔNICO); TODOS ESSES EQUIPAMENTOS SÃO CONTROLADOS POR UM DISPLAY TOUCHSCREEN ELETRÔNICO COM COMANDOS DE POSSÍVEL LIGAR/DESLIGAR TODOS OS EQUIPAMENTOS; 01 BANQUETA DOBRÁVEL PORTÁTIL PARA C.D. COM ENCOSTO DE METAL, ASSENTO DE COURVIN ODONTOLÓGICO, DIMENSÕES: ALTURA 62CM, DIMENSÕES DO ASSENTO: 28X28CM, ESTRUTURA METÁLICA CROMADA; 01 REFLETOR PORTÁTIL RETRÁTIL COM TRIPÉ E HASTE FLEXÍVEL DE 56 CM, HASTE CROMADA MEDE 48CM, ALTURA FECHADO 1,18 METROS, ALTURA ABERTO CHEGA ATÉ 1,67 METROS E LÂMPADA DE LED'S BRANCA FRIA COM DURAÇÃO DE 2.000 HORAS; 01 CADEIRA ODONTOLÓGICA PORTÁTIL LEVISSIMA PARA PACIENTE, PESA APENAS 4,95 KG, DOBRÁVEL, COM 05 POSIÇÕES, COMPOSTA DE ASSENTO, PÉS DIANTEIRO, TRASEIRO, APOIO LOMBAR E APOIO PARA PÉS, APOIA BRAÇOS COM SELETOR DE POSIÇÕES; 01 ADAPTADOR PARA EM BATERIA DE AUTOMÓVEL DE 12V	UNIDADE	1,0000
52	48920643	FORNO FOTOLIMERIZADOR, TENSÃO ENTRADA: 100-240V - AUTOMÁTICO; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA DO MOTOR: APROXIMADAMENTE 4W; VELOCIDADE DO MOTOR: APROXIMADAMENTE 6 RPM; CONSUMO EM 220V; ESPERA: 43 MA; PRÉ: 61MA; POLIMERIZAÇÃO: 87 MA; CONSUMO EM 110V; ESPERA: 43 MA; PRÉ: 77 MA; POLIMERIZAÇÃO: 153 MA; LED AZUL: POTÊNCIA: 1W; INTENSIDADE DE LUMINOSIDADE 1 LED (PRÉ): 7.500MCD; INTENSIDADE DE LUMINOSIDADE 6 LED (POLIMERIZAÇÃO): 45.000MCD; COMPRIMENTO DA ONDA/RADIAÇÃO DE LUZ: 470NM; VARIAÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: +/- 5NM; ÂNGULO DE ABERTURA: 140°; FLUXO LUMINOSO: 75IM; LED UV: POTÊNCIA: 1W; COMPRIMENTO DE ONDA/RADIAÇÃO DE LUZ: 395NM; VARIAÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: +/- 5NM; ÂNGULO DE ABERTURA: 20°; INTENSIDADE/POTÊNCIA RADIOMÉTRICA: 155MW; LED STROBO; POTÊNCIA: 7MW; CORRENTE MÁXIMA: 15MA; DIMENSÕES: 214MM (COMPRIMENTO), 218MM (ALTURA) E 220MM (LARGURA), SIMILAR AO MODELO: FORNO FOTOLIMERIZADOR PARA RESINA PHOTON FLASH MAXX ESSENCE DENTAL VH	UNIDADE	1,0000
53	48920653	KIT FANTASIAS QUARTETO DA SAÚDE BUCAL CONTEM: 01 FANTASIA PARA VESTIR EM FORMATO DE DENTE MOLAR EM LONA FANTASY FLEX MEDINDO 140 X 80 X 40 CM COM PLACA PERSONALIZADA COM NOME DA PREFEITURA OU INSTITUIÇÃO; 01 FANTASIA PARA VESTIR EM FORMA DE FIO DENTAL EM LONA CRYSTAL FLEX MEDINDO 140 X 80 X 40 CM COM PLACA PERSONALIZADA COM NOME DA PREFEITURA OU INSTITUIÇÃO; 01 FANTASIA PARA VESTIR EM FORMA DE CREME DENTAL COM LONA CRYSTAL FLEX MEDINDO 140 X 80 X 40 CM COM PLACA PERSONALIZADA COM NOME DA PREFEITURA OU INSTITUIÇÃO; 01 FANTASIA PARA VESTIR EM FORMA DE ESCOVA DENTAL COM LONA CRYSTAL FLEX MEDINDO 140 X 80 X 40 CM COM PLACA PERSONALIZADA COM NOME DA PREFEITURA OU INSTITUIÇÃO; CD ROM QUARTETO DA SAÚDE BUCAL COM MÚSICAS E TEATRO.	KIT	1,0000



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:757 / Pedido: 2020042607

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
54	48920654	KIT HIPER BOÇÃO É COMPOSTO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, 4 RODÍZIOS PARA TRANSPORTE, 2 ALÇAS METÁLICAS, ESTAMPA EM 4 CORES COM TEMAS DECORATIVOS DE SAÚDE BUCAL COM PERSONALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, MEDINDO 60 X 60 X 100 CM, 1 BOCA COMPOSTA DE ARCADA SUPERIOR E ARCADA INFERIOR, 32 DENTES FIXOS COM FINALIDADES DEMONSTRATIVAS DE TÉCNICAS DE HIGIENIZAÇÃO MEDINDO 67 X 47 X 57 CM, CONFECCIONADA COM HOMOPOLÍMERO POLIESTIRENO EXPANDIDO, 1 LÍNGUA AVELUDADA MEDINDO 50 X 30 X 10 CM, 1 CÁLCULO (TÁRTARO) DEMONSTRATIVO NA REGIÃO LINGUAL DOS INCISIVOS INFERIORES, 1 PLACA BACTERIANA DEMONSTRATIVA NA REGIÃO OCLUSAL DO TERCEIRO MOLAR INFERIOR ESQUERDO, 1 ESCOVA DENTÁRIA GIGANTE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO MEDINDO 85 X 08 X 15 CM E 1 FIO DENTAL DEMONSTRATIVO GIGANTE MEDINDO 23 X 26 CM.	KIT	1,0000
55	48920655	MOTOR DE IMPLANTE COM ILUMINAÇÃO EM LED BRANCO COM MAIS DE 32.000 LUX DE INTENSIDADE; MICROMOTOR EM CORPO DE TITÂNIO SÓLIDO; BOMBA PERISTÁLTICA; CAPACIDADE DE 8 PROGRAMAS AVANÇADOS; AJUSTE ELETRÔNICO DE TORQUE DE ATÉ 80 NCM (580N); VELOCIDADE DO EIXO DO MICROMOTOR DE 200~40.000 RPM; PEDAL INTELIGENTE TIPO ACELERADOR DE VELOCIDADE, BOTÃO PARA AJUSTE DO FLUXO DA SOLUÇÃO REFRIGERANTE, BOTÃO PARA AVANÇAR OS PROGRAMAS E BOTÃO PARA ACIONAR O REVERSO; CONTA COM CONTROLE (CONSOLE) COM AMPLO DISPLAY DE LCD COM FUNÇÕES: AJUSTE DA INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO; DEFINIR O VOLUME DE LÍQUIDO REFRIGERANTE DA BOMBA PERISTÁLTICA; SELEÇÃO DAS ENGRENAGENS OU RELAÇÃO DE VELOCIDADE DO CONTRA ÂNGULO OU DA PEÇA DE MÃO A SER UTILIZADA; SENTIDO DA ROTAÇÃO; AJUSTE DO TORQUE DESEJADO; AJUSTE DA VELOCIDADE DA FRESA, BROCA OU LÂMINA DA MICROSEERRA; MEMORIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FEITA; AVANÇAR OU RECUAR OS PROGRAMAS; CALIBRAÇÃO DOS PARÂMETROS DA PEÇA DE MÃO (CALIBRAÇÃO); SIMILAR OU MELHOR AO MODELO MOTOR DE IMPLANTE SURGICPRO NSK	UNIDADE	1,0000
56	48920656	MOTOR ROTATÓRIO PARA ENDODONTIA SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE CONTROLE; 1 CONTRAÂNGULO COM CABEÇA PEQUENA E POSSÍVEL AJUSTE EM 6 POSIÇÕES DIFERENTES (GIRO DE 360°); COM CABO E CONECTOR, APOIO PARA PEÇA DE MÃO, ADAPTADOR DE SPRAY LUBRIFICANTE, TIPO F, TRANSFORMADOR MODELO CINCON ELECTRONICS CO. LTD, TR30RAM180; OPÇÃO AUTO REVERSE; COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS WAVE ONE, WAVE ONE GOLD, PROTAPER E DEMAIS SISTEMAS DISPONÍVEIS. SIMILAR O MELHOR AO MODELO: MOTOR ENDODONTICO X SMART PLUS + CONTRA ÂNGULO MAILLEFER – DENTSPLY	UNIDADE	3,0000
57	48920657	ULTRASSOM PORTÁTIL ACOMPANHA 3 PONTAS ULTRASSÔNICAS (A, P E PS); ILUMINAÇÃO LED; ABASTECIMENTO DE ÁGUA AUTÔNOMO COM GARRAFA DE 350 ML; MODO OPERACIONAL: COM IRRIGAÇÃO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; SEM IRRIGAÇÃO: CICLO DE TRABALHO 10% DURANTE NO MÁXIMO 10 MINUTOS; FONTE DE ENERGIA: TENSÃO 100240 VAC / 5060 HZ 30 VDC; CONSUMO DE ENERGIA: 30 W; POTÊNCIA MÁXIMA 8 WATTS; FAIXA DE FREQUÊNCIA 2432 KHZ; PEÇA DE MÃO É ESTERILIZÁVEL A 135°. SIMILAR OU MELHOR AO MODELO ULTRASSOM PORTÁTIL PIEZON PM250 LED – EMS	UNIDADE	2,0000

O CÁLCULO DOS EQUIPAMENTOS FOI BASEADOS NA OFERTA E PROCURA DO SERVIÇO DA ODONTOLOGIA, ONDE CHEGAMOS A QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA ACOLHER E ATENDER OS PACIENTES COM APARELHOS ADEQUADOS E EM BOM FUNCIONAMENTO, VISTO QUE A DETERIORIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANTIGOS, SEM OPÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO O QUE JUSTIFICA A TROCA POR UM NOVO EQUIPAMENTO; A PASTA DA ODONTOLOGIA ATENDE NÃO APENAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COMO TAMBÉM OFERECE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, O QUE JUSTIFICA A GRANDE VARIEDADE DE ITENS SOLICITADOS PARA SUPRIR TODOS OS CONSULTÓRIOS E ATENDIMENTOS EXTERNOS (HOSPITALAR E DOMICILIAR)

5 - PREVISÃO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

IMEDIATA

6 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

7 - INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Integrantes Equipe:

Nome: JACQUELYNE DIAS PEDROSA

Matrícula: 3557

Email: jacque_pedrosa@hotmail.com

Dr. Jacquelyne Dias Pedrosa
Coordenadora de Saúde Bucal
CRC 05 576

Nome: VIVIANE ALVES REZENDE

Matrícula: 4271

Email: vivianealvesrezende@yahoo.com.br

Dr. Viviane Alves Rezende
Cirurgiã Dentista
CRO-GO 10637
CPF - 004245221-01

Responsável Fiscalização:

Nome: JACQUELYNE DIAS PEDROSA

Matrícula: 3557

Email: jacque_pedrosa@hotmail.com

Dr. Jacquelyne Dias Pedrosa
Coordenadora de Saúde Bucal
CRC 05 576



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:757 / Pedido: 2020042607

8 - SECRETÁRIO DEMANDANTE

De acordo com a demanda.

JADER ADRIANO DA SILVA
Gestor de Saúde Quirinópolis-GO
Secretário
Decreto SRM N. 166/2021

9 - AUTORIZAÇÃO DEMANDA

Autorizo o início da formalização da demanda.

JADER ADRIANO DA SILVA
Secretário Mun. de Saúde Quirinópolis-GO
Decreto SRM N. 166/2021
GESTOR

 