



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 291

INTRODUÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIRINÓPOLIS/GO QUE TEM POR FINALIDADE ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU, POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA VIATURA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PROCESSO SUPERVISIONADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A CONTRATAÇÃO PRETENDIDA VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DO SAMU, GARANTINDO A CONTINUIDADE, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS À POPULAÇÃO PELO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO. OS ITENS SOLICITADOS COMPREENDEM ELETRODOS MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS COMPATÍVEIS COM DESFIBRILADOR EXISTENTE NA UNIDADE MÓVEL E CARREGADOR DESTINADO AO EQUIPAMENTO DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR UTILIZADO DURANTE ATENDIMENTOS DE PACIENTES EM ESTADO CRÍTICO.

A NECESSIDADE DECORRE DA UTILIZAÇÃO CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS DURANTE OS ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS REALIZADOS PELA EQUIPE DO SAMU, ESPECIALMENTE EM SITUAÇÕES DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA (PCR), REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR E DEMAIS OCORRÊNCIAS QUE DEMANDEM SUPORTE AVANÇADO À VIDA.

A AUSÊNCIA DOS ITENS PODERÁ COMPROMETER DIRETAMENTE A CAPACIDADE OPERACIONAL DA UNIDADE MÓVEL, OCASIONANDO PREJUÍZOS À ASSISTÊNCIA EM SAÚDE E COLOCANDO EM RISCO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A CONTRATAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR OS REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIDADE, GARANTIA, SEGURANÇA E COMPATIBILIDADE TÉCNICA NECESSÁRIOS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA UNIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

OS PRODUTOS FORNECIDOS DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO E CONSERVAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES.

OS ITENS DEVERÃO POSSUIR COMPATIBILIDADE TÉCNICA COM O DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR DE UMA UNIDADE MÓVEL DO SAMU, SENDO VEDADO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS INCOMPATÍVEIS OU QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO.

O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR A QUALIDADE, DURABILIDADE E PLENO FUNCIONAMENTO DOS PRODUTOS ENTREGUES, RESPONSABILIZANDO-SE PELA SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DOS ITENS QUE APRESENTAREM DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, AVARIAS, INCOMPATIBILIDADES OU IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS DURANTE O RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO.

QUANDO APLICÁVEL, OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR REGISTRO, CERTIFICAÇÃO OU REGULARIZAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, OBSERVANDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.

O TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO E ENTREGA DOS MATERIAIS SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DEVENDO OS PRODUTOS SER ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E FUNCIONAMENTO.

A CONTRATADA DEVERÁ AINDA OBSERVAR OS PRINCÍPIOS E DISPOSIÇÕES PREVISTOS NA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, ESPECIALMENTE QUANTO À GARANTIA DA QUALIDADE DO OBJETO CONTRATADO, EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO.

PRAZO DE ENTREGA:

A ENTREGA DEVERÁ OCORRER EM PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, PODENDO SER ESTABELECIDO PRAZO INFERIOR EM RAZÃO DA URGÊNCIA E NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

FOI REALIZADO LEVANTAMENTO DE MERCADO JUNTO A FORNECEDORES ESPECIALIZADOS EM EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES, VERIFICANDO-SE A EXISTÊNCIA DE EMPRESAS APTAS AO FORNECIMENTO DOS ITENS PRETENDIDOS.

CONFORME PESQUISA PRELIMINAR, CONSTATOU-SE QUE HÁ DISPONIBILIDADE DE MERCADO PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOS MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS E CARREGADORES COMPATÍVEIS COM DESFIBRILADORES/CARDIOVERSORES UTILIZADOS EM UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A SOLUÇÃO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS UTILIZADO PELA UNIDADE DO SAMU, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO NOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. A CONTRATAÇÃO PERMITIRÁ A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO, ASSEGURANDO MAIOR SEGURANÇA, EFICIÊNCIA OPERACIONAL E SUPORTE ADEQUADO ÀS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA EQUIPE. RESSALTA-SE QUE OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS EM QUESTÃO SERÃO POSTERIORMENTE INSERIDOS EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO PLANEJADA E MANUTENÇÃO CONTÍNUA DA DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E VALORES A SEREM CONTRATADA

A ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS FOI REALIZADA COM BASE NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SAMU, CONSIDERANDO O CONSUMO, REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA VIATURA.

ESTIMATIVA DE VALOR:

CASA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

VALOR TOTAL R\$ 8.730,00

MEDICAL COM HOSPITALARES EIRELI ME



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 291

VALOR TOTAL R\$ 9.510,00

CASA DA SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

VALOR TOTAL R\$ 9.020,00

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

VALOR TOTAL R\$ 10.824,15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Referência	Valor Referência Total
1	CARREGADOR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO E RECARGA DE BATERIA DE DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR UTILIZADO EM UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SAMU, COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, TIPO DE BATERIA LÍTRIO POLÍMETRO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, CONECTOR DE 05 (CINCO) PINOS, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO E SUPERAQUECIMENTO, ACOMPANHADO DE CABO DE ALIMENTAÇÃO, DEVENDO SER NOVO, SEM USO, RESISTENTE PARA UTILIZAÇÃO CONTÍNUA EM AMBIENTE HOSPITALAR E COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO EXISTENTE NA UNIDADE, GARANTINDO FUNCIONAMENTO SEGURO, EFICIENTE E CONTÍNUO DURANTE OS ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS.	UNIDADE	1,0000	0,0000	0,0000
2	ELETRODOS (DEA) ADULTO E INFANTIL - ELETRODO MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS ADULTO OU INFANTIL. AS PLACAS CMOS DRAKE MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS PARA USO ADULTO E INFANTIL SÃO CONSTITUÍDAS POR UM PAR DE ELETRODOS PRÉ-GELIFICADOS, AUTO ADESIVOS, AMBOS EQUIPADOS COM CABO COM UM ÚNICO CONECTOR BIPOLAR DA COR AZUL E BRANCO PARA A LIGAÇÃO DIRETA OU INDIRETA AO DESFIBRILADOR/ESTIMULADOR. A FORMA ARREDONDADA DOS ELETRODOS CONTRIBUI PARA REDUZIR O RISCO DE DESUNIFORMIDADE NA DENSIDADE DE CORRENTE, SOBRETUDO DURANTE A DESCARGA DE DESFIBRILAÇÃO, E, PORTANTO DE QUEIMADURAS DA PELE. O ELEVADO ISOLAMENTO DOS MATERIAIS DE PROTEÇÃO E O CONECTOR PROTEGIDO LIMITAM O PERIGO DE MICRO CHOQUES ELÉTRICOS INDESEJADOS. AS PLACAS CMOS DRAKE MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS SÃO EMBALADAS EM SACOS HERMÉTICOS DE MATERIAL OPACO DESTINADO A PROTEGER O GEL DA LUZ E DA UMIDADE. AS PLACAS CMOS DRAKE MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS SÃO INDICADAS NAS SEGUINTE APLICAÇÕES: DESFIBRILAÇÃO EXTERNA, CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA TRANSTORÁCICA E/O TRANSESÓFAGA, ELETRO ESTIMULAÇÃO CARDÍACA TEMPORÁRIA TRANSTORÁCICA (NÃO INVASIVA), MONITORIZAÇÃO ELETROCARDIOGRÁFICA. AS PLACAS CMOS DRAKE MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS PERMITEM QUE O OPERADOR POSSA INTERVIR COM EFICÁCIA NO TRATAMENTO DOS PROBLEMAS DE RITMO RELATIVOS À APLICAÇÕES ACIMA MENCIONADAS, SEM O PERIGO DE CHOQUES ACIDENTAIS DEVIDOS AO USO DE PLACAS REUTILIZÁVEIS DE DOTAÇÃO NORMAL. AS PLACAS CMOS DRAKE MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS SÓ PODERÃO SER UTILIZADAS NO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA – MODELO LIFE 400 FUTURA E NO CARDIOVERSOR BIFÁSICO – MODELO LIFE 400 PLUS FUTURA.	UNIDADE	5,0000	0,0000	0,0000

JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

A CONTRATAÇÃO SERÁ REALIZADA DE FORMA INTEGRAL, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS SEM INTERRUPÇÃO.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

NÃO HÁ CONTRATAÇÃO CORRELATAS



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 291

ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - PCA

A CONTRATAÇÃO ESTÁ ALINHADA AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO A MELHORIA DA GESTÃO E A EFICÁCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.

RESULTADOS PRETENDIDO

COM A PRESENTE CONTRATAÇÃO, PRETENDE-SE GARANTIR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA UNIDADE DO SAMU, ASSEGURANDO O PLENO FUNCIONAMENTO COM OS EQUIPAMENTOS UTILIZADO NOS PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. BUSCA-SE AINDA PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DURANTE OS ATENDIMENTOS, EVITAR INTERRUPÇÕES DOS SERVIÇOS POR FALTA DE ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS E MANTER A CAPACIDADE OPERACIONAL DA UNIDADE MÓVEL, CONTRIBUINDO PARA A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRESTADA À POPULAÇÃO.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

A ENTREGA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ OCORRER EM DATA PRÉ ACORDADA ENTRE A CONTRATANTE E FUTURA CONTRATADA, APÓS ASSINATURA CONTRATO/ATA OU EMISSÃO DE ORDEM DE FORNECIMENTO.

IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

O REFERIDO PROCESSO BUSCA PARCEIROS QUE POSSUEM PROCEDIMENTO QUE MITIGAM OS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS, ESPECIALMENTE NO CONTEXTO DE UNIDADES DE SAÚDE.

VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

DIANTE DAS INFORMAÇÕES LEVANTADAS, VERIFICA-SE QUE A CONTRATAÇÃO É TECNICAMENTE VIÁVEL, NECESSÁRIA E RAZOÁVEL, CONSIDERANDO A ESSENCIALIDADE DOS MATERIAIS PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO SAMU. A SOLUÇÃO PROPOSTA ATENDE AO INTERESSE PÚBLICO, MOSTRA-SE ADEQUADA ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO E ECONOMICIDADE. DESSA FORMA, CONCLUI-SE PELA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO PRETENDIDA.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO SIGILO

NÃO SE APLICA

RESPONSÁVEL(IS) PELA ELABORAÇÃO

ESTA EQUIPE DE PLANEJAMENTO MANIFESTA-SE FAVORAVELMENTE AO PROSSEGUIMENTO DESTE PROCESSO DE DISPENSA, CONFORME ORIENTAÇÕES DESTE INSTRUMENTO

Responsável:

Nome: MARCIA FERREIRA DE AZEVEDO

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇO DE SAÚDE

Responsável:

Nome: JADER ADRIANO DA SILVA

Cargo: SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável:

Nome: JADER ADRIANO DA SILVA

Cargo: SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE



Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por MARCIA FERREIRA DE AZEVEDO, portador do CPF: 529.839.431-00, em 27/05/2026 15:38:02. Validar autenticidade em:
[http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/F018\\$Z58teX](http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/F018$Z58teX) - utilizando o código: F018\$Z58teX



Assinaturas Digitais (Certificado Digital)

Assinatura digital - Nome: JADER ADRIANO DA SILVA e-CPF: 015.078.601-88 Usuário: jader.adriano Local: BR Data: 28/05/2026 08:23:41 IP: e-Assinatura: F018\$Z58teX - <http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios>