



MUNICÍPIO DE ITUMBIARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Avenida Beira Rio 399 - Alto Da Boa Vista, Itumbiara, Goiás

04.394.796/0001-65

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

PROCESSO DE Dispensa DE LICITAÇÃO Nº 29703

Data: 01/08/2025 08:00

Data de julgamento: 06/08/2025 10:12:00

Licitação / Modalidade: Dispensa

1 - Abertura da sessão

No DEPARTAMENTO DE COMPRAS reuniram-se o(a) Presidente(a) e os membros da comissão de licitação, constituída pelo decreto/portaria n.º com finalidade de receber e julgar documentação de habilitação e proposta comercial dos interessados em participar do processo licitatório de modalidade Dispensa n.º 29703, tipo " - Global".

2 - Do Objeto

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO COM TROCA DE BATERIA INCLUSA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS DAS UNIDADES DE SAÚDES CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA | COMPRAS AGRUPADAS NO PEDIDO: 29385

3 - Da justificativa

A presente Dispensa justifica-se devido à necessidade o objeto supracitado e a importância dos mesmos que darão suporte às atividades do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE no desenvolvimento de suas obrigações diárias para o bom andamento dos serviços públicos prezando pela qualidade e eficiência do atendimento às necessidades da população desde município.

4 - Fundamentação Legal

Considerando que o valor da contratação se encontra abaixo do valor previsto nos termos da Lei Nº 14.133/21, resta possibilitada a utilização da Dispensa de licitação, conforme segue:

Dispensa - inciso II do Art. 75 Lei Nº 14.133/21

No caso em pauta, o valor a ser contratado é de R\$ 6.990,00. Dessa feita que se enquadra no Dispensa - inciso II do Art. 75 Lei Nº 14.133/21.

Assim sendo, e, estando atendidas todas as exigências requeridas pelos dispositivos retro mencionados, tem-se justificada a dispensa da licitação em pauta.

5 - Razão da escolha do fornecedor

Por ser a mais vantajosa e compatível com a realidade do mercado, foi feita a escolha da proposta da empresa, conforme consta nos autos do presente processo:

Lote 1,00 Item 1: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO MARCA: BIOTECNO, MODELO:

BT1100/420,S# 2022.2537 INCLUSO NO SERVIÇO:

-AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO COM CHECK LIST DOS ITENS VERIFICADOS;

-CALIBRAÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA DA CÂMARA COM EMISSÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO.

-TESTES OPERACIONAIS.

-TROCA DE BATERIA ESTACIONÁRIA 12V 70AH CAPACIDADE @25°C 70AH (C100); DIMENSOES: COMPRIMENTO 24,4 CM/ LARGURA 17,5 CM / ALTURA

POSICÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	CLASSIFICAÇÃO	SIT. JULGAMENTO
1	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA ME	10.520.565/0001-53	SERVIÇO	R\$ 2.330,00	Classificada	Ganhador
2	ERATECH MANUTENÇÃO HOSPITALAR	55.009.962/0001-01		R\$ 2.590,00	Classificada	
3	MTB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	31.824.369/0001-42	N/T	R\$ 2.590,50	Classificada	
4	MED PLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	34.075.280/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.590,50	Classificada	

Lote 1,00 Item 2: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO MARCA: BIOTECNO, MODELO:

BT1100/560,S# 2022.2539 INCLUSO NO SERVIÇO:

-AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO COM CHECK LIST DOS ITENS VERIFICADOS;

-CALIBRAÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA DA CÂMARA COM EMISSÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO.

-TESTES OPERACIONAIS.

-TROCA DE BATERIA ESTACIONÁRIA 12V 70AH CAPACIDADE @25°C 70AH (C100); DIMENSOES: COMPRIMENTO 24,4 CM/ LARGURA 17,5 CM / ALTURA

POSICÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	CLASSIFICAÇÃO	SIT. JULGAMENTO
1	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA ME	10.520.565/0001-53	SERVIÇO	R\$ 2.330,00	Classificada	Ganhador
2	ERATECH MANUTENÇÃO HOSPITALAR	55.009.962/0001-01		R\$ 2.796,00	Classificada	
3	MTB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	31.824.369/0001-42	N/T	R\$ 2.796,60	Classificada	
4	MED PLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	34.075.280/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.796,60	Classificada	

Lote 1,00 Item 3: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO MARCA: BIOTECNO, MODELO:

BT1100/420,S# 2022.2538 INCLUSO NO SERVIÇO:

-AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO COM CHECK LIST DOS ITENS VERIFICADOS;

-CALIBRAÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA DA CÂMARA COM EMISSÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO.

-TESTES OPERACIONAIS.

-TROCA DE BATERIA ESTACIONÁRIA 12V 70AH CAPACIDADE @25°C 70AH (C100); DIMENSOES: COMPRIMENTO 24,4 CM/ LARGURA 17,5 CM / ALTURA



MUNICÍPIO DE ITUMBIARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Avenida Beira Rio 399 - Alto Da Boa Vista, Itumbiara, Goiás

04.394.796/0001-65

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	CLASSIFICAÇÃO	SIT. JULGAMENTO
1	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA ME	10.520.565/0001-53	SERVIÇO	R\$ 2.330,00	Classificada	Ganhador
2	ERATECH MANUTENÇÃO HOSPITALAR	55.009.962/0001-01		R\$ 2.549,00	Classificada	
3	MTB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	31.824.369/0001-42	N/T	R\$ 2.549,67	Classificada	
4	MED PLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	34.075.280/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.549,67	Classificada	

6 - Da Habilitação

Após o julgamento das propostas, passa-se a etapa de habilitação dos vencedores , para a verificação da documentação;

Analisada a documentação, considerou:

Empresa(s) habilitada(s): PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA ME, MED PLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, MTB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, ERATECH MANUTENÇÃO HOSPITALAR

EMPRESA: ERATECH MANUTENÇÃO HOSPITALAR

CNPJ / CPF: 55.009.962/0001-01

DOCUMENTO	SITUAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO DISPENSA	Habilitado

EMPRESA: MED PLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ / CPF: 34.075.280/0001-19

DOCUMENTO	SITUAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO DISPENSA	Habilitado

EMPRESA: MTB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA

CNPJ / CPF: 31.824.369/0001-42

DOCUMENTO	SITUAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO DISPENSA	Habilitado

EMPRESA: PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA ME

CNPJ / CPF: 10.520.565/0001-53

DOCUMENTO	SITUAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO DISPENSA	Habilitado

7 - Do valor contratado e da justificativa do preço

A escolha da proposta, mais vantajosa, ocorreu com base na prévia pesquisa de preços realizada para esta dispensa, conforme segue:

EMPRESA		CNPJ / CPF			
PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA ME		10.520.565/0001-53			
Item	Nome Produto	Und	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
1.1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO MARCA: BIOTECNO, MODELO: BT1100/420,S# 2022.2537 INCLUSO NO SERVIÇO: -AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO COM CHECK LIST DOS ITENS VERIFICADOS; -CALIBRAÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA DA CÂMARA COM EMISSÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. -TESTES OPERACIONAIS. -TROCA DE BATERIA ESTACIONÁRIA 12V 70AH CAPACIDADE @25°C 70AH (C100); DIMENSOES: COMPRIMENTO 24,4 CM/ LARGURA 17,5 CM / ALTURA	SERVIÇO	1,0000	R\$ 2.330,00	R\$ 2.330,00
1.2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO MARCA: BIOTECNO, MODELO: BT1100/560,S# 2022.2539 INCLUSO NO SERVIÇO: -AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO COM CHECK LIST DOS ITENS VERIFICADOS; -CALIBRAÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA DA CÂMARA COM EMISSÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. -TESTES OPERACIONAIS. -TROCA DE BATERIA ESTACIONÁRIA 12V 70AH CAPACIDADE @25°C 70AH (C100); DIMENSOES: COMPRIMENTO 24,4 CM/ LARGURA 17,5 CM / ALTURA	SERVIÇO	1,0000	R\$ 2.330,00	R\$ 2.330,00
1.3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO MARCA: BIOTECNO, MODELO: BT1100/420,S# 2022.2538 INCLUSO NO SERVIÇO:	SERVIÇO	1,0000	R\$ 2.330,00	R\$ 2.330,00



MUNICÍPIO DE ITUMBIARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Avenida Beira Rio 399 - Alto Da Boa Vista, Itumbiara, Goiás

04.394.796/0001-65

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

-AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO COM CHECK LIST DOS ITENS VERIFICADOS; -CALIBRAÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA DA CÂMARA COM EMISSÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. -TESTES OPERACIONAIS. -TROCA DE BATERIA ESTACIONÁRIA 12V 70AH CAPACIDADE @25°C 70AH (C100); DIMENSÕES: COMPRIMENTO 24,4 CM/ LARGURA 17,5 CM / ALTURA				
--	--	--	--	--

– O valor global da proposta vencedora é de R\$ R\$ 6.990,00

Após conferência do preço, a Comissão de licitação julgou o valor compatível com os praticados no mercado, assim sendo, sugere pela ratificação desta dispensa de licitação mediante parecer jurídico,

8 – Observações

9 – Encerramento

Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, lavra-se a presente ata que após lida, aprovada assinada pela Comissão Municipal de Licitação e pelos licitantes presentes.

Licitantes presentes:

MTB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA

SÓCIO

PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA ME

SÓCIO

ERATECH MANUTENÇÃO HOSPITALAR

SÓCIO

MED PLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

SÓCIO