



MUNICIPIO DE ITUMBIARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispõe sobre a declaração de Dispensa de licitação para AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO TIPO AGITADOR DE KLINE, COM FINALIDADE DE USO LABORATORIAL EM EXAMES DE VDRL(VENEREAL DISEASE RESEARCH LABORATORY), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NA SOLI processo 37243/2025.

O(a) Responsável Sr.(a) ELINAMAR ARANTES SILVA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

CONSIDERANDO que a situação se enquadra na Dispensa - inciso II do Art. 75 Lei Nº 14.133/21 e alterações posteriores;

CONSIDERANDO que existe compatibilidade orçamentária e financeira com a LOA e PPA;

Cód. Órgão/Unidade Orçamentária	Dotação Orçamentária	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor estimado
03.21	03.21.10.301.6010.2058.4.4.90.52.00	4.4.90.52.00	102	1.288,00
TOTAL				1.288,00

CONSIDERANDO finalmente que, o parecer jurídico, aponta para a possibilidade legal da referida contratação;

RESOLVE:

I – DECLARAR DISPENSÁVEL a realização de procedimento licitatório.

II – AUTORIZAR a contratação direta, por Dispensa de licitação:

Empresa: SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF: 45.438.636/0001-58

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
1	1	EQUIPAMENTO AGITADOR DE KLINE PARA EXAMES VDRL, CONSTITUIDO POR BASE DE PLASTICO ABS, PLATAFORMA METALIZADA A FRIO, MOTOR DE CORRENTE CONTINUA, COM PAINEL FRONTAL, INTERRUPTOR E CONTROLADORES DE VELOCIDADE E TEMPO; A PLATAFORMA DEVE SER REVESTIDA COM MANTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, QUE PERMITE MELHOR FIXAÇÃO DO RECIPIENTE A SER AGITADO, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO E POSSIVEIS DERRAMAMENTOS; CONTENDO OS SEGUINTE DADOS TECNICOS: -MOVIMENTO DE AGITAÇÃO ORBITAL; -CARGA MAXIMA:1,8 KG; -MODOS DE OPERAÇÃO CONTINUO E TEMPORIZADO; -CONTROLADORES DE VELOCIDADE E TEMPO ANALOGICOS; --VELOCIDADE AJUSTAVEL:0 - 210 RPM; -TIMER: 0 - 60MIN; -RAIO DE AGITAÇÃO: 22MM; -TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO: -5 A 40°C; -UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO: ≈80%; -DIMENSOES DA PLATAFORMA (LXP): 315X218 MM; -DIMENSOES DO AGITADOR (LXPXA): 320X320X120 MM; -PESO: 3,4 KG; -VOLTAGEM: 220V (60HZ) -POTENCIA: 10W -FUSIVEL: F1AL250V.	UNIDADE	GLOBALTRADE GT-201BD	1,0000	1.288,0000	1.288,0000
Total							1.288,0000
Total							1.288,0000



MUNICIPIO DE ITUMBIARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, 4 de setembro de 2025.

Responsável