

Solicitação de proposta

Brasília, 06 de agosto de 2024

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS - RCC 10113961 – PROJETO - IGM-017-AEP-23-2-3

Prezados Senhores,

Solicito o envio de proposta para o material abaixo relacionado.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID/ MEDIDA
001	AGITADOR VORTEX CONSTITUÍDO POR BASE EM FERRO COM PINTURA ANTICORROSIVA, PLATAFORMA DE BORRACHA E PÉS EMBORRACHADOS TIPO VENTOSAS, DADOS TÉCNICOS: MOVIMENTO DE AGITAÇÃO VIBRACIONAL; CARGA MÁXIMA: 1 KG; MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA OU ATRAVÉS DE TOQUE (PULSO); VELOCIDADE VARIÁVEL ATÉ 3500 RPM; TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO: -5 ° C A 40 ° C; PLATAFORMA: 6 CM; POTÊNCIA: 30W; VOLTAGEM: 110V; COM FUSÍVEL, CABO DE ENERGIA.	01	UND
002	BANHO MARIA DIGITAL MICROPROCESSADO, CONTROLE DE TEMPERATURA: +5 A 100°C; TIMER DIGITAL; CIRCULAÇÃO: BARRA MAGNÉTICA COM REGULAGEM DE VELOCIDADE; VOLUME : 3-7 LITROS; SENSOR; EM AÇO INOX; CUBA E RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA, PRECISÃO: 0,1°C; POTÊNCIA: 1150W; TENSÃO: 127 OU 220V; GABINETE EXTERNO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; ACOMPANHA GRADE PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA EM AÇO INOX, TAMPA PINGADEIRA.	01	UND
003	BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR (ISENTA DE ÓLEO), TIPO ROTATIVA, PARA USO EM LABORATÓRIO, FILTRO DE AR COM ESCOTILHA; MANÔMETRO E VACUÔMETRO; CABO PARA TRANSPORTE; BIVOLT; - 60 HZ, VACUO FINAL 600 MMHG, 11,6PSI COM FILTRO DE AR INCLUSO, INDICADOR DE VÁCUO, ALTO FLUXO DE AR: 65 ~ 68L/MIN, BAIXO RUÍDO, POTÊNCIA: 1/4HP OU 186W	01	UND
004	PIPETADOR AUTOMÁTICO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA DUPLA, AUTOCLAVÁVEL, COMPATIBILIDADE DE PIPETAS DE VIDRO OU PLÁSTICO DE 0,1ML A 100ML. BATERIAS DE 1000MAH NIMH TIPO E FILTRO DE MEMBRANA DE PTFE HIDROFÓBICO	02	UND
005	INCUBADORA SHAKER COM AGITAÇÃO CONTÍNUA ORBITAL DIGITAL MICROPROCESSADO PID; COM CONTROLE DE TEMPERATURA DE TRABALHO: AMBIENTE +7°C A 60°C; PRECISÃO : +/- 1° C; SENSOR: PT-100; INDICAÇÃO DIGITAL DA VELOCIDADE EM RPM; ESCALA E CONTROLE DE AGITAÇÃO: 30,2 A 250 RPM; COM TAMPA EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO; INTERRUPTÃO DA AGITAÇÃO QUANDO A TAMPA	01	UND

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Solicitação de proposta

Brasília, 06 de agosto de 2024

	ABRE; DISPOSITIVO INFERIOR DE CAIXA DE COLETA PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO , QUE SEGURA O PÓ ORIGINÁRIO DE DESGASTE NATURAL DA CORREIA DE TRANSMISSÃO; GABINETE EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; PLATAFORMA FURAÇÃO PADRÃO PARA 25 GARRAS DE 250ML; DIMENSÕES EXTERNAS: L X P X A = 530 X 710 X 640 MM; DIMENSÕES INTERNAS: L X P X A = 500 X 500 X 335 MM - ATENÇÃO A ALTURA INTERNA CONFIRMAR A ALTURA DE SEU MAIOR FRASCO COM TAMPA. VOLTAGEM / POTÊNCIA: 220 VOLTS / 1000 WATTS		
006	CENTRIFUGA DIGITAL, 4000 RPM, CAPACIDADE 8 TUBOS, BIVOLT, COM ROTORES E/OU ADAPTADORES PARA TUBOS DE COLETA A VÁCUO DE 3ML, 5ML E 10ML E TUBOS TIPO FALCON DE 15 ML. REGISTRO ANVISA. TIPO DAIKI, 80815670010	04	UND
007	PHMETRO DE BANCADA MICROPROCESSADO PARA MEDIÇÃO DE PH E MV; COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA MANUAL OU AUTOMÁTICA; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA COM RECONHECIMENTO DE SOLUÇÕES TAMPÃO; DISPLAY GRÁFICO; FAIXA DE PH: 0.00 ~ 14.00 PH (PRECISÃO ± 0,01 PH); FAIXA DE MV: 0 ~± 1999 MV (PRECISÃO ± 2MV); FAIXA DE TEMPERATURA: 0 ~ 100 C (PRECISÃO ± 1 C)	01	UND
008	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA LASER. PORTÁTIL, MEDINDO TEMPERATURAS ENTRE - 90°C E 4°C. ALARME PARA TEMPERATURA ALTA E BAIXA; DURAÇÃO DA BATERIA: 14 HORAS CONTÍNUAS	01	UND
009	DATA LOGGER DE TEMPERATURA PARA GELO SECO, COM DISPLAY LCD INTEGRADO PARA VISUALIZAR LEITURAS DE TEMPERATURA (MÍNIMAS/MÁXIMAS ATUAIS E DIÁRIAS), Sonda externa de temperatura: ALCANCE: -95°C A 50°C/ PRECISÃO: ±1,5°C ENTRE -95° E -40°C, ±1,0°C ENTRE -40° E -10°C, ±0,5°C ENTRE -10° E 50°C, RESOLUÇÃO: 0,05°C A 25°C, DESVIO: <0,1°C POR ANO, CALIBRAÇÃO NIST: 2 PONTOS, COMPRIMENTO DO CABO: 1,5M, TEMPERATURA AMBIENTE: ALCANCE:-30° A 70°C, PRECISÃO: ±0,5°C ENTRE -15° A 70°C, ±1,0°C ENTRE -30° A -15°C, RESOLUÇÃO: 0,024°C A 25°C, DESVIO: <0,1°C POR ANO, ALCANCE: 30,5 M (100 PÉS), PADRÃO DE DADOS SEM FIO: BLUETOOTH DE BAIXA ENERGIA, FAIXA DE OPERAÇÃO DO REGISTRADOR: -30 ° A 70 ° C (-22 ° A 158 ° F), 0 A 95% UR (SEM CONDENSAÇÃO), TAXA DE REGISTRO: 1 SEGUNDO A 18 HORAS, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, TIPO DE BATERIA: DUAS BATERIAS ALCALINAS AAA 1,5 V OU DE LÍTIO SUBSTITUÍVEIS PELO USUÁRIO, VIDA DA BATERIA: 1 ANO, TÍPICO COM INTERVALO DE REGISTRO DE 1 MINUTO, MEMÓRIA: 128 KB (75.245 MEDIÇÕES NO TOTAL OU 37.622 Sonda e par interno), TEMPO DE	11	UND

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Solicitação de proposta

Brasília, 06 de agosto de 2024

DOWNLOAD DE MEMÓRIA TOTAL: APROXIMADAMENTE 60 SEGUNDOS, PODE DEMORAR MAIS QUANTO MAIS LONGE O DISPOSITIVO ESTIVER DO REGISTRADOR, DIMENSÕES: 9,4 X 4,5 X 2,59 CM (3,7 X 1,77 X 1,02 POLEGADAS), PESO: 90,2 G (3,18 OZ), PROTEÇÃO: IP54, CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL: IP54, ALARMES VISUAIS (E SONOROS) E NÍVEL DE BATERIA, ALÉM DA CAPACIDADE DE VISUALIZAR E EXIBIR LEITURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS, O EQUIPAMENTO USA A TECNOLOGIA BLUETOOTH PARA SE COMUNICAR COM O GATEWAY E ENVIAR DADOS PARA PLATAFORMAS DE NUVEM GRATUITAS, COM BAINHA DE CABO PROTETORA ANTI-CORTE, COM BATERIAS AAA SUBSTITUÍVEIS PELO USUÁRIO PARA PROTEÇÃO CONTRA PERDA DE ENERGIA LOCAL, CONSTRUÍDO DE ACORDO COM OS PADRÕES DA FDA, USP, UE E OMS.		
--	--	--

Local de entrega/execução:

Adriana Lanfredi Rangel

Rua Waldemar Falcão, 121, Instituto Gonçalo Moniz - Fiocruz Bahia, Candeal - SALVADOR - BA

CEP: 40296-710

CNPJ: 33.781.055/0006-40

A cotação deve ser enviada para:

Prazo final:	Encaminhar para:
08/08/2024	adriananaccor@fiotec.fiocruz.br

Condição de pagamento:

Faturamento para, no mínimo, 15 dias corridos, após o atesto da Nota Fiscal pelo requisitante, via depósito/transferência. A Fiotec não trabalha com boleto bancário. É obrigatória a emissão de Nota Fiscal Eletrônica de material.

O material será faturado em nome da Fiotec:

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

CNPJ da Fiotec: 02.385.669/0001-74

Av. Brasil, 4036 – CEP: 21040-361 – Manguinhos / RJ

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Solicitação de proposta Brasília, 06 de agosto de 2024

Inscrição Est. 77.469.770 – Inscrição Mun. 02.420228

A proposta deve estar em nome da Fiotec e nela OBRIGATORIAMENTE constar:

- Validade da proposta (**Validade mínima: 15 dias úteis**);
- Alíquota de ICMS (se for o caso);
- Se é optante pelo simples nacional;
- Se a operação obriga a emissão de nota fiscal de remessa pela Fiotec;
- Marca, fabricante e modelo (se for o caso);
- Condição de Pagamento (**Prazo mínimo de faturamento: 15 dias**);
- Prazo de entrega (**Prazos superiores a 30 dias corridos, em caso de aprovação, necessitarão de elaboração de contrato entre as partes.**)
- Todas as despesas com FRETE e IMPOSTOS INCLUSOS;
- Dados cadastrais de faturamento da empresa;
- Dados bancários para depósito;
- Valor unitário e total do material;
- Papel timbrado e assinatura;
- Prazo de garantia ofertado, se couber.

Observações:

- Conforme exigência do Sped Fiscal, as compras de medicamentos com os códigos **NCM 3002, 3003, 3004 e 3006.60**, deverão conter as seguintes informações nas Notas Fiscais: Número do Lote de fabricação do medicamento, Qtde de Item por lote, Data de Fabricação e data de validade.
- Solicitamos sempre manter seus dados cadastrais atualizados em nosso sistema, em caso de alteração enviar ficha cadastral para o e-mail : logisticacadastro@fiotec.fiocruz.br.
- Regimento legal da contratação: Decreto nº 8241/2014.

*******Serão desclassificadas as propostas que não contemplem as informações acima solicitadas.*******

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770