

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2026

Solicitamos, por favor, cotação conforme dados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID/ MEDIDA
001	FREEZER CIENTÍFICO -30°C BIOMÉDICO -30° MDF-MU339HL-PA ECO DA PHCBI MARCA PANASONIC GARANTIA ESTENDIDA 2 ANOS FRETE CORTESIA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE USUÁRIA ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES EXTERNAS: 616 X 770 X 1802 MM DIMENSÕES INTERNAS: 472 X 614 X 1262 MM VOLUME: 369 L PESO: 122 KG FAIXA DE AJUSTE DE TEMPERATURA: -18 A -35 °C FAIXA DE CONTROLE DE TEMPERATURA: -20 A -30 °C DISPLAY: LED ESPESSURA DO ISOLAMENTO: 70 MM FLUÍDO REFRIGERANTES: R-290 NÚMERO DE PRATELEIRAS: 6 (5 AJUSTÁVEIS) PESO MÁXIMO SUPORTADO POR PRATELEIRA: 30 KG PESO MÁXIMO SUPORTADO TOTAL: 180 KG MATERIAL INTERIOR E EXTERIOR: AÇO PINTADO FONTE DE ENERGIA: 110 V OU 220 V, 60 HZ NÍVEL DE RUÍDO: 42 DB(A) REGISTRO NA ANVISA CLASSE II 80241710009	4	UNID
002	ULTRAFREEZER -86°C MDF-DU502VXC-PA PANASONIC GARANTIA ESTENDIDA 2 ANOS FRETE CORTESIA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE USUÁRIA - DIMENSÕES EXTERNAS: 790 X 882 X 1993MM- DIMENSÕES INTERNAS: 630 X 600 X 1400MM - VOLUME INTERNO: 528 LITROS- PESO LÍQUIDO: 294 KG- CAPACIDADE (CAIXAS DE 2"): 384 CAIXAS- CAPACIDADE (CAIXAS DE 3"): 256 CAIXAS- CAPACIDADE DE RACKS: 16 RACKS- DESEMPENHO DE REFRIGERAÇÃO: -86°C- FAIXA DE AJUSTE DE TEMPERATURA: -50 A -90°C COM INCREMENTOS DE 1°- FAIXA DE CONTROLE DE TEMPERATURA: -50 A -86°C COM INCREMENTOS DE 1°- DESEMPENHO DE REFRIGERAÇÃO EM EVENTO DE SERVIÇO (SISTEMA A OU B): -70°C- SENSOR DE TEMPERATURA: PT-100- SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO: 2 INDEPENDENTES- COMPRESSORES: 2, SINGLE, DE 1100W- REFRIGERADOR: HC MISTURADO/HFC HOMOGÊNEO- ISOLAMENTO / ESPESSURA DO MATERIAL: 80MM DE ESPUMA NO LUGAR + VIP P - MATERIAL DA CONSTRUÇÃO (EXTERIOR): AÇO PINTADO- UMA PORTA EXTERNA COM CHAVE PARA BLOQUEIO DE TECLADO - OPCIONAL- DUAS PORTAS INTERNAS EM ABS ISOLADO, QUADROS EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAVAS VERDADEIRAS- PRATELEIRAS: 3 (AJUSTÁVEIS)- DIMENSÕES DA PRATELEIRA: 615 X 534-	3	UNID

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2026

	CARGA MÁXIMA POR PRATELEIRA: 50 KG- DUAS PORTA DE LIBERAÇÃO DE VÁCUO: NA PORTA (LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA) E PAREDE LATERAL, INFERIOR ESQUERDA (LIBERAÇÃO MANUAL)- DIÂMETRO DA PORTA DE ACESSO: 17MM- MONTADO SOBRE RODAS (2 PÉS DE NIVELAMENTO NA BASE FRONTAL) - CONTATOS DE ALARMES REMOTOS: DC 30V 2A (NORMALMENTE ABERTO, NORMALMENTE FECHADO, COMUM)- NÍVEL DE RUÍDO: 52 DB- VOLTAGEM: 208V-230V, 1Ø, 60HZ.- REGISTRO ANVISA N. 80241710008		
003	REFRIGERADOR PARA LABORATÓRIO MPR-S500H-PA- PANASONIC GARANTIA ESTENDIDA 2 ANOS FRETE CORTESIA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE USUÁRIA - DIMENSÕES EXTERNAS (LXPXA): 900X650X1824 MM;- DIMENSÕES INTERNAS (LXPXA): 800X510X1425 MM;- CAPACIDADE: 554 LITROS;- ISOLAMENTO: ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO;- TEMPERATURA: 2 A 14C (AT: +35C SEM CARGA);- PESO: 139 KG;- ACABAMENTO INTERNO: AÇO INOX;- ACABAMENTO EXTERNO: AÇO GALVANIZADO E ACRÍLICO;- PRATELEIRAS: 6 PRATELEIRAS EM AÇO COM REVESTIMENTO;- DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS: 781 X 420MM;- PESO MÁX. POR PRATELEIRA/GAVETA: 50 KG;- PONTO DE ACESSO TRASEIRO COM DIÂMETRO DE 30MM;- GÁS REFRIGERANTE: R-600A 45G;- ALARMES: LIMITE TEMPERATURA ALTA E BAIXA, ALARME DE PORTA E ALARME DE FALHA DE ENERGIA;- SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA: MICROPROCESSADOR COM MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL;- NÍVEL DE RUÍDO: 42DB(A);- REGISTRO NA ANVISA CLASSE II 80241710011	1	UNID
004	REFRIGERADOR/FREEZER FARMACÊUTICO MPR-715F PANASONIC GARANTIA ESTENDIDA 2 ANOS FRETE CORTESIA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE USUÁRIA - 3 PRATELEIRAS NO REFRIGERADOR E 2 NO FREEZER;- RECURSOS PADRÃO DE ALARME E SEGURANÇA;- FLUIDOS REFRIGERANTES HFO R-513A (REFRIGERADOR), ALÉM DE ISOLAMENTO SEM CFC;- DESIGN ESTREITO PARA USO EM CORREDORES, OFERECENDO MAIOR FLEXIBILIDADE;- DEGELO DO REFRIGERADOR ATIVADO SOMENTE QUANDO NECESSÁRIO, MANTENDO A TEMPERATURA INTERNA, SEM FLUTUAÇÕES;- DOIS COMPRESSORES HERMÉTICOS, FORTES E EFICIENTES PROPORCIONAM REFRIGERAÇÃO IMEDIATA APÓS A ABERTURA DA PORTA, MANTENDO A TEMPERATURA INTERNA CONSTANTE E PERMITEM REFRIGERAR DE FORMA INDEPENDENTE OS COMPARTIMENTOS DO REFRIGERADOR E DO FREEZER;- VARIAÇÃO DE TEMPERATURA EM AMBIENTE DE 30 A 35C É DE: 2C A 14C (REFRIGERADOR) E -35C A -15C (FREEZER);- UM PROJETO DE QUATRO PORTAS REDUZ A PERDA DO AR	1	UND

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2026

	FRIO DURANTE ABERTURAS DA PORTA;- SUPERFÍCIE EXTERNA EM RESINA;- O CONTROLE DO AJUSTE DA TEMPERATURA É FEITO ATRAVÉS DE MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO;- FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DA TEMPERATURA ATRAVÉS DO DISPLAY DIGITAL (EM ESCALA DE 1C);- SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR (REFRIGERADOR), GARANTE HOMOGENEIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DA TEMPERATURA INTERNA;- PORTAS DE VIDRO DUPLO COM PELÍCULA QUE REPELE O CALOR E RAIOS UV;- SISTEMA DE ALARME: ALARME DE ABERTURA DE PORTA, ALARME DE TEMPERATURA FORA DA FAIXA, ALARMES TÉCNICOS;- FECHAMENTO À CHAVE DA PORTA CONTRIBUEM À SEGURANÇA DO INVENTÁRIO;- DIMENSÕES EXTERNAS: 900 X 715 X 1910MM (L X P X H);- DIMENSÕES INTERNAS DO REFRIGERADOR: 810 X 615 X 894MM (L X P X H);- DIMENSÕES INTERNAS DO FREEZER: 770 X 552 X 422MM (L X P X H);- CAPACIDADE: 415L (REFRIGERADOR) E 176L (FREEZER);- RADIAÇÃO MÁXIMA DE CALOR: 1764 KJ/H;- PESO DA UNIDADE: 162KG;- NÍVEL DE RUÍDO: 43DB;- COMPRESSOR: TIPO HERMÉTICO, 200W (FREEZER) E 150W (REFRIGERADOR);- VOLTAGEM: 220V / 60HZ;- POTENCIA DE CONSUMO: 490W;- AMPERAGEM: 5,2A;- REGISTRO NA ANVISA CLASSE II 80241710011.		
005	FREEZER CIENTÍFICO SOB BANCADA PF-L5181W-PA PANASONIC GARANTIA ESTENDIDA 2 ANOS FRETE CORTESIA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE USUÁRIA DIMENSÕES EXTERNAS (C X L X A): 600 X 606 X 867 MM DIMENSÕES INTERNAS (C X L X A): 434 X 507 X 650 MM VOLUME: 142 L PESO: 45 KG FAIXA DE TEMPERATURA: -15 A -25°C DISPLAY: DIGITAL ALARMES: TEMPERATURA ALTA, TEMPERATURA BAIXA, PORTA E ANORMALIDADE DO SENSOR DEGELO: MANUAL PRATELEIRAS: 3 (C X L; 487 X 375 MM) MATERIAL INTERIOR E EXTERIOR: AÇO PINTADO VOLTAGEM: 115 V, 60 HZ	1	UND

Local de entrega/execução:

Av. Rádio Maia, 830, , Vila Popular
CAMPO GRANDE - MS
79106550

A cotação deve ser enviada para:

Prazo final:	Encaminhar para:	RCC N°:
04/03/2026	https://bllcompras.com/	10135317

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos
21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br
CNPJ 02.385.669/0001-74
Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2026

Atenção: A contratação será efetivada através da plataforma BLL (link acima). Por favor, cadastre sua proposta no endereço informando, buscando pelo número da RCC.

Dúvidas, encaminha para: caionoroes@fiotec.fiocruz.br

Condição de pagamento:

Faturamento para, no mínimo, 15 dias corridos, após o atesto da Nota Fiscal pelo requisitante, via depósito/transferência. A Fiotec não trabalha com boleto bancário. É obrigatória a emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

OBS: Conforme previsto na Lei 14.133/2021, é vedada a prática de antecipação de pagamento na utilização de recursos públicos, de modo que propostas com tal solicitação serão desconsideradas.

O material será faturado em nome da Fiotec:

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

CNPJ da Fiotec: 02.385.669/0001-74

Av. Brasil, 4036 – CEP: 21040-361 – Manguinhos / RJ

Inscrição Est. 77.469.770 – Inscrição Mun. 02.420228

A proposta deve estar em nome da Fiotec e nela OBRIGATORIAMENTE constar:

- Validade da proposta (**Validade mínima: 30 dias. Caso não conste a validade do orçamento na proposta apresentada, será considerado o prazo aqui descrito.**);
- Alíquota de ICMS (se for o caso);
- Se é optante pelo simples nacional;
- Se a operação obriga a emissão de nota fiscal de remessa pela Fiotec;
- Marca, fabricante e modelo (se for o caso). **OBS:** Para cotação de itens por fornecedores que não sejam fabricantes do objeto ofertado, o interessado deverá comprovar a garantia através de uma das seguintes formas, de modo a afirmar o atendimento da garantia dentro do prazo ofertado: **1** – Link do site do fabricante onde conste ser revendedor autorizado; **2** – Declaração ou outro documento idôneo, emitido pelo fabricante, comprovando a relação comercial e autorização para representação da marca; ou **3** – Declaração emitida pelo próprio interessado,

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2026

assinada por seu representante legal, comprovando que a garantia do produto ofertado será coberta pelo fabricante, dentro do modelo solicitado na cotação (*on site* ou garantia de balcão). Nesta terceira opção, a Fiotec poderá realizar diligência com o fabricante para comprovar a informação sobre a cobertura da garantia;

- Condição de Pagamento (**Prazo mínimo de faturamento: 15 dias**);
- Prazo de entrega (**Prazos superiores a 30 dias corridos, em caso de aprovação, necessitarão de elaboração de contrato entre as partes.**)
- Todas as despesas com FRETE e IMPOSTOS INCLUSOS;
- Dados cadastrais de faturamento da empresa;
- Dados bancários para depósito;
- Valor unitário e total do material;
- Papel timbrado e assinatura;
- Prazo de garantia ofertado, se couber.

Observações:

- O fornecedor deverá informar na proposta ou no e-mail de envio da proposta como será emitida a nota fiscal em caso de aprovação do orçamento. Se será nota de venda ou de serviço, ou se haverá emissão de ambas as notas, em caso de consumo/equipamento e serviço no mesmo orçamento.
- Conforme exigência do Sped Fiscal, as compras de medicamentos com os códigos **NCM 3002, 3003, 3004 e 3006.60**, deverão conter as seguintes informações nas Notas Fiscais: Número do Lote de fabricação do medicamento, Qtde de Item por lote, Data de Fabricação e data de validade.
- Para cotações de medicamentos, informamos que devem ser observados e praticados os preços publicados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos- CMED: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos>, conforme determina a Lei 10.742/2003;
- Solicitamos sempre manter seus dados cadastrais atualizados em nosso sistema, em caso de alteração enviar ficha cadastral para o e-mail: logisticacadastro@fiotec.fiocruz.br.

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2026

- Regimento legal da contratação: **Decreto nº 8241/2014 e Lei nº 14.133/2021.**
- Quando do fornecimento, será avaliado o desempenho do fornecedor, no sentido de se observar a capacidade em fornecer os produtos e/ou serviços contratados, através dos seguintes critérios: Atendimento ao prazo de entrega; Avaliação da integridade/qualidade do produto; Avaliação de compatibilidade do pedido de compras com a nota fiscal; Conferência da quantidade entregue.

*******Serão desclassificadas as propostas que não contemplem as informações acima solicitadas.*******

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770