

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica Rio de Janeiro, 07 de abril de 2026

COTAÇÃO URGENTÍSSIMA

Solicitamos, por favor, cotação conforme dados abaixo:

IMPORTANTE:

- A proposta precisa trazer CNPJ da empresa, dados bancários completos e descrição completa do item;
- Anexar, no sistema, **folder do item** que está sendo ofertado;
- A proposta precisa ter **frete e impostos inclusos**;
- Precisa constar o **prazo de entrega** (especificar se são dias úteis ou corridos)

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID/ MEDIDA
001	MONITOR DE TRANSPORTE - AUDIOVISUAL PARA EVENTOS NO SEGMENTO ST. RESPIRAÇÃO FINALIDADE CONTROLE DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; COM CURVAS DE TENDÊNCIA; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 6 À 120 RESPIRAÇÕES POR MINUTO. ALARMES ALTA FREQUÊNCIA; BAIXA FREQUÊNCIA; APNEIA COM TEMPO PROGRAMÁVEL. TEMPERATURA 2 CANAIS DE TEMPERATURA NA FAIXA DE 10 À 45° C, ACURÁCIA +-0,2°C. POSSUIR TECNOLOGIA QUE MENSURE A DIFERENÇA DE TEMPERATURA (DELTA TEMP); ALARMES AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA. OXIMETRIA DE PULSO INDICAÇÃO DOS VALORES DE PULSO, SATURAÇÃO E EXIBIÇÃO NUMÉRICA DO ÍNDICE DE PERFUSÃO; TECNOLOGIA DE BAIXA PERFUSÃO TIPO: NELLCOR/MASIMO/BLUE PRO/FAST SPO2/GE TRUSIGNAL. PRECISÃO MÍNIMA: ±2% PARA A FAIXA DE 80% A 100%, E DE ±3% PARA A FAIXA DE 70% A 80%. ALARMES AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL PARA ALTA E BAIXA SPO2, PRESSÃO NÃO INVASIVA MEDIDA DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA DIASTÓLICA, SISTÓLICA E MÉDIA; MEDIÇÃO COM ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO EM INTERVALOS PROGRAMADOS PELO OPERADOR DE 1 A 120 MIN; PRESSÃO MÁXIMA DE SEGURANÇA NEONATAL: 150 MMHG; ADULTO: 300 MMHG; POSSUIR FUNÇÃO DE PUNÇÃO VENOSA, ONDE O MANGUITO FAZ O PAPEL DE GARROTE. ALARMES AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL PARA ALTA E BAIXA PRESSÃO.	02	UNID

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 4040-4418 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica Rio de Janeiro, 07 de abril de 2026

	RESPIRAÇÃO (RESP) FAIXA DE MEDIÇÃO: 1 A 150 RPM; PRECISÃO: ± 2 RPM OU 2%, O QUE FOR MAIOR; RESOLUÇÃO: 1 RPM; AQUISIÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE IMPEDÂNCIA TRANSTORÁCICA OU ETCO2. ALARMES AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL PARA APNEIA. TEMPERATURA (TEMP) FAIXA DE MEDIÇÃO: 1 °C A 45 °C; PRECISÃO: $\pm 0,1$ °C DE 25 A 45°C E 0,2°C DE 0 25°C; RESOLUÇÃO DA MEDIDA: 0,1 °C; PERMITIR MEDIDAS ESOFÁSICO, RETAL E POR CONTATO DE SUPERFÍCIE. ALARMES AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL ALTA E BAIXA TEMPERATURA PRESSÃO INVASIVA (IBP) FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO: -40 A 300MMHG;ENTRADA COMPATÍVEL COM CABO E TRANSDUTOR DE PRESSÃO EDWARDS LIFESCIENCES; ESCALAS: MANUAL E AUTOMÁTICA; PRECISÃO: $\pm 4\%$; AJUSTE DE ALARMES MÍNIMO E MÁXIMO; MEDIÇÃO DE VPP OU VPS. ALARMES AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL PARA ALTA E BAIXA PRESSÃO. CAPNOGRAFIA (ETCO2) APRESENTAR CURVA DE CAPNOGRAFIA EM TEMPO REAL; APRESENTAR OS VALORES DE ETCO2 E FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; FAIXA DE MEDIÇÃO DE CAPNOGRAFIA DE 0 A 100MMHG;FAIXA DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE 3 A 150RPM; PRECISÃO DA MEDIÇÃO DO CO2: ± 3 MMHG (DE 0 A 10 MMHG) $\pm 4\%$ DE LEITURA (DE 10 A 40 MMHG) $\pm 10\%$ DE LEITURA (DE 40 A 100 MMHG) (QUANDO NÃO HÁ CONDENSAÇÃO); SENSOR DE CO2 COM ADAPTADOR PARA VIAS AÉREAS; DETECÇÃO DE APNEIA COM TEMPO PROGRAMÁVEL; AJUSTE DE ALARMES MÍNIMO E MÁXIMO; MEDIDAS EFETUADAS PELA TECNOLOGIA MAINSTREAM. ALARMES AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL PARA ALTA E BAIXA CONCENTRAÇÃO. ACESSÓRIOS POR EQUIPAMENTO DEMAIS ACESSÓRIOS PARA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; MANUAL DE USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA; DEVERÁ SER APRESENTADO COM A PROPOSTA, CATÁLOGO OU FOLDER DO PRODUTO; PARA EFEITOS DE DILIGÊNCIA PODERÁ SER SOLICITADO DEMONSTRAÇÃO DO MONITOR; CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; CERTIFICADO DE BPF FABRICANTE OU IMPORTADOR; RELATÓRIO DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA; GARANTIA: 01 ANO; CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-2-49; NBR IEC60601-2-30;NBR IEC60601-2-27.		
--	---	--	--

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 4040-4418 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica Rio de Janeiro, 07 de abril de 2026

Local de entrega/execução:

Hospital Federal da Lagoa (MS HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA)

LOC JARDIM BOTANICO, 501

JARDIM BOTANICO – RIO DE JANEIRO – RJ

CEP: 22.470-180

CNPJ: 00.394.544/0204-53

LOTE 2

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID/ MEDIDA
001	VENTILADOR PULMONAR VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. POSSUIR OS SEGUINTE MODOS DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILATÓRIOS COMPATÍVEIS: VENTILAÇÃO COM VOLUME CONTROLADO; VENTILAÇÃO COM PRESSÃO CONTROLADA; VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA; VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM SUPORTE À VOLUME; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO, CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO LIMITADA, INCLUSIVE EM SIMV OU MODO VOLUME GARANTIDO PARA PACIENTES NEONATAIS; TERAPIA DE OXIGÊNIO DE ALTO FLUXO; VENTILAÇÃO EM DOIS NÍVEIS, VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, INCLUSIVE EM NEONATAL; PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS - CPAP; VENTILAÇÃO DE BACK UP NO MÍNIMO NOS MODOS ESPONTÂNEOS; COM POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE MODO DE VENTILAÇÃO PROPORCIONAL COM SINCRONISMO/ ADAPTAÇÃO DO PACIENTE-VENTILADOR PARA UMA MELHOR MECÂNICA RESPIRATÓRIA (NAVA, SMARTCARE, PAV, ASV, AVA) AO MENOS PARA PACIENTES ADULTOS/PEDIÁTRICOS. SISTEMA DE CONTROLES:	10	UNID

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 4040-4418 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica Rio de Janeiro, 07 de abril de 2026

	POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO CONTROLADA DE NO MÍNIMO ATÉ 90CMH₂O E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATÉ 60CMH₂O; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 5 A 2000 ML; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE NO MÍNIMO ATÉ 100 RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDOS; PEEP DE NO MÍNIMO ATÉ 40 CMH₂O; SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA POR FLUXO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0 LPM; AJUSTE DO FLUXO PARA TERAPIA DE OXIGÊNIO DE ALTO FLUXO DE 2 A NO MÍNIMO 50 L/MIN; FIO₂ DE NO MÍNIMO 21 A 100%. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO: TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS TOUCH-SCREEN OU BOTÃO ROTACIONAL PARA AJUSTE DE PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS: MONITORAÇÃO DE VOLUME POR SENSOR PROXIMAL OU DISTAL PARA PACIENTES NEONATAIS E DISTAL PARA PACIENTES ADULTOS; PRINCIPAIS PARÂMETROS MONITORADOS: VOLUME CORRENTE EXALADO, VOLUME CORRENTE INSPIRADO, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PEEP, PEEP TOTAL, PRESSÃO MÉDIA DE VIAS AÉREAS, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA TOTAL E ESPONTÂNEA, TEMPO INSPIRATÓRIO, TEMPO EXPIRATÓRIO, FIO₂ COM MONITORAÇÃO POR SENSOR PARAMAGNÉTICO OU ULTRASSÔNICO, RELAÇÃO I:E,PICO DE FLUXO INSPIRATÓRIO, VOLUME MINUTO EXPIRADO, CONSTANTE DE TEMPO EXPIRATÓRIO, ÍNDICE DE STRESS E VOLUME EXPIRATÓRIO. CÁLCULOS AUTOMÁTICOS DE MECÂNICA: RESISTÊNCIA, COMPLACÊNCIA, PRESSÃO DE OCLUSÃO E AUTO PEEP. APRESENTAÇÃO DE CURVAS PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, LOOPS PRESSÃO X VOLUME, FLUXO X VOLUME E PRESSÃO X FLUXO; APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS COM AS TENDÊNCIAS. SISTEMA DE ALARMES COM PELO MENOS: ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ALTO E BAIXO VOLUME MINUTO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, ALTA/BAIXA FIO₂, APNEIA, PRESSÃO DE O₂ BAIXA, PRESSÃO DE AR BAIXA, FALHA NO FORNECIMENTO DE GÁS, FALTA DE ENERGIA, BAIXA CARGA DA BATERIA E PARA VENTILADOR SEM CONDIÇÃO PARA FUNCIONAR, OU SIMILAR. RECURSO DE NEBULIZAÇÃO INCORPORADO AO EQUIPAMENTO SEM ALTERAÇÃO DA FIO₂ AJUSTADA; TECLA PARA PAUSA MANUAL INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA. ARMAZENAR NA MEMÓRIA OS ÚLTIMOS PARÂMETROS AJUSTADOS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS. O VENTILADOR DEVERÁ CONTINUAR		
--	--	--	--

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 4040-4418 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica Rio de Janeiro, 07 de abril de 2026

	VENTILANDO O PACIENTE MESMO COM A FALTA DE UM DOS GASES EM CASO DE EMERGÊNCIA E ALARMAR INDICANDO O GÁS FALTANTE. ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS ACESSÓRIOS: UMIDIFICADOR AQUECIDO, JARRA TÉRMICA, BRAÇO ARTICULADO, PEDESTAL COM RODÍZIOS, CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO/ADULTO, CIRCUITO PACIENTE NEONATAL/PEDIÁTRICO, VÁLVULA DE EXALAÇÃO, MANGUEIRAS PARA CONEXÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO. COMPATÍVEL COM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO HL7. SOFTWARE EM LÍNGUA PORTUGUESA.. ATENDIMENTO ÀS NORMAS: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2. GRAU DE PROTEÇÃO IP21. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.		
--	--	--	--

Local de entrega/execução:

Hospital Federal da Lagoa (MS HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA)

LOC JARDIM BOTANICO, 501

JARDIM BOTANICO – RIO DE JANEIRO – RJ

CEP: 22.470-180

CNPJ: 00.394.544/0204-53

LOTE 3

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID/ MEDIDA
001	VENTILADOR DE TRANSPORTE VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO PORTÁTIL PARA USO DOMICILIAR EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS. DEVE POSSUIR PELO MENOS OS SEGUINTE MODOS VENTILATÓRIOS: VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE, VENTILAÇÃO COM SUPORTE, PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS - CPAP, VENTILAÇÃO INVASIVA, VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA. APRESENTAR NO MÍNIMO OS SEGUINTE PARÂMETROS: VOLUME CORRENTE, PRESSÃO INSPIRATÓRIA, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ENTRE 0 A	2	UNID

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 4040-4418 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica Rio de Janeiro, 07 de abril de 2026

	30CM H2O, VOLUME CORRENTE ENTRE: 50 A 2500ML, IPAP DE NO MÍNIMO ENTRE: 4 A 50CM H2O, EPAP ENTRE: 0 A 25CM H2O, CPAP ENTRE: 4 A 20CM H2O, PEEP DE NO MÍNIMO ENTRE: 0 A 20CM H2O. BATERIA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 8 HORAS. ACOMPANHAR NO MÍNIMO: UMIDIFICADOR, CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO/ADULTO, VÁLVULA DE EXALAÇÃO, MÁSCARA PEDIÁTRICO/ ADULTO, NOBREAK COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO. VOLTAGEM BIVOLT.		
--	--	--	--

Local de entrega/execução:

Hospital Federal da Lagoa (MS HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA)

LOC JARDIM BOTANICO, 501

JARDIM BOTANICO – RIO DE JANEIRO – RJ

CEP: 22.470-180

CNPJ: 00.394.544/0204-53

LOTE 4

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID/ MEDIDA
001	CORTINA CORTINA, MATERIAL VINIL, LARGURA 3 M, ALTURA 1,80 M, COR CREME , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIBACTERIANA, ANTIFÚNGICO, ANTICHAMA, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR	10	UNID

Local de entrega/execução:

Hospital Federal da Lagoa (MS HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA)

LOC JARDIM BOTANICO, 501

JARDIM BOTANICO – RIO DE JANEIRO – RJ

CEP: 22.470-180

CNPJ: 00.394.544/0204-53

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 4040-4418 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica Rio de Janeiro, 07 de abril de 2026

LOTE 5

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID/ MEDIDA
001	COLCHÃO PNEUMÁTICO COLCHÃO PNEUMÁTICO. USO HOSPITALAR, MATERIAL PVC RESISTENTE, SELAGEM HERMÉTICA, FORMATO TIPO PNEUMÁTICO, COMPRIMENTO 185, ALTURA BASE 7, LARGURA 85, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS <u>COM COMPRESSOR DE AR 220V (VOLTS).</u> COMPACTO, APLICAÇÃO PRESSÃO ALTERNADA. CARACTERÍSTICA COMPLEMENTAR: COLCHÃO MATERIAL PLÁSTICO PVC ATÓXICO ESPECIAL. PESO MÁXIMO SUPORTADO PELO COLCHÃO: EM TORNO DE 125KG. COMPOSTO POR APROXIMADAMENTE 130 GOMOS EM SUA EXTENSÃO. COMPRESSOR: VOLTAGEM 220 V (VOLTS), AMPERE :1A; PRESSÃO 1,9 PSI, SAÍDA DE AR :4,5LPM (LITROS POR MINUTO), TEMPO DO CICLO: 5 MINUTOS. PESO DO COMPRESSOR:1,8KG E REGULÁVEL. MANGUEIRAS DE LIGAÇÃO: <u>ACOMPANHA DUAS MANGUEIRAS DE PVC, UMA PARA ENTRADA E OUTRA PARA SAÍDA DE AR.</u> MARCA: AIR PLUS. MODELO: TKS02. REF: 5516. FABRICANTE: XIAMEN SENYANG CO. LTD. PROCEDÊNCIA: CHINA. GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 MESES. VALIDADE DA PROPOSTA: 12 MESES. RMS: 80795959001. <u>OBSERVAÇÃO:</u> A MARCA SUGERIDA PARA QUE SEJA MELHOR COMPREENDIDA A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM SOLICITADO	26	UNID

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 4040-4418 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica Rio de Janeiro, 07 de abril de 2026

Local de entrega/execução:

Hospital Federal da Lagoa (MS HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA)

LOC JARDIM BOTANICO, 501

JARDIM BOTANICO – RIO DE JANEIRO – RJ

CEP: 22.470-180

CNPJ: 00.394.544/0204-53

A cotação deve ser enviada para:

Prazo final:	Encaminhar para:	RCC N°:
10/04/2026	https://bllcompras.com/	PROJETO: DIREX-028-FIO-25
Atenção: A contratação será efetivada através da plataforma BLL (link acima). Por favor, cadastre sua proposta no endereço informando, buscando pelo número da RCC.		
Dúvidas, encaminha para: logistica-licitacaoedispensa@fiotec.fiocruz.br e daniellecosta@fiotec.fiocruz.br		

Condição de pagamento:

Faturamento para, no mínimo, 15 dias corridos, após o atesto da Nota Fiscal pelo requisitante, via depósito/transferência. A Fiotec não trabalha com boleto bancário. É obrigatória a emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

OBS: Conforme previsto na Lei 14.133/2021, é vedada a prática de antecipação de pagamento na utilização de recursos públicos, de modo que propostas com tal solicitação serão desconsideradas.

O material será faturado em nome da Fiotec:

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

CNPJ da Fiotec: 02.385.669/0001-74

Av. Brasil, 4036 – CEP: 21040-361 – Manguinhos / RJ

Inscrição Est. 77.469.770 – Inscrição Mun. 02.420228

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 4040-4418 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica Rio de Janeiro, 07 de abril de 2026

A proposta deve estar em nome da Fiotec e nela OBRIGATORIAMENTE constar:

- Validade da proposta (**Validade mínima: 30 dias. Caso não conste a validade do orçamento na proposta apresentada, será considerado o prazo aqui descrito.**);
- Alíquota de ICMS (se for o caso);
- Se é optante pelo simples nacional;
- Se a operação obriga a emissão de nota fiscal de remessa pela Fiotec;
- Marca, fabricante e modelo (se for o caso). **OBS:** Para cotação de itens por fornecedores que não sejam fabricantes do objeto ofertado, o interessado deverá comprovar a garantia através de uma das seguintes formas, de modo a afirmar o atendimento da garantia dentro do prazo ofertado: **1** – Link do site do fabricante onde conste ser revendedor autorizado; **2** – Declaração ou outro documento idôneo, emitido pelo fabricante, comprovando a relação comercial e autorização para representação da marca; ou **3** – Declaração emitida pelo próprio interessado, assinada por seu representante legal, comprovando que a garantia do produto ofertado será coberta pelo fabricante, dentro do modelo solicitado na cotação (*on site* ou garantia de balcão). Nesta terceira opção, a Fiotec poderá realizar diligência com o fabricante para comprovar a informação sobre a cobertura da garantia;
- Condição de Pagamento (**Prazo mínimo de faturamento: 15 dias**);
- Prazo de entrega (**Prazos superiores a 30 dias corridos, em caso de aprovação, necessitarão de elaboração de contrato entre as partes.**)
- Todas as despesas com FRETE e IMPOSTOS INCLUSOS;
- Dados cadastrais de faturamento da empresa;
- Dados bancários para depósito;
- Valor unitário e total do material;
- Papel timbrado e assinatura;
- Prazo de garantia ofertado, se couber.

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 4040-4418 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica Rio de Janeiro, 07 de abril de 2026

Observações:

- O fornecedor deverá informar na proposta ou no e-mail de envio da proposta como será emitida a nota fiscal em caso de aprovação do orçamento. Se será nota de venda ou de serviço, ou se haverá emissão de ambas as notas, em caso de consumo/equipamento e serviço no mesmo orçamento.
- Conforme exigência do Sped Fiscal, as compras de medicamentos com os códigos **NCM 3002, 3003, 3004 e 3006.60**, deverão conter as seguintes informações nas Notas Fiscais: Número do Lote de fabricação do medicamento, Qtde de Item por lote, Data de Fabricação e data de validade.
- Para cotações de medicamentos, informamos que devem ser observados e praticados os preços publicados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos- CMED: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos>, conforme determina a Lei 10.742/2003;
- Solicitamos sempre manter seus dados cadastrais atualizados em nosso sistema, em caso de alteração enviar ficha cadastral para o e-mail: logisticacadastro@fiotec.fiocruz.br.
- Regimento legal da contratação: **Decreto nº 8241/2014 e Lei nº 14.133/2021**.
- Quando do fornecimento, será avaliado o desempenho do fornecedor, no sentido de se observar a capacidade em fornecer os produtos e/ou serviços contratados, através dos seguintes critérios: Atendimento ao prazo de entrega; Avaliação da integridade/qualidade do produto; Avaliação de compatibilidade do pedido de compras com a nota fiscal; Conferência da quantidade entregue.

*******Serão desclassificadas as propostas que não contemplem as informações acima solicitadas.*******

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 4040-4418 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770