Relatório Técnico: Fio Poliglecaprone/Poliglicólico ABS

O fio Poliglecaprone/Poliglicólico ABS 1-0 com agulha entre 4 e 5 cm da marca Bioline, apresenta excelente aplicabilidade em histerectomias e demais cirurgias vaginais, especialmente em planos profundos e fechamento de cúpula vaginal.
Trata-se de um fio multifilamentar sintético absorvível, com boa maleabilidade, segurança de nó e resistência tecidual, favorecendo melhor desempenho cirúrgico durante síntese ginecológica.
Entre suas principais vantagens destacam-se:

- Maior resistência à tração;
- Menor índice de rompimento ("rebenta menos") durante a passagem e confecção dos nós;
- Melhor sustentação dos tecidos;
- Boa acomodação em cirurgias vaginais e pélvicas;
- Menor dificuldade técnica em tecidos mais espessos ou fibrosados.

A utilização da agulha entre 4 e 5 cm proporciona melhor alcance, profundidade e ergonomia cirúrgica, principalmente em:

- Histerectomia vaginal;
- Fechamento de cúpula vaginal;
- Colporrafias;
- Perineoplastias;
- Cirurgias reconstrutivas vaginais.

Hospital Municipal de Itaberaí DR. GILBERTO DA SILVA CALDAS

Além disso, o fio mantém adequada resistência no período crítico de cicatrização, associado à absorção progressiva e menor necessidade de manipulação excessiva do tecido.
Conclui-se que para segurança dos próprios pacientes, para a eficiência e segurança dos procedimentos cirúrgicos, levando também em consideração o princípio da economia, faz-se necessário que tais fios sejam resistentes, dessa forma o fio Poliglecaprone/Poliglicólico ABS 1-0 com agulha entre 4 e 5 cm da marca Bioline, atende bem as nossas necessidades e optamos por adesão a fios dessa marca.

Itaberaí, 22 de maio de 2026

Dr. Miguel Pereira de Queiroz Júnior
Ginecologia e Obstetrícia
CRM-GO 22.079 - RQE 16.886

Dr. Miguel Pereira Queiroz Júnior
Ginecologista e Obstetra
CRM-GO 22.079 – RQE16886