

The image is a screenshot of a web application for public procurement. On the left is a dark blue sidebar with a logo at the top and a menu with items like 'Licitação', 'Configurações', 'Sobre', 'Novidades', 'Roadmap', 'Sugestões', and 'Perfil'. The main area has a header 'Licitação' and a back button 'Voltar para listagem'. Below this is a card showing process details: 'Número do Processo' (77/009.125/2024), 'Situação' (Aguardando Abertura), 'Número do Edital' (0057/2024), and buttons for 'PROCESSO DIGITAL', 'DOCUMENTOS', and 'ACESSAR'. A modal titled 'Detalhe Esclarecimento' is open, displaying a table with columns 'Data', 'Empresa', and 'Situação'. The table has one row: '18/02/2025 15:40:44', 'AMED S/A.', and 'Aguardando Resposta'. Below the table is the 'Assunto Esclarecimento' section with the text 'Esclarecimento quanto ao item 33 - Onde se lê: Peso mínimo de 20gr' and a link 'Visualizar Anexo'. At the bottom of the main area, there's a section for 'Impugnações' with a message: 'Nenhuma impugnação encontrada. Este processo não possui nenhuma impugnação até o momento.' and a blue circular button with a white arrow and a red '1' badge. The footer contains '©2025 — Todos os direitos reservados' and 'v6.7.45'.



AMED S/A

CNPJ: 10.403.238/0001-11

End.: A RODOVIA BR 135, KM 628 + 930M

ÁREA RURAL DE CURVELO - CURVELO/MG

Vem por meio deste solicitar, tempestivamente, esclarecimento acerca do **Pregão nº 057/2024 – da SAD MS**, que ocorrerá no dia 25 de fevereiro de 2025 às 08H30 por meio do sistema do Compras.ms.

O pedido de esclarecimento se dá referente ao item 33, conforme Termo de Referência:

ITEM 033	0028369	Compressa - Tipo: cirúrgica; Material: 100% algodão; Medida: 23cmX25cm; Peso: mínimo 20g; Requisitos: 4 camadas sobrepostas, campo operatório não estéril, com filamento radiopaco, cadaço em forma de alça, bordas overlocadas.	Pct. - 50 - Un.	6.490
-------------	---------	--	-----------------	-------

Conforme se verifica da Norma ABNT NBR 14.767:2009, o campo operatório é comercializado em dois tipos, cada um com sua dimensão e massa própria:

Características	Tipo I		Tipo II	
	Sem pré- encolhimento		Com pré- encolhimento	
Dimensões (cm)	45 x 50	23 x 25	25 x 28	10 x 9
Massa mínima (g)	25	8	20	9
Retenção de líquido (%)	700		900	
Dextrina ou amido	Ausente		Ausente	
Alvejantes ópticos	Ausente		Ausente	

Portanto, o produto de tipo I **não estéril** é comercializado em pacotes com **50 unidades e são ofertados** em duas formas: no dimensional 45x 50 com massa mínima de 25g e 23x25 com massa mínima de 8g.

A dúvida se dá na massa mínima solicitada no produto, tendo em vista que na **descrição** informa que o produto deverá possuir **medida de 23cmx25cm, não estéril, em pacote de 50 unidades**, porém o peso mínimo solicitado é de 20gr, **quando na verdade deveria ser de 8g**, obedecendo a norma.

O peso de 20gr é exigido para o produto de tipo II, estéril e em embalagens com 05 unidades, sendo assim, ao que parece misturou os produtos tipo I e tipo II da norma.

Diante do exposto, solicitamos que adequem o produto à norma e ao que é comumente oferecido no mercado, **com peso mínimo de 8g.**

AMED agradece e aguarda retorno.

Curvelo, 18 de fevereiro de 2025.

AMED S/A:10403238000111

Assinado de forma digital por AMED S/A:10403238000111
Dados: 2025.02.18 16:38:01 -03'00'

AMED S/A

CNPJ 10.403.238/0001-11

Re: Pedido de Esclarecimento - Proc 77/009.125/2024 - Pregão: 0057/2024 - Empresa: AMED S/A.

De : SUCC SAUDE <succsaude@sad.ms.gov.br>

sex., 21 de fev. de 2025 15:54

Assunto : Re: Pedido de Esclarecimento - Proc 77/009.125/2024 - Pregão: 0057/2024 - Empresa: AMED S/A.

 2 anexos

Para : SEL/ PREGAO <pregao07@sad.ms.gov.br>

Cc : Joyceane Padilha <jpadilha@sad.ms.gov.br>, lpeixoto <lpeixoto@saude.ms.gov.br>

Boa tarde!

Segue parecer instruído referente ao pedido de esclarecimento AMED S/A - Proc 77/009.125/2024 - Pregão: 0057/2024 - Item 33.

At.te.

Letícia Peixoto
3318-1317

De: "SEL/ PREGAO" <pregao07@sad.ms.gov.br>

Para: succsaude@sad.ms.gov.br, "Rhullian Argentina Quinhones" <rquinhones@sad.ms.gov.br>, "lpeixoto" <lpeixoto@saude.ms.gov.br>, "Joyceane Padilha" <jpadilha@sad.ms.gov.br>, "Rosimeire Soares" <rosoares@sad.ms.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 16:14:28

Assunto: Pedido de Esclarecimento - Proc 77/009.125/2024 - Pregão: 0057/2024 - Empresa: AMED S/A.

Prezados, boa tarde!

Informamos que recebemos o **Pedido de Esclarecimento** da empresa: **AMED S/A.**, referente ao Processo: 77/009.125/2024, Pregão:0057/2024, Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL COMPRA DE CORRELATOS HOSPITALARES IV, com abertura do certame dia 25/02/2025 às 08h30. Segue em anexo cópia do pedido.

Detalhe Esclarecimento



Data

18/02/2025 15:40:44

Empresa

AMED S/A.

Situação

Aguardando Resposta

Assunto Esclarecimento

Esclarecimento quanto ao item 33 - Onde se lê: Peso mínimo de 20gr

[Visualizar Anexo](#)

Solicitamos que seja respondido **até às 17h00 do dia 20/02/2025**, tendo em vista a data da abertura do certame estar próxima e prazo limite para resposta previsto

em edital.

Atenciosamente,
Equipe Pregão 07.

BRUNO PEREIRA COELHO

Agente da Contratação da Fase Externa - COFEX/SEL/SAD

Telefones: (67) 3318-1318 e 3318-1379

**Resposta_a_Manifestacao_de_Recurso_Administrativo_-
_77_009.125_2024_-_Correlatos_Hospitalares_IV_AMED_S.A_-
_Item_33assinado.pdf**

381 KB

Ref. Processo n 77/009.125/2024 - PE0057/2024

SRP Centralizado – Aquisição de Correlatos Hospitalares IV

Análise a Manifestação de interesse Recursal

Interessado: AMED S/A

Em análise aos apontamentos feitos pelo licitante em relação ao item 33 - 0028369 - Compressa - Tipo: cirúrgica; Material: 100% algodão; Medida: 23cmX25cm; **Peso: mínimo 20g**; Requisitos: 4 camadas sobrepostas, **campo operatório não estéril**, com filamento radiopaco, cadarço em forma de alça, bordas overlocadas, pacote com 50 unidades, e em diligências, observada a necessidade de correção da padronização do Item.

Diante da necessidade de repadronização solicito o cancelamento do mesmo na abertura do certame para que não haja prejuízos aos demais Itens. Posteriormente o Item será inserido em outro processo regular.

Campo Grande, MS, 20 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 LETICIA TOLEDO PEIXOTO
Data: 21/02/2025 16:48:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Enfª Letícia Toledo Peixoto

Coren/MS413321

Matricula 61189022

FUNSAU/HRMS/SAD