

 Licitação

[< Voltar para listagem](#)
 Licitação

 Sobre

 Novidades

 Roadmap

## Número do Processo

77/015.457/2024

## Situação

Aguardando Abertura

## Número do Edital

0004/2025

## Detalhe Esclarecimento



## Data

11/04/2025 09:32:05

## Empresa

CG  
HOSPITALAR  
DISTRIBUIDOR  
A DE  
PRODUTOS  
HOSPITALARE  
S LTDA.

## Situação

Aguardando Resposta

### Assunto Esclarecimento

Solicito, por gentileza, esclarecimento em relação ao item 07 (Luva - Tipo: hospitalar; Uso: multi uso...), no qual consta a exigência de embalagem em caixa. Gostaríamos de saber se será aceita a oferta do item em pacote. Agradeço desde já.

HOSPITALARES LTDA

**Data:** Boa tarde! Referen...

**Nome:** Não

Aguardando Resposta



11/04/2025 09:32

**Tipo:** CG HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA.





☰ Licitação

💡 Sobre



📅 Novidades

🗺 Roadmap

## Impugnações

### Detalhe Esclarecimento

**Data**

11/04/2025 09:32:05

**Empresa**CG  
HOSPITALAR  
DISTRIBUIDOR  
A DE  
PRODUTOS  
HOSPITALARE  
S LTDA.**Situação**

Aguardando Resposta

**Assunto Esclarecimento**

Solicito, por gentileza, esclarecimento em relação ao item 07 (Luva - Tipo: hospitalar; Uso: multi uso...), no qual consta a exigência de embalagem em caixa. Gostaríamos de saber se será aceita a oferta do item em pacote. Agradeço desde já.



Ref. Processo n 77/015.457/2024 - PE 0004/2025

SRP Centralizado – Aquisição de Correlatos Hospitalares VIII

### Análise ao Pedido de esclarecimento

Interessado: CG HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

A empresa licitante CG HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, faz o seguinte questionamento quanto à apresentação do Item 07:

- *“Solicito, por gentileza, esclarecimento em relação ao item 07 (Luva - Tipo: hospitalar; Uso: multi uso...), no qual consta a exigência de embalagem em caixa. Gostaríamos de saber se será aceita a oferta do item em pacote. Agradeço desde já”,*

Segue figura para análise:

ITEM 007

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
1	0001287	<a href="#">Luva - Tipo: hospitalar; Uso: multi uso, estéril; Material: plástico em polietileno; Requisito: ambidestra, espessura mín.de 0,02 micras, peso 0,825 g, comprimento de até 35 cm; Cor: transparente.</a>	Cx - 100 - Unidade	2000

Passamos ao nosso esclarecimento:

Venho a informar que todo e qualquer procedimento realizado dentro da Instituição Hospitalar é padronizado pela equipe técnica, sendo assim todo descritivo de materiais hospitalares solicitado em processos de licitação são padronizados, para atender devidamente as necessidades da demanda, do serviço de atendimento padronizado.

Os descritivos dos itens utilizados na unidade hospitalar solicitante são feitos de acordo com critérios pré-estabelecidos, estes levam em consideração o público atendido, as apresentações de mercado e o custo benefício, onde o objetivo maior é promover a SAÚDE, sendo assim serão impostos os requisitos mínimos que compõe o item a ser solicitado, tendo atenção no mercado para não cercear a competição.

Esclareço ainda que quanto a embalagem solicitada ser apresentação em caixa com 100 unidades, seria um padrão de medida, nada impede que o licitante proponente ofereça outro tipo de embalagem

desde que atenda aos requisitos mínimos de identificação e esterilidade solicitados, atendendo aos requisitos mínimos a proposta será analisada e aceita se estiver de acordo..

Campo Grande, MS, 14 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LETICIA TOLEDO PEIXOTO  
Data: 14/04/2025 16:53:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Enfª Letícia Toledo Peixoto

Coren/MS 413321

FUNSAU/HRMS/SAD