



Compras  
Públicas

Relatório de Quantitativos por Órgão - Divisão em Cotas  
019/2025

Tipo	Seq.	Unid. Aquis.	Descrição	FUNSAU	SES	Total
				Consolidado	Consolidado	
Lote 1	1	1 Un.	0027060 - Sonda - Tipo: aspiração traqueal; Material: tubo em PVC, transparente, flexível, atóxico, atraumática, esterilizado; Calibre: 10Fr; Medida: 30cm a 50cm; Requisitos: válvula intermitente para pressão negativa com conector universal, com orifício adequado para secreções viscosas e fluídas; Embalagem: individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, descartável.	12480	0	12480
<b>Total:</b>				12480	0	12480
Lote 1	2	1 Un.	0027064 - Sonda - Tipo: aspiração traqueal; Material: tubo em PVC, transparente, flexível, atóxico, atraumática, esterilizado; Calibre: 12Fr; Medida: mínimo 50cm; Requisitos: válvula intermitente para pressão negativa com conector universal, com orifício adequado para secreções viscosas e fluídas; Embalagem: individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, descartável.	31870	1800	33670
<b>Total:</b>				31870	1800	33670
Lote 1	3	1 Un.	0027059 - Sonda - Tipo: aspiração traqueal; Material: tubo em PVC, transparente, flexível, atóxico, atraumática, esterilizado; Calibre: 14Fr; Medida: mínimo 50cm; Requisitos: válvula intermitente para pressão negativa com conector universal, com orifício adequado para secreções viscosas e fluídas; Embalagem: individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, descartável.	38240	0	38240
<b>Total:</b>				38240	0	38240
Lote 1	4	1 Un.	0027061 - Sonda - Tipo: aspiração traqueal; Material: tubo em PVC, transparente, flexível, atóxico, atraumática, esterilizado; Calibre: 4 Fr; Medida: 30cm a 50cm; Requisitos: válvula intermitente para pressão negativa com conector universal, com orifício adequado para secreções viscosas e fluídas; Embalagem: individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, descartável.	8750	0	8750
<b>Total:</b>				8750	0	8750
Lote 1	5	1 Un.	0027063 - Sonda - Tipo: aspiração traqueal; Material: tubo em PVC, transparente, flexível, atóxico, atraumática, esterilizado; Calibre: 6Fr; Medida: 30cm a 50cm; Requisitos: válvula intermitente para pressão negativa com conector universal, com orifício adequado para secreções viscosas e fluídas; Embalagem: individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, descartável.	21550	0	21550
<b>Total:</b>				21550	0	21550



**Compras  
Públicas****Relatório de Quantitativos por Órgão - Divisão em Cotas  
019/2025**

Lote 1	6	1 Un.	0027062 - Sonda - Tipo: aspiração traqueal; Material: tubo em PVC, transparente, flexível, atóxico, atraumática, esterilizado; Calibre: 8Fr; Medida: 30cm a 50cm; Requisitos: válvula intermitente para pressão negativa com conector universal, com orifício adequado para secreções viscosas e fluídas; Embalagem: individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, descartável.	21120	1080	22200
<b>Total:</b>				21120	1080	22200





Compras  
Públicas

Relatório de Quantitativos por Órgão - Divisão em Cotas  
019/2025

Tipo	Seq.	Unid. Aquis.	Descrição	FUNSAU	SES	Total
				Consolidado	Consolidado	
Item	2	1 Un.	0003571 - Balde - Uso: hospitalar; Material: aço inoxidável; Capacidade em Litro: 5; Requisito: com alça; Diâmetro : 23 x 18 cm.	40	20	60
<b>Total:</b>				40	20	60
Item	9	1 Un.	0016753 - Cânula - Tipo: traqueostomia; Uso: obesos; Tamanho: 9 mm; Material: PVC termossensível; Formato: curvatura em ângulo reto; Apresentação: descartável, estéril; Dados complementares: longa, balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão e haste de fixação.	45	0	45
<b>Total:</b>				45	0	45
Item	14	1 Un.	0016662 - Regulador - Tipo: para vácuo torácico; Características: intensidade do vácuo entre 0 - 25 cmH2O com frasco graduado, tudo central, tampa, válvula de agulha e conexões para a bomba de aspiração para o frasco coletor.	45	0	45
<b>Total:</b>				45	0	45

