

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90031/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Autoclave descontaminação

Descrição Detalhada: Autoclave Descontaminação Referência: Ge6610 Arb-2, Aplicação: Esterilização E Descontaminação De Materiais Bioló,
Características Adicionais: Risco Biológico 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 408.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (8)

2 - Autoclave descontaminação

Descrição Detalhada: Autoclave Descontaminação Referência: Ge6610 Arb-2, Aplicação: Esterilização E Descontaminação De Materiais Bioló,
Características Adicionais: Risco Biológico 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 408.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2)

3 - Autoclave descontaminação

Descrição Detalhada: Autoclave Descontaminação Referência: Ge6610 Arb-2, Aplicação: Esterilização E Descontaminação De Materiais Bioló,
Características Adicionais: Risco Biológico 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 242.326,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (5)

4 - Autoclave descontaminação

Descrição Detalhada: Autoclave Descontaminação Referência: Ge6610 Arb-2, Aplicação: Esterilização E Descontaminação De Materiais Bioló,
Características Adicionais: Risco Biológico 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 242.326,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1)

5 - Refrigerador de laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C, Tipo Comando: Pannel De Controle Digital, Tipo Alarme: Com Alarme De Abertura De Porta, Tipo Controle: Degelo Automático E Evaporação De Água, Tipo Sinalizador: Display Digital De Temperatura, Tipo Revestimento: Revestimento Interno Aço, Prateleiras Reguláveis, Características Adicionais: Porta Dupla, Tipo Fechamento Portas: Porta Com Chaveamento., Tensão Alimentação: Bivolt V, Capacidade: 972 L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37.340,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (9)

6 - Refrigerador de laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C, Tipo Comando: Pannel De Controle Digital, Tipo Alarme: Com Alarme De Abertura De Porta, Tipo Controle: Degelo Automático E Evaporação De Água, Tipo Sinalizador: Display Digital De Temperatura, Tipo Revestimento: Revestimento Interno Aço, Prateleiras Reguláveis, Características Adicionais: Porta Dupla, Tipo Fechamento Portas: Porta Com Chaveamento., Tensão Alimentação: Bivolt V, Capacidade: 972 L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37.340,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (3)

7 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Tipo: Cirúrgico De Teto, Cúpula: 2 Cúpulas, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 120.000 E 160.000 Lux, Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79.490,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (19)

8 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Tipo: Cirúrgico De Teto, Cúpula: 2 Cúpulas, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 120.000 E 160.000 Lux, Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79.490,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (6)

9 - Monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado/Modular, Parâmetros: Ecg, Pni, Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução, Características Adicionais: Congelamento Tela E Memória, Componentes: Alarmes/Bateria, Opcionais: Capnografia, Opcionais 02: Arritmias E Segmentos St, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Quantidade Mínima Cotada: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.720,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (113)

10 - Monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado/Modular, Parâmetros: Ecg, Pni, Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução, Características Adicionais: Congelamento Tela E Memória, Componentes: Alarmes/Bateria, Opcionais: Capnografia, Opcionais 02: Arritmias E Segmentos St, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.720,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (37)

11 - Monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado, Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução, Características Adicionais: Congelamento Tela E Memória, Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações, Componentes: Alarmes, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.295,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (90)

12 - Monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado, Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução, Características Adicionais: Congelamento Tela E Memória, Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações, Componentes: Alarmes, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.295,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (30)

13 - Lavadora termodesinfectora

Descrição Detalhada: Lavadora Termodesinfectora Material: Aço Inoxidável, Tipo: Para Limpeza, Desinfecção E Secagem, Capacidade: 285 L, Uso: Automática, Microprocessada, Características Adicionais: Ciclos Programáveis, Composição Básica: 2 Portas, Visor Vidro, Componentes Adicionais: 6 Cestos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 296.721,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (6)

14 - Lavadora termodesinfectora

Descrição Detalhada: Lavadora Termodesinfectora Material: Aço Inoxidável, Tipo: Para Limpeza, Desinfecção E Secagem, Capacidade: 285 L, Uso: Automática, Microprocessada, Características Adicionais: Ciclos Programáveis, Composição Básica: 2 Portas, Visor Vidro, Componentes Adicionais: 6 Cestos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 296.721,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2)

15 - Videolaparoscopia

Descrição Detalhada: Videolaparoscopia Componentes: Microcâmera Pal M/Ntsc, Monitor 17", 500l, Composição: Gravador Dvd, Fonte Xenon 300w, Outros Componentes: Insuflador Eletrônico Co2, 16 Lt, Cabo Fib. Ótica 4,8, Acessórios: Endoscópio Rígido, Cilindro Co2, Armário, Ag. Veress, Conteúdo: Trocater 11x10,5 E 6x10,5; Camisa Endosc. 11x5, Aditivos: Pinça Endosc. Bipolar, Unipolar Longa, Unipolar Curta, Adicionais: Unipolar Dentada, Cabo Diatermia Bipolar, Unipolar, Características Adicionais: Cânula, Tesoura Eletrocirurgia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 282.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (8)

16 - Videolaparoscopia

Descrição Detalhada: Videolaparoscopia Componentes: Microcâmera Pal M/Ntsc, Monitor 17", 500l, Composição: Gravador Dvd, Fonte Xenon 300w, Outros Componentes: Insuflador Eletrônico Co2, 16 Lt, Cabo Fib. Ótica 4,8, Acessórios: Endoscópio Rígido, Cilindro Co2, Armário, Ag. Veress, Conteúdo: Trocater 11x10,5 E 6x10,5; Camisa Endosc. 11x5, Aditivos: Pinça Endosc. Bipolar, Unipolar Longa, Unipolar Curta, Adicionais: Unipolar Dentada, Cabo Diatermia Bipolar, Unipolar, Características Adicionais: Cânula, Tesoura Eletrocirurgia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 282.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2)