

COORDENADORIA-GERAL DE PERÍCIAS

PARECER TÉCNICO

Pregão 0034/2025 – Processo: 31/003.188/2025

Assunto: Análise de conformidade técnica da proposta – Item 011

Órgão Requisitante: Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP/MS

Unidade Demandante: Coordenadoria-Geral de Perícias – CGP/MS

Proponente: Empresa Comercial NPB de Máquinas Ltda – Me - CNPJ 45.641.170/0001-93

Item 11 – Medidor Multiparâmetro Portátil

O modelo Hanna Instruments HI98194 foi apresentado como medidor multiparâmetro portátil destinado à medição de parâmetros físico-químicos em campo, conforme documentação técnica do fabricante (catálogo oficial da Hanna Instruments Brasil).

Após análise técnica comparativa, conclui-se que o medidor multiparâmetro Hanna Instruments HI98194:

- É portátil e resistente à água (IP67/IP68);
- Mede todas as grandezas requeridas: pH, ORP, EC, TDS, salinidade, OD, pressão e temperatura, além de resistividade e sigma de água do mar;
- Possui cabo de 4 m e operação adequada para campo;

Portanto, atende às especificações técnicas do Termo de Referência.

Parecer Final

Diante das análises acima:

PARECER FAVORÁVEL à aceitação da proposta apresentada pela empresa COMERCIAL NPB DE MÁQUINAS LTDA – ME, para o Item 11, com o equipamento Hanna Instruments modelo HI98194, considerado tecnicamente conforme às exigências do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 034/2025, por atender integralmente as grandezas e características funcionais requeridas.

Campo Grande – MS, 16 de outubro de 2025.

Andre Bonelli Milani
Perito Criminal
Coordenadoria-Geral de Perícias – CGP/MS