



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPO

Presidente Vargas, 465 - Centro - Caarapó - MS
CEP: 79940-000 CNPJ: 03.155.900/0001-04 Telefone: (67) 3453-5500
Site: www.caarapo.ms.gov.br

Cotação Nr.: 144/2024
Data: 02/10/2024

DOCUMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Fornecedor:	Telefone:
Endereço:	E-mail:
Cidade:	

Condições de pagamento:	30 DIAS	Prazo de entrega:	Conforme Termo de Referência
Objeto da coleta de preço:	AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAARAPO PARA ADESAO AO PROGRAMA DE TELEDIAGNÓSTICO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - MARCAS E MODELOS HOMOLOGADOS NA RESOLUÇÃO CIB/SES Nº 472, 26 DE JUNHO DE 2024		
Observações:	FAVOR INCLUIR VALOR DE FRETE E QUALQUER TIPO DE DESPESA ADICIONAL NO VALOR DO PRODUTO/SERVIÇO		

Item	Especificação	Unid.	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	ELETROCARDÍOGRAFO PARA TELEECG - ELETROCARDÍOGRAFO PARA TELEECG- Número de derivações simultâneas – 12; Impedância de Entrada — maior ou igual a 8 Mohm; Taxa de amostragem maior ou igual a 500 amostras/segundo por derivação; Resolução do conversor A/D — mínimo de 12bits; Resolução – menor ou igual a 5 microV/LSB; Faixa dinâmica – maior ou igual 10 mVpp; Ruído Intrínseco 90 dB; Filtros digitais no mínimo com correção automática da variação de linha de base, atenuação do ruído muscular e atenuação da interferência de 60 Hz; Entradas protegidas contra descarga de desfibrilador Normas de Segurança Atendidas; USB 1.1, compatível 2.0; Alimentação Através da interface USB Software; Documentação do protocolo de comunicação e acesso ao equipamento; Envio de dados para PC com comunicação via USB ou LAN/WAN em arquivo XML no formato FDA (HL7); Driver (Windows) e/ou API para controle do equipamento e acesso aos dados dos exames realizados, devidamente homologado pelo Centro de Telessaude do Hospital das Clínicas da UFMG para utilização nos sistemas já desenvolvidos. O Driver e/ou API deverão permitir o controle sobre Envio de comandos e recebimento de respostas; 10.0.14.2. Recebimento do traçado; Verificação e validação dos dados do equipamento; Comunicação por porta USB. 01 (um) conjunto de eletrodos periféricos do tipo CLIP, com quatro eletrodos. 01 (um) conjunto de eletrodos precordiais do tipo PERA, com seis eletrodos. 01 (um) cabo de paciente de 12 derivações simultâneas, com 10 vias. 01 (uma) mídia contendo o software de ECG 01 (um) cabo USB para conexão ao computador.	UN	8			

	Total geral....	
--	-----------------	--

Carimbo/Assinatura do Responsável