



AVALIAÇÃO DE CATÁLOGOS – RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 333/2023

EMPRESA: LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ 38.170.314/0001-05

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
02	ÁCIDO PERACÉTICO (BALDE C/ 05 KG) Desinfetante de alto nível a base de percarbonato de sódio + tetra acetil etileno diamina (taed) com PH entre 7,0 a 8,5 para limpeza e desinfecção de artigos e endoscópios. O produto deverá ser para uso diluído, e deverá ser comprovada a eficácia e esporocida, micobactericida, bactericida e fungicida na diluição de uso recomendada. Deverá ser apresentado registro na Anvisa, laudos de atividade esporicida, micobactericida, bactericida e fungicida, laudos de toxicidade oral aguda, toxidade cutânea aguda, irritabilidade cutânea e ocular. Balde de 5kg, juntamente com balde do produto deverá vir um frasco de tiras teste com 25 unidades para controle do produto.	O produto especificado no catálogo enviado <u>NÃO POSSUI</u> a mesma composição química e apresentação exigida, se tratando de produto diferente do solicitado. Além disso não foi apresentado os laudos exigidos na especificação. Portanto o produto <u>NÃO ATENDE</u> às especificações do Termo de Referência.

Três Lagoas, 05 de janeiro de 2024.

Assessor de Gestão em Saúde
SMS – Três Lagoas - MS
Responsável pela elaboração do Termo de Referência