

Re: RES: ESCLARECIMENTO PE 125/2024 - DESCRITIVO

De : Email Pregão <pregao@treslagoas.ms.gov.br>
Assunto : Re: RES: ESCLARECIMENTO PE 125/2024 - DESCRITIVO
Para : Kelly Caroline <kelly.caroline@blentamedical.com>

sex., 27 de set. de 2024 15:06

 5 anexos

Prezada Kelly
Segue resposta da secretária:

Não solicitamos nenhuma marca específica, apenas que se enquadre nos descritivos.

Sobre o kit, compreende os seguintes itens:

- 1 Sonda nível de Pele com balão
- 1 seringa de ponta cateter 60ml
- 1 seringa de luer deslizando 6ml
- 1 conjunto de alimentação em bolus
- 1 Kit de alimentação continua com mola de segurança entérica.

Fico a disposição para maiores esclarecimentos.

At.te

Atenciosamente

RUAN BEN HUR

Pregoeiro/Agente de Contratação

E-mail: pregao@treslagoas.ms.gov.br
(67) 9325-0354

.....
Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle - SEFIRC
.....

E-mail enviado por meio de mailing lista previamente autorizado. Todo conteúdo enviado é de total responsabilidade do remetente. Em caso de erros ou problemas de visualização entre em contato com o remetente.



De: "Kelly Caroline" <kelly.caroline@blentamedical.com>

Para: "Email Pregão" <pregao@treslagoas.ms.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 27 de setembro de 2024 13:38:27

Assunto: RES: ESCLARECIMENTO PE 125/2024 - DESCRITIVO

Prezado, boa tarde!

Agradeço o retorno, poderia me esclarecer esses pontos ?

O item 179 , é marca específica ou apenas de referência?

Referente aos demais itens questionados , o que compõe o kit sendo solicitado?

Aguardo retorno, obrigada!

Atenciosamente,



Respeito à vida e respeito
a quem cuida dela.

Kelly C. Pereira

Auxiliar de Licitação

kelly.caroline@blentamedical.com

+55 (19) 99937-2398 

+55 (19) 3825-3555

Ramal 2028

www.blentamedical.com

De: Email Pregão <pregao@treslagoas.ms.gov.br>

Enviada em: sexta-feira, 27 de setembro de 2024 14:32

Para: Kelly Caroline <kelly.caroline@blentamedical.com>

Assunto: Re: ESCLARECIMENTO PE 125/2024 - DESCRITIVO

Prezada Kelly

Segue resposta da secretária:

Boa tarde,

Sobre o item 179, é uma sonda de gastrostomia no modelo BOTTON MIC-KEY de 20fr com 2.5cm

Os itens 186 a 188 são sim sondas de gastrostomia de 3 vias com balão, o kit completo, para **NÍVEL DE PELE** conforme especificações.

At.te

Atenciosamente

RUAN BEN HUR

Pregoeiro/Agente de Contratação

E-mail: pregao@treslagoas.ms.gov.br
(67) 9325-0354

.....
Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle - SEFIRC
.....

E-mail enviado por meio de mailing lista previamente autorizado. Todo conteúdo enviado é de total responsabilidade do remetente. Em caso de erros ou problemas de visualização entre em contato com o remetente.



De: "Kelly Caroline" <kelly.caroline@blentamedical.com>
Para: "Email Pregão" <pregao@treslagoas.ms.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 27 de setembro de 2024 10:02:19
Assunto: ESCLARECIMENTO PE 125/2024 - DESCRITIVO

Prezados, bom dia!

Gostaria de esclarecimento quanto ao material solicitado.

179	SONDA DE BOTTON - Nº 2,5 (SONDA DE GASTRONOMIA) Sonda botton para gastrostomia mic key a nível de pele, permite a administração de nutrição entérica e de medicamentos no estomago. Destina-se a ser utilizado em doentes que requerem alimentação em longo prazo, não toleram a alimentação por via oral.
-----	--

O material solicitado se trata de botão gástrico com balão ou sonda de gastrostomia? Qual o tamanho solicitado?

186	SONDA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA 18FR Sonda para Gastrostomia Percutânea 100% silicone com balão 15ml ou 20ml.
187	SONDA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA 20FR Sonda para Gastrostomia Percutânea 100% silicone com balão 15ml ou 20ml.
188	SONDA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA 24FR Sonda para Gastrostomia Percutânea 100% silicone com balão 15ml ou 20ml.

Nos itens acima se trata de sonda de gastrostomia 3 vias com balão ?

Aguardo retorno. Obrigada!

Atenciosamente,



Respeito à vida e respeito
a quem cuida dela.

Kelly C. Pereira

Auxiliar de Licitação

kelly.caroline@blentamedical.com

+55 (19) 99937-2398

+55 (19) 3825-3555

Ramal 2028

www.blentamedical.com



RUAN BEN HUR (1) (1).png
40 KB
