

Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS PE 125/2024 DT 10/10/2024

De : Email Pregão <pregao@treslagoas.ms.gov.br>
Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS PE 125/2024 DT 10/10/2024
Para : Licitação MC Farma <licitacao@mcfarmamed.com.br>

seg., 30 de set. de 2024 16:48

📎 1 anexo

Prezados

Segue resposta da secretária:

Será aceito a lanceta 28G sem problema nenhum, porem é importante ressaltar que nos 3 últimos processos foram adquiridas as lancetas 23G, não havendo nenhum retorno negativo da população atendida.

Atenciosamente,

ERIC CÉZAR DA SILVA SOUZA

Depto. Administrativo Financeiro

eric.souza@treslagoas.ms.gov.br

(67) 3929 - 9944

Secretaria de Saúde

Email enviado através de mailing list previamente autorizado

Todo conteúdo enviado é de responsabilidade do remetente

Qualquer problema entrar em contato com o remetente.

**De:** "Licitação MC Farma" <licitacao@mcfarmamed.com.br>**Para:** "Email Pregão" <pregao@treslagoas.ms.gov.br>**Enviadas:** Segunda-feira, 30 de setembro de 2024 14:23:35**Assunto:** SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS PE 125/2024 DT 10/10/2024

A empresa MC Farma Ltda., inscrita no CNPJ nº 41.098.601/0001-66, interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 125/2024 da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, vem respeitosamente, solicitar esclarecimento nas questões abaixo.

No item 119 (LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL) está solicitando 23G;

Será aceito lanceta de calibre 28 G, indicado para obtenção de micro amostra sanguínea para exames diagnósticos com ponta ultra fina gerando menos danos ao tecido e permitindo ao usuário obter amostras de sangue com o mínimo de desconforto.

QUANTO MENOR o número da lanceta, MAIOR o diâmetro do FURO, fará um furo maior, mais calibroso consequentemente o extravasamento de sangue será maior (causando dor e desconforto ao usuário) Já a auto lanceta de 28G fará o MENOR furo, consequentemente o fluxo de extravasamento de sangue é menor.

Conhecer as diferentes agulhas, suas aplicações e a importância do uso adequado destes instrumentos são essenciais para os profissionais da saúde e usuários. Ao compreender a função e as especificações de cada tipo de agulha, talvez seja necessário solicitar uma análise quanto ao descritivo deste item.

Desde já agradecemos e ficamos no aguardo de um breve retorno.

Atenciosamente,



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

☎ (11) 99872-4495
✉ licitacao@mcfarmamed.com.br
📍 R Lauro Muller, 950 - Itajaí/SC
