

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 20/2024 RELATÓRIO DA SESSÃO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado do objeto: **INSUMOS PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA E REALIZAÇÃO DE ESPIROMETRIA.**

2. DATA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO

No dia 08/07/2024 iniciou-se na sede da APIS, localizada na rua Rua Alberto Stein, 466 - Velha, Blumenau - SC, 89036-200, a avaliação das fichas técnicas, finalizado no dia 10/07/2024.

3. AMOSTRA ANALISADAS

Foram analisadas as seguintes fichas técnicas, correspondente aos itens: 01,04,05,06,07,08, 12

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – FICHA TÉCNICA

LICITANTES: Accumed Produtos Médico Hospitalares Ltda

ITEM 0012 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL, COM DISPOSITIVO PERFUROCORTANTE MANTIDO COM AGULHA PROTEGIDA E ESTERILIZADA, ACOPLADO A LANCETADOR DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, QUE NÃO PERMITE SER REMONTADO OU REUTILIZADO. AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, TRIFACETADA, QUE RETRAI AUTOMATICAMENTE APÓS O USO. A EMPRESA VENCEDORA DEVE APRESENTAR REGISTRO COMPROVANDO QUE ESTE MATERIAL ATENDE A NR 32 (NORMA REGULAMENTADORA). REGISTRO ANVISA.

Registro anvisa: 80275310053 – publicado deferimento

REPROVADO : A empresa vencedora não apresentou registro comprovando que este material atende a nr 32.

LICITANTE: Pro-Ar Comercio de Produtos Hospitalares Ltda

ITEM 0007 - CLIP, NASAL, PARA EXAME DE ESPIROMETRIA; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CLIP NASAL PARA TESTES DE ESPIROMETRIA INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA. PRODUTO UTILIZADO PARA BLOQUEAR FLUXO DE AR PELO NARIZ DURANTE TESTES

RESPIRATÓRIOS. O CLIPE NASAL DEVERÁ PRESSIONAR AS NARINAS DO PACIENTE DE FORMA QUE NENHUM VOLUME SEJA EXPULSO PELA CAVIDADE NASAL DO MESMO. PEGA SUAVE E SEM DESLIZAMENTO. **CONFECCIONADO EM MATERIAL QUE PERMITA A HIGIENIZAÇÃO E REUTILIZAÇÃO.** DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIROMETRO MARCA MIR, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.

ITEM 0008 - CLIP, NASAL, PARA EXAME DE ESPIROMETRIA; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CLIP NASAL PARA TESTES DE ESPIROMETRIA INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA. PRODUTO UTILIZADO PARA BLOQUEAR FLUXO DE AR PELO NARIZ DURANTE TESTES RESPIRATÓRIOS. O CLIPE NASAL DEVERÁ PRESSIONAR AS NARINAS DO PACIENTE DE FORMA QUE NENHUM VOLUME SEJA EXPULSO PELA CAVIDADE NASAL DO MESMO. PEGA SUAVE E SEM DESLIZAMENTO. **CONFECCIONADO EM MATERIAL QUE PERMITA A HIGIENIZAÇÃO E REUTILIZAÇÃO.** DEVE SER COMPATÍVEL COM TODOS OS APARELHOS, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. REGISTRO ANVISA.

Reprovados: O fabricante recomenda o uso único.



ITEM 0001 BOCAL, DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO, MATERIAL: PAPELÃO, MODELO PARA ADULTO; BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA. O BOCAL DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA (RESISTIR À DEFORMAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EXAME) CONFECCIONADO EM PAPELÃO RESISTENTE. POSSUIR PROTEÇÃO EM PELÍCULA PLASTIFICADA NA PARTE EXTERNA, EVITANDO ASSIM QUE COLE NOS LÁBIOS DO PACIENTE DURANTE O TESTE DE ESPIROMETRIA. MEDIDAS: 70MM COMPRIMENTO X 28,5MM DIÂMETRO EXTERNO. ESPESSURA APROXIMADA **DE 2 MM.** POSSUIR NA SUA FACE EXTERNA UMA PELÍCULA PLÁSTICA ATÓXICA QUE EVITA A ADERÊNCIA AOS LÁBIOS DO PACIENTE, OFERECENDO MAIOR CONFORTO E EFICIÊNCIA DURANTE AS MANOBRAS. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIRÔMETRO MIR MINISPIR S/NA23-C15841, INCLUINDO,

ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.

ITEM 0004 - BOCAL, DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO, MATERIAL: PAPELÃO, MODELO PEDIÁTRICO: O BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA. O BOCAL DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA (RESISTIR À DEFORMAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EXAME) CONFECCIONADO EM PAPELÃO RESISTENTE. POSSUIR PROTEÇÃO EM PELÍCULA PLASTIFICADA NA PARTE EXTERNA, EVITANDO ASSIM QUE COLE NOS LÁBIOS DO PACIENTE DURANTE O TESTE DE ESPIROMETRIA. MEDIDAS: 65 MM DE COMPRIMENTO X 22 MM DIÂMETRO INTENO. ESPESSURA APROXIMADA **DE 2 MM**. POSSUIR NA SUA FACE EXTERNA UMA PELÍCULA PLÁSTICA ATÓXICA QUE EVITA A ADERÊNCIA AOS LÁBIOS DO PACIENTE, OFERECENDO MAIOR CONFORTO E EFICIÊNCIA DURANTE AS MANOBRAS. DEVE SER COMPATÍVEL COM TODOS OS APARELHOS, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO ANVISA.

ITEM 0005 - BOCAL, DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO, MATERIAL: PAPELÃO, MODELO PEDIÁTRICO: O BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA. O BOCAL DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA (RESISTIR À DEFORMAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EXAME) CONFECCIONADO EM PAPELÃO RESISTENTE. POSSUIR PROTEÇÃO EM PELÍCULA PLASTIFICADA NA PARTE EXTERNA, EVITANDO ASSIM QUE COLE NOS LÁBIOS DO PACIENTE DURANTE O TESTE DE ESPIROMETRIA. MEDIDAS: 65 MM DE COMPRIMENTO X 22 MM DIÂMETRO INTENO. ESPESSURA **DE 2 MM**. POSSUIR NA SUA FACE EXTERNA UMA PELÍCULA PLÁSTICA ATÓXICA QUE EVITA A ADERÊNCIA AOS LÁBIOS DO PACIENTE, OFERECENDO MAIOR CONFORTO E EFICIÊNCIA DURANTE AS MANOBRAS. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIROMETRO MARCA MIR, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. APRESENTAR REGISTRADO ANVISA.

ITEM 0006 - BOCAL, DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO, MATERIAL: PAPELÃO, MODELO PEDIÁTRICO: O BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA. O BOCAL DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA (RESISTIR À DEFORMAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EXAME) CONFECCIONADO EM PAPELÃO RESISTENTE. POSSUIR PROTEÇÃO EM PELÍCULA PLASTIFICADA NA PARTE EXTERNA, EVITANDO ASSIM QUE COLE NOS LÁBIOS DO PACIENTE DURANTE O TESTE DE ESPIROMETRIA. MEDIDAS: 65 MM DE COMPRIMENTO X 22 MM DIÂMETRO INTERNO. ESPESSURA APROXIMADA **DE 2 MM**. POSSUIR NA SUA FACE EXTERNA UMA PELÍCULA PLÁSTICA ATÓXICA QUE EVITA A ADERÊNCIA AOS LÁBIOS DO PACIENTE, OFERECENDO MAIOR CONFORTO E EFICIÊNCIA DURANTE AS MANOBRAS. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIRÔMETRO MIR MINISPIR S/NA23-C15841, INCLUINDO, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.

REPROVADO: Espessura de 1 mm, ofertado para todos os itens. ITEM 01, medidas: 70mm comprimento x 28,5mm diâmetro externo, ficha apresentada não atende as especificações do edital

MEDIDAS

16.0 x 1.0 x 65.0mm	26.0 x 1.3 x 40.0mm
17.5 x 0.8 x 65.0mm	26.0 x 1.3 x 65.0mm
20.5 x 1.0 x 65.0mm	28.0 x 1.0 x 25.0mm
22.0 x 1.0 x 65.0mm	28.0 x 1.0 x 65.0mm
23.0 x 1.1 x 65.0mm	28.0 x 1.2 x 65.0mm
24.0 x 1.0 x 65.0mm	30.0 x 1.0 x 65.0mm
24.0 x 1.3 x 65.0mm	32.0 x 1.0 x 65.0mm
25.0 x 0.8 x 65.0mm	33.0 x 1.0 x 65.0mm
25.8 x 0.8 x 5.0mm	



Blumenau, 10 de julho de 2024

(Documento Assinado Digitalmente)

Wilton Fernandes de Brito
Agente de contratação
Matrícula 124.265

Cibele Scartão Silva
Coordenadora de Serviços
Matrícula nº. 136.964

 	Assinado digitalmente por: CIBELE SCARTAO SILVA ...114.610-... Data: 10/07/2024 14:28	 	Assinado digitalmente por: WILTON FERNANDES DE BRITO ...540.769-... Data: 11/07/2024 13:34
---	---	--	--

AVALIAÇÃO DE FICHAS TÉCNICAS

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 20/2024 RELATÓRIO DA SESSÃO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado do objeto: **INSUMOS PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA E REALIZAÇÃO DE ESPIROMETRIA.**

2. DATA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO

No dia 11/07/2024 iniciou-se na sede da APIS, localizada na rua Rua Alberto Stein, 466 - Velha, Blumenau - SC, 89036-200, a avaliação das fichas técnicas, finalizado no dia 11/07/2024.

3. AMOSTRA ANALISADAS

Foram analisadas as seguintes fichas técnicas, correspondente aos itens: 02,03,07,08,13,14,15,16.

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – FICHA TÉCNICA

LICITANTE: Alpharad Materiais Para Diagnósticos Ltda Me

ITEM 0007 - CLIP, NASAL, PARA EXAME DE ESPIROMETRIA; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CLIP NASAL PARA TESTES DE ESPIROMETRIA INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA. PRODUTO UTILIZADO PARA BLOQUEAR FLUXO DE AR PELO NARIZ DURANTE TESTES RESPIRATÓRIOS. O CLIPE NASAL DEVERÁ PRESSIONAR AS NARINAS DO PACIENTE DE FORMA QUE NENHUM VOLUME SEJA EXPULSO PELA CAVIDADE NASAL DO MESMO. PEGA SUAVE E SEM DESLIZAMENTO. CONFECCIONADO EM MATERIAL QUE **PERMITA A HIGIENIZAÇÃO E REUTILIZAÇÃO**. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIROMETRO MARCA MIR, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.

ITEM 0008 - CLIP, NASAL, PARA EXAME DE ESPIROMETRIA; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CLIP NASAL PARA TESTES DE ESPIROMETRIA INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA. PRODUTO UTILIZADO PARA BLOQUEAR FLUXO DE AR PELO NARIZ DURANTE TESTES RESPIRATÓRIOS. O CLIPE NASAL DEVERÁ PRESSIONAR AS NARINAS DO PACIENTE DE FORMA QUE NENHUM VOLUME SEJA EXPULSO PELA CAVIDADE NASAL DO MESMO. PEGA SUAVE E SEM DESLIZAMENTO. CONFECCIONADO EM MATERIAL QUE **PERMITA A HIGIENIZAÇÃO E REUTILIZAÇÃO**. DEVE SER COMPATÍVEL COM TODOS OS APARELHOS, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. REGISTRO ANVISA.

Reprovado: não atende integralmente o descritivo, no catalogo ofertado está descrito: produto de uso único. Proibido reutilizar ou reprocessar.

ITEM 0002 - BOCAL, DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO, MATERIAL: PAPELÃO, MODELO PARA ADULTO; BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA. O BOCAL DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA (RESISTIR À DEFORMAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EXAME) CONFECCIONADO EM PAPELÃO RESISTENTE. POSSUIR PROTEÇÃO EM PELÍCULA PLASTIFICADA NA PARTE EXTERNA, EVITANDO ASSIM QUE COLE NOS LÁBIOS DO PACIENTE DURANTE O TESTE DE ESPIROMETRIA. MEDIDAS: 65MM COMPRIMENTO X 30 MM DIÂMETRO EXTERNO. ESPESSURA APROXIMADA DE 2 MM. POSSUIR NA SUA FACE EXTERNA UMA PELÍCULA PLÁSTICA ATÓXICA QUE EVITA A ADERÊNCIA AOS LÁBIOS DO PACIENTE, OFERECENDO MAIOR CONFORTO E EFICIÊNCIA DURANTE AS MANOBRAS. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIROMETRO MARCA MIR, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. APRESENTAR REGISTRADO ANVISA

Registro na Anvisa: 80634880006 – publicado deferimento

Aprovado desde que colocado na proposta – COMPATÍVEL COM ESPIROMETRO MARCA MIR, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME

ITEM 0003 - BOCAL, DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO, MATERIAL: PAPELÃO, MODELO PARA ADULTO: O BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA. O BOCAL DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA (RESISTIR À DEFORMAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EXAME) CONFECCIONADO EM PAPELÃO RESISTENTE. POSSUIR PROTEÇÃO EM PELÍCULA PLASTIFICADA NA PARTE EXTERNA, EVITANDO ASSIM QUE COLE NOS LÁBIOS DO PACIENTE DURANTE O TESTE DE ESPIROMETRIA. MEDIDAS: 65MM COMPRIMENTO X 30MM DIÂMETRO EXTERNO. ESPESSURA APROXIMADA DE 2 MM. POSSUIR NA SUA FACE EXTERNA UMA PELÍCULA PLÁSTICA ATÓXICA QUE EVITA A ADERÊNCIA AOS LÁBIOS DO PACIENTE, OFERECENDO MAIOR CONFORTO E EFICIÊNCIA DURANTE AS MANOBRAS. DEVE SER COMPATÍVEL COM TODOS APARELHOS, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO ANVISA

Registro na Anvisa: 80634880006 – publicado deferimento

Aprovado:

ITEM 0013 - MEMBRANA, BACTERIANO E ANTI-VIRAL, DESCARTÁVEL, PARA ESPIRÔMETRO, DIÂMETRO: 89 MM. MEMBRANA FILTRANTE PARA ESPIRÔMETRO, EM FORMATO CIRCULAR, FABRICADO COM ELEMENTO FILTRANTE BACTERIANO E ANTI-VIRAL COM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO DE: BFE 99,9% E VFE 99,9 % (APRESENTAR LAUDO), DIÂMETRO DE 85 MM, DESCARTÁVEL. USO ÚNICO EM PORTA-FILTRO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESPIROMETRIA. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIROMETRO DE TODAS AS MARCAS, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. REGISTRO ANVISA.

ITEM 0014 - MEMBRANA, BACTERIANO E ANTI-VIRAL, DESCARTÁVEL, PARA ESPIRÔMETRO, DIÂMETRO: 89 MM. MEMBRANA FILTRANTE PARA ESPIRÔMETRO, EM FORMATO CIRCULAR, FABRICADO COM ELEMENTO FILTRANTE BACTERIANO E ANTI-VIRAL COM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO DE: BFE 99,9% E VFE 99,9 % (APRESENTAR LAUDO), DIÂMETRO DE 85 MM, DESCARTÁVEL. USO ÚNICO EM PORTA-FILTRO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESPIROMETRIA. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIROMETRO MARCA MIR, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. REGISTRO NA ANVISA.

Reprovado: Não apresentou laudo, folder apresentado de membrana 90MM

ITEM 0015 - PORTA FILTRO PARA ESPIRÔMETRO. FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO
Rua Alberto Stein, nº 466 | Velha
Blumenau/SC | 89036-200
(47) 3331-5812
apis.sc



IMPACTO, COMPATÍVEL COM O FILTRO DE 95 MM E TUBETES DE TAMANHO 30 MM. **PERMITA SER REUTILIZADO APÓS LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO**. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIROMETRO DE TODAS AS MARCAS, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. REGISTRO ANVISA.

ITEM 0016 - PORTA FILTRO PARA ESPIRÔMETRO. PORTA FILTRO, FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COMPATÍVEL COM O FILTRO DE 95 MM E TUBETES DE TAMANHO 30 MM. **PERMITA SER REUTILIZADO APÓS LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO**. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIROMETRO MARCA MIR, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. APRESENTAR REGISTRO ANVISA

Reprovado: Catalogo apresentado informa: Produto de uso único. Proibido Reutilizar ou Reprocessar.

Blumenau, 11 de julho de 2024

(Documento Assinado Digitalmente)

Wilton Fernandes de Brito
Agente de contratação
Matrícula 124.265

Cibele Scartão Silva
Coordenadora de Serviços
Matrícula nº. 136.964

 	Assinado digitalmente por: CIBELE SCARTAO SILVA ...114.610-... Data: 11/07/2024 12:47	 	Assinado digitalmente por: WILTON FERNANDES DE BRITO ...540.769-... Data: 11/07/2024 13:35
---	---	--	--

AVALIAÇÃO DE FICHAS TÉCNICAS

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 20/2024 RELATÓRIO DA SESSÃO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado do objeto: **INSUMOS PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA E REALIZAÇÃO DE ESPIROMETRIA.**

2. DATA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO

No dia 16/07/2024 continuou-se na sede da APIS, localizada na rua Rua Alberto Stein, 466 - Velha, Blumenau - SC, 89036-200, a avaliação das fichas técnicas.

3. AMOSTRA ANALISADAS

Foram analisadas as seguintes fichas técnicas, correspondente aos itens: 01,04,05,06,12.

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – FICHA TÉCNICA

LICITANTE: Altermed Material Medico Hospitalar Ltda

ITEM 0001 - BOCAL, DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO, MATERIAL: PAPELÃO, MODELO PARA ADULTO; BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA. O BOCAL DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA (RESISTIR À DEFORMAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EXAME) CONFECCIONADO EM PAPELÃO RESISTENTE. POSSUIR PROTEÇÃO EM PELÍCULA PLASTIFICADA NA PARTE EXTERNA, EVITANDO ASSIM QUE COLE NOS LÁBIOS DO PACIENTE DURANTE O TESTE DE ESPIROMETRIA. MEDIDAS: 70MM COMPRIMENTO X 28,5MM DIÂMETRO EXTERNO. ESPESSURA APROXIMADA DE 2 MM. POSSUIR NA SUA FACE EXTERNA UMA PELÍCULA PLÁSTICA ATÓXICA QUE EVITA A ADERÊNCIA AOS LÁBIOS DO PACIENTE, OFERECENDO MAIOR CONFORTO E EFICIÊNCIA DURANTE AS MANOBRAS. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIRÔMETRO MIR MINISPIR S/NA23-C15841, INCLUINDO, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.

ITEM 0006 - BOCAL, DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO, MATERIAL: PAPELÃO, MODELO PEDIÁTRICO: O BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA. O BOCAL DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA (RESISTIR À DEFORMAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EXAME) CONFECCIONADO EM PAPELÃO RESISTENTE. POSSUIR PROTEÇÃO EM PELÍCULA PLASTIFICADA NA PARTE EXTERNA, EVITANDO ASSIM QUE COLE NOS LÁBIOS DO PACIENTE DURANTE O TESTE DE ESPIROMETRIA. MEDIDAS: 65 MM DE COMPRIMENTO X 22 MM DIÂMETRO INTERNO. ESPESSURA APROXIMADA DE 2 MM. POSSUIR NA SUA FACE EXTERNA UMA PELÍCULA PLÁSTICA ATÓXICA QUE EVITA A ADERÊNCIA AOS LÁBIOS DO PACIENTE, OFERECENDO MAIOR CONFORTO E EFICIÊNCIA DURANTE AS MANOBRAS. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIRÔMETRO MIR MINISPIR S/NA23-C15841, INCLUINDO, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O

EXAME. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.

Considerações: será enviado ficha técnica para o município de Pomerode, auxílio na avaliação.

Abrir diligência para constar na proposta que os bocais atende ao modelo MIR MINISPIR S/NA23-C15841

ITEM 0004 - BOCAL, DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO, MATERIAL: PAPELÃO, MODELO PEDIÁTRICO: O BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA. O BOCAL DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA (RESISTIR À DEFORMAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EXAME) CONFECCIONADO EM PAPELÃO RESISTENTE. POSSUIR PROTEÇÃO EM PELÍCULA PLASTIFICADA NA PARTE EXTERNA, EVITANDO ASSIM QUE COLE NOS LÁBIOS DO PACIENTE DURANTE O TESTE DE ESPIROMETRIA. MEDIDAS: 65 MM DE COMPRIMENTO X 22 MM DIÂMETRO INTENO. ESPESSURA APROXIMADA DE 2 MM. POSSUIR NA SUA FACE EXTERNA UMA PELÍCULA PLÁSTICA ATÓXICA QUE EVITA A ADERÊNCIA AOS LÁBIOS DO PACIENTE, OFERECENDO MAIOR CONFORTO E EFICIÊNCIA DURANTE AS MANOBRAS. DEVE SER COMPATÍVEL COM TODOS OS APARELHOS, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO ANVISA.

ITEM 0005 - BOCAL, DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO, MATERIAL: PAPELÃO, MODELO PEDIÁTRICO: O BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA. O BOCAL DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA (RESISTIR À DEFORMAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EXAME) CONFECCIONADO EM PAPELÃO RESISTENTE. POSSUIR PROTEÇÃO EM PELÍCULA PLASTIFICADA NA PARTE EXTERNA, EVITANDO ASSIM QUE COLE NOS LÁBIOS DO PACIENTE DURANTE O TESTE DE ESPIROMETRIA. MEDIDAS: 65 MM DE COMPRIMENTO X 22 MM DIÂMETRO INTENO. ESPESSURA DE 2 MM. POSSUIR NA SUA FACE EXTERNA UMA PELÍCULA PLÁSTICA ATÓXICA QUE EVITA A ADERÊNCIA AOS LÁBIOS DO PACIENTE, OFERECENDO MAIOR CONFORTO E EFICIÊNCIA DURANTE AS MANOBRAS. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIROMETRO MARCA MIR, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. APRESENTAR REGISTRADO ANVISA

Registro na Anvisa: 80906620003 – publicado deferimento

Aprovado, atende ao descritivo

LICITANTE: CEPALAB LABORATORIOS LTDA

0012 LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL, COM DISPOSITIVO PERFUROCORTANTE MANTIDO COM AGULHA PROTEGIDA E ESTERILIZADA, ACOPLADO A LANCETADOR DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, QUE NÃO PERMITE SER REMONTADO OU REUTILIZADO. AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, TRIFACETADA, QUE RETRAI AUTOMATICAMENTE APÓS O USO. A EMPRESA VENCEDORA DEVE APRESENTAR REGISTRO COMPROVANDO QUE ESTE MATERIAL ATENDE A NR 32 (NORMA REGULAMENTADORA). REGISTRO ANVISA.

Considerar : Diligência : apresentar REGISTRO COMPROVANDO QUE ESTE MATERIAL ATENDE A NR 32 (NORMA REGULAMENTADORA).

Blumenau, 16 de julho de 2024

(Documento Assinado Digitalmente)

Rua Alberto Stein, nº 466 | Velha
Blumenau/SC | 89036-200
(47) 3331-5812
apis.sc



Wilton Fernandes de Brito
Agente de contratação
Matrícula 124.265

Cibele Scartão Silva
Coordenadora de Serviços
Matrícula nº. 136.964

 	Assinado digitalmente por: CIBELE SCARTAO SILVA ...114.610-... Data: 16/07/2024 16:13	 	Assinado digitalmente por: WILTON FERNANDES DE BRITO ...540.769-... Data: 17/07/2024 08:17
---	---	--	--

AVALIAÇÃO DE FICHAS TÉCNICAS

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 20/2024 RELATÓRIO DA SESSÃO DE ANALISE DE AMOSTRAS

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado do objeto: **INSUMOS PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA E REALIZAÇÃO DE ESPIROMETRIA.**

2. DATA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO

No dia 30/07/2024 continuo-se na sede da APIS, localizada na rua Rua Alberto Stein, 466 - Velha, Blumenau - SC, 89036-200, a avaliação das fichas técnicas.

3. AMOSTRA ANALISADAS

Foram analisadas as seguintes fichas técnicas, correspondente aos itens: 02,

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – FICHA TÉCNICA

Licitante: Altermed Material Medico Hospitalar Ltda |

Item 0002 BOCAL, DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO, MATERIAL: PAPELÃO, MODELO PARA ADULTO; BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA. O BOCAL DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA (RESISTIR À DEFORMAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EXAME) CONFECCIONADO EM PAPELÃO RESISTENTE. POSSUIR PROTEÇÃO EM PELÍCULA PLASTIFICADA NA PARTE EXTERNA, EVITANDO ASSIM QUE COLE NOS LÁBIOS DO PACIENTE DURANTE O TESTE DE ESPIROMETRIA. MEDIDAS: 65MM COMPRIMENTO X 30 MM DIÂMETRO EXTERNO. ESPESSURA APROXIMADA DE 2 MM. POSSUIR NA SUA FACE EXTERNA UMA PELÍCULA PLÁSTICA ATÓXICA QUE EVITA A ADERÊNCIA AOS LÁBIOS DO PACIENTE, OFERECENDO MAIOR CONFORTO E EFICIÊNCIA DURANTE AS MANOBRAS. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIROMETRO MARCA MIR, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. APRESENTAR REGISTRADO ANVISA

Registro na Anvisa : 80906620003 – Publicado deferimento

Consideração: Apresentar na proposta se atende a marca mir

Licitante: Moraes Comércio de Artigos para Saúde Ltda-EPP

Item 0014 MEMBRANA, BACTERIANO E ANTI-VIRAL, DESCARTÁVEL, PARA ESPIRÔMETRO, DIÂMETRO: 89 MM. MEMBRANA FILTRANTE PARA ESPIRÔMETRO, EM

Rua Alberto Stein, nº 466 | Velha
Blumenau/SC | 89036-200
(47) 3331-5812
apis.sc



FORMATO CIRCULAR, FABRICADO COM ELEMENTO FILTRANTE BACTERIANO E ANTI-VIRAL COM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO DE: BFE 99,9% E VFE 99,9 % (APRESENTAR LAUDO), DIÂMETRO DE 85 MM, DESCARTÁVEL. USO ÚNICO EM PORTA-FILTRO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESPIROMETRIA. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIROMETRO MARCA MIR, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. REGISTRO NA ANVISA

Consideração: Licitante não atendeu a diligência.

Licitante: CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

Item 0012 LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL, COM DISPOSITIVO PERFUROCORTANTE MANTIDO COM AGULHA PROTEGIDA E ESTERILIZADA, ACOPLADO A LANCETADOR DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, QUE NÃO PERMITE SER REMONTADO OU REUTILIZADO. AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, TRIFACETADA , QUE RETRAI AUTOMATICAMENTE APÓS O USO. A EMPRESA VENCEDORA DEVE APRESENTAR REGISTRO COMPROVANDO QUE ESTE MATERIAL ATENDE A NR 32 (NORMA REGULAMENTADORA). REGISTRO ANVISA

Reprovado: Ausencia de informação de agulha trifacetada, e registro ou certificado que atende a NR 32

Blumenau, 30 de julho de 2024

(Documento Assinado Digitalmente)

Wilton Fernandes de Brito
Agente de contratação
Matrícula 124.265

Cibele Scartão Silva
Coordenadora de Serviços
Matrícula nº. 136.964

 e-Ciga 	Assinado digitalmente por: WILTON FERNANDES DE BRITO ...540.769-... Data: 31/07/2024 16:55	 e-Ciga 	Assinado digitalmente por: CIBELE SCARTAO SILVA ...114.610-... Data: 01/08/2024 09:52
--	--	--	---

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 20/2024 RELATÓRIO DA SESSÃO DE ANALISE DE AMOSTRAS

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado do objeto: **INSUMOS PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA E REALIZAÇÃO DE ESPIROMETRIA.**

2. DATA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO

No dia 24/07/2024 continuo-se na sede da APIS, localizada na rua Rua Alberto Stein, 466 - Velha, Blumenau - SC, 89036-200, a avaliação das fichas técnicas.

3. AMOSTRA ANALISADAS

Foram analisadas as seguintes fichas técnicas, correspondente aos itens: 01,02,06,07,08,12, 13,14,15,16,17

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – FICHA TÉCNICA

LICITANTE: Smart Medical Produtos Medico Hospitalares Ltda

Item 0001 BOCAL, DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO, MATERIAL: PAPELÃO, MODELO PARA ADULTO; BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA. O BOCAL DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA (RESISTIR À DEFORMAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EXAME) CONFECCIONADO EM PAPELÃO RESISTENTE. POSSUIR PROTEÇÃO EM PELÍCULA PLASTIFICADA NA PARTE EXTERNA, EVITANDO ASSIM QUE COLE NOS LÁBIOS DO PACIENTE DURANTE O TESTE DE ESPIROMETRIA. MEDIDAS: **70MM COMPRIMENTO X 28,5MM DIÂMETRO EXTERNO**. ESPESSURA APROXIMADA DE 2 MM. POSSUIR NA SUA FACE EXTERNA UMA PELÍCULA PLÁSTICA ATÓXICA QUE EVITA A ADERÊNCIA AOS LÁBIOS DO PACIENTE, OFERECENDO MAIOR CONFORTO E EFICIÊNCIA DURANTE AS MANOBRAS. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIRÔMETRO MIR MINISPIR S/NA23-C15841, INCLUINDO, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.

Reprovado: Medidas: 28mm (interno) x 30mm (externo) x 60mm (comprimento)

Item 0006 BOCAL, DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO, MATERIAL: PAPELÃO, MODELO PEDIÁTRICO: O BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA. O BOCAL DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA (RESISTIR À DEFORMAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EXAME) CONFECCIONADO EM PAPELÃO RESISTENTE. POSSUIR PROTEÇÃO EM PELÍCULA

PLASTIFICADA NA PARTE EXTERNA, EVITANDO ASSIM QUE COLE NOS LÁBIOS DO PACIENTE DURANTE O TESTE DE ESPIROMETRIA. MEDIDAS: 65 MM DE COMPRIMENTO X 22 MM DIÂMETRO INTERNO. ESPESSURA APROXIMADA DE 2 MM. POSSUIR NA SUA FACE EXTERNA UMA PELÍCULA PLÁSTICA ATÓXICA QUE EVITA A ADERÊNCIA AOS LÁBIOS DO PACIENTE, OFERECENDO MAIOR CONFORTO E EFICIÊNCIA DURANTE AS MANOBRAS. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIRÔMETRO MIR MINISPIR S/NA23-C15841, INCLUINDO, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.

Reprovado, Diâmetro interno 20 mm, Não acompanha adaptador pediátrico.

Item 0007 CLIP, NASAL, PARA EXAME DE ESPIROMETRIA; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CLIP NASAL PARA TESTES DE ESPIROMETRIA INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA. PRODUTO UTILIZADO PARA BLOQUEAR FLUXO DE AR PELO NARIZ DURANTE TESTES RESPIRATÓRIOS. O CLIPE NASAL DEVERÁ PRESSIONAR AS NARINAS DO PACIENTE DE FORMA QUE NENHUM VOLUME SEJA EXPULSO PELA CAVIDADE NASAL DO MESMO. PEGA SUAVE E SEM DESLIZAMENTO. CONFECCIONADO EM MATERIAL QUE PERMITA A HIGIENIZAÇÃO E REUTILIZAÇÃO. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIROMETRO MARCA MIR, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.

Item 0008 CLIP, NASAL, PARA EXAME DE ESPIROMETRIA; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CLIP NASAL PARA TESTES DE ESPIROMETRIA INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA. PRODUTO UTILIZADO PARA BLOQUEAR FLUXO DE AR PELO NARIZ DURANTE TESTES RESPIRATÓRIOS. O CLIPE NASAL DEVERÁ PRESSIONAR AS NARINAS DO PACIENTE DE FORMA QUE NENHUM VOLUME SEJA EXPULSO PELA CAVIDADE NASAL DO MESMO. PEGA SUAVE E SEM DESLIZAMENTO. CONFECCIONADO EM MATERIAL QUE PERMITA A HIGIENIZAÇÃO E REUTILIZAÇÃO. DEVE SER COMPATÍVEL COM TODOS OS APARELHOS, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. REGISTRO ANVISA.

Aprovado, proposta informa que Clip Nasal pode ser higienizado e reutilizável.

Item 0017 TURBINA REUTILIZÁVEL PARA ESPIRÔMETROS MIR (SENSOR DE FLUXO): SENSOR DE FLUXO PARA OS ESPIROMETROS SPIROLAB, SPIRODOC, SPIROBANK E MINISPIR. TURBINA REUTILIZÁVEIS, PARA USO A LONGO PRAZO. ALTA PRECISÃO. CONFIÁVEL AO LONGO DO TEMPO. FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR.

APROVADO, desde que haja diligência para reajustar prazo de entrega, proposta apresentada é de 30 dias, Edital 4/2024 – exige-se entrega com no máximo 20 dias.

LICITANTE: PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item 0002 BOCAL, DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO, MATERIAL: PAPELÃO, MODELO PARA ADULTO; BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA. O BOCAL DEVE

APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA (RESISTIR À DEFORMAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EXAME) CONFECCIONADO EM PAPELÃO RESISTENTE. POSSUIR PROTEÇÃO EM PELÍCULA PLASTIFICADA NA PARTE EXTERNA, EVITANDO ASSIM QUE COLE NOS LÁBIOS DO PACIENTE DURANTE O TESTE DE ESPIROMETRIA. MEDIDAS: 65MM COMPRIMENTO X 30 MM DIÂMETRO EXTERNO. ESPESSURA **APROXIMADA DE 2 MM.** POSSUIR NA SUA FACE EXTERNA UMA PELÍCULA PLÁSTICA ATÓXICA QUE EVITA A ADERÊNCIA AOS LÁBIOS DO PACIENTE, OFERECENDO MAIOR CONFORTO E EFICIÊNCIA DURANTE AS MANOBRAS. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIROMETRO MARCA MIR, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. APRESENTAR REGISTRADO ANVISA

Reprovado: Espessura contendo 1 mm, 50% de diferença do solicitado.

Item 0013 MEMBRANA, BACTERIANO E ANTI-VIRAL, DESCARTÁVEL, PARA ESPIRÔMETRO, DIÂMETRO: 89 MM. MEMBRANA FILTRANTE PARA ESPIRÔMETRO, EM FORMATO CIRCULAR, FABRICADO COM ELEMENTO FILTRANTE BACTERIANO E ANTI-VIRAL COM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO DE: BFE 99,9% E VFE 99,9 % (APRESENTAR LAUDO), DIÂMETRO DE 85 MM, DESCARTÁVEL. USO ÚNICO EM PORTA-FILTRO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESPIROMETRIA. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIROMETRO DE TODAS AS MARCAS, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. REGISTRO ANVISA.

Item 0014 MEMBRANA, BACTERIANO E ANTI-VIRAL, DESCARTÁVEL, PARA ESPIRÔMETRO, DIÂMETRO: 89 MM. MEMBRANA FILTRANTE PARA ESPIRÔMETRO, EM FORMATO CIRCULAR, FABRICADO COM ELEMENTO FILTRANTE BACTERIANO E ANTI-VIRAL COM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO DE: BFE 99,9% E VFE 99,9 % (APRESENTAR LAUDO), DIÂMETRO DE 85 MM, DESCARTÁVEL. USO ÚNICO EM PORTA-FILTRO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESPIROMETRIA. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIROMETRO MARCA MIR, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. REGISTRO NA ANVISA

Reprovado: Membrana filtrante: Diâmetro 90 mm.

Item 0015 PORTA FILTRO PARA ESPIRÔMETRO. FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COMPATÍVEL COM O FILTRO DE 95 MM E TUBETES DE TAMANHO 30 MM. PERMITA SER REUTILIZADO APÓS LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIROMETRO DE TODAS AS MARCAS, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. REGISTRO ANVISA.

Item 0016 PORTA FILTRO PARA ESPIRÔMETRO. PORTA FILTRO, FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COMPATÍVEL COM O FILTRO DE 95 MM E TUBETES DE TAMANHO 30 MM. PERMITA SER REUTILIZADO APÓS LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIROMETRO MARCA MIR, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. APRESENTAR REGISTRO ANVISA.

Aprovado

Licitante: CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Item 0012 LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL, COM DISPOSITIVO PERFUROCORTANTE MANTIDO COM AGULHA PROTEGIDA E ESTERILIZADA, ACOPLADO A LANCETADOR DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, QUE NÃO PERMITE SER REMONTADO OU REUTILIZADO. AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, TRIFACETADA , QUE RETRAI AUTOMATICAMENTE APÓS O USO. A EMPRESA VENCEDORA DEVE APRESENTAR REGISTRO COMPROVANDO QUE ESTE MATERIAL ATENDE A NR 32 (NORMA REGULAMENTADORA). REGISTRO ANVISA

Reprovado : NÃO APRESENTOU REGISTRO COMPROVANDO QUE ESTE MATERIAL ATENDE A NR 32

Blumenau, 24 de julho de 2024

(Documento Assinado Digitalmente)

Wilton Fernandes de Brito

Agente de contratação

Matrícula 124.265

Cibele Scartão Silva

Coordenadora de Serviços

Matrícula nº. 136.964



Assinado digitalmente por:

CIBELE
SCARTAO SILVA
...114.610-..
Data: 01/08/2024
13:57



Assinado digitalmente por:

WILTON
FERNANDES DE
BRITO
...540.769-..
Data: 01/08/2024
14:20