

AVALIAÇÃO DE FICHAS TÉCNICAS

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 20/2024 RELATÓRIO DA SESSÃO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado do objeto: **INSUMOS PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA E REALIZAÇÃO DE ESPIROMETRIA.**

2. DATA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO

No dia 02/08/2024 continuou-se na sede da APIS, localizada na rua Rua Alberto Stein, 466 - Velha, Blumenau - SC, 89036-200, a avaliação das fichas técnicas.

3. AMOSTRA ANALISADAS

Foram analisadas as seguintes fichas técnicas, correspondente aos itens: 02 e 12

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – FICHA TÉCNICA

Licitante: Cotação Com. Repr. Imp. e Exp. Ltda

Item 0002 BOCAL, DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO, MATERIAL: PAPELÃO, MODELO PARA ADULTO; BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA. O BOCAL DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA (RESISTIR À DEFORMAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EXAME) CONFECCIONADO EM PAPELÃO RESISTENTE. POSSUIR PROTEÇÃO EM PELÍCULA PLASTIFICADA NA PARTE EXTERNA, EVITANDO ASSIM QUE COLE NOS LÁBIOS DO PACIENTE DURANTE O TESTE DE ESPIROMETRIA. MEDIDAS: 65MM COMPRIMENTO X 30 MM DIÂMETRO EXTERNO. ESPESSURA APROXIMADA DE 2 MM. POSSUIR NA SUA FACE EXTERNA UMA PELÍCULA PLÁSTICA ATÓXICA QUE EVITA A ADERÊNCIA AOS LÁBIOS DO PACIENTE, OFERECENDO MAIOR CONFORTO E EFICIÊNCIA DURANTE AS MANOBRAS. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIRÔMETRO MARCA MIR, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. APRESENTAR REGISTRADO ANVISA

Reprovado: Medida difere do solicitado, conforme ficha tecnica apresentada (70mm).
- TT 30 Tubete 70mmx30mmx32mm

Licitante: BRAMED COMÉRCIO HOSPITALAR DO BRASIL

Item 0012 LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL, COM DISPOSITIVO PERFUROCORTANTE MANTIDO COM AGULHA PROTEGIDA E ESTERILIZADA, ACOPLADO A LANCETADOR DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, QUE NÃO PERMITE SER REMONTADO OU REUTILIZADO. AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, TRIFACETADA, QUE RETRAI AUTOMATICAMENTE APÓS O USO. A EMPRESA VENCEDORA DEVE APRESENTAR REGISTRO COMPROVANDO QUE ESTE MATERIAL ATENDE A NR 32 (NORMA REGULAMENTADORA). REGISTRO ANVISA

Diligência: Documentação certificado que atende a NR 32.
Registro na Anvisa : 81840549006 – Publicado deferimento

Blumenau, 02 de agosto de 2024

(Documento Assinado Digitalmente)

Daniela Russi
Auxiliar Administrativo
Matrícula nº. 139.009

Cibele Scartão Silva
Coordenadora de Serviços
Matrícula nº. 136.964

 	Assinado digitalmente por: CIBELE SCARTAO SILVA ...114.610-... Data: 02/08/2024 12:36	 	Assinado digitalmente por: DANIELA RUSSI ...585.499-... Data: 06/08/2024 07:41
---	---	--	--

AVALIAÇÃO DE FICHAS TÉCNICAS

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 20/2024 RELATÓRIO DA SESSÃO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado do objeto: **INSUMOS PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA E REALIZAÇÃO DE ESPIROMETRIA.**

2. DATA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO

No dia 05/08/2024 continuou-se na sede da APIS, localizada na rua Rua Alberto Stein, 466 - Velha, Blumenau - SC, 89036-200, a avaliação das fichas técnicas.

3. AMOSTRA ANALISADAS

Foram analisadas as seguintes fichas técnicas, correspondente aos itens: 02,12,13 E 14

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – FICHA TÉCNICA

Licitante: Smart Medical Produtos Medico Hospitalares Ltda

Item 0002 BOCAL, DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO, MATERIAL: PAPELÃO, MODELO PARA ADULTO; BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA. O BOCAL DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA (RESISTIR À DEFORMAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EXAME) CONFECCIONADO EM PAPELÃO RESISTENTE. POSSUIR PROTEÇÃO EM PELÍCULA PLASTIFICADA NA PARTE EXTERNA, EVITANDO ASSIM QUE COLE NOS LÁBIOS DO PACIENTE DURANTE O TESTE DE ESPIROMETRIA. MEDIDAS: 65MM COMPRIMENTO X 30 MM DIÂMETRO EXTERNO. ESPESSURA APROXIMADA DE 2 MM. POSSUIR NA SUA FACE EXTERNA UMA PELÍCULA PLÁSTICA ATÓXICA QUE EVITA A ADERÊNCIA AOS LÁBIOS DO PACIENTE, OFERECENDO MAIOR CONFORTO E EFICIÊNCIA DURANTE AS MANOBRAS. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIRÔMETRO MARCA MIR, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. APRESENTAR REGISTRADO ANVISA

Consideração : abrir diligência para proposta e ficha técnica

Licitante: SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item 0012 LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL, COM DISPOSITIVO PERFUROCORTANTE MANTIDO COM AGULHA PROTEGIDA E ESTERILIZADA, ACOPLADO

A LANCETADOR DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, QUE NÃO PERMITE SER REMONTADO OU REUTILIZADO. AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, TRIFACETADA, QUE RETRAI AUTOMATICAMENTE APÓS O USO. A EMPRESA VENCEDORA DEVE APRESENTAR REGISTRO COMPROVANDO QUE ESTE MATERIAL ATENDE A NR 32 (NORMA REGULAMENTADORA). REGISTRO ANVISA

Consideração: Abrir diligencia proposta e ficha técnica

Licitante: Moraes Comércio de Artigos para Saúde Ltda-EPP

Item 13 MEMBRANA, BACTERIANO E ANTI-VIRAL, DESCARTÁVEL, PARA ESPIRÔMETRO, DIÂMETRO: 89 MM. MEMBRANA FILTRANTE PARA ESPIRÔMETRO, EM FORMATO CIRCULAR, FABRICADO COM ELEMENTO FILTRANTE BACTERIANO E ANTI-VIRAL COM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO DE: BFE 99,9% E VFE 99,9 % (APRESENTAR LAUDO), DIÂMETRO DE 85 MM, DESCARTÁVEL. USO ÚNICO EM PORTA-FILTRO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESPIROMETRIA. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIROMETRO DE TODAS AS MARCAS, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. REGISTRO ANVISA.

Item 14 MEMBRANA, BACTERIANO E ANTI-VIRAL, DESCARTÁVEL, PARA ESPIRÔMETRO, DIÂMETRO: 89 MM. MEMBRANA FILTRANTE PARA ESPIRÔMETRO, EM FORMATO CIRCULAR, FABRICADO COM ELEMENTO FILTRANTE BACTERIANO E ANTI-VIRAL COM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO DE: BFE 99,9% E VFE 99,9 % (APRESENTAR LAUDO), DIÂMETRO DE 85 MM, DESCARTÁVEL. USO ÚNICO EM PORTA-FILTRO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESPIROMETRIA. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIROMETRO MARCA MIR, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. REGISTRO NA ANVISA.

Consideração: abrir diligência para proposta e ficha técnica

Blumenau, 05 de agosto de 2024

(Documento Assinado Digitalmente)

Daniela Russi
Auxiliar Administrativo
Matrícula nº. 139.009

Cibele Scartão Silva
Coordenadora de Serviços
Matrícula nº. 136.964

 	Assinado digitalmente por: CIBELE SCARTAO SILVA ...114.610-... Data: 05/08/2024 15:43	 	Assinado digitalmente por: WILTON FERNANDES DE BRITO ...540.769-... Data: 06/08/2024 13:36
---	---	--	--

AVALIAÇÃO DE FICHAS TÉCNICAS

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 20/2024 RELATÓRIO DA SESSÃO DE ANÁLISE DE FICHAS TÉCNICAS

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado do objeto: **INSUMOS PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA E REALIZAÇÃO DE ESPIROMETRIA.**

2. DATA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO

No dia 06/08/2024 continuou-se na sede da APIS, localizada na rua Rua Alberto Stein, 466 - Velha, Blumenau - SC, 89036-200, a avaliação das fichas técnicas.

3. ANÁLISE DE ITENS

Foram analisadas as seguintes fichas técnicas, correspondente aos itens: 02,12,13 e 14

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – FICHA TÉCNICA

Licitante: Smart Medical Produtos Medico Hospitalares Ltda

Item 0002 BOCAL, DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO, MATERIAL: PAPELÃO, MODELO PARA ADULTO; BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA. O BOCAL DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA (RESISTIR À DEFORMAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EXAME) CONFECCIONADO EM PAPELÃO RESISTENTE. POSSUIR PROTEÇÃO EM PELÍCULA PLASTIFICADA NA PARTE EXTERNA, EVITANDO ASSIM QUE COLE NOS LÁBIOS DO PACIENTE DURANTE O TESTE DE ESPIROMETRIA. MEDIDAS: 65MM COMPRIMENTO X 30 MM DIÂMETRO EXTERNO. ESPESSURA APROXIMADA DE 2 MM. POSSUIR NA SUA FACE EXTERNA UMA PELÍCULA PLÁSTICA ATÓXICA QUE EVITA A ADERÊNCIA AOS LÁBIOS DO PACIENTE, OFERECENDO MAIOR CONFORTO E EFICIÊNCIA DURANTE AS MANOBRAS. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIRÔMETRO MARCA MIR, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. APRESENTAR REGISTRADO ANVISA

Consideração : Aberto dois instantes para diligência , documento não anexado, desclassificar.

Licitante: SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item 0012 LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL, COM DISPOSITIVO PERFUROCORTANTE MANTIDO COM AGULHA PROTEGIDA E ESTERILIZADA, ACOPLADO

A LANCETADOR DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, QUE NÃO PERMITE SER REMONTADO OU REUTILIZADO. AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, TRIFACETADA, QUE RETRAI AUTOMATICAMENTE APÓS O USO. A EMPRESA VENCEDORA DEVE APRESENTAR REGISTRO COMPROVANDO QUE ESTE MATERIAL ATENDE A NR 32 (NORMA REGULAMENTADORA). REGISTRO ANVISA

Reprovado: Não apresentou registro ou certificado NR 32

Licitante: Moraes Comércio de Artigos para Saúde Ltda-EPP

Item 13 MEMBRANA, BACTERIANO E ANTI-VIRAL, DESCARTÁVEL, PARA ESPIRÔMETRO, DIÂMETRO: 89 MM. MEMBRANA FILTRANTE PARA ESPIRÔMETRO, EM FORMATO CIRCULAR, FABRICADO COM ELEMENTO FILTRANTE BACTERIANO E ANTI-VIRAL COM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO DE: BFE 99,9% E VFE 99,9 % (APRESENTAR LAUDO), DIÂMETRO DE 85 MM, DESCARTÁVEL. USO ÚNICO EM PORTA-FILTRO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESPIROMETRIA. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIROMETRO DE TODAS AS MARCAS, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. REGISTRO ANVISA.

Item 14 MEMBRANA, BACTERIANO E ANTI-VIRAL, DESCARTÁVEL, PARA ESPIRÔMETRO, DIÂMETRO: 89 MM. MEMBRANA FILTRANTE PARA ESPIRÔMETRO, EM FORMATO CIRCULAR, FABRICADO COM ELEMENTO FILTRANTE BACTERIANO E ANTI-VIRAL COM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO DE: BFE 99,9% E VFE 99,9 % (APRESENTAR LAUDO), DIÂMETRO DE 85 MM, DESCARTÁVEL. USO ÚNICO EM PORTA-FILTRO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESPIROMETRIA. DEVE SER COMPATÍVEL COM ESPIROMETRO MARCA MIR, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O EXAME. REGISTRO NA ANVISA.

Reprovado: Membrana filtrante: Diâmetro 90 mm.

Blumenau, 06 de agosto de 2024

(Documento Assinado Digitalmente)

Wilton Fernandes de Brito
Assessor Administrativo
Matrícula nº. 124.265

Cibele Scartão Silva
Coordenadora de Serviços
Matrícula nº. 136.964

 e-Ciga 	Assinado digitalmente por: WILTON FERNANDES DE BRITO ...540.769-... Data: 06/08/2024 13:36	 e-Ciga 	Assinado digitalmente por: CIBELE SCARTAO SILVA ...114.610-... Data: 06/08/2024 16:19
--	--	--	---

AVALIAÇÃO DE FICHA TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 20/2024 RELATÓRIO DA SESSÃO DE ANÁLISE DE FICHAS TÉCNICAS

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado do objeto: **INSUMOS PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA E REALIZAÇÃO DE ESPIROMETRIA.**

2. DATA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO

No dia 09/08/2024 continuou-se na sede da APIS, localizada na rua Rua Alberto Stein, 466 - Velha, Blumenau - SC, 89036-200, a avaliação da ficha técnica.

3. ANÁLISE DE ITEM

Foram analisadas as seguintes fichas técnicas, correspondente ao item 12

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – FICHA TÉCNICA

Licitante: ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Item 0012 LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL, COM DISPOSITIVO PERFUROCORTANTE MANTIDO COM AGULHA PROTEGIDA E ESTERILIZADA, ACOPLADO A LANCETADOR DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, QUE NÃO PERMITE SER REMONTADO OU REUTILIZADO. AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, TRIFACETADA, QUE RETRAI AUTOMATICAMENTE APÓS O USO. A EMPRESA VENCEDORA DEVE APRESENTAR REGISTRO COMPROVANDO QUE ESTE MATERIAL ATENDE A NR 32 (NORMA REGULAMENTADORA). REGISTRO ANVISA

CONSIDERAÇÕES: Em pesquisa realizada pelo setor de licitação e equipe técnica, verificou-se que não há registro ou certificado da NR 32, mas que o produto deverá atender integralmente as normas da mesma.

Registro ANVISA: 80275310053 – publicado deferimento

APROVADO

Blumenau, 09 de agosto de 2024

(Documento Assinado Digitalmente)

Daniela Russi

Auxiliar Administrativo

Matrícula nº. 139.009

Cibele Scartão Silva

Coordenadora de Serviços

Matrícula nº. 136.964

 	Assinado digitalmente por: DANIELA RUSSI ...585.499-... Data: 09/08/2024 11:12	 	Assinado digitalmente por: CIBELE SCARTAO SILVA ...114.610-... Data: 09/08/2024 11:13
---	--	--	---