

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Dimensão Agulha: Cerca De 18g X 25 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 1: C/ Mandril , Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (120)

2 - Clipe Uso Cirúrgico

Descrição Detalhada: Clipe Uso Cirúrgico Matéria Prima: Polímero , Aplicação*: Hemostático , Tamanho*: Grande , Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 366,00

Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (350)

3 - Prótese peniana

Descrição Detalhada: Prótese Peniana Tipo: Maleável , Modelo: Articulável , Materia Prima: Elastômero De Silicone Grau Médico , Tipo Estrutura: Haste Interna De Prata , Componente: 2 Cilindros , Diâmetro: Cerca De 10 A 15 MM, Comprimento: Cerca De 10 A 25 CM, Componente Adicional: C/ Extensor De Ponta , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.755,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

4 - Implante testicular

Descrição Detalhada: Implante Testicular Matéria Prima: Elastômero De Silicone Grau Médico , Tipo Preenchimento: Preenchido C/ Silicone Gel , Volume: 20 A 25 ML, Componente Adicional: C/ Alça De Fixação E Sutura , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.096,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (13)

5 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent , Tipo Uso: Ureteral , Formato: Duplo J (Pigtail) , Material Estrutura: Poliuretano , Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor , Dimensões: Cerca De 4 Fr X 20 A 30 Cm , Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

6 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent , Tipo Uso: Ureteral , Formato: Duplo J (Pigtail) , Estrutura: Metálica Recoberta , Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 20 A 30 Cm , Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

7 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular , Material: Nitinol , Revestimento: Hidrofílico , Diâmetro: 0,032" , Comprimento: Cerca De 150 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 385,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

8 - Bolsa p, acondicionamento órgãos e espécimes

Descrição Detalhada: Bolsa P/ Acondicionamento Órgãos E Espécimes Tipo: Uso Em Videocirurgia , Material*: Plástico , Abertura: C/ Aro Metálico , Volume: Cerca De 200 ML, Adicionais: C/ Sistema Introdutor , Compatibilidade: P/ Trocarter De 10 Mm , Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

9 - Trocarte

Descrição Detalhada: Trocarte Apresentação: Conjunto , Material*: Polímero, Isento Látex Natural , Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Estriada , Válvula: Vedante Em Silicone , Componente 1: Torneira P/ Insuflação , Adicional: C/ Redutor , Componente 2: Obturador Ponta Distal Romba Não Cortante , Dimensões: Cerca 12 X 100 MM, Tipo Uso: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 450,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (160)

10 - Instrumento P/ Corte E Coagulação De Vaso / Tecido

Descrição Detalhada: Instrumento P/ Corte E Coagulação De Vaso / Tecido Modelo: Até 5 Mm , Aplicação: P/ Videocirurgia , Tipo Ponta: Ponta Curva , Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm , Haste: Haste Reta, C/ Manopla , Compatibilidade: Compatível C/ Bisturi Ultrassônico , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.549,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (160)

11 - Sistema p, correção da incontinência urinária

Descrição Detalhada: Sistema P/ Correção Da Incontinência Urinária Uso: Feminina , Modelo: Suporte Suburetral , Via: Transvaginal , Material: Faixa De Polipropileno Monofilamentar , Componente: Sistema Completo Para Implantação , Tipo Uso: Uso Único , Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

12 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Material: Aço Inoxidável , Tipo Ponta Agulha: Tipo Veress , Dimensões: Cerca De 120 MM, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

13 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter Balão Material: Elastômero Termoplástico , Aplicação: Medição Pressão Abdominal , Tipo: Retal Urodinâmico , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Capacidade: 5 ML, Diâmetro: 10 FRENCH, Comprimento: 40 CM, Características Adicionais: Centimetrado , Acessórios: Conector Luer Lock, Torneira 3 Vias , Diâmetro Balão: 1,25cm X 48mm M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	140
Quantidade Total:	140	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	1.400,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	280
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (140)

14 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent , Tipo Uso: Ureteral , Formato: Duplo J (Pigtail) , Material Estrutura: Poliuretano , Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor , Dimensões: Cerca De 4 Fr X 20 A 30 Cm , Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	70
Quantidade Total:	70	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	758,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (70)

Grupo: G1

15 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Aramada E Extensão C/ Torneira , Material: Polímero Hidrofílico , Dimensões: Cerca De 10 Fr X 40 Cm , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Diâmetro Fio Guia: 0,038" , Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	70
Quantidade Total:	70	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	795,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (70)

Grupo: G1

16 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Uso: Descartável E Estéril , Componentes 3: Fibra Laser, Cerca 300 Micra, Com Conector

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	70
Quantidade Total:	70	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	3.031,25		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (70)

Grupo: G1

17 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Nitinol , Tipo: Dormia C/ Cesta C/ 4 Fios , Calibre: 5,5 FRENCH, Comprimento: Cerca De 200 CM, Aplicação: P/ Calculos , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G1

18 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent , Tipo Uso: Ureteral , Formato: Duplo J (Pigtail) , Material Estrutura: Poliuretano , Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor , Dimensões: Cerca De 4 Fr X 20 A 30 Cm , Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 758,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (70)

Grupo: G2

19 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Uso: Descartável E Estéril , Aplicação: Uso Em Equipamento Holmiun Laser , Tipo 2: Fibra Laser, 400 Micra, Com Conector

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.937,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (70)

Grupo: G2

20 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Nitinol , Tipo: Dormia C/ Cesta C/ 3 Fios Helicoidais , Calibre: Cerca De 3 FRENCH, Comprimento: 115 CM, Componentes: Ponta Filiforme , Aplicação: Cálculos Ureterais , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.950,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G2

21 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Elemento De Trabalho , Tamanho: 26 Ch , Tipo Uso: Bipolar , Tipo: Ponta Alça , Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável , Haste: Haste Reta , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.725,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G3

22 - Equipo especial - uso médico

Descrição Detalhada: Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Gravitacional , Número Vias: 4 Vias , Material: Pvc Transparente , Conector Solução: Pontas Perfurantes , Regulador De Fluxo Manual: Clamps Em Todas As Vias , Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, C/ Derivação Em Y , Conector Distal: Compatível C/ Instrumental , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G3

23 - Evacuador de ellik

Descrição Detalhada: Evacuador De Ellik Material Coletador: Completo, Bulbo De Plástico , Material Pera Sucção: Pera De Borracha , Material Conector: Conector Metálico , Características Adicionais: Com Adaptador Para Camisa Ressectoscópica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 750,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G3

24 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent , Tipo Uso: Ureteral , Formato: Duplo J (Pigtail) , Material Estrutura: Poliuretano , Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor , Dimensões: Cerca De 4 Fr X 20 A 30 Cm , Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 758,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G4

25 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Nitinol , Tipo: Dormia C/ Cesta C/ 4 Fios , Calibre: 5,5 FRENCH, Comprimento: Cerca De 200 CM, Aplicação: P/ Calculos , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G4

26 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Introdutora P/ Fio Guia Até 0,038" , Tipo Ponta Agulha: Trocar , Dimensões: Cerca De 19 G X 20 CM, Adicional: C/ Cateter Ptfe , Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 545,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G4

27 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Uso: Nefrostomia Percutânea , Material: Polímero , Diâmetro: Tamanhos Diversos , Apresentação: Conjunto Com Até 12 Peças , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.839,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G4

28 - Cateter vias urinárias

Descrição Detalhada: Cateter Vias Urinárias Uso: Urografia Retrógrada , Tipo Ponta: Ponta Reta Aberta , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 70 Cm , Adicionais: Radiopaco , Opcionais: C/ Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G4

29 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Uso: Descartável E Estéril , Aplicação: Uso Em Equipamento Holmiun Laser , Tipo 2: Fibra Laser, 600 Micra, Com Conector

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.810,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G4

30 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Uso: Descartável E Estéril , Aplicação: Uso Em Equipamento Holmiun Laser , Tipo 2: Fibra Laser, 600 Micra, Com Conector

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Endoprótese luminal	70	Unidade
15	Introdutor percutâneo	70	Unidade
16	Peça , componente equipamento hospitalar	70	Unidade
17	Sistema extrator	50	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Endoprótese luminal	70	Unidade
19	Peça , componente equipamento hospitalar	70	Unidade
20	Sistema extrator	50	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Eletrodo Bisturi Elétrico	50	Unidade
22	Equipo especial - uso médico	50	Unidade
23	Evacuador de ellik	50	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
24	Endoprótese luminal	10	Unidade
25	Sistema extrator	10	Unidade
26	Agulha	10	Unidade
27	Dilatador	10	Unidade
28	Cateter vias urinárias	10	Unidade
29	Peça , componente equipamento hospitalar	10	Unidade