

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Filme radiológico

Descrição Detalhada: Filme Radiológico Tipo: Raio-X, Adicional: Para Processamento Seco, Dimensões: 35 X 43CM
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000 **Quantidade Mínima Cotada:** 10000
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 12,22
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10000)
Grupo: G1

2 - Filme radiológico

Descrição Detalhada: Filme Radiológico Tipo: Raio-X, Adicional: Para Processamento Seco, Dimensões: 25 X 30CM
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2500 **Quantidade Mínima Cotada:** 2500
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,18
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2500)
Grupo: G1

3 - Filme radiológico

Descrição Detalhada: Filme Radiológico Tipo: Mamografia, Adicional: Para Processamento Seco, Dimensões: 25 X 30CM
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4000 **Quantidade Mínima Cotada:** 4000
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,80
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4000)
Grupo: G1

4 - Filme radiológico

Descrição Detalhada: Filme Radiológico Tipo: Raio-X, Adicional: Para Processamento Seco, Dimensões: 35 X 43CM
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4000 **Quantidade Mínima Cotada:** 4000
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 12,03
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4000)

5 - Filme radiológico

Descrição Detalhada: Filme Radiológico Tipo: Raio-X, Adicional: Para Processamento Seco, Dimensões: 25 X 30CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1500)

6 - Filme radiológico

Descrição Detalhada: Filme Radiológico Tipo: Mamografia, Adicional: Para Processamento Seco, Dimensões: 25 X 30CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1700

Quantidade Mínima Cotada: 1700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1700)

7 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Tipo: P/ Bomba Injetora Contraste, Vias: 1 Via, Material: Polímero, Comprimento: Cerca 25CM, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Até Cerca De 300PSI, Características Adicionais: C/ Válvula Antirrefluxo, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3280

Quantidade Mínima Cotada: 3280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3280)

8 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Tipo: P/ Bomba Injetora Contraste, Vias: 2 Vias, Modelo: Espiralado, Em "Y", Material: Polímero, Comprimento: Cerca 250CM, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Até Cerca De 300PSI, Componente Adicional: Seringas C/ Adaptador Perfurante Cerca 65 E 115 MI, Características Adicionais: C/ Válvula Antirrefluxo, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 111,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (500)

9 - Equipos especiales

Descrição Detalhada: Equipo De Infusão De Contraste Aplicação: P/ Contraste Radiológico, Material: Pvc, Comprimento: Cerca De 180CM, Tipo Ponteira: 3 Pontas Perfurantes, Tipo Conector: Conector Luer Lock Macho C/ Tampa, Tipo Filtro: Filtros De Ar E Partícula, Características Adicionais: Sensor Pressão, Esterilidade: Estéril, Descartável, Compatibilidade: Compatível C/ Bomba Injetora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 453,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (700)

10 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Tipo: P/ Bomba Injetora Contraste, Vias: 1 Via, Material: Polímero, Comprimento: Cerca 250CM, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip / Valvulado, Pressão Máxima: Até Cerca De 300PSI, Características Adicionais: C/ Válvula Antirrefluxo, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5800

Quantidade Mínima Cotada: 5800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 11600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5800)

11 - Filme radiológico

Descrição Detalhada: Filme Radiológico Tipo: Mamografia, Dimensões: 18 X 24CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3000)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1 | | | |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1 | Filme radiológico | 10000 | Unidade |
| 2 | Filme radiológico | 2500 | Unidade |
| 3 | Filme radiológico | 4000 | Unidade |
| 11 | Filme radiológico | 3000 | Unidade |