

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Equipamento Odontológico			
Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador, Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico, Material Corpo: Plástico Abs, Fonte: Luz Led, Instalação: Elétrica, Componentes: Protetor Ocular			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		39.512,95	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		BRASÍLIA/DF (5)	

2 - Equipamento Odontológico			
<b>Descrição Detalhada:</b> Equipamento Odontológico Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Profilaxia / Periodontia, Fonte: Eletro-Pneumático, Instalação: Bivolt, Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal, Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável			
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>		Não	
<b>Quantidade Total:</b>		2	
<b>Critério de Julgamento:</b>		Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b> Valor Estimado
<b>Valor Total (R\$):</b>		8.613,90	
<b>Unidade de Fornecimento:</b>		Unidade	
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>		1,00	
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>		BRASÍLIA/DF (2)	

3 - Cadeira Clínica			
Descrição Detalhada: Cadeira Clínica Aplicação: Odontologia, Material: Tubo De Aço, Acabamento Da Estrutura: Pintura Eletrostática Em Epóxi, Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável, Acabamento Do Assento: Poliuretano Injetado, Pvc Laminado Sem Costura, Tipo De Pés: Com 5 Rodízios, Acionamento: A Gás, Inclinação Encosto: Encosto Regulagem Horizontal			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		10	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		15.491,30	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		BRASÍLIA/DF (10)	

4 - Bomba Sucção Odontológica			
Descrição Detalhada: Bomba Sucção Odontológica Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Tipo Motor: 1,5 Cv, Capacidade Sucção: Potência Sucção Cerca De 700MMHG, Vazão: Vazão De Ar Máx. Cerca De 500L/MIN, Componentes: Filtros, Protetor E Adaptadores			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		17.637,32	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		BRASÍLIA/DF (4)	