

SUPERVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATO

3º ADENDO MODIFICADOR AO EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.094/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025

O Município de Maracaju/MS, por intermédio de sua Pregoeira comunica a todos, em especial aos interessados na participação do certame supra anunciado que por motivos de necessidade, torna público, a expedição do presente Adendo Modificador ao Edital, nos termos que serão expostos a seguir:

1. ALTERA-SE O SUBITEM 1.2. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, PASSANDO A CONSTAR:

ITEM	DESCRIÇÃO AJUSTADA	UN DE MED	QTD	APLIC. LEI 123/2006	VL UNI	VL TOTAL
1	APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL: Deve possuir imagem composta, imagem harmônica com pulso invertido, imagem trapezoidal e imagem panorâmica; pacotes de medidas para as áreas geral, cardiologia (pacote básico), obstetrícia, ginecologia, urologia, vascular, pequenas partes e pediatria; possibilidade de exibição tomográfica por ultrassonografia; pacote de anotação padrão em português e marca de corpo (body mark). O painel deve ter teclas retroiluminadas interativas, sendo touch screen ou teclado para acesso aos parâmetros e funções executáveis. O equipamento deve apresentar alta penetração e alta frequência de repetição de pulsos, resolução de imagens bidimensionais com funções de otimização, comunicação via Wi-Fi, LAN e DICOM 3.0 (FTP opcional). Deve possuir 2D Steer, Auto IMT, Autotrace em modo PW e CW, Auto NT, Auto Inverte (direção de fluxo e Doppler); zoom em tempo real e em imagem congelada, zoom em Doppler e modo triplex; exibição do exame em tela cheia em tempo real e congelada; faixa dinâmica mínima de 280 dB; TGC com no mínimo seis potenciômetros deslizantes de ajuste e compensação de ganho lateral. Botão de otimização de imagem em um único toque para modo B e Doppler; tecla de atalho para acesso às imagens do paciente em um único toque; software de contraste de agulha para procedimentos de biópsia ou anestesia; ajuste de presets personalizados. Modos de operação: B, M, PW, CW, Color, PDI, DPDI, 2B, 4B, B + BC (modo dual live em tempo real), duplex, triplex, M color, M anatômico, TD (Doppler tecidual), TVI (imagem de velocidade do tecido), medidas de cardiologia (profundidade, distância, circunferência, área, volume). (Os recursos Stress Echo, Auto EF e ECG integrado poderão ser apresentados como opcionais, não sendo obrigatórios). Ajuste automático do espectro Doppler (PRF e linha de base) em um único toque; exibição do modo B,	UN	1	EXCLUSIVO	R\$ 50.603,11	R\$ 50.603,11

SUPERVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATO

Color e PW com rastreamento e medição automáticos, atualizados em tempo real. Deve permitir envio de imagens via rede (network) e USB, possuir alto-falante integrado com volume ajustável, no mínimo duas portas USB, uma porta LAN e uma porta HDMI de saída digital de alta definição; disco rígido de no mínimo 120 GB; peso máximo de 5,5 kg. Formatos de exportação: imagens: BMP, JPEG, PNG; vídeo: AVI. Monitor LED ou LCD de no mínimo 15 polegadas; sistema operacional Windows ou Linux dedicado; alimentação bivolt automática; software e manual em português. Transdutores (banda larga multifrequenciais): Convexo 2,0 – 5,0 MHz; Linear 5,0 – 15,0 MHz; Endocavitário 5,0 – 11,0 MHz (serão aceitas variações de até 1 MHz para mais ou para menos). Documentos obrigatórios: Catálogo técnico original com foto, contendo a especificação completa do equipamento ofertado; Manual de operação em português; Registro vigente na ANVISA; Garantia mínima de 1 (um) ano.					
--	--	--	--	--	--

2. ALTERA-SE O ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS, PASSANDO A CONSTAR:

ITEM	DESCRIÇÃO AJUSTADA	UN DE MED	QTD	APLIC. LEI 123/2006	VL UNI	VL TOTAL
1	APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL: Deve possuir imagem composta, imagem harmônica com pulso invertido, imagem trapezoidal e imagem panorâmica; pacotes de medidas para as áreas geral, cardiologia (pacote básico), obstetrícia, ginecologia, urologia, vascular, pequenas partes e pediatria; possibilidade de exibição tomográfica por ultrassonografia; pacote de anotação padrão em português e marca de corpo (body mark). O painel deve ter teclas retroiluminadas interativas, sendo touch screen ou teclado para acesso aos parâmetros e funções executáveis. O equipamento deve apresentar alta penetração e alta frequência de repetição de pulsos, resolução de imagens bidimensionais com funções de otimização, comunicação via Wi-Fi, LAN e DICOM 3.0 (FTP opcional). Deve possuir 2D Steer, Auto IMT, Autotrace em modo PW e CW, Auto NT, Auto Inverte (direção de fluxo e Doppler); zoom em tempo real e em imagem congelada, zoom em Doppler e modo triplex; exibição do exame em tela cheia em tempo real e congelada; faixa dinâmica mínima de 280 dB; TGC com no mínimo seis potenciômetros deslizantes de ajuste e compensação de ganho lateral.	UN	1	EXCLUSIVO	R\$ 50.603,11	R\$ 50.603,11

SUPERVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATO

	Botão de otimização de imagem em um único toque para modo B e Doppler; tecla de atalho para acesso às imagens do paciente em um único toque; software de contraste de agulha para procedimentos de biópsia ou anestesia; ajuste de presets personalizados. Modos de operação: B, M, PW, CW, Color, PDI, DPDI, 2B, 4B, B + BC (modo dual live em tempo real), duplex, triplex, M color, M anatômico, TD (Doppler tecidual), TVI (imagem de velocidade do tecido), medidas de cardiologia (profundidade, distância, circunferência, área, volume). (Os recursos Stress Echo, Auto EF e ECG integrado poderão ser apresentados como opcionais, não sendo obrigatórios). Ajuste automático do espectro Doppler (PRF e linha de base) em um único toque; exibição do modo B, Color e PW com rastreamento e medição automáticos, atualizados em tempo real. Deve permitir envio de imagens via rede (network) e USB, possuir alto-falante integrado com volume ajustável, no mínimo duas portas USB, uma porta LAN e uma porta HDMI de saída digital de alta definição; disco rígido de no mínimo 120 GB; peso máximo de 5,5 kg. Formatos de exportação: imagens: BMP, JPEG, PNG; vídeo: AVI. Monitor LED ou LCD de no mínimo 15 polegadas; sistema operacional Windows ou Linux dedicado; alimentação bivolt automática; software e manual em português. Transdutores (banda larga multifrequenciais): Convexo 2,0 – 5,0 MHz; Linear 5,0 – 15,0 MHz; Endocavitário 5,0 – 11,0 MHz (serão aceitas variações de até 1 MHz para mais ou para menos). Documentos obrigatórios: Catálogo técnico original com foto, contendo a especificação completa do equipamento ofertado; Manual de operação em português; Registro vigente na ANVISA; Garantia mínima de 1 (um) ano.					
--	---	--	--	--	--	--

3. ALTERA-SE O SUBITEM 1.3. DO ANEXO IV – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº, PASSANDO A CONSTAR:

ITEM	DESCRIÇÃO AJUSTADA	UN DE MED	QTD	APLIC. LEI 123/2006	VL UNI	VL TOTAL
1	APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL: Deve possuir imagem composta, imagem harmônica com pulso invertido, imagem trapezoidal e imagem panorâmica; pacotes de medidas para as áreas geral, cardiologia (pacote básico), obstetrícia, ginecologia, urologia, vascular, pequenas partes e pediatria; possibilidade de exibição tomográfica por ultrassonografia; pacote de anotação padrão em português e marca de corpo (body mark).	UN	1	EXCLUSIVO	R\$ 50.603,11	R\$ 50.603,11

SUPERVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATO

O painel deve ter teclas retroiluminadas interativas, sendo touch screen ou teclado para acesso aos parâmetros e funções executáveis. O equipamento deve apresentar alta penetração e alta frequência de repetição de pulsos, resolução de imagens bidimensionais com funções de otimização, comunicação via Wi-Fi, LAN e DICOM 3.0 (FTP opcional). Deve possuir 2D Steer, Auto IMT, Autotrace em modo PW e CW, Auto NT, Auto Inverte (direção de fluxo e Doppler); zoom em tempo real e em imagem congelada, zoom em Doppler e modo triplex; exibição do exame em tela cheia em tempo real e congelada; faixa dinâmica mínima de 280 dB; TGC com no mínimo seis potenciômetros deslizantes de ajuste e compensação de ganho lateral. Botão de otimização de imagem em um único toque para modo B e Doppler; tecla de atalho para acesso às imagens do paciente em um único toque; software de contraste de agulha para procedimentos de biópsia ou anestesia; ajuste de presets personalizados. Modos de operação: B, M, PW, CW, Color, PDI, DPDI, 2B, 4B, B + BC (modo dual live em tempo real), duplex, triplex, M color, M anatômico, TD (Doppler tecidual), TVI (imagem de velocidade do tecido), medidas de cardiologia (profundidade, distância, circunferência, área, volume). (Os recursos Stress Echo, Auto EF e ECG integrado poderão ser apresentados como opcionais, não sendo obrigatórios). Ajuste automático do espectro Doppler (PRF e linha de base) em um único toque; exibição do modo B, Color e PW com rastreamento e medição automáticos, atualizados em tempo real. Deve permitir envio de imagens via rede (network) e USB, possuir alto-falante integrado com volume ajustável, no mínimo duas portas USB, uma porta LAN e uma porta HDMI de saída digital de alta definição; disco rígido de no mínimo 120 GB; peso máximo de 5,5 kg. Formatos de exportação: imagens: BMP, JPEG, PNG; vídeo: AVI. Monitor LED ou LCD de no mínimo 15 polegadas; sistema operacional Windows ou Linux dedicado; alimentação bivolt automática; software e manual em português. Transdutores (banda larga multifrequenciais): Convexo 2,0 – 5,0 MHz; Linear 5,0 – 15,0 MHz; Endocavitário 5,0 – 11,0 MHz (serão aceitas variações de até 1 MHz para mais ou para menos). Documentos obrigatórios: Catálogo técnico original com foto, contendo a especificação completa do equipamento ofertado; Manual de operação em português; Registro vigente na ANVISA; Garantia mínima de 1 (um) ano.					
--	--	--	--	--	--



PROCESSO N° 4.094/2025
FLS: 773
RUB:

SUPERVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATO

DA DATA, HORA E LOCAL DE ABERTURA: 09 de setembro de 2025, às 09h (Horário Oficial de Brasília/DF), local: <https://bllcompras.com/>

DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições editalícias não alcançadas pelo presente Adendo Modificador.

Maracaju/MS, 26 de agosto de 2025.

PATRÍCIA DA SILVA FERREIRA
Pregoeira