



GERÊNCIA DE GESTÃO COMPRAS E LICITAÇÃO – GGCL/SESAU

ATA DE REUNIÃO DE SESSÃO PÚBLICA PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS

ASSUNTO: ANÁLISE DE AMOSTRAS

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Consumo Odontológico

PROCESSO N.º: 099.062/2023-21

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 004/2024

Aos dezanove dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e 03 minutos, na sala de reuniões da Coordenadoria da Rede de Atenção Odontológica, na Secretaria Municipal de Saúde, compareceram os membros da Comissão de julgamento e Análise de amostras e Catálogos dos Processos de Compras da área temática de Materiais Odontológicos, Caroline da Cruz Gonçalves, Christiane Lima da Silva Saliba e Ana Beatriz dos Santos da Mata Torres. Não compareceram os representantes das empresas licitantes. São itens da agenda, a análise das amostras dos grupos 016 (broca esférica para baixa rotação N.º 04 HL); 017 (broca esférica para baixa rotação N.º 06 HL); 018 (pote dappen); 020 e 020.1, itens 1 ao 8 (resina composta fotopolimerizável); e, 021 (selante para fósulas e fissuras).

Todas as amostras recebidas foram testadas, seguindo os critérios estabelecidos nos itens 6-A (da Apresentação das Amostras) do Edital 004/2024, além das especificações complementares estabelecidas nos anexos citados no documento (ANEXO I e no ANEXO II, do Termo de Referência). O produto da análise será a emissão de um Parecer Técnico, que terá como signatários os representantes da referida Comissão.

Iniciamos com a análise da amostra da broca esférica para baixa rotação N.º 04 HL, do grupo 016, da empresa Odontomed Canaã LTDA. Amostra foi aprovada. Seguimos com a análise da amostra da broca esférica para baixa rotação N.º 06 HL, do grupo 017, da empresa Odontomed Canaã LTDA. A amostra foi aprovada.

Em tempo, compareceu na sala de reuniões da Coordenadoria da Rede de Atenção Odontológica, a senhora Beatriz Vasconcelos Gomes representante da empresa Inspira Distribuidora de Produtos Médico - Hospitalar LTDA, às 14:15H.

Seguimos com a análise da amostra do item Pote Dappen, grupo 018, da empresa Odontomed Canaã LTDA. Amostra foi aprovada.

02
BVG



Seguimos com a análise do item resina composta fotopolimerizável, grupo 020 e 020.1, itens 1 ao 8, da empresa Inspira Distribuidora de Produtos Médico- Hospitalar LTDA. A amostra foi reprovada, pelos seguintes critérios: quantidade de carga em volume e peso não entende ao descritivo complementar (anexo II-A), é requerido Filler entre 61%-70% do volume e acima de 82% do peso, foi verificado que o material apresentava carga em volume de 56% a 59% e peso de 77,5% a 78,5%. Quanto ao tamanho médio das partículas, é requerido tamanho médio das partículas entre 0,6 a 0,7 micrômetros, e máximo entre de 3,5 a 10 micrômetros, foi verificado que o material apresentou o tamanho médio de 0,7 micrômetros, mas tamanho de partícula de 40 nm a 0,7 micrômetros. Foram requisitadas as amostras respectivamente nas cores A1; A2; A3; A3,5; B1; B2; B3, e C2, foram apresentadas amostras nas cores EA1; EA2; EA3; EA3,5; EB1; EB2; EB3, e EC2.

Seguimos com a análise da amostra do item selante para fósulas e fissuras, grupo 021, da empresa Souza Med Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Eireli. A amostra foi reprovada, pelos seguintes critérios: quantidade de carga não atende ao descritivo complementar (anexo II-A), é requerido 50% em peso de carga inorgânica, foi verificado que o material apresenta 90% em peso de carga inorgânica conforme informação do fabricante. Quanto a característica de translucidez, é requerido que o material seja matizado, porém, na análise do material verificou-se que não apresenta essa característica.

Assim, a análise da comissão em questão, concluiu pela aprovação dos grupos 016, 017 e 018, e pela reprovação dos grupos 020 e 020.1, itens 1 ao 8 e grupo 021. Considera-se encerrada a sessão pública de análise de amostras.

Campo Grande - MS, 19 de março de 2024.


CHRISTIANE LIMA DA SILVA SALIBA
Cirurgiã Dentista - CRO 4051
Coordenadora da Rede de Atenção Odontológica

Christiane Lima da Silva Saliba
Assessora Técnica - CRAO/SESAU


Caroline da C. Gonçalves
CRO - 4654
DCMP/IGGCL/SESAU

Caroline da Cruz Gonçalves
Assessora Técnica - GGCL/SESAU


Ana Beatriz dos Santos da Mata Torres
Cirugiã - Dentista
CRO-MS 6087

Ana Beatriz dos Santos da Mata Torres
Assessora Técnica - CRAO/SESAU


Beatriz Vasconcelos Gomes

Beatriz Vasconcelos Gomes

Representante empresa Inspira Distribuidora de Produtos Médico- Hospitalar LTDA