


Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREFEITURA
DE CAMPO GRANDE



PARECER TÉCNICO - ANÁLISE DE AMOSTRA
Aquisição de Materiais de Consumo Médico-Hospitalares
Processo Administrativo nº 109.288/2023-83
Pregão Eletrônico n. 008/2024

TIPO	ITEM	COTA	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	MARCA - AVALIAÇÃO	RESULTADO
ITEM 017	1	PRINCIPAL	Equipo - Tipo: nutrição enteral; Material: PVC flexível; Uso: infusão por gravidade; Requisito: estéril, descartável, com câmara de gotejamento flexível e transparente padrão macrogotas, pinça rolete e extensão na cor azul; Filtros: de entrada de ar (hidrófobo) de 0,2 micra; Ponta: perfurante para adaptação em frasco/ampola/bolsa com tampa protetora; Medida: mínima de 1,5 metros; Conector: luer escalonado para nutrição enteral; Requisito da embalagem: embalado individualmente, com abertura asséptica, contendo dados externos identificando data de fabricação, lote, validade e Registro Anvisa.	CIRUMED COMÉRCIO LTDA	MARCA: TKL/H-EDE 02 DATA FAB: 03/2023 DATA VAL: 03/2028 LOTE: JCEDE02-230327 ANVISA: 80288090106	APROVADO. Atende especificação técnica.

Nájia Borges
Nájia Moreira Amaral Borges
Matrícula: 411284
Chefe de Divisão - DCMC

Nájia Moreira Amaral Borges
GGC/SESau
Chefe de Divisão DCMC/GGCL/SESau

Kaysa de Souza Brandão
Kaysa de Souza Brandão
Responsável Técnica - Almoval
COREN - MS 242241 - ENF
GSA/SUPES/SESau

Kaysa de Souza Brandão
Enfermeira RT GSA/SESau

Fabiana Martins de Paula
Fabiana Martins de Paula
COREN-MS 440.487 ENF
Assessora Técnica
DCMP/GGCL/SESau

Fabiana Martins de Paula
Enfermeira Téc.
DCMP/GGCL/SESau