

QUANTIDADE MÍNIMA A SER ADQUIRIDA
FMS/00046/ETP/2023

ITEM	CÓD. SIGA	ESPECIFICAÇÃO	UN. DE MEDIDA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERCENTUAL MÍNIMO DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE MÍNIMA A SER ADQUIRIDA
1	00011688	Filtro hospitalar - Tipo: bacteriano; Uso: ventilador pulmonar adulto; Função: filtragem bidirecional; Capacidade de: espaço morto de no mínimo 25 ml e volume de 200 a 1500 ml; Contém: capnógrafo luer lock; Requisito: estéril, eficiência de filtração 99,99%, resistência de no mínimo 30 litros por minuto; Acompanha: traquéia extensível de 15 cm; Requisito da embalagem: embalado individualmente, com dados externos identificando data de fabricação, lote, validade e Registro Anvisa.	1 - unidade	5.749	20%	1.150
2	00020867	Filtro hospitalar - Tipo: bacteriano; Uso: aparelhos de suporte respiratório; Função: prevenção à infecção cruzada, aquecimento e umidificação do gás de entrada; Contém: conexão 22/15 mm; Requisito: estéril, eficiência de filtração 99,99%, resistência de no mínimo 30 litros por minuto; Acompanha: traquéia extensível; Requisito da embalagem: embalado individualmente, com dados externos identificando data de fabricação, lote, validade e Registro Anvisa; Aplicação: pediátrica.	1 - unidade	208	20%	42
3	00015830	Agulha - Tipo: punção intraóssea; Uso: pediátrico (0 a 12 anos); Material: aço inoxidável; Calibre: 18 G (1,25 mm); Requisito: automático, com trava de segurança para inclusão de fluidos e medicamentos e aspiração de medula, descartável, esterilizado, profundidade de perfuração ajustável; Modelo: BIG (bone injection gun); Corpo: policarbonato.	1 - unidade	78	20%	16
4	00015829	Agulha - Tipo: punção intraóssea; Uso: adulto; Material: aço inoxidável; Calibre: 15 G (1,7 mm); Requisito: automático, com trava de segurança para inclusão de fluidos e medicamentos e aspiração de medula, descartável, esterilizado, profundidade de perfuração ajustável; Modelo: BIG (bone injection gun); Corpo: policarbonato.	1 - unidade	78	20%	16
5	00015828	Termômetro - Tipo: digital; Requisito: com beep sonoro, desligamento automático, memória para a última temperatura medida; Acompanha: estojo plástico transparente; Uso: clínico; Alimentação: 1 pilha de 1,5 V ou bateria tipo pastilha; Graduação: mínimo de +32°C a +42°C; Tempo de verificação: de no máximo 60 segundos; Visor: cristal líquido.	1 - unidade	1.846	20%	369
6	0004287	Umidificador - Uso: oxigênio ou ar comprimido medicinal; Material: plástico resistente; Tampa: injetada, porca borboleta, com enxerto de metal (padrão ABNT), conexão de entrada oxigênio, adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou fluxometro de rede canalizada; Copo: 250 ml, translúcido, com indicação de nível mínimo e máximo.	1 - unidade	3.923	20%	785
7	00012856	Fita - Tipo: adesiva; Uso: hospitalar; Material: papel crepado; Cor: branco; Medida mínima: 19 mm x 50 m (L x C); Requisito: recoberto de substância adesiva que permita escrita, com aderência eficiente isento de resíduos ou manchas na superfície, resistente às condições térmicas; Embalagem: embalada individualmente contendo data de fabricação, validade, lote e registro na Anvisa; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1- rolo	31.048	20%	6.210
8	00015824	Fita - Tipo: adesiva cirúrgica; Material: micropore, com dorso de não tecido; Largura: 25 mm; Requisito: massa adesiva na face interna, hipoalergênica.	RI - 4.5 - Metros	68.993	20%	13.799
9	00015825	Fita - Tipo: adesiva cirúrgica; Material: micropore, com dorso de não tecido; Largura: 50 mm; Requisito: massa adesiva na face interna, hipoalergênica.	RI - 4.5 - Metros	32.110	20%	6.422
10	0006660	Esparadrapo - Tipo: impermeável; Material: 100% algodão; Tamanho: 10 cm x 4,5 m; Requisito: hipoalergênico, com resina acrílica, adesivo a base de borracha natural, bordas serrilhadas; Apresentação: carretel plástico com capa protetora; Requisito da embalagem: apresentar data de fabricação, lote, validade e registro na ANVISA.	1- rolo	52.445	20%	10.489
11	0006558	Gel - Tipo: condutor; Uso: transmissão ultra-sônica e impulsos elétricos por meio de contato, realizando também em teste de sensibilidade intradérmica e mucosa vaginal; Informação adicional: pH neutro, inodoro, hidrossolúvel e hipoalergênico; Requisito da embalagem: apresentar data de fabricação, lote, validade e registro no Ministério da Saúde.	BG- 300gr	10.979	20%	2.196
12	00020420	Coletor - Tipo: universal; Material: polipropileno; Capacidade: 80 ml; Tampa: rosqueável; Requisito: com pá e estéril.	1- unidade	372.248	20%	74.450
13	00016553	Coletor - Tipo: kit; Uso: coleta de urina; Material: polipropileno; Capacidade: 12 ml; Requisito: estéril e embalado individualmente; Composição: 01 copo coletor flexível e 01 tubo cônico com tampa.	1- unidade	656.614	20%	131.323
14	0006399	Bolsa coletora - Tipo: urina; Requisito: sistema fechado, estéril, com filtro de ar e ponto de coleta com membrana autocicatrizante; Capacidade: 2000 ml; Contém: alças plásticas para fixação no leito, conector universal, extensor em PVC medindo no mínimo 1 metro com válvula anti-refluxo, tubo de abertura com válvula; Requisito da embalagem: contendo dados de data de fabricação, validade lote e registro na ANVISA.	1- unidade	53.425	10%	5.343
15	0007279	Coletor - Tipo: saco; Uso: urina; Material: polietileno transparente; Capacidade: 2000 ml; sistema de fechamento: através de cordão; Requisito: descartável, atóxico, resistente, não estéril, graduado a cada 100 ml; Requisito da embalagem: apresentar data de fabricação, lote, validade e registro no Ministério da Saúde.	1- unidade	203.571	20%	40.714
16	00017633	Coletor - Tipo: saco; Uso: urina pediátrico unissex; Material: polietileno transparente; Capacidade: 100 ml; Requisito: estéril, formato retangular com paredes sobrepostas com orifício oval centralizado no terço superior da parede anterior, o orifício devera ser circundado externamente com massa adesiva de substancias anti-irritantes totalmente protegida; Requisito da embalagem: apresentar data de fabricação, lote, validade e registro no Ministério da Saúde.	1- unidade	84.834	10%	8.483
17	00140636	Equipo - Tipo: nutrição enteral; Material: PVC flexível; Uso: infusão por gravidade; Requisito: estéril, descartável, com câmara de gotejamento flexível e transparente padrão macrogotas, pinça rolete e extensão na cor azul; Filtros: de entrada de ar (hidrófobo) de 0,2 micra; Ponta: perfurante para adaptação em frasco/ampola/bolsa com tampa protetora; Medida: mínima de 1,5 metros; Conector: luer escalonado para nutrição enteral; Requisito da embalagem: embalado individualmente, com abertura asséptica, contendo dados externos identificando data de fabricação, lote, validade e Registro Anvisa.	1- unidade	200.507	10%	20.051
18	00018711	Frasco - Material: polietileno; Capacidade: 300 ml; Uso: nutrição enteral; Acompanha: etiqueta autoadesiva para identificação do paciente; Requisito: descartável, transparente, atóxico, com dupla graduação em relevo com escala de 50 ml; Deve conter: alça com trava, tampa com rosca ou lacre com saída para adaptar equipo.	1- unidade	253.851	20%	50.770

carolina yuka
Carolina Yuka Yamamoto
Matrícula: 404477/01
Enfermeira - DCMC
GGCL/SESAU

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

CARIMBO/ASSINATURA