

ATA DE REUNIÃO DE SESSÃO PÚBLICA

ASSUNTO: ANÁLISE DE AMOSTRAS

- 1) Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Agulhas Hipodérmicas, Seringas Descartáveis E Lancetas**
- 2) Processo nº 082.715/2024-69**
- 3) Pregão Eletrônico n. 195/2024**

No dia 18 de dezembro do ano 2024, às 08 horas e 30 minutos, no Auditório do SAMU, no Complexo Regulador, iniciou a reunião, em sessão pública, para análise de amostra dos itens 01, 08.1, 09, 09.1, 15 e 16.1, do Pregão Eletrônico nº 195 de 2024. Fizeram-se presentes os servidores NÁJLA MOREIRA AMARAL BORGES matrícula 411284, KAYSA DE SOUZA BRANDÃO matrícula 383206, WANESSA SOARES DE FREITAS matrícula 386509, CAROLINA YUKA YAMAMOTO matrícula 404477, VANESSA SILVA BARBUENO matrícula 364860 e MARLIZE DA ROSA OLIVEIRA matrícula 426683, que representam a Comissão de Análise e Julgamento de Amostras; a servidora GIOVANNA DE FIGUEIREDO POGODIN matrícula 423262, lotada no setor CRAB, que representa a área técnica demandante. Compareceram na sessão a representante da empresa Cirumed, senhora Girlane Lino de Lucena, CPF 216.526.558-40.

Todas as amostras recebidas foram avaliadas, seguindo os critérios estabelecidos nos itens 6.8 do Edital e 9.4.1.10.1. do Anexo V do Edital, e as especificações complementares estabelecidas no item do Anexo VIII do Edital. As amostras reprovadas serão fotografadas para justificar a reprovação, e a análise terá emissão de parecer técnico o qual será assinado pelos representantes da Comissão.

Iniciamos a análise da amostra do **item 001 (Agulha hipodérmica 13 x 0,45 mm, com dispositivo de segurança)**. Amostra não atendeu às especificações por não apresentar dispositivo de segurança. Assim, amostra foi reprovada.

Seguimos para o **item 08.1 (Seringa 0,5 ml/50 Ui com agulha 6 x 0,25 mm)**. Amostra atendeu às especificações técnicas e complementares e, portanto, foi aprovada.

Item 09 (Lanceta universal 30G). Considerando que foi encaminhada apenas uma unidade de amostra do item 009, não atendendo à exigência do item 6.5 do Edital, e que uma das licitantes que participou da sessão questionou a análise da amostra, sendo que a empresa arrematante não atendeu ao item citado, esta amostra foi reprovada.

Item 09.1 (Lanceta universal 30G). Amostra atendeu às especificações técnicas e complementares e, portanto, foi aprovada.

Item 16.1 (Seringa 03 ml com dispositivo de segurança). Amostra atendeu às especificações técnicas e complementares e, portanto, foi aprovada.

Desta forma, esta comissão decide pela aprovação dos itens 008.1, 009.1 e 016.1 e pela reprovação dos itens 001 e 009. Encerra-se esta sessão pública de análise de amostra.

Campo Grande-MS, 18 de dezembro de 2024.

1
cy
Handwritten signatures: [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

ATA DE REUNIÃO DE SESSÃO PÚBLICA

ASSUNTO: ANÁLISE DE AMOSTRAS

- 1) Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Agulhas Hipodérmicas, Seringas Descartáveis E Lancetas
- 2) Processo nº 082.715/2024-69
- 3) Pregão Eletrônico n. 195/2024




Nájla Moreira Amaral Borges
Chefe de Divisão DCMC / GGCL / SESA
Representante da Comissão de Análise e
Julgamento de Amostras



Kaysa de Souza Brandão
Enf. RT GSA/SESAU
Representante da Comissão de Análise e
Julgamento de Amostras



Wanessa Soares de Freitas
Enf. CUR/SESAU
Representante da Comissão de Análise e
Julgamento de Amostras



Carolina Yuka Yamamoto
Enf. Técnica DCMC/GGCL/SESAU
Representante da Comissão de Análise e
Julgamento de Amostras



Vanessa Silva Barbueno
Representante CCZ
Representante Comissão de Análise e
Julgamento de Amostras



Marlize da Rosa Oliveira
Representante CRAE
Representante da Comissão de Análise e
Julgamento de Amostras



Giovanna de Figueiredo Pogodin
Representante da CRAB



Girlane Lino de Lucena
Representante da empresa Cirumed




Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06

SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



PREFEITURA
DE CAMPO GRANDE

PARCELO TÉCNICO - ANÁLISE DE AMOSTRA
Pedido de Aquisição de Materiais de Consumo:
AGULHAS HIPODÉRMICAS, SERINGAS DESCARTÁVEIS E LANCETAS
Processo Administrativo nº 082715/2024-69
Pregão Eletrônico n. 195/2024



TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	MARCA/ AVALIAÇÃO	RESULTADO
ITEM 001	1	Agulha - Tipo: hipodérmica descartável; Material: cânula em aço inoxidável, sem costura ou soldas, trefilado; Bisel: trifacetado; Canhão: para acoplamento da seringa, construído de material plástico e atóxico que obedeça código de cores para identificação do calibre, com união à cânula por adesivo centralizado, inerte; Medida: 13 x 0,45 mm; Requisito: atóxica, apirrogênica, estéril; Apresentação: siliconizada externamente com protetor plástico rígido; Acompanha: dispositivo de segurança; Embalagem: embalagem individual e da caixa contendo as mesmas informações; Requisito da embalagem: embalado individualmente, com abertura asséptica, contendo dados externos identificando fabricante, método de esterilização, data de fabricação, lote, validade e registro no Ministério da Saúde.; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	MARCA: DESCARPAC FAB: 08/2023 VAL: 05 ANOS LOTE: 2AGAAA027A ANVISA: 10330669063	REPROVADA. Amostra não apresenta dispositivo de segurança.
ITEM 008.1	1	Seringa - Tipo: hipodérmica, esterilizada descartável; Material: polipropileno atóxico, apirrogênico; Volume: 0,5 ml / 50 UI; Agulha: fixa (integrada) de 6 mm de comprimento por 0,25 mm (31G), confeccionada em aço inoxidável, lubrificada e com bisel trifacetado ou multifacetado; Corpo: íntegro e transparente; Requisito: escala de graduação 5 UI nos traços longos e de 1 UI nos traços curtos; Embolo: em formato de rolha feito em material de borracha siliconada; Requisito da embalagem: embalada individualmente, com abertura asséptica, contendo dados de data de fabricação, validade, lote e registro no Ministério da Saúde; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	DIRECTA COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MARCA: INJEX FAB: 12/2022 VAL: 05 ANOS LOTE: 518/22 ANVISA: 10160610013	APROVADA. Atendeu às especificações técnicas.
ITEM 009	1	Lanceta - Uso: punção para coleta de sangue; Requisito: formato universal, compatível com lancetadores G-Tech; Medida: calibre 30 G com ponta triangular; Material: corpo em plástico rígido com laque de proteção e agulha em aço inoxidável estéril; Método de esterilização: raio gama; Requisito da embalagem: conter dados de data de fabricação, validade, lote e registro no Ministério da Saúde; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	DIRECTA COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MARCA: MEDIX VAL: 01/2028 LOTE: M0303 ANVISA: 80495519025	REPROVADA. Empresa arrematante apresentou apenas 1 (uma) unidade de amostra, não atendendo ao item 6.5 do Edital.

med. wlf. Jafar. JSC

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	MARCA/ AVALIAÇÃO	RESULTADO
ITEM 009.1	1	Lanceta - Uso: punção para coleta de sangue; Requisito: formato universal, compatível com lancetadores G-Tech; Medida: calibre 30 G com ponta triangular; Material: corpo em plástico rígido com lacre de proteção e agulha em aço inoxidável estéril; Método de esterilização: raio gama; Requisito da embalagem: conter dados de data de fabricação, validade, lote e registro no Ministério da Saúde; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	CGA NEGOCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	MARCA: G-TECH FAB: 24/01/2024 VAL: 23/01/2029 LOTE: 012401 ANVISA: 80275310077	APROVADA. Atendeu às especificações técnicas.
ITEM 016.1	1	Seringa - Tipo: hipodérmica, esterilizada descartável; Material: polipropileno atóxico, apirrogênico; Volume: 03 ml; Corpo: íntegro e transparente; Bico: luer lock; Acompanha: dispositivo de segurança; Requisito: escala de graduação 0,5 ml nos traços longos e de 0,1 ml nos traços curtos; Embolo: em formato de rolha feito em material de borracha siliconada; Requisito da embalagem: embalagem individualmente, com abertura asséptica, contendo dados de data de fabricação, validade, lote e registro no Ministério da Saúde; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	DIRECTA COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MARCA: INJEX FAB: 02/2023 VAL: 05 ANOS LOTE: 4632/23 ANVISA: 10160610027	APROVADA. Atendeu às especificações técnicas.


Carolína Yuka Yamamoto
Matrícula: 404477/01
Enfermeira - DCMC
GGCL/SESAU
CAROLINA YUKA YAMAMOTO
Enfermeira Téc. DCMC/GGCL/SESAU


Nájia Moreira Amaral Borges
Matrícula: 411284
Chefe de Divisão - DCMC
GGCL/SESAU
NÁJIA MOREIRA AMARAL BORGES
Enfermeira Téc. DCMC/GGCL/SESAU


Kaysa de Souza Brandão
Responsável Técnica - autossolicitada
COREN - MS 242241 - ENF
GGCL/SESAU
KAYSA DE SOUZA BRANDÃO
Enfermeira Téc. GSA/SESAU


WANESSA SOARES DE FREITAS
Enfermeira CUR/SESAU


Vanessa Silva Barbueno
Gerente Técnica
Divisão de Apoio Estratégico
VANESSA SILVA BARBUENO
Representante CCZ/SESAU


Marilze da Rosa Oliveira
COREN-MS 153220-ENF
MARLIZE DA ROSA OLIVEIRA
Representante CRAE/SESAU

Wanessa Soares de Freitas
COREN-MS 153220-ENF

18 de Dezembro de 2024

Campo Grande, MS

PARECER TÉCNICO - ANÁLISE DE AMOSTRA
Pedido de Aquisição de Materiais de Consumo:
AGULHAS HIPODÉRMICAS, SERINGAS DESCARTÁVEIS E LANCETAS
Processo Administrativo nº 082715/2024-69
Pregão Eletrônico n. 195/2024

Fotos dos lotes reprovados:

Amostra do ITEM 001



Agulha não possui dispositivo de segurança



PARECER TÉCNICO - ANÁLISE DE AMOSTRA
Pedido de Aquisição de Materiais de Consumo:
AGULHAS HIPODÉRMICAS, SERINGAS DESCARTÁVEIS E LANCETAS
Processo Administrativo nº 082715/2024-69
Pregão Eletrônico n. 195/2024

6.4.2. DOCUMENTOS SOLICITADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA:

Para todos os itens será exigido amostra.	Subitem 9.4.1.1. a 9.4.1.11.1. do Termo de Referência
Para todos os itens será exigido Certificado de Registro do Produto expedido pela Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA ou comprovação de isenção	Subitem 9.4.1.12. a 9.4.1.12.2. do Termo de Referência
Para obter na íntegra as informações quanto à documentação solicitada nos subitens do Termo de Referência indicados nesta tabela, as licitantes interessadas em se classificar nesta licitação deverão consultar o ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA.	

6B- DA AMOSTRA

6.5. A licitante arrematante será convocada, via sistema, para que proceda a **entrega de 03 (três) unidades de amostra do produto ofertado** para todos os itens por ela arrematados, **no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**, a contar da data da convocação pelo pregoeiro.

6.5.1. Informamos que **NÃO será necessária a apresentação de amostras para os itens e marcas a seguir**, visto que já foram avaliadas e utilizadas na Rede Municipal de Saúde, não apresentando problemas com sua qualidade e atendimento às especificações técnicas exigidas, sendo dispensadas de nova análise:

Campo Grande, 18 de Dezembro de 2024


Kaysa de Souza Brandão
Responsável Técnica - Amostragem
COREN - MS 242241 - ENF
GGCL/SESAU


Carolina Yuka Yamamoto
Matrícula: 404477/01
Enfermeira - DCMC
GGCL/SESAU


Nájla Moreira AmaraI Borges
Matrícula: 411284
Chefe de Divisão - DCMC
GGCL/SESAU


Marlize de Souza Oliveira
COREN-MS 551209 - ENF


Vanessa Silva Barbueno
Gerente Técnica
Divisão de Apoio Estratégico